

FORMALIZAÇÃO DA DEMANDA (DFD)

1. SETOR REQUISITANTE (UNIDADE/SETOR/DEPTO.):

REDE DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA

RESPONSÁVEL PELA DEMANDA:

NOME: JOSEMAR FONTOURA DE CASTRO

MATRÍCULA: 200387

E-MAIL:

TELEFONE:

2. OBJETO: (simplificado)

Contratação de empresa especializada no fornecimento de instrumentais cirúrgicos para a UPA UVARANAS

☐ SERVIÇO

☒ MATERIAL DE CONSUMO

☐ MATERIAL PERMANENTE / EQUIPAMENTO

3. FORMA DE CONTRATAÇÃO SUGERIDA:

☒ PREGÃO

☐ COM O USO DO SRP)

☐ DISPENSA/INEXIGIBILIDADE

4. JUSTIFICATIVA DA NECESSIDADE DA CONTRATAÇÃO DA SOLUÇÃO, CONSIDERANDO O PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO, SEFOR O CASO:

☐ NOVA CONTRATAÇÃO

☐ NOVA CONTRATAÇÃO EM VISTA DE EXTINÇÃO CONTRATUAL

☒ NOVA CONTRATAÇÃO DE ACORDO COM A NECESSIDADE DA CONTRATANTE

☐ NOVA CONTRATAÇÃO EM VISTA DA NEGATIVA DO CONTRATADO NA RENOVAÇÃO

SE CONTRATO:

CONTRATO:

VIGÊNCIA:

CONTRATADO:

5. JUSTIFICATIVA DA NECESSIDADE:

Esta aquisição visa atender os quantitativos mínimos de instrumentais cirúrgicos para a abertura da nova UPA UVARANAS. Os instrumentais são utilizados para diversos procedimentos de suma importância como, passagem de SVD, realização de catéter venoso central, realização de suturas e retirada de pontos etc.

6. QUANTIDADE DE MATERIAL/SERVIÇO DA SOLUÇÃO A SER CONTRATADA

1.	06	PAR	AFASTADOR FARABEU ADULTO, em aço inoxidável, autoclavável. Medidas aproximadas: 13X125mm.
2.	02	PAR	AFASTADOR FARABEU INFANTIL em aço inoxidável, autoclavável. Medidas aproximadas: 10X120mm.
3.	10	UNIDADE	Bacia em material aço inoxidável, diâmetro 35 cm capacidade aproximada 4,7 litros.
4.	16	UNIDADE	Bandeja material aço inoxidável, autoclavável, tamanho aproximado 30x20x4,0 cm.
5.	10	UNIDADE	Cabo de Bisturi, material aço inoxidável, autoclavável, tamanho nº 3, características adicionais curto.
6.	10	UNIDADE	Cabo de Bisturi, material aço inoxidável, autoclavável, tamanho nº 4, características adicionais curto
7.	10	UNIDADE	Comadre em material aço inoxidável autoclavável, volume 3.500 ml.
8.	40	UNIDADE	Cuba redonda confeccionada em aço inoxidável. Tamanho 9 x 5 cm. Capacidade 200 ml.
9.	30	UNIDADE	Cuba rim em material aço inoxidável autoclavável. Tamanho 26 x 12 cm . Capacidade aproximada 750 ml .
10.	10	UNIDADE	Estojo perfurado em aço inoxidável com tampa. Medidas aproximadas: 20 x 10 x 5cm.
11.	02	UNIDADE	Pinça cureta nº 03 em material aço inoxidável, autoclavável.
12.	10	UNIDADE	Pinça de dissecação com serrilhas, modelo anatômica, material aço inoxidável autoclavável. Tamanho 14 cm
13.	05	UNIDADE	Pinça de dissecação com serrilhas, modelo anatômica, material aço inoxidável autoclavável. Tamanho 16 cm.
14.	01	UNIDADE	Pinça de dissecação com serrilhas, modelo anatômica, material aço inoxidável autoclavável. Tamanho 18 cm.
15.	01	UNIDADE	Pinça de dissecação com serrilhas, modelo anatômica, material aço inoxidável autoclavável. Tamanho 20 cm.
16.	05	UNIDADE	Pinça material aço inoxidável autoclavável, modelo MAGIL. Tamanho 15 cm.
17.	05	UNIDADE	Pinça material aço inoxidável autoclavável, modelo MAGIL. Tamanho 20 cm.
18.	05	UNIDADE	Pinça material aço inoxidável autoclavável, modelo MAGIL. Tamanho 25 cm.
19.	05	UNIDADE	Pinça material aço inoxidável autoclavável, modelo ADSON COM SERRILHA. Tamanho 12 CM.
20.	12	UNIDADE	Pinça material aço inoxidável autoclavável, modelo ALLIS. Tamanho 15 cm
21.	05	UNIDADE	Pinça material aço inoxidável autoclavável, modelo ALLIS. Tamanho 20 cm
22.	21	UNIDADE	Pinça material aço inoxidável autoclavável, MODELO ANATÔMICA COM DENTE DE RATO. Tamanho 10 cm..
23.	30	UNIDADE	Pinça material aço inoxidável autoclavável, MODELO ANATÔMICA COM DENTE DE RATO. Tamanho 14,5 cm.
24.	10	UNIDADE	Pinça material aço inoxidável autoclavável, MODELO ANATÔMICA COM DENTE DE RATO. Tamanho 16 cm
25.	05	UNIDADE	Pinça material aço inoxidável autoclavável, modelo ANATÔMICA COM DENTE DE RATO. Tamanho 18 cm
26.	05	UNIDADE	Pinça material aço inoxidável autoclavável, modelo ANATÔMICA COM DENTE DE RATO. Tamanho 20 cm.
27.	20	UNIDADE	Pinça material aço inoxidável autoclavável, modelo BACKAUS. Tamanho 9 cm.
28.	25	UNIDADE	Pinça material aço inoxidável autoclavável, modelo BACKAUS. Tamanho 11 cm.
29.	10	UNIDADE	Pinça material aço inoxidável autoclavável, modelo CHERON. Tamanho 24 cm.
30.	40	UNIDADE	Pinça material aço inoxidável autoclavável, modelo COLLIN CORAÇÃO. Tamanho 16 cm.
31.	02	UNIDADE	Pinça material aço inoxidável autoclavável, modelo HARTMANN. Tamanho 14 cm.
32.	20	UNIDADE	Pinça material aço inoxidável autoclavável, modelo HEMOSTÁTICA HALSTEAD KELLY, CURVA. Tamanho 14 cm.
33.	20	UNIDADE	Pinça material aço inoxidável autoclavável, modelo HEMOSTÁTICA HALSTEAD MOSQUITO, RETA. Tamanho 12 cm.
34.	70	UNIDADE	Pinça material aço inoxidável autoclavável, modelo HEMOSTÁTICA HALSTEAD KELLY, RETA. Tamanho 14 cm.
35.	30	UNIDADE	Pinça material aço inoxidável autoclavável, modelo HEMOSTÁTICA HALSTEAD MOSQUITO, CURVA. Tamanho 12 cm.
36.	05	UNIDADE	Pinça material aço inoxidável autoclavável, modelo KOCHER CURVA. Tamanho 14 cm.
37.	10	UNIDADE	Pinça material aço inoxidável autoclavável, modelo KOCHER RETA. Tamanho 14 cm.
38.	05	UNIDADE	Pinça material aço inoxidável autoclavável, modelo ROCHESTER CURVA. Tamanho 20 CM
39.	30	UNIDADE	PORTA AGULHA MAYO HEGAR COM VÍDEA 15 cm. As pontas deverão ser delicadas e as serrilhas precisas a fim de evitar que as agulhas rodem. As pontas não poderão ter cantos vivos que possam cortar os fios. As cremalheiras devem funcionar suavemente, sem trancos e sem escape. Os encaixes não deverão ser muito justos, a ponto de dificultar a abertura e o fechamento das peças, mas também não poderão ser muito folgados, a ponto de não prenderem adequadamente as agulhas. Os encaixes não poderão ter buracos, ou frestas, que poderão acumular detritos provocando manchas e/ou corrosão. A peça não poderá ter cantos vivos, que possam ferir os pacientes, ou cortar as luvas dos cirurgiões. O tratamento térmico deverá ser integral a fim de conferir à peça a dureza e a flexibilidade necessárias ao seu desempenho.

40.	30	UNIDADE	PORTA-AGULHA MAYO HEGAR COM VÍDEA 18 CM. As pontas deverão ser delicadas e as serrilhas precisas a fim de evitar que as agulhas rodem. As pontas não poderão ter cantos vivos que possam cortar os fios. As cremalheiras devem funcionar suavemente, sem trancos e sem escapar. Os encaixes não deverão ser muito justos, a ponto de dificultar a abertura e o fechamento das peças, mas também não poderão ser muito folgados, a ponto de não prenderem adequadamente as agulhas. Os encaixes não poderão ter buracos, ou frestas, que poderão acumular detritos provocando manchas e/ou corrosão. A peça não poderá ter cantos vivos, que possam ferir os pacientes, ou cortar as luvas dos cirurgiões. O tratamento térmico deverá ser integral a fim de conferir à peça a dureza e a flexibilidade necessárias ao seu desempenho
41.	20	UNIDADE	Tesoura material aço inoxidável autoclavável modelo IRIS RETA. Tamanho 12 cm
42.	10	UNIDADE	Tesoura material aço inoxidável autoclavável, modelo IRIS CURVA. Tamanho 12 cm
43.	20	UNIDADE	Tesoura material aço inoxidável autoclavável modelo MAYO STILLE CURVA. Tamanho 17 cm.
44.	15	UNIDADE	Tesoura material aço inoxidável autoclavável modelo MAYO STILLE RETA. Tamanho 17 cm.
45.	30	UNIDADE	Tesoura material aço inoxidável autoclavável modelo METZENBAUM CURVA PADRÃO. Tamanho 15 cm.
46.	12	UNIDADE	Tesoura material aço inoxidável autoclavável modelo METZENBAUM CURVA PADRÃO. Tamanho 18 cm.
47.	15	UNIDADE	Tesoura material aço inoxidável autoclavável modelo METZENBAUM RETA. Tamanho 15 cm.

7. ALINHAMENTO ENTRE A CONTRATAÇÃO E O PLANEJAMENTO

(x) PREVISÃO NO PLANO DE CONTRATAÇÃO ANUAL DA FMS - IDENTIFICAR COM DATA/ANO DO PCA

() NÃO HÁ PREVISÃO NO PLANO DE CONTRATAÇÃO ANUAL DA FMS JUSTIFICAR EXAUSTIVAMENTE:

Obrigatório anexar demanda PCA

Demandas UPA UVARANAS registradas no sei PCA 2024 nº 046610/2023 demanda 1541/2025

8. REQUISITOS DA CONTRATAÇÃO

Sustentabilidade:

não se aplica.

Subcontratação:

não se aplica.

Garantia do Produto e de Execução

não se aplica.

9. PREVISÃO DE DATA DE INÍCIO DA EXECUÇÃO/UTILIZAÇÃO:

Informar se entrega única ou parcelada

A entrega deverá ocorrer em parcela única após a emissão e envio do empenho.

10. MODELO DE EXECUÇÃO DO OBJETO:

Prazo e Condição de Entrega: 10 dias úteis após a emissão do empenho

Locais de Entrega: Almoxarifado Central da Fundação Municipal de Saúde de Ponta Grossa sito à Av. Tocantins, 766-802 - Cara-Cara, Ponta Grossa - PR, 84043-245.

11. VIGENCIA CONTRATUAL:

() RENOVÁVEL

12. RECURSOS A SEREM UTILIZADOS (obrigatório)

44.90.52.08.00: APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR:

Registrar o valor das despesas com qualquer aparelho, utensílio ou equipamento de uso médico, odontológico, laboratorial e hospitalar que não se integrem a instalações, ou a outros conjuntos monitores. No caso de fazerem parte de instalações ou outros conjuntos, deverão ser considerados componentes, tais como: afastador, alargador, aparelho de esterilização, aparelho de Raio X, aparelho de transfusão de sangue, aparelho infravermelho, aparelho para inalação, aparelho de ultravioleta, balança pediátrica, berço aquecido, biombo, boticão, cadeira de dentista, cadeira de rodas, câmara de infravermelho, câmara de oxigênio, câmara de radioterapia, carro-maca, centrifugador, destilador, eletro-analisador, eletrocardiográfico, estetoscópio, estufa, maca, medidor de pressão arterial (esfigmomanômetro), megatoscópio, mesa para exames clínicos, microscópio, tenda de oxigênio, termocautério e afins.

Upa Uvaranas: Recurso 303 - município

13. FISCAIS E GESTOR DO CONTRATO (anexar Termos de Ciência)

GESTORA

Nome: ELIANA HAUAGGE CECCATO

Matricula: 201728

FISCAL

Nome: JOSEMAR FONTOURA DE CASTRO

Matricula:200387

Nome: LARISSA RANZANI KOWALSKI

Matricula: 201724

14. GRAU DE NECESSIDADE

☐ BAIXO

☐ MÉDIO

☒ ALTO

15. OBSERVAÇÕES

DATAR E ASSINAR



Documento assinado eletronicamente por **PAOLA MARTINS SCHWAB, Enfermeira Plantonista**, em 05/09/2024, às 09:49, horário oficial de Brasília, conforme o Decreto Municipal nº 14.369 de 03/05/2018.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site <https://sei.pontagrossa.pr.gov.br/validar> informando o código verificador **4979532** e o código CRC **35EB82C8**.