

Av. Afonso Pena, 87 – Vila Estrela Tel.: (42) 3220-1013 - ramal 4030 -CEP 84040-170 Ponta Grossa-PR

1ª ADENDO AO EDITAL DO PREGÃO NA FORMA ELETRÔNICA 7/2025

A **FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE PONTA GROSSA/PR**, de acordo com a Lei 14.133/2021 a Fundação Municipal de saúde torna público que o edital do PREGÃO, na Forma Eletrônica nº7/2025

Objeto:

Registro de preços para eventual aquisição de Equipamento Odontológico para atender as necessidades da Fundação Municipal de saúde

Sofre as seguintes alterações:

Onde se lê: Anexo I – Itens 15 e 16 páginas 36 á 37 do Edital

LOTE 15

Valor Máximo do Lote: 33.930,00 (trinta e três mil, novecentos e trinta reais)

Item	Descrição	CATMAT	Unidade	Quant.	Valor Máx. Unit. (R\$)	Valor Máx. Total. (R\$)
1	AUTOCLAVE PARA ESTERILIZAÇÃO A VAPOR SOB PRESSÃO PARA USO EM CONSULTÓRIOS ODONTOLÓGICOS. Capacidade 21 litros Características Técnicas Mínimas Exigidas: Digital com display de LCD. Bivolt. Com 5 Programas de Esterilização: Instrumental Embalado / Instrumental Desembalado / Plásticos e Algodão / Kit Cirúrgico e Tecidos / Líquidos. Desaeração e despressurização automática. Teclado de controle. Tampa e câmara em aço inox, com 3 bandejas em alumínio anodizado. Secagem com porta fechada. Com indicação de falta de água no reservatório. Potência a partir de 3600 W. Sistemas de segurança chave e trava da porta, selos mecânicos de segurança, sistema eletrônico de cruzamento de dados e sistema eletrônico de controle de potência.	435568	UND	5	6.786,00	33.930,00

LOTE - Cota Principal – AMPLA CONCORRÊNCIA, correspondente a 75% (setenta e cinco por cento) das quantidades totais do objeto.

LOTE 16

Valor Máximo do Lote: 101.790,00 (cento e um mil, setecentos e noventa reais)

Item	Descrição	CATMAT	Unidade	Quant.	Valor Máx. Unit. (R\$)	Valor Máx. Total. (R\$)
1	AUTOCLAVE PARA ESTERILIZAÇÃO A VAPOR SOB PRESSÃO PARA USO EM CONSULTÓRIOS ODONTOLÓGICOS. Capacidade 21 litros Características Técnicas Mínimas Exigidas: Digital com display de LCD.	435568	UND	15	6.786,00	101.790,00

	Bivolt. Com 5 Programas de Esterilização: Instrumental Embalado / Instrumental Desembalado / Plásticos e Algodão / Kit Cirúrgico e Tecidos / Líquidos. Desaeração e despressurização automática. Teclado de controle. Tampa e câmara em aço inox, com 3 bandejas em alumínio anodizado. Secagem com porta fechada. Com indicação de falta de água no reservatório. Potência a partir de 3600 W. Sistemas de segurança chave e trava da porta, selos mecânicos de segurança, sistema eletrônico de cruzamento de dados e sistema eletrônico de controle de potência.					
--	---	--	--	--	--	--

Leia-se: Anexo I – Itens 15 e 16 páginas 36 á 37 do Edital

LOTE 15

Valor Máximo do Lote: 33.930,00 (trinta e três mil, novecentos e trinta reais)

Item	Descrição	CATMAT	Unidade	Quant.	Valor Máx. Unit. (R\$)	Valor Máx. Total. (R\$)
1	AUTOCLAVE PARA ESTERILIZAÇÃO A VAPOR SOB PRESSÃO PARA USO EM CONSULTÓRIOS ODONTOLÓGICOS. Capacidade 21 litros Características Técnicas Mínimas Exigidas: Digital com display de LCD. Bivolt. Com 5 Programas de Esterilização: Instrumental Embalado / Instrumental Desembalado / Plásticos e Algodão / Kit Cirúrgico e Tecidos / Líquidos. Desaeração e despressurização automática. Teclado de controle. Tampa e câmara em aço inox, com 3 bandejas em alumínio anodizado. Secagem com porta fechada. Com indicação de falta de água no reservatório. Potência entre 1100 a 1700W. Sistemas de segurança chave e trava da porta, selos mecânicos de segurança, sistema eletrônico de cruzamento de dados e sistema eletrônico de controle de potência.	435568	UND	5	6.786,00	33.930,00

LOTE - Cota Principal – AMPLA CONCORRÊNCIA, correspondente a 75% (setenta e cinco por cento) das quantidades totais do objeto.

LOTE 16

Valor Máximo do Lote: 101.790,00 (cento e um mil, setecentos e noventa reais)

Item	Descrição	CATMAT	Unidade	Quant.	Valor Máx. Unit. (R\$)	Valor Máx. Total. (R\$)
------	-----------	--------	---------	--------	------------------------	-------------------------

					(R\$)	
1	AUTOCLAVE PARA ESTERILIZAÇÃO A VAPOR SOB PRESSÃO PARA USO EM CONSULTÓRIOS ODONTOLÓGICOS. Capacidade 21 litros Características Técnicas Mínimas Exigidas: Digital com display de LCD. Bivolt. Com 5 Programas de Esterilização: Instrumental Embalado / Instrumental Desembalado / Plásticos e Algodão / Kit Cirúrgico e Tecidos / Líquidos. Desaeração e despressurização automática. Teclado de controle. Tampa e câmara em aço inox, com 3 bandejas em alumínio anodizado. Secagem com porta fechada. Com indicação de falta de água no reservatório. Potência entre 1100 a 1700W. Sistemas de segurança chave e trava da porta, selos mecânicos de segurança, sistema eletrônico de cruzamento de dados e sistema eletrônico de controle de potência.	435568	UND	15	6.786,00	101.790,00

CADASTRO DE PROPOSTA: Dia 28 de abril de 2025 às 08h00 até o dia 29 de abril de 2025 às 08h00m.

ABERTURA/DISPUTA: 29 de abril de 2025 HORÁRIO: 09h00

Todas as demais seções e condições do edital permanecem inalteradas.

Maiores informações, bem como a íntegra do Edital, poderão ser obtidas junto ao Departamento de Compras da Fundação Municipal de Saúde de Ponta Grossa, sito à Rua Afonso Pena nº87, no horário das 09:00h às 17:00 h, ou ainda pelo fone (042) 3220-1013/1015 ramal 4030 ou no site www.pontagrossa.pr.gov.br e www.bllcompras.org.br

Ponta Grossa, 03 de abril de 2025

Assinado por:
Liliana Cristina Brandalise
03/04/2025 - 15:13
21C4QQGTQBIKEGMDKYXOBA

LILIAM CRISTINA BRANDALISE

Presidente Fundação Municipal de Saúde