

Estudo Técnico Preliminar 121/2024

1. Informações Básicas

Número do processo: 0346/2024

2. Descrição da necessidade

O Hospital Veterinário do Centro de Ciências Agrárias da Universidade Federal do Espírito Santo (HOVET/CCAUE/UFES) presta serviços nas diversas especialidades médico veterinárias com atendimento ambulatorial, cirúrgico e a campo e que também realiza exames laboratoriais como apoio diagnóstico.

Em 2023 foram realizados cerca de 1.718 procedimentos, entre consultas e cirurgias e procedimentos anestésicos, além de 6.379 exames, envolvendo todos os Laboratórios do Hovet, e o Setor de Imagem, por isso a unidade necessita adquirir equipamentos para atender as demandas apresentadas pelos diversos setores do Hospital Veterinário, além de expandir e qualificá-lo em termos de tecnologia, aperfeiçoando os atendimentos realizados, aulas e estágios realizados no HOVET, único Hospital Veterinário Universitário de entidade pública do Estado do Espírito Santo, e que causa grande impacto social na região Sul do estado e também uma importante ferramenta na formação prático-pedagógica dos alunos do curso de medicina veterinária, contribuindo para o engrandecimento da Universidade Federal do Espírito Santo.

No HOVET em 2023, o valor de arrecadação própria total foi de R\$ 122.659,70.

Portanto, devido as ações citadas acima, faz-se necessário o uso frequente do aparelho de Raio X convencional no atendimento a Pequenos Animais. O colimador do equipamento apresenta falha total e precisa de manutenção corretiva, o colimador é um componente capaz de limitar o campo de incidência da radiação, suavizando os feixes de raios X, então a utilização do equipamento sem o funcionamento do colimador afeta a segurança dos Técnicos, pacientes e alunos envolvidos na rotina dos exames do setor de imagem do Hovet.

A contratação visa garantir a integridade física dos funcionários que manipulam o equipamento para estar de acordo com as portarias vigentes sobre a utilização com segurança de equipamentos que emitem radiação. Ressalta-se que o equipamento além recursos financeiros também é essencial na área didática do Hospital Veterinário, visto que, as imagens captadas são parte fundamental da formação pratica dos alunos.

3. Área requisitante

Área Requisitante	Responsável
Hospital Veterinário do CCAE/UFES	Karina Preising Aptekmann

4. Descrição dos Requisitos da Contratação

Estão descritos no Termo de Referência os requisitos legais, tais como: descrição mínima exigida (de acordo com a recomendação do técnico da UFES), garantia, data, horário e local da realização da entrega do material.

5. Levantamento de Mercado

A pesquisa de preços para fins de determinação do preço estimado para a aquisição dos itens, foi realizada conforme a IN nº 65 /2021 de 07 de julho de 2021, art. 5º, mediante a utilização do seguinte parâmetro: contratações similares feitas pela Administração Pública e pesquisa direta com fornecedores. Em adição, realizou-se análise crítica dos preços coletados,

verificando a razoabilidade da aferição do preço médio, com a desconsideração dos preços inexequíveis ou excessivamente elevados. Nos casos que não foi possível o cumprimento integral dos parâmetros indicados pela IN nº 65 /2021 os mesmos foram devidamente justificados na formação do processo.

6. Descrição da solução como um todo

A solução pretendida consiste na contratação de empresa para realização de serviço de manutenção Corretiva em colimador do Raio-x fixo Vet Diafix CDK, calibrando o tempo e luz do mesmo e sua total operacionalidade, garantindo a segurança para os técnicos envolvidos no serviço e outros, no setor de Radiologia de Pequenos Animais do Hovet.

A contratação deverá ser feita pela dispensa de licitação, de acordo com o Art. 75, inciso II da lei 14.133/21.

7. Estimativa das Quantidades a serem Contratadas

Essa aquisição foi inserida nas Solicitações de Compras por meio do Portal Administrativo, integrado ao Sistema de Informação para o Ensino (SIE), e enviada a Diretoria do Centro de Ciências Agrárias e Engenharias para prosseguimento. Essa demanda foi devidamente analisada, sendo previamente autorizada pelo Gestor de Recursos responsável pelo Centro.

Os quantitativos dos itens encontram-se consolidados na planilha a seguir:

Item	Especificação	Qtd	Unidade
01	Manutenção de equipamento de raio-x vet Diafix, peça Colimador	01	Unidade

8. Estimativa do Valor da Contratação

Valor (R\$): 5.050,00

Realizou-se a análise crítica de 2 orçamentos apresentados, compatíveis com os valores de mercado.

Planilha demonstrativa do quantitativo e o valor estimado dos itens

Item	Siasg	SIE	Especificação	Qtd	Orçamento 1(R\$)	Orçamento 2(R\$)	Orçamento 3 (R\$)	Valor Médio (R\$)	Valor total (R\$)
01	5720	328690	Manutenção corretiva colimador do equipamento de raio-x	1	4.500,00	5.600,00		5.050,00	5.050,00

9. Justificativa para o Parcelamento ou não da Solução

Esse tipo de aquisição não se aplica o parcelamento da solução, haja visto que o serviço é fornecido de uma só vez.

10. Contratações Correlatas e/ou Interdependentes

Não se aplica a este processo.

11. Alinhamento entre a Contratação e o Planejamento

A aquisição solicitada foi incluída no Plano Anual de Contratações (PAC) 2023, por meio do Sistema de Planejamento e Gerenciamento de Contratações (PGC).

12. Benefícios a serem alcançados com a contratação

Cumprir as normas da ANVISA aumentando a segurança do procedimento radiológico oferecido pelo Hospital Veterinário, para os servidores, clientes e pacientes.

13. Providências a serem Adotadas

Para esta solução não há necessidade de ajustes nas instalações do órgão e fornecimento de material ou serviço adicional para que a aquisição surta seus efeitos.

14. Possíveis Impactos Ambientais

Dada a natureza do serviço que se pretende contratar, não se verifica impactos ambientais relevantes, sendo necessário tão somente que a licitante atenda aos critérios e política de sustentabilidade ambiental consonância ao “Guia Nacional de Licitações Sustentáveis” da CGU /AGU.

15. Declaração de Viabilidade

Esta equipe de planejamento declara **viável** esta contratação.

15.1. Justificativa da Viabilidade

Diante da fundamentação exposta no Estudo Técnico Preliminar, evidencia-se, que a contratação da empresa para manutenção do colimador do equipamento de raios- do Hovet, mostra-se viável tecnicamente e necessária para o funcionamento e expansão das atividades de ensino e pesquisa.

16. Responsáveis

Todas as assinaturas eletrônicas seguem o horário oficial de Brasília e fundamentam-se no §3º do Art. 4º do [Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020](#).

KARINA PREISING APTEKMANN

Autoridade competente

PAULO SERGIO RIBEIRO DE SOUZA JUNIOR

Agente de contratação



Assinou eletronicamente em 30/08/2024 às 15:41:30.