

RELAÇÃO DE ITENS - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00030/2023-000 SRP

1 - Itens da Licitação

1 - Alça bacteriológica

Descrição Detalhada: Alça Bacteriológica Componentes: Com Haste Flexível , Calibragem: Calibrada , Embalagem: Embalagem Individual , Material*: Plástico , Volume: 1 Mcl , Esterilidade: Estéril, Descartável

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 14500 **Quantidade Mínima Cotada:** 14500

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (14500)

2 - Alça bacteriológica

Descrição Detalhada: Alça Bacteriológica Componentes: Com Haste Flexível , Calibragem: Calibrada , Embalagem: Embalagem Individual , Material*: Plástico , Volume: 10 Mcl , Esterilidade: Estéril, Descartável

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 13000 **Quantidade Mínima Cotada:** 13000

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (13000)

3 - Bandeja laboratório

Descrição Detalhada: Bandeja Laboratório Adicional: Descartável , Dimensões: Cerca De 50 ML, Tipo: Tipo Reservatório Para Pipetagem , Tipo Uso: Plástico

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2000 **Quantidade Mínima Cotada:** 2000

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (2000)

4 - Caixa laboratório

Descrição Detalhada: Caixa Laboratório Material: Polipropileno , Capacidade: 100 Tubos , Adicional: Identificação Alfa-Numérica , Volume: Para Tubos Até 2 ML, Acessórios: Tampa Com Dobradiça

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 260 **Quantidade Mínima Cotada:** 260

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (260)

5 - Caixa

Descrição Detalhada: Caixa Material: Plástico , Altura: 30 MM, Aplicação: Acondicionar Lâminas Histológicas , Comprimento: 205 MM, Largura: 165 M

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 65

Quantidade Mínima Cotada: 65

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (65)

6 - Embalagem p, esterilização

Descrição Detalhada: Embalagem P/ Esterilização Material: Polietileno , Componentes Adicionais: Termosselante , Tamanho: Cerca De 40 X 60 CM, Apresentação: Saco , Tipo Uso: Uso Único

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 8200

Quantidade Mínima Cotada: 8200

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (8200)

7 - Filtro laboratório

Descrição Detalhada: Filtro Laboratório Material: Ésteres De Celulose , Embalagem: Embalagem Individual , Dimensões: Cerca De 25 MM, Tipo: Para Seringa , Tipo Uso: Descartável , Esterilidade: Estéril, Apirogênico , Porosidade: 0,22 µM

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 3000

Quantidade Mínima Cotada: 3000

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (3000)

8 - Fixador P/ Dispositivo Médico

Descrição Detalhada: Fixador P/ Dispositivo Médico Material: Tira Adesiva , Aplicação: P/ Tubo Endotraqueal , Componente: C/ Velcro Ajustável , Embalagem: Embalagem Individual , Componente Adicional: C/ Presilha De Fixação , Tamanho: Adulto , Tipo Uso: Uso Único

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 4000

Quantidade Mínima Cotada: 4000

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (4000)

9 - Frasco - tipo almotolia

Descrição Detalhada: Frasco - Tipo Almotolia Material: Em Polietileno (Plástico) , Capacidade: 125 ML, Tipo Bico: Bico Reto, Longo, Estreito, Com Protetor , Cor: Transparente , Graduação: Graduado Em ML , Tipo Tampa: Tampa Em Rosca

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 200

Quantidade Mínima Cotada: 200

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (200)

10 - Frasco para cultura celular

Descrição Detalhada: Frasco Para Cultura Celular Material: Poliestireno , Componentes: Com Bocal Inclinado , Área: 75 CM2, Opacidade: Transparente , Adicional: Com Filtro Estéril , Esterilidade*: Estéril, Apirrogênico, Livre De Dnase E Rnase , Graduação: Graduado , Tipo Uso: Descartável , Tipo Tampa: Tampa Rosqueável

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 200

Quantidade Mínima Cotada: 200

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (200)

11 - Frasco para cultura celular

Descrição Detalhada: Frasco Para Cultura Celular Material: Poliestireno , Componentes: Com Bocal Inclinado , Área: 150 CM2, Opacidade: Transparente , Adicional: Com Filtro Estéril , Esterilidade*: Estéril, Apirrogênico, Livre De Dnase E Rnase , Graduação: Graduado , Tratamento Superficial: Superfície Tratada , Tipo Uso: Descartável , Tipo Tampa: Tampa Rosqueável

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 100

Quantidade Mínima Cotada: 100

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (100)

12 - Frasco para cultura celular

Descrição Detalhada: Frasco Para Cultura Celular Material: Poliestireno , Componentes: Com Bocal Inclinado , Área: 25 CM2, Opacidade: Transparente , Adicional: Com Estágio De Ventilação , Esterilidade*: Estéril, Apirrogênico, Livre De Dnase E Rnase , Graduação: Graduado , Tratamento Superficial: Superfície Tratada , Tipo Uso: Descartável , Tipo Tampa: Tampa Rosqueável

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 50

Quantidade Mínima Cotada: 50

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (50)

13 - Frasco para cultura celular

Descrição Detalhada: Frasco Para Cultura Celular Material: Poliestireno , Componentes: Com Bocal Inclinado , Área: 25 CM2, Opacidade: Transparente , Adicional: Com Estágio De Ventilação , Esterilidade*: Estéril, Apirrogênico, Livre De Dnase E Rnase , Graduação: Graduado , Tratamento Superficial: Superfície Tratada , Tipo Uso: Descartável , Tipo Tampa: Tampa Rosqueável

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 50

Quantidade Mínima Cotada: 50

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (50)

14 - Frasco para cultura celular

Descrição Detalhada: Frasco Para Cultura Celular Material: Poliestireno , Componentes: Com Bocal Inclinado , Área: 75 CM2, Opacidade: Transparente , Adicional: Com Estágio De Ventilação , Esterilidade*: Estéril, Apirrogênico, Livre De Dnase E Rnase , Graduação: Graduado , Tratamento Superficial: Superfície Tratada , Tipo Uso: Descartável , Tipo Tampa: Tampa Rosqueável

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 200

Quantidade Mínima Cotada: 200

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (200)

15 - Lâmina laboratório

Descrição Detalhada: Lâmina Laboratório Material: Vidro , Tipo*: Lapidada , Tipo Borda: Borda Fosca , Dimensões: Cerca De 75 X 25 M

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 20400

Quantidade Mínima Cotada: 20400

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (20400)

16 - Lâmina laboratório

Descrição Detalhada: Lâmina Laboratório Material: Vidro , Adicional: Silanizada , Tipo Borda: Borda Fosca , Dimensões: Cerca De 75 X 25 M

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 79000

Quantidade Mínima Cotada: 79000

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (79000)

17 - Lâmina laboratório

Descrição Detalhada: Lâmina Laboratório Material: Vidro , Tipo Borda: Borda Lisa , Dimensões: Cerca De 75 X 25 M

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 5250

Quantidade Mínima Cotada: 5250

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (5250)

18 - Lamínula

Descrição Detalhada: Lamínula Material: Vidro , Dimensões: Cerca De 20 X 20 M

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 4400

Quantidade Mínima Cotada: 4400

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (4400)

19 - Lamínula

Descrição Detalhada: Lamínula Material: Vidro , Dimensões: Cerca De 20 X 20 M

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 500

Quantidade Mínima Cotada: 500

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (500)

20 - Lamínula**Descrição Detalhada:** Lamínula Material: Vidro , Dimensões: Cerca De 25 X 25 M**Tratamento Diferenciado:** Não**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não**Quantidade Total:** 2300**Quantidade Mínima Cotada:** 2300**Critério de Julgamento:** Menor Preço**Critério de Valor:** Valor Estimado**Unidade de Fornecimento:** Unidade**Quantidade Máxima para Adesões:** 0**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01**Local de Entrega (Quantidade):** Rio de Janeiro/RJ (2300)**21 - Lamínula****Descrição Detalhada:** Lamínula Material: Vidro , Dimensões: Cerca De 25 X 50 M**Tratamento Diferenciado:** Não**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não**Quantidade Total:** 10800**Quantidade Mínima Cotada:** 10800**Critério de Julgamento:** Menor Preço**Critério de Valor:** Valor Estimado**Unidade de Fornecimento:** Unidade**Quantidade Máxima para Adesões:** 0**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01**Local de Entrega (Quantidade):** Rio de Janeiro/RJ (10800)**22 - Laminula****Descrição Detalhada:** Lamínula Material: Vidro , Dimensões: Cerca De 15 MM, Formato: Redonda**Tratamento Diferenciado:** Não**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não**Quantidade Total:** 10000**Quantidade Mínima Cotada:** 10000**Critério de Julgamento:** Menor Preço**Critério de Valor:** Valor Estimado**Unidade de Fornecimento:** Unidade**Quantidade Máxima para Adesões:** 0**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01**Local de Entrega (Quantidade):** Rio de Janeiro/RJ (10000)**23 - Meio de cultura****Descrição Detalhada:** Meio De Cultura Aditivos: Com Sps, Co2 E Vácuo , Aplicação: Para Hemocultura Adulto , Tipo: Caldo Tsb**Tratamento Diferenciado:** Não**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não**Quantidade Total:** 200**Quantidade Mínima Cotada:** 200**Critério de Julgamento:** Menor Preço**Critério de Valor:** Valor Estimado**Unidade de Fornecimento:** Unidade**Quantidade Máxima para Adesões:** 0**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01**Local de Entrega (Quantidade):** Rio de Janeiro/RJ (200)**24 - Microtubo****Descrição Detalhada:** Microtubo Material: Polipropileno , Tipo Fundo: Fundo Cônico , Capacidade: 0,2 ML, Característica Adicional: Apirogênico, Livre De Dnase E Rnase , Graduação: Graduado , Tipo Tampa: Tampa Pressão Chata , Esterilidade: Estéril**Tratamento Diferenciado:** Não**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não**Quantidade Total:** 7000**Quantidade Mínima Cotada:** 7000**Critério de Julgamento:** Menor Preço**Critério de Valor:** Valor Estimado**Unidade de Fornecimento:** Unidade**Quantidade Máxima para Adesões:** 0**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01**Local de Entrega (Quantidade):** Rio de Janeiro/RJ (7000)

25 - Microtubo

Descrição Detalhada: Microtubo Material: Polipropileno , Tipo Fundo: Fundo Cônico , Capacidade: 0,5 ML, Característica Adicional: Apirogênico, Livre De Dnase E Rnase , Graduação: Graduado , Tipo Tampa: Tampa Pressão Chata , Esterilidade: Estéril

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 8000

Quantidade Mínima Cotada: 8000

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (8000)

26 - Microtubo

Descrição Detalhada: Microtubo Material: Polipropileno , Tipo Fundo: Auto Sustentável , Capacidade: 1,2 ML, Característica Adicional: Apirogênico, Livre De Dnase E Rnase , Tipo*: Criogênico , Graduação: Graduado , Tipo Tampa: Tampa Rosqueável , Esterilidade: Estéril

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 700

Quantidade Mínima Cotada: 700

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (700)

27 - Microtubo

Descrição Detalhada: Microtubo Material: Polipropileno , Tipo Fundo: Fundo Cônico , Capacidade: 1,5 ML, Característica Adicional: Apirogênico, Livre De Dnase E Rnase , Graduação: Graduado , Tipo Tampa: Tampa Pressão Chata

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 25500

Quantidade Mínima Cotada: 25500

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (25500)

28 - Microtubo

Descrição Detalhada: Microtubo Material: Polipropileno , Tipo Fundo: Fundo Cônico , Capacidade: 2 ML, Característica Adicional: Apirogênico, Livre De Dnase E Rnase , Graduação: Graduado , Tipo Tampa: Tampa Pressão Chata , Esterilidade: Estéril

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 17500

Quantidade Mínima Cotada: 17500

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (17500)

29 - Microtubo

Descrição Detalhada: Microtubo Material: Polipropileno , Tipo Fundo: Auto Sustentável , Capacidade: 2 ML, Tipo*: Criogênico , Graduação: Graduado , Tipo Tampa: Tampa Rosqueável , Esterilidade: Estéril

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 15000

Quantidade Mínima Cotada: 15000

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (15000)

30 - Papel de filtro

Descrição Detalhada: Papel De Filtro Dimensões: 50 X 50 CM, Tipo: Qualitativo

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 4800

Quantidade Mínima Cotada: 4800

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (4800)

31 - Pipeta

Descrição Detalhada: Pipeta Material: Plástico , Capacidade: 3 ML, Escala: Escala 0,5 Em 0,5 ML , Tipo: Pasteur , Graduação: Graduada , Esterilidade: Estéril

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 13500

Quantidade Mínima Cotada: 13500

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (13500)

32 - Pipeta

Descrição Detalhada: Material: Plástico, Capacidade: 10 ML, Escala: Escala 0,1 Em 0,1 ML, Tipo: Sorológica, Graduação: Graduada, Tipo Uso: Descartável, Esterilidade: Estéril, Acessórios: Com Filtro Hidrófobo,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 3000

Quantidade Mínima Cotada: 3000

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (3000)

33 - Pipeta

Descrição Detalhada: Pipeta Material: Plástico , Capacidade: 2 ML, Escala: Escala 0,1 Em 0,1 ML , Tipo: Sorológica , Graduação: Graduada , Tipo Uso: Descartável , Esterilidade: Estéril , Acessórios: Com Filtro Hidrófobo

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 21000

Quantidade Mínima Cotada: 21000

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (21000)

34 - Pipeta

Descrição Detalhada: Pipeta Material: Vidro , Capacidade: 5 ML, Escala: Escala 0,1 Em 0,1 ML , Tipo: Sorológica , Graduação: Graduada , Tipo Uso: Descartável , Esterilidade: Estéril

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 5300

Quantidade Mínima Cotada: 5300

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (5300)

35 - Placa de petri

Descrição Detalhada: Placa De Petri Material: Plástico , Dimensões: Cerca De 15 X 150 MM, Tipo Uso: Descartável , Esterilidade: Estéril , Formato: Redonda

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 600

Quantidade Mínima Cotada: 600

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (600)

36 - Placa de petri

Descrição Detalhada: Placa De Petri Material: Plástico , Dimensões: Cerca De 15 X 90 MM, Tipo Uso: Descartável , Esterilidade: Estéril , Formato: Redonda

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 30000

Quantidade Mínima Cotada: 30000

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (30000)

37 - Placa laboratório

Descrição Detalhada: Placa Laboratório Material: Vidro , Capacidade: 12 Poços , Tipo: Kline

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 150

Quantidade Mínima Cotada: 150

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (150)

38 - Placa laboratório

Descrição Detalhada: Placa Laboratório Material: Plástico , Componentes: Com Tampa , Tipo Fundo: Fundo Chato , Capacidade: 6 Poços , Embalagem: Embalagem Individual , Tipo: Para Cultura , Tipo Uso: Descartável , Esterilidade: Estéril, Apirrogênica, Livre De Dnase E Rnase

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 100

Quantidade Mínima Cotada: 100

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (100)

39 - Placa laboratório

Descrição Detalhada: Placa Laboratório Material: Plástico , Componentes: Com Tampa , Tipo Fundo: Fundo Chato , Capacidade: 96 Poços , Embalagem: Embalagem Individual , Tipo: Para Cultura , Tipo Uso: Descartável , Esterilidade: Estéril, Apirrogênica, Livre De Dnase E Rnase

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 500

Quantidade Mínima Cotada: 500

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (500)

40 - Placa laboratório

Descrição Detalhada: Placa Laboratório Material: Plástico , Componentes: Com Tampa , Tipo Fundo: Fundo Em "U" , Capacidade: 96 Poços , Embalagem Primária: Embalagem Individual , Tipo Uso*: Descartável , Esterilidade*: Estéril, Apirogênica, Livre De Dnase E Rnase , Tipo: Para Cultura

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 250

Quantidade Mínima Cotada: 250

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (250)

41 - Placa laboratório

Descrição Detalhada: Placa Laboratório Material: Polietileno , Componentes: Com Tampa, Identificação Alfa-Numérica , Tipo Fundo: Fundo Chato , Capacidade: 24 Poços , Adicional: Superfície Tratada , Embalagem Primária: Embalagem Individual , Tipo Uso*: Descartável , Esterilidade*: Estéril, Apirogênica, Livre De Dnase E Rnase , Tipo: Para Cultura

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 400

Quantidade Mínima Cotada: 400

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (400)

42 - Placa laboratório

Descrição Detalhada: Placa Laboratório Material: Plástico , Componentes: C/ Tiras Destacáveis , Tipo Fundo: Fundo Chato , Capacidade: 96 Poços , Dimensões: 8 X 12 , Tipo: Para Imunoensaios , Volume: 0,4 M

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2700

Quantidade Mínima Cotada: 2700

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (2700)

43 - Placa laboratório

Descrição Detalhada: Placa Laboratório Material: Plástico , Tipo Fundo: Fundo Em "V" , Capacidade: 384 Poços , Adicional: Com Código De Barras , Tipo: Para Pcr , Volume: 0,4 M

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 20

Quantidade Mínima Cotada: 20

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (20)

44 - Placa laboratório

Descrição Detalhada: Placa Laboratório Material: Plástico , Tipo Fundo: Fundo Em "V" , Capacidade: 96 Poços , Adicional: Com Código De Barras , Tipo: Para Pcr , Volume: 0,1 M

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 50

Quantidade Mínima Cotada: 50

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (50)

45 - Placa laboratório

Descrição Detalhada: Placa Laboratório Material: Plástico , Tipo Fundo: Fundo Em "V" , Capacidade: 96 Poços , Adicional: Sem Borda , Tipo: Para Pcr

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1

Quantidade Mínima Cotada: 1

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (1)

46 - Ponteira laboratório

Descrição Detalhada: Ponteira Laboratório Material: Polipropileno , Capacidade: Até 10 Mcl , Tipo Uso*: Descartável , Esterilidade*: Estéril, Apirogênico, Livre De Dnase E Rnase , Acessórios: Com Filtro Hidrófobo

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 11328

Quantidade Mínima Cotada: 11328

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (11328)

47 - Ponteira laboratório

Descrição Detalhada: Ponteira Laboratório Material: Polipropileno , Capacidade: Até 10 Mcl , Tipo Uso*: Descartável , Esterilidade*: Estéril, Apirogênico, Livre De Dnase E Rnase

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 5952

Quantidade Mínima Cotada: 5952

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (5952)

48 - Ponteira laboratório

Descrição Detalhada: Ponteira Laboratório Material: Polipropileno , Capacidade: Até 100 Mcl , Tipo Uso*: Descartável , Esterilidade*: Estéril, Apirogênico, Livre De Dnase E Rnase , Acessórios: Com Filtro Hidrófobo

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2400

Quantidade Mínima Cotada: 2400

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (2400)

49 - Ponteira laboratório

Descrição Detalhada: Ponteira Laboratório Material: Polipropileno , Capacidade: Até 1000 Mcl , Tipo Uso*: Descartável , Esterilidade*: Estéril, Apirogênico, Livre De Dnase E Rnase

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 9600

Quantidade Mínima Cotada: 9600

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (9600)

50 - Ponteira laboratório

Descrição Detalhada: Ponteira Laboratório Material: Polipropileno , Capacidade: Até 1000 Mcl , Tipo Uso*: Descartável

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 23200

Quantidade Mínima Cotada: 23200

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (23200)

51 - Ponteira laboratório

Descrição Detalhada: Ponteira Laboratório Material: Polipropileno , Capacidade: Até 1250 Mcl , Tipo Uso*: Descartável , Esterilidade*: Estéril, Apirogênico, Livre De Dnase E Rnase , Acessórios: Com Filtro Hidrófobo

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 960

Quantidade Mínima Cotada: 960

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (960)

52 - Ponteira laboratório

Descrição Detalhada: Ponteira Laboratório Material: Polipropileno , Capacidade: Até 20 Mcl , Adicional: Baixa Retenção , Tipo Uso*: Descartável , Esterilidade*: Estéril, Apirogênico, Livre De Dnase E Rnase , Acessórios: Com Filtro Hidrófobo

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 6144

Quantidade Mínima Cotada: 6144

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (6144)

53 - Ponteira laboratório

Descrição Detalhada: Ponteira Laboratório Material: Polipropileno , Capacidade: Até 20 Mcl , Tipo Uso*: Descartável , Esterilidade*: Apirogênico, Livre De Dnase E Rnase

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 4000

Quantidade Mínima Cotada: 4000

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (4000)

54 - Ponteira laboratório

Descrição Detalhada: Ponteira Laboratório Material: Polipropileno , Capacidade: Até 200 Mcl , Adicional: Ponta Larga , Tipo Uso*: Descartável , Esterilidade*: Estéril, Livre De Dnase E Rnase , Acessórios: Com Filtro Hidrófobo

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 3360

Quantidade Mínima Cotada: 3360

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (3360)

55 - Ponteira laboratório

Descrição Detalhada: Ponteira Laboratório Material: Polipropileno , Capacidade: Até 200 Mcl , Tipo Uso*: Descartável

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 26300

Quantidade Mínima Cotada: 26300

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (26300)

56 - Ponteira laboratório

Descrição Detalhada: Ponteira Laboratório Material: Polipropileno , Capacidade: Até 200 Mcl , Tipo Uso*: Descartável , Esterilidade*: Estéril, Apirogênico, Livre De Dnase E Rnase

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 960

Quantidade Mínima Cotada: 960

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (960)

57 - Ponteira laboratório

Descrição Detalhada: Ponteira Laboratório Material: Polipropileno , Capacidade: Até 50 Mcl , Tipo Uso*: Descartável , Esterilidade*: Estéril, Apirogênico, Livre De Dnase E Rnase , Acessórios: Com Filtro Hidrófobo

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1440

Quantidade Mínima Cotada: 1440

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (1440)

58 - Ponteira laboratório

Descrição Detalhada: Ponteira Laboratório Material: Polipropileno , Capacidade: Até 5000 Mcl , Tipo Uso*: Descartável , Esterilidade*: Apirogênico, Livre De Dnase E Rnase

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 3500

Quantidade Mínima Cotada: 3500

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (3500)

59 - Porta lâmina

Descrição Detalhada: Porta Lâmina Material: Polipropileno , Capacidade: Até 3 Lâminas , Adicional: Com Divisórias , Tipo Tampa: Tampa Rosqueável

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2000

Quantidade Mínima Cotada: 2000

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (2000)

60 - Retossigmoidoscópio

Descrição Detalhada: Retossigmoidoscópio Material: Fibra Transparente , Comprimento: Comprimento 250mm , Dimensões: Aberturas Proximal E Distal 20mm , Tipo: Descartável

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 70

Quantidade Mínima Cotada: 70

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (70)

61 - Sistema filtração

Descrição Detalhada: Sistema Filtração Material: Em Plástico , Componentes Adicionais: Com Filtro 0,22 µM (Ésteres Celulose) , Capacidade: 150 ML, Tipo: À Vácuo , Composição: Com Funil , Esterilidade: Estéril

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 20

Quantidade Mínima Cotada: 20

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (20)

62 - Sistema filtração

Descrição Detalhada: Sistema Filtração Material: Em Plástico , Componentes Adicionais: Com Filtro 0,22 µM (Pes) , Capacidade: 1000 ML, Tipo: À Vácuo , Composição: Com Funil, Frasco Coleta , Esterilidade: Estéril

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 60

Quantidade Mínima Cotada: 60

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (60)

63 - Sistema filtração

Descrição Detalhada: Sistema Filtração Material: Em Plástico , Componentes Adicionais: Com Filtro 0,22 µM (Pes) , Capacidade: 500 ML, Tipo: À Vácuo , Composição: Com Funil, Frasco Coleta , Esterilidade: Estéril

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 40

Quantidade Mínima Cotada: 40

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (40)

64 - Swab

Descrição Detalhada: Swab Material: Haste Plástica , Tipo De Uso: Descartável , Apresentação*: Embalagem Individual Em Tubo Plástico , Tipo Ponta: Ponta Em Algodão Hidrófilo , Esterilidade: Estéril

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 28000

Quantidade Mínima Cotada: 28000

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (28000)

65 - Termômetro clínico

Descrição Detalhada: Termômetro Clínico Componentes: C/ Alarmes , Ajuste: Digital , Escala: Até 45 °C, Embalagem: Embalagem Individual , Tipo*: Uso Axilar E Oral , Memória: Memória Última Medição

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 200

Quantidade Mínima Cotada: 200

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (200)

66 - Tubo laboratório

Descrição Detalhada: Tubo Laboratório Material: Polipropileno , Uso: Descartável , Tipo Fundo: Fundo Cônico , Capacidade: 15 ML, Tipo: Centrífuga , Graduação: Graduado , Esterilidade: Estéril, Apirogênico, Livre De Dnase E Rnase , Acessórios: Tampa Rosqueável

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 5000

Quantidade Mínima Cotada: 5000

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (5000)

67 - Tubo laboratório

Descrição Detalhada: Tubo Laboratório Material: Polipropileno , Uso: Descartável , Tipo Fundo: Fundo Cônico , Capacidade: 50 ML, Tipo: Centrífuga , Graduação: Graduado , Esterilidade: Estéril, Apirogênico, Livre De Dnase E Rnase , Acessórios: Tampa Rosqueável

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 11000

Quantidade Mínima Cotada: 11000

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (11000)

68 - Tubo laboratório

Descrição Detalhada: Tubo Laboratório Material: Vidro , Tipo Fundo: Fundo Redondo , Adicional: Com Orla , Dimensões: Cerca De 10 X 75 MM, Tipo: Ensaio

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 5000

Quantidade Mínima Cotada: 5000

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (5000)

69 - Tubo para coleta de amostra biológica

Descrição Detalhada: Tubo Para Coleta De Amostra Biológica Material: Plástico , Componentes: Com Heparina De Sódio , Uso: Coleta De Sangue , Característica Adicional: À Vácuo , Volume: 10 ML, Esterilidade: Estéril, Descartável

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1600

Quantidade Mínima Cotada: 1600

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (1600)

70 - Tubo para coleta de amostra biológica

Descrição Detalhada: Tubo Para Coleta De Amostra Biológica Material: Plástico , Componentes: Com Citrato De Sódio 3,2% , Uso: Coleta De Sangue , Característica Adicional: À Vácuo , Volume: 2 ML, Esterilidade: Estéril, Descartável

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2000

Quantidade Mínima Cotada: 2000

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (2000)

71 - Tubo para coleta de amostra biológica

Descrição Detalhada: Tubo Para Coleta De Amostra Biológica Material: Plástico , Componentes: Com Edta-K3 , Uso: Microcoleta De Sangue , Característica Adicional: À Vácuo , Volume: 2 ML, Esterilidade: Estéril, Descartável

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2000

Quantidade Mínima Cotada: 2000

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (2000)

72 - Tubo para coleta de amostra biológica

Descrição Detalhada: Tubo Para Coleta De Amostra Biológica Material: Plástico , Componentes: Com Ativador De Coágulo , Uso: Coleta De Sangue , Característica Adicional: À Vácuo , Volume: 4 ML, Esterilidade: Estéril, Descartável

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 5000

Quantidade Mínima Cotada: 5000

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (5000)

73 - Tubo para coleta de amostra biológica

Descrição Detalhada: Tubo Para Coleta De Amostra Biológica Material: Plástico , Componentes: Com Edta-K3 , Uso: Coleta De Sangue , Característica Adicional: À Vácuo , Volume: 4 ML, Esterilidade: Estéril, Descartável

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 120000

Quantidade Mínima Cotada: 120000

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (120000)

74 - Tubo para coleta de amostra biológica

Descrição Detalhada: Tubo Para Coleta De Amostra Biológica Material: Plástico , Componentes: Com Fluoreto De Sódio , Uso: Coleta De Sangue , Característica Adicional: À Vácuo , Volume: 4 ML, Esterilidade: Estéril, Descartável

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 700

Quantidade Mínima Cotada: 700

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (700)

75 - Tubo para coleta de amostra biológica

Descrição Detalhada: Tubo Para Coleta De Amostra Biológica Material: Plástico , Componentes: Com Citrato De Sódio 3,2% , Uso: Coleta De Sangue , Característica Adicional: À Vácuo , Volume: 4,5 ML, Esterilidade: Estéril, Descartável

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 13600

Quantidade Mínima Cotada: 13600

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (13600)

76 - Tubo para coleta de amostra biológica

Descrição Detalhada: Tubo Para Coleta De Amostra Biológica Material: Plástico , Componentes: Com Ativador De Coágulo E Gel Separador , Uso: Coleta De Sangue , Característica Adicional: À Vácuo , Volume: 8 ML, Esterilidade: Estéril, Descartável

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 96000

Quantidade Mínima Cotada: 96000

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (96000)

77 - Filtro Terapia Respiratória

Descrição Detalhada: Filtro Terapia Respiratória Modelo: Hmef , Aplicação: P/ Circuito Respiratório , Componente: Conexões Padrão , Tipo Membrana: Hidrófobo E Higroscópico , Tipo: Troca Calor E Umidade C/ Barreira Microbiológica , Tamanho: Adulto , Esterilidade: Estéril

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 11500

Quantidade Mínima Cotada: 11500

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (11500)