

5 - Reagente

Descrição Detalhada: Reagente Componentes 3: Anticorpos Monoclonais Anti_Cd8/Cd19/Cd3/Cd56/Cd4 , Tipo 3: Conjunto De Reagentes , Características Adicionais 2: Completo Com Reagentes E Acessórios , Aplicação 4: Citometria De Fluxo , Componentes Adicionais: Contagem De Linfócitos Relação A Subpopulação Cd3

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2

Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
--------------------------------	-------------	---------------------------	----------------

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 5,00

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (2)

6 - Balão Laboratório

Descrição Detalhada: Balão Laboratório Tipo Uso: Schlenk , Tipo Fundo: Fundo Redondo , Material: Vidro , Capacidade: 250 ML, Tipo Saída: Com 1 Saída Lateral , Acessórios: Torneira De Vidro

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 20

Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
--------------------------------	--------------------	---------------------------	-----------------------

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 5,00

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (20)

7 - Condensador

Descrição Detalhada: Condensador Tipo: Tipo Graham , Material: Vidro , Tipo Coluna: Coluna Em Serpentina , Comprimento: Cerca De 20 CM, Adicional: Com 2 Juntas

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 4

Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
--------------------------------	--------------------	---------------------------	-----------------------

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 5,00

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (4)

8 - Condensador

Descrição Detalhada: Condensador Tipo: Tipo Allihn , Material: Vidro , Tipo Coluna: Coluna Em Bola , Comprimento: Cerca De 30 CM, Adicional: Com 2 Juntas

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 4

Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
--------------------------------	--------------------	---------------------------	-----------------------

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 5,00

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (4)

9 - Reagente Analítico 4

Descrição Detalhada: Reagente Analítico 4 Tipo: Matriz Extracelular , Tipo De Análise: Para Cultura De Células , Concentração: Alta Concentração De Fatores De Crescimento , Apresentação*: Extraída De Tumor De Camundongo

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 20

Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
--------------------------------	-------------	---------------------------	----------------

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 5,00

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (20)