

RELAÇÃO DE ITENS - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90002/2025-001 SRP

1 - Itens da Licitação

1 - Equipamento Laboratório

Descrição Detalhada: Equipamento Laboratório Tipo: P/ Conexão Estéril De Tubos , Ajuste: Ajuste Digital,C/ Tela Sensível Toque, Programável , Dimensões: P/ Tubos Até 1 M

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1 **Quantidade Mínima Cotada:** 1

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (1)

2 - Agitador mecânico

Descrição Detalhada: Agitador Mecânico Tipo: Tipo Vortex , Ajuste: Ajuste Mecânico , Rotação: Até 3500 RPM, Adicional: Operação Contínua E Pulso , Componentes: Pés Ventosas Em Borracha

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1 **Quantidade Mínima Cotada:** 1

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (1)

3 - Incubadora laboratório

Descrição Detalhada: Incubadora Laboratório Ajuste: Ajuste Digital,C/ Tela Sensível Toque,Programável , Tipo*: Com Agitação , Rotação: Até 400 RPM, Volume: Para Frascos Até 5 L, Temperatura: Controle Temperatura Até 80 °C, Temporização: Temporizador Até 100 H, Adicional: Módulo Empilhável , Componentes: Com Porta Frontal

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1 **Quantidade Mínima Cotada:** 1

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (1)

4 - Balança analítica

Descrição Detalhada: Balança Analítica Capacidade: 220 G, Resolução: 0,0001 G, Diâmetro Prato: 90 MM, Tempo Medição: 2

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1 **Quantidade Mínima Cotada:** 1

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00 **Margem de Preferência Normal (%):** 10,00 **Margem de Preferência Adicional (%):**

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (1)

5 - Capela exaustão

Descrição Detalhada: Capela Exaustão Tipo: De Gases , Material: Fibra De Vidro , Dimensões: Cerca De 80 X 60 X 90 CM, Componentes: Janela Corrediça Com Contra Peso , Outros Componentes: Com Lâmpada Interna , Adicional: Forma De Guilhotina , Vazão: Até 600 M3/

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2

Quantidade Mínima Cotada: 2

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (2)

6 - Incubadora laboratório

Descrição Detalhada: Incubadora Laboratório Ajuste: Ajuste Digital, C/ Pannel De Controle , Tipo*: Com Agitação , Rotação: Até 240 RPM, Volume: P/ Frascos Até 250 ML, Temperatura: Controle Temperatura Até 60 °C, Temporização: Temporizador Até 9.999 MIN, Componentes: Com Porta Frontal

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1

Quantidade Mínima Cotada: 1

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (1)

7 - Equipamento laboratório

Descrição Detalhada: Equipamento Laboratório Tipo: Sistema De Imagem Para Géis De Eletroforese , Método: Quimioluminescência E Fluorescência , Ajuste: Ajuste Digital,C/ Tela Sensível Toque, Programável , Capacidade: Até 10 Canais , Componentes: Com Led Verde, Visível E Infravermelho Próximo

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1

Quantidade Mínima Cotada: 1

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (1)

8 - Sistema eletroforese

Descrição Detalhada: Sistema Eletroforese Tipo: Vertical , Apresentação: Conjunto Completo , Capacidade: Até 4 Géis , Adicional: P/ Preparo Gel Poliacrilamida Com Gradiente

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1

Quantidade Mínima Cotada: 1

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (1)

9 - Microscópio

Descrição Detalhada: Microscópio Tipo De Análise: Ótico , Tipo: Binocular , Aumento: Oculares Até 10x, Zoom Até 100x , Componentes: Mesa Em Platina , Outros Componentes: Charriot Regulável, Quadriculado , Adicional: Inclinação Até 45°

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1

Quantidade Mínima Cotada: 1

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (1)

10 - Aparelho avaliação gordura corporal

Descrição Detalhada: Aparelho Analisador Percentual Gordura Corporal Método: Bioimpedância , Função: Massa Celular Corporal, Extracelular, Magra, Gorda , Funções Básicas: Massa Corporal, Tx Metabólica Basal, Água Corp, Total , Adicionais: Água Intracelular, Extracelular, Relação Ecm/Bcm , Características Adicionais: Retância +Ou-0,2%, Amplitude 0-300 Omhs, Res. 0,1ohm , Resistência: Precisão + Ou - 1% , Amplitude: 200-1500 OHMS, Resolução: 0,1 OHMS, Ângulo: Ângulo De Fase Precisão +Ou- 0,2%, 0 A 20°, 0,1omhs

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1

Quantidade Mínima Cotada: 1

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (1)

11 - Aparelho ultrassonografia

Descrição Detalhada: Aparelho Ultrassonografia Material Gabinete: Portátil, Digital Alta Resolução , Aplicação: Multifuncional, Conexão Sem Fio , Características Adicionais: Até 4 Transdutores Multifrequenciais , Componentes Adicionais: Ajuste Digital, C/ Painel De Controle

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1

Quantidade Mínima Cotada: 1

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (1)

12 - Balança eletrônica

Descrição Detalhada: Balança Eletrônica Capacidade Pesagem: 200 KG, Voltagem: 110/220 V, Características Adicionais: Plataforma Com Coluna, Rodas E Acessórios , Tipo: Digital , Sensibilidade: 20 A 50 G, Material: Aço Carbono

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 3

Quantidade Mínima Cotada: 3

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00

Margem de Preferência Normal (%): 10,00 **Margem de Preferência Adicional (%):**

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (3)