

ANEXO III
ANÁLISE DE AMOSTRA
Ponteiras descartáveis COM FILTRO (itens 25 e 26)

Número do Processo	25382.000409/2025-76
Número DA DISPENSA	
Nome do fornecedor	
Data recebimento amostra	
Depto. Responsável pela análise	

Nº do item	Descrição do item	Marca	Qtd. De amostras	Unidade de medida

Itens de verificação	C*	NC**
Análise visual		
Atendimento aos requisitos solicitados na descrição e constantes do edital		
Avaliação do Ensaio		
Teste de encaixe das ponteiros em pipetadores utilizados pela Instituição (Gilson, finn pipette, htl, biohit, labmate e diversas marcas mono e multicanal)		
Teste de aspiração de diferentes volumes para verificar se o produto não bloqueia a entrada de líquidos ou permita o vazamento		
Teste de esterilidade		

Observações:

--

Identificação do avaliador	Assinatura

Srs. Avaliadores,

A análise será feita com base nos critérios estabelecidos, para cada item, recebendo a indicação de “Conforme - C” ou “Não conforme - NC” e será considerado aprovado o item que receber a indicação “Conforme-C” em todos os critérios estabelecidos.

A conformidade será atribuída quando 100% das amostras atenderem ao critério.

O resultado da avaliação da amostra deverá ser fornecido pelo avaliador, que será anexada ao processo e à unidade do item avaliado, para uso do Almoxarifado, a título de referência, quando do recebimento do item.