

 CASA DA MOEDA DO BRASIL		FOLHA DE ESPECIFICAÇÃO - ESP		Folha: 01
Especificação N°: DETEC/SEEPM/019/2024		Substitui a de N°:		Data: 05/04/2024
Classificação: ☐ Embalagem ☒ Equipamento ☐ Material ☐ Processo ☐ Produto				Código CMB:
Assunto: APARELHO DIGITAL PARA MEDIÇÃO DE CARGAS ELETROSTÁTICAS				
Utilização: AFERIÇÃO DE CARGAS ELETROSTATICAS EM FILME PLASTICO TERMOADESIVO				
Clientes: DEMAT/SELAB				

Especificação:

1 - INTRODUÇÃO:

Especificação técnica e para aquisição de instrumento para medição de cargas eletrostáticas em filme plástico termoadesivo.

2-CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- Range de medição o aparelho deve medir cargas estáticas de 0 ~ 22 KV (22.000 volts);
- Distancia de medição de até 25mm/1POLEGADA;020
- Exatidão das medidas de aproximadamente +-10%;
- Ícone de carga de bateria no display;
- Bateria de 9 volts;
- Maleta ou bolsa de proteção para transporte;
- Certificado de aferição/calibração;
- A proposta deverá contemplar as despesas de envio para o endereço do item 5.

3 – GARANTIA

Por um período mínimo de 12 (doze) meses, contra defeitos de fabricação.

4- PRAZO DE ENTREGA

O prazo de entrega do bem é de 60 (sessenta dias) consecutivos, contados da emissão do pedido de compras.

5 – LOCAL DE ENTREGA

CASA DA MOEDA DO BRASIL
 SEÇÃO DE MATERIAIS E ALMOXARIFADO - SEMAT
 Rua René Bittencourt, 371 – Distrito Industrial de Santa Cruz – Rio de Janeiro/RJ.

Elaborador: Engenheiro - SEEPM (assinado digitalmente)	Gerente: Gerente - SEEPM (assinado digitalmente)	Superintendente: Superintendente – DETEC (assinado digitalmente)
--	--	--