

AVISO DO PEDIDO DE COTAÇÃO ELETRÔNICA PCE Nº 20.300.2024.0002

Em 03/09/2024

O Comprasnet.Ba informa que está recebendo proposta de preço para contratação por DISPENSA DE LICITAÇÃO, nos termos do inciso I do artigo 75 da 14.133/2021 ou o inciso II do artigo 75 da 14.133/2021, para o Pedido de Cotação Eletrônica - PCE abaixo identificado:

PCE Nº 20.300.2024.0002

Órgão/Entidade : 20 - SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA

Unidade Gestora : 300 - FUNDO ESTADUAL DE SEGURANÇA PÚBLICA

Período Oficial da Disputa : das :14:30 às 16:30h de 09/09/2024

Dia da semana : Segunda-Feira

Início : 14:30 horas.

Término : 16:30 horas.

Objeto : AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS PARA FISIOTERAPIA

Conforme especificação abaixo :

Descrição : APARELHO, de ultra-som, para fisioterapia, microcontrolado, com funcoes e leituras digital em display de cristal liquido de no minimo 4 linhas por 16 caracteres, teclas em infra vermelho (ativa por aproximacao), controle digital, deve ter modo continuo e pulsado (1/1, 1/2, 1/5); 01 cabecote de no minimo 3MHz em poliuretano, gabinete plastico de alta resistencia, cabo de força tripolar destacavel, timer programavel no minimo ate 30min em passos de 1min.Deteccao de ausencia ou cabecote errado, sinalizado por sinal audio visual, indicacao de potencia de no minimo 3Wcm2 em passos de 0.1Wcm2.Movimento vibratorio no cabecote a 3480 vpm (vibracoes por minuto) no minimo, alimentacao eletrica 220 volts/60Hz. O equipamento devera possuir registro no Ministerio da Saude/Anvisa; O fornecedor devera entregar os manuais de operacao e de servico de manutencao para cada equipamento em portugues; Deve ser apresentado o cronograma das atividades de manutencao preventiva, conforme indicam os manuais de operacao e de servico; Devera ser apresentado o certificado de conformidade dos equipamentos com as normas NBR-IEC 60601-1 e NBR-IEC 60601-2-10; O fornecedor devera ceder as licencas dos softwares instalados no equipamento, se for o caso; Deve ser apresentado o Certificado de Garantia de 02 (dois) anos a contar da data de aceitacao do equipamento, entendendo-se por aceitacao a etapa que se sucede a entrega do equipamento e que se caracteriza pela realizacao dos testes preconizados nos manuais de operacao e de servico, comprovando que o equipamento esta operando dentro de suas condicoes de normalidade; No periodo de garantia dos equipamentos devem ser assegurados os servilos de assistencia tecnica, prestada diretamente no Estado da Bahia, mantendo-se para isso a periodicidade de atividades de manutencao de acordo com o cronograma que e recomendado nos manuais de operacao e de servico do fabricante; Os proponentes devrao obrigatoriamente mencionar em sua proposta todos os itens acima relacionados.Os itens nao informados serao considerados como nao atendidos.Os itens informados deverao ser comprovados.

UF : UNIDADE

Qtde : 1

Descrição : APARELHO, tens e fes, portátil, para analgesia e recuperacao do tonus muscular, clinico, portatil, microprocessado; deve possuir pulsos balanceados e amplitude bifásica com 04 canais- modo tens; normal, modulado (variacao de intensidade e frequencia) e burst modo de Fes; sincronizado e reciproco - controles de on time, off time, reset, day; largura de pulso e frequencia; timer de 01 a 60 TM; Alimentacao eletrica bivolt ; frequencia: 50/60 Hz. Devem ser fornecidos todos os seus devidos eletrodos, canetas e demais acessorios em tamanhos diversos; O equipamento devera possuir registro no Ministerio da Saude/Anvisa; O fornecedor devera entregar os manuais de operacao e de servico de manutencao para cada equipamento em portugues; Deve ser apresentado o cronograma das atividades de manutencao preventiva, conforme indicam os manuais de operacao e de servico; Devera ser apresentado o certificado de conformidade dos equipamentos com as normas NBR-IEC 60601-1 e NBR-IEC 60601-2-10; O fornecedor devera ceder as licencas dos softwares instalados no equipamento, se for o caso; Deve ser apresentado o Certificado de Garantia de 02 (dois) anos a contar da data de aceitacao do equipamento, entendendo-se por aceitacao a etapa que se sucede a entrega do equipamento e que se caracteriza pela realizacao dos testes preconizados nos manuais de operacao e de servico, comprovando que o equipamento esta operando dentro de suas condicoes de normalidade; No periodo de garantia dos equipamentos devem ser assegurados os servilos de assistencia tecnica, prestada diretamente no Estado da Bahia, mantendo-se para isso a periodicidade de atividades de manutencao de acordo com o cronograma que e recomendado nos manuais de operacao e de servico do fabricante; Os proponentes devrao obrigatoriamente mencionar em sua proposta todos os itens acima relacionados. Os itens nao informados serao considerados como nao atendidos. Os itens informados deverao ser comprovados.

UF : UNIDADE

Qtde : 1

Descrição : ELETROESTIMULADOR, para uso em acupuntura, com no minimo 8 canais e bateria interna recarregavel. Para uso em acupuntura e fisioterapia, para estimulacao de pontos transcutaneos. Com no minimo as seguintes caracteristicas: Possibilidade de fundo de escalada em 10mA ou 80 mA; Ter no minimo 8 canais de estimulacao; Deve possuir memorias regravaveis nao volateis para os parametros de tratamento; Deve ter no minimo 4 formas de ondas diferentes para estimulacao; Acompanhar no minimo 8 cabos (1 para cada canal) do tipo jacare); Deve ser dotado de bateria recarregavel; Deve acompanhar carregador; ACESSORIO Devem ser entregues com o produto todos os

cabos, conectores, adaptadores e demais itens necessários ao perfeito funcionamento do conjunto ofertado; Devem ser entregues os manuais de operação, em português. ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA Tensão de alimentação do equipamento: BiVolt automático ou de acordo com tensão da unidade contemplada. GARANTIA Deve ser apresentado o Certificado de Garantia completa com duração mínima de 02 (dois) anos a contar da data de aceitação do equipamento, entendendo-se por aceitação a etapa que se sucede a entrega do equipamento e que se caracteriza pela realização dos testes preconizados nos manuais de operação e de serviço, comprovando que o equipamento está operando dentro de suas condições de normalidade. COPIA DO REGISTRO ANVISA Deve ser apresentada cópia do Registro do equipamento emitido pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária - ANVISA / Ministério da Saúde ou comprovação de que o mesmo é isento de registro/cadastro, quando for o caso.

UF : UNIDADE

Qtde : 1

Cotação : em moeda nacional , o Real, com 2(duas) casas decimais.

Prazo entrega : 30 dias corridos

Local de entrega : 203000036 - ESQUADRAO POLICIA MONTADA

Recebimento dos lances : Via Internet, no endereço eletrônico www.comprasnet.ba.gov.br, na data e período indicados acima.

Suporte legal : Lei Federal nº 14.133/2021 com a redação vigente e Decreto Estadual nº 8.018 de 21 de agosto de 2001, disponíveis no site.

Multas : Quando aplicáveis, seguirão o disposto nos Artigos e incisos da Lei Federal 14.133/2021

Mensagem Automática

Para dúvidas e esclarecimentos sobre o processo de Compras do Estado da Bahia, favor acessar o site www.comprasnet.ba.gov.br e registrar a sua solicitação ou questionamento através do serviço “Fale Conosco”, no qual a sua mensagem será direcionada ao setor responsável, conforme a natureza de cada assunto.

Cordialmente,

Administração do COMPRASNET.BA

Telefones:(071) 3115-1607 / 3115-1608