



ANEXO I

TERMO DE REFERÊNCIA

CONDIÇÕES GERAIS DA CONTRATAÇÃO

Contratação de empresa especializada para fornecimento de equipamentos permanentes, instrumentais, correlatos e materiais de Odontologia, destinados à operacionalidade dos atendimentos de saúde bucal no Centro de Saúde e Unidades Básicas do município de Pariconha/AL.

Os itens objeto desta contratação são caracterizados como bens comuns e essenciais, conforme justificativa constante do Estudo Técnico Preliminar.

1.1. O prazo de vigência da contratação é de 12 (doze) meses contados da publicação na forma do artigo 105 da Lei nº 14.133, de 2021.

1.2. Cronograma de execução:

Forma de entrega/execução:	() – Imediato (x) – Parcelado/contínuo
Local de entrega/execução:	Sede da Secretaria Municipal de Saúde, localizada na Rua Felix José dos Santos, s/n, Centro – Pariconha/AL.
Prazo de início do fornecimento/serviço:	Máximo de 7 (sete) dias, contados a partir da data de envio do pedido de fornecimento. Para licitantes de outros estados, os prazos considerados são de, até, 20 (vinte) dias úteis, contados da data de envio do pedido de fornecimento.

1.3. O presente Termo de Referência oferecerá maior detalhamento das regras que serão aplicadas em relação à vigência da contratação.

FUNDAMENTAÇÃO E DESCRIÇÃO DA NECESSIDADE DA CONTRATAÇÃO

1.4. A Fundamentação da Contratação e de seus quantitativos encontra-se pormenorizada em tópico específico dos Estudos Técnicos Preliminares, apêndice deste Termo de Referência.

1.5. O objeto da contratação está previsto no Plano de Contratações Anual 2026.



- 1.6. As quantidades remetidas ao objeto encontram-se em anexo a este Termo de Referência.

DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO COMO UM TODO CONSIDERANDO O CICLO DE VIDA DO OBJETO E ESPECIFICAÇÃO DO PRODUTO

I – Descrição da solução: contratação de empresa especializada para fornecimento de equipamentos permanentes, instrumentais, correlatos e materiais de Odontologia, destinados à operacionalidade dos atendimentos de saúde bucal no Centro de Saúde e Unidades Básicas do município de Pariconha/AL. O presente ato segue, no que couber, as normativas e conformidades referentes à Lei atual de Licitações e Contratos nº 14.133/21, sendo balizadora da proposta e solução para o objeto da contratação. A solução apresenta-se conforme necessidade da Secretaria Municipal de Saúde, bem como dos profissionais das equipes de Saúde Bucal do município, que expressam carência quanto aos materiais e equipamentos, necessários à continuidade dos trabalhos realizados. Desta forma, o constituinte processo procura o fornecimento contínuo de materiais e equipamentos adequados para o funcionamento dos consultórios odontológicos, bem como do tratamento da população, observando-se os seguintes aspectos resolutivos:

- Adoção de Registro de Preços para aquisição dos itens, fornecimento parcelado e contínuo.
- A aquisição via Registro de Preços compreende, dentre os diversos aspectos de sua constituição, especificidades devido a natureza e ciclo de vida do objeto, como a dependência periódica dos itens (principalmente os de consumo e instrumentais diários), a necessidade de equipamentos permanentes para reposição/substituição e a irregularidade da demanda, considerando a parcela de atendimentos odontológicos.

Consequentemente, o respectivo ato procura, de forma concreta, atender as necessidades básicas de equipamentos e materiais que possam, de forma explícita, atender as necessidades das equipes de Saúde Bucal e os consultórios odontológicos dispostos, atentando-se a continuidade dos atendimentos realizados, os cuidados com a população/coletividade e o interesse público. Isto posto, em anexo, verificam-se as especificações técnicas do objeto e detalhes descritivos dos pontos de consulta odontológicos:

ITEM	PONTOS ODONTOLÓGICOS	LOCALIDADE
01	Centro de Saúde (Júlia Ferreira)	Rua Felix José dos Santos
02	Posto Satélite Figueiredo	Povoado Figueiredo



03	Posto Satélite Tanque	Povoado Tanque
04	Posto Satélite Verdão	Povoado Verdão
05	UBS Campinhos	Povoado Campinhos
06	UBS Caraibeiras	Povoado Caraibeiras
07	UBS Marcação	Povoado Marcação
08	UBS Serra dos Vitórios	Povoado Serra de Vitórios
09	UBS Urbano I	Rua Senador Arnon Melo

LOTE I – 75%AMPLA CONCORRÊNCIA – LISTA DE MATERIAIS PERMANENTES

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.
01	AMALGAMADOR EM CÁPSULA – Aparelho misturador de cápsulas de amálgama pré-dosificadas. Painel digital de fácil comando com tampa protetora transparente para melhor visualização. Proporciona mistura homogênea e de estrutura adequada, atingindo 4.600 rpm. Design moderno, baixo nível de ruído com ajuste de memória do tempo a ser selecionado para cada mistura. Fácil limpeza. 12 meses de garantia. Possuir registro na ANVISA.	Und.	1
02	APARELHO FOTOPOLIMERIZADOR – 1500mw/mm2 de potência – design moderno – 3 modos de operação (contínuo, pulsado e rampa) – ponteira de fibra ótica 100% coerente e autoclavável – protetor de radiação luminosa em acrílico polarizado – fonte de alimentação 110/220vac 50 a 60hz) – corpo e base carregadora injetados em ABS, com opção de descanso do aplicador – Controle do tempo de aplicação programável de 5 a 40s individualmente por modo – possui bateria de íons de lítio de alta densidade, o que permite seu uso por mais tempo sem necessidade de recarga;- controle de carga inteligente que previne o efeito memória das baterias, garantindo uma vida útil maior para o produto. Possuir registro na ANVISA.	Und.	5
03	AUTOCLAVE – Com capacidade para 30L, câmaras de esterilização em aço inox. Produto de fácil operação com controles simples e automáticos; Acompanhamento dos ciclos através de painel digital com avisos visuais. Válvula de escape do vapor excedente dispensando tubulação para drenagem de água; sistemas de segurança, com desligamento automático em caso de excesso de temperatura, pressão ou falta de água. Possuir registro na ANVISA e garantia mínima de 12 meses de 75%.	Und.	4
04	BOMBA A VÁCUO com capacidade para até 5 consultórios simultaneamente. Sistema automático de descarga dos resíduos diretamente ao esgoto. Pré-lavagem automática no filtro coletor. Temporizador de varredura. Sistema que ao colocar o succionador no suporte da unidade auxiliar, a sucção permanece por aproximadamente 15 segundos a fim de limpar toda a tubulação interna. Turbina completa em liga de bronze. Filtro coletor de detritos na entrada da sucção com abertura superior, evitando o contato com os resíduos, tornando-o prático, eficiente e de fácil limpeza. Filtro de entrada de água. Protetor térmico intermitente. Protege O motor e o circuito eletrônico de quedas de tensão na rede	Und.	2



	externa. Motor com eixo central em inox. Gabinete em aço fosfatizado com pintura em poliuretano. Marca sugerida: Schuster.		
05	BIOMBO PLUMBÍFERO – Tipo proteção curva de 2mm, construído em chapa de aço tratado e pintado, com visor de vidro plumbífero, montado sobre rodízios. Dimensões aproximadas de 0,80m x 2,10m (largura x altura). Garantia mínima de 12 meses contra defeitos de fabricação.	Und.	2
06	CADEIRA ODONTOLÓGICA – Dotada de equipo, sugador e refletor. Comando da cadeira através de pedal. Equipada com cabeceira. Equipo tipo cart ou acoplado. Com até 3 terminais. Cuba em porcelana/cerâmica. Dotada de seringa tríplice. Apresenta peça reta. Possui contra ângulo, micromotor, unidade auxiliar (sugador), caneta de rotação e mocho. Possui certificação da autoridade competente e prazo de garantia de 12 meses contra defeitos de fabricação.	Und.	4
07	CÂMARA ESCURA PORTÁTIL – Para revelação com amplo visor de acrílico vermelho translúcido. A tampa superior é removível e não possui dobradiças, facilitando a fácil higienização e reposição dos químicos. Carenagem fabricada em PSAI (poliestireno de alto impacto) para garantir durabilidade da câmara. Acompanha copos com tampa e possui fundo com ventosa. Peso líquido aproximado: 800g. Peso bruto aproximado: 1.130g. Contendo na embalagem externa os dados de identificação, procedência, número de registro na ANVISA, lote e validade. Validade mínima de 75% do total da sua estabilidade.	Und.	2
08	CUBA DE LIMPEZA ULTRASSÔNICA. Possui 5 ciclos de limpeza com opção de aquecimento. Reduz o consumo de água e o tempo de limpeza. Gabinete produzido em plástico ABS injetado. Proporciona mais segurança ao profissional (operador) ao minimizar o manuseio de material contaminado, diminuindo também o risco de acidentes com materiais perfurocortantes e evitando a contaminação cruzada. Sua utilização está em conformidade com as mais recentes recomendações de biossegurança. Capacidade Útil: 2,1 Litros. Voltagem: 127 V ou 220 V. Frequência: 50/60 Hz. Capacidade Total: 2,5 Litros. Dimensões Externa (L x A x P): 28,5 x 18,5 x 22,5 cm. Dimensões Interna Cuba de Inox: 24,8 x 8 x 14,8 cm. Peso Líquido: 2,5 kg. Peso Bruto: 3 kg. Frequência Ultrassônica: 42 kHz. Marca sugerida Cristofolini.	Und.	2
09	COMPRESSOR ODONTOLÓGICO – Características técnicas: com 2hp de potência e isento de óleo. Proporciona maior vazão de ar, suprimindo a necessidade do equipamento odontológico e evitando possíveis danos a peças de mão. Possui dreno no reservatório com fácil acesso. Potência 2hp, fluxo de ar: modelo 220v, com 60hz com 210 (teórico) tanque: 40 litros; peso líquido: 42kg. Dimensões aproximadas: 45x45x72cm. Pressão máxima: 120psi +/- 10%. Tensão e frequência: modelo 220v 60hz: monofásico ac 220v +/- 10% 60hz+/-1%; válvula de segurança opera quando a pressão exceder 0,9 Mpa; taxa de operação/stand by 70/30(%) 30 min de operação contínua em maior ou igual 5.5 bar; consumo (watts) 1,5.	Und.	3



10	DESTILADOR DE ÁGUA – Para cada 4 litros de água comum, o destilador produz 3,8 litros de água destilada. Não necessita instalação hidráulica. Proporciona economia de até 35% nos gastos com água destilada. Baixo consumo de energia. Características: design moderno. A utilização de água destilada em autoclave aumenta a sua vida útil. Especificações técnicas: capacidade do reservatório de água destilada: 3,8 litros. Capacidade do reservatório de água comum: 4 litros. Duração do ciclo completo: 5 horas. Peso líquido aproximado: 3,4kg. Peso bruto aproximado: 4kg. Dimensões externas aproximadas: 27 cm x 33 cm x 27,6 cm. Voltagem: 127 ou 220v.	Und.	4
11	EQUIPAMENTO ODONTOLÓGICO. Tipo: Jato Bicarbonato E Ultrassom. Aspecto Físico: Motor De Bancada. Material Corpo: Plástico Abs. Indicação: Profilaxia / Periodontia. Fonte: Eletropneumático. Instalação: Bivolt. Componentes Adicionais: Reservatório Pó, Ponteira Removível Autoclavável. Componentes: 2 Peças De Mão, 3 Ponteiras, Pedal.	Und.	4
12	LOCALIZADOR APICAL – equipamento odontológico com alta precisão no diagnóstico do comprimento dos canais radiculares. Conta com design moderno e base em alumínio para proporcionar estabilidade de apoio, possuindo calibragem e alta tecnologia em seu circuito e não sofre interferência das estruturas anatômicas adjacentes. Possui dimensões aproximadas em 10,0C x 9,0L x 14,0A cm, bivolt, frequência entre 50/60 Hz, Tela LCD de 4,5” e registro ANVISA. Garantia mínima de 12 meses.	Und.	2
13	MOCHO ODONTOLÓGICO – Com encosto, assento reguláveis e apoio para os pés. Fabricado em aço inoxidável, com encosto tipo concha e assento anatômico com regulagem de inclinação e altura; assento impulsionado a gás, com regulagem através de manopla lateral e altura mínima em relação ao solo entre 50 e 70cm, capaz de suportar até 130kg; apoio para pés com ajuste de altura. Base com 05 rodízios de poliuretano ou superior. Assento injetado por espuma antideformante de densidade adequada; formato e cantos arredondados e revestido sem costura em courvin; resistente a produtos de desinfecção. Fabricado conforme as normas vigentes e certificado pelo INMETRO. Acompanhado de manual e certificado de garantia mínima de 12 (doze) meses contra defeitos de fabricação. Possuir registro na ANVISA.	Und.	4
14	MOTOR ENDODÔNTICO – projetado para trabalhar individualmente ou em conjunto com localizador apical, contando com conectividade que oferece trabalho integrado de alta eficiência. Conta com preparação do Canal Radicular em três modos: contínuo, recíprocante e mais nove modos personalizáveis. Sua tecnologia integrada possui ampla faixa de rotação entre 100-1000RPM, wireless (sem fio) na preparação do canal radicular, visor OLED de alta resolução, 34 configurações dos principais sistemas de limas NiTi do mercado, redução da velocidade de giro por aproximação do ápice apical e início de funcionamento automático na detecção da entrada do canal radicular, sistemas de lima pré-definidos (mecanizados) facilitando a utilização, permitindo a personalização de parâmetros do equipamento como torque e velocidade de rotação e motor automático standby com economia de energia da peça de mão. Sobre as especificações técnicas aproximadas, temos: Dimensões: 8,58C x 8,08L x 6,15A cm. Frequência: 50/60Hz.	Und.	2



	Garantia mínima: 12 meses.		
15	NEGATOSCÓPIO – Tipo bivolt com 2 corpos. Estrutura em chapa de aço inox, frente em acrílico branco, luminosidade através de 2 lâmpadas fluorescentes. Interruptor liga/desliga frontal, cabo elétrico com 1,50m de comprimento. Presilhas em aço inox para a fixação do Raio-X. Dimensões aproximadas: área de visualização: 0,69m de largura x 0,45m de altura. Dimensões externas: 0,70m de largura x 0,50m de altura x 0,15m de profundidade. Possuir certificação da autoridade competente e prazo de garantia mínimo de 06 meses.	Und.	4
16	PROTETOR RADIOLÓGICO. Modelo: Avental Frente Curto E Ombro. Material: Borracha Plumbífero. Componente 1: C/ Protetor Tireoide. Proteção Tecido: Equivalência Frente, Tireoide E Ombro 0,25 MM. Adicional 1: Ajustável, Impermeável. Tamanhos: Adulto.	Und.	4
17	SELADORA – Produzida a partir de matéria-prima de primeira linha, este equipamento é o que há de mais eficiente e resistente no mercado. Possui sistema de selagem com 10mm de espessura e comprimento de solda de 30cm. Neste modelo está presente a guilhotina de corte, item essencial para agilizar a confecção das embalagens, além de possuir sistema elétrico bivolt, podendo ser alimentado em 220 volts. Todos os componentes são injetados em plástico abs, polímero muito resistente à impactos e a temperatura. Comprimento de solda de 30cm. Temperatura de solda de 160°C a 200°C. Espessura de solda de 10 mm. Tempo de aquecimento de 4 a 7 minutos. Carenagem de plástico abs injetado. Tensão bivolt automático. Frequência de 50/60 hertz. Potência de 80 watts. Dimensões (mm) – 80 x 470 x 94 (altura x comprimento x largura). Peso de 0,972 kg. Lâmina da guilhotina tipo bisturi Nº 12. Possuir registro na ANVISA e garantia mínima de 02 anos no momento da entrega.	Und.	3
18	SUPORTE PARA COLETOR DE MATERIAL PERFURO CORTANTE – Para 13 litros, fabricado em arame com baixo teor de carbono, com proteção extra de zinco e alumínio, alta resistência, na cor branca, utilizável em bancada ou parede, acompanhado de buchas e parafusos para fixação.	Und.	6

LOTE II – 25% COTA RESERVADA – LISTA DE MATERIAIS PERMANENTES

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.
01	AMALGAMADOR EM CÁPSULA – Aparelho misturador de cápsulas de amálgama pré-dosificadas. Painel digital de fácil comando com tampa protetora transparente para melhor visualização. Proporciona mistura homogênea e de estrutura adequada, atingindo 4.600 rpm. Design moderno, baixo nível de ruído com ajuste de memória do tempo a ser selecionado para cada mistura. Fácil limpeza. 12 meses de garantia. Possuir registro na ANVISA.	Und.	0



02	APARELHO FOTOPOLIMERIZADOR – 1500mw/mm2 de potência – design moderno – 3 modos de operação (contínuo, pulsado e rampa) – ponteira de fibra ótica 100% coerente e autoclavável – protetor de radiação luminosa em acrílico polarizado – fonte de alimentação 110/220vac 50 a 60hz) – corpo e base carregadora injetados em ABS, com opção de descanso do aplicador – Controle do tempo de aplicação programável de 5 a 40s individualmente por modo – possui bateria de íons de lítio de alta densidade, o que permite seu uso por mais tempo sem necessidade de recarga;- controle de carga inteligente que previne o efeito memória das baterias, garantindo uma vida útil maior para o produto. Possuir registro na ANVISA.	Und.	1
03	AUTOCLAVE – Com capacidade para 30L, câmaras de esterilização em aço inox. Produto de fácil operação com controles simples e automáticos; Acompanhamento dos ciclos através de painel digital com avisos visuais. Válvula de escape do vapor excedente dispensando tubulação para drenagem de água; sistemas de segurança, com desligamento automático em caso de excesso de temperatura, pressão ou falta de água. Possuir registro na ANVISA e garantia mínima de 12 meses de 75%.	Und.	1
04	BOMBA A VÁCUO com capacidade para até 5 consultórios simultaneamente. Sistema automático de descarga dos resíduos diretamente ao esgoto. Pré-lavagem automática no filtro coletor. Temporizador de varredura. Sistema que ao colocar o suctor no suporte da unidade auxiliar, a sucção permanece por aproximadamente 15 segundos a fim de limpar toda a tubulação interna. Turbina completa em liga de bronze. Filtro coletor de detritos na entrada da sucção com abertura superior, evitando o contato com os resíduos, tornando-o prático, eficiente e de fácil limpeza. Filtro de entrada de água. Protetor térmico intermitente. Protege O motor e o circuito eletrônico de quedas de tensão na rede externa. Motor com eixo central em inox. Gabinete em aço fosfatizado com pintura em poliuretano. Marca sugerida: Schuster.	Und.	1
05	BIOMBO PLUMBÍFERO – Tipo proteção curva de 2mm, construído em chapa de aço tratado e pintado, com visor de vidro plumbífero, montado sobre rodízios. Dimensões aproximadas de 0,80m x 2,10m (largura x altura). Garantia mínima de 12 meses contra defeitos de fabricação.	Und.	0
06	CADEIRA ODONTOLÓGICA – Dotada de equipo, sugador e refletor. Comando da cadeira através de pedal. Equipada com cabeceira. Equipo tipo cart ou acoplado. Com até 3 terminais. Cuba em porcelana/cerâmica. Dotada de seringa tríplice. Apresenta peça reta. Possui contra ângulo, micromotor, unidade auxiliar (sugador), caneta de rotação e mocho. Possuir certificação da autoridade competente e prazo de garantia de 12 meses contra defeitos de fabricação.	Und.	1
07	CÂMARA ESCURA PORTÁTIL – Para revelação com amplo visor de acrílico vermelho translúcido. A tampa superior é removível e não possui dobradiças, facilitando a fácil higienização e reposição dos químicos. Carenagem fabricada em PSAl (poliestireno de alto impacto) para garantir durabilidade da câmara. Acompanha copos com tampa e possui fundo com ventosa. Peso líquido aproximado: 800g. Peso bruto aproximado: 1.130g. Contendo na embalagem externa os dados de identificação, procedência, número de registro na ANVISA, lote e validade. Validade mínima de 75% do total da sua estabilidade.	Und.	0



08	CUBA DE LIMPEZA ULTRASSÔNICA. Possui 5 ciclos de limpeza com opção de aquecimento. Reduz o consumo de água e o tempo de limpeza. Gabinete produzido em plástico ABS injetado. Proporciona mais segurança ao profissional (operador) ao minimizar o manuseio de material contaminado, diminuindo também o risco de acidentes com materiais perfurocortantes e evitando a contaminação cruzada. Sua utilização está em conformidade com as mais recentes recomendações de biossegurança. Capacidade Útil: 2,1 Litros. Voltagem: 127 V ou 220 V. Frequência: 50/60 Hz. Capacidade Total: 2,5 Litros. Dimensões Externa (L x A x P): 28,5 x 18,5 x 22,5 cm. Dimensões Interna Cuba de Inox: 24,8 x 8 x 14,8 cm. Peso Líquido: 2,5 kg. Peso Bruto: 3 kg. Frequência Ultrassônica: 42 kHz. Marca sugerida Cristofolini.	Und.	1
09	COMPRESSOR ODONTOLÓGICO – Características técnicas: com 2hp de potência e isento de óleo. Proporciona maior vazão de ar, suprimindo a necessidade do equipamento odontológico e evitando possíveis danos a peças de mão. Possui dreno no reservatório com fácil acesso. Potência 2hp, fluxo de ar: modelo 220v, com 60hz com 210 (teórico) tanque: 40 litros; peso líquido: 42kg. Dimensões aproximadas: 45x45x72cm. Pressão máxima: 120psi +/- 10%. Tensão e frequência: modelo 220v 60hz: monofásico ac 220v +/- 10% 60hz+/-1%; válvula de segurança opera quando a pressão exceder 0,9 Mpa; taxa de operação/stand by 70/30(%) 30 min de operação contínua em maior ou igual 5.5 bar; consumo (watts) 1,5.	Und.	1
10	DESTILADOR DE ÁGUA – Para cada 4 litros de água comum, o destilador produz 3,8 litros de água destilada. Não necessita instalação hidráulica. Proporciona economia de até 35% nos gastos com água destilada. Baixo consumo de energia. Características: design moderno. A utilização de água destilada em autoclave aumenta a sua vida útil. Especificações técnicas: capacidade do reservatório de água destilada: 3,8 litros. Capacidade do reservatório de água comum: 4 litros. Duração do ciclo completo: 5 horas. Peso líquido aproximado: 3,4kg. Peso bruto aproximado: 4kg. Dimensões externas aproximadas: 27 cm x 33 cm x 27,6 cm. Voltagem: 127 ou 220v.	Und.	1
11	EQUIPAMENTO ODONTOLÓGICO. Tipo: Jato Bicarbonato E Ultrassom. Aspecto Físico: Motor De Bancada. Material Corpo: Plástico Abs. Indicação: Profilaxia / Periodontia. Fonte: Eletropneumático. Instalação: Bivolt. Componentes Adicionais: Reservatório Pó, Ponteira Removível Autoclavável. Componentes: 2 Peças De Mão, 3 Ponteiras, Pedal.	Und.	1
12	LOCALIZADOR APICAL – equipamento odontológico com alta precisão no diagnóstico do comprimento dos canais radiculares. Conta com design moderno e base em alumínio para proporcionar estabilidade de apoio, possuindo calibragem e alta tecnologia em seu circuito e não sofre interferência das estruturas anatômicas adjacentes. Possui dimensões aproximadas em 10,0C x 9,0L x 14,0A cm, bivolt, frequência entre 50/60 Hz, Tela LCD de 4,5” e registro ANVISA. Garantia mínima de 12 meses.	Und.	0
13	MOCHO ODONTOLÓGICO – Com encosto, assento reguláveis e apoio para os pés. Fabricado em aço inoxidável, com encosto tipo concha e assento anatômico com regulagem de inclinação e altura; assento impulsionado a gás, com regulagem através de manopla lateral e altura mínima em relação ao solo entre 50 e 70cm, capaz de suportar até 130kg; apoio para pés com ajuste de altura. Base com 05 rodízios de poliuretano ou superior. Assento injetado por espuma antideformante de densidade adequada; formato e cantos	Und.	1



	arredondados e revestido sem costura em courvin; resistente a produtos de desinfecção. Fabricado conforme as normas vigentes e certificado pelo INMETRO. Acompanhado de manual e certificado de garantia mínima de 12 (doze) meses contra defeitos de fabricação. Possuir registro na ANVISA.		
14	MOTOR ENDODÔNTICO – projetado para trabalhar individualmente ou em conjunto com localizador apical, contando com conectividade que oferece trabalho integrado de alta eficiência. Conta com preparação do Canal Radicular em três modos: contínuo, recíprocante e mais nove modos personalizáveis. Sua tecnologia integrada possui ampla faixa de rotação entre 100-1000RPM, wireless (sem fio) na preparação do canal radicular, visor OLED de alta resolução, 34 configurações dos principais sistemas de limas NiTi do mercado, redução da velocidade de giro por aproximação do ápice apical e início de funcionamento automático na detecção da entrada do canal radicular, sistemas de lima pré-definidos (mecanizados) facilitando a utilização, permitindo a personalização de parâmetros do equipamento como torque e velocidade de rotação e motor automático standby com economia de energia da peça de mão. Sobre as especificações técnicas aproximadas, temos: Dimensões: 8,58C x 8,08L x 6,15A cm. Frequência: 50/60Hz.		0
15	NEGATOSCÓPIO – Tipo bivolt com 2 corpos. Estrutura em chapa de aço inox, frente em acrílico branco, luminosidade através de 2 lâmpadas fluorescentes. Interruptor liga/desliga frontal, cabo elétrico com 1,50m de comprimento. Presilhas em aço inox para a fixação do Raio-X. Dimensões aproximadas: área de visualização: 0,69m de largura x 0,45m de altura. Dimensões externas: 0,70m de largura x 0,50m de altura x 0,15m de profundidade. Possuir certificação da autoridade competente e prazo de garantia mínimo de 06 meses.	Und.	1
16	PROTETOR RADIOLÓGICO. Modelo: Avental Frente Curto E Ombro. Material: Borracha Plumbífero. Componente 1: C/ Protetor Tireoide. Proteção Tecido: Equivalência Frente, Tireoide E Ombro 0,25 MM. Adicional 1: Ajustável, Impermeável. Tamanhos: Adulto.	Und.	1
17	SELADORA – Produzida a partir de matéria-prima de primeira linha, este equipamento é o que há de mais eficiente e resistente no mercado. Possui sistema de selagem com 10mm de espessura e comprimento de solda de 30cm. Neste modelo está presente a guilhotina de corte, item essencial para agilizar a confecção das embalagens, além de possuir sistema elétrico bivolt, podendo ser alimentado em 220 volts. Todos os componentes são injetados em plástico abs, polímero muito resistente à impactos e a temperatura. Comprimento de solda de 30cm. Temperatura de solda de 160°C a 200°C. Espessura de solda de 10 mm. Tempo de aquecimento de 4 a 7 minutos. Carenagem de plástico abs injetado. Tensão bivolt automático. Frequência de 50/60 hertz. Potência de 80 watts. Dimensões (mm) – 80 x 470 x 94 (altura x comprimento x largura). Peso de 0,972 kg. Lâmina da guilhotina tipo bisturi Nº 12. Possuir registro na ANVISA e garantia mínima de 02 anos no momento da entrega.	Und.	1



18	SUPORTE PARA COLETOR DE MATERIAL PERFURO CORTANTE – Para 13 litros, fabricado em arame com baixo teor de carbono, com proteção extra de zinco e alumínio, alta resistência, na cor branca, utilizável em bancada ou parede, acompanhado de buchas e parafusos para fixação.	Und.	2
----	---	------	---

LOTE III – LISTA DE CORRELATOS

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.
01	ÁLCOOL ETÍLICO, HIDRATADO, 70%, GEL. FRASCO 500 ML.	Frasco	50
02	AVENTAL DESCARTÁVEL USO HOSPITALAR, 30G/M2, MANGA LONGA, PUNHO COM ELÁSTICO, BRANCA, TAMANHO ÚNICO EM TNT 100% POLIPROPILENO. PACOTE CONTENDO 10 UNIDADES.	Und.	600
03	AVENTAL DESCARTÁVEL USO HOSPITALAR, 40G/M2, MANGA LONGA, PUNHO COM ELÁSTICO, BRANCA, TAMANHO ÚNICO EM TNT 100% POLIPROPILENO. PACOTE CONTENDO 10 UNIDADE.	Und.	400
04	COLETOR PARA MATERIAL PERFURO-CORTANTE, COM CAPACIDADE PARA 07 LITROS, DESCARTÁVEL, EM PAPELÃO, COM ALÇAS RÍGIDAS E TAMPA, REVESTIMENTO INTERNO EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE. UNIDADE.	Und.	20
05	COMPRESSA DE GAZE HIDRÓFILA, NÃO ESTÉRIL, 13 FIOS/CM2, EM ROLO, CONFECCIONADA 100% ALGODÃO, COM 8 CAMADAS, 04 DOBRAS, ALTA ABSORÇÃO, MEDINDO 91 CM DE LARGURA X 91 M DE COMPRIMENTO. ROLO.	Rolo	150
06	PAPEL GRAU CIRÚRGICO, COM 25 CM DE LARGURA, 100 M DE COMPRIMENTO. BOBINA COM 100 M.	Bobina	20
07	PAPEL GRAU CIRÚRGICO, COM 30 CM DE LARGURA, 100 M DE COMPRIMENTO. BOBINA COM 100 M.	Bobina	20
08	PAPEL GRAU CIRÚRGICO, COM 45 CM DE LARGURA, 100 M DE COMPRIMENTO. BOBINA COM 100 M.	Bobina	20

LOTE IV – LISTA DE INSTRUMENTAIS

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.
01	ALAVANCA CURVA (JOGO DIREITA) – Alavanca odontológica apical; curva direita Nº 303; adulto; em aço inox; medindo 15 cm; instrumento cirúrgico utilizado para remoção de pontas de raízes e espículas ósseas; possui lâmina longa; afiada; fina e côncava; projetada para deslizar nas paredes da cavidade alveolar, contendo na embalagem externa os dados de identificação, procedência, número de registro na Anvisa, lote e validade.	Und.	20



02	ALAVANCA CURVA (JOGO ESQUERDA) – Alavanca odontológica apical; curva esquerda Nº 302; adulto; em aço inox; medindo 15 cm; instrumento cirúrgico utilizado para remoção de pontas de raízes e espículas ósseas; possui lâmina longa; afiada; fina e côncava; projetada para deslizar nas paredes da cavidade alveolar, contendo na embalagem externa os dados de identificação, procedência, número de registro na Anvisa, lote e validade.	Und.	20
03	ALAVANCA SELDIN RETA (ADULTO) – Alavanca tipo seldin reta instrumento cirúrgico, não cortante, produzido em aço inoxidável, esterilizável, contendo na embalagem externa os dados de identificação, procedência, número de registro na Anvisa, lote e validade.	Und.	20
04	AFASTADOR DE MINESSOTA - Especificações técnicas mínimas: Fabricado em material do tipo aço inox, instrumental tipo cirúrgico, acondicionado em embalagem apropriada, registro na ANVISA.	Und.	15
05	ALVEOLÓTOMO RETO – Instrumento cirúrgico articulado cortante, produzido em aço inoxidável, utilizado para correções em rebordos de tecidos ósseos. Prazo de validade indeterminado, contendo na embalagem externa os dados de identificação, procedência, número de registro na Anvisa, lote e validade.	Und.	15
06	APLICADOR DE HIDRÓXIDO DE CÁLCIO – Produzido em aço inoxidável, duplo e com cabo oitavo, contendo na embalagem externa os dados de identificação, procedência, número de registro na Anvisa, lote e validade.	Und.	15
07	BANDEJA DE AÇO – Dimensões 22cm x 12cm x 1,5cm. Utilizado para acondicionamento dos instrumentos odontológicos. Produzida em aço inoxidável, esterilizável em estufas ou autoclaves após limpeza e secagem, contendo na embalagem externa os dados de identificação, procedência, número de registro na Anvisa, lote e validade.	Und.	30
08	BRUNIDOR DUPLO Nº 2 – Produzido em aço inoxidável utilizado em escultura da anatomia oclusal, apresenta-se em blister com 1 unidade, contendo na embalagem externa os dados de identificação, procedência, número de registro na Anvisa, lote e validade.	Und.	15
09	CONDENSADOR DENTISTICA DE WARD Nº 01 - Especificações técnicas mínimas: Fabricado em material do tipo aço inox, autoclavável, nº01, forma de apresentação embalagem individual.	Und.	20
10	CONDENSADOR DENTISTICA DE WARD Nº 02 - Especificações técnicas mínimas: Fabricado em material do tipo aço inox, autoclavável, nº 02, forma de apresentação embalagem individual.	Und.	20



11	CABO PARA ESPELHO CLÍNICO Nº 5 – Utilizado para colocação do espelho, como também para teste de percussão e sensibilidade para avaliar dentes com mobilidade, para facilitar a utilização do espelho, prolongando sua haste de manipulação para maior alcance, produzido em aço inoxidável, apresenta-se em blister com 1 unidade, contendo na embalagem externa os dados de identificação, procedência, número de registro na Anvisa, lote e validade.	Und.	50
12	COLGADURA INDIVIDUAL – Grampo para raio X odontológico usado para auxiliar no manejo de raio X, contendo na embalagem externa os dados de identificação, procedência, número de registro na Anvisa, lote e validade.	Und.	20
13	CURETA DE LUCAS Nº 86 – Instrumento cirúrgico não articulado cortante, produzida em aço inoxidável, utilizada para curetagem de alvéolos, contendo na embalagem externa os dados de identificação, procedência, número de registro na Anvisa, lote e validade.	Und.	15
14	CURETA GRACEY 11-12 – Cabo maciço com numeração e marca, instrumento cirúrgico não articulado cortante, produzida em aço inoxidável, contendo na embalagem externa os dados de identificação, procedência, número de registro na Anvisa, lote e validade.	Und.	15
15	CURETA GRACEY 5-6 – Cabo maciço com numeração e marca, instrumento cirúrgico não articulado cortante, produzida em aço inoxidável, contendo na embalagem externa os dados de identificação, procedência, número de registro na Anvisa, lote e validade.	Und.	15
16	CURETA GRACEY 7-8 – Cabo maciço com numeração e marca, instrumento cirúrgico não articulado cortante, produzida em aço inoxidável, contendo na embalagem externa os dados de identificação, procedência, número de registro na Anvisa, lote e validade.	Und.	15
17	CURETA MC CALL 13-14 – Cabo maciço com numeração e marca, produzida em aço inoxidável, pontiagudas com parte ativa que corta dos dois lados, contendo na embalagem externa os dados de identificação, procedência, número de registro na Anvisa, lote e validade.	Und.	15
18	CURETA MC CALL 17-18 – Cabo maciço com numeração e marca, produzida em aço inoxidável, pontiagudas e parte ativa que corte dos dois lados, contendo na embalagem externa os dados de identificação, procedência, número de registro na Anvisa, lote e validade.	Und.	15
19	ESCAVADOR PARA DENTINA Nº 05 – Produzido em aço inoxidável duplo, utilizado nos procedimentos cirúrgicos em geral, com a finalidade de cortar tecidos e na retirada de partes moles (dentina), contendo na embalagem externa os dados de identificação, procedência, número de registro na Anvisa, lote e validade.	Und.	15



20	ESCULPIDOR HOLLENBACK Nº 3S – Instrumento produzido em aço inoxidável, em perfil octogonal com arestas bem definidas, diâmetro de 5,5mm e serrilhado paralelo, contendo na embalagem externa os dados de identificação, procedência, número de registro na Anvisa, lote e validade.	Und.	20
21	ESPÁTULA Nº 07 – Dupla, produzido em aço inoxidável, utilizada para uso com cera em laboratório, contendo na embalagem externa os dados de identificação, procedência, número de registro na Anvisa, lote e validade.	Und.	15
22	ESPÁTULA PARA RESINA Nº 1 – Produzido em aço inoxidável, utilizado para inserção de compômeros, contendo na embalagem externa os dados de identificação, procedência, número de registro na Anvisa, lote e validade.	Und.	20
23	ESPÁTULA Nº 24 – Para uso odontológico, fabricada em aço inoxidável, esterilizável, contendo na embalagem externa os dados de identificação, procedência, número de registro na Anvisa, lote e validade.	Und.	15
24	ESPÁTULA Nº 36 – Para uso odontológico, fabricada em aço inoxidável, esterilizável, contendo na embalagem externa os dados de identificação, procedência, número de registro na Anvisa, lote e validade.	Und.	10
25	ESPELHO BUCAL PLANO Nº 04 - Especificações técnicas mínimas: Fabricado em material do tipo aço inox polido, autoclavável, resistente a corrosão, descoloração e a sucessivas autolavagens, bordas polidas e bem.	Und.	60
26	ESPELHO BUCAL PLANO Nº 05 - Especificações técnicas mínimas: fabricado em material do tipo aço inox polido, autoclavável, resistente a corrosão, descoloração e a sucessivas autolavagens, bordas polidas e bem- Especificações técnicas mínimas: Fabricado em material do tipo aço inox, certificação ISO 9001, registrado na ANVISA, forma de apresentação embalagem individual	Und.	60
27	FOICE 0-00 – Ponta morse, cabo maciço com numeração e marca, instrumento cirúrgico não articulado cortante, produzido em aço inoxidável. Apresenta uma lâmina curta ou reta com secção transversal triangular e dois bordos cortantes, contendo na embalagem externa os dados de identificação, procedência, número de registro na Anvisa, lote e validade.	Und.	15
28	FÓRCEPS ADULTO Nº 001 - Especificações técnicas mínimas Instrumento cirúrgico, registrado na ANVISA, forma de apresentação embalagem individual.	Und.	15
29	FÓRCEPS 151 – Indicado para pré-molares, incisivos e raízes inferiores, cabo anatômico contendo inscrição do número e marca, extremidade de superfície irregular, confeccionado de aço inoxidável, esterilizável, contendo na embalagem externa os dados de identificação, procedência, número de registro na Anvisa, lote e validade.	Und.	15



30	FÓRCEPS 150 – Indicado para pré-molares, incisivos e raízes inferiores, cabo anatômico contendo inscrição do número e marca, extremidade de superfície irregular, confeccionado de aço inoxidável, esterilizável, contendo na embalagem externa os dados de identificação, procedência, número de registro na Anvisa, lote e validade.	Und.	15
31	FÓRCEPS 16 – Indicado para molares inferiores, ambos os lados, (chifre de touro), cabo anatômico contendo inscrição do número e marca, extremidade de superfície irregular, confeccionado de aço inoxidável, esterilizável, contendo na embalagem externa os dados de identificação, procedência, número de registro na Anvisa, lote e validade.	Und.	15
32	FÓRCEPS 17 – Indicado para molares inferiores, ambos os lados, cabo anatômico contendo inscrição do número e marca, extremidade de superfície irregular, confeccionado de aço inoxidável, esterilizável, contendo na embalagem externa os dados de identificação, procedência, número de registro na Anvisa, lote e validade.	Und.	15
33	FÓRCEPS 65 – Indicado para incisivos e raízes superiores, cabo anatômico contendo inscrição do número e marca, extremidade de superfície irregular, confeccionado de aço inoxidável, esterilizável, contendo na embalagem externa os dados de identificação, procedência, número de registro na Anvisa, lote e validade.	Und.	15
34	FÓRCEPS 69 – Fragmentos de raízes e raízes pequenas superiores e inferiores, cabo anatômico contendo inscrição do número e marca, extremidade de superfície irregular, confeccionado de aço inoxidável, esterilizável, contendo na embalagem externa os dados de identificação, procedência, número de registro na Anvisa, lote e validade.	Und.	15
35	FÓRCEPS ADULTO Nº 018L - Especificações técnicas mínimas: Instrumento cirúrgico, registrado na ANVISA, forma de apresentação embalagem individual.	Und.	15
36	FÓRCEPS ADULTO Nº 018R - Especificações técnicas mínimas: Instrumento cirúrgico, registrado na ANVISA, forma de apresentação embalagem individual.	Und.	15
37	FÓRCEPS INFANTIL Nº 01 – Indicado para extração de dentes anteriores superiores, cabo anatômico contendo inscrição do número e marca, extremidade de superfície irregular, confeccionado de aço inoxidável, esterilizável, contendo na embalagem externa os dados de identificação, procedência, número de registro na Anvisa, lote e validade.	Und.	10
38	FÓRCEPS INFANTIL Nº 02 – Indicado para extrações de pré-molares e molares superiores de ambos os lados, cabo anatômico contendo inscrição do número e marca, extremidade de superfície irregular, confeccionado de aço inoxidável, esterilizável, contendo na embalagem externa os dados de identificação, procedência, número de registro na Anvisa, lote e validade.	Und.	10



39	FÓRCEPS Nº 44 – Cabo anatômico contendo inscrição do número e marca, extremidade de superfície irregular, confeccionado de aço inoxidável, esterilizável, contendo na embalagem externa os dados de identificação, procedência, número de registro na Anvisa, lote e validade.	Und.	10
40	FÓRCEPS INFANTIL Nº 04 – Cabo anatômico contendo inscrição do número e marca, extremidade de superfície irregular, confeccionado de aço inoxidável, esterilizável, contendo na embalagem externa os dados de identificação, procedência, número de registro na Anvisa, lote e validade.	Und.	10
41	FÓRCEPS INFANTIL Nº 05 – Cabo anatômico contendo inscrição do número e marca, extremidade de superfície irregular, confeccionado de aço inoxidável, esterilizável, contendo na embalagem externa os dados de identificação, procedência, número de registro na Anvisa, lote e validade.	Und.	10
42	LIMA PARA OSSO SELDIN 12 (1) – Usada para alisamento final do osso, confeccionada com aço inoxidável, cabo com ranhuras, esterilizável, contendo na embalagem externa os dados de identificação, procedência, número de registro na Anvisa, lote e validade.	Und.	10
43	MANDRIL PARA LIXA – Mandril para encaixe de disco de lixa, para acabamento e polimento de restaurações. Confeccionado em aço inoxidável, autoclavável contendo na embalagem externa os dados de identificação, procedência, número de registro na Anvisa, lote e validade.	Und.	10
44	PINÇA CIRÚRGICA – Em aço inoxidável, modelo foerster, tipo ponta reta, comprimento 20cm, contendo na embalagem externa os dados de identificação, procedência, número de registro na Anvisa, lote e validade.	Und.	20
45	PINÇA CLÍNICA – Fabricada em aço inoxidável, conhecida como pinça de algodão, contendo na embalagem externa os dados de identificação, procedência, lote e validade.	Und.	30
46	PINÇA DENTE DE RATO – Para uso cirúrgico geral, pinçar tecidos, dissecação, fabricada em aço inoxidável, autoclavável, 16 cm, contendo na embalagem externa os dados de identificação, procedência, lote e validade.	Und.	20
47	PORTA-AGULHA – Em aço inoxidável, tipo mayo hegar, comprimento 18cm, com vídea, contendo na embalagem externa os dados de identificação, procedência, número de registro na Anvisa, lote e validade.	Und.	30
48	PORTA-AGULHA – Em aço inoxidável, tipo mayo hegar, comprimento 14cm, sem vídea contendo na embalagem externa os dados de identificação, procedência, número de registro na Anvisa, lote e validade.	Und.	30
49	POTE DAPPEN DE VIDRO – Possui duas cavidades para as manipulações, contendo na embalagem externa os dados de identificação, procedência, lote e validade.	Und.	15



50	POTE PALADON – Indicado para manipulação de resinas, flúor, amálgamas, adesivos, entre outros, pote confeccionado em vidro, possui tampa, contendo na embalagem externa os dados de identificação, procedência, número de registro na Anvisa, lote e validade.	Und.	10
51	PLACA DE VIDRO 10 mm - especificações mínimas grossa polida, forma de apresentação embalagem individual	Und.	15
52	SACA BROCA UNIVERSAL – Indicado para turbinas de alta rotação, saca broca para turbinas de alta rotação, autoclavável, contendo na embalagem externa os dados de identificação, procedência, número de registro na Anvisa, lote e validade.	Und.	10
53	SERINGA CARPULE – Produto confeccionado em aço inoxidável, possuindo sistema de refluxo, contendo na embalagem externa os dados de identificação, procedência, número de registro na Anvisa, lote e validade.	Und.	15
54	SINDESMÓTOMO – É utilizada para auxiliar na aplicação de anestesia dentária, seringa carpule com refluxo evita a injeção acidental de anestésico num vaso sanguíneo, aço inoxidável e autoclavável, contendo na embalagem externa os dados de identificação, procedência, número de registro na Anvisa, lote e validade.	Und.	15
55	TESOURA – Em aço inoxidável, comprimento 11cm, tipo ponta reta, tipo spencer. Para retirada de pontos, contendo na embalagem externa os dados de identificação, procedência, número de registro na Anvisa, lote e validade.	Und.	20
56	TESOURA ÍRIS RETA – Em aço inoxidável, esterilizável, tamanho 11,5 cm, contendo na embalagem externa os dados de identificação, procedência, número de registro na Anvisa, lote e validade.	Und.	20

LOTE V- 75% AMPLA CONCORRÊNCIA– LISTA DE MATERIAIS DE CONSUMO

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.
01	ABRIDOR DE BOCA – Kit contendo um abridor adulto (40 x 30 x 20 mm) e um abridor infantil (30 x 25 x 18 mm), confeccionado em silicone autoclavável, contendo na embalagem externa os dados de identificação, procedência, número de registro na ANVISA, lote e validade.	Kit	15
02	ADESIVO DENTÁRIO - Sistema adesivo de alto poder de adesão para esmalte e dentina: adesivo convencional de 2 passos: primer e bonder no mesmo frasco de 6 ml. Fotopolimerizável. Utilizado para todas as classes de restaurações diretas, cimentação adesiva, de peças protéticas.	Frasco	75
03	ÁCIDO FOSFÓRICO 37% – Condicionador dental. Apresenta-se em seringa com 2,5 ML, em forma de gel para promover adição mecânica em processos restauradores diretos por materiais resinosos ou em processos preventivos de selamentos, contendo na embalagem externa dos dados de identificação, procedência, número de registro na ANVISA, lote e validade. Unidade.	Pacote	113



04	AGULHA CURTA ODONTOLÓGICA 30G – Agulha gengival para anestesia odontológica, curta, descartável, estéril, confeccionada em aço inoxidável, com biseltrifacetado, afiado e sem rebarbas, com sistema de encaixe universal, esterilizada por óxido de etileno, tri biselada e siliconizada, contendo na embalagem externa os dados de identificação, procedência, número de registro na ANVISA, lote e validade. Caixa com 100 unidades.	Caixa	38
05	AGULHA LONGA ODONTOLÓGICA 27G – Agulha gengival para anestesia odontológica, longa, descartável, estéril, confeccionada em aço inoxidável com bisel trifacetado, afiado e sem rebarbas, com sistema de encaixe universal, embalada individualmente, esterilizada por óxido de etileno tri biselado e siliconizado, contendo na embalagem externa os dados de identificação, procedência, número de registro na ANVISA, lote e validade. Caixa com 100 unidades.	Caixa	38
06	AGULHA ODONTOLÓGICA EXTRA CURTA 30G – Agulha gengival para anestesia odontológica, curta, descartável, estéril, confeccionada em aço inoxidável, com bisel trifacetado, afiado e sem rebarbas, com sistema de encaixe universal, esterilizada por óxido de etileno, tri biselada e siliconada, contendo na embalagem externa os dados de identificação, procedência, número de registro na ANVISA, lote e validade. Caixa com 100 unidades.	Caixa	38
07	ALGODÃO (ROLETES DENTAIS) – Rolete de algodão, confeccionado em algodão hidrófilo prensado, homogêneo, macio, com boa absorção de líquidos e secreções, sem grumos ou impurezas, medindo aproximadamente 4,5cm de comprimento e 10mm de diâmetro, contendo na embalagem externa os dados de identificação, procedência, número de registro na ANVISA, lote e validade. Pacotes com 100 roletes.	Pacote	450
08	AMÁLGAMA EM CÁPSULA – Composição: 40% de prata, 31,1% de estanho e 28,7% de cobre. Relação liga: Mercúrio 1:0.92 (47,9% de mercúrio). O material deve proporcionar alta resistência à compressão, Variação dimensional positiva, condensabilidade, brunimento, qualidade no contato interproximal. Facilidade no manuseio e misturas de excelente qualidade e consistência, em todas as triturações, contendo na embalagem externa os dados de identificação, presa regular, com Variação dimensional positiva, procedência, número de registro na ANVISA, lote e validade. Embalagem com 50 cápsulas.	Embalagem	23
09	ANESTÉSICO INJETÁVEL ARTICAÍNA COM EPINEFRINA - Solução estéril injetável de Cloridrato de Articaína 4% (40mg/ml) com Epinefrina 1:100.000, (10µg/ml), acondicionados em carpules (tubetes) com 1,8ml cada. Embalagem com 50 tubetes.	Caixa	23
10	ANESTÉSICO INJETÁVEL LIDOCAÍNA COM EPINEFRINA – Anestésico lidocaína 2% + 1:000.000 adrenalin (epinefrina), uso adulto e pediátrico, solução injetável, tubete de vidro composto por lidocaína 2% com epinefrina 1:000.000, livre metilparabeno, contendo na embalagem externa os dados de identificação, procedência, número de registro na ANVISA, lote e validade. Caixa contendo 50 tubetes com 1,8mL.	Caixa	150



11	ANESTÉSICO INJETÁVEL MEPVACAÍNA – Anestésico mepicaina 3% sem vasoconstrictor, anestésico injetável contendo cloridrato de mepivacaína 3% sem vasocons, indicado para anestesia local, livre metilparabeno, por bloqueio de nervo ou por infiltração em procedimentos odontológicos, contendo na embalagem externa os dados de identificação, procedência, número de registro na ANVISA, lote e validade. Caixa contendo 50 tubetes com 1,8mL.	Caixa	23
12	ANESTÉSICO TÓPICO – Composto por benzocaína 200mg, em gel, com sabor artificial, contendo na embalagem externa os dados de identificação, procedência, número de registro na ANVISA, lote e validade. Pote com 12g.	Und.	45
13	BABADOR - Material: Papel E Plástico. Tipo Uso: Descartável. Comprimento: 33 CM. Largura: 28 CM. Características Adicionais: Com 2 Camadas.	Pacote	150
14	BICARBONATO DE SÓDIO – Alto grau de pureza, que permita ótima profilaxia oral com remoção da placa bacteriana, granulação extrafina que proporcione jateamento amplo, livre e contínuo, não deve causar danos ao esmalte e gengiva, contendo na embalagem externa os dados de identificação, procedência, número de registro na ANVISA, lote e validade. Embalagem contendo 40 g.	Und.	23
15	BROCA ALTA ROTAÇÃO - Material: aço inoxidável. Diamantada. Característica adicional: Conjunto. Tipo Corte: Corte Fino. Referência: 1093, 1112, 1190, 2135, 3118, 3168 e 3195. Apresentação: Unidade.	Und.	45
16	BROCA ALTA ROTAÇÃO - Material: aço inoxidável. Diamantada. Formato: Chama. Tipo Haste: Curta. Tipo Corte: Fino. Numeração Americana 1: Ref. 3118f. Apresentação: Unidade.	Und.	23
17	BROCA ALTA ROTAÇÃO - Material: aço inoxidável. Diamantada. Formato: Chama. Tipo Haste: Regular. Tipo Corte: Extra Fino. Numeração Americana 1: Ref. 3118ff. Apresentação: Unidade.	Und.	23
18	BROCA ALTA ROTAÇÃO - Material: aço inoxidável. Diamantada. Formato: Cilíndrica. Tipo Haste: Regular. Tipo Corte: Médio. Numeração Americana: 1090. Apresentação: Unidade.	Und.	23
19	BROCA ALTA ROTAÇÃO - Material: aço inoxidável. Diamantada. Formato: Cilíndrica. Tipo Haste: Regular. Tipo Corte: Médio. Numeração Americana: 1091. Apresentação: Unidade.	Und.	23
20	BROCA ALTA ROTAÇÃO - Material: aço inoxidável. Diamantada. Formato: Cilíndrica. Tipo Haste: Regular. Tipo Corte: Médio. Numeração Americana: 1092. Apresentação: Unidade.	Und.	23



21	BROCA ALTA ROTAÇÃO - Material: aço inoxidável. Diamantada. Formato: Cone Invertido. Tipo Haste: Regular. Tipo Corte: Médio. Numeração Americana: 1032. Apresentação: Unidade.	Und.	23
22	BROCA ALTA ROTAÇÃO - Material: aço inoxidável. Diamantada. Formato: Cone Invertido. Tipo Haste: Regular. Tipo Corte: Médio. Numeração Americana: 1035. Apresentação: Unidade.	Und.	23
23	BROCA ALTA ROTAÇÃO - Material: aço inoxidável. Diamantada. Formato: Cônica. Característica Adicional: Dupla. Tipo Haste: Regular. Tipo Corte: Médio. Numeração Americana: 1045. Apresentação: Unidade.	Und.	23
24	BROCA ALTA ROTAÇÃO - Material: aço inoxidável. Diamantada. Formato: Cônica. Característica Adicional: Dupla. Tipo Haste: Regular. Tipo Corte: Médio. Numeração Americana: 1046. Apresentação: Unidade.	Und.	23
25	BROCA ALTA ROTAÇÃO - Material: aço inoxidável. Diamantada. Formato: Cônica. Característica Adicional: Topo Em Chama. Tipo Haste: Regular. Tipo Corte: Extra Fino. Numeração Americana 1: Ref. 1112ff. Apresentação: Unidade.	Und.	23
26	BROCA ALTA ROTAÇÃO - Material: aço inoxidável. Diamantada. Formato: Cônica. Característica Adicional: Topo Em Chama. Tipo Haste: Regular. Tipo Corte: Extra Fino. Numeração Americana 1: Ref. 1190ff. Apresentação: Unidade.	Und.	30
27	BROCA ALTA ROTAÇÃO - Material: aço inoxidável. Diamantada. Formato: Cônica. Característica Adicional: Topo Em Chama. Tipo Haste: Regular. Tipo Corte: Extra Fino. Numeração Americana 1: Ref. 3195ff. Apresentação: Unidade.	Und.	45
28	BROCA ALTA ROTAÇÃO - Material: aço inoxidável. Diamantada. Formato: Cônica. Característica Adicional: Topo Em Chama. Tipo Haste: Regular. Tipo Corte: Fino. Numeração Americana 1: Ref. 1190f. Apresentação: Unidade.	Und.	45
29	BROCA ALTA ROTAÇÃO - Material: aço inoxidável. Diamantada. Formato: Cônica. Característica Adicional: Topo Em Chama. Tipo Haste: Regular. Tipo Corte: Fino. Numeração Americana 1: Ref. 3195f. Apresentação: Unidade.	Und.	45
30	BROCA ALTA ROTAÇÃO - Material: aço inoxidável. Diamantada. Formato: Cônica. Característica Adicional: Topo Em Chama. Tipo Haste: Regular. Tipo Corte: Médio. Numeração Americana: 2200. Apresentação: Unidade.	Und.	45
31	BROCA ALTA ROTAÇÃO - Material: aço inoxidável. Diamantada. Formato: Cônica. Característica Adicional: Topo Inativo. Tipo Haste: Regular. Tipo Corte: Médio. Numeração Americana: Ref. 3080. Apresentação: Unidade.	Und.	45



32	BROCA ALTA ROTAÇÃO - Material: aço inoxidável. Diamantada. Formato: Cônica. Característica Adicional: Topo Inativo. Tipo Haste: Regular. Tipo Corte: Médio. Numeração Americana: Ref. 3082. Apresentação: Unidade.	Und.	45
33	BROCA ALTA ROTAÇÃO - Material: aço inoxidável. Diamantada. Formato: Esférica. Tipo Haste: Curta. Tipo Corte: Médio. Numeração Americana: 1302. Apresentação: Unidade.	Und.	45
34	BROCA ALTA ROTAÇÃO - Material: aço inoxidável. Diamantada. Formato: Esférica. Tipo Haste: Longa. Tipo Corte: Cirúrgica. Numeração Americana: 1012. Apresentação: Unidade.	Und.	45
35	BROCA ALTA ROTAÇÃO - Material: aço inoxidável. Diamantada. Formato: Esférica. Tipo Haste: Haste Longa. Tipo Corte: Cirúrgica. Numeração Americana: 1014. Apresentação: Unidade.	Und.	45
36	BROCA ALTA ROTAÇÃO - Material: aço inoxidável. Diamantada. Formato: Esférica. Tipo Haste: Longa. Tipo Corte: Cirúrgica. Numeração Americana: 1016. Apresentação: Unidade.	Und.	45
37	BROCA ALTA ROTAÇÃO - Material: aço inoxidável. Diamantada. Formato: Esférica. Tipo Haste: Regular. Tipo Corte: Médio. Numeração Americana: 1011. Apresentação: Unidade.	Und.	45
38	BROCA ALTA ROTAÇÃO - Material: aço inoxidável. Diamantada. Formato: Esférica. Tipo Haste: Regular. Tipo Corte: Médio. Numeração Americana: 1012. Apresentação: Unidade.	Und.	53
39	BROCA ALTA ROTAÇÃO - Material: aço inoxidável. Diamantada. Formato: Esférica. Tipo Haste: Regular. Tipo Corte: Médio. Numeração Americana: 1013. Apresentação: Unidade.	Und.	53
40	BROCA ALTA ROTAÇÃO - Material: aço inoxidável. Diamantada. Formato: Esférica. Tipo Haste: Regular. Tipo Corte: Médio. Numeração Americana: 1014. Apresentação: Unidade.	Und.	53
41	BROCA ALTA ROTAÇÃO - Material: aço inoxidável. Diamantada. Formato: Esférica. Tipo Haste: Regular. Tipo Corte: Médio. Numeração Americana: 1015. Apresentação: Unidade.	Und.	53
42	BROCA ALTA ROTAÇÃO - Material: aço inoxidável. Diamantada. Formato: Esférica. Tipo Haste: Haste Regular. Tipo Corte: Médio. Numeração Americana: 1016. Apresentação: Unidade.	Und.	53
43	BROCA ALTA ROTAÇÃO - Material: aço inoxidável. Diamantada. Formato: Pêra. Tipo Haste: Regular. Tipo Corte: Extra Fino. Numeração Americana 1: Ref. 3168ff. Apresentação: Unidade.	Und.	45



44	BROCA ALTA ROTAÇÃO - Material: aço inoxidável. Diamantada. Formato: Pêra. Tipo Haste: Regular. Tipo Corte: Fino. Numeração Americana 1: Ref. 3168f. Apresentação: Unidade.	Und.	45
45	BROCA ALTA ROTAÇÃO - Material: aço inoxidável. Diamantada. Formato: Tronco Cônica. Característica Adicional: Topo Arredondado. Tipo Haste: Regular. Tipo Corte: Fino. Numeração Americana 1: Ref. 2135f. Apresentação: Unidade.	Und.	45
46	BROCA ALTA ROTAÇÃO - Material: Carbide. Formato: Cilíndrica. Característica Adicional: Topo Arredondado. Tipo Haste: Regular. Tipo Corte: Picotada. Numeração Americana 1: Ref. 1557. Apresentação: Unidade.	Und.	45
47	BROCA ALTA ROTAÇÃO - Material: Carbide. Formato: Cilíndrica. Característica Adicional: Topo Arredondado. Tipo Haste: Regular. Tipo Corte: Picotada. Numeração Americana 1: Ref. 1558. Apresentação: Unidade.	Und.	45
48	BROCA ALTA ROTAÇÃO - Material: Carbide. Formato: Cônica Longa. Característica Adicional: Topo Arredondado. Tipo Haste: Regular. Tipo Corte: Zekrya. Referência: Ref. 151. Apresentação: Unidade.	Und.	45
49	BROCA ALTA ROTAÇÃO - Material: Carbide. Formato: Esférica. Tipo Haste: Longa. Tipo Corte: Cirúrgica. Numeração Americana 1: Ref. 8. Apresentação: Unidade.	Und.	45
50	BROCA ALTA ROTAÇÃO - Material: Carbide. Formato: Esférica. Tipo Haste: Longa. Tipo Corte: Médio. Numeração Americana 1: Ref. 6. Apresentação: Unidade.	Und.	45
51	BROCA ALTA ROTAÇÃO - Material: Carbide. Formato: Tronco Cônica. Característica Adicional: Picotada Longa. Tipo Haste: Regular. Tipo Corte: Grosso. Numeração Americana 1: Ref. 702. Apresentação: Unidade.	Und.	45
52	BROCA ALTA ROTAÇÃO - Material: Carbide. Formato: Tronco Cônica. Característica Adicional: Picotada. Tipo Haste: Longa. Tipo Corte: Cirúrgica. Numeração Americana 1: Ref. 703. Apresentação: Unidade.	Und.	45
53	BROCA ALTA ROTAÇÃO - Material: Carbide. Formato: Tronco Cônica. Característica Adicional: Topo Plano. Tipo Haste: Regular. Tipo Corte: Médio. Características Adicionais: Endo Z. Apresentação: Unidade.	Und.	45
54	BROCA BAIXA ROTAÇÃO - Tipo: Contra Ângulo. Material: Aço Carbono. Formato: Esférica, Pêra, Chama. Tipo Corte: Multilaminada. Tipo Haste: Regular. Apresentação: Conjunto C/ 6 Un.	Und.	15
55	BROCA BAIXA ROTAÇÃO - Tipo: Contra Ângulo. Material: Aço Inoxidável. Formato: Espiral. Característica Adicional: Lentulo. Comprimento: Cerca De 25 MM. Diâmetro: 0,25, 0,30, 0,35, 0,40 MM. Apresentação: Caixa C/ 4 unidades.	Caixa	15



56	BROCA BAIXA ROTAÇÃO - Tipo: Contra Ângulo. Material: Aço Inoxidável. Formato: Gates. Referência: Ref. 1. Comprimento: 28 MM. Apresentação: Unidade.	Und.	15
57	BROCA BAIXA ROTAÇÃO - Tipo: Contra Ângulo. Material: Aço Inoxidável. Formato: Gates. Referência: Ref. 2. Comprimento: 28 MM. Apresentação: Unidade.	Und.	15
58	BROCA BAIXA ROTAÇÃO - Tipo: Contra Ângulo. Material: Aço Inoxidável. Formato: Gates. Referência: Ref. 3. Comprimento: 28 MM. Apresentação: Unidade.	Und.	15
59	BROCA BAIXA ROTAÇÃO - Tipo: Contra Ângulo. Material: Aço Inoxidável. Formato: Gates. Referência: Ref. 4. Comprimento: 28 MM. Apresentação: Unidade.	Und.	15
60	BROCA BAIXA ROTAÇÃO - Tipo: Contra Ângulo. Material: Aço Inoxidável. Formato: Gates. Referência: Ref. 5. Comprimento: 28 MM. Apresentação: Unidade.	Und.	15
61	BROCA BAIXA ROTAÇÃO - Tipo: Contra Ângulo. Material: Aço Inoxidável. Formato: Helicoidal. Característica Adicional: Largo. Tipo Haste: Longa. Referência: Ref. 1. Comprimento: 28 MM. Apresentação: Unidade.	Und.	15
62	BROCA BAIXA ROTAÇÃO - Tipo: Contra Ângulo. Material: Aço Inoxidável. Formato: Helicoidal. Característica Adicional: Largo. Tipo Haste: Longa. Referência: Ref. 1. Comprimento: 32 MM. Apresentação: Unidade.	Und.	15
63	BROCA BAIXA ROTAÇÃO - Tipo: Contra Ângulo. Material: Aço Inoxidável. Formato: Helicoidal. Característica Adicional: Largo. Tipo Haste: Longa. Referência: Ref. 2. Comprimento: 28 MM. Apresentação: Unidade.	Und.	15
64	BROCA BAIXA ROTAÇÃO - Tipo: Contra Ângulo. Material: Aço Inoxidável. Formato: Helicoidal. Característica Adicional: Largo. Tipo Haste: Longa. Referência: Ref. 2. Comprimento: 32 MM. Apresentação: Unidade.	Und.	15
65	BROCA BAIXA ROTAÇÃO - Tipo: Contra Ângulo. Material: Aço Inoxidável. Formato: Helicoidal. Característica Adicional: Largo. Tipo Haste: Longa. Referência: Ref. 3. Comprimento: 28 MM. Apresentação: Unidade.	Und.	15
66	BROCA BAIXA ROTAÇÃO - Tipo: Contra Ângulo. Material: Aço Inoxidável. Formato: Helicoidal. Característica Adicional: Largo. Tipo Haste: Haste Longa. Referência: Ref. 3. Comprimento: 32 MM. Apresentação: Unidade.	Und.	15
67	BROCA BAIXA ROTAÇÃO - Tipo: Contra Ângulo. Material: Carbide. Formato: Esférica. Tipo Corte: Corte Regular. Tipo Haste: Regular. Referência: Ref. 8. Apresentação: Unidade.	Und.	15
68	BROCA BAIXA ROTAÇÃO - Tipo: Peça Reta. Material: Carboneto de Tungstênio. Formato: Chama. Referência: Ref. ISO 500 104 257 190 060. Apresentação: Unidade.	Und.	15



69	BROCA BAIXA ROTAÇÃO - Tipo: Peça Reta. Material: Carboneto de Tungstênio. Formato: Cônica. Formato Adicional: Topo Arredondado. Tipo Corte: Cruzado. Referência: Ref. ISSO 500 104 194 190 045. Apresentação: Unidade.	Und.	15
70	BROCA BAIXA ROTAÇÃO - Tipo: Peça Reta. Material: Carboneto de Tungstênio. Formato: Esférica. Referência: Ref. 2. Apresentação: Unidade.	Und.	15
71	BROCA BAIXA ROTAÇÃO - Tipo: Peça Reta. Material: Carboneto de Tungstênio. Formato: Esférica. Referência: Ref. 6. Apresentação: Unidade.	Und.	15
72	CANETA ALTA ROTAÇÃO - Material Rolamento: Cerâmica. Velocidade Máxima: Menor ou igual 400.000 RPM. Refrigeração: 3 ou mais furos. Troca de brocas: Botão de pressão (Pb). Tipo Conexão: 2 furos. Tipo Cabeça: Padrão. Apresentação: Unidade.	Und.	15
73	CANETA BAIXA ROTAÇÃO - Tipo: Peça Reta. Relação Transmissão: 1:1. Troca De Broca: Anel Destravador. Refrigeração: S/ Refrigeração. Apresentação: Unidade.	Und.	15
74	CANETA BAIXA ROTAÇÃO - Tipo: Contra Ângulo. Relação Transmissão: 20:1. Torque: maior ou igual 50 N.cm. Troca de broca: Trava Lt/Fg. Refrigeração: C/ Refrigeração Externa. Tipo Cabeça: Cabeça Padrão Característica Adicional: C/ Led. Apresentação: Unidade.	Und.	15
75	CALEN + PMCC – Pasta de hidróxido de cálcio, apresentando-se como um kit com 2 tubos de pasta calen de 2,7g e tubos de glicerina 2,2g e um tubo de paramonoclorofenol canforado de 2,2g, contendo na embalagem externa os dados de identificação, procedência, número de registro na ANVISA, lote e validade.	Kit	15
76	CANUDO GROSSO DESCARTÁVEL – Diâmetro de 10 mm x comprimento de 21 cm, contendo na embalagem externa os dados de identificação, procedência, número de registro na ANVISA, lote e validade. Embalagem contendo 100 unidades.	Pacote	8
77	CARIOSTÁTICO – Solução aquosa com ácido fluorídrico, nitrato de prata e hidróxido de amônia que reagem formando o fluoreto de cálcio e fosfato de prata na presença da dentina. Embalagem contendo 10mL.	Und.	30
78	CIMENTO CIRÚRGICO (PASTA-PASTA) – Composição da pasta base: ácido graxos, resina natural, resina sintética, óleo mineral, timol, cera natural e aroma de menta, com 90g. Composição da pasta aceleradora: óleo mineral, óleo vegetal, óxido zinco, óxido de magnésio, pigmento de óxido de ferro, timol, bht e aroma de menta, contendo na embalagem externa os dados de identificação, procedência, número de registro na ANVISA, lote e validade. Cada tubo contendo 90g.	Kit	11



79	CIMENTO DE HIDRÓXIDO DE CÁLCIO (SISTEMA PASTA-PASTA) – Apresentado em 01 tubo de pasta base 13g, 01 tubo de pasta catalizadora 11g e 01 blocos de mistura. Composição: catalizador hidróxido de cálcio, óxido de zinco, etiltolueno sulfonamida, estearato de zinco e corantes minerais, biocompatível, alta resistência à compressão: maior resistência à tração que os cimentos Provisórios do mercado. Contendo na embalagem externa os dados de Identificação, procedência, número de registro na ANVISA, lote e validade.	Und.	11
80	CIMENTO ENDODÔNTICO – Cimento a base de hidróxido de cálcio, radiopaco, biocompatível, estimulador do tecido de reparação da região periapical. Contendo na embalagem externa os Dados de identificação, procedência, número de registro na ANVISA, lote e validade. Apresenta-se em embalagem contendo frasco de 08g com pó e um tubo de resina de 09g.	Und.	23
81	CIMENTO PARA RESTAURAÇÃO PROVISÓRIA KIT (PÓ E LÍQUIDO) – Material restaurador temporário, à base de óxido e zinco e eugenol (modificado), pó cor marfim. Apresentação: kit: 1 frasco com 38 g de pó; 1 frasco com 15 ml de líquido; 1 dosador, contendo na embalagem externa os dados de identificação, procedência, número de registro na ANVISA, lote e validade.	Kit	23
82	CLOREXIDINA GEL 2% – Gel antisséptico com propriedades antibacterianas, efetiva em gram positivos e gram negativos, utilizado como curativos, utilizado como curativo de demora em tratamento de canais radiculares. Contendo na embalagem externa os dados de identificação, procedência, número de registro na ANVISA, lote e validade. Seringa preenchida contendo 3g.	Caixa	8
83	CONE DE GUTA PERCHA 15 A 40 – Atuam como obturadores de canais radiculares, apresentando ótima estabilidade dimensional, flexibilidade e alta radiopacidade, contendo na embalagem externa os dados de identificação, procedência, número de registro na ANVISA, lote e validade. Embalagem contendo 120 unidades.	Embalagem	8
84	CONE DE GUTA PERCHA 45 A 80 – Atuam como obturadores de canais radiculares, apresentando ótima estabilidade dimensional, flexibilidade e alta radiopacidade, contendo na embalagem externa os dados de identificação, procedência, número de registro na ANVISA, lote e validade. Embalagem contendo 120 unidades.	Embalagem	8
85	CONE DE GUTA PERCHA ACESSÓRIO MICROTIPPED FM EXTRA - LONGO 34 MM – Cone De Guta Percha Acessório Microtipped FM Extra - Longo (34mm). Rolados com a mão com alta precisão de formato e comprimento. Composição: gutta percha purificada, óxido de zinco pa, agente corante orgânico não tóxico. Caixa com 80 Pontas com registro na ANVISA.	Caixa	15
86	CONE DE GUTA PERCHA ACESSÓRIO MICROTIPPED EL EXTRALONGO 34 MM – Cone de Guta Percha acessório Microtipped EL extralongo (34mm). Rolados com a mão e alta precisão de formato e comprimento. Composição: gutta percha purificada, óxido de zinco PA, agente corante orgânico não tóxico. Caixa com 80 pontas com registro na ANVISA.	Caixa	15



87	CONE DE GUTA PERCHA ACESSÓRIO MICROTIPPED ML 28 MM – Cone De Guta Percha Acessório Microtipped ML 28mm. Rolados com a mão com alta precisão de formato e comprimento. Composição: guta percha purificada, óxido de zinco PA, agente corante orgânico não tóxico. Caixa com 100 pontas com registro na ANVISA.	Caixa	15
88	CONE DE GUTA PERCHA ACESSÓRIO MICROTIPPED MX EXTRA - LONGO 34 MM – Cone de guta percha acessório microtipped MX extralongo (34mm) rolados com a mão com alta precisão de formato e comprimento. Composição: guta percha purificada, óxido de zinco PA, agente corante orgânico não tóxico. Caixa com 80 pontas com registro na ANVISA.	Caixa	15
89	CONE DE GUTA PERCHA NATURAL ACESSÓRIO MICROTIPPED MF 28 MM – Cone De Guta Percha Natural Acessório Microtipped MF 28mm. Com baixo teor de óxido de zinco e resinas. Caixa com 100 pontas com registro na ANVISA.	Caixa	15
90	CREME DENTAL – Ingredientes ativos: fluoreto de sódio 0,32% (1450ppm de flúor), triclosano 0,3%, contendo na embalagem externa os dados de identificação, procedência, número de registro na ANVISA, lote e validade. Embalagem contendo 90 g.	Unidade	3.000
91	CUNHA ODONTOLÓGICA - Material: Madeira. Tipo: Anatômica. Aplicação: Restauração Interproximal. Tipo Ponta: Fina. Características Adicionais: Seção Triangular, Lisa, Cores Sortidas. Apresentação: caixa 100 unidades.	Caixa	11
92	DISCOS DE LIXA PARA MANDRIL – Para acabamento e polimento em superfícies de restaurações realizadas com resinas compostas e ionômero de vidro, em poliéster que proporciona maior flexibilidade e acesso interproximal, contendo na embalagem externa os dados de identificação, granulações grossa, média, fina e extrafina. Procedência, número de registro na ANVISA, lote e validade. Embalagem contendo 100 unidades de 16 mm (25 unidades de cada tipo).	Pacote	11
93	DESSENSIBILIZANTE DENTINÁRIO - Composição Básica: Cloreto de Estrôncio e Nitrato de Potássio. Concentração: 10% + 5%. Aspecto Físico*: Gel. Apresentação: Seringa contendo 3g.	Seringa	45
94	DETERGENTE ENZIMÁTICO - Composição: A base de Amilase, Protease, Lipase, Celulase. Composição II: Peptidase, Carboidrase. Apresentação: Frasco contendo 1L.	Frasco	45
95	EDTA 17 – Utilizado no preparo das paredes dos canais radiculares, previamente à obturação, pH entre 7,0 e 8,0, é compatível com os tecidos vivos, conferindo ao produto uma irritação tecidual praticamente nula, contendo na embalagem externa os dados de identificação, procedência, lote e validade. Frasco contendo 20mL.	Frasco	8



96	ESPAÇADOR ENDODÔNTICO - Material: Níquel/Titânio. Tipo: Digital. Comprimento: 25 Mm. Características Adicionais: 1ª Série. Apresentação: Conjunto Completo. Embalagem contendo 06 Unidades.	Embalagem	8
97	ESCOVA DE CUSPIDEIRA – Dimensões 27 x 6,4 x 5cm. Para limpeza de longo alcance e retirada de resíduos, contendo na embalagem externa os dados de identificação, procedência, número de registro na ANVISA, lote e validade.	Und.	11
98	ESCOVA DE ROBSON – Utilizada em contra ângulo, cor branca ou preta, formato cônico. Utilizado para profilaxias, contendo na embalagem externa os dados de identificação, procedência, número de registro na ANVISA, lote e validade.	Und.	150
99	EVIDENCIADOR DENTAL . Aplicação: P/ Cárie. Solução. Apresentação: Unidade.	Und.	30
100	ESCOVA DENTAL ADULTO COM PROTETOR DE CERDA – Medindo 18 cm aberta e 11 cm fechada, cerdas de nylon, macia, arredondada e polida, com ancoras metálicas, contendo 35 tufos de cerdas, distribuídos em quatro fileiras. Cabo e capa protetora fabricados em polipropileno, contendo na embalagem externa os dados de identificação, procedência, número de registro na ANVISA, lote e validade.	Und.	3.750
101	ESCOVA DENTAL INFANTIL COM PROTETOR DE CERDA – Cerdas de nylon macias ou extra macias, com 4 fileiras de tufos, contendo 28 tufos de cerdas, aparadas uniformemente e arredondadas na mesma altura, cabo reto, medindo 15 cm de comprimento, anatômico, com empunhadura, embalada individualmente com estojo plástico protetor de cerdas, tipo maleta, contendo na embalagem externa os dados de identificação, procedência, número de registro na ANVISA, lote e validade.	Und.	3.750
102	ESPELHO CLÍNICO Nº 5 – Utilizado para melhor visualização pelo profissional de determinadas regiões da cavidade oral, sem aumento, esterilizável, contendo na embalagem externa os dados de identificação, procedência, número de registro na ANVISA, lote e validade. Unidade.	Und.	45
103	ESPONJA HEMOSTÁTICA – Composta de colágeno (gelatina) liofilizada, embalada em blister individual, esterilizada por irradiação, sem contraindicações, absorvível e sem riscos de intolerância, contendo na embalagem externa os dados de identificação, procedência, número de registro na ANVISA, lote e validade. Embalagem contendo 10 unidades.	Caixa	38
104	FILME DE PVC – Transparente com 28 cm em 100 metros de rolo, contendo na embalagem externa os dados de identificação e procedência.	Rolo	45
105	FILME RADIOGRÁFICO ADULTO – Nitidez brilhante de imagem com menos tempo de exposição, adulto 31x35mm, contendo na embalagem externa os dados de identificação, procedência, número de registro na ANVISA, lote e validade. Embalagem contendo 150 películas.	Embalagem	45



106	FILME RADIOGRÁFICO INFANTIL – Com finalidade de diagnosticar: cáries, lesões periodontais, absorção óssea e tratamento de canal, 22 x 35 mm, cor roxo, contendo na embalagem externa os dados de identificação, procedência, número de registro na ANVISA, lote e validade. Embalagem contendo 100 películas.	Embalagem	4
107	FIO DE SUTURA DE SEDA – 4.0 ODONTOLOGICO- agulha em aço-inox siliconizado ½ círculo cortante triangular 1,7cm fio sintetizado com material natural, filamento de seda natural e trançada esterilizado em raio gama as agulhas são inspecionadas individualmente quanto a ponta lubrificação e fixação para garantir punção fácil e segura atóxico não pirogênico de uso único e estéril embalados individualmente em papel grau cirúrgicos sendo que a embalagem primaria trata-se de envelope metalizado internamente garantido a integridade do fio uso exclusivo em odontologia validade de 5 anos.	Caixa	45
108	FIO DE SUTURA SEDA Nº 3-0 – Comprimento mínimo do fio (45cm), com agulha ½ círculo cortante, tamanho da agulha (1,7cm), estéril. Caixa com 24 unidades.	Caixa	23
109	FIO DENTAL – Deve apresentar menos torções em seus micros filamentos, proporcionando maior área Para a limpeza e sendo resistente ao desfiamento, contendo na embalagem externa os dados de Identificação, procedência, número de registro na ANVISA, lote e validade. Embalagem contendo 500 metros.	Und.	15
110	FIO DENTAL 050 mm – especificações técnicas mínimas de rolo com 50m.	Und.	2.250
111	FIXADOR RADIOLÓGICO - Aplicação: para Processamento Manual. Aspecto Físico: Solução aquosa pronta para uso. Apresentação: Frasco 475 mililitros.	Frasco	53
112	FIO RETRATOR GENGIVAL - Material: algodão trançado ou tricotado. Tipo: não impregnado. Espessura: ultra extrafino. Apresentação: Embalagem c/ cerca de 2,5M. Tipo Uso: Estéril/Descartável Complementar: Nº 000. Apresentação: Unidade.	Embalagem	8
113	FITA PARA AUTOCLAVE – indicado para realizar o fechamento de pacotes de papel e de pano que serão esterilizados em autoclaves odontológicas. Confeccionada com dorso de papel crepado à base de celulose, facilitando a escrita no dorso; recebe, em uma de suas faces, massa adesiva à base de borracha natural, óxido de zinco e resinas e, na outra face, uma fina camada de impermeabilizante de resina acrílica. Embalagem com rolo contém uma unidade nas especificações aproximadas de 19mm x 30m. Deve possuir registro Anvisa.	Und.	75
114	FLÚOR TÓPICO GEL ACIDULADO – Flúor fosfato acidulado 1,23% para prevenção da doença cárie, contendo na embalagem externa os dados de identificação, procedência, número de registro na ANVISA, lote e validade. Frasco contendo 200ml.	Frasco	30



115	FORMOCRESOL – Menos concentrado do que a composição padrão de bucket, sem perder a suas propriedades terapêuticas, aumentando assim, sua compatibilidade biológica, antisséptico, mumificante do tecido pulpar, bactericida, contendo na embalagem externa os dados de identificação, procedência, número de registro na ANVISA, lote e validade. Frasco contendo 10mL.	Frasco	11
116	GEL NEUTRO 2% - utilizado para prevenção da cárie dentária e remineralização dental. O gel contém 2% de Fluoreto de Sódio em gel base de caráter não iônico e pH neutro, recomendado para aplicação tópica na prevenção e tratamento da cárie. Composto por Fluoreto de Sódio, edulcorante, essência (aromas variados), corante, metilparabeno, gel base de caráter não iônico. Sabores variados, a critério do órgão demandante. Deve conter, em sua embalagem, dados de identificação, procedência, número de registro ANVISA, lote e validade. Frasco contendo 200ml.	Frasco	45
117	GLUCONATO DE CLOREXIDINA 0,12% – Solução bucal contendo gluconato de clorexidina a 0,12%, água, glicerina, etanol, polisorbato 20, composição aromática com sabor predominante de menta, sacarinato de sódio, fdec blue, nº 1, contendo na embalagem externa os dados de identificação, procedência, número de registro na ANVISA, lote e validade. Frasco contendo 02 litros.	Frasco	38
118	GLUTARALDEÍDO 2% – Composto por glutaraldeído 2,0%, tensoativo e água deionizada, para desinfecção de artigos semicríticos hospitalares, odontológicos e laboratoriais, sensíveis ao calor, contendo na embalagem externa os dados de identificação, procedência, número de registro na ANVISA, lote e validade. Frasco contendo 05 litros.	Frasco	15
119	GRAMPO DE ISOLAMENTO ABSOLUTO Nº 08 – Produzido em aço inox de maior resistência e memória elástica, têmpora tríplice para eliminar fragilidade ou quebra, suave acabamento semi acetinado, contendo na embalagem externa os dados de identificação, procedência, número de registro na ANVISA, lote e validade.	Und.	9
120	GRAMPO DE ISOLAMENTO ABSOLUTO Nº 08A – Produzido em aço inox de maior resistência e memória elástica, têmpora tríplice para eliminar fragilidade ou quebra, suave acabamento semi acetinado, contendo na embalagem externa os dados de identificação, procedência, número de registro na ANVISA, lote e validade.	Und.	4
121	GRAMPO DE ISOLAMENTO ABSOLUTO Nº 207 – Produzido em aço inox de maior resistência e memória elástica, têmpora tríplice para eliminar fragilidade ou quebra, suave acabamento semi acetinado, contendo na embalagem externa os dados de identificação, procedência, número de registro na ANVISA, lote e validade.	Und.	4
122	GRAMPO DE ISOLAMENTO ABSOLUTO Nº 26 – Produzido em aço inox de maior resistência e memória elástica, têmpora tríplice para eliminar fragilidade ou quebra, suave acabamento semi acetinado, contendo na embalagem externa os dados de identificação, procedência, número de registro na ANVISA, lote e validade.	Und.	4



123	GRAMPO PARA DIQUE DE BORRACHA Nº 0 – especificações técnicas mínimas fabricado em material do tipo aço inoxidável, nº 0 memória elástica, tempera tríplex para eliminar fragilidade ou quebra suave acabamento semi acetinado atenua a luz dos fotopolimerizadores reduzindo a fadiga ocular.	Und.	4
124	GRAMPO PARA DIQUE DE BORRACHA Nº 00 – especificações técnicas mínimas fabricado em material do tipo aço inoxidável, nº 0 memória elástica tempera tríplex para eliminar fragilidade ou quebra suave acabamento semi acetinado atenua a luz do fotopolimerizadores reduzindo a fadiga ocular.	Und.	4
125	GRAMPO PARA DIQUE DE BORRACHA Nº 14 – especificações técnicas mínimas fabricado em material do tipo aço inoxidável, nº 0 memória elástica tempera tríplex para eliminar fragilidade ou quebra suave acabamento semi acetinado atenua a luz do fotopolimerizadores reduzindo a fadiga ocular.	Und.	4
126	GRAMPO PARA DIQUE DE BORRACHA Nº 14A – especificações técnicas mínimas fabricado em material do tipo aço inoxidável, nº 0 memória elástica tempera tríplex para eliminar fragilidade ou quebra suave acabamento semi acetinado atenua a luz do fotopolimerizadores reduzindo a fadiga ocular.	Und.	4
127	GRAMPO PARA DIQUE DE BORRACHA Nº 200 – especificações técnicas mínimas fabricado em material do tipo aço inoxidável, nº 0 memória elástica tempera tríplex para eliminar fragilidade ou quebra suave acabamento semi acetinado atenua a luz do fotopolimerizadores reduzindo a fadiga ocular.	Und.	4
128	GRAMPO PARA DIQUE DE BORRACHA Nº 201 – especificações técnicas mínimas fabricado em material do tipo aço inoxidável, nº 0 memória elástica tempera tríplex para eliminar fragilidade ou quebra suave acabamento semi acetinado atenua a luz do fotopolimerizadores reduzindo a fadiga ocular.	Und.	4
129	GRAMPO PARA DIQUE DE BORRACHA Nº 202 – especificações técnicas mínimas fabricado em material do tipo aço inoxidável, nº 0 memória elástica tempera tríplex para eliminar fragilidade ou quebra suave acabamento semi acetinado atenua a luz do fotopolimerizadores reduzindo a fadiga ocular.	Und.	4
130	GRAMPO PARA DIQUE DE BORRACHA Nº 203 – especificações técnicas mínimas fabricado em material do tipo aço inoxidável, nº 0 memória elástica tempera tríplex para eliminar fragilidade ou quebra suave acabamento semi acetinado atenua a luz do fotopolimerizadores reduzindo a fadiga ocular.	Und.	4



131	GRAMPO PARA DIQUE DE BORRACHA Nº 204 – especificações técnicas mínimas fabricado em material do tipo aço inoxidável, nº 0 memória elástica tempera tríplex para eliminar fragilidade ou quebra suave acabamento semi acetinado atenua a luz do fotopolimerizadores reduzindo a fadiga ocular.	Und.	4
132	GRAMPO PARA DIQUE DE BORRACHA Nº 205 – especificações técnicas mínimas fabricado em material do tipo aço inoxidável, nº 0 memória elástica tempera tríplex para eliminar fragilidade ou quebra suave acabamento semi acetinado atenua a luz do fotopolimerizadores reduzindo a fadiga ocular.	Und.	4
133	GRAMPO PARA DIQUE DE BORRACHA Nº 206 – especificações técnicas mínimas fabricado em material do tipo aço inoxidável, nº 0 memória elástica tempera tríplex para eliminar fragilidade ou quebra suave acabamento semi acetinado atenua a luz do fotopolimerizadores reduzindo a fadiga ocular.	Und.	4
134	GRAMPO PARA DIQUE DE BORRACHA Nº 207 – especificações técnicas mínimas fabricado em material do tipo aço inoxidável, nº 0 memória elástica tempera tríplex para eliminar fragilidade ou quebra suave acabamento semi acetinado atenua a luz do fotopolimerizadores reduzindo a fadiga ocular.	Und.	4
135	GRAMPO PARA DIQUE DE BORRACHA Nº 208 – especificações técnicas mínimas fabricado em material do tipo aço inoxidável, nº 0 memória elástica tempera tríplex para eliminar fragilidade ou quebra suave acabamento semi acetinado atenua a luz do fotopolimerizadores reduzindo a fadiga ocular.	Und.	4
136	GRAMPO PARA DIQUE DE BORRACHA Nº 209 – especificações técnicas mínimas fabricado em material do tipo aço inoxidável, nº 0 memória elástica tempera tríplex para eliminar fragilidade ou quebra suave acabamento semi acetinado atenua a luz do fotopolimerizadores reduzindo a fadiga ocular.	Und.	4
137	GRAMPO PARA DIQUE DE BORRACHA Nº 210 – especificações técnicas mínimas fabricado em material do tipo aço inoxidável, nº 0 memória elástica tempera tríplex para eliminar fragilidade ou quebra suave acabamento semi acetinado atenua a luz do fotopolimerizadores reduzindo a fadiga ocular.	Und.	4
138	GRAMPO PARA DIQUE DE BORRACHA Nº 211 – especificações técnicas mínimas fabricado em material do tipo aço inoxidável, nº 0 memória elástica tempera tríplex para eliminar fragilidade ou quebra suave acabamento semi acetinado atenua a luz do fotopolimerizadores reduzindo a fadiga ocular.	Und.	4



139	GRAMPO PARA DIQUE DE BORRACHA Nº 212 – especificações técnicas mínimas fabricado em material do tipo aço inoxidável, nº 0 memória elástica tempera tríplex para eliminar fragilidade ou quebra suave acabamento semi acetinado atenua a luz do fotopolimerizadores reduzindo a fadiga ocular.	Und.	4
140	GRAMPO PARA DIQUE DE BORRACHA Nº 26 – especificações técnicas mínimas fabricado em material do tipo aço inoxidável, nº 0 memória elástica tempera tríplex para eliminar fragilidade ou quebra suave acabamento semi acetinado atenua a luz do fotopolimerizadores reduzindo a fadiga ocular.	Und.	4
141	GRAMPO PARA DIQUE DE BORRACHA Nº 27 – especificações técnicas mínimas fabricado em material do tipo aço inoxidável, nº 0 memória elástica tempera tríplex para eliminar fragilidade ou quebra suave acabamento semi acetinado atenua a luz do fotopolimerizadores reduzindo a fadiga ocular.	Und.	4
142	GRAMPO PARA DIQUE DE BORRACHA Nº 29 – especificações técnicas mínimas fabricado em material do tipo aço inoxidável, nº 0 memória elástica tempera tríplex para eliminar fragilidade ou quebra suave acabamento semi acetinado atenua a luz do fotopolimerizadores reduzindo a fadiga ocular.	Und.	4
143	GRAMPO PARA DIQUE DE BORRACHA Nº W8A – especificações técnicas mínimas fabricado em material do tipo aço inoxidável, nº 0 memória elástica tempera tríplex para eliminar fragilidade ou quebra suave acabamento semi acetinado atenua a luz do fotopolimerizadores reduzindo a fadiga ocular.	Und.	4
144	HEMOSTÁTICO 10 ml – especificações técnicas mínimas do tipo líquido forma de apresentação frasco com 10 ml.	Frasco	15
145	HIDRÓXIDO DE CÁLCIO P.A (PÓ) – Protetor pulpar, pH 12,4 alcalino, induz a formação de dentina Reparadora, contendo na embalagem externa os dados de identificação, procedência, número de Registro na ANVISA, lote e validade. Frasco contendo 10g.	Frasco	8
146	HIDROXIDO DE CALCIO FOTOPOLIMERIZADOR – especificações técnicas mínimas hidróxidos de cálcio fotopolimerizador e radiopaco, capacidade de 2g, coloração semelhante a dentina alta resistência ao ácido fosfórico embalagem do tipo seringa.	Und.	30
147	IONÔMERO DE VIDRO RESTAURADOR (PÓ E LÍQUIDO) TIPO II – Quimicamente ativado, cimento de prensa rápida, boa adesão ao esmalte e à dentina sendo desnecessário a criação de retenções, biocompatível, maior capacidade de liberação de flúor com finalidade anticariogênica. Apresentação: 1 frasco de cimento em pó com 10g, 1 frasco de líquido com 8g, 1 dosador de pó, contendo na embalagem externa os dados de identificação, procedência, número de registro na ANVISA, lote e validade.	Caixa	11



148	IONOMERO DE VIDRO FOTOPOLIMERIÁVEL – Quimicamente ativado, libera flúor, utilizado como forrador provisório e selante de cicatrículas e fissuras. Apresentação em uma bisnaga com ponta aplicadora, na cor branca.	Und.	45
149	KIT BROCAS MULTILAMINADAS PARA ACABAMENTO AMALGAMA – especificações técnicas mínimas lâminas para amalgama. Forma de apresentação kit com 6 unidades.	Und.	15
150	KIT COMPLETO PARA ACABAMENTO E POLIMENTO DE RESINA – especificações técnicas mínimas fabricado em silicone, kit contendo 03 ogivas e torpedos, 03 taças e 03 lentilhas (branco fino, verde grosso, amarelo regular) e broqueiro acrílico autoclavável.	Und.	15
151	KIT DE PONTAS DIAMANTADAS PARA ACABAMENTO FINA E ULTRAFINA RESINA – especificações técnicas mínimas com números 1190 F, 2135 F, 3118 F, 3195 F, 1190 FF, 3168 FF, 3195 FF, dentística forma de apresentação embalagem com o kit.	Und.	23
152	KIT ACADEMICO DE PEÇAS ODONTOLOGICOS contendo turbina de alta rotação com acoplamento borden, spray, rotação máxima de 450.000 RPM e sistema troca-broca, torque de 0,11 NCm. Rolamentos de cerâmica, rotores balanceados, baixo nível de ruído e vibração, certificação INMETRO de conformidade no Brasil, esterilizável até 135° C, durabilidade garantida por até 1.000 ciclos de esterilização micromotor de baixa rotação com acoplamento borden intramatic, spray interno, rotação de 5.000 a 20.000 RPM, encaixe intramatic universal, giro livre de 360°, baixo nível de ruído e vibração. Esterilizável em autoclave até 135° C. Garantia de 1 ano.	Und.	15
153	KIT LIMAS MECANIZADAS PARA MOTOR ENDODÔNTICO – acionada por motor e usado no tratamento de canais radiculares. Produzida em NiTi (Níquel-Titânio) e tratada termicamente, oferecendo melhor controle de memória e flexibilidade. Torque de até 2N.cm (Newton Centímetro). Deve possuir registro ANVISA em sua embalagem. O kit deve conter: limas sortidas (SX, S1, S2, F1, F2 e F3). Os tamanhos podem variar, de acordo com a necessidade do órgão, entre 21mm, 25mm e 31mm. Cada kit deve possuir 6 (seis) limas mecanizadas.	Kit	23
154	LÂMINA BISTURI. Material: Aço Carbono. Tamanho: Nº 12. Tipo: Descartável. Esterilidade: Estéril. Características Adicionais: Embalada Individualmente. Apresentação: Caixa 100 unidades.	Caixa	8
155	LENÇOL DE BORRACHA PARA ISOLAMENTO ABSOLUTO – Para isolamento absoluto, confeccionado com látex sem estrias, alta resistência, 13 x 13 cm, contendo na embalagem externa os dados de identificação, procedência, número de registro na ANVISA, lote e validade. Caixa com 26 unidades.	Caixa	15



156	LIMA F1 EM NÍQUEL-TITÂNIO 21MM – De secção triangular convexa, eletro-polida, com aproximadamente 55% de níquel e 45% de titânio, com conicidades múltiplas na mesma lima. Caixa em poliestireno contendo 06 instrumentos de 21mm. Apresentar registro no Ministério da Saúde.	Caixa	3
157	LIMA F1 EM NÍQUEL-TITÂNIO 25MM – De secção triangular convexa, eletro-polida, com aproximadamente 55% de níquel e 45% de titânio, com conicidades múltiplas na mesma lima. Caixa em poliestireno contendo 06 instrumentos de 25mm. Apresentar registro no Ministério da Saúde.	Caixa	3
158	LIMA F1 EM NÍQUEL-TITÂNIO 31 MM – De secção triangular convexa, eletro-polida, com aproximadamente 55% de níquel e 45% de titânio, com conicidades múltiplas na mesma lima. Caixa em poliestireno contendo 06 instrumentos de 21mm. Apresentar registro no Ministério da Saúde.	Caixa	3
159	LIMA TIPO C-PILOT 21 MM Nº 10 COM CURSOR – Instrumento endodôntico manual para preparo biomecânico dos canais radiculares. De comprimento 21 mm, haste em metal e pegador digital em plástico identificadas com padrão de cores. Caixa com 06 unidades.	Caixa	3
160	LIMA TIPO C-PILOT 21 MM Nº 15 COM CURSOR – Instrumento endodôntico manual para preparo biomecânico dos canais radiculares. De comprimento 21 mm, haste em metal e pegador digital em plástico identificadas com padrão de cores. Caixa com 06 unidades.	Caixa	3
161	LIMA TIPO C-PILOT 21 MM Nº 20 COM CURSOR – Instrumento endodôntico manual para preparo biomecânico dos canais radiculares. De comprimento 21 mm, haste em metal e pegador digital em plástico identificadas com padrão de cores. Caixa com 06 unidades.	Caixa	3
162	LIMA TIPO C-PILOT 21 MM Nº 21 COM CURSOR – Instrumento endodôntico manual para preparo biomecânico dos canais radiculares. De comprimento 21 mm, haste em metal e pegador digital em plástico identificadas com padrão de cores. Caixa com 06 unidades.	Caixa	3
163	LIMA TIPO C-PILOT 21 MM Nº 25 COM CURSOR – Instrumento endodôntico manual para preparo biomecânico dos canais radiculares. De comprimento 21 mm, haste em metal e pegador digital em plástico identificadas com padrão de cores. Caixa com 06 unidades.	Caixa	3
164	LIMA ENDODÔNTICA TIPO K – especificações técnicas mínimas fabricado em material do tipo aço inox, tamanhos de 15-40, 21mm, mínimo 06 unidades por kit.	Caixa	7
165	LIMA ENDODÔNTICA TIPO K FLEXFILE 1º SERIE – especificações técnicas mínimas fabricado em material do tipo aço inox, tamanhos de 15-40, 25mm, mínimo 06 unidades por kit.	Caixa	8
166	LIMA ENDODÔNTICA TIPO K FLEXFILE 2º SERIE – especificações técnicas mínimas fabricado em material do tipo aço inox, tamanhos de 45-80, 25mm, mínimo 06 unidades por kit.	Caixa	8



167	LIMA ENDODÔNTICA TIPO HEDSTROEM 1º SERIE – especificações técnicas mínimas fabricado em material do tipo aço inox, tamanhos de 15-40, 25mm, mínimo 06 unidades por kit.	Caixa	4
168	LIMA ENDODÔNTICA TIPO HEDSTROEM 2º SERIE – especificações técnicas mínimas fabricado em material do tipo aço inox, tamanhos de 45-80, 25mm, mínimo 06 unidades por kit.	Caixa	4
169	LIMA ENDODÔNTICA TIPO K FILE 1º SERIE – especificações técnicas mínimas fabricado em material do tipo aço inox, tamanhos de 15-40, 31mm, mínimo 06 unidades por kit.	Caixa	4
170	LIMA ENDODÔNTICA TIPO K FLEXFILE 2º SERIE – especificações técnicas mínimas fabricado em material do tipo aço inox, tamanhos de 45-80, 31mm, mínimo 06 unidades por kit.	Caixa	4
171	MATRIZ DE POLIÉSTER PARA RESINA COMPOSTA – 100 % poliéster e super flexível, utilizadas em Isolamento de restaurações inter proximais com resina composta, contendo na embalagem externa Os dados de identificação, procedência, número de registro na ANVISA, lote e validade. Embalagem contendo 50 unidades.	Embalagem	38
172	MATRIZ DE AÇO 05 mm – especificações técnicas mínimas fabricada em material do tipo aço inox maleável dentística forma de apresentação rolo com 50cm.	Und.	38
173	MATRIZ DE AÇO 07 mm – especificações técnicas mínimas fabricada em material do tipo aço inox maleável dentística forma de apresentação rolo com 50cm.	Und.	38
174	MICRO APLICADOR DESCATARVEL FINO – especificações técnicas mínimas 1,5 mm, tubo easy shake dentística, microbrush, forma de apresentação em tubo embalagem com 100 unidades.	Caixa	75
175	MICRO APLICADOR DESCATARVEL REGULAR – especificações técnicas mínimas 2,0 mm, tubo easy shake dentística, microbrush, forma de apresentação em tubo embalagem com 100 unidades.	Caixa	75
176	MOLDEIRA DUPLA DESCARTÁVEL PARA FLÚOR TAMANHO MÉDIO – De poliestireno com revestimento de espuma de poliuretano, para aplicação tópica de flúor gel, permite certa flexibilidade da moldeira, tornando mais fácil sua adaptação ao arco dental, contendo na embalagem externa os dados de identificação, procedência, número de registro na ANVISA, lote e validade. Embalagem contendo 100 unidades.	Pacote	15
177	MOLDEIRA DUPLA DESCARTÁVEL PARA FLÚOR TAMANHO PEQUENO – De poliestireno com revestimento de espuma de poliuretano, para aplicação tópica de flúor gel, permite certa flexibilidade da moldeira, tornando mais fácil sua adaptação ao arco dental, contendo na embalagem externa os dados de identificação, procedência, número de registro na ANVISA, lote e validade. Embalagem contendo 100 unidades.	Pacote	19



178	OBTURADOR PROVISÓRIO – Cimento temporário para preenchimento de cavidades dentárias, material de preenchimento de endurecimento químico, com coloração semelhante à do dente, radiopaco, para preenchimento temporário das cavidades dentárias. É um cimento a base de óxido de zinco/sulfato de zinco e é destinado para aplicações temporárias em curto prazo (para ser utilizado por, no máximo, 1 a 2 semanas). Não contém eugenol. Contendo na embalagem externa os dados de identificação, procedência, número de registro na ANVISA, lote e validade. Embalagem contendo 20g. Unidade.	Und.	15
179	ÓLEO LUBRIFICANTE PARA PEÇAS DE MÃO ODONTOLÓGICA (SPRAY) – Com elevado grau de pureza, fórmula que previne oxidações e lubrifica as partes móveis de instrumentos odontológicos, que suporte altas temperaturas (temperatura de esterilização) sem perder suas propriedades antioxidante e lubrificante. Óleo mineral de baixa viscosidade, não tóxico, lubrifica, limpa e protege peças de mão odontológicas, disponível para alta/baixa rotação, contendo na embalagem externa os dados de identificação, procedência, número de registro na ANVISA, lote e validade. Frasco contendo 200ml.	Frasco	15
180	OTOSPORIN – Hidrocortisona + sulfato de neomicina + sulfato de polimixina b-solução otológica, utilizada em odontologia para medicação intracanal, contendo na embalagem externa os dados de identificação, procedência, número de registro na ANVISA, lote e validade. Frasco contendo 10ml.	Frasco	8
181	OZE LÍQUIDO – Cimento óxido de zinco e eugenol tipo II (líquido), composição: eugenol 70%, óleo de oliva ou algodão, ácido acético. Apresentação 01 frasco do líquido com 15mL, contendo na embalagem externa os dados de identificação, procedência, número de registro na ANVISA, lote e validade.	Und.	8
182	OZE PÓ – Cimento óxido de zinco e eugenol tipo II (pó), composição: óxido de zinco 70%, óxido de magnésio, resina hidrogenada, sais de zinco, colofônia e/ou mica. Apresentação 01 frasco do pó com 38g, contendo na embalagem externa os dados de identificação, procedência, número de registro na ANVISA, lote e validade.	Und.	8
183	PAPEL CARBONO PARA ARTICULAÇÃO – Embalagem com 12 folhas na cor azul, contendo na embalagem externa os dados de identificação, procedência, lote e validade.	Und.	38
184	PASTA PARA POLIMENTO 02g – especificações técnicas mínimas fabricada em material do tipo diamante micronizado de granulação extrafina ingredientes atóxicos solúvel em água viscosidade média seringa com 02g.	Und.	15
185	PARAMONOCLOROFENOL CANFORADO – Líquido incolor ou amarelo claro, com aroma característico de cânfora, possui propriedades antissépticas do fenol e do cloro, com amplo espectro antibacteriano, volátil, contendo na embalagem externa os dados de identificação, procedência, número de registro na ANVISA, lote e validade. Frasco contendo 20 ml.	Frasco	8



186	PASTA PROFILÁTICA ODONTOLÓGICA – Pasta de polimento inicial, sabor artificial, com flúor para uso adulto e pediátrico, pode ser aplicado com escova de robinson ou com taças de borracha, contendo na embalagem externa os dados de identificação, procedência, número de registro na ANVISA, lote e validade. Embalagem contendo 90g.	Embalagem	23
187	PASTILHA EVIDENCIADORA DE PLACA – Para evidenciar a presença das placas bacterianas, fórmula contendo fucsina básica auxilia na visualização da placa, propiciando uma cor avermelhada identificando sua presença, mesmo em dentes aparentemente limpos, permite melhor prevenção da cárie, melhor higiene bucal dos pacientes, apresentado em pastilha que dilui com saliva, de fácil remoção, indicado para crianças, adolescentes e adultos, contendo na embalagem externa os dados de identificação, procedência, número de registro na ANVISA, lote e validade. Embalagem com 120 pastilhas.	Embalagem	38
188	PEDRA PARA AFIAR – Pedra retangular tipo arkansas, contendo na embalagem externa os dados de identificação, procedência, lote e validade.	Embalagem	8
189	PEDRA POMES EM PÓ – Composto de pó abrasivo extrafino de cor acinzentada, de baixa densidade e peso, utilizada na limpeza e polimento do esmalte dentário, ouro coesivo, amálgama e resina acrílica, contendo na embalagem externa os dados de identificação, procedência, lote e validade. Embalagem contendo 100g. Unidade.	Und.	15
190	PONTA DE PAPEL ABSORVENTE 15 A 40 – Deve oferecer rigidez adequada, base de papel filtro, possuir alta resistência à desintegração, perfeita conformação e estandartização nos calibres ISO e adequada absorção, contendo na embalagem externa os dados de identificação, procedência, lote e validade. Validade mínima de 75% do total de sua estabilidade. Embalagem contendo 120 unidades.	Embalagem	23
191	PONTA DE PAPEL ABSORVENTE 45 A 80 – Deve oferecer rigidez adequada, base de papel filtro, possuir alta resistência à desintegração, perfeita conformação e estandartização nos calibres ISO e adequada absorção, contendo na embalagem externa os dados de identificação, procedência, lote e validade. Validade mínima de 75% do total de sua estabilidade. Embalagem contendo 120 unidades.	Embalagem	23
192	PONTA PARA CÂNULA DE ASPIRAÇÃO – Ponta para cânula de aspiração Nº 40-20. Unidade.	Und.	38
193	PASTA PARA TRATAMENTO DE ALVEOLITE 10g – especificações técnicas mínimas possui própolis em sua composição e isento de eugenol, forma de apresentação frasco de 10g.	Und.	15
194	POSICIONADOR DE FILME RADIOGRÁFICO ADULTO – especificações técnicas mínimas peças desmontáveis e reversíveis que alternam posições dentes posteriores alternam-se com superiores e inferiores conforme colocado mesma reversão ocorre para os dentes anteriores autoclavável até 134° C, caixa com 04 posicionador 01 pote de armazenamento e 3 dispositivos de mordida.	Caixa	2



195	PRENDEDOR DE BABADOR DO TIPO JACARE – especificações técnicas mínimas com corrente metálica produzido em aço inoxidável AISI 420, autoclavável forma de apresentação embalagem individual.	Und.	8
196	REMOVEDOR DE MANCHAS EXTRINSECAS – e indicado para remoção de manchas e tártaro dentário, que são placas mineralizadas ocasionadas principalmente por falta de higienização e prevenção.	Und.	8
197	REGUA ENDODÔNTICA CALIBRADORA – especificações técnicas mínimas milimetrada controle de calibração canaleta inferior única que confecciona cones intermediários produzida em polímero de alta performance leve e resistente ao contato com substância químicas calibrador em metal esterilizável em estufa ou autoclave garantia de biossegurança forma de apresentação embalagem individual.	Und.	8
198	RESINA FLOW FOTOPOLIMERIZÁVEL A3 - especificações técnicas mínimas resinas de nano partículas (nanotecnologia) fluida composta por cerâmica sinalizada tratada UDMA bisema bisnaga benzotriazol dimetacrilato substituída tegdma fuoreto de itérbio consistência fluida baixa tensão alta radio capacidade cor A3 embalagem com uma seringa de 2g e 20 pontas aplicadores.	Und.	38
199	RESINA FLOW FOTOPOLIMERIZÁVEL A3,5 - especificações técnicas mínimas resinas de nano partículas (nanotecnologia) fluida composta por cerâmica sinalizada tratada UDMA bisema bisnaga benzotriazol dimetacrilato substituída tegdma fuoreto de itérbio consstencia fluida baixa tensão alta radio capacidade cor A3 embalagem com uma seringa de 2g e 20 pontas aplicadores.	Und.	38
200	RESINA COMPOSTA FOTOPOLIMERIZÁVEL A1 – Compósito fotopolimerizável, radiopaco indicado para restaurações anteriores e posteriores, possui carga inorgânica de zircônia/sílica, conteúdo da carga inorgânica de 66 % em volume e 84,5 % em peso, com tamanho médio de partícula de 0,6 micrômetros. Composição: matriz orgânica: bis-gma e tegdma, matriz inorgânica: zircônia/sílica, contendo na embalagem externa os dados de identificação, procedência, número de registro na Anvisa, lote e validade. Embalagem contendo 04g.	Und.	11
201	RESINA COMPOSTA FOTOPOLIMERIZÁVEL A2 – Compósito fotopolimerizável, radiopaco indicado para restaurações anteriores e posteriores, possui carga inorgânica de zircônia/sílica, conteúdo da Carga inorgânica de 66 % em volume e 84,5 % em peso, com tamanho médio de partícula de 0,6 micrômetros. Composição: matriz orgânica: bis-gma e tegdma, matriz inorgânica: zircônia/sílica, contendo na embalagem externa os dados de identificação, procedência, número de registro na Anvisa, lote e validade. Embalagem contendo 04g.	Und.	15



202	RESINA COMPOSTA FOTOPOLIMERIZÁVEL A3 – Compósito fotopolimerizável, radiopaco indicado para restaurações anteriores e posteriores, possui carga inorgânica de zircônia/sílica, conteúdo da Carga inorgânica de 66 % em volume e 84,5 % em peso, com tamanho médio de partícula de 0,6 micrômetros. Composição: matriz orgânica: bis-gma e tegdma, matriz inorgânica: zircônia/sílica, contendo na embalagem externa os dados de identificação, procedência, número de registro na Anvisa, lote e validade. Embalagem contendo 04g. Similar Z250.	Und.	23
203	RESINA COMPOSTA FOTOPOLIMERIZÁVEL A3,5 – Compósito fotopolimerizável, radiopaco indicado para restaurações anteriores e posteriores, possui carga inorgânica de zircônia/sílica, conteúdo da carga inorgânica de 66 % em volume e 84,5 % em peso, com tamanho médio de partícula de 0,6 micrômetros. Composição: matriz orgânica: bis-gma e tegdma, matriz inorgânica: zircônia/sílica, contendo na embalagem externa os dados de identificação, procedência, número de registro na Anvisa, lote e validade. Embalagem contendo 04g. similar Z250.	Und.	38
204	RESINA FOTOPOLIMERIZADOR N° A3,5 – especificações técnicas mínimas matrizes orgânicas bisnagam, udma, bis-gma e canforoquinona, a carga inorgânica 100% zircônia/sílica parte inorgânica zircônia/sílica com 82% em peso (60% em volume), Z250, tamanho médio das partículas é de 0,6 1/4m, forma de apresentação embalagem com 04g – similar Z250.	Und.	8
205	RESINA COMPOSTA FOTOPOLIMERIZÁVEL B1 – Compósito fotopolimerizável, radiopaco indicado para Restaurações anteriores e posteriores, possui carga inorgânica de zircônia/sílica, conteúdo da Carga inorgânica de 66 % em volume e 84,5 % em peso, com tamanho médio de partícula de 0,6Micrômetros. Composição: matriz orgânica: bis-gma e tegdma, matriz inorgânica: zircônia/sílica, contendo na embalagem externa os dados de identificação, procedência, número de registro na Anvisa, lote e validade. Embalagem contendo 04g.	Und.	8
206	RESINA COMPOSTA FOTOPOLIMERIZÁVEL B2 – Compósito fotopolimerizável, radiopaco indicado para restaurações anteriores e posteriores, possui carga inorgânica de zircônia/sílica, conteúdo da Carga inorgânica de 66 % em volume e 84,5 % em peso, com tamanho médio de partícula de 0,6 micrômetros. Composição: matriz orgânica: bis-gma e tegdma, matriz inorgânica: zircônia/sílica, contendo na embalagem externa os dados de identificação, procedência, número de registro na Anvisa, lote e validade. Embalagem contendo 04g. similar Z250.	Und.	11



207	RESINA COMPOSTA FOTOPOLIMERIZÁVEL B3 – Compósito fotopolimerizável, radiopaco indicado para Restaurações anteriores e posteriores, possui carga inorgânica de zircônia/sílica, conteúdo da Carga inorgânica de 66 % em volume e 84,5 % em peso, com tamanho médio de partícula de 0,6 Micrômetros. Composição: matriz orgânica: bis-gma e tegdma, matriz inorgânica: zircônia/sílica, contendo na embalagem externa os dados de identificação, procedência, número de registro na Anvisa, lote e validade. Embalagem contendo 04g.	Und.	11
208	RESINA COMPOSTA FOTOPOLIMERIZÁVEL D2 – Compósito fotopolimerizável, radiopaco indicado para restaurações anteriores e posteriores, possui carga inorgânica de zircônia/sílica, conteúdo da carga inorgânica de 66 % em volume e 84,5 % em peso, com tamanho médio de partícula de 0,6 micrômetros. Composição: matriz orgânica: bis-gma e tegdma, matriz inorgânica: zircônia/sílica, contendo na embalagem externa os dados de identificação, procedência, número de registro na Anvisa, lote e validade. Embalagem contendo 04g.	Und.	8
209	RESINA COMPOSTA FOTOPOLIMERIZÁVEL D3 – Compósito fotopolimerizável, radiopaco indicado para restaurações anteriores e posteriores, possui carga inorgânica de zircônia/sílica, conteúdo da carga inorgânica de 66 % em volume e 84,5 % em peso, com tamanho médio de partícula de 0,6 micrômetros. Composição: matriz orgânica: bis-gma e tegdma, matriz inorgânica: zircônia/sílica, contendo na embalagem externa os dados de identificação, procedência, número de registro na Anvisa, lote e validade. Embalagem contendo 04g.	Und.	8
210	RESINA COMPOSTA FOTOPOLIMERIZÁVEL D3,5 – Compósito fotopolimerizável, radiopaco indicado para restaurações anteriores e posteriores, possui carga inorgânica de zircônia/sílica, conteúdo da carga inorgânica de 66 % em volume e 84,5 % em peso, com tamanho médio de partícula de 0,6 micrômetros. Composição: matriz orgânica: bis-gma e tegdma, matriz inorgânica: zircônia/sílica, contendo na embalagem externa os dados de identificação, procedência, número de registro na Anvisa, lote e validade. Embalagem contendo 04g.	Und.	8
211	REVELADOR RADIOLÓGICO - Tipo: solução aquosa pronta P/ uso Aplicação: para processamento manual. Descrição complementar: processamento manual de filmes radiográficos dentais intraorais, sendo composto de água, dietileno glicol, hidroquinona e carbonato de potássio. descritivo complementar: revelador odontológico - indicado para o processamento manual de filmes radiográficos dentais intraorais, sendo composto de água, dietileno glicol, hidroquinona e carbonato de potássio. deve conter registro na Anvisa e no rótulo apresentar lote, data de fabricação e validade. Apresentação: Frasco 475 mililitros.	Frasco	75



212	SELANTE POLIMERIZÁVEL – Que permita aplicações fáceis, mais precisas e rápidas, minimizando a necessidade de ajustes na oclusão após a aplicação, maior durabilidade, possibilitando o uso nas técnicas tradicionais e na técnica invasiva, libera flúor, possui 50% em peso de cargas inorgânicas, contendo na embalagem externa os dados de identificação, procedência, número de registro na ANVISA, lote e validade. Embalagem contendo 2g.	Und.	38
213	SERINGA PARA IRRIGAÇÃO COM PONTAS – Seringa de plástico hipodérmica, descartável e transparente de 5mL. Com rosca luer lock para uma fixação segura da ponta. Indicada para irrigar e aplicar soluções. Sem agulha. Embalagem com 10 unidades.	Und.	60
214	SODA CLORADA 2,5% – Solução de hipoclorito de sódio à 2,5%, altamente bactericida, está indicada para a instrumentação e irrigação de canais radiculares, contendo na embalagem externa os dados de identificação, procedência, lote e validade. Embalagem contendo 01 litro.	Frasco	15
215	SOLUÇÃO HEMOSTÁTICA TÓPICA – Á base de cloreto de alumínio, indicada para uso em pequenas cirurgias e nos casos em que um controle de sangramento se faz necessário, sem epinefrina, contendo na embalagem externa os dados de identificação, procedência, número de registro na ANVISA, lote e validade. Embalagem contendo 10 ml.	Embalagem	15
216	SPRAY REFRIGERANTE PARA VITALIDADE PULPAR – Temperatura 50°C para congelamento de pellets e rolos de algodão, além de esfriar materiais de impressão com tubo de aplicação, maior precisão, inodoro e atóxico, contendo na embalagem externa os dados de identificação, procedência, número de registro na ANVISA, lote e validade. Embalagem com 200ml.	Embalagem	8
217	SUGADOR CIRÚRGICO DESCARTÁVEL ESTÉRIL – Produto esterilizado em óxido de etileno, fabricado em resina abs, descartável, ponteira removível, contendo na embalagem externa os dados de identificação, procedência, número de registro na ANVISA, lote e validade. Pacote contendo 20 unidades.	Caixa	38
218	SUGADOR ODONTOLÓGICO DESCARTÁVEL – Tubo e ponteira atóxicos, arame em aço especial, desenvolvido para fixação imediata na posição desejada pelo profissional, ponteira macia e aromatizada, contendo na embalagem externa os dados de identificação, procedência, número de registro na ANVISA, lote e validade. Pacote contendo 40 unidades.	Pacote	300
219	SUGADOR ENDODONTICO – Especificações mínimas, fabricado em material de pvc, transparente atóxico, descartável número de registro na ANVISA, lote e validade. Pacote contendo 20 unidades.	Pacote	38
220	TAÇA DE BORRACHA PARA PROFILAXIA – Utilizada em contra ângulo, com excelente flexibilidade. Necessária para obtenção do melhor desempenho, cor branca, contendo na embalagem externa os dados de identificação, procedência, número de registro na ANVISA, lote e validade.	Und.	45



221	TIRAS DE LIXA PARA AMÁLGAMA – Revestimento abrasivo (grãos fixados galvanicamente) no aço inox. Extremamente estável, tamanho de 4 mm, espessura de 0,15 mm, contendo na embalagem externa os dados de identificação, procedência, número de registro na Anvisa, lote e validade.	Embalagem	38
222	TIRAS DE LIXA PARA RESINA COMPOSTA – Granulação médio/grossa, abrasivo, à base de óxido de alumínio E costado de poliéster, centro neutro, tamanho de 4 x 170 mm cada, contendo na embalagem externa Os dados de identificação, procedência, número de registro na Anvisa, lote e validade. Embalagem contendo 50 unidades.	Embalagem	38
223	TOP DAM – Resina fotopolimerizável que substitui o dique de borracha (isolamento absoluto) em alguns casos, onde o isolamento relativo da gengiva é suficiente.	Und.	23
224	TRICRESOL FORMALINA – Antisséptico, desinfetante para canais radiculares, que alia as propriedades do formaldeído com orto-cresol, contendo na embalagem externa os dados de identificação, Procedência, número de registro na Anvisa, lote e validade. Embalagem contendo 10 ml.	Embalagem	15
225	TESTE BIOLÓGICO PARA AUTOCLAVE – Especificação: composto por uma tira de papel contendo uma população microbiana mínima de 100.000 esporos secos e calibrados de geobacillus stearothermophilus (ATCC 7953 com certificado de qualidade assegurada) ampola de vidro quebrável contendo o meio de cultura (caldo nutriente) com indicador de Ph.	Caixa	15
226	VASELINA SÓLIDA – Massa semissólida, cor branca levemente amarelada, contendo na embalagem externa os dados de identificação, procedência, número de registro na ANVISA, lote e validade. Embalagem contendo 500g.	Und.	8
227	VERNIZ COM FLÚOR (KIT) – Permite contato prolongado do flúor com o esmalte, contendo na Embalagem externa os dados de identificação, procedência, número de registro na Anvisa, lote e Validade. Kit contendo 01 frasco de verniz com 10 ml e 01 frasco de solvente com 10 ml.	Und.	15

LOTE VI - 25% COTA RESERVADA-MATERIAL DE CONSUMO

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.
1	ABRIDOR DE BOCA – Kit contendo um abridor adulto (40 x 30 x 20 mm) e um abridor infantil (30 x 25 x 18 mm), confeccionado em silicone autoclavável, contendo na embalagem externa os dados de identificação, procedência, número de registro na ANVISA, lote e validade.	Kit	5
2	ADESIVO DENTÁRIO - Sistema adesivo de alto poder de adesão para esmalte e dentina: adesivo convencional de 2 passos: primer e bonder no mesmo frasco de 6 ml. Fotopolimerizável. Utilizado para todas as classes de restaurações diretas, cimentação adesiva, de peças protéticas.	Frasco	25



3	ÁCIDO FOSFÓRICO 37% – Condicionador dental. Apresenta-se em seringa com 2,5 ML, em forma de gel para promover adição mecânica em processos restauradores diretos por materiais resinosos ou em processos preventivos de selamentos, contendo na embalagem externa os dados de identificação, procedência, número de registro na ANVISA, lote e validade. Unidade.	Pacote	37
4	AGULHA CURTA ODONTOLÓGICA 30G – Agulha gengival para anestesia odontológica, curta, descartável, estéril, confeccionada em aço inoxidável, com biseltrifacetado, afiado e sem rebarbas, com sistema de encaixe universal, esterilizada por óxido de etileno, tri biselada e siliconizada, contendo na embalagem externa os dados de identificação, procedência, número de registro na ANVISA, lote e validade. Caixa com 100 unidades.	Caixa	12
5	AGULHA LONGA ODONTOLÓGICA 27G – Agulha gengival para anestesia odontológica, longa, descartável, estéril, confeccionada em aço inoxidável com bisel trifacetado, afiado e sem rebarbas, com sistema de encaixe universal, embalada individualmente, esterilizada por óxido de etileno tri biselado e siliconizado, contendo na embalagem externa os dados de identificação, procedência, número de registro na ANVISA, lote e validade. Caixa com 100 unidades.	Caixa	12
6	AGULHA ODONTOLÓGICA EXTRA CURTA 30G – Agulha gengival para anestesia odontológica, curta, descartável, estéril, confeccionada em aço inoxidável, com bisel trifacetado, afiado e sem rebarbas, com sistema de encaixe universal, esterilizada por óxido de etileno, tri biselada e siliconada, contendo na embalagem externa os dados de identificação, procedência, número de registro na ANVISA, lote e validade. Caixa com 100 unidades.	Caixa	12
7	ALGODÃO (ROLETES DENTAIS) – Rolete de algodão, confeccionado em algodão hidrófilo prensado, homogêneo, macio, com boa absorção de líquidos e secreções, sem grumos ou impurezas, medindo aproximadamente 4,5cm de comprimento e 10mm de diâmetro, contendo na embalagem externa os dados de identificação, procedência, número de registro na ANVISA, lote e validade. Pacotes com 100 roletes.	Pacote	150
8	AMÁLGAMA EM CÁPSULA – Composição: 40% de prata, 31,1% de estanho e 28,7% de cobre. Relação liga: Mercúrio 1:0.92 (47,9% de mercúrio). O material deve proporcionar alta resistência à compressão, Variação dimensional positiva, condensabilidade, brunimento, qualidade no contato interproximal. Facilidade no manuseio e misturas de excelente qualidade e consistência, em todas as triturações, contendo na embalagem externa os dados de identificação, presa regular, com Variação dimensional positiva, procedência, número de registro na ANVISA, lote e validade. Embalagem com 50 cápsulas.	Embalagem	7
9	ANESTÉSICO INJETÁVEL ARTICAINA COM EPINEFRINA - Solução estéril injetável de Cloridrato de Articaina 4% (40mg/ml) com Epinefrina 1:100.000, (10µg/ml), acondicionados em carpules (tubetes) com 1,8ml cada. Embalagem com 50 tubetes.	Caixa	7



10	ANESTÉSICO INJETÁVEL LIDOCAÍNA COM EPINEFRINA – Anestésico lidocaína 2% + 1:000.000 adrenalin (epinefrina), uso adulto e pediátrico, solução injetável, tubete de vidro composto por lidocaína 2% com epinefrina 1:000.000, livre metilparabeno, contendo na embalagem externa os dados de identificação, procedência, número de registro na ANVISA, lote e validade. Caixa contendo 50 tubetes com 1,8mL.	Caixa	50
11	ANESTÉSICO INJETÁVEL MEPVACAÍNA – Anestésico mepivacaína 3% sem vasoconstrictor, anestésico injetável contendo cloridrato de mepivacaína 3% sem vasocons, indicado para anestesia local, livre metilparabeno, por bloqueio de nervo ou por infiltração em procedimentos odontológicos, contendo na embalagem externa os dados de identificação, procedência, número de registro na ANVISA, lote e validade. Caixa contendo 50 tubetes com 1,8mL.	Caixa	7
12	ANESTÉSICO TÓPICO – Composto por benzocaína 200mg, em gel, com sabor artificial, contendo na embalagem externa os dados de identificação, procedência, número de registro na ANVISA, lote e validade. Pote com 12g.	Und.	15
13	BABADOR - Material: Papel E Plástico. Tipo Uso: Descartável. Comprimento: 33 CM. Largura: 28 CM. Características Adicionais: Com 2 Camadas.	Pacote	50
14	BICARBONATO DE SÓDIO – Alto grau de pureza, que permita ótima profilaxia oral com remoção da placa bacteriana, granulação extrafina que proporcione jateamento amplo, livre e contínuo, não deve causar danos ao esmalte e gengiva, contendo na embalagem externa os dados de identificação, procedência, número de registro na ANVISA, lote e validade. Embalagem contendo 40 g.	Und.	7
15	BROCA ALTA ROTAÇÃO - Material: aço inoxidável. Diamantada. Característica adicional: Conjunto. Tipo Corte: Corte Fino. Referência: 1093, 1112, 1190, 2135, 3118, 3168 e 3195. Apresentação: Unidade.	Und.	15
16	BROCA ALTA ROTAÇÃO - Material: aço inoxidável. Diamantada. Formato: Chama. Tipo Haste: Curta. Tipo Corte: Fino. Numeração Americana 1: Ref. 3118f. Apresentação: Unidade.	Und.	7
17	BROCA ALTA ROTAÇÃO - Material: aço inoxidável. Diamantada. Formato: Chama. Tipo Haste: Regular. Tipo Corte: Extra Fino. Numeração Americana 1: Ref. 3118ff. Apresentação: Unidade.	Und.	7
18	BROCA ALTA ROTAÇÃO - Material: aço inoxidável. Diamantada. Formato: Cilíndrica. Tipo Haste: Regular. Tipo Corte: Médio. Numeração Americana: 1090. Apresentação: Unidade.	Und.	7



19	BROCA ALTA ROTAÇÃO - Material: aço inoxidável. Diamantada. Formato: Cilíndrica. Tipo Haste: Regular. Tipo Corte: Médio. Numeração Americana: 1091. Apresentação: Unidade.	Und.	7
20	BROCA ALTA ROTAÇÃO - Material: aço inoxidável. Diamantada. Formato: Cilíndrica. Tipo Haste: Regular. Tipo Corte: Médio. Numeração Americana: 1092. Apresentação: Unidade.	Und.	7
21	BROCA ALTA ROTAÇÃO - Material: aço inoxidável. Diamantada. Formato: Cone Invertido. Tipo Haste: Regular. Tipo Corte: Médio. Numeração Americana: 1032. Apresentação: Unidade.	Und.	7
22	BROCA ALTA ROTAÇÃO - Material: aço inoxidável. Diamantada. Formato: Cone Invertido. Tipo Haste: Regular. Tipo Corte: Médio. Numeração Americana: 1035. Apresentação: Unidade.	Und.	7
23	BROCA ALTA ROTAÇÃO - Material: aço inoxidável. Diamantada. Formato: Cônica. Característica Adicional: Dupla. Tipo Haste: Regular. Tipo Corte: Médio. Numeração Americana: 1045. Apresentação: Unidade.	Und.	7
24	BROCA ALTA ROTAÇÃO - Material: aço inoxidável. Diamantada. Formato: Cônica. Característica Adicional: Dupla. Tipo Haste: Regular. Tipo Corte: Médio. Numeração Americana: 1046. Apresentação: Unidade.	Und.	7
25	BROCA ALTA ROTAÇÃO - Material: aço inoxidável. Diamantada. Formato: Cônica. Característica Adicional: Topo Em Chama. Tipo Haste: Regular. Tipo Corte: Extra Fino. Numeração Americana 1: Ref. 1112ff. Apresentação: Unidade.	Und.	7
26	BROCA ALTA ROTAÇÃO - Material: aço inoxidável. Diamantada. Formato: Cônica. Característica Adicional: Topo Em Chama. Tipo Haste: Regular. Tipo Corte: Extra Fino. Numeração Americana 1: Ref. 1190ff. Apresentação: Unidade.	Und.	10
27	BROCA ALTA ROTAÇÃO - Material: aço inoxidável. Diamantada. Formato: Cônica. Característica Adicional: Topo Em Chama. Tipo Haste: Regular. Tipo Corte: Extra Fino. Numeração Americana 1: Ref. 3195ff. Apresentação: Unidade.	Und.	15
28	BROCA ALTA ROTAÇÃO - Material: aço inoxidável. Diamantada. Formato: Cônica. Característica Adicional: Topo Em Chama. Tipo Haste: Regular. Tipo Corte: Fino. Numeração Americana 1: Ref. 1190f. Apresentação: Unidade.	Und.	15



29	BROCA ALTA ROTAÇÃO - Material: aço inoxidável. Diamantada. Formato: Cônica. Característica Adicional: Topo Em Chama. Tipo Haste: Regular. Tipo Corte: Fino. Numeração Americana 1: Ref. 3195f. Apresentação: Unidade.	Und.	15
30	BROCA ALTA ROTAÇÃO - Material: aço inoxidável. Diamantada. Formato: Cônica. Característica Adicional: Topo Em Chama. Tipo Haste: Regular. Tipo Corte: Médio. Numeração Americana: 2200. Apresentação: Unidade.	Und.	15
31	BROCA ALTA ROTAÇÃO - Material: aço inoxidável. Diamantada. Formato: Cônica. Característica Adicional: Topo Inativo. Tipo Haste: Regular. Tipo Corte: Médio. Numeração Americana: Ref. 3080. Apresentação: Unidade.	Und.	15
32	BROCA ALTA ROTAÇÃO - Material: aço inoxidável. Diamantada. Formato: Cônica. Característica Adicional: Topo Inativo. Tipo Haste: Regular. Tipo Corte: Médio. Numeração Americana: Ref. 3082. Apresentação: Unidade.	Und.	15
33	BROCA ALTA ROTAÇÃO - Material: aço inoxidável. Diamantada. Formato: Esférica. Tipo Haste: Curta. Tipo Corte: Médio. Numeração Americana: 1302. Apresentação: Unidade.	Und.	15
34	BROCA ALTA ROTAÇÃO - Material: aço inoxidável. Diamantada. Formato: Esférica. Tipo Haste: Longa. Tipo Corte: Cirúrgica. Numeração Americana: 1012. Apresentação: Unidade.	Und.	15
35	BROCA ALTA ROTAÇÃO - Material: aço inoxidável. Diamantada. Formato: Esférica. Tipo Haste: Haste Longa. Tipo Corte: Cirúrgica. Numeração Americana: 1014. Apresentação: Unidade.	Und.	15
36	BROCA ALTA ROTAÇÃO - Material: aço inoxidável. Diamantada. Formato: Esférica. Tipo Haste: Longa. Tipo Corte: Cirúrgica. Numeração Americana: 1016. Apresentação: Unidade.	Und.	15
37	BROCA ALTA ROTAÇÃO - Material: aço inoxidável. Diamantada. Formato: Esférica. Tipo Haste: Regular. Tipo Corte: Médio. Numeração Americana: 1011. Apresentação: Unidade.	Und.	15
38	BROCA ALTA ROTAÇÃO - Material: aço inoxidável. Diamantada. Formato: Esférica. Tipo Haste: Regular. Tipo Corte: Médio. Numeração Americana: 1012. Apresentação: Unidade.	Und.	17



39	BROCA ALTA ROTAÇÃO - Material: aço inoxidável. Diamantada. Formato: Esférica. Tipo Haste: Regular. Tipo Corte: Médio. Numeração Americana: 1013. Apresentação: Unidade.	Und.	17
40	BROCA ALTA ROTAÇÃO - Material: aço inoxidável. Diamantada. Formato: Esférica. Tipo Haste: Regular. Tipo Corte: Médio. Numeração Americana: 1014. Apresentação: Unidade.	Und.	17
41	BROCA ALTA ROTAÇÃO - Material: aço inoxidável. Diamantada. Formato: Esférica. Tipo Haste: Regular. Tipo Corte: Médio. Numeração Americana: 1015. Apresentação: Unidade.	Und.	17
42	BROCA ALTA ROTAÇÃO - Material: aço inoxidável. Diamantada. Formato: Esférica. Tipo Haste: Haste Regular. Tipo Corte: Médio. Numeração Americana: 1016. Apresentação: Unidade.	Und.	17
43	BROCA ALTA ROTAÇÃO - Material: aço inoxidável. Diamantada. Formato: Pêra. Tipo Haste: Regular. Tipo Corte: Extra Fino. Numeração Americana 1: Ref. 3168ff. Apresentação: Unidade.	Und.	15
44	BROCA ALTA ROTAÇÃO - Material: aço inoxidável. Diamantada. Formato: Pêra. Tipo Haste: Regular. Tipo Corte: Fino. Numeração Americana 1: Ref. 3168f. Apresentação: Unidade.	Und.	15
45	BROCA ALTA ROTAÇÃO - Material: aço inoxidável. Diamantada. Formato: Tronco Cônica. Característica Adicional: Topo Arredondado. Tipo Haste: Regular. Tipo Corte: Fino. Numeração Americana 1: Ref. 2135f. Apresentação: Unidade.	Und.	15
46	BROCA ALTA ROTAÇÃO - Material: Carbide. Formato: Cilíndrica. Característica Adicional: Topo Arredondado. Tipo Haste: Regular. Tipo Corte: Picotada. Numeração Americana 1: Ref. 1557. Apresentação: Unidade.	Und.	15
47	BROCA ALTA ROTAÇÃO - Material: Carbide. Formato: Cilíndrica. Característica Adicional: Topo Arredondado. Tipo Haste: Regular. Tipo Corte: Picotada. Numeração Americana 1: Ref. 1558. Apresentação: Unidade.	Und.	15
48	BROCA ALTA ROTAÇÃO - Material: Carbide. Formato: Cônica Longa. Característica Adicional: Topo Arredondado. Tipo Haste: Regular. Tipo Corte: Zekrya. Referência: Ref. 151. Apresentação: Unidade.	Und.	15



49	BROCA ALTA ROTAÇÃO - Material: Carbide. Formato: Esférica. Tipo Haste: Longa. Tipo Corte: Cirúrgica. Numeração Americana 1: Ref. 8. Apresentação: Unidade.	Und.	15
50	BROCA ALTA ROTAÇÃO - Material: Carbide. Formato: Esférica. Tipo Haste: Longa. Tipo Corte: Médio. Numeração Americana 1: Ref. 6. Apresentação: Unidade.	Und.	15
51	BROCA ALTA ROTAÇÃO - Material: Carbide. Formato: Tronco Cônica. Característica Adicional: Picotada Longa. Tipo Haste: Regular. Tipo Corte: Grosso. Numeração Americana 1: Ref. 702. Apresentação: Unidade.	Und.	15
52	BROCA ALTA ROTAÇÃO - Material: Carbide. Formato: Tronco Cônica. Característica Adicional: Picotada. Tipo Haste: Longa. Tipo Corte: Cirúrgica. Numeração Americana 1: Ref. 703. Apresentação: Unidade.	Und.	15
53	BROCA ALTA ROTAÇÃO - Material: Carbide. Formato: Tronco Cônica. Característica Adicional: Topo Plano. Tipo Haste: Regular. Tipo Corte: Médio. Características Adicionais: Endo Z. Apresentação: Unidade.	Und.	15
54	BROCA BAIXA ROTAÇÃO - Tipo: Contra Ângulo. Material: Aço Carbono. Formato: Esférica, Pêra, Chama. Tipo Corte: Multilaminada. Tipo Haste: Regular. Apresentação: Conjunto C/ 6 Un.	Und.	5
55	BROCA BAIXA ROTAÇÃO - Tipo: Contra Ângulo. Material: Aço Inoxidável. Formato: Espiral. Característica Adicional: Lentulo. Comprimento: Cerca De 25 MM. Diâmetro: 0,25, 0,30, 0,35, 0,40 MM. Apresentação: Caixa C/ 4 unidades.	Caixa	5
56	BROCA BAIXA ROTAÇÃO - Tipo: Contra Ângulo. Material: Aço Inoxidável. Formato: Gates. Referência: Ref. 1. Comprimento: 28 MM. Apresentação: Unidade.	Und.	5
57	BROCA BAIXA ROTAÇÃO - Tipo: Contra Ângulo. Material: Aço Inoxidável. Formato: Gates. Referência: Ref. 2. Comprimento: 28 MM. Apresentação: Unidade.	Und.	5
58	BROCA BAIXA ROTAÇÃO - Tipo: Contra Ângulo. Material: Aço Inoxidável. Formato: Gates. Referência: Ref. 3. Comprimento: 28 MM. Apresentação: Unidade.	Und.	5



59	BROCA BAIXA ROTAÇÃO - Tipo: Contra Ângulo. Material: Aço Inoxidável. Formato: Gates. Referência: Ref. 4. Comprimento: 28 MM. Apresentação: Unidade.	Und.	5
60	BROCA BAIXA ROTAÇÃO - Tipo: Contra Ângulo. Material: Aço Inoxidável. Formato: Gates. Referência: Ref. 5. Comprimento: 28 MM. Apresentação: Unidade.	Und.	5
61	BROCA BAIXA ROTAÇÃO - Tipo: Contra Ângulo. Material: Aço Inoxidável. Formato: Helicoidal. Característica Adicional: Largo. Tipo Haste: Longa. Referência: Ref. 1. Comprimento: 28 MM. Apresentação: Unidade.	Und.	5
62	BROCA BAIXA ROTAÇÃO - Tipo: Contra Ângulo. Material: Aço Inoxidável. Formato: Helicoidal. Característica Adicional: Largo. Tipo Haste: Longa. Referência: Ref. 1. Comprimento: 32 MM. Apresentação: Unidade.	Und.	5
63	BROCA BAIXA ROTAÇÃO - Tipo: Contra Ângulo. Material: Aço Inoxidável. Formato: Helicoidal. Característica Adicional: Largo. Tipo Haste: Longa. Referência: Ref. 2. Comprimento: 28 MM. Apresentação: Unidade.	Und.	5
64	BROCA BAIXA ROTAÇÃO - Tipo: Contra Ângulo. Material: Aço Inoxidável. Formato: Helicoidal. Característica Adicional: Largo. Tipo Haste: Longa. Referência: Ref. 2. Comprimento: 32 MM. Apresentação: Unidade.	Und.	5
65	BROCA BAIXA ROTAÇÃO - Tipo: Contra Ângulo. Material: Aço Inoxidável. Formato: Helicoidal. Característica Adicional: Largo. Tipo Haste: Longa. Referência: Ref. 3. Comprimento: 28 MM. Apresentação: Unidade.	Und.	5
66	BROCA BAIXA ROTAÇÃO - Tipo: Contra Ângulo. Material: Aço Inoxidável. Formato: Helicoidal. Característica Adicional: Largo. Tipo Haste: Haste Longa. Referência: Ref. 3. Comprimento: 32 MM. Apresentação: Unidade.	Und.	5
67	BROCA BAIXA ROTAÇÃO - Tipo: Contra Ângulo. Material: Carbide. Formato: Esférica. Tipo Corte: Corte Regular. Tipo Haste: Regular. Referência: Ref. 8. Apresentação: Unidade.	Und.	5
68	BROCA BAIXA ROTAÇÃO - Tipo: Peça Reta. Material: Carboneto de Tungstênio. Formato: Chama. Referência: Ref. ISO 500 104 257 190 060. Apresentação: Unidade.	Und.	5



69	BROCA BAIXA ROTAÇÃO - Tipo: Peça Reta. Material: Carboneto de Tungstênio. Formato: Cônica. Formato Adicional: Topo Arredondado. Tipo Corte: Cruzado. Referência: Ref. ISSO 500 104 194 190 045. Apresentação: Unidade.	Und.	5
70	BROCA BAIXA ROTAÇÃO - Tipo: Peça Reta. Material: Carboneto de Tungstênio. Formato: Esférica. Referência: Ref. 2. Apresentação: Unidade.	Und.	5
71	BROCA BAIXA ROTAÇÃO - Tipo: Peça Reta. Material: Carboneto de Tungstênio. Formato: Esférica. Referência: Ref. 6. Apresentação: Unidade.	Und.	5
72	CANETA ALTA ROTAÇÃO - Material Rolamento: Cerâmica. Velocidade Máxima: Menor ou igual 400.000 RPM. Refrigeração: 3 ou mais furos. Troca de brocas: Botão de pressão (Pb). Tipo Conexão: 2 furos. Tipo Cabeça: Padrão. Apresentação: Unidade.	Und.	5
73	CANETA BAIXA ROTAÇÃO - Tipo: Peça Reta. Relação Transmissão: 1:1. Troca De Broca: Anel Destravador. Refrigeração: S/ Refrigeração. Apresentação: Unidade.	Und.	5
74	CANETA BAIXA ROTAÇÃO - Tipo: Contra Ângulo. Relação Transmissão: 20:1. Torque: maior ou igual 50 N.cm. Troca de broca: Trava Lt/Fg. Refrigeração: C/ Refrigeração Externa. Tipo Cabeça: Cabeça Padrão Característica Adicional: C/ Led. Apresentação: Unidade.	Und.	5
75	CALEN + PMCC – Pasta de hidróxido de cálcio, apresentando-se como um kit com 2 tubos de pasta calen de 2,7g e tubos de glicerina 2,2g e um tubo de paramonoclorofenol canforado de 2,2g, contendo na embalagem externa os dados de identificação, procedência, número de registro na ANVISA, lote e validade.	Kit	5
76	CANUDO GROSSO DESCARTÁVEL – Diâmetro de 10 mm x comprimento de 21 cm, contendo na embalagem externa os dados de identificação, procedência, número de registro na ANVISA, lote e validade. Embalagem contendo 100 unidades.	Pacote	2
77	CARIOSTÁTICO – Solução aquosa com ácido fluorídrico, nitrato de prata e hidróxido de amônia que reagem formando o fluoreto de cálcio e fosfato de prata na presença da dentina. Embalagem contendo 10mL.	Und.	10
78	CIMENTO CIRÚRGICO (PASTA-PASTA) – Composição da pasta base: ácido graxos, resina natural, resina sintética, óleo mineral, timol, cera natural e aroma de menta, com 90g. Composição da pasta aceleradora: óleo mineral, óleo vegetal, óxido zinco, óxido de magnésio, pigmento de óxido de ferro, timol, bht e aroma de menta, contendo na embalagem externa os	Kit	4



	dados de identificação, procedência, número de registro na ANVISA, lote e validade. Cada tubo contendo 90g.		
79	CIMENTO DE HIDRÓXIDO DE CÁLCIO (SISTEMA PASTA-PASTA) – Apresentado em 01 tubo de pasta base 13g, 01 tubo de pasta catalizadora 11g e 01 blocos de mistura. Composição: catalizador hidróxido de cálcio, óxido de zinco, etiltolueno sulfonamida, estearato de zinco e corantes minerais, biocompatível, alta resistência à compressão: maior resistência à tração que os cimentos Provisórios do mercado. Contendo na embalagem externa os dados de Identificação, procedência, número de registro na ANVISA, lote e validade.	Und.	4
80	CIMENTO ENDODÔNTICO – Cimento a base de hidróxido de cálcio, radiopaco, biocompatível, estimulador do tecido de reparação da região periapical. Contendo na embalagem externa os Dados de identificação, procedência, número de registro na ANVISA, lote e validade. Apresenta-se em embalagem contendo frasco de 08g com pó e um tubo de resina de 09g.	Und.	7
81	CIMENTO PARA RESTAURAÇÃO PROVISÓRIA KIT (PÓ E LÍQUIDO) – Material restaurador temporário, à base de óxido e zinco e eugenol (modificado), pó cor marfim. Apresentação: kit: 1 frasco com 38 g de pó; 1 frasco com 15 ml de líquido; 1 dosador, contendo na embalagem externa os dados de identificação, procedência, número de registro na ANVISA, lote e validade.	Kit	7
82	CLOREXIDINA GEL 2% – Gel antisséptico com propriedades antibacterianas, efetiva em gram positivos e gram negativos, utilizado como curativos, utilizado como curativo de demora em tratamento de canais radiculares. Contendo na embalagem externa os dados de identificação, procedência, número de registro na ANVISA, lote e validade. Seringa preenchida contendo 3g.	Caixa	2
83	CONE DE GUTA PERCHA 15 A 40 – Atuam como obturadores de canais radiculares, apresentando ótima estabilidade dimensional, flexibilidade e alta radiopacidade, contendo na embalagem externa os dados de identificação, procedência, número de registro na ANVISA, lote e validade. Embalagem contendo 120 unidades.	Embalagem	2
84	CONE DE GUTA PERCHA 45 A 80 – Atuam como obturadores de canais radiculares, apresentando ótima estabilidade dimensional, flexibilidade e alta radiopacidade, contendo na embalagem externa os dados de identificação, procedência, número de registro na ANVISA, lote e validade. Embalagem contendo 120 unidades.	Embalagem	2
85	CONE DE GUTA PERCHA ACESSÓRIO MICROTIPPED FM EXTRA - LONGO 34 MM – Cone De Guta Percha Acessório Microtipped FM Extra - Longo (34mm). Rolados com a mão com alta precisão de formato e comprimento. Composição: guta percha purificada, óxido de zinco pa, agente corante orgânico não tóxico. Caixa com 80 Pontas com registro na ANVISA.	Caixa	5



86	CONE DE GUTA PERCHA ACESSÓRIO MICROTIPPED EL EXTRALONGO 34 MM – Cone de Guta Percha acessório Microtipped EL extralongo (34mm). Rolados com a mão e alta precisão de formato e comprimento. Composição: guta percha purificada, óxido de zinco PA, agente corante orgânico não tóxico. Caixa com 80 pontas com registro na ANVISA.	Caixa	5
87	CONE DE GUTA PERCHA ACESSÓRIO MICROTIPPED ML 28 MM – Cone De Guta Percha Acessório Microtipped ML 28mm. Rolados com a mão com alta precisão de formato e comprimento. Composição: guta percha purificada, óxido de zinco PA, agente corante orgânico não tóxico. Caixa com 100 pontas com registro na ANVISA.	Caixa	5
88	CONE DE GUTA PERCHA ACESSÓRIO MICROTIPPED MX EXTRA - LONGO 34 MM – Cone de guta percha acessório microtipped MX extralongo (34mm) rolados com a mão com alta precisão de formato e comprimento. Composição: guta percha purificada, óxido de zinco PA, agente corante orgânico não tóxico. Caixa com 80 pontas com registro na ANVISA.	Caixa	5
89	CONE DE GUTA PERCHA NATURAL ACESSÓRIO MICROTIPPED MF 28 MM – Cone De Guta Percha Natural Acessório Microtipped MF 28mm. Com baixo teor de óxido de zinco e resinas. Caixa com 100 pontas com registro na ANVISA.	Caixa	5
90	CREME DENTAL – Ingredientes ativos: fluoreto de sódio 0,32% (1450ppm de flúor), triclosano 0,3%, contendo na embalagem externa os dados de identificação, procedência, número de registro na ANVISA, lote e validade. Embalagem contendo 90 g.	Unidade	1000
91	CUNHA ODONTOLÓGICA - Material: Madeira. Tipo: Anatômica. Aplicação: Restauração Interproximal. Tipo Ponta: Fina. Características Adicionais: Seção Triangular, Lisa, Cores Sortidas. Apresentação: caixa 100 unidades.	Caixa	4
92	DISCOS DE LIXA PARA MANDRIL – Para acabamento e polimento em superfícies de restaurações realizadas com resinas compostas e ionômero de vidro, em poliéster que proporciona maior flexibilidade e acesso interproximal, contendo na embalagem externa os dados de identificação, granulações grossa, média, fina e extrafina. Procedência, número de registro na ANVISA, lote e validade. Embalagem contendo 100 unidades de 16 mm (25 unidades de cada tipo).	Pacote	4
93	DESSENSIBILIZANTE DENTINÁRIO - Composição Básica: Cloreto de Estrôncio e Nitrato de Potássio. Concentração: 10% + 5%. Aspecto Físico*: Gel. Apresentação: Seringa contendo 3g.	Seringa	15
94	DETERGENTE ENZIMÁTICO - Composição: A base de Amilase, Protease, Lipase, Celulase. Composição II: Peptidase, Carboidrase. Apresentação: Frasco contendo 1L.	Frasco	15



95	EDTA 17 – Utilizado no preparo das paredes dos canais radiculares, previamente à obturação, pH entre 7,0 e 8,0, é compatível com os tecidos vivos, conferindo ao produto uma irritação tecidual praticamente nula, contendo na embalagem externa os dados de identificação, procedência, lote e validade. Frasco contendo 20mL.	Frasco	2
96	ESPAÇADOR ENDODÔNTICO - Material: Níquel/Titânio. Tipo: Digital. Comprimento: 25 Mm. Características Adicionais: 1ª Série. Apresentação: Conjunto Completo. Embalagem contendo 06 Unidades.	Embalagem	2
97	ESCOVA DE CUSPIDEIRA – Dimensões 27 x 6,4 x 5cm. Para limpeza de longo alcance e retirada de resíduos, contendo na embalagem externa os dados de identificação, procedência, número de registro na ANVISA, lote e validade.	Und.	4
98	ESCOVA DE ROBSON – Utilizada em contra ângulo, cor branca ou preta, formato cônico. Utilizado para profilaxias, contendo na embalagem externa os dados de identificação, procedência, número de registro na ANVISA, lote e validade.	Und.	50
99	EVIDENCIADOR DENTAL . Aplicação: P/ Cárie. Solução. Apresentação: Unidade.	Und.	10
100	ESCOVA DENTAL ADULTO COM PROTETOR DE CERDA – Medindo 18 cm aberta e 11 cm fechada, cerdas de nylon, macia, arredondada e polida, com ancoras metálicas, contendo 35 tufo de cerdas, distribuídos em quatro fileiras. Cabo e capa protetora fabricados em polipropileno, contendo na embalagem externa os dados de identificação, procedência, número de registro na ANVISA, lote e validade.	Und.	1250
101	ESCOVA DENTAL INFANTIL COM PROTETOR DE CERDA – Cerdas de nylon macias ou extra macias, com 4 fileiras de tufo, contendo 28 tufo de cerdas, aparadas uniformemente e arredondadas na mesma altura, cabo reto, medindo 15 cm de comprimento, anatômico, com empunhadura, embalada individualmente com estojo plástico protetor de cerdas, tipo maleta, contendo na embalagem externa os dados de identificação, procedência, número de registro na ANVISA, lote e validade.	Und.	1250
102	ESPELHO CLÍNICO Nº 5 – Utilizado para melhor visualização pelo profissional de determinadas regiões da cavidade oral, sem aumento, esterilizável, contendo na embalagem externa os dados de identificação, procedência, número de registro na ANVISA, lote e validade. Unidade.	Und.	15
103	ESPONJA HEMOSTÁTICA – Composta de colágeno (gelatina) liofilizada, embalada em blister individual, esterilizada por irradiação, sem contraindicações, absorvível e sem riscos de intolerância, contendo na embalagem externa os dados de identificação, procedência, número de registro na ANVISA, lote e validade. Embalagem contendo 10 unidades.	Caixa	12



104	FILME DE PVC – Transparente com 28 cm em 100 metros de rolo, contendo na embalagem externa os dados de identificação e procedência.	Rolo	15
105	FILME RADIOGRÁFICO ADULTO – Nitidez brilhante de imagem com menos tempo de exposição, adulto 31x35mm, contendo na embalagem externa os dados de identificação, procedência, número de registro na ANVISA, lote e validade. Embalagem contendo 150 películas.	Embalagem	15
106	FILME RADIOGRÁFICO INFANTIL – Com finalidade de diagnosticar: cáries, lesões periodontais, absorção óssea e tratamento de canal, 22 x 35 mm, cor roxo, contendo na embalagem externa os dados de identificação, procedência, número de registro na ANVISA, lote e validade. Embalagem contendo 100 películas.	Embalagem	1
107	FIO DE SUTURA DE SEDA – 4.0 ODONTOLÓGICO -agulha em aço-inox siliconizado ½ círculo cortante triangular 1,7cm fio sintetizado com material natural, filamento de seda natural e trançada esterilizado em raio gama as agulhas são inspecionadas individualmente quanto a ponta lubrificação e fixação para garantir punção fácil e segura atóxico não pirogênico de uso único e estéril embalados individualmente em papel grau cirúrgicos sendo que a embalagem primaria trata-se de envelope metalizado internamente garantido a integridade do fio uso exclusivo em odontologia validade de 5 anos.	Caixa	15
108	FIO DE SUTURA SEDA Nº 3-0 – Comprimento mínimo do fio (45cm), com agulha ½ círculo cortante, tamanho da agulha (1,7cm), estéril. Caixa com 24 unidades.	Caixa	7
109	FIO DENTAL – Deve apresentar menos torções em seus micros filamentos, proporcionando maior área Para a limpeza e sendo resistente ao desfiamento, contendo na embalagem externa os dados de Identificação, procedência, número de registro na ANVISA, lote e validade. Embalagem contendo 500 metros.	Und.	5
110	FIO DENTAL 050 mm – especificações técnicas mínimas de rolo com 50m.	Und.	750
111	FIXADOR RADIOLÓGICO - Aplicação: para Processamento Manual. Aspecto Físico: Solução aquosa pronta para uso. Apresentação: Frasco 475 mililitros.	Frasco	17
112	FIO RETRATOR GENGIVAL - Material: algodão trançado ou tricotado. Tipo: não impregnado. Espessura: ultra extrafino. Apresentação: Embalagem c/ cerca de 2,5M. Tipo Uso: Estéril/Descartável Complementar: Nº 000. Apresentação: Unidade.	Embalagem	2



113	FITA PARA AUTOCLAVE – indicado para realizar o fechamento de pacotes de papel e de pano que serão esterilizados em autoclaves odontológicas. Confeccionada com dorso de papel crepado à base de celulose, facilitando a escrita no dorso; recebe, em uma de suas faces, massa adesiva à base de borracha natural, óxido de zinco e resinas e, na outra face, uma fina camada de impermeabilizante de resina acrílica. Embalagem com rolo contém uma unidade nas especificações aproximadas de 19mm x 30m. Deve possuir registro Anvisa.	Und.	25
114	FLÚOR TÓPICO GEL ACIDULADO – Flúor fosfato acidulado 1,23% para prevenção da doença cárie, contendo na embalagem externa os dados de identificação, procedência, número de registro na ANVISA, lote e validade. Frasco contendo 200ml.	Frasco	10
115	FORMOCRESOL – Menos concentrado do que a composição padrão de bucket, sem perder a suas propriedades terapêuticas, aumentando assim, sua compatibilidade biológica, antisséptico, mumificante do tecido pulpar, bactericida, contendo na embalagem externa os dados de identificação, procedência, número de registro na ANVISA, lote e validade. Frasco contendo 10mL.	Frasco	4
116	GEL NEUTRO 2% - utilizado para prevenção da cárie dentária e remineralização dental. O gel contém 2% de Fluoreto de Sódio em gel base de caráter não iônico e pH neutro, recomendado para aplicação tópica na prevenção e tratamento da cárie. Composto por Fluoreto de Sódio, edulcorante, essência (aromas variados), corante, metilparabeno, gel base de caráter não iônico. Sabores variados, a critério do órgão demandante. Deve conter, em sua embalagem, dados de identificação, procedência, número de registro ANVISA, lote e validade. Frasco contendo 200ml.	Frasco	15
117	GLUCONATO DE CLOREXIDINA 0,12% – Solução bucal contendo gluconato de clorexidina a 0,12%, água, glicerina, etanol, polisorbato 20, composição aromática com sabor predominante de menta, sacarinato de sódio, fdec blue, nº 1, contendo na embalagem externa os dados de identificação, procedência, número de registro na ANVISA, lote e validade. Frasco contendo 02 litros.	Frasco	12
118	GLUTARALDEÍDO 2% – Composto por glutaraldeído 2,0%, tensoativo e água deionizada, para desinfecção de artigos semicríticos hospitalares, odontológicos e laboratoriais, sensíveis ao calor, contendo na embalagem externa os dados de identificação, procedência, número de registro na ANVISA, lote e validade. Frasco contendo 05 litros.	Frasco	5
119	GRAMPO DE ISOLAMENTO ABSOLUTO Nº 08 – Produzido em aço inox de maior resistência e memória elástica, têmpora tríplice para eliminar fragilidade ou quebra, suave acabamento semi acetinado, contendo na embalagem externa os dados de identificação, procedência, número de registro na ANVISA, lote e validade.	Und.	3
120	GRAMPO DE ISOLAMENTO ABSOLUTO Nº 08A – Produzido em aço inox de maior resistência e memória elástica, têmpora tríplice para eliminar fragilidade ou quebra, suave acabamento semi acetinado, contendo na embalagem externa os dados de identificação, procedência, número de registro na ANVISA, lote e validade.	Und.	1



121	GRAMPO DE ISOLAMENTO ABSOLUTO Nº 207 – Produzido em aço inox de maior resistência e memória elástica, têmpera tríplice para eliminar fragilidade ou quebra, suave acabamento semi acetinado, contendo na embalagem externa os dados de identificação, procedência, número de registro na ANVISA, lote e validade.	Und.	1
122	GRAMPO DE ISOLAMENTO ABSOLUTO Nº 26 – Produzido em aço inox de maior resistência e memória elástica, têmpera tríplice para eliminar fragilidade ou quebra, suave acabamento semi acetinado, contendo na embalagem externa os dados de identificação, procedência, número de registro na ANVISA, lote e validade.	Und.	1
123	GRAMPO PARA DIQUE DE BORRACHA Nº 0 – especificações técnicas mínimas fabricado em material do tipo aço inoxidável, nº 0 memória elástica, tempera tríplice para eliminar fragilidade ou quebra suave acabamento semi acetinado atenua a luz dos fotopolimerizadores reduzindo a fadiga ocular.	Und.	1
124	GRAMPO PARA DIQUE DE BORRACHA Nº 00 – especificações técnicas mínimas fabricado em material do tipo aço inoxidável, nº 0 memória elástica tempera tríplice para eliminar fragilidade ou quebra suave acabamento semi acetinado atenua a luz do fotopolimerizadores reduzindo a fadiga ocular.	Und.	1
125	GRAMPO PARA DIQUE DE BORRACHA Nº 14 – especificações técnicas mínimas fabricado em material do tipo aço inoxidável, nº 0 memória elástica tempera tríplice para eliminar fragilidade ou quebra suave acabamento semi acetinado atenua a luz do fotopolimerizadores reduzindo a fadiga ocular.	Und.	1
126	GRAMPO PARA DIQUE DE BORRACHA Nº 14A – especificações técnicas mínimas fabricado em material do tipo aço inoxidável, nº 0 memória elástica tempera tríplice para eliminar fragilidade ou quebra suave acabamento semi acetinado atenua a luz do fotopolimerizadores reduzindo a fadiga ocular.	Und.	1
127	GRAMPO PARA DIQUE DE BORRACHA Nº 200 – especificações técnicas mínimas fabricado em material do tipo aço inoxidável, nº 0 memória elástica tempera tríplice para eliminar fragilidade ou quebra suave acabamento semi acetinado atenua a luz do fotopolimerizadores reduzindo a fadiga ocular.	Und.	1
128	GRAMPO PARA DIQUE DE BORRACHA Nº 201 – especificações técnicas mínimas fabricado em material do tipo aço inoxidável, nº 0 memória elástica tempera tríplice para eliminar fragilidade ou quebra suave acabamento semi acetinado atenua a luz do fotopolimerizadores reduzindo a fadiga ocular.	Und.	1
129	GRAMPO PARA DIQUE DE BORRACHA Nº 202 – especificações técnicas mínimas fabricado em material do tipo aço inoxidável, nº 0 memória elástica tempera tríplice para eliminar fragilidade ou quebra suave acabamento semi acetinado atenua a luz do fotopolimerizadores reduzindo a fadiga ocular.	Und.	1



130	GRAMPO PARA DIQUE DE BORRACHA Nº 203 – especificações técnicas mínimas fabricado em material do tipo aço inoxidável, nº 0 memória elástica tempera tríple para eliminar fragilidade ou quebra suave acabamento semi acetinado atenua a luz do fotopolimerizadores reduzindo a fadiga ocular.	Und.	1
131	GRAMPO PARA DIQUE DE BORRACHA Nº 204 – especificações técnicas mínimas fabricado em material do tipo aço inoxidável, nº 0 memória elástica tempera tríple para eliminar fragilidade ou quebra suave acabamento semi acetinado atenua a luz do fotopolimerizadores reduzindo a fadiga ocular.	Und.	1
132	GRAMPO PARA DIQUE DE BORRACHA Nº 205 – especificações técnicas mínimas fabricado em material do tipo aço inoxidável, nº 0 memória elástica tempera tríple para eliminar fragilidade ou quebra suave acabamento semi acetinado atenua a luz do fotopolimerizadores reduzindo a fadiga ocular.	Und.	1
133	GRAMPO PARA DIQUE DE BORRACHA Nº 206 – especificações técnicas mínimas fabricado em material do tipo aço inoxidável, nº 0 memória elástica tempera tríple para eliminar fragilidade ou quebra suave acabamento semi acetinado atenua a luz do fotopolimerizadores reduzindo a fadiga ocular.	Und.	1
134	GRAMPO PARA DIQUE DE BORRACHA Nº 207 – especificações técnicas mínimas fabricado em material do tipo aço inoxidável, nº 0 memória elástica tempera tríple para eliminar fragilidade ou quebra suave acabamento semi acetinado atenua a luz do fotopolimerizadores reduzindo a fadiga ocular.	Und.	1
135	GRAMPO PARA DIQUE DE BORRACHA Nº 208 – especificações técnicas mínimas fabricado em material do tipo aço inoxidável, nº 0 memória elástica tempera tríple para eliminar fragilidade ou quebra suave acabamento semi acetinado atenua a luz do fotopolimerizadores reduzindo a fadiga ocular.	Und.	1
136	GRAMPO PARA DIQUE DE BORRACHA Nº 209 – especificações técnicas mínimas fabricado em material do tipo aço inoxidável, nº 0 memória elástica tempera tríple para eliminar fragilidade ou quebra suave acabamento semi acetinado atenua a luz do fotopolimerizadores reduzindo a fadiga ocular.	Und.	1
137	GRAMPO PARA DIQUE DE BORRACHA Nº 210 – especificações técnicas mínimas fabricado em material do tipo aço inoxidável, nº 0 memória elástica tempera tríple para eliminar fragilidade ou quebra suave acabamento semi acetinado atenua a luz do fotopolimerizadores reduzindo a fadiga ocular.	Und.	1
138	GRAMPO PARA DIQUE DE BORRACHA Nº 211 – especificações técnicas mínimas fabricado em material do tipo aço inoxidável, nº 0 memória elástica tempera tríple para eliminar fragilidade ou quebra suave acabamento semi acetinado atenua a luz do fotopolimerizadores reduzindo a fadiga ocular.	Und.	1



139	GRAMPO PARA DIQUE DE BORRACHA Nº 212 – especificações técnicas mínimas fabricado em material do tipo aço inoxidável, nº 0 memória elástica tempera tríplex para eliminar fragilidade ou quebra suave acabamento semi acetinado atenua a luz do fotopolimerizadores reduzindo a fadiga ocular.	Und.	1
140	GRAMPO PARA DIQUE DE BORRACHA Nº 26 – especificações técnicas mínimas fabricado em material do tipo aço inoxidável, nº 0 memória elástica tempera tríplex para eliminar fragilidade ou quebra suave acabamento semi acetinado atenua a luz do fotopolimerizadores reduzindo a fadiga ocular.	Und.	1
141	GRAMPO PARA DIQUE DE BORRACHA Nº 27 – especificações técnicas mínimas fabricado em material do tipo aço inoxidável, nº 0 memória elástica tempera tríplex para eliminar fragilidade ou quebra suave acabamento semi acetinado atenua a luz do fotopolimerizadores reduzindo a fadiga ocular.	Und.	1
142	GRAMPO PARA DIQUE DE BORRACHA Nº 29 – especificações técnicas mínimas fabricado em material do tipo aço inoxidável, nº 0 memória elástica tempera tríplex para eliminar fragilidade ou quebra suave acabamento semi acetinado atenua a luz do fotopolimerizadores reduzindo a fadiga ocular.	Und.	1
143	GRAMPO PARA DIQUE DE BORRACHA Nº W8A – especificações técnicas mínimas fabricado em material do tipo aço inoxidável, nº 0 memória elástica tempera tríplex para eliminar fragilidade ou quebra suave acabamento semi acetinado atenua a luz do fotopolimerizadores reduzindo a fadiga ocular.	Und.	1
144	HEMOSTÁTICO 10 ml – especificações técnicas mínimas do tipo líquido forma de apresentação frasco com 10 ml.	Frasco	5
145	HIDRÓXIDO DE CÁLCIO P.A (PÓ) – Protetor pulpar, pH 12,4 alcalino, induz a formação de dentina Reparadora, contendo na embalagem externa os dados de identificação, procedência, número de Registro na ANVISA, lote e validade. Frasco contendo 10g.	Frasco	2
146	HIDROXIDO DE CALCIO FOTOPOLIMERIZADOR – especificações técnicas mínimas hidróxidos de cálcio fotopolimerizador e radiopaco, capacidade de 2g, coloração semelhante a dentina alta resistência ao ácido fosfórico embalagem do tipo seringas.	Und.	10
147	IONÔMERO DE VIDRO RESTAURADOR (PÓ E LÍQUIDO) TIPO II – Quimicamente ativado, cimento de prensa rápida, boa adesão ao esmalte e à dentina sendo desnecessário a criação de retenções, biocompatível, maior capacidade de liberação de flúor com finalidade anticariogênica. Apresentação: 1 frasco de cimento em pó com 10g, 1 frasco de líquido com 8g, 1 dosador de pó, contendo na embalagem externa os dados de identificação, procedência, número de registro na ANVISA, lote e validade.	Caixa	4



148	IONOMERO DE VIDRO FOTOPOLIMERIÁVEL – Quimicamente ativado, libera flúor, utilizado como forrador provisório e selante de cicatrículas e fissuras. Apresentação em uma bisnaga com ponta aplicadora, na cor branca.	Und.	15
149	KIT BROCAS MULTILAMINADAS PARA ACABAMENTO AMALGAMA – especificações técnicas mínimas lâminas para amalgama. Forma de apresentação kit com 6 unidades.	Und.	5
150	KIT COMPLETO PARA ACABAMENTO E POLIMENTO DE RESINA – especificações técnicas mínimas fabricado em silicone, kit contendo 03 ogivas e torpedos, 03 taças e 03 lentilhas (branco fino, verde grosso, amarelo regular) e broqueiro acrílico autoclavável.	Und.	5
151	KIT DE PONTAS DIAMANTADAS PARA ACABAMENTO FINA E ULTRAFINA RESINA – especificações técnicas mínimas com números 1190 F, 2135 F, 3118 F, 3195 F, 1190 FF, 3168 FF, 3195 FF, dentística forma de apresentação embalagem com o kit.	Und.	7
152	KIT ACADEMICO DE PEÇAS ODONTOLÓGICAS contendo turbina de alta rotação com acoplamento borden, spray, rotação máxima de 450.000 RPM e sistema troca-broca, torque de 0,11 NCm. Rolamentos de cerâmica, rotores balanceados, baixo nível de ruído e vibração, certificação INMETRO de conformidade no Brasil, esterilizável até 135° C, durabilidade garantida por até 1.000 ciclos de esterilização micromotor de baixa rotação com acoplamento borden intramatic, spray interno, rotação de 5.000 a 20.000 RPM, encaixe intramatic universal, giro livre de 360°, baixo nível de ruído e vibração. Esterilizável em autoclave até 135° C. Garantia de 1 ano.	Und.	5
153	KIT LIMAS MECANIZADAS PARA MOTOR ENDODÔNTICO – acionada por motor e usado no tratamento de canais radiculares. Produzida em NiTi (Níquel-Titânio) e tratada termicamente, oferecendo melhor controle de memória e flexibilidade. Torque de até 2N.cm (Newton Centímetro). Deve possuir registro ANVISA em sua embalagem. O kit deve conter: limas sortidas (SX, S1, S2, F1, F2 e F3). Os tamanhos podem variar, de acordo com a necessidade do órgão, entre 21mm, 25mm e 31mm. Cada kit deve possuir 6 (seis) limas mecanizadas.	Kit	7
154	LÂMINA BISTURI. Material: Aço Carbono. Tamanho: Nº 12. Tipo: Descartável. Esterilidade: Estéril. Características Adicionais: Embalada Individualmente. Apresentação: Caixa 100 unidades.	Caixa	2
155	LENÇOL DE BORRACHA PARA ISOLAMENTO ABSOLUTO – Para isolamento absoluto, confeccionado com látex sem estrias, alta resistência, 13 x 13 cm, contendo na embalagem externa os dados de identificação, procedência, número de registro na ANVISA, lote e validade. Caixa com 26 unidades.	Caixa	5



156	LIMA F1 EM NÍQUEL-TITÂNIO 21MM – De secção triangular convexa, eletro-polida, com aproximadamente 55% de níquel e 45% de titânio, com conicidades múltiplas na mesma lima. Caixa em poliestireno contendo 06 instrumentos de 21mm. Apresentar registro no Ministério da Saúde.	Caixa	1
157	LIMA F1 EM NÍQUEL-TITÂNIO 25MM – De secção triangular convexa, eletro-polida, com aproximadamente 55% de níquel e 45% de titânio, com conicidades múltiplas na mesma lima. Caixa em poliestireno contendo 06 instrumentos de 25mm. Apresentar registro no Ministério da Saúde.	Caixa	1
158	LIMA F1 EM NÍQUEL-TITÂNIO 31 MM – De secção triangular convexa, eletro-polida, com aproximadamente 55% de níquel e 45% de titânio, com conicidades múltiplas na mesma lima. Caixa em poliestireno contendo 06 instrumentos de 21mm. Apresentar registro no Ministério da Saúde.	Caixa	1
159	LIMA TIPO C-PILOT 21 MM Nº 10 COM CURSOR – Instrumento endodôntico manual para preparo biomecânico dos canais radiculares. De comprimento 21 mm, haste em metal e pegador digital em plástico identificadas com padrão de cores. Caixa com 06 unidades.	Caixa	1
160	LIMA TIPO C-PILOT 21 MM Nº 15 COM CURSOR – Instrumento endodôntico manual para preparo biomecânico dos canais radiculares. De comprimento 21 mm, haste em metal e pegador digital em plástico identificadas com padrão de cores. Caixa com 06 unidades.	Caixa	1
161	LIMA TIPO C-PILOT 21 MM Nº 20 COM CURSOR – Instrumento endodôntico manual para preparo biomecânico dos canais radiculares. De comprimento 21 mm, haste em metal e pegador digital em plástico identificadas com padrão de cores. Caixa com 06 unidades.	Caixa	1
162	LIMA TIPO C-PILOT 21 MM Nº 21 COM CURSOR – Instrumento endodôntico manual para preparo biomecânico dos canais radiculares. De comprimento 21 mm, haste em metal e pegador digital em plástico identificadas com padrão de cores. Caixa com 06 unidades.	Caixa	1
163	LIMA TIPO C-PILOT 21 MM Nº 25 COM CURSOR – Instrumento endodôntico manual para preparo biomecânico dos canais radiculares. De comprimento 21 mm, haste em metal e pegador digital em plástico identificadas com padrão de cores. Caixa com 06 unidades.	Caixa	1
164	LIMA ENDODÔNTICA TIPO K – especificações técnicas mínimas fabricado em material do tipo aço inox, tamanhos de 15-40, 21mm, mínimo 06 unidades por kit.	Caixa	2
165	LIMA ENDODÔNTICA TIPO K FLEXFILE 1º SERIE – especificações técnicas mínimas fabricado em material do tipo aço inox, tamanhos de 15-40, 25mm, mínimo 06 unidades por kit.	Caixa	2



166	LIMA ENDODÔNTICA TIPO K FLEXFILE 2º SERIE – especificações técnicas mínimas fabricado em material do tipo aço inox, tamanhos de 45-80, 25mm, mínimo 06 unidades por kit.	Caixa	2
167	LIMA ENDODÔNTICA TIPO HEDSTROEM 1º SERIE – especificações técnicas mínimas fabricado em material do tipo aço inox, tamanhos de 15-40, 25mm, mínimo 06 unidades por kit.	Caixa	1
168	LIMA ENDODÔNTICA TIPO HEDSTROEM 2º SERIE – especificações técnicas mínimas fabricado em material do tipo aço inox, tamanhos de 45-80, 25mm, mínimo 06 unidades por kit.	Caixa	1
169	LIMA ENDODÔNTICA TIPO K FILE 1º SERIE – especificações técnicas mínimas fabricado em material do tipo aço inox, tamanhos de 15-40, 31mm, mínimo 06 unidades por kit.	Caixa	1
170	LIMA ENDODÔNTICA TIPO K FLEXFILE 2º SERIE – especificações técnicas mínimas fabricado em material do tipo aço inox, tamanhos de 45-80, 31mm, mínimo 06 unidades por kit.	Caixa	1
171	MATRIZ DE POLIÉSTER PARA RESINA COMPOSTA – 100 % poliéster e super flexível, utilizadas em Isolamento de restaurações inter proximais com resina composta, contendo na embalagem externa Os dados de identificação, procedência, número de registro na ANVISA, lote e validade. Embalagem contendo 50 unidades.	Embalagem	12
172	MATRIZ DE AÇO 05 mm – especificações técnicas mínimas fabricada em material do tipo aço inox maleável dentística forma de apresentação rolo com 50cm.	Und.	12
173	MATRIZ DE AÇO 07 mm – especificações técnicas mínimas fabricada em material do tipo aço inox maleável dentística forma de apresentação rolo com 50cm.	Und.	12
174	MICRO APLICADOR DESCATARVEL FINO – especificações técnicas mínimas 1,5 mm, tubo easy shake dentística, microbrush, forma de apresentação em tubo embalagem com 100 unidades.	Caixa	25
175	MICRO APLICADOR DESCATARVEL REGULAR – especificações técnicas mínimas 2,0 mm, tubo easy shake dentística, microbrush, forma de apresentação em tubo embalagem com 100 unidades.	Caixa	25



176	MOLDEIRA DUPLA DESCARTÁVEL PARA FLÚOR TAMANHO MÉDIO – De poliestireno com revestimento de espuma de poliuretano, para aplicação tópica de flúor gel, permite certa flexibilidade da moldeira, tornando mais fácil sua adaptação ao arco dental, contendo na embalagem externa os dados de identificação, procedência, número de registro na ANVISA, lote e validade. Embalagem contendo 100 unidades.	Pacote	5
177	MOLDEIRA DUPLA DESCARTÁVEL PARA FLÚOR TAMANHO PEQUENO – De poliestireno com revestimento de espuma de poliuretano, para aplicação tópica de flúor gel, permite certa flexibilidade da moldeira, tornando mais fácil sua adaptação ao arco dental, contendo na embalagem externa os dados de identificação, procedência, número de registro na ANVISA, lote e validade. Embalagem contendo 100 unidades.	Pacote	6
178	OBTURADOR PROVISÓRIO – Cimento temporário para preenchimento de cavidades dentárias, material de preenchimento de endurecimento químico, com coloração semelhante à do dente, radiopaco, para preenchimento temporário das cavidades dentárias. É um cimento a base de óxido de zinco/sulfato de zinco e é destinado para aplicações temporárias em curto prazo (para ser utilizado por, no máximo, 1 a 2 semanas). Não contém eugenol. Contendo na embalagem externa os dados de identificação, procedência, número de registro na ANVISA, lote e validade. Embalagem contendo 20g. Unidade.	Und.	5
179	ÓLEO LUBRIFICANTE PARA PEÇAS DE MÃO ODONTOLÓGICA (SPRAY) – Com elevado grau de pureza, fórmula que previne oxidações e lubrifica as partes móveis de instrumentos odontológicos, que suporte altas temperaturas (temperatura de esterilização) sem perder suas propriedades antioxidante e lubrificante. Óleo mineral de baixa viscosidade, não tóxico, lubrifica, limpa e protege peças de mão odontológicas, disponível para alta/baixa rotação, contendo na embalagem externa os dados de identificação, procedência, número de registro na ANVISA, lote e validade. Frasco contendo 200ml.	Frasco	5
180	OTOSPORIN – Hidrocortisona + sulfato de neomicina + sulfato de polimixina b-solução otológica, utilizada em odontologia para medicação intracanal, contendo na embalagem externa os dados de identificação, procedência, número de registro na ANVISA, lote e validade. Frasco contendo 10ml.	Frasco	2
181	OZE LÍQUIDO – Cimento óxido de zinco e eugenol tipo II (líquido), composição: eugenol 70%, óleo de oliva ou algodão, ácido acético. Apresentação 01 frasco do líquido com 15mL, contendo na embalagem externa os dados de identificação, procedência, número de registro na ANVISA, lote e validade.	Und.	2
182	OZE PÓ – Cimento óxido de zinco e eugenol tipo II (pó), composição: óxido de zinco 70%, óxido de magnésio, resina hidrogenada, sais de zinco, colofônia e/ou mica. Apresentação 01 frasco do pó com 38g, contendo na embalagem externa os dados de identificação, procedência, número de registro na ANVISA, lote e validade.	Und.	2



183	PAPEL CARBONO PARA ARTICULAÇÃO – Embalagem com 12 folhas na cor azul, contendo na embalagem externa os dados de identificação, procedência, lote e validade.	Und.	12
184	PASTA PARA POLIMENTO 02g – especificações técnicas mínimas fabricada em material do tipo diamante micronizado de granulação extrafina ingredientes atóxicos solúvel em água viscosidade média seringas com 02g.	Und.	5
185	PARAMONOCLOROFENOL CANFORADO – Líquido incolor ou amarelo claro, com aroma característico de cânfora, possui propriedades antissépticas do fenol e do cloro, com amplo espectro antibacteriano, volátil, contendo na embalagem externa os dados de identificação, procedência, número de registro na ANVISA, lote e validade. Frasco contendo 20 ml.	Frasco	2
186	PASTA PROFILÁTICA ODONTOLÓGICA – Pasta de polimento inicial, sabor artificial, com flúor para uso adulto e pediátrico, pode ser aplicado com escova de robinson ou com taças de borracha, contendo na embalagem externa os dados de identificação, procedência, número de registro na ANVISA, lote e validade. Embalagem contendo 90g.	Embalagem	7
187	PASTILHA EVIDENCIADORA DE PLACA – Para evidenciar a presença das placas bacterianas, fórmula contendo fucsina básica auxilia na visualização da placa, propiciando uma cor avermelhada identificando sua presença, mesmo em dentes aparentemente limpos, permite melhor prevenção da cárie, melhor higiene bucal dos pacientes, apresentado em pastilha que dilui com saliva, de fácil remoção, indicado para crianças, adolescentes e adultos, contendo na embalagem externa os dados de identificação, procedência, número de registro na ANVISA, lote e validade. Embalagem com 120 pastilhas.	Embalagem	12
188	PEDRA PARA AFIAR – Pedra retangular tipo arkansas, contendo na embalagem externa os dados de identificação, procedência, lote e validade.	Embalagem	2
189	PEDRA POMES EM PÓ – Composto de pó abrasivo extrafino de cor acinzentada, de baixa densidade e peso, utilizada na limpeza e polimento do esmalte dentário, ouro coesivo, amálgama e resina acrílica, contendo na embalagem externa os dados de identificação, procedência, lote e validade. Embalagem contendo 100g. Unidade.	Und.	5
190	PONTA DE PAPEL ABSORVENTE 15 A 40 – Deve oferecer rigidez adequada, base de papel filtro, possuir alta resistência à desintegração, perfeita conformação e estandartização nos calibres ISO e adequada absorção, contendo na embalagem externa os dados de identificação, procedência, lote e validade. Validade mínima de 75% do total de sua estabilidade. Embalagem contendo 120 unidades.	Embalagem	7
191	PONTA DE PAPEL ABSORVENTE 45 A 80 – Deve oferecer rigidez adequada, base de papel filtro, possuir alta resistência à desintegração, perfeita conformação e estandartização nos calibres ISO e adequada absorção, contendo na embalagem externa os dados de identificação, procedência,	Embalagem	7



	lote e validade. Validade mínima de 75% do total de sua estabilidade. Embalagem contendo 120 unidades.		
192	PONTA PARA CÂNULA DE ASPIRAÇÃO – Ponta para cânula de aspiração Nº 40-20. Unidade.	Und.	12
193	PASTA PARA TRATAMENTO DE ALVEOLITE 10g – especificações técnicas mínimas possui própolis em sua composição e isento de eugenol, forma de apresentação frasco de 10g.	Und.	5
194	POSICIONADOR DE FILME RADIOGRÁFICO ADULTO – especificações técnicas mínimas peças desmontáveis e reversíveis que alternam posições dentes posteriores alternam-se com superiores e inferiores conforme colocado mesma reversão ocorre para os dentes anteriores autoclavável até 134° C, caixa com 04 posicionador 01 pote de armazenamento e 3 dispositivos de mordida.	Caixa	0
195	PRENDEDOR DE BABADOR DO TIPO JACARE – especificações técnicas mínimas com corrente metálica produzido em aço inoxidável AISI 420, autoclavável forma de apresentação embalagem individual.	Und.	2
196	REMOVEDOR DE MANCHAS EXTRINSECAS – e indicado para remoção de manchas e tártaro dentário, que são placas mineralizadas ocasionadas principalmente por falta de higienização e prevenção.	Und.	2
197	REGUA ENDODÔNTICA CALIBRADORA – especificações técnicas mínimas milimetrada controle de calibração canaleta inferior única que confecciona cones intermediários produzida em polímero de alta performance leve e resistente ao contato com substância químicas calibrador em metal esterilizável em estufa ou autoclave garantia de biossegurança forma de apresentação embalagem individual.	Und.	2
198	RESINA FLOW FOTOPOLIMERIZÁVEL A3 - especificações técnicas mínimas resinas de nano partículas (nanotecnologia) fluida composta por cerâmica sinalizada tratada UDMA bisema bisnaga benzotriazol dimetacrilato substituída tegdma fuoreto de itérbio consistência fluida baixa tensão alta radio capacidade cor A3 embalagem com uma seringa de 2g e 20 pontas aplicadores.	Und.	12
199	RESINA FLOW FOTOPOLIMERIZÁVEL A3,5 - especificações técnicas mínimas resinas de nano partículas (nanotecnologia) fluida composta por cerâmica sinalizada tratada UDMA bisema bisnaga benzotriazol dimetacrilato substituída tegdma fuoreto de itérbio conststencia fluida baixa tensão alta radio capacidade cor A3 embalagem com uma seringa de 2g e 20 pontas aplicadores.	Und.	12



200	RESINA COMPOSTA FOTOPOLIMERIZÁVEL A1 – Compósito fotopolimerizável, radiopaco indicado para restaurações anteriores e posteriores, possui carga inorgânica de zircônia/sílica, conteúdo da carga inorgânica de 66 % em volume e 84,5 % em peso, com tamanho médio de partícula de 0,6 micrômetros. Composição: matriz orgânica: bis-gma e tegdma, matriz inorgânica: zircônia/sílica, contendo na embalagem externa os dados de identificação, procedência, número de registro na Anvisa, lote e validade. Embalagem contendo 04g.	Und.	4
201	RESINA COMPOSTA FOTOPOLIMERIZÁVEL A2 – Compósito fotopolimerizável, radiopaco indicado para restaurações anteriores e posteriores, possui carga inorgânica de zircônia/sílica, conteúdo da Carga inorgânica de 66 % em volume e 84,5 % em peso, com tamanho médio de partícula de 0,6 micrômetros. Composição: matriz orgânica: bis-gma e tegdma, matriz inorgânica: zircônia/sílica, contendo na embalagem externa os dados de identificação, procedência, número de registro na Anvisa, lote e validade. Embalagem contendo 04g.	Und.	5
202	RESINA COMPOSTA FOTOPOLIMERIZÁVEL A3 – Compósito fotopolimerizável, radiopaco indicado para restaurações anteriores e posteriores, possui carga inorgânica de zircônia/sílica, conteúdo da Carga inorgânica de 66 % em volume e 84,5 % em peso, com tamanho médio de partícula de 0,6 micrômetros. Composição: matriz orgânica: bis-gma e tegdma, matriz inorgânica: zircônia/sílica, contendo na embalagem externa os dados de identificação, procedência, número de registro na Anvisa, lote e validade. Embalagem contendo 04g. Similar Z250.	Und.	7
203	RESINA COMPOSTA FOTOPOLIMERIZÁVEL A3,5 – Compósito fotopolimerizável, radiopaco indicado para restaurações anteriores e posteriores, possui carga inorgânica de zircônia/sílica, conteúdo da carga inorgânica de 66 % em volume e 84,5 % em peso, com tamanho médio de partícula de 0,6 micrômetros. Composição: matriz orgânica: bis-gma e tegdma, matriz inorgânica: zircônia/sílica, contendo na embalagem externa os dados de identificação, procedência, número de registro na Anvisa, lote e validade. Embalagem contendo 04g. similar Z250.	Und.	12
204	RESINA FOTOPOLIMERIZADOR Nº A3,5 – especificações técnicas mínimas matrizes orgânicas bisnagam, udma, bis-gma e canforoquinona, a carga inorgânica 100% zircônia/sílica parte inorgânica zircônia/sílica com 82% em peso (60% em volume), Z250, tamanho médio das partículas é de 0,6 1/4m, forma de apresentação embalagem com 04g – similar Z250.	Und.	2
205	RESINA COMPOSTA FOTOPOLIMERIZÁVEL B1 – Compósito fotopolimerizável, radiopaco indicado para Restaurações anteriores e posteriores, possui carga inorgânica de zircônia/sílica, conteúdo da Carga inorgânica de 66 % em volume e 84,5 % em peso, com tamanho médio de partícula de 0,6Micrômetros. Composição: matriz orgânica: bis-gma e tegdma, matriz inorgânica: zircônia/sílica, contendo na embalagem externa os dados de identificação, procedência, número de registro na Anvisa, lote e validade. Embalagem contendo 04g.	Und.	2



206	RESINA COMPOSTA FOTOPOLIMERIZÁVEL B2 – Compósito fotopolimerizável, radiopaco indicado para restaurações anteriores e posteriores, possui carga inorgânica de zircônia/sílica, conteúdo da Carga inorgânica de 66 % em volume e 84,5 % em peso, com tamanho médio de partícula de 0,6 micrômetros. Composição: matriz orgânica: bis-gma e tegdma, matriz inorgânica: zircônia/sílica, contendo na embalagem externa os dados de identificação, procedência, número de registro na Anvisa, lote e validade. Embalagem contendo 04g. similar Z250.	Und.	4
207	RESINA COMPOSTA FOTOPOLIMERIZÁVEL B3 – Compósito fotopolimerizável, radiopaco indicado para Restaurações anteriores e posteriores, possui carga inorgânica de zircônia/sílica, conteúdo da Carga inorgânica de 66 % em volume e 84,5 % em peso, com tamanho médio de partícula de 0,6 Micrômetros. Composição: matriz orgânica: bis-gma e tegdma, matriz inorgânica: zircônia/sílica, contendo na embalagem externa os dados de identificação, procedência, número de registro na Anvisa, lote e validade. Embalagem contendo 04g.	Und.	4
208	RESINA COMPOSTA FOTOPOLIMERIZÁVEL D2 – Compósito fotopolimerizável, radiopaco indicado para restaurações anteriores e posteriores, possui carga inorgânica de zircônia/sílica, conteúdo da carga inorgânica de 66 % em volume e 84,5 % em peso, com tamanho médio de partícula de 0,6 micrômetros. Composição: matriz orgânica: bis-gma e tegdma, matriz inorgânica: zircônia/sílica, contendo na embalagem externa os dados de identificação, procedência, número de registro na Anvisa, lote e validade. Embalagem contendo 04g.	Und.	2
209	RESINA COMPOSTA FOTOPOLIMERIZÁVEL D3 – Compósito fotopolimerizável, radiopaco indicado para restaurações anteriores e posteriores, possui carga inorgânica de zircônia/sílica, conteúdo da carga inorgânica de 66 % em volume e 84,5 % em peso, com tamanho médio de partícula de 0,6 micrômetros. Composição: matriz orgânica: bis-gma e tegdma, matriz inorgânica: zircônia/sílica, contendo na embalagem externa os dados de identificação, procedência, número de registro na Anvisa, lote e validade. Embalagem contendo 04g.	Und.	2
210	RESINA COMPOSTA FOTOPOLIMERIZÁVEL D3,5 – Compósito fotopolimerizável, radiopaco indicado para restaurações anteriores e posteriores, possui carga inorgânica de zircônia/sílica, conteúdo da carga inorgânica de 66 % em volume e 84,5 % em peso, com tamanho médio de partícula de 0,6 micrômetros. Composição: matriz orgânica: bis-gma e tegdma, matriz inorgânica: zircônia/sílica, contendo na embalagem externa os dados de identificação, procedência, número de registro na Anvisa, lote e validade. Embalagem contendo 04g.	Und.	2
211	REVELADOR RADIOLÓGICO - Tipo: solução aquosa pronta P/ uso Aplicação: para processamento manual. Descrição complementar: processamento manual de filmes radiográficos dentais intraorais, sendo composto de água, dietileno glicol, hidroquinona e carbonato de potássio. descritivo complementar: revelador odontológico - indicado para o processamento manual de filmes radiográficos dentais intraorais, sendo composto de	Frasco	25



	água, dietileno glicol, hidroquinona e carbonato de potássio. deve conter registro na Anvisa e no rótulo apresentar lote, data de fabricação e validade. Apresentação: Frasco 475 mililitros.		
212	SELANTE POLIMERIZÁVEL – Que permita aplicações fáceis, mais precisas e rápidas, minimizando a necessidade de ajustes na oclusão após a aplicação, maior durabilidade, possibilitando o uso nas técnicas tradicionais e na técnica invasiva, libera flúor, possui 50% em peso de cargas inorgânicas, contendo na embalagem externa os dados de identificação, procedência, número de registro na ANVISA, lote e validade. Embalagem contendo 2g.	Und.	12
213	SERINGA PARA IRRIGAÇÃO COM PONTAS – Seringa de plástico hipodérmica, descartável e transparente de 5mL. Com rosca luer lock para uma fixação segura da ponta. Indicada para irrigar e aplicar soluções. Sem agulha. Embalagem com 10 unidades.	Und.	20
214	SODA CLORADA 2,5% – Solução de hipoclorito de sódio à 2,5%, altamente bactericida, está indicada para a instrumentação e irrigação de canais radiculares, contendo na embalagem externa os dados de identificação, procedência, lote e validade. Embalagem contendo 01 litro.	Frasco	5
215	SOLUÇÃO HEMOSTÁTICA TÓPICA – À base de cloreto de alumínio, indicada para uso em pequenas cirurgias e nos casos em que um controle de sangramento se faz necessário, sem epinefrina, contendo na embalagem externa os dados de identificação, procedência, número de registro na ANVISA, lote e validade. Embalagem contendo 10 ml.	Embalagem	5
216	SPRAY REFRIGERANTE PARA VITALIDADE PULPAR – Temperatura 50°C para congelamento de pellets e rolos de algodão, além de esfriar materiais de impressão com tubo de aplicação, maior precisão, inodoro e atóxico, contendo na embalagem externa os dados de identificação, procedência, número de registro na ANVISA, lote e validade. Embalagem com 200ml.	Embalagem	2
217	SUGADOR CIRÚRGICO DESCARTÁVEL ESTÉRIL – Produto esterilizado em óxido de etileno, fabricado em resina abs, descartável, ponteira removível, contendo na embalagem externa os dados de identificação, procedência, número de registro na ANVISA, lote e validade. Pacote contendo 20 unidades.	Caixa	12
218	SUGADOR ODONTOLÓGICO DESCARTÁVEL – Tubo e ponteira atóxicos, arame em aço especial, desenvolvido para fixação imediata na posição desejada pelo profissional, ponteira macia e aromatizada, contendo na embalagem externa os dados de identificação, procedência, número de registro na ANVISA, lote e validade. Pacote contendo 40 unidades.	Pacote	100
219	SUGADOR ENDODONTICO – Especificações mínimas, fabricado em material de pvc, transparente atóxico, descartável número de registro na ANVISA, lote e validade. Pacote contendo 20 unidades.	Pacote	12



220	TAÇA DE BORRACHA PARA PROFILAXIA – Utilizada em contra ângulo, com excelente flexibilidade. Necessária para obtenção do melhor desempenho, cor branca, contendo na embalagem externa os dados de identificação, procedência, número de registro na ANVISA, lote e validade.	Und.	15
221	TIRAS DE LIXA PARA AMÁLGAMA – Revestimento abrasivo (grãos fixados galvanicamente) no aço inox. Extremamente estável, tamanho de 4 mm, espessura de 0,15 mm, contendo na embalagem externa os dados de identificação, procedência, número de registro na Anvisa, lote e validade.	Embalagem	12
222	TIRAS DE LIXA PARA RESINA COMPOSTA – Granulação médio/grossa, abrasivo, à base de óxido de alumínio E costado de poliéster, centro neutro, tamanho de 4 x 170 mm cada, contendo na embalagem externa Os dados de identificação, procedência, número de registro na Anvisa, lote e validade. Embalagem contendo 50 unidades.	Embalagem	12
223	TOP DAM – Resina fotopolimerizável que substitui o dique de borracha (isolamento absoluto) em alguns casos, onde o isolamento relativo da gengiva é suficiente.	Und.	7
224	TRICRESOL FORMALINA – Antisséptico, desinfetante para canais radiculares, que alia as propriedades do formaldeído com orto-cresol, contendo na embalagem externa os dados de identificação, Procedência, número de registro na Anvisa, lote e validade. Embalagem contendo 10 ml.	Embalagem	5
225	TESTE BIOLÓGICO PARA AUTOCLAVE – Especificação: composto por uma tira de papel contendo uma população microbiana mínima de 100.000 esporos secos e calibrados de geobacillus stearothermophilus (ATCC 7953 com certificado de qualidade assegurada) ampola de vidro quebrável contendo o meio de cultura (caldo nutriente) com indicador de Ph.	Caixa	5
226	VASELINA SÓLIDA – Massa semissólida, cor branca levemente amarelada, contendo na embalagem externa os dados de identificação, procedência, número de registro na ANVISA, lote e validade. Embalagem contendo 500g.	Und.	2
227	VERNIZ COM FLÚOR (KIT) – Permite contato prolongado do flúor com o esmalte, contendo na Embalagem externa os dados de identificação, procedência, número de registro na Anvisa, lote e Validade. Kit contendo 01 frasco de verniz com 10 ml e 01 frasco de solvente com 10 ml.	Und.	5

II – Justificativa pela estratégia de contratação: a contratação do referido objeto por meio do processo licitatório permite realizarmos os procedimentos necessários quanto a transparência, competitividade e os aspectos legais do processo jurídico, a luz da escolha mais vantajosa respeitando-se a adequação orçamentária do município e a Administração Pública. Em consequência, a futura e eventual contratação compreende-se como demanda específica, objetiva e



essencial, principalmente para o atingimento da prestação de serviços de excelência, realizados pela Secretaria Municipal de Saúde e um de seus núcleos principais, compreendido pela Assistência Bucal e atendimentos, oferecendo aos pacientes condições adequadas de tratamento e cuidado bucal, bem-estar e eficiência quanto aos acompanhamentos realizados. Destaca-se, ademais, a necessidade dos itens dispostos em planilha quantitativa para as equipes de Saúde Bucal, visando a melhor perspectiva quanto a universalidade dos atendimentos e a coletividade, sendo as aquisições e disponibilidades estritamente de interesse público.

III – Melhor Solução: em consulta realizada juntamente a Comissão de Contratação seguindo, conjuntamente, os limites impostos pela Lei nº 14.133/21, em conjunto ao valor geral estimado da contratação, recomenda-se a realização da licitação por meio do Pregão Eletrônico, considerando a importância e urgência da contratação do referido objeto, bem como da necessidade na distribuição dos equipamentos e materiais a disposição dos profissionais de Saúde Bucal para tratamento dos pacientes. Neste íterim, compreende-se de forma inconcebível a importância da contratação, sobretudo por meio do Pregão Eletrônico, buscando agilizar os processos de aquisição de forma transparente e eficiente.

REQUISITOS DA CONTRATAÇÃO

Sustentabilidade:

1.7. Além dos critérios de sustentabilidade eventualmente inseridos no estudo técnico preliminar, a empresa deverá promover práticas ambientalmente amigáveis, como a reciclagem de materiais e programas de descarte responsável, entre outros.

Subcontratação

1.8. Não é admitida a subcontratação do objeto contratual.

Garantia da contratação

1.9. Não haverá exigência da garantia da contratação do artigo 96 da Lei nº 14.133, de 2021, pelas razões constantes do Estudo Técnico Preliminar.

MODELO DE EXECUÇÃO DO OBJETO

Condições de Entrega

1.10. O prazo de entrega do objeto descrito é de até 07 (sete) dias úteis, contados da data de envio da ordem de fornecimento da respectiva secretaria demandante. Para os licitantes de



outros estados, os prazos de entrega considerados são de, até, 20 (vinte) dias úteis, contados da data de envio do pedido de fornecimento. Os itens, descritos em planilha neste Termo de Referência, devem ser entregues conforme suas especificações, respeitando-se as autoridades competentes e certificações que garantam sua regularidade, aplicação e economia ambiental.

1.11. A contratada será responsável por todos os aspectos logísticos da entrega, incluindo transporte seguro e manuseio, sem custos adicionais a contratante. A entrega deverá ser realizada em local designado anteriormente e posteriormente neste documento, sendo feita de forma eficiente, pontual e, prioritariamente, segura, garantindo a integridade dos itens até o destino, conforme solicitação do órgão demandante.

1.12. Em caso de entrega não realizada de acordo aos prazos estabelecidos, a empresa deverá comunicar os motivos, razões e/ou circunstâncias com, pelo menos, 24 (vinte e quatro) horas de antecedência para que qualquer pleito seja analisado, considerando uma eventual prorrogação no prazo de entrega, ressalvadas situações de caso fortuito e força maior. Os relatórios deverão ser entregues, bem como os itens do objeto, no Setor Requisitante do respectivo órgão.

1.13. Os itens deverão ser fornecidos de acordo às necessidades da Secretaria Municipal de Saúde do município de Pariconha/AL, de forma parcelada/contínua, respeitando-se os aspectos de logísticas, prazos e condições de entrega.

Garantia, manutenção e assistência técnica

A Contratação de empresa especializada para fornecimento de equipamentos permanentes, instrumentais, correlatos e materiais de Odontologia, destinados à operacionalidade dos atendimentos de saúde bucal no Centro de Saúde e Unidades Básicas do município de Pariconha/AL, devem seguir as respectivas Leis e Normativas inerentes ao objeto da contratação, incluindo especificações sanitárias, cumprindo e atendendo os objetivos da Secretaria Municipal de Saúde de Pariconha/AL, visando o atendimento concreto da proposta e planejamento, sobretudo, atentando-se aos cuidados e atendimentos a população municipal. Os prazos de validade (itens específicos, descartando os equipamentos permanentes), embalagens, sustentabilidade e preservação dos itens devem ser observados, de forma íntegra, pelas empresas no momento do fornecimento, sendo de inteira responsabilidade desta a garantia, manutenção e assistência técnica, quando couber.

1.14. A contratante, em termos propostos alhures, deve considerar o retorno dos itens em caso de desconformidade técnica indicada em planilha descritiva. Deve-se considerar, ademais, em caso



de desconformidade dos prazos de validade acordados, embalagem violada, alteração de cor/odor ou produto com defeito.

1.15. Uma vez notificado, o contratado realizará a substituição dos itens/produtos/equipamentos que apresentarem vício ou defeito no prazo de até 7 (sete) dias contados a partir de retirada do item/produto das dependências da Secretaria Municipal de Saúde pelo contratado (para licitantes de outros estados, o prazo para troca será de 20 (vinte) dias úteis, pelas mesmas condições pactuadas).

1.16. O prazo indicado no subitem anterior, durante seu transcurso, poderá ser prorrogado uma única vez, por igual período, mediante solicitação escrita e justificada do contratado, aceita pelo contratante.

1.17. Na hipótese do subitem acima, o contratado deverá disponibilizar equipamento e/ou produtos equivalente, de especificação igual ou superior ao anteriormente fornecido, para utilização em caráter provisório pelo contratante, de modo a garantir a continuidade dos trabalhos administrativos durante a execução dos serviços pela Secretaria Municipal de Saúde.

1.18. Decorrido o prazo para substituições sem o atendimento da solicitação do contratante ou a apresentação de justificativas pelo contratado, fica o contratante autorizado a contratar empresa diversa para executar as devidas substituições ou ajustes do produto, bem como a exigir do contratado o reembolso pelos custos respectivos, sem que tal fato acarrete a perda da validade dos itens.

1.19. O custo referente ao transporte dos itens, cobertos pela garantia, será de responsabilidade do contratado, sem ônus a Administração Pública.

1.20. A garantia de entrega do objeto dentro dos prazos de validade do objeto tem prazo de vigência próprio e desvinculado daquele fixado no contrato, permitindo eventual aplicação de penalidades em caso de descumprimento de alguma de suas condições, mesmo depois de expirada a vigência contratual.

1.21. Para a perfeita execução do objeto deste contrato, aplica-se, no que couber, o Código de Defesa do Consumidor (CDC) – Lei nº 8.078/90.

REEQUILÍBRIO ECONÔMICO

10. Na hipótese de sobrevirem fatos imprevisíveis, ou previsíveis, porém de consequências incalculáveis, retardadores ou impeditivos da execução do ajustado, ou, ainda, em caso de força



maior, caso fortuito ou fato do príncipe, configurando área econômica extraordinária e extracontratual será aplicado Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA).

MODELO DE GESTÃO DO CONTRATO

1.22. O contrato deverá ser executado fielmente pelas partes, de acordo com as cláusulas avençadas e as normas da **Lei nº 14.133, de 2021**, e cada parte em questão será responsável por responder oficialmente e, legalmente, pelas consequências de sua inexecução total ou parcial.

1.23. As comunicações entre o órgão ou entidade e a contratada devem ser realizadas por escrito sempre que o ato exigir tal formalidade, admitindo-se o uso de mensagem eletrônica para esse fim.

1.24. O órgão ou entidade poderá convocar representante da empresa para adoção de providências que devam ser cumpridas de imediato.

1.25. Após a assinatura do contrato ou instrumento equivalente, o órgão ou entidade poderá convocar o (a) representante da empresa contratada para reunião inicial para apresentação do plano de fiscalização, que conterà informações acerca das obrigações contratuais, dos mecanismos de fiscalização, das estratégias para execução do objeto, do plano complementar de execução da contratada, quando houver, do método de aferição dos resultados e das sanções aplicáveis, dentre outros.

Fiscalização

1.26. A execução do contrato deverá ser acompanhada e fiscalizada pelo(s) fiscal(is) do contrato, ou pelos respectivos substitutos ([Lei nº 14.133, de 2021, art. 117, caput](#)).

1.27. O (a) fiscal acompanhará a execução do contrato, para que sejam cumpridas todas as condições estabelecidas no contrato, de modo a assegurar os melhores resultados para a Administração. (INSTRUÇÃO NORMATIVA MUNICIPAL 02/2024);

1.27.1. O (a) fiscal do contrato anotará no histórico de gerenciamento do contrato todas as ocorrências relacionadas à execução do contrato, com a descrição do que for necessário para a regularização das faltas ou dos defeitos observados. (INSTRUÇÃO NORMATIVA MUNICIPAL Nº 02/2024)

Gestor do Contrato

1.28. O gestor do contrato coordenará a atualização do processo de acompanhamento e fiscalização do contrato contendo todos os registros formais da execução no histórico de



gerenciamento do contrato, a exemplo da ordem de serviço, do registro de ocorrências, das alterações e das prorrogações contratuais, elaborando relatório com vistas à verificação da necessidade de adequações do contrato para fins de atendimento da finalidade da administração. (INSTRUÇÃO NORMATIVA MUNICIPAL Nº 02/2024).

1.29. O gestor do contrato acompanhará os registros realizados pelos fiscais do contrato, de todas as ocorrências relacionadas à execução do contrato e as medidas adotadas, informando, se for o caso, à autoridade superior àquelas que ultrapassarem a sua competência. (INSTRUÇÃO NORMATIVA MUNICIPAL Nº 02/2024).

1.30. O gestor do contrato acompanhará a manutenção das condições de habilitação da contratada, para fins de empenho de despesa e pagamento, e anotará os problemas que obstem o fluxo normal da liquidação e do pagamento da despesa no relatório de riscos eventuais (INSTRUÇÃO NORMATIVA MUNICIPAL Nº 02/2024).

1.31. O gestor do contrato tomará providências para a formalização de processo administrativo de responsabilização para fins de aplicação de sanções, a ser conduzido pela comissão de que trata o art. 158 da Lei nº 14.133, de 2021, ou pelo agente ou pelo setor com competência para tal, conforme o caso. (INSTRUÇÃO NORMATIVA MUNICIPAL Nº 02/2024).

1.32. O gestor do contrato deverá enviar a documentação pertinente ao setor financeiro para a formalização dos procedimentos de liquidação e pagamento, no valor dimensionado pela fiscalização e gestão nos termos do contrato.

CRITÉRIOS DE ENTREGA E DE PAGAMENTO

Recebimento

1.33. O fornecimento será recebido, juntamente com a nota fiscal ou instrumento de cobrança equivalente, por responsável pelo acompanhamento e fiscalização do contrato, para efeito de posterior verificação de sua conformidade com as especificações constantes no Termo de Referência e na proposta.

1.34. O fornecimento poderá ser rejeitado, no todo ou em parte, inclusive antes do recebimento quando em desacordo com as especificações constantes no Termo de Referência e na proposta, devendo ser substituídos no prazo de 02 (dois) dias, a contar da notificação da contratada, às suas custas, sem prejuízo da aplicação das penalidades.



1.35. O prazo para recebimento definitivo poderá ser excepcionalmente prorrogado, de forma justificada, por igual período, quando houver necessidade de diligências para a aferição do atendimento das exigências contratuais.

1.36. No caso de controvérsia sobre a execução do objeto, quanto à dimensão, qualidade e quantidade, deverá ser observado o teor do [art. 143 da Lei nº 14.133, de 2021](#), comunicando-se à empresa para emissão de Nota Fiscal no que pertence à parcela incontroversa da execução do objeto, para efeito de liquidação e pagamento.

1.37. O prazo para a solução, pelo contratado, de inconsistências na execução do objeto ou de saneamento da nota fiscal ou de instrumento de cobrança equivalente, verificadas pela Administração durante a análise prévia à liquidação de despesa, não será computado para os fins do recebimento definitivo.

1.38. O recebimento provisório ou definitivo não excluirá a responsabilidade civil pela solidez e pela segurança dos bens nem a responsabilidade ético-profissional pela perfeita execução do contrato.

Liquidação

1.39. Recebida a Nota Fiscal ou documento de cobrança equivalente, correrá o prazo de até 05 (cinco) dias para fins de liquidação, pelo fiscal de contrato, após atestada será encaminhada para a Secretaria demandante para solicitar a Secretaria Municipal de Finanças ou Setor Contábil (para os Fundos Municipais) a devida liquidação.

1.40. Para fins de liquidação, o setor competente deverá verificar se a nota fiscal ou instrumento de cobrança equivalente apresentado expressa os elementos necessários e essenciais do documento, tais como:

- 1.40.1. O prazo de validade;
- 1.40.2. A data da emissão;
- 1.40.3. Os dados do contrato e do órgão contratante;
- 1.40.4. O período respectivo de execução do contrato;
- 1.40.5. A Dotação Orçamentária;
- 1.40.6. O valor a pagar;
- 1.40.7. Eventual destaque do valor de retenções tributárias cabíveis; e



1.40.8. Informação do Processo Administrativo e a forma contratual.

1.41. Havendo erro na apresentação da nota fiscal ou instrumento de cobrança equivalente, ou circunstância que impeça a liquidação da despesa, esta ficará sobrestada até que o contratado providencie as medidas saneadoras, reiniciando-se o prazo após a comprovação da regularização da situação, sem ônus ao contratante.

1.42. A nota fiscal ou instrumento de cobrança equivalente deverá ser obrigatoriamente acompanhado da comprovação da regularidade fiscal, mediante consulta aos sítios eletrônicos oficiais ou à documentação mencionada no [art. 68 da Lei nº 14.133, de 2021](#).

1.43. Não havendo regularização ou sendo a defesa considerada improcedente, o contratante deverá comunicar aos órgãos responsáveis pela fiscalização da regularidade fiscal quanto à inadimplência do contratado, bem como quanto à existência de pagamento a ser efetuado, para que sejam acionados os meios pertinentes e necessários para garantir o recebimento de seus créditos.

1.44. Persistindo a irregularidade, o contratante deverá adotar as medidas necessárias à rescisão contratual nos autos do processo administrativo correspondente, assegurada ao contratado a ampla defesa.

Prazo de pagamento

1.45. O pagamento será efetuado no prazo de até 30 (trinta) dias, contados da finalização da liquidação da despesa.

1.46. No caso de atraso pelo Contratante, os valores devidos ao contratado serão atualizados monetariamente entre o termo final do prazo de pagamento até a data de sua efetiva realização, mediante aplicação do índice de correção monetária.

Forma de pagamento

1.47. O pagamento será realizado por meio de ordem bancária, para crédito em banco, agência e conta corrente indicado pelo contratado.

1.48. Será considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem bancária para pagamento.

1.49. Quando do pagamento, será efetuada a retenção tributária prevista na legislação aplicável.



1.49.1. Independentemente do percentual de tributo inserido na planilha, quando houver, serão retidos na fonte, quando da realização do pagamento, os percentuais estabelecidos na legislação vigente.

1.50. O contratado regularmente optante pelo Simples Nacional, nos termos da [Lei Complementar nº 123, de 2006](#), não sofrerá a retenção tributária quanto aos impostos e contribuições abrangidos por aquele regime. No entanto, o pagamento ficará condicionado à apresentação de comprovação, por meio de documento oficial, de que faz jus ao tratamento tributário favorecido previsto na referida Lei Complementar.

FORMA E CRITÉRIOS DE SELEÇÃO DO FORNECEDOR E FORMA DE FORNECIMENTO

Forma de seleção e critério de julgamento da proposta

1.51. O fornecedor será selecionado por meio da realização de procedimento de LICITAÇÃO, na modalidade PREGÃO ELETRÔNICO, sob a forma ELETRÔNICA, com adoção do critério de julgamento pelo MENOR PREÇO, de acordo com a consulta ao Agente de Contratação do Município.

1.52. O fornecimento do objeto será parcelado.

Exigências de habilitação

1.53. Para fins de habilitação, deverá o licitante comprovar os seguintes requisitos:

Habilitação jurídica

1.54. **Pessoa física:** cédula de identidade (RG) ou documento equivalente que, por força de lei, tenha validade para fins de identificação em todo o território nacional;

1.55. **Empresário individual:** inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva sede;

1.56. **Microempreendedor Individual - MEI:** Certificado da Condição de Microempreendedor Individual - CCMEI, cuja aceitação ficará condicionada à verificação da autenticidade no sítio <https://www.gov.br/empresas-e-negocios/pt-br/empreendedor>;

1.57. **Sociedade empresária, sociedade limitada unipessoal – SLU** ou sociedade identificada como empresa individual de responsabilidade limitada - EIRELI: inscrição do ato constitutivo, estatuto ou contrato social no Registro Público de Empresas Mercantis, a cargo da



Junta Comercial da respectiva sede, acompanhada de documento comprobatório de seus administradores;

1.58. **Sociedade empresária estrangeira:** portaria de autorização de funcionamento no Brasil, publicada no Diário Oficial da União e arquivada na Junta Comercial da unidade federativa onde se localizar a filial, agência, sucursal ou estabelecimento, a qual será considerada como sua sede, conforme Instrução [Normativa DREI/ME n.º 77, de 18 de março de 2020](#).

1.59. **Sociedade simples:** inscrição do ato constitutivo no Registro Civil de Pessoas Jurídicas do local de sua sede, acompanhada de documento comprobatório de seus administradores;

1.60. **Filial, sucursal ou agência de sociedade simples ou empresária:** inscrição do ato constitutivo da filial, sucursal ou agência da sociedade simples ou empresária, respectivamente, no Registro Civil das Pessoas Jurídicas ou no Registro Público de Empresas Mercantis onde opera, com averbação no Registro onde tem sede a matriz

1.61. **Sociedade cooperativa:** ata de fundação e estatuto social, com a ata da assembleia que o aprovou, devidamente arquivado na Junta Comercial ou inscrito no Registro Civil das Pessoas Jurídicas da respectiva sede, além do registro de que trata o [art. 107 da Lei nº 5.764, de 16 de dezembro 1971](#).

1.62. Os documentos apresentados deverão estar acompanhados de todas as alterações ou da consolidação respectiva.

Habilitação fiscal, social e trabalhista

1.63. Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas ou no Cadastro de Pessoas Físicas, conforme o caso;

1.64. Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, mediante apresentação de certidão expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), referente a todos os créditos tributários federais e à Dívida Ativa da União (DAU) por elas administrados, inclusive aqueles relativos à Seguridade Social, nos termos da Portaria Conjunta nº 1.751, de 02 de outubro de 2014, do Secretário da Receita Federal do Brasil e da Procuradora-Geral da Fazenda Nacional.

1.65. Prova de regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS);



- 1.66. Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa ou positiva com efeito de negativa, nos termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943;
- 1.67. Prova de inscrição no cadastro de contribuintes Estadual e Municipal relativo ao domicílio ou sede do fornecedor, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto contratual;
- 1.68. Prova de regularidade com a Fazenda Estadual e Municipal do domicílio ou sede do fornecedor, relativa à atividade em cujo exercício contrata ou concorre;
- 1.69. Caso o fornecedor seja considerado isento dos tributos Estadual e Municipal relacionados ao objeto contratual, deverá comprovar tal condição mediante a apresentação de declaração da Fazenda respectiva do seu domicílio ou sede, ou outra equivalente, na forma da lei.
- 1.70. O fornecedor enquadrado como microempreendedor individual que pretenda auferir os benefícios do tratamento diferenciado previstos na Lei Complementar n. 123, de 2006, estará dispensado da prova de inscrição nos cadastros de contribuintes estadual e municipal.

Qualificação Econômico-Financeira

- 1.71. Certidão negativa de insolvência civil expedida pelo distribuidor do domicílio ou sede do licitante, caso se trate de pessoa física, desde que admitida a sua participação na licitação ([art. 5º, inciso II, alínea “c”, da Instrução Normativa Seges/ME nº 116, de 2021](#)), ou de sociedade simples;
- 1.72. Certidão negativa de falência expedida pelo distribuidor da sede do fornecedor – ([Lei nº 14.133, de 2021, art. 69, caput, inciso II](#));
- 1.73. Balanço patrimonial, demonstração de resultado de exercício e demais demonstrações contábeis dos 2 (dois) últimos exercícios sociais, comprovando;
- 1.73.1. índices de Liquidez Geral (LG), Liquidez Corrente (LC), e Solvência Geral (SG) superiores a 1 (um);
- 1.73.2. As empresas criadas no exercício financeiro da licitação deverão atender a todas as exigências da habilitação e poderão substituir os demonstrativos contábeis pelo balanço de abertura.



1.73.3. Os documentos referidos acima limitar-se-ão ao último exercício no caso de a pessoa jurídica ter sido constituída há menos de 2 (dois) anos;

1.73.4. Os documentos referidos acima deverão ser exigidos com base no limite definido pela Receita Federal do Brasil para transmissão da Escrituração Contábil Digital - ECD ao Sped.

1.74. Caso a empresa licitante apresente resultado inferior ou igual a 1 (um) em qualquer dos índices de Liquidez Geral (LG), Solvência Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), será exigido para fins de habilitação patrimônio líquido mínimo de 1% do valor total estimado da contratação.

1.75. As empresas criadas no exercício financeiro da licitação deverão atender a todas as exigências da habilitação e poderão substituir os demonstrativos contábeis pelo balanço de abertura. (Lei nº 14.133, de 2021, art. 65, §1º).

1.76. O atendimento dos índices econômicos previstos neste item deverá ser atestado mediante declaração assinada por profissional habilitado da área contábil, apresentada pelo fornecedor.

Qualificação Técnica

1.77. Comprovação de aptidão para o fornecimento de bens similares de complexidade operacional equivalente ou superior com o objeto desta contratação, ou com o item pertinente, por meio da apresentação de certidões ou atestados, por pessoas jurídicas de direito público ou privado, ou regularmente emitido(s) pelo conselho profissional competente, quando for o caso.

1.77.1. Para fins da comprovação de que trata este subitem, os atestados deverão dizer respeito a contratos executados com as seguintes características mínimas:

1.77.1.1. Contratação de empresa especializada para fornecimento de equipamentos permanentes, instrumentais, correlatos e materiais de Odontologia.

1.77.2. Será admitida, para fins de comprovação de quantitativo mínimo, a apresentação e o somatório de diferentes atestados executados de forma concomitante.

1.77.3. Os atestados de capacidade técnica poderão ser apresentados em nome da matriz ou da filial do fornecedor.

1.77.4. O fornecedor disponibilizará todas as informações necessárias à comprovação da legitimidade dos atestados, apresentando, quando solicitado pela Administração, cópia do contrato



que deu suporte à contratação, endereço atual da contratante e local em que foi executado o objeto contratado, dentre outros documentos.

1.78. Caso admitida a participação de cooperativas, será exigida a seguinte documentação complementar:

1.78.1. A relação dos cooperados que atendem aos requisitos técnicos exigidos para a contratação e que executarão o contrato, com as respectivas atas de inscrição e a comprovação de que estão domiciliados na localidade da sede da cooperativa, respeitado o disposto nos [arts. 4º, inciso XI, 21, inciso I e 42, §§2º a 6º da Lei n. 5.764, de 1971](#);

1.78.2. A declaração de regularidade de situação do contribuinte individual – DRSCI, para cada um dos cooperados indicados;

1.78.3. A comprovação do capital social proporcional ao número de cooperados necessários à execução contratual;

1.78.4. O registro previsto na [Lei n. 5.764, de 1971, art. 107](#);

1.78.5. A comprovação de integração das respectivas quotas-partes por parte dos cooperados que executarão o contrato; e

1.78.6. Os seguintes documentos para a comprovação da regularidade jurídica da cooperativa: a) ata de fundação; b) estatuto social com a ata da assembleia que o aprovou; c) regimento dos fundos instituídos pelos cooperados, com a ata da assembleia; d) editais de convocação das três últimas assembleias gerais extraordinárias; e) três registros de presença dos cooperados que executarão o contrato em assembleias gerais ou nas reuniões seccionais; e f) ata da sessão que os cooperados autorizaram a cooperativa a contratar o objeto da licitação;

1.78.7. A última auditoria contábil-financeira da cooperativa, conforme dispõe o [art. 112 da Lei n. 5.764, de 1971](#), ou uma declaração, sob as penas da lei, de que tal auditoria não foi exigida pelo órgão fiscalizador.

ADEQUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

1.79. As despesas decorrentes da presente contratação correrão à conta de recursos próprios, destinados ao atendimento do objeto.

1.80. A dotação orçamentária para esta contratação está em Anexo.



Pariconha/AL, 24 de julho de 2026.

GIZELY TAYLLEN ALVES SÁ
Secretária Municipal de Saúde