

ATA FINAL

Fundação Inova Capixaba
Fundação Inova Capixaba
Pregão Eletrônico - 013/2025

Datas Relevantes

Publicado	Início de Propostas	Limite de Impugnação	Final de Propostas	Início da Sessão
27/01/2025 09:50	27/01/2025 10:00	03/02/2025 23:59	06/02/2025 10:00	06/02/2025 10:01

Dúvidas

Data Dúvida	Assunto	Data Resposta
04/02/2025 - 18:17:56	de Esclarecimento	04/02/2025 - 18:17:56



Dúvida: Solicitado: "POSSUIR AJUSTE DIGITAL DE POTÊNCIA COM PRECISAO/INCREMENTO DE 01 WATT (EXCETO NO MODO MICROBIPOLAR, QUE SERA DE 0,5 WATTS)"

O ajuste digital de potência com incrementos de 1 em 1 watt é uma configuração amplamente reconhecida por oferecer precisão, segurança e versatilidade. Essa configuração permite maior controle sobre os resultados cirúrgicos, otimizando os procedimentos e garantindo maior proteção ao paciente.

É importante destacar que, até 30 watts, os ajustes em incrementos de 1 em 1 watt são considerados modos precisos e adequados para atender às necessidades técnicas e operacionais. Para potências superiores a 30 watts, é prática comum o ajuste ser feito em incrementos de 5 em 5 watts, sem prejuízo à segurança ou ao desempenho.

Diante disso, sugerimos a possibilidade de aceitação da configuração que permita ajustes de 1 em 1 watt para potências de 0 a 30 watts em ambos os modos bipolares. Essa abordagem equilibra a precisão requerida pela especificação com a realidade técnica dos equipamentos disponíveis no mercado.

Solicitado: "POSSUIR POTENCIAS MINIMAS PARA CADA MODO DE OPERACAO: DE 400 WATTS PARA CORTE PURO, FORCADO E PULSADO;

No contexto atual, o uso de geradores com potência de 400W não é comum. Os equipamentos modernos, amplamente utilizados no mercado, possuem potência de 300W, mantendo eficiência superior na análise de bioimpedância. Essa evolução tecnológica permite resultados mais precisos e confiáveis, eliminando a necessidade de potências mais altas, anteriormente demandadas para compensar limitações do contato placa-paciente em dispositivos antigos.

Diante disso, sugerimos a possibilidade do aceite de geradores com potência mínima de 300W, alinhando a especificação técnica à realidade tecnológica atual e às práticas de mercado.

Solicitado: "POSSUIR PELO MENOS 04 MODOS DE COAGULACAO COM NO MINIMO 120 WATTS EM COAGULACAO MONOPOLAR"

O requisito solicita um equipamento que possua pelo menos 4 modos de coagulação, garantindo uma potência mínima de 120W na coagulação monopolar. O bisturi que estamos propondo apresenta 3 modos de coagulação, sendo que dois deles atendem plenamente à exigência de potência mínima:

Coagulação Pin-Point – 120W (Atende ao requisito de potência)

Coagulação Padrão – 120W (Atende ao requisito de potência)

Coagulação Spray – 80W

Diante disso, defendemos a aceitação do nosso equipamento com base nos seguintes argumentos:

O modo Coagulação Spray, que opera a 80W, tem características específicas e não exige 120W para ser funcional, pois sua aplicação clínica é distinta e voltada para uma coagulação mais superficial e difusa.

As principais marcas de bisturis eletrocirúrgicos do mercado trabalham com três modos de coagulação, demonstrando que esta é a configuração mais utilizada e suficiente para a maioria dos procedimentos.

Diante dos argumentos citados acima, solicitamos a possibilidade de aceite do equipamento ofertado.

Solicitado: "POTENCIAS MINIMAS PARA OS MODOS DE BIPOLAR, SENDO: 70(50) W PARA MICROBIPOLAR (PRECISAO DE AJUSTE/INCREMENTO DE 0,5 WATT PARA ESTE MODO), 200(90) WATTS PARA BIPOLAR, MACROBIPOLAR E CORTE BIPOLAR;"

Os avanços tecnológicos na área de equipamentos médicos têm permitido o desenvolvimento de geradores mais eficientes, que operam com potências menores sem comprometer o desempenho, a segurança ou a precisão das aplicações clínicas.

Diante disso, sugerimos a possibilidade do aceite dos seguintes ajustes nas potências especificadas, alinhando-as à capacidade dos equipamentos modernos:

Microbipolar: de 70W para 50W – Essa adequação reflete a evolução tecnológica, considerando que o bipolar moderno opera de maneira altamente eficiente em potências menores, especialmente para intervenções delicadas e precisas.

Macrobipolar: de 200W para 90W – Essa adequação reflete a evolução tecnológica, considerando que o bipolar moderno opera de maneira altamente eficiente em potências menores, especialmente para intervenções delicadas e precisas.

O ajuste digital de potência com incrementos de 1 em 1 watt é uma configuração amplamente reconhecida por oferecer precisão, segurança e versatilidade. Essa configuração permite maior controle sobre os resultados cirúrgicos, otimizando os procedimentos e garantindo maior proteção ao paciente.

É importante destacar que, até 30 watts, os ajustes em incrementos de 1 em 1 watt são considerados modos precisos e adequados para atender às necessidades técnicas e operacionais. Para potências superiores a 30 watts, é prática comum o ajuste ser feito em incrementos de 5 em 5 watts, sem prejuízo à segurança ou ao desempenho.

Diante disso, sugerimos a possibilidade de aceitação da configuração que permita ajustes de 1 em 1 watt para potências de 0 a 30 watts em ambos os modos bipolares. Essa abordagem equilibra a precisão requerida pela especificação com a realidade técnica dos equipamentos disponíveis no mercado.

Solicitado: "APRESENTAR MASSA/PESO DO GERADOR DE ATÉ 5,5 KG, ASSEGURANDO A MOBILIDADE DENTRO DA SALA CIRURGICA"

O requisito menciona massa/peso como um fator de mobilidade, mas como o gerador estará fixo no pedestal, seu peso não afeta a movimentação dentro da sala cirúrgica. O pedestal é projetado para suportar esse peso e manter a facilidade de transporte do conjunto.

O objetivo final do requisito é garantir que o gerador possa ser movido com facilidade dentro da sala cirúrgica.

Como o pedestal permite essa mobilidade sem esforço adicional, o equipamento atende à exigência funcional, mesmo com peso superior ao especificado.

Com isso, solicitamos a possibilidade de aceite de geradores que tenha até 9,8 kg, pois sua fixação em um pedestal garante que não há impacto na mobilidade dentro da sala cirúrgica, atendendo ao objetivo do requisito.

Resposta: A área demandante emitiu resposta quanto as dúvidas, no entanto, por ser extenso, não possui espaço para para resposta, sendo inserido ao PE na íntegra do documento.

03/02/2025 - 18:39:08

Item 1 - Bisturi Elétrico 400w

04/02/2025 - 18:18:06

Dúvida: Nós da CONMED DO BRASIL COMERCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA, interessado em participar do pregão 013/2025, gostaríamos de solicitar os esclarecimentos elencados no arquivo anexo.

Resposta: A área demandante emitiu resposta quanto as dúvidas, no entanto, por ser extenso, não possui espaço para para resposta, sendo inserido ao PE na íntegra do documento.

Lotes Licitados

Lote	Item	Descrição	V. Referência	Qtde	Unidade	Situação	Julgamento
0001							



0001	BISTURI ELETRICO MULTIFUNCIONAL PORTATIL; DESCRICAO COMPLETA CONFORME TERMO DE REFERENCIA (ANEXO I DO EDITAL).	74.967,69	2 UND	Homologado	Menor Preço
VALOR TOTAL ESTIMADO		149.935,38			

Documentos Anexados ao Processo

Data	Documento
27/01/2025 - 09:43	Edital nº 013-2025 - Aquisição de Bisturi Elétrico.pdf
27/01/2025 - 09:43	Publicação DIOES - Aviso de Licitação - PE 013-2025.pdf
27/01/2025 - 09:44	Publicação Jornal - Aviso de Licitação - PE 013-2025.pdf
04/02/2025 - 17:53	Resposta - Pedido de Esclarecimento - PE 013-2025 - ConMed.pdf
18/02/2025 - 11:33	Comunicado de desclassificação da 1ª colocada e convocação do próximo colocado1.pdf
24/03/2025 - 14:13	Comunicado de declarar vencedor 2ª colocada - PE 013-2025.pdf

Mensagens Enviadas pelo Pregoeiro

Data	Assunto	Frase
06/02/2025 - 10:34:27	Negociação aberta para o processo 013/2025	Você recebeu um novo pedido de negociação no lote 1 do processo 013/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
06/02/2025 - 10:54:12	Envio de Propostas Readequadas 013/2025	A data limite de envio de proposta readequada para o lote 0001 foi definida pelo pregoeiro para 07/02/2025 às 11:00.
06/02/2025 - 10:56:43	Documentos solicitados para o processo 013/2025	Foram solicitadas diligências no lote 0001 do processo 013/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
06/02/2025 - 10:57:17		Você recebeu uma nova proposta readequada no lote 0001 do processo 013/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
06/02/2025 - 10:58:40		Você recebeu um novo documento em resposta à diligência no lote 0001 do processo 013/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
06/02/2025 - 11:11:05		Você recebeu um novo documento em resposta à diligência no lote 0001 do processo 013/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
13/02/2025 - 09:39:02	Documentos solicitados para o processo 013/2025	Foram solicitadas diligências no lote 0001 do processo 013/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
17/02/2025 - 10:27:09	Documentos solicitados para o processo 013/2025	Foram solicitadas diligências no lote 0001 do processo 013/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
19/02/2025 - 09:21:19	Envio de Propostas Readequadas 013/2025	A data limite de envio de proposta readequada para o lote 0001 foi definida pelo pregoeiro para 20/02/2025 às 09:30.
19/02/2025 - 09:22:24	Documentos solicitados para o processo 013/2025	Foram solicitadas diligências no lote 0001 do processo 013/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
19/02/2025 - 10:07:30		Você recebeu um novo documento em resposta à diligência no lote 0001 do processo 013/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
19/02/2025 - 10:09:25		Você recebeu uma nova proposta readequada no lote 0001 do processo 013/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
27/02/2025 - 15:36:21	Documentos solicitados para o processo 013/2025	Foram solicitadas diligências no lote 0001 do processo 013/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
28/02/2025 - 14:40:16		Você recebeu um novo documento em resposta à diligência no lote 0001 do processo 013/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

Vencedores

ANGIOSUTURE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - Tipo: DEMAIS - LC123: Não - Documento 04.282.848/0001-01 - Endereço: R QUINZE DE NOVEMBRO - CEP: 29101045 - UF: ES - Município: - Telefone: (27) 3320-0555

Lote	Item	Produto	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Melhor Lance	Valor Total
0001		LOTE 001					



0001	BISTURI ELETRICO MULTIFUNCIONAL PORTATIL; DESCRIÇÃO COMPLETA CONFORME TERMO DE REFERENCIA (ANEXO I DO EDITAL).	SS-501 SX WEM WEM	2 UND	R\$ 29.000,00	R\$ R\$ 58.000,00
TOTAL DO LOTE					R\$ 58.000,00
TOTAL DO VENCEDOR					R\$ 58.000,00

Declarações Obrigatórias

Título	Declaração
Declaração de conhecimento do Edital	Declaro que estou ciente e concordo com as condições contidas no edital e seus anexos, bem como de que cumprio plenamente os requisitos de habilitação definidos no edital.
Declaração de reserva de cargos	Declaro cumprir as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitado da Previdência Social, previstas em lei e em outras normas específicas.
Declaração de proposta econômica	Sob pena de desclassificação, declaro que minhas propostas econômicas compreendem a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega das propostas.
Declaração de Não-Emprego de menores	Declaro para fins do inciso XXXIII do artigo 7º da Constituição Federal, com redação dada pela Emenda Constitucional, nº 20/98, que não emprega menores de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e de que qualquer trabalho a menores de 16 anos.
Declaração de Não-Emprego de trabalho degradante	Declaro não possuir em sua cadeia produtiva, empregados executando trabalho degradante ou forçado, nos termos do inciso III e IV do art.1º e no inciso III do art.5º da Constituição Federal.
Declaração de Acessibilidade	Declaro que, conforme disposto no art. 93 da Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991, estou ciente do cumprimento da reserva de cargos prevista em lei para pessoa com deficiência ou para reabilitado da Previdência Social e que, se aplicado ao número de funcionários da minha empresa, atendo às regras de acessibilidade previstas na legislação.
Declaração de Inexistência de Fato Superveniente	Declaro sob as penas da lei, que até a presente data inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no presente processo licitatório, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.

* As declarações supracitadas foram aceitas por todos os participantes.

Propostas Enviadas

LOTE 0001 - ITEM 0001 - BISTURI ELETRICO MULTIFUNCIONAL PORTATIL; DESCRIÇÃO COMPLETA CONFORME TERMO DE REFERENCIA (ANEXO I DO EDITAL).

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
RTS RIO S/A	04.050.750/0001-29	05/02/2025 - 14:12:11	SYSTEM 2450	CONMED	2	R\$74.967,69	R\$ 149.935,38	Não
Pesenti e Pelais	02.776.642/0001-02	05/02/2025 - 16:58:59	BARRAFAB /LE3	BARRAFAB /LE3	2	R\$75.000,00	R\$ 150.000,00	Sim
PLG DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	34.444.108/0001-95	05/02/2025 - 18:03:54	DELTRONIX	DELTRONIX	2	R\$74.967,69	R\$ 149.935,38	Sim
FOCCUS DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS LTDA	40.618.304/0001-31	06/02/2025 - 00:02:45	DELTRONIX	TC4	2	R\$74.950,00	R\$ 149.900,00	Sim
Barrfab Ind. Com. Imp. Exp. de Equip. Hosp. Ltda	02.836.248/0001-12	06/02/2025 - 08:26:38	LE4	BARRFAB	2	R\$74.000,00	R\$ 148.000,00	Não
ANGIOSUTURE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	04.282.848/0001-01	06/02/2025 - 08:36:59	SS-501 SX WEM	WEM	2	R\$74.000,00	R\$ 148.000,00	Não

Validade das Propostas

Fornecedor	CPF/CNPJ	Validade (conforme edital)
Barrfab Ind. Com. Imp. Exp. de Equip. Hosp. Ltda	02.836.248/0001-12	120 dias
RTS RIO S/A	04.050.750/0001-29	120 dias
Pesenti e Pelais	02.776.642/0001-02	120 dias
PLG DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	34.444.108/0001-95	120 dias
ANGIOSUTURE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	04.282.848/0001-01	120 dias
FOCCUS DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS LTDA	40.618.304/0001-31	120 dias

Lances Enviados

0001 - LOTE 001



Data	Valor	CNPJ	Situação
05/02/2025 - 14:12:11	149.935,38 (proposta)	04.050.750/0001-29 - RTS RIO S/A	Válido
05/02/2025 - 16:58:59	150.000,00 (proposta)	02.776.642/0001-02 - Pesenti e Pelais	Válido
05/02/2025 - 18:03:54	149.935,38 (proposta)	34.444.108/0001-95 - PLG DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	Válido
06/02/2025 - 00:02:45	149.900,00 (proposta)	40.618.304/0001-31 - FOCCUS DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS LTDA	Cancelado - Conforme solicitação informada no chat 18/02/2025 11:35:07
06/02/2025 - 08:26:38	148.000,00 (proposta)	02.836.248/0001-12 - Barrfab Ind. Com. Imp. Exp. de Equip. Hosp. Ltda	Válido
06/02/2025 - 08:36:59	148.000,00 (proposta)	04.282.848/0001-01 - ANGIOSUTURE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	Válido
06/02/2025 - 10:08:06	147.999,99	40.618.304/0001-31 - FOCCUS DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS LTDA	Cancelado - Conforme solicitação informada no chat 18/02/2025 11:35:07
06/02/2025 - 10:10:17	146.000,00	04.050.750/0001-29 - RTS RIO S/A	Válido
06/02/2025 - 10:10:18	145.999,99	40.618.304/0001-31 - FOCCUS DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS LTDA	Cancelado - Conforme solicitação informada no chat 18/02/2025 11:35:07
06/02/2025 - 10:11:36	145.990,00	04.050.750/0001-29 - RTS RIO S/A	Válido
06/02/2025 - 10:11:41	145.989,99	40.618.304/0001-31 - FOCCUS DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS LTDA	Cancelado - Conforme solicitação informada no chat 18/02/2025 11:35:07
06/02/2025 - 10:17:17	146.000,00	34.444.108/0001-95 - PLG DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	Válido
06/02/2025 - 10:20:55	144.000,00	04.282.848/0001-01 - ANGIOSUTURE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	Válido
06/02/2025 - 10:21:00	143.999,99	40.618.304/0001-31 - FOCCUS DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS LTDA	Cancelado - Conforme solicitação informada no chat 18/02/2025 11:35:07
06/02/2025 - 10:22:10	144.000,00	34.444.108/0001-95 - PLG DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	Válido
06/02/2025 - 10:22:34	68.000,00	02.836.248/0001-12 - Barrfab Ind. Com. Imp. Exp. de Equip. Hosp. Ltda	Válido
06/02/2025 - 10:22:34	67.999,99	40.618.304/0001-31 - FOCCUS DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS LTDA	Cancelado - Conforme solicitação informada no chat 18/02/2025 11:35:07
06/02/2025 - 10:22:35	143.000,00	34.444.108/0001-95 - PLG DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	Válido
06/02/2025 - 10:23:15	68.000,00	04.282.848/0001-01 - ANGIOSUTURE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	Válido
06/02/2025 - 10:24:07	79.080,00	04.050.750/0001-29 - RTS RIO S/A	Válido
06/02/2025 - 10:24:17	82.000,00	34.444.108/0001-95 - PLG DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	Válido
06/02/2025 - 10:25:02	64.000,00	02.836.248/0001-12 - Barrfab Ind. Com. Imp. Exp. de Equip. Hosp. Ltda	Válido
06/02/2025 - 10:25:10	63.999,99	40.618.304/0001-31 - FOCCUS DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS LTDA	Cancelado - Conforme solicitação informada no chat 18/02/2025 11:35:07
06/02/2025 - 10:27:18	63.600,00	02.836.248/0001-12 - Barrfab Ind. Com. Imp. Exp. de Equip. Hosp. Ltda	Válido
06/02/2025 - 10:27:29	63.599,99	40.618.304/0001-31 - FOCCUS DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS LTDA	Cancelado - Conforme solicitação informada no chat 18/02/2025 11:35:07
06/02/2025 - 10:28:45	55.000,00 (lance oculto)	40.618.304/0001-31 - FOCCUS DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS LTDA	Cancelado - Conforme solicitação informada no chat 18/02/2025 11:35:07
06/02/2025 - 10:29:00	60.000,00 (lance oculto)	02.836.248/0001-12 - Barrfab Ind. Com. Imp. Exp. de Equip. Hosp. Ltda	Válido
06/02/2025 - 10:30:36	58.000,00 (lance oculto)	04.282.848/0001-01 - ANGIOSUTURE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	Válido

Arquivos Enviados pelos Fornecedores

Lote	Data/Hora	Enviado por	Arquivo
------	-----------	-------------	---------



Model	06/02/2025 - 10:58:40	40.618.304/0001-31 - FOCCUS DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS LTDA	DOC HAB.zip
Model	06/02/2025 - 11:11:05	40.618.304/0001-31 - FOCCUS DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS LTDA	Imagem do WhatsApp de 2025-02-06 à(s) 11.10.24_5fd032ae.jpg
Model	19/02/2025 - 10:07:30	04.282.848/0001-01 - ANGIOSUTURE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	HABILITACAO.zip
Model	28/02/2025 - 14:40:16	04.282.848/0001-01 - ANGIOSUTURE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	Arquivo Comprimido.zip

Inabilitados / Desclassificados

Data	Fornecedor	CNPJ	Detalhe
18/02/2025 - 11:35:07	FOCCUS DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS LTDA	40.618.304/0001-31	Item 0001 - LOTE 001
Desclassificação: Conforme solicitação informada no chat			

Intenções de Recurso, Recursos e Contrarrazões Prazos

Intenção de Recurso	Recurso	Contrarrazão
25/03/2025 - 14:43	--	--

Classificação Parcial

LOTE 0001 - LOTE 001

Classif.	Fornecedor	CPF/CNPJ	Situação ¹	Valor Global
1º	FOCCUS DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS LTDA	40.618.304/0001-31	Desclassificado	55.000,00
2º	ANGIOSUTURE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	04.282.848/0001-01	Arrematante	58.000,00
3º	Barrfab Ind. Com. Imp. Exp. de Equip. Hosp. Ltda	02.836.248/0001-12	Classificado	60.000,00
4º	RTS RIO S/A	04.050.750/0001-29	Classificado	79.080,00
5º	PLG DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	34.444.108/0001-95	Classificado	82.000,00
6º	Pesenti e Pelais	02.776.642/0001-02	Classificado	150.000,00

¹ Arrematante; Desclassificado; Inabilitado, Classificado e Rejeitado.

Chat

Data	Apelido	Frase
04/02/2025 - 17:53:09	Sistema	O Pregoeiro adicionou o arquivo (Resposta - Pedido de Esclarecimento - PE 013-2025 - ConMed.pdf) em 04/02/2025 às 17:53.
06/02/2025 - 10:03:24	Pregoeiro	Bom dia, Senhores Licitantes! Estamos iniciando mais um Pregão da FUNDAÇÃO INOVA CAPIXABA.
06/02/2025 - 10:04:20	Pregoeiro	Informo que, assim que concluirmos todas as disputas, iniciaremos as negociações dos lotes arrematados. Peço que aguardem e respondam as tentativas de negociação, ainda que a resposta seja negativa.
06/02/2025 - 10:04:32	Sistema	O processo está em fase de análise das propostas
06/02/2025 - 10:05:23	Pregoeiro	Informamos que tem participantes com propostas acima do valor admitido no edital, bem como com prazo de validade das propostas inferior ao estabelecido no edital, todavia, aceitaremos as propostas visando maior objetividade, no entanto, serão analisados posteriormente, e caso o licitante não apresente proposta até o estabelecido em edital, será desclassificadas.
06/02/2025 - 10:06:14	Sistema	As propostas foram analisadas e o processo foi aberto
06/02/2025 - 10:06:15	Sistema	No modo de disputa aberto e fechado a etapa de envio de lances da sessão pública terá duração de quinze minutos.
06/02/2025 - 10:06:15	Sistema	Encerrado o prazo previsto, o sistema encaminhará o aviso de fechamento iminente dos lances e, transcorrido o período de até dez minutos, aleatoriamente determinado, a recepção de lances será automaticamente encerrada.
06/02/2025 - 10:06:15	Sistema	Encerrado o prazo anterior, o sistema abrirá a oportunidade para que o autor da oferta de valor mais baixo e os autores das ofertas com valores até dez por cento superiores àquela possam ofertar um lance final e fechado em até cinco minutos, que será sigiloso até o encerramento deste prazo.
06/02/2025 - 10:06:49	Pregoeiro	Desejamos uma boa disputa neste lote e desde já agradecemos a participação.
06/02/2025 - 10:07:35	Sistema	O lote 0001 foi aberto pelo pregoeiro.
06/02/2025 - 10:07:35	Sistema	O lote 0001 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.



06/02/2025 - 10:07:55	Pregoeiro	Senhores licitantes, façam seus lances com atenção, pois poderá não haver tempo hábil para pedidos de cancelamentos dos lances efetuados errados.
06/02/2025 - 10:08:16	Pregoeiro	Agora é com vocês, deem seus lances.
06/02/2025 - 10:19:40	Pregoeiro	Reduza a margem de lucro, os valores podem ser menores que os lances ofertados.
06/02/2025 - 10:22:36	Sistema	O lote 0001 entrou em tempo aleatório.
06/02/2025 - 10:22:51	Pregoeiro	Senhores Licitantes, entramos no tempo randômico e a disputa pode encerrar a qualquer momento, deem seus lances.
06/02/2025 - 10:27:36	Sistema	Para o lote 0001, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10% superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 06/02/2025 às 10:32:37.
06/02/2025 - 10:32:37	Sistema	A fase de lances fechados do lote 0001 foi encerrada em 06/02/2025 às 10:32:37.
06/02/2025 - 10:32:37	Sistema	O lote 0001 foi encerrado.
06/02/2025 - 10:34:26	Sistema	O lote 0001 teve como arrematante FOCCUS DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS LTDA - ME com lance de R\$ 55.000,00.
06/02/2025 - 10:34:26	Sistema	Iniciada a fase de negociação.
06/02/2025 - 10:35:17	Sistema	A data limite para negociação foi definida pelo pregoeiro para 06/02/2025 às 10:37.
06/02/2025 - 10:36:12	Sistema	A data limite para negociação foi redefinida pelo pregoeiro para 06/02/2025 às 10:37.
06/02/2025 - 10:36:12	Sistema	Motivo: Devido o valor ofertado, não perguntaremos se a empresa teria como reduzir o valor ofertado.
06/02/2025 - 10:38:41	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0001 foi definida pelo pregoeiro para 06/02/2025 às 10:48.
06/02/2025 - 10:54:12	Sistema	A data limite de envio de proposta readequada para o lote 0001 foi definida pelo pregoeiro para 07/02/2025 às 11:00.
06/02/2025 - 10:56:43	Sistema	Foram solicitadas diligências para o lote 0001. O prazo de envio é até às 11:00 do dia 07/02/2025.
06/02/2025 - 10:56:43	Sistema	Motivo: Para encaminhar documentos de habilitação.
06/02/2025 - 10:57:17	Sistema	O lote 0001 recebeu uma nova proposta readequada.
06/02/2025 - 10:57:25	Sistema	O fornecedor anexou um novo arquivo à proposta readequada para o lote 0001.
06/02/2025 - 10:58:40	Sistema	A diligência do lote 0001 foi anexada ao processo.
06/02/2025 - 11:00:30	Sistema	O fornecedor anexou um novo arquivo à proposta readequada para o lote 0001.
06/02/2025 - 11:11:05	Sistema	A diligência do lote 0001 foi anexada ao processo.
13/02/2025 - 09:39:03	Sistema	Foram solicitadas diligências para o lote 0001. O prazo de envio é até às 10:00 do dia 14/02/2025.
13/02/2025 - 09:39:03	Sistema	Motivo: Para encaminhar: 1) proposta comercial retificada conforme o último lance ofertado; 2) Dados complementares conforme Anexo II.B do Edital; 3) Declaração de Exequibilidade; 4) CND de Falência e Concordata atualizada, uma vez que não conseguimos emitir nova. Obs - Emitido a CND de Estadual do ES, atualizadas as CND Municipal e de FGTS.
17/02/2025 - 10:26:36	Pregoeiro	Bom dia srs. licitantes, abriremos o prazo novamente para apresentação da documentação solicitada.
17/02/2025 - 10:27:10	Sistema	Foram solicitadas diligências para o lote 0001. O prazo de envio é até às 10:30 do dia 18/02/2025.
17/02/2025 - 10:27:10	Sistema	Motivo: Para encaminhar: 1) proposta comercial retificada conforme o último lance ofertado; 2) Dados complementares conforme Anexo II.B do Edital; 3) Declaração de Exequibilidade; 4) CND de Falência e Concordata atualizada, uma vez que não conseguimos emitir nova. Obs - Emitido a CND de Estadual do ES, atualizadas as CND Municipal e de FGTS.
17/02/2025 - 10:28:41	F. FOCCUS DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS	Documentação Lote 0001: Solicitamos a nossa desclassificação no referido item, após análise foi constatado que os lances ofertados, foram por valor unitário de cada item e não pelo lote
17/02/2025 - 10:29:24	F. FOCCUS DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS	Documentação Lote 0001: nossas sinceras desculpas por todo o transtorno causado, e afirmamos de que o mesmo não se prolongue, solicitamos nossa desclassificação
18/02/2025 - 11:33:55	Sistema	O Pregoeiro adicionou o arquivo (Comunicado de desclassificação da 1ª colocada e convocação do próximo colocado1.pdf) em 18/02/2025 às 11:33.
18/02/2025 - 11:35:07	Sistema	O fornecedor FOCCUS DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS LTDA foi desclassificado para o lote 0001 pelo pregoeiro.
18/02/2025 - 11:35:07	Sistema	Motivo: Conforme solicitação informada no chat
18/02/2025 - 11:35:07	Sistema	O lote 0001 tem como novo arrematante ANGIOSUTURE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA com lance de R\$ 58.000,00.
18/02/2025 - 11:37:04	Sistema	Foi aberta negociação para o lote 0001. O prazo é até às 16:00 do dia 18/02/2025.
18/02/2025 - 11:37:04	Sistema	Motivo: Prezados Sr. Licitante Arrematante, solicitamos informar da possibilidade de redução do valor ofertado para lote em questão.
18/02/2025 - 11:57:23	F. ANGIOSUTURE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES	Negociação Item 0001: Prezados, boa tarde! Infelizmente não temos margem para ofertar mais desconto. Nosso menor preço já ofertamos na disputa fechada.
19/02/2025 - 09:21:19	Sistema	A data limite de envio de proposta readequada para o lote 0001 foi definida pelo pregoeiro para 20/02/2025 às 09:30.
19/02/2025 - 09:22:24	Sistema	Foram solicitadas diligências para o lote 0001. O prazo de envio é até às 09:30 do dia 20/02/2025.
19/02/2025 - 09:22:24	Sistema	Motivo: Para encaminhar documentação de habilitação e qualificação técnica
19/02/2025 - 10:07:30	Sistema	A diligência do lote 0001 foi anexada ao processo.
19/02/2025 - 10:08:13	F. ANGIOSUTURE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES	Documentação Lote 0001: Prezados, Bom Dia!
19/02/2025 - 10:09:25	Sistema	O lote 0001 recebeu uma nova proposta readequada.
19/02/2025 - 10:10:10	F. ANGIOSUTURE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES	Documentação Lote 0001: Conforme solicitado, Segue anexo documentos de habilitacao e proposta.



27/02/2025 - 15:36:21	Sistema	Foram solicitadas diligências para o lote 0001. O prazo de envio é até às 15:45 do dia 28/02/2025.
27/02/2025 - 15:36:21	Sistema	Motivo: Para encaminhar Proposta comercial com validade de 120 dias, conforme previsto no item 3.14 do Edital, Dados Complementares - modelo do Anexo II.B do Edital e CND Estadual, não sendo da SIGEFES, bem como, Declaração que possui assistência técnica no estado do Espírito Santo, conforme item 15.3 do Anexo I do Edital (Termo de Referência), Declaração do valor de custo de vida anual do equipamento, apresentando os valores individuais das peças de manutenções preventivas, e sua periodicidade de aplicação, conforme item 15.4 do Anexo I do Edital (Termo de Referência) e Declaração de que a empresa possui logística reversa, sem ônus à CONTRATANTE, conforme item 15.7 do Anexo I do Edital (Termo de Referência).
28/02/2025 - 14:40:16	Sistema	A diligência do lote 0001 foi anexada ao processo.
28/02/2025 - 14:40:47	F. ANGIOSUTURE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES	Documentação Lote 0001: Prezados, boa tarde! Segue documentos conforme solicitado.
06/03/2025 - 11:55:39	Sistema	A proposta readequada enviada para o lote 0001 foi aprovada pelo Pregoeiro.
24/03/2025 - 14:13:59	Sistema	O Pregoeiro adicionou o arquivo (Comunicado de declarar vencedor 2ª colocada - PE 013-2025.pdf) em 24/03/2025 às 14:13.
24/03/2025 - 14:14:35	Pregoeiro	Informamos aos interessados que a empresa ANGIOSUTURE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA, inscrita no CNPJ nº 04.282.848/0001-01, apresentou documentação e proposta de acordo com o estabelecido no Edital, sendo avaliadas e consideradas adequadas conforme as exigências editalícias. E, em decorrência disso, em observância ao item 8.1 do Edital, no dia 25/03/2025, a partir das 14h30, a empresa será DECLARADA VENCEDORA deste certame, momento este que, nos termos do item 8, o rito de interposição de recursos será seguido. O processo encontra-se devidamente instruído, ficando assegurada vista imediata mediante pedido de credenciamento via sistema Edocs.
25/03/2025 - 14:32:39	Pregoeiro	Boa tarde, srs. licitantes, conforme previsto, continuaremos a sessão pública.
25/03/2025 - 14:33:44	Sistema	Para o lote 0001 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor ANGIOSUTURE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA.
25/03/2025 - 14:33:52	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0001 foi definida pelo pregoeiro para 25/03/2025 às 14:43.
25/03/2025 - 14:54:33	Sistema	A sessão foi finalizada e o processo foi encaminhado para adjudicação.
27/03/2025 - 14:58:43	Sistema	O Lote 0001 foi adjudicado por Gérson Macagnan.
27/03/2025 - 14:59:03	Sistema	O lote 0001 foi homologado por Gérson Macagnan.

Mudanças de Autoridade Competente

Nome	Alterado Em
Jorge Teixeira e Silva Neto	27/03/2025 - 14:53:33

Mudanças de Equipe de Apoio

Nome	Alterado Em
Maria Darivania Pereira de Lima	27/03/2025 - 14:53:33
Rozilene Ribeiro Ferreira de Abreu	27/03/2025 - 14:53:33
Maria Darivania Pereira de Lima	27/03/2025 - 14:53:33
Rozilene Ribeiro Ferreira de Abreu	27/03/2025 - 14:53:33
Maria Darivania Pereira de Lima	27/03/2025 - 14:54:02
Rozilene Ribeiro Ferreira de Abreu	27/03/2025 - 14:54:02

Brunna de Souza Ladeia Fortunato

Pregoeiro

Gérson Macagnan

Autoridade Competente

Maria Darivania Pereira de Lima

Apoio



Rozilene Ribeiro Ferreira de Abreu

Apoio

