

ANEXO I

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DOS EQUIPAMENTOS

CATMAT	EQUIPAMENTO	ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DO PRODUTO	UNIDADE	QUANT.
629417	Retinógrafo Portátil	<ul style="list-style-type: none"> • Modelo: Portátil. • Apresentar no mínimo: sensor de 12 MP. • Realizar retinografia colorida, red free e infravermelha. • Efetuar estéreo foto de disco óptico. • No segmento anterior: Fotodocumentação da superfície ocular e periocular com iluminação branca, azul cobalto e infravermelha. • Permitir reconhecer a posição correta e realizar o disparo automático da foto. • Possuir no mínimo 9 alvos internos de fixação para guiar o olhar do paciente nos exames da retina. Permitir o mapeamento periférico da retina. • Possuir estéreo de nervo óptico. Foco aproximado -20D a +20D por ajuste manual ou via auto-foco. • Deve ser capaz de sincronizar exames automaticamente, no formato DICOM, com servidores remotos utilizando os protocolos: FTP, SFTP, SMB e DICOMWEB. • Alimentação: Bateria interna recarregável. Carregador de bateria: bivolt automático 100 a 240V – 50/60Hz. • Deverão ser entregues com o produto todos os cabos, conectores, adaptadores e demais itens necessários ao perfeito funcionamento do produto ofertado. 	Unidade	4.999