

### Pregão Eletrônico

**Dados do Processo**

**Nº Processo** 006/2026      **Responsável** Prefeitura Municipal de Alto Boa Vista - MT

**Objeto**  
 REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE ANALISADOR BIOQUÍMICO PARA ATENDER A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ALTO BOA VISTA/MT PELO PERÍODO DE 01 ANO

**Dados Gerais**

<b>Situação</b> Aguardando Abertura	<b>Início Envio Propostas</b> 11/05/2026 - 13:00	<b>Fim Envio Propostas</b> 25/05/2026 - 12:59	<b>Pregoeiro</b> Cristiano Rubin Parizotto
<b>Modo de Disputa</b> Valor Unitário	<b>Exibir Valor de Referência</b> Sim	<b>Amparo legal</b> Lei 14.133/2021, Art. 28, I	

**Listagem de Lotes/Itens**

Lote	Item	Descrição	Un	Qtd	Unitário (R\$)	Total (R\$)
1	1	ANALISADOR AUTOMÁTICO DE BIOQUÍMICA, COM CAPACIDADE MÍNIMA DE PRODUÇÃO DE 240 TESTES FOTOMÉTRICOS POR HORA, UTILIZANDO METODOLOGIA DE PONTO FINAL, TEMPO FIXO E CINÉTICO POR FOTOMETRIA DE ABSORÇÃO E TURBIDIMETRIA, UTILIZAR LÂMPADA HALÓGENA-TUNGSTÊNIO E APRESENTAR NO MÍNIMO 12 COMPRIMENTOS DE ONDA ENTRE 340 E 800 NANÔMETROS. EQUIPAMENTO DEVE APRESENTAR DETECTOR DE NÍVEL DELÍQUIDOS, PROTEÇÃO CONTRA COLISÃO E AJUSTE AUTOMÁTICO DE PROFUNDIDADE DE PROBE. CAPACIDADE MÍNIMA DE 40 POSIÇÕES PARA AMOSTRAS SIMULTÂNEAS. O EQUIPAMENTO É VOLUME DE ASPIRAÇÃO DE AMOSTRA DE NO MÁXIMO 50 UL, UTILIZAREMOS AMOSTRAS DE SORO, PLASMA, URINA, FLUIDOS GÁSTRICOS, FLUIDOS PLEURAIS ELÍQUOR. POSSUIR CAPACIDADE DE NO MÍNIMO 40 POSIÇÕES REFRIGERADAS PARA REAGENTES SIMULTÂNEOS. O EQUIPAMENTO, E NO MÍNIMO 60 CUBETAS DE REAÇÃO ÓPTICA COM LAVAGEM AUTOMÁTICA PELO EQUIPAMENTO, SISTEMA DE MISTURA AUTÔNOMA. SISTEMA OPERACIONAL DEVERÁ SER SIMPLES, INTUITIVO E EM LÍNGUA PORTUGUESA, COM COMPUTADOR EMBUTIDO NA MÁQUINA. ETELA DE ALTA DEFINIÇÃO SENSÍVEL AO TOQUE DE NO MÍNIMO 12 POLEGADAS EMBUTIDAS. O ANALISADOR, EQUIPAMENTO QUE TRABALHE SEM COMPUTADORES CONVENCIONAIS AGREGADAS (CPU + MONITORES). O EQUIPAMENTO DEVE SER EM SISTEMA ABERTO (ACEITAR VÁRIAS MARCAS DE REAGENTES), REALIZAR CONTROLES DE QUALIDADE COM AVALIAÇÃO DE WESTGARD E CALIBRAÇÕES DE UM PONTO, DOIS PONTOS E VÁRIOS PONTOS. O EQUIPAMENTO DEVERÁ SER ENTREGUE COM TODOS OS PERIFÉRICOS NECESSÁRIOS PARA O FUNCIONAMENTO DO MESMO, TAIS COMO: MOUSE, TECLADO, MONITOR TOUCH SCREEN EMBUTIDO NA MÁQUINA. CPU EMBUTIDA NA MÁQUINA COM SISTEMA OPERACIONAL WINDOWS 10. O CONSUMO DE ÁGUA DEVERÁ SER INFERIOR A 5 LITROS POR HORA, TENSÃO DE ALIMENTAÇÃO DEVERÁ SER BIVOLT 100 - 240 V, EQUIPAMENTO DEVERÁ SER DE BANCADA E TER PESO MÁXIMO DE 65 KG. ENTREGAR JUNTO UM NO BREAK 2400 KVA SENOIDAL E UM DEIONIZADOR DE ÁGUA 50 L/H. A EMPRESA DEVERÁ FAZER A INSTALAÇÃO DO EQUIPAMENTO E OFERECER TREINAMENTO OPERACIONAL PRESENCIAL PARA A EQUIPE DO LABORATÓRIO, E ASSISTÊNCIA TÉCNICA E CIENTÍFICA COM PROFISSIONAL.	UNIDADE	2	155.428,43	310.856,86