

Pregão Eletrônico

Dados do Processo

Nº Processo 698/2026 **Responsável** Prefeitura Municipal de Cotriguaçu- MT

Objeto
 AQUISIÇÃO DE APARELHO DE ULTRASSOM DIAGNÓSTICO DE ALTA PERFORMANCE, COM TECNOLOGIA 3D/4D E DOPPLER COLORIDO, DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL OLÍRIO OLIVEIRA DO MUNICÍPIO DE COTRIGUAÇU/MT

Dados Gerais

Situação Aguardando Abertura	Início Envio Propostas 06/05/2026 - 09:00	Fim Envio Propostas 11/05/2026 - 08:45	Pregoeiro Vaneide Braz Ferreira
Modo de Disputa Valor Unitário	Exibir Valor de Referência Sim	Amparo legal Lei 14.133/2021, Art. 28, I	

Listagem de Lotes/Itens

Lote	Item	Descrição	Un	Qtd	Unitário (R\$)	Total (R\$)
1	1	ULTRASSOM DIAGNÓSTICO: EQUIPAMENTO DE ULTRASSOMDIAGNÓSTICO, MONTADO SOBRE RODÍZIOS ADEQUADO PARA ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DO HOSPITAL MUNICIPAL NOS EXAMES: GINECOLOGIA E OBSTETRICIA (COM RECURSOS 3D/4D); ABDOMINAL TOTAL; PEQUENAS PARTES (MAMAS, TIREOIDE E REGIÃO CERVICAL); UROLOGIA (PÉLVICA MASCULINA, PRÓSTATA E BOLSA ESCROTAL COM DOPPLER); MUSCULOESQUELÉTICO (MEMBROS E ARTICULAÇÕES); VASCULAR PERIFÉRICO E TRIAGEM CARDIOLÓGICA BÁSICA. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS MÍNIMAS PROCESSAMENTO COM NO MÍNIMO DE 1.000.000 DE CANAIS DIGITAIS REDUÇÃO DE RUÍDO, REALCE DE BORDAS, HARMÔNICA DE TECIDO E OTIMIZAÇÃO AUTOMÁTICA DE IMAGEM (AUTO-GAIN). MONITOR PRINCIPAL NO MÍNIMO DE 21 POLEGADAS (FULL HD) COM BRAÇO ARTICULADO. TELA TOUCH COM NO MÍNIMO DE 10 POLEGADAS COLORIDA PARA UNI 1 CONTROLE DE PARÂMETROS. CONSOLE: PAINEL COM AJUSTE DE ALTURA, TECLADO ALFANUMÉRICO FÍSICO RETRÁTIL E TRACKBALL. CONSOLE COM SUPORTE AQUECEDOR DE GEL INTEGRADO. CONECTIVIDADE: 04 PORTAS ATIVAS PARA TRANSDUTORES, 04 PORTAS USB E SAÍDA HDMI /DISPLAYPORT. AUT	UNID	1	192.294,10	192.294,10