

RELAÇÃO DE ITENS - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90961/2024-000

1 - Itens da Licitação

1 - Cateter Balão Valvoplastia			
Descrição Detalhada: Cateter Balão Valvoplastia Aplicação: Pulmonar, Material: Polímero, Tipo: Semi Complacente, Diâmetro: Cerca De 8 A 12MM, Comprimento Balão: Até Cerca De 30MM, Componente: Cateter Cerca De 70CM, Característica Adicional: Radiopaco, Tipo Uso: Estéril, Uso Único			
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.			
Aplicabilidade Decreto 7174/2010:		Não	
Quantidade Total:		1	
Critério de Julgamento:		Menor Preço	Critério de Valor: Valor Estimado
Unidade de Fornecimento:		Unidade	
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01			
Local de Entrega (Quantidade):		João Pessoa/PB (1)	

2 - Cateter Balão Valvoplastia			
Descrição Detalhada: Cateter Balão Valvoplastia Aplicação: Mitral, Material: Polímero, Tipo: Semi Complacente, Diâmetro: Cerca De 14 A 20MM, Comprimento Balão: Até Cerca De 50MM, Componente: Cateter Cerca De 100CM, Componente Adicional: C/ Conjunto Introdutor, Característica Adicional: Radiopaco, Tipo Uso: Estéril, Uso Único			
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.			
Aplicabilidade Decreto 7174/2010:		Não	
Quantidade Total:		1	
Critério de Julgamento:		Menor Preço	Critério de Valor: Valor Estimado
Unidade de Fornecimento:		Unidade	
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01			
Local de Entrega (Quantidade):		João Pessoa/PB (1)	

3 - Fio Guia			
Descrição Detalhada: Fio Guia Aplicação: Vascular, Material: Liga Metálica, Revestimento: Hidrofílico, Diâmetro: 0,009", Comprimento: Cerca De 300CM, Tipo Ponta: Ponta Em Espiral, Características Adicionais: Radiopaco, Esterilidade: Estéril			
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.			
Aplicabilidade Decreto 7174/2010:		Não	
Quantidade Total:		1	
Critério de Julgamento:		Menor Preço	Critério de Valor: Valor Estimado
Unidade de Fornecimento:		Unidade	
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):		0,01	
Local de Entrega (Quantidade):		João Pessoa/PB (1)	

4 - Fio Guia			
Descrição Detalhada: Fio Guia Aplicação: Não Vascular, Material: Liga Metálica, Revestimento: Hidrofílico, Diâmetro: 0,025", Comprimento: Cerca De 450CM, Tipo Ponta: Ponta Curva, Características Adicionais: Radiopaco, Esterilidade: Estéril			
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.			
Aplicabilidade Decreto 7174/2010:		Não	
Quantidade Total:		1	
Critério de Julgamento:		Menor Preço	Critério de Valor: Valor Estimado
Unidade de Fornecimento:		Unidade	
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01			
Local de Entrega (Quantidade):		João Pessoa/PB (1)	

