

RELAÇÃO DE ITENS - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90445/2025-000

1 - Itens da Licitação

1 - Endoprótese Vascular Periférica			
Descrição Detalhada: Endoprótese Vascular Periférica Tipo: Stent Recoberto, Adicional 1: C/ Heparina, Material Plataforma: Liga Metálica, Diâmetro: Cerca De 10 X 20 A 100MM, Sistema Entrega: Auto Expansível, Esterilidade: Estéril			
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.			
Aplicabilidade Decreto 7174/2010:		Não	
Quantidade Total:		2	
Critério de Julgamento:		Menor Preço	Critério de Valor: Valor Estimado
Unidade de Fornecimento:		Unidade	
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):		0,01	
Local de Entrega (Quantidade):		Santa Rita/PB (2)	

2 - Prótese Valvular Cardíaca Biológica			
Descrição Detalhada: Prótese Valvular Cardíaca Biológica Tipo De Válvula: Aórtica, Procedimento Para Implante: Cirurgia Convencional, Modelo: Sem Anel, Material Estrutura: Polímero, Quantidade De Folhetos: 3 Folhetos, Material Dos Folhetos: Tecido Bovino / Porcino, Radiopacidade: Radiopaco, Tratamento Anticalcificação: Não, Tipo De Armazenamento: Em Solução Aldeídica, Compatibilidade C/ Ressonância Magnética: Sim, Até 3,0 T, Com Limite De Tempo De Exposição, Possibilidade Viv (Valve In Valve): Não, Esterilidade: Estéril, Uso Único			
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.			
Aplicabilidade Decreto 7174/2010:		Não	
Quantidade Total:		1	
Critério de Julgamento:		Menor Preço	Critério de Valor: Valor Estimado
Unidade de Fornecimento:		Unidade	
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01			
Local de Entrega (Quantidade):		Santa Rita/PB (1)	

3 - Fio Guia			
Descrição Detalhada: Fio Guia Aplicação: P/ Embolização, Material: Liga Metálica, Revestimento: Hidrofílico, Diâmetro: Ponta Distal 0,014", Comprimento: Cerca De 200CM, Tipo Ponta: Ponta Pré-Moldada, Características Adicionais: Radiopaco, Esterilidade: Estéril, Descartável			
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.			
Aplicabilidade Decreto 7174/2010:		Não	
Quantidade Total:		2	
Critério de Julgamento:		Menor Preço	Critério de Valor: Valor Estimado
Unidade de Fornecimento:		Unidade	
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):		0,01	
Local de Entrega (Quantidade):		Santa Rita/PB (2)	

4 - Fio Guia			
Descrição Detalhada: Fio Guia Aplicação: P/ Embolização, Material: Liga Metálica, Revestimento: Hidrofílico, Diâmetro: Ponta Distal 0,014", Comprimento: Cerca De 300CM, Tipo Ponta: Ponta Pré-Moldada, Características Adicionais: Radiopaco, Esterilidade: Estéril, Descartável			
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.			
Aplicabilidade Decreto 7174/2010:		Não	
Quantidade Total:		2	
Critério de Julgamento:		Menor Preço	Critério de Valor: Valor Estimado
Unidade de Fornecimento:		Unidade	
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01			
Local de Entrega (Quantidade):		Santa Rita/PB (2)	

5 - Fio Guia

Descrição Detalhada: Fio Guia Aplicação: Vascular, Material: Nitinol, Revestimento: Hidrofílico, Diâmetro: 0,035", Comprimento: Cerca De 260CM, Tipo Ponta: Ponta Em "J", Características Adicionais: Radiopaco, Esterilidade: Estéril

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Santa Rita/PB (2)

6 - Fio Guia

Descrição Detalhada: Fio Guia Aplicação: Vascular, Material: Nitinol, Revestimento: Hidrofílico, Diâmetro: 0,035", Comprimento: Cerca De 260CM, Tipo Ponta: Ponta Reta, Características Adicionais: Radiopaco, Esterilidade: Estéril

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Santa Rita/PB (2)

7 - Fio Guia

Descrição Detalhada: Fio Guia Aplicação: Vascular, Material: Liga Metálica, Revestimento: Politetrafluoretileno - Ptfе, Diâmetro: 0,035", Comprimento: Cerca De 260CM, Tipo Ponta: Ponta Curva, Características Adicionais: Radiopaco, Esterilidade: Estéril

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Santa Rita/PB (2)

8 - Fio Guia

Descrição Detalhada: Fio Guia Aplicação: Vascular, Material: Liga Metálica, Revestimento: Politetrafluoretileno - Ptfе, Diâmetro: 0,035", Comprimento: Cerca De 260CM, Tipo Ponta: Ponta Curva, Características Adicionais: Radiopaco, Esterilidade: Estéril

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Santa Rita/PB (2)

9 - Cateter Balão Valvoplastia

Descrição Detalhada: Cateter Balão Valvoplastia Aplicação: Aórtico, Material: Polímero, Tipo: Não Complacente, Diâmetro: Cerca De 4 A 30MM, Comprimento Balão: De 20 A 60MM, Componente: Cateter Cerca De 100CM, Característica Adicional: Radiopaco, Tipo Uso: Estéril, Uso Único

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Santa Rita/PB (2)