

RELAÇÃO DE ITENS - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90266/2026-000

1 - Itens da Licitação

1 - Endoscópio Flexível

Descrição Detalhada: Endoscópio Flexível Modelo: Cistoscópio, Tecnologia Imagem: Digital - Videoendoscópio, Campo De Visão: Cerca De 90° A 120°, Direção Da Visão: Visão Frontal - Cerca De 0°, Diâmetro Do Canal De Trabalho: Cerca De 2,8 Mm, Comprimento De Trabalho: Cerca De 400 Mm, Deflexão Da Ponta - Cima/Baixo: Cerca De: Cima 220° - Baixo 120° A 220°, Esterilidade: Reprocessável

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 12

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): João Pessoa/PB (12)

2 - Elemento De Trabalho

Descrição Detalhada: Elemento De Trabalho Modelo: Passivo, Material: Aço Inoxidável, Conexão: P/ Bisturi Bipolar, Compatibilidade: Compatibilidade Específica, Esterilidade: Esterilizável

Tratamento Diferenciado: Tipo III - Cota para Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas. Item de Participação Aberta, vinculado ao Item Nº 3.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 5

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): João Pessoa/PB (5)

3 - Elemento De Trabalho

Descrição Detalhada: Elemento De Trabalho Modelo: Passivo, Material: Aço Inoxidável, Conexão: P/ Bisturi Bipolar, Compatibilidade: Compatibilidade Específica, Esterilidade: Esterilizável

Tratamento Diferenciado: Tipo III - Cota para Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas. Item de Participação Exclusiva, vinculado ao Item Nº 2.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): João Pessoa/PB (1)

4 - Pinça Cirúrgica

Descrição Detalhada: Pinça Cirúrgica Modelo 1: Jacaré, Formato Ponta: Ponta Curva, Tipo Ponta: Serrilhada, Adicional: P/ Direita, Haste: Haste Angulada, Comprimento Total: Cerca De 10CM, Componente: S/ Cremalheira, Material: Aço Inoxidável, Esterilidade: Esterilizável

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 12

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): João Pessoa/PB (12)

5 - Trocarte

Descrição Detalhada: Trocarte Aplicação: P/ Cistostomia, Apresentação: Conjunto P/ Sonda 18 - 20, Material*: Aço Inoxidável, Tipo Cânula: Cânula C/ Superfície Lisa, Componente 2: Obturador Ponta Distal Piramidal Cortante, Tipo Uso: Reutilizável

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 10

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): João Pessoa/PB (10)