

RELAÇÃO DE ITENS - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90041/2024-002

1 - Itens da Licitação

1 - Berço Hospitalar

Descrição Detalhada: Berço Hospitalar Tipo: Aquecido , Material Da Estrutura: Aço Carbono, Pintura Eletrostática , Componentes: Sistema Calor Irradiante , Painele Controle: Ajuste Digital, Visor Iluminado , Base Do Leito: Leito Cesto Em Acrílico , Sensor: Sensores Temperatura , Pés: Pés Rodízios , Acessórios: Suporte Soro, Bateria

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 4

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor:	Valor Estimado
--------------------	----------------

Valor Total (R\$): 88.646,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Volta Redonda/RJ (4)

2 - Aparelho Fototerapia

Descrição Detalhada: Fonte Iluminação: C/ No Mínimo 15 Leds, Painel Controle: Painel De Controle Digital, Visor Iluminado, Suporte: Haste Articulada, C/ Altura Regulável. Pés: Rodízios C/ Travas. Aplicação: P/ Recém-Nascido.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor:	Valor Estimado
--------------------	----------------

Valor Total (R\$): 22.386,26

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Volta Redonda/RJ (2)

3 - Cama Hospitalar

Descrição Detalhada: Material: Aço Inoxidável, Tipo: Parto, Elétrica, Rodas: 4 Rodízios De 5", Freio Em 2 Rodízios Diagonais, Comprimento: Até 2,10 M, Largura: Cerca De 1,00 M, Capacidade De Carga: Até 200 KG, Tipos De Acionamento: Controle Remoto, Componentes: Suporte De Soro, Porta Coxa, Bacia Inox, Componentes 01: Altura Regulável, Características Adicionais: Apoio Para Os Pés, Arco De Esforço. Características Adicionais 01: Articulada 3 Posições.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 5

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor:	Valor Estimado
--------------------	----------------

Valor Total (R\$): 122.730,90

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0.01

Local de Entrega (Quantidade): Volta Redonda/RJ (5)

4 - Cardiotocógrafo

Descrição Detalhada: Modelo: P/ Feto Gemelar, Ajuste: Painel Controle Digital C/ Tela Gráfica, Componente 1: 1 Transdutor Contração Uterina Materna Toco, Componente 2: 2 Transdutores Us - Frequência Cardíaca Fetal, Componente 3: 1 Marcador Movimento Fetal, Componente 4: C/ Cintas, Outros Componentes: C/ Impressora Integrada, Adicionais: C/ Memória Interna,

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor:	Valor Estimado
--------------------	----------------

Valor Total (R\$): 53.018,90

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Volta Redonda/RJ (2)

5 - Monitor Multiparâmetro

Descrição Detalhada: Tipo: Pré Configurado/Modular, Parâmetros: Ecg, Pni, Spo2, Temp, Resp, Registros: Mínimo 6 Curvas Simultâneas, Tipo De Tela: Tela Lcd 10", Alta Resolução, Características Adicionais: Congelamento Tela E Memória, Componentes: Alarmes/Bateria, Acessórios: Completo Com Cabos E Sensores,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 3

Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
--------------------------------	--------------------	---------------------------	-----------------------

Valor Total (R\$): 186.197,25

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Volta Redonda/RJ (3)

6 - Detector Fetal

Descrição Detalhada: Tipo: Portátil, Ajuste*: Ajuste Digital E Tela Gráfica, Material: Gabinete Plástico, Tipo De Análise: Ausculta Bcf, Fluxo Sanguíneo Placenta E Cordão, Faixa Medição: Bcf Até Cerca 200 BPM, Frequência: Até Cerca 2,2 MHZ, Fonte Alimentação: À Bateria, Componentes: C/ Alto Falante, Transdutor, Outros Componentes: Entrada Auxiliar.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1

Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
-------------------------	-------------	--------------------	----------------

Valor Total (R\$): 1.214,75

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Volta Redonda/RJ (1)

7 - Foco

Descrição Detalhada: Tipo: Cirúrgico De Teto, Cúpula: 2 Cúpulas, Lâmpada / Vida Útil: Led Mín 60.000 H, Luminosidade: Cerca De 160.000 Lux, Articulação: Cúpulas E Braços Articuláveis, Adicional 1: C/ Dimmer,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1

Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
--------------------------------	-------------	---------------------------	----------------

Valor Total (R\$): 858,93

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Volta Redonda/RJ (1)

8 - Incubadora Neonatal

Descrição Detalhada: Tipo: Transporte, Material Cúpula: Cúpula De Acrílico, Tipo Cúpula: Dupla Parede, Pannel Controle: Pannel De Controle Digital, Fixo, Módulo I: Servo Controle De Temperatura, Módulo Ii: C/ Fototerapia Led, Componentes: C/ Mínimo 2 Portinholas, Acessórios 01: Suporte Soro, Prateleiras, Fonte Alimentação: Bateria,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2

Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
--------------------------------	-------------	---------------------------	----------------

Valor Total (R\$): 146.404,96

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Volta Redonda/RJ (2)

9 - Reanimador Manual

Descrição Detalhada: Material Balão: Silicone, Capacidade Balão: Cerca 500 ML, Componente 1: Máscara Plástico Rígido C/ Coxim Silicone, Tipo Válvula: Válvula Unidirecional Pop Off Cerca 40 Cmh20, Componente 2: Reservatório De O2 Em Plástico C/ Válvula, Componentes 3: Entrada De O2 E Extensor Pvc, Tamanhos: Infantil,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Total (R\$): 1.005,18

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Volta Redonda/RJ (2)

10 - Oxímetro Uso Médico

Descrição Detalhada: Tipo: Pulso, Faixa Medição Saturação 1: 0 A 100%, Faixa Medição Pulso 1: Cerca De 20 A 250 BPM, Autonomia Sistema 1: Cerca 32 H, Alimentação: Pilha, Acessórios: C/ Sensor,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 3

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Total (R\$): 7.403,49

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Volta Redonda/RJ (3)

11 - Mesa Ginecológica

Descrição Detalhada: Estrutura: Tubo Aço, Material Leito: Chapa Aço Inox, Estofado Em Courvin, Tipo Movimento: Leito Com Três Seções Móveis Com Regulagem, Características Adicionais: Balde Aço Inox, Material Porta-Coxa: Porta-Coxas Estofado, Componentes Adicionais: Gaveta Em Aço Inox,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Total (R\$): 38.482,02

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Volta Redonda/RJ (2)