

RELAÇÃO DE ITENS - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90197/2025-001

1 - Itens da Licitação

1 - Instalação / Manutenção - Câmara Fria

Descrição Detalhada: Manutenção preventiva/corretiva nas 57 câmaras/geladeiras de imunobiológicos conforme relação anexo I, compreendendo: higienização de unidade condensadora; verificação de componentes e conexões elétricas e eletrônicas; lubrificação de motores ventiladores, análise de vedação de gaxetas das portas, verificação e lubrificação de rodízios, análise de solução diatérmica, análise do comando safety system, revisão do sistema eletrônico e estrutural dos equipamentos das Conservação Câmaras de Vacinas (imunobiológicos). Recalibração do Sensor controlador de temperatura, através de calibrador mestre, certificado via RBC (Rede Brasileira de Calibração). Laudo de Manutenção preventiva com validade mínima de 06 meses. Garantia mínima 06 meses.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 114

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor:	Valor Estimado
--------------------	----------------

Valor Total (R\$): 259.339,74

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Volta Redonda/RJ (114)