

RELAÇÃO DE ITENS - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90061/2026-000

1 - Itens da Licitação

1 - Aferição / Controle de Qualidade de Aparelhos Detectores/Emissores - Luz / Calor / Radiação / Som / Vibração

Descrição Detalhada: SERVIÇO DE LAUDO RADIOMÉTRICO

Serviço de Controle de Qualidade e Plano de Proteção Radiológica (PPR - memorial descritivo) do aparelho de raios-X odontológico (modelo X70, marca XDENT, bem como a análise das medidas dos níveis de radiação junto ao comando dos aparelhos emissores de raios-X e nas áreas circunvizinhas às salas de radiação ionizante, estabelecidas na legislação (Resolução – RDC nº 611). Os níveis de radiação de fuga detectados a 1m do ponto focal devem estar de acordo com a RDC nº 611, de 09 de março de 2022, conforme exigências e condições previstas no Termo de Referência.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Total (R\$): 1.893,17

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Volta Redonda/RJ (1)

2 - Aferição / Controle de Qualidade de Aparelhos Detectores/Emissores - Luz / Calor / Radiação / Som / Vibração

Descrição Detalhada: SERVIÇO DE LAUDO RADIOMÉTRICO

Serviço de Controle de Qualidade e Plano de Proteção Radiológica (PPR - memorial descritivo) do aparelho de raios-X portátil (modelo PEGASO 500D, marca LOTUS HEALTHCARE, nº de série dos equipamentos: 0769 e 0770), bem como a análise das medidas dos níveis de radiação junto ao comando dos aparelhos emissores de raios-X e nas áreas circunvizinhas às salas de radiação ionizante, estabelecidas na legislação (Resolução – RDC nº 611). Os níveis de radiação de fuga detectados a 1m do ponto focal devem estar de acordo com a RDC nº 611, de 09 de março de 2022, conforme exigências e condições previstas no Termo de Referência.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Total (R\$): 3.800,00

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Volta Redonda/RJ (2)

3 - Aferição / Controle de Qualidade de Aparelhos Detectores/Emissores - Luz / Calor / Radiação / Som / Vibração

Descrição Detalhada: SERVIÇO DE LAUDO RADIOMÉTRICO

Serviço de Controle de Qualidade e Plano de Proteção Radiológica (PPR - memorial descritivo) do equipamento de raios-X fixo digital (modelo APOLO D, marca VMI, nº de série dos equipamentos: 037256100001 e 0372561001), bem como a análise das medidas dos níveis de radiação junto ao comando dos aparelhos emissores de raios-X e nas áreas circunvizinhas às salas de radiação ionizante, estabelecidas na legislação (Resolução – RDC nº 611). Os níveis de radiação de fuga detectados a 1m do ponto focal devem estar de acordo com a RDC nº 611, de 09 de março de 2022, conforme exigências e condições previstas no Termo de Referência.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Total (R\$): 4.394,12

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Volta Redonda/RJ (2)

4 - Aferição / Controle de Qualidade de Aparelhos Detectores/Emissores - Luz / Calor / Radiação / Som / Vibração**Descrição Detalhada:** SERVIÇO DE LAUDO RADIOMÉTRICO

Serviço de Controle de Qualidade e Plano de Proteção Radiológica (PPR - memorial descritivo) do equipamento de raios-X fixo (modelo ALTUS 543 E7242, marca SAWAE TOSHIBA, nº de série do equipamento: SWA0633PA), bem como a análise das medidas dos níveis de radiação junto ao comando dos aparelhos emissores de raios-X e nas áreas circunvizinhas às salas de radiação ionizante, estabelecidas na legislação (Resolução – RDC nº 611). Os níveis de radiação de fuga detectados a 1m do ponto focal devem estar de acordo com a RDC nº 611, de 09 de março de 2022, conforme exigências e condições previstas no Termo de Referência

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 2.263,72

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Volta Redonda/RJ (1)

5 - Aferição / Controle de Qualidade de Aparelhos Detectores/Emissores - Luz / Calor / Radiação / Som / Vibração**Descrição Detalhada:** SERVIÇO DE LAUDO RADIOMÉTRICO

Serviço de Controle de Qualidade e Plano de Proteção Radiológica (PPR - memorial descritivo) do aparelho de raios-X portátil (modelo TITANIUM 300 H1076X, marca PHILIPS HANGZHODE, nº de série do equipamento: PAEKMK04001), bem como a análise das medidas dos níveis de radiação junto ao comando dos aparelhos emissores de raios-X e nas áreas circunvizinhas às salas de radiação ionizante, estabelecidas na legislação (Resolução – RDC nº 611). Os níveis de radiação de fuga detectados a 1m do ponto focal devem estar de acordo com a RDC nº 611, de 09 de março de 2022, conforme exigências e condições previstas no Termo de Referência.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 1.891,17

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Volta Redonda/RJ (1)

6 - Aferição / Controle de Qualidade de Aparelhos Detectores/Emissores - Luz / Calor / Radiação / Som / Vibração**Descrição Detalhada:** SERVIÇO DE LAUDO RADIOMÉTRICO

Serviço de Controle de Qualidade e Plano de Proteção Radiológica (PPR - memorial descritivo) do equipamento de raios-X fixo (modelo TD500HFCG/40, marca TECNO DESIGN, nº de série do equipamento: 14003-18), bem como a análise das medidas dos níveis de radiação junto ao comando dos aparelhos emissores de raios-X e nas áreas circunvizinhas às salas de radiação ionizante, estabelecidas na legislação (Resolução – RDC nº 611). Os níveis de radiação de fuga detectados a 1m do ponto focal devem estar de acordo com a RDC nº 611, de 09 de março de 2022, conforme exigências e condições previstas no Termo de Referência

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 2.197,06

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Volta Redonda/RJ (1)

7 - Aferição / Controle de Qualidade de Aparelhos Detectores/Emissores - Luz / Calor / Radiação / Som / Vibração**Descrição Detalhada:** SERVIÇO DE LAUDO RADIOMÉTRICO

Serviço de Controle de Qualidade e Plano de Proteção Radiológica (PPR - memorial descritivo) do equipamento de raios-X móvel (modelo MOBILE ART ECO, marca SHIMADZU, nº de série do equipamento: 14003-18), bem como a análise das medidas dos níveis de radiação junto ao comando dos aparelhos emissores de raios-X e nas áreas circunvizinhas às salas de radiação ionizante, estabelecidas na legislação (Resolução – RDC nº 611). Os níveis de radiação de fuga detectados a 1m do ponto focal devem estar de acordo com a RDC nº 611, de 09 de março de 2022, conforme exigências e condições previstas no Termo de Referência

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 1.900,00

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Volta Redonda/RJ (1)