

AVISO DO PEDIDO DE COTAÇÃO ELETRÔNICA PCE Nº 11.640.2026.0019

Em 02/03/2026

O Comprasnet.Ba informa que está recebendo proposta de preço para contratação por DISPENSA DE LICITAÇÃO, nos termos do inciso I do artigo 75 da 14.133/2021 ou o inciso II do artigo 75 da 14.133/2021, para o Pedido de Cotação Eletrônica - PCE abaixo identificado:

PCE Nº 11.640.2026.0019

Órgão/Entidade : 11 - SECRETARIA DA EDUCACAO

Unidade Gestora : 640 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE SANTA CRUZ

Período Oficial da Disputa : das :13:30 às 15:30h de 06/03/2026

Dia da semana : Sexta-Feira

Início : 13:30 horas.

Término : 15:30 horas.

Objeto : MEDIDOR MULTIPARAMETRO

Conforme especificação abaixo :

Descrição : MEDIDOR, multiparametro, para qualidade da água, utilizado para medição em campo de temperatura, oxigênio dissolvido, potencial de oxi-redução (ORP), condutividade elétrica específica, profundidade, pH e saturação de oxigênio, equipado com os seguintes dispositivos: - Cabo com portas para medidas de temperatura, condutividade, oxigênio dissolvido, potencial de oxi-redução e pH, com comprimento suficiente para medidas em profundidades de, no mínimo, 30 (trinta) metros; - Display digital com retro iluminação; - Maleta de transporte para o sistema do medidor, cabo e suprimentos para calibração; - Eletrodos/sensores para temperatura, oxigênio dissolvido; potencial de oxi-redução, condutividade elétrica específica e pH; - Fonte de energia (pilhas alcalinas recarregáveis para até 50 horas de operação) - Barômetro interno; - Auto reconhecimento de sonda pH/ORP; - Compensação automática da temperatura (0o C a 55o C); - Interface com computador; - Idioma português; - Sistema de calibração para os diversos parâmetros. O equipamento deverá: - Ser resistente a impactos e a água; - Possuir sensores substituíveis; - Vir acompanhado de maleta de transporte para o sistema do medidor, cabo e suprimentos de calibração; - Ser entregue com o certificado de calibração; - Possuir manual de instruções em português. Demais especificações Técnicas: Oxigênio dissolvido: - Faixa de medição: 0 a 50 mg/l; - Resolução: 0,1 ou 0,01 mg/l (selecionável pelo usuário); Temperatura: - Faixa de medição: -5o C a 70o C; - Resolução: 0,1o C; - Unidade de medição oC; oF. Condutividade: - Faixa de medição: 0 a 200 mS (com sistema "auto range"); - Resolução: 0,001 mS a 0,1 mS; - Unidades de medida: µS e MS. pH: - Faixa de medição: 0 a 14 unidades de pH; - Resolução: 0,01 unidades; - Unidades de medida: mV e unidades de pH; - Calibração: 1, 2, 3 ou 4 pontos (selecionável pelo usuário). ORP (potencial oxi-redução): - Faixa de medição: -1999 a +1999 mV; - Resolução: 0,1 mV; - Unidades de medida: mV.

UF : UNIDADE

Qtde : 2

Cotação : em moeda nacional, o Real, com 2(duas) casas decimais.

Prazo entrega : 15 dias corridos

Local de entrega : 116400198 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE SANTA CRUZ

Recebimento dos lances : Via Internet, no endereço eletrônico www.comprasnet.ba.gov.br, na data e período indicados acima.

Suporte legal : Lei Federal nº 14.133/2021 com a redação vigente e Decreto Estadual nº 8.018 de 21 de agosto de 2001, disponíveis no site.

Multas : Quando aplicáveis, seguirão o disposto nos Artigos e incisos da Lei Federal 14.133/2021

Mensagem Automática

Para dúvidas e esclarecimentos sobre o processo de Compras do Estado da Bahia, favor acessar o site www.comprasnet.ba.gov.br e registrar a sua solicitação ou questionamento através do serviço "Fale Conosco", no qual a sua mensagem será direcionada ao setor responsável, conforme a natureza de cada assunto.

Cordialmente,

Administração do COMPRASNET.BA

Telefones:(071) 3115-1607 / 3115-1608