

Nota Técnica
SESAU/SERMAC/ULS/GB Nº 055/2023

Recife, 26 de outubro de 2023

NOTA TÉCNICA

Nota Técnica nº 055/2023

Assunto: Necessidade da aquisição de meios de cultura e reagentes utilizados nas análises microbiológicas de água e alimentos

Solicitação de compra por dispensa emergencial CI nº 360/2023

1. DO OBJETO:

Aquisição de meios de cultura e reagentes utilizados nas análises microbiológicas de água e alimentos, para atendimento aos planos de ação das vigilâncias sanitária e ambiental, da Secretaria de Saúde da Prefeitura do Recife.

LOTE	ITEM	ESPECIFICAÇÃO	CADUM	CATMAT	UND.	QUANT.
01	01	Soro de aglutinação contendo anticorpos indicado para diagnóstico complementar do sorotipo de <i>Vibrio cholerae</i> polivalente O1 - embalagem em frasco plástico com conta gotas de 3mL	48278	328474	Unid.	01
02	01	Soro, tipo anti <i>Vibrio cholerae</i> monovalente Inaba - embalagem em frasco plástico com conta gotas de 3mL	48279	328476	Unid.	01
03	01	Soro, tipo anti <i>Vibrio cholerae</i> monovalente Ogawa - embalagem em frasco plástico com conta gotas de 3mL	48280	328475	Unid.	01
04	01	Kit de anti soros para sorotipagem e identificação de <i>Salmonella</i> Enteritidis e <i>Salmonella</i> Typhimurium, contendo 8 frascos de 3 mL cada, componentes de cada frasco: O:4, O:9, H:I, H:M, H:2, H:Q,S,T,P,U, SG2, SG6	50554	484497	Unid.	01
05	01	Anti-soro flagelar polivalente H para <i>Salmonella</i> - frasco com 3mL	50507	484245	Unid.	01

06	01	Anti-soro somático polivalente O para Salmonella - frasco com 3mL	50506	326941	Unid.	01
07	01	Suplemento de Polimixina B, 50.000 UI, liofilizado, para isolamento de <i>Bacillus cereus</i> , embalagem com 10 frascos	49122	323223	Unid.	05
08	01	Reagente fosfatase ácida, frasco com 10 ml	50737	-	Unid.	01
09	01	Fita de oxidase bacteriana impregnada com tetrametil-p-feniletilamina.	48284	300778	Unid.	16
10	01	Peróxido de hidrogênio 3% para teste de catalase, CAS número CAS: 7722 84 1 - frasco de 100 ml	51066	-	Unid.	01
11	01	Etanol 96% - embalagem de 1L	50148	444849	Unid.	01
12	01	Caldo MULLER-KAUFFMANN tetrionato novobiocina (MKTTn) para isolamento de Salmonella spp. segundo ISO 6579, em tubos contendo 10 ml de meio de cultura pronto para uso. Os tubos devem ser identificados individualmente e conter, no mínimo, nome do meio, número do lote e prazo de validade. Cada lote deve possuir certificado de controle de qualidade utilizando cepas padrão e controle de esterilidade.	51251	-	Unid.	100
13	01	Caldo RAPPAPORT-VASSILIADIS de Soja (RVS) para isolamento de Salmonella spp. segundo ISO 6579, em tubos contendo 10 ml de meio de cultura pronto para uso. Os tubos devem ser identificados individualmente e conter, no mínimo, nome do meio, número do lote e prazo de validade. Cada lote deve possuir certificado de controle de qualidade utilizando cepas padrão e controle de esterilidade.	51250	-	Unid.	100
14	01	Ágar Sangue no. 2 para isolamento de <i>Bacillus cereus</i> segundo ISO 7932, em placa de Petri 90 x 15 mm, contendo entre 18 e 20 ml de meio de cultura pronto para uso. As placas devem ser identificadas individualmente e conter, no mínimo, nome do meio, número do lote e prazo de validade. Cada lote deve possuir certificado de controle de qualidade utilizando cepas padrão e controle de esterilidade.	51263	-	Unid.	400

15	01	Caldo seletivo para Cronobacter (CSB) para isolamento de Cronobacter spp. segundo ISO 22964, em tubos contendo 10 ml de meio de cultura pronto para uso. Os tubos devem ser identificados individualmente e conter, no mínimo, nome do meio, número do lote e prazo de validade. Cada lote deve possuir certificado de controle de qualidade utilizando cepas padrão e controle de esterilidade.	51261	-	Unid.	20
16	01	Ágar cromogênico de isolamento de Cronobacter (CCI) para isolamento de Cronobacter spp. segundo ISO 22964, em placa de Petri 90 x 15 mm, contendo entre 18 e 20 ml de meio de cultura pronto para uso. As placas devem ser identificadas individualmente e conter, no mínimo, nome do meio, número do lote e prazo de validade. Cada lote deve possuir certificado de controle de qualidade utilizando cepas padrão e controle de esterilidade.	51266	-	Unid.	20
17	01	Caldo Fraser para enriquecimento de Listeria monocytogenes segundo ISO 11290, em tubos contendo 10 ml de meio de cultura pronto para uso. Os tubos devem ser identificados individualmente e conter, no mínimo, nome do meio, número do lote e prazo de validade. Cada lote deve possuir certificado de controle de qualidade utilizando cepas padrão e controle de esterilidade.	51526	-	Unid.	20
18	01	Caldo Half-Fraser para enriquecimento de Listeria monocytogenes segundo ISO 11290, em frascos contendo 225 ml de meio de cultura pronto para uso. Os frascos devem ser identificados individualmente e conter, no mínimo, nome do meio, número do lote e prazo de validade. Cada lote deve possuir certificado de controle de qualidade utilizando cepas padrão e controle de esterilidade.	51264	-	Unid.	20

19	01	Ágar PALCAM para isolamento de <i>Listeria monocytogenes</i> segundo ISO 11290, em placa de Petri 90 x 15 mm, contendo entre 18 e 20 ml de meio de cultura pronto para uso. As placas devem ser identificadas individualmente e conter, no mínimo, nome do meio, número do lote e prazo de validade. Cada lote deve possuir certificado de controle de qualidade utilizando cepas padrão e controle de esterilidade.	51255	-	Unid.	20
20	01	Ágar <i>Listeria</i> segundo Ottaviani e Agosti (ALOA) para isolamento de <i>Listeria monocytogenes</i> segundo ISO 11290, em placa de Petri 90 x 15 mm, contendo entre 18 e 20 ml de meio de cultura pronto para uso. As placas devem ser identificadas individualmente e conter, no mínimo, nome do meio, número do lote e prazo de validade. Cada lote deve possuir certificado de controle de qualidade utilizando cepas padrão e controle de esterilidade.	51262	423463	Unid.	20
21	01	Ágar Triptona de soja com extrato de levedura (TSEYA) para isolamento de <i>Listeria monocytogenes</i> segundo ISO 11290, em placa de Petri 90 x 15 mm, contendo entre 18 e 20 ml de meio de cultura pronto para uso. As placas devem ser identificadas individualmente e conter, no mínimo, nome do meio, número do lote e prazo de validade. Cada lote deve possuir certificado de controle de qualidade utilizando cepas padrão e controle de esterilidade.	51267	-	Unid.	20
22	01	Ágar mEI para isolamento de enterococos em água pela técnica de filtração em membrana em única etapa, em placa de Petri 60 x 15 mm, contendo entre 10 e 12 ml de meio de cultura pronto para uso. As placas devem ser identificadas individualmente e conter, no mínimo, nome do meio, número do lote e prazo de validade. Cada lote deve possuir certificado de controle de qualidade utilizando cepas padrão e controle de esterilidade.	51249	-	Unid.	60
23	01	Peptona de carne - embalagem 500g	32115	326407	Unid.	06

2. DA JUSTIFICATIVA

A necessidade da aquisição se deve ao desabastecimento dos insumos acima descritos para o atendimento às demandas das vigilâncias sanitária e ambiental através da realização das análises

microbiológicas de amostras de água e alimentos, para cumprimento dos planos de ação (SEI 33.001378/2023-48), com base na Resolução RDC nº 724, de 01/07/2022 e Instrução Normativa nº 161, de 01/07/2022, Anvisa e Portaria GM/MS nº 888, de 04/05/2021, ressaltando-se que os itens da presente tiveram os processos licitatórios fracassados e/ou desertos ou foram excluídos de processos anteriores, por não terem êxito na busca por fornecedores (SEI 33.003909/2022-56 - CI 276/2022, SEI 33.004484/2022-01 -CI 277/2022, SEI 33.015239/2023-00 - CI 96/2023).

Considerando a importância do suporte laboratorial aos programas de monitoramento das vigilâncias sanitária e ambiental, em suas ações de promoção e proteção da saúde da população

A aquisição dos insumos possibilitará que as análises microbiológicas de água e alimentos sejam retomadas, sendo beneficiada a população desta cidade, com as ações das vigilâncias que visa a prevenção, redução e controle de riscos de agravos à saúde dos consumidores.

3. DA JUSTIFICATIVA PARA ADOÇÃO DE DISPENSA EMERGENCIAL

A adoção de pedido de compra por dispensa emergencial se dá em razão de que os itens da presente tiveram os processos licitatórios fracassados e/ou desertos ou foram excluídos de processos anteriores, por não terem êxito na busca por fornecedores (SEI 33.003909/2022-56 - CI 276/2022, SEI 33.004484/2022-01 -CI 277/2022, SEI 33.015239/2023-00 - CI 96/2023).

4. DA JUSTIFICATIVA QUANTO AO QUANTITATIVO

A quantidade solicitada foi estimada com base nos planos de ação das vigilâncias sanitária e ambiental, enviados através do SEI 33.001378/2023-48, para análise dos parâmetros estabelecidos na Resolução RDC nº 724, de 01/07/2022 e Instrução Normativa nº 161, de 01/07/2022, ANVISA, para alimentos e Portaria GM/MS nº 888, de 04/05/2021, para água.

5. CONCLUSÃO

Pelo acima exposto, opina-se pela necessidade de compra por **dispensa emergencial**.

Recife, 25 de outubro de 2023

CRISTHIANE MORAES DE ANDRADE

Mat.: 113.733-6

Química do setor de Bromatologia e Química

Secretaria de Saúde do Recife



Documento assinado eletronicamente por **CRISTHIANE MORAES DE ANDRADE, Gestora**, em 26/10/2023, às 11:47, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site
[http://sei.recife.pe.gov.br/sei/controlador_externo.php?](http://sei.recife.pe.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0)
[acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0](http://sei.recife.pe.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0) informando o código
verificador **1481483** e o código CRC **DBFB818B**.

33.051377/2023-44

1481483v1

SECRETARIA DE SAÚDE
Avenida Cais do Apolo, 925 - Bairro Recife | CEP 50030-903 - Recife PE
Site - www.recife.pe.gov.br

