

A empresa Vyttra Diagnósticos S.A., inscrita no CNPJ nº 00.904.728/0012-09, interessada em participar da licitação de Pregão Eletrônico nº 007/2025, vem respeitosamente solicitar esclarecimentos referente ao referido edital, conforme segue abaixo.

1.3.2.1. LOTE 03: CARACTERÍSTICAS DOS EQUIPAMENTOS

Requisitos técnicos

i. Todos os reagentes, controles e soluções de limpeza em Pack com códigos de barras e prontos para uso sem manipulação, evitando a contaminação;

Pergunta: O equipamento que será ofertado pela Vyttra utiliza solução de limpeza pronta para uso sem manipulação, evitando a contaminação. A solução de limpeza não é usada internamente no equipamento, por isso entendemos que esse consumível não tem a necessidade de pack com código de barras. Nosso entendimento está correto?

1.3.2.3. LOTE 03: ACESSÓRIOS TÉCNICOS

a. Todo material de consumo, tais como: racks, trays, calibradores, controles, solução de limpeza, acessórios de limpeza e manutenção, lâminas para coloração, acessórios para o sistema de coloração, tal como água deionizada e álcool e qualquer material ou equipamento que seja necessário para o bom funcionamento da automação total;

Pergunta: O equipamento preparador e corador de lâminas automático utiliza água purificada para a lavagem das lâminas, que pode ser realizado com a água destilada local. Neste, será necessário a entrega de um equipamento deionizador de água?

No aguardo.

Atenciosamente,

Maria Isabelle Araujo Santos.