



Notificações



Prefeitura Municipal do Recife

Organização

Notificações / Detalhes da notificação

Assunto: Solicitação de Esclarecimento (007/2025)**Data da notificação:** 16/04/2025 16:32:20**Lida em:** 16/04/2025 16:48:31

MEDICAL MERCANTIL DE APARELHAGEM MEDICA LTDA enviou uma solicitação **Esclarecimento** para o processo N° 007/2025, Pregão N° 007/2025 .

Solicitação: Questionamento sobre requisito técnico – Capacidade de carga de amostras Prezados, Em atenção ao edital do pregão eletrônico N° 007/2025 – GC-SEPLAG-010, gostaríamos de solicitar esclarecimento referente à exigência de que o equipamento proposto possua capacidade mínima de 100 amostras simultâneas. O sistema VITROS® 3600, que pretendemos ofertar, possui capacidade para 90 amostras por equipamento, com um carregamento randômico e contínuo, ou seja: As racks de amostras são liberadas automaticamente após a pipetagem, possibilitando a inserção imediata de novas amostras, sem necessidade de aguardar a finalização dos exames; A operação do equipamento é otimizada para garantir fluxo contínuo e ininterrupto, o que assegura alta produtividade mesmo com volumes elevados; Além disso, informamos que serão cotados três equipamentos VITROS® 3600, ampliando significativamente a capacidade operacional e, dessa forma, superando a exigência de 100 amostras simultâneas mencionada no edital. Dessa forma, solicitamos a gentileza de confirmar se será aceita essa solução técnica, considerando que a capacidade total instalada com os três equipamentos atende plenamente à demanda do edital, com eficiência, escalabilidade e fluxo de trabalho otimizado. Aguardamos retorno e nos colocamos à disposição para quaisquer esclarecimentos adicionais.

[Clique aqui para ver mais detalhes.](#)