



Notificações



Prefeitura Municipal do Recife

Organização

Notificações / Detalhes da notificação

Assunto: Solicitação de Esclarecimento (007/2025)**Data da notificação:** 16/04/2025 17:31:51**Lida em:** 22/04/2025 09:55:35

VITALLIS DIAGNÓSTICA LTDA. enviou uma solicitação **Esclarecimento** para o processo N° 007/2025, Pregão N° **007/2025**.

Solicitação: Referente ao Pregão Eletrônico nº 007/2025 – GC-SEPLAG-010, especificamente ao Lote 1 - Microbiologia, itens 1 a 6, vimos, respeitosamente, solicitar o seguinte esclarecimento: No Termo de Referência (item 1.1), consta a exigência de que os kits para identificação de bactérias gram-negativas e gram-positivas fermentadoras e não fermentadoras, bem como os kits para antibiograma, sejam compostos por cartões/painéis de testes bioquímicos e antibióticos liofilizados, sem a necessidade de adição de reagentes (ou reagentes reveladores), para sistema automatizado. Diante disso, informamos que o Sistema Phoenix da marca BD (Becton Dickinson), já utilizado atualmente pela Unidade do Laboratório Municipal do Recife, opera com a utilização de um indicador redox fluorogênico altamente sensível, que permite a detecção do metabolismo bacteriano por meio da variação na fluorescência, sem necessidade de reagentes reveladores colorimétricos. Esse recurso proporciona resultados mais precisos e rápidos, mesmo para microrganismos de metabolismo lento ou reduzido. O indicador permite que o sistema monitore continuamente a atividade metabólica das bactérias durante todo o processo, em vez de fazer apenas leituras pontuais, isso melhora a acurácia dos resultados e reduz o tempo total de liberação do ID/AST. Considerando que, tecnicamente, este sistema cumpre a função de leitura e detecção automatizada, consultamos se a participação com este equipamento e seus respectivos cartões/painéis será aceita neste certame, uma vez que a tecnologia aplicada atende aos princípios e à finalidade técnica prevista no edital. Aguardamos, portanto, a manifestação oficial dessa Comissão quanto à aceitação do Sistema Phoenix BD no atendimento aos requisitos estabelecidos para o Lote 1.

[Clique aqui para ver mais detalhes.](#)