

Pendente

16/06/2026 10:10

Esclarecimento

FAZ Vendas LTDA

7446 - Prezados, bom dia. Solicitamos esclarecimentos referentes aos Lotes 7 e 10, especialmente quanto ao item "Estufa microprocessada de cultura bacteriológica / vitrine conforme parecer da engenharia clínica". No Termo de Referência, o item aparece apenas com a descrição "conforme parecer da engenharia clínica", sem detalhamento técnico suficiente para identificação do equipamento e elaboração segura da proposta. Dessa forma, solicitamos, por gentileza, que seja disponibilizado o parecer da engenharia clínica ou informadas as especificações completas do item, incluindo, no mínimo: capacidade interna aproximada; dimensões internas e externas; faixa de temperatura; tipo de circulação de ar; material da câmara interna e gabinete; tipo de porta/vitrine; quantidade de bandejas/prateleiras; tensão elétrica; potência; necessidade de iluminação interna; acessórios obrigatórios; certificações exigidas; e eventual marca/modelo de referência. Solicitamos também esclarecimento quanto à exigência de registro no Ministério da Saúde/ANVISA para as estufas dos Lotes 7 e 10. Por se tratarem de estufas laboratoriais de uso geral, utilizadas para secagem, esterilização, cultura/incubação ou controle de temperatura, entendemos que tais equipamentos não se enquadram, em regra, como produtos sujeitos a registro sanitário na ANVISA. Dessa forma, solicitamos confirmar se, para esses itens, será aceita declaração do fabricante/licitante informando que o equipamento não está sujeito a registro/cadastro/notificação na ANVISA, acompanhada, se necessário, de comprovação ou consulta pertinente. Solicitamos ainda esclarecer se a exigência de "registro no Ministério da Saúde" constante no Termo de Referência será dispensada para esses equipamentos quando comprovado que o produto não é regulado pela ANVISA. Também solicitamos esclarecimento quanto à exigência de instalação e treinamento operacional. Para as estufas dos Lotes 7 e 10, a instalação deverá ser entendida apenas como posicionamento do equipamento, ligação em ponto elétrico já existente e adequado, testes básicos de funcionamento e orientação operacional aos usuários? Ou será exigida instalação técnica presencial específica, com montagem, calibração no local, adequações elétricas, fornecimento de materiais complementares, deslocamento técnico e treinamento presencial formal? Caso seja exigida instalação técnica e treinamento presencial, solicitamos informar: se o local já possui ponto elétrico adequado e aterrado para os equipamentos; se haverá necessidade de calibração no local ou se será aceito certificado emitido previamente; quantidade estimada de usuários a serem treinados; carga horária mínima exigida para o treinamento; se o treinamento poderá ser realizado de forma única para todos os equipamentos do lote; se haverá necessidade de agendamento específico após a entrega. Foram contabilizados os custos dos serviços de instalação? Os esclarecimentos são necessários para evitar divergências na interpretação do objeto e permitir a correta formação dos custos da proposta. Atenciosamente,

PUBLICAR RESPOSTA