

ANEXO II
QUADRO ESTIMATIVO DE VALOR

Objeto: registro de preços para aquisição de equipamento CPAP automático e máscara nasal, para período de 12 meses, objetivando suprir as necessidades das diversas demandas judiciais da Secretaria Municipal de Saúde (SMS/RJ).

Modalidade: Pregão Eletrônico
Tipo: Menor Preço por Item

Processo: SMS-PRO-2023/06742
Aut.: 26/04/2023
Fls.:

ITEM	CÓDIGO BR	CÓDIGO SMA	NOME PADRONIZADO	U/C	QUANT	PREÇO UNITÁRIO	VALOR TOTAL	PARTICIPAÇÃO
1	454250	6515.95.121-79	CPAP Automático - indicação SAHOS Com Base Umidificadora Equipamento para suporte ventilatório não invasivo para AHOS, domiciliar, portátil, microprocessado, com gerador de ar de pressão positiva nas vias aéreas, com definição de pressão automática, faixa de operação mínima de 4 e máxima de 20-25 cm H2O, com possibilidade de ajuste entre as faixas limitadoras com incrementos de 0.2cm de H2O. Compensação automática de fugas, Indicador de qualidade do sono, dados de eficácia no cartão de dados, relatório de sono, fluxo e dados de alta resolução (via cartão SD) dados de eficácia clínica, como fuga e pressão, detecção de apnéia central do sono. Possibilidade de colocação de rampa entre 0 e 45 minutos, com incrementos de 5 em 5 minutos ou desligamento de rampa. Com função de conforto (alívio) inspiratório e expiratório. Cartão para armazenamento de dados do paciente durante a terapia (Contador de horas de utilização; Data/horário, dias de uso, horas de execução, dados de eficácia, padrões de uso, fuga, ronco, volume corrente, frequência respiratória, ventilação por minuto, índice de apnéia e hipopnéia, eventos/hora. medidor de aderência: Detecção de respiração); com filtro interno de ar, removível, descartável; alimentação elétrica: 110/220V (bivolt) CA – 60 Hz; opção de idioma em português; nível de ruído: pressão acústica irradiada < 30 dBA a 10 cm H2O e 1 m de acordo com o ISO17510-1. Acessórios por equipamento: -01 tubo flexível/traqueia com 22 x 22 mm x 1.80 a 2.00m de comprimento. -05 Filtros removíveis extras, descartáveis utilizados na entrada do ar no equipamento com objetivo de impedir acúmulo de pó na parte interna no aparelho e a qualidade do ar que está sendo ofertada. -01 Base Umidificadora para equipamento de Ventilação Não Invasiva –CPAP Destinada ao aquecimento e umidificação do ar fornecido pelo equipamento de ventilação não invasiva, com ajuste da temperatura. Compatível com o modelo do CPAP ofertado.	unidade	270	R\$ 2.866,26	R\$ 773.890,20	AMPLA CONCORRÊNCIA



Autenticado digitalmente por VANDREZA SOUZA DE MORAES - 04/10/2023 às 16:00:01.
Documento Nº: 3816863.28121424-2041 - consulta à autenticidade em <https://acesso.processo.rio/sigaex/public/app/autenticar?n=3816863.28121424-2041>



SMSDES2023132347

ANEXO II
QUADRO ESTIMATIVO DE VALOR

Objeto: registro de preços para aquisição de equipamento CPAP automático e máscara nasal, para período de 12 meses, objetivando suprir as necessidades das diversas demandas judiciais da Secretaria Municipal de Saúde (SMS/RJ).

Modalidade: Pregão Eletrônico
Tipo: Menor Preço por Item

Processo: SMS-PRO-2023/06742
Aut.: 26/04/2023
Fls.:

ITEM	CÓDIGO BR	CÓDIGO SMA	NOME PADRONIZADO	U/C	QUANT	PREÇO UNITÁRIO	VALOR TOTAL	PARTICIPAÇÃO
2	454250	6515.95.121-79	CPAP Automático - indicação SAHOS Com Base Umidificadora Equipamento para suporte ventilatório não invasivo para AHOS, domiciliar, portátil, microprocessado, com gerador de ar de pressão positiva nas vias aéreas, com definição de pressão automática, faixa de operação mínima de 4 e máxima de 20-25 cm H2O, com possibilidade de ajuste entre as faixas limitadoras com incrementos de 0.2cm de H2O. Compensação automática de fugas, Indicador de qualidade do sono, dados de eficácia no cartão de dados, relatório de sono, fluxo e dados de alta resolução (via cartão SD) dados de eficácia clínica, como fuga e pressão, detecção de apnéia central do sono. Possibilidade de colocação de rampa entre 0 e 45 minutos, com incrementos de 5 em 5 minutos ou desligamento de rampa. Com função de conforto (alívio) inspiratório e expiratório. Cartão para armazenamento de dados do paciente durante a terapia (Contador de horas de utilização; Data/horário, dias de uso, horas de execução, dados de eficácia, padrões de uso, fuga, ronco, volume corrente, frequência respiratória, ventilação por minuto, índice de apnéia e hipopnéia, eventos/hora. medidor de aderência: Detecção de respiração); com filtro interno de ar, removível, descartável; alimentação elétrica: 110/220V (bivolt) CA – 60 Hz; opção de idioma em português; nível de ruído: pressão acústica irradiada < 30 dBA a 10 cm H2O e 1 m de acordo com o ISO17510-1. Acessórios por equipamento: -01 tubo flexível/traqueia com 22 x 22 mm x 1.80 a 2.00m de comprimento. -05 Filtros removíveis extras, descartáveis utilizados na entrada do ar no equipamento com objetivo de impedir acúmulo de pó na parte interna no aparelho e a qualidade do ar que está sendo ofertada. -01 Base Umidificadora para equipamento de Ventilação Não Invasiva –CPAP Destinada ao aquecimento e umidificação do ar fornecido pelo equipamento de ventilação não invasiva, com ajuste da temperatura. Compatível com o modelo do CPAP ofertado.	unidade	30	R\$ 2.866,26	R\$ 85.987,80	RESERVA DE COTA
3	605514	5115.56.083-84	MÁSCARA NASAL COM APOIO NA TESTA com FIXADOR CEFÁLICO Interface utilizada para adaptar o paciente ao equipamento de ventilação não invasiva, não descartável, siliconizada, com válvula de exalação, almofada interna para minimizar a pressão sobre a região nasal e testa, braço para testa almofadado. Três pontos de apoio, sendo dois deles (os inferiores) para a fixação das presilhas do fixador. Fixador cefálico (arnê) de quatro pontas ajustável, com velcro e presilhas (inferiores); compatível, reutilizável	unidade	300	R\$ 242,89	R\$ 72.867,00	EXCLUSIVA
TOTAL							R\$ 932.745,00	

LEGENDA
EXCLUSIVO - Considerando o valor abaixo de oitenta mil reais, a concorrência se limita a ME e EPP, conforme todos os itens.
AMPLA CONCORRÊNCIA - Todas as empresas poderão dar lances para aquisição e/ou prestação deste serviço.
RESERVA DE COTA - Concorridos apenas por empresa de pequenos e médio portes (ME e EPP).



Autenticado digitalmente por VANDREZA SOUZA DE MORAES - 04/10/2023 às 16:00:01.
Documento Nº: 3816863.28121424-2041 - consulta à autenticidade em <https://acesso.processo.rio/sigaex/public/app/autenticar?n=3816863.28121424-2041>



SMSDES2023132347