MINISTÉRIO DA DEFESA
ESTADO-MAIOR CONJUNTO DAS FORÇAS ARMADAS
CHEFIA DE LOGÍSTICA E MOBILIZAÇÃO
SECRETARIA-EXECUTIVA DE COORDENAÇÃO DE AÇÕES DE ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL

Anexo B – Especificações Mínimas Aceitáveis

1. A presente relação tem por finalidade estabelecer a descrição mínima aceitável para cada item da contratação, inclusive para aqueles que compõem os Kits (individual, enfermeiro e médico).

2. A ordem dos itens constante deste Anexo B corresponde àquela adotada na pesquisa de preços, não guardando vinculação com a sequência apresentada no Anexo A.

Item	Descrição	CatMat/ CatServ	Legislação/ Imagem Referência
1	**Atadura de Crepom 10cm.** A Atadura de crepom deve ser constituída de uma faixa contínua de tecido, 100% algodão, com propriedades elásticas. Suas dimensões são 10,0 cm de largura x 180 cm de comprimento e gramatura 18g/m2, com deformação máxima 50%.	628469	ABNT NBR 14056 **Imagem Ilustrativa:** 
2	**Bandagem de Emergência** **Modelo Israelense 6 polegadas** bandagem de emergência destinada ao controle de hemorragias externas, composta por faixa elástica de compressão integrada a uma almofada de curativo estéril, não aderente, destinada à cobertura e compressão direta de ferimentos. Deve possuir mecanismo ou aplicador de pressão que permita exercer e manter compressão adequada sobre o local da lesão, possibilitando seu uso em diferentes regiões do corpo. Deve possuir sistema de fixação que permita manter a bandagem firmemente posicionada durante e após a aplicação, evitando o desenrolamento acidental da faixa. A extremidade da bandagem deverá possuir mecanismo de fixação, como presilha, velcro ou sistema equivalente. O conjunto deverá ser estéril, de uso único, acondicionado individualmente e embalado de forma a preservar sua integridade e condições de utilização, preferencialmente em embalagem compacta e resistente, adequada ao transporte e acondicionamento em kits de atendimento pré-hospitalar. Deve possuir registro na Anvisa.	628412	NSN 6510-01-492-2275 **Imagem Ilustrativa:** 
3	**Cânula Nasofaríngea 28FR** A cânula nasofaríngea indicada para procedimentos anestésico/cirúrgicos de rotina e/ou em emergências, sendo utilizada para facilitar a ventilação, mantendo as vias aéreas superiores permeáveis.	474778	NSN 6515-01-529-1187 NSN 6515-01-560-6983 **Imagem Ilustrativa:**

	Produzida em material flexível, livre de látex, deve possuir ponta distal atraumática, com bisel de bordas arredondadas, rampa interna para direcionar a passagem da cânula nasogástrica e/ou aspiração, borda proximal alargada em forma de funil para melhor posicionamento e fixação, de forma a restringir o deslocamento inadvertido da sonda, através da abertura nasal. Apresentação: estéril em embalagem individual pronta para uso imediato. Validade da esterilização: 5 anos. Acompanha manual de uso em português. Acompanha Sache de Gel. 01 tamanho 6,5 (6.5 mm/28fr, 12,5 cm, 128mm). Cor contrastante amarelo brilhante ou verde, preferencialmente, para melhor visualização do dispositivo durante as manobras. Deve possuir registro na Anvisa.		
4	**Compressa de Gaze Estéril** compressa de gaze hidrófila, estéril, confeccionada em 100% algodão, com no mínimo 13 fios, destinada à limpeza, cobertura, proteção e absorção de secreções e exsudatos em ferimentos. Deve possuir no mínimo 8 camadas e 5 dobras, com dimensões aproximadas de 7,5 cm × 7,5 cm, quando dobrada, e 15 cm × 30 cm, quando aberta. Deve apresentar boa capacidade de absorção e ser adequada para utilização em procedimentos de primeiros socorros, curativos e atendimento pré-hospitalar. Acondicionamento individual em embalagem que preserve a esterilidade e integridade do produto até o momento da utilização.	637405	ANVISA 82673280018 **Imagem Ilustrativa:** 
5	**Gaze com Agente Hemostático** A gaze hidrofílica com agente hemostático (caulim ou similar). Deve possuir tira de duas camadas e dobrada em forma de Z para facilitar a sua aplicação. Seu material deve ter propriedades hemostáticas, sem produção de quaisquer reações exotérmicas, devendo ser estéril e apirogênica. A gaze deve medir aproximadamente, 7,5cm de largura X 370cm de comprimento, ser macia, branca e não tecido. Deve conter uma tira detectável por raios-X, para facilitar sua identificação. O produto deve ser acondicionado em embalagem selada a vácuo, de abertura fácil, na cor verde ou preta. O item em tela, deve ser igual ou similar ao QUIKCLOT COMBAT Z-FOLD, ser registrado na Anvisa e recomendado pelo *Committee on Tactical Combat Casualty Care* (CoTCCC – USA).	628232	NSN 6510-01-562-3325 **Imagem Ilustrativa:** 
6	**Luvas de Procedimento Nitrílicas** A luva de procedimento nitrílica deve oferecer uma resistência superior a muitos tipos de produtos químicos e ações mecânicas. Deve ser fabricada em Nitrilo (borracha sintética), visando a eliminação das reações alérgicas em usuários com hipersensibilidade ao látex, além de apresentar alta resistência durante o uso. Deve ser ambidestra, não possuir pó bioabsorvível. A sua superfície deve ser lisa e com microtextura na ponta dos dedos, possuindo alto grau de flexibilidade. Cada caixa deve conter, pelo menos, 100 unidades e deverá ser na cor azul. Que sua embalagem seja preferencialmente do tipo dispenser box.	619860	NSN 6515-01-519-9161 **Imagem Ilustrativa:** 

7	**Fita Adesiva Cirúrgica (tipo esparadrapo ou micropore 10 CM X 4,5 M)** fita adesiva destinada à fixação de curativos, compressas, gazes, cateteres e demais dispositivos utilizados em procedimentos de primeiros socorros e atendimento pré-hospitalar. Deve possuir boa aderência à pele, permitir corte ou rasgo manual e apresentar material flexível e resistente, adequado à aplicação sobre a pele. Deverá ser fornecida em rolo, com largura mínima de 10 cm e comprimento mínimo de 4,5 m, acondicionada de forma a preservar sua integridade e condições de utilização.	631726	NSN 6510-00-926-8883 **Imagem Ilustrativa:** 
8	**Torniquete de Combate** O torniquete tático deve fazer cessar 100% a hemorragia maciça nas extremidades dos membros, e proporcionar ao operador sua autoaplicação. Deve possuir um único sistema de fivela simples para o correto tracionamento que permita uma aplicação extremamente rápida e uma efetiva remoção de folgas. Sua aplicação deve ser simplificada e existir um único protocolo para todas as aplicações. Deve possuir fivela para passada simples resistente: que permitirá que a afixação e remoção do torniquete no membro seja rápida e simples, diminuindo os giros feitos na barra de tracionamento, resultando em menor perda sanguínea. A barra de tracionamento deve proporcionar giro no próprio eixo, tracionar o sistema, produzindo a oclusão sanguínea no membro. Deve possuir sobressaltos nas extremidades para facilitar seu manejo e ter localização fixa, após aplicação. Possuir entrada chanfrada bilateral para travar a barra de tracionamento, suportando o tracionamento para correta oclusão sanguínea, não devendo apresentar flexão; As ranhuras melhoram a aderência e auxiliam em situações de estresse ou onde a coordenação motora fina é potencialmente reduzida e/ou em situações com as mãos sujas de sangue, lama, água, etc e em qualquer condição meteorológica. Fitas de poliéster de alta tenacidade; Haste de molinete de alumínio usinado de grau aeronáutico de 5; Placa de estabilização em polímero Fita com ganchos e argolas em nylon; Pulseira de poliéster reforçada de 1,5” e baixo estiramento; Fivela de trava de fricção composta removível, resistente a UV e de alta resistência; Sistema de travamento da haste de torção é finalizado por um triângulo; Deverá manter convenientemente o molinete no lugar até que você possa prendê-lo para fixação do molinete; A cinta de poliéster reforçada maximiza a compressão durante o processo de aplicação. Com uma largura real de1,5", o material de desempenho desliza através da fivela robusta para uma operação rápida e sem protuberâncias e minimiza a perda de pressão ao longo do tempo após a aplicação; Fivela Robusta - Projetado para remover o excesso de folga em um único movimento fluido. O formato da fivela estabiliza a faixa de compressão de desempenho em qualquer ângulo de engate. A fivela robusta é um design composto leve e avançado com resistência superior em relação às versões anteriores; Molinete de alumínio de alta resistência - Usinado a partir de uma única barra de alumínio para aeronaves, o molinete de5,5” apresenta extremidades cônicas exclusivas e textura de	485515	NSN 6515-01-521-7976 **Imagem Ilustrativa:**  Para amostras deste objeto é necessário a apresentação: **Laudo de eficiência** emitido por laboratório credenciado no INMETRO ou outro órgão reconhecido, demonstrando a eficácia do torniquete no controle de hemorragias. **Certificação TCCC (Tactical Combat CasualtyCare)** ou **reconhecimento pelo CoTCCC (Committee on Tactical Combat Casualty Care)**, que atesta a conformidade com padrões militares e táticos. **Registro na ANVISA**; **Laudo de resistência e durabilidade** para avaliar a resistência dos materiais em situações extremas. **Declaração de originalidade do fabricante**, garantindo que os produtos entregues são autênticos. uma das mãos, durante a autoaplicação. Dimensões (dobrado no pacote) : 5,5" C x 2" L x 1,75" P Peso : 3,7 /105g O torniquete não deve possuir em sua composição Latex e Velcro deve ser recomendado pelo *Committee on TacticalCombat Casualty Care* (CoTCCC – USA); Deve possuir registro na Anvisa. Deve ser igual ou semelhante ao Torniquete Tático CATGEN 5, nas cores preta ou preferencialmente caqui (ou Tan,ou Coyote). **O fornecedor deve ser representante autorizado** da marca, é necessário a apresentação de documentos de distribuição oficial atestado pelo fabricante da marca.

	fácil aderência para torque consistente. Seu acabamento anodizado minimiza os impactos dos elementos ambientais para maior durabilidade em qualquer cenário; Conclua a aplicação do torniquete prendendo o molinete na trava. Pode ser facilmente manipulado com apenas uma mão e evita que o molinete se desloque durante o movimento do paciente; Atende aos novos padrões ANSI: 100%; Pulseira de poliéster reforçada de 1,5" e baixo estiramento;		**Será obrigatório o fornecimento do código de rastreabilidade** (número de série único) para verificação de autenticidade junto ao fabricante. Será obrigatório o fornecimento do manual do usuário original físico para cada torniquete. Comprovação que atende aos novos padrões ANSI:100%;
9	**Manta aluminizada** A manta térmica para resgate aluminizado deve ser confeccionada em polietileno aluminizado em toda sua superfície. Ela não deformar e ser a prova d'água e ter a capacidade de refletir o calor externo, mantendo o calor interno. Seu acondicionamento deve ser em embalagem compacta, de fácil abertura e seu dimensionamento deve ser de, aproximadamente, 140 cm largura x 210 cm comprimento.	613767	NSN 7210-01-463-5431 **Imagem Ilustrativa:** 
10	**Cateter intravenoso periférico tipo Jelco nº 14, simples (sem mecanismo de segurança)** dispositivo estéril e descartável com diâmetro de 2,1 mm e comprimento de 45 mm, projetado para infusões rápidas de grandes volumes em situações críticas de emergência	625223	**Imagem Ilustrativa:** 
11	**Bolsa Tática Individual de suporte de pernas** bolsa tática de acesso rápido e fácil aos suprimentos de primeiros socorros com a plataforma de laço destacável e o design triplo com fivela de liberação lateral rápida. O mezanino e os bolsos são amplos e organizam o armazenamento dos itens. As alças na cintura das pernas devem ser perfeitamente ajustáveis ao tamanho do corpo. Tecido: tecido cordura 1.000. Cores possíveis: camuflado, preto, verde oliva ou azul noite.	447850	**Imagem Ilustrativa:** 
12	**Marcador permanente de ponta fina cor preta (tinta resistente à água)** O pincel marcador permanente deverá possuir ponta cônica, com Grip Emborrachado, secagem rápida a base de álcool, tinta de cor preta ou vermelha.	316086	**Imagem Ilustrativa:** 
13	**Bolsa Tática Médica Coletiva de Acesso Rápido de Saúde Operacional para Médico/Enfermeiro (50 litros)** Mochila confeccionada em cordura 500D, fitas em poliamida e acabamento por viés, com abertura por meio de zíper; Dimensões da mochila fechada: 35cm X 52cm X 10cm; Características internas: Painel de instrumentos primário: Painel em cordura 500D, contempla sistema de elástico cambiável e tiras em poliamida travetada, sistema de fixação	624265	**Imagem Ilustrativa:**

	por velcro. Dimensões: 31,50cm X 18,00cm; Quatro bolsos utilitários: Bolso com tela aerada, cordura 500D, abertura por zíper, acabamento por viés, sistema de fixação por velcro. Dimensões: 32,00cm X 10,5cm; Dois bolsos em tela aerada, abertura por zíper situado na aba do compartimento principal; Bolso em cordura 500D na parte das costas, com velcro para fixação de painel de instrumentos secundário Dimensões 32,00cm X 38,00 cm; Bolso porta Camelback em cordura 500D com fechamento por zíper, entre o bolso das costas Dimensões: 41,0cm X 17,50cm; Painel de instrumentos secundário: Painel em cordura 500D, contempla sistema de elástico travetado, sistema de fixação por velcro. Dimensões: 20,50cm X 26,00cm; Bolso frontal inferior em cordura 500D com fechamento por zíper externo e interno; Painel frontal com alça para transporte fixada por velcro, três fitas de poliamida travetadas no sistema padrão MOLLE, velcro para patch de 8,00 cm X 5,00cm e duas fitas de poliamida para carga adicional tipo maca com fechamento por engate rápido; Alça de transporte superior em fita de poliamida; Alças de ombro estofada com modelagem anatômica, em cordura, espuma e tela aerada 3D, sistema de soltura rápida por engates de nylon, travamento de peito e de cintura; Placas em polímero interno para maior rigidez da mochila, situadas na parte frontal e costas; Sistema modular lateral em fitas de poliamida padrão MOLLE. Deve acompanhar 4 bolsos utilitários e 1 painel de instrumento extra; Cor: Coyote/Tan ou verde; Referência mochila tática, marca TACOPS™ modelo M-9ASSAULT MEDICAL BACKPACK ou similar.		
14	**Selo de tórax (par sendo um com válvula e outro simples para oclusão)** O selo de tórax valvulado industrializado em "par" de vedação torácica utilizado para a prevenção, gerenciamento e tratamento de um pneumotórax aberto e/ou tensionado, potencialmente causado por um trauma torácico penetrante. Os selos devem possuir canais de, no mínimo, 03 saídas projetadas para impedir o fluxo de ar na cavidade torácica durante a inspiração, enquanto permite que o ar e sangue escapem pelos canais de ventilação durante a expiração ou válvula unidirecional para a mesma finalidade. Eles devem possuir, na área de fixação, superfície aderente com adesivo hidrogel, elasticidade para aderência em qualquer curvatura do corpo, além de estar aptos para serem aplicado em situações climáticas extremas. A embalagem deve possuir, dois selos de tórax valvulados, cada selo deve estar embalado individualmente, de forma a permitir a aplicação/vedação em uma entrada ou em uma ferida de saída, ao mesmo tempo, que dá a opção de aplicar apenas uma e armazenar a outra até que o seu uso seja necessário. As embalagens individuais devem ser impermeáveis e, preferencialmente, unidas entre si por um sistema próprio do fabricante e sem comunicação interna entre as embalagens, devendo apresentar picotes bilaterais para que as unidades possam ser destacadas. Cada vedação torácica deve incluir uma compressa de gaze para limpar a superfície da ferida, preferencialmente, antes da aplicação. O produto deve ser acondicionado à vácuo. Cada selo possui dimensões aproximadas de 15 cm de largura X 15 cm de comprimento, quando embalados e dobrados, possuem dimensões aproximadas a 11 cm de largura x 19 cm de comprimento x 0,5 cm de espessura. Quando estão embalados desdobrados, possuem dimensões aproximadas a	486831	NSN 6510-01-642-4212 NSN 6510-01-656-8718 **Imagem Ilustrativa:** 

	22 cm de largura x 19 cm de comprimento x0,3 cm de espessura. Deve possuir registro na Anvisa.		
15	**Porta Torniquete** O porta torniquete deverá ser confeccionado com fitas de poliéster ou poliamida, a estrutura de reforço interna em Nylon e o seu fechamento por velcro ou similar. Fixação por sistema "M.O.L.L.E" e sistema de fixação para cinto, permitindo que o porta torniquete seja utilizado na horizontal ou na vertical. Suas dimensões são aproximadamente 16,5cm x5,0cm x4,0cm. Deverá possuir uma aba frontal chanfrada, de fácil acesso, permitindo assim o rápido manuseio. Ela fica envolta em elástico plano de 60mm de largura, a sua lateral possui elástico roliço de 2,5 mm para ajuste na compressão do torniquete. O porta torniquete deverá ser compatível com as dimensões do item 08 deste lote (torniquete); O Porta Torniquete deverá ser igual ou similar ao modelo de torniquete adquirido neste processo licitatório de modo que as medidas do torniquete (modelo referência CAT GEN5) sejam compatíveis com o porta torniquete, cor verde oliva.	427208	**Imagem Ilustrativa:** 
16	**Cânula Nasofaríngea – Tamanho 6** A cânula nasofaríngea indicada para procedimentos anestésico/cirúrgicos de rotina e/ou em emergências, sendo utilizada para facilitar a ventilação, mantendo as vias aéreas superiores permeáveis. Produzida em material flexível, livre de látex, deve possuir ponta distal atraumática, com bisel de bordas arredondadas, rampa interna para direcionar a passagem da cânula nasogástrica e/ou aspiração, borda proximal alargada em forma de funil para melhor posicionamento e fixação, deforma a restringir o deslocamento inadvertido da sonda, através da abertura nasal. Apresentação: estéril em embalagem individual pronta para uso imediato. Validade da esterilização: 5 anos. Acompanha manual de uso em português. Acompanha Sache de Gel. 01 **tamanho 6**. Cor contrastante amarelo brilhante ou verde, preferencialmente, para melhor visualização do dispositivo durante as manobras. Deve possuir registro na Anvisa.	474781	NSN 6515-01-529-1187 NSN 6515-01-560-6983 **Imagem Ilustrativa:** 
17	**Cânula Nasofaríngea – Tamanho 7** A cânula nasofaríngea indicada para procedimentos anestésico/cirúrgicos de rotina e/ou em emergências, sendo utilizada para facilitar a ventilação, mantendo as vias aéreas superiores permeáveis. Produzida em material flexível, livre de látex, deve possuir ponta distal atraumática, com bisel de bordas arredondadas, rampa interna para direcionar a passagem da cânula nasogástrica e/ou aspiração, borda proximal alargada em forma de funil para melhor posicionamento e fixação, deforma a restringir o deslocamento inadvertido da sonda, através da abertura nasal. Apresentação: estéril em embalagem individual pronta para uso imediato. Validade da esterilização: 5 anos. Acompanha manual de uso em português. Acompanha Sache de Gel. 01 **tamanho 7**.	474781	NSN 6515-01-529-1187 NSN 6515-01-560-6983 **Imagem Ilustrativa:** 

	Cor contrastante amarelo brilhante ou verde, preferencialmente, para melhor visualização do dispositivo durante as manobras. Deve possuir registro na Anvisa.		
18	**Reanimador Manual Tipo Ambu dobrável** dispositivo médico portátil destinado à ventilação manual de pacientes adultos em situações de emergência, primeiros socorros e atendimento pré-hospitalar. Deve ser constituído por bolsa auto inflável, válvula unidirecional e máscara facial anatômica, permitindo ventilação manual eficiente e impedindo a recirculação do ar expirado. A bolsa deverá possuir capacidade compatível com a ventilação de pacientes adultos, com volume nominal mínimo de 1.600 mL, e ser confeccionada em material de grau médico, resistente e adequado à finalidade de uso. A máscara facial deverá ser transparente ou permitir adequada visualização da face do paciente, possuir formato anatômico e proporcionar vedação eficiente durante a ventilação. O conjunto deverá permitir conexão a fonte suplementar de oxigênio, por meio de tubo/extensão apropriado, e possuir bolsa reservatória de oxigênio com capacidade compatível com a finalidade de uso. Deverá possuir conexões compatíveis com dispositivos de pressão expiratória final positiva (PEEP), quando empregados. O conjunto deverá ser compacto, dobrável ou possuir sistema que permita seu acondicionamento em espaço reduzido, sendo adequado para transporte e armazenamento em kits de emergência e atendimento pré-hospitalar. Deverá ser fornecido completo, incluindo bolsa auto inflável, máscara facial adulta, reservatório de oxigênio, tubo/extensão para conexão à fonte de O_2 e os demais acessórios necessários ao seu funcionamento. Produto de uso adulto, destinado a pacientes com massa corporal superior a aproximadamente 40 kg. Deverá ser fornecido em embalagem individual adequada, possuir validade compatível com a finalidade de uso e apresentar registro ou regularização junto à ANVISA, quando exigível, atendendo às normas técnicas e sanitárias aplicáveis.	456412	NSN 6515-01-519-3612 **Imagem Ilustrativa:** 
19	**Aspirador de Secreções Adulto e Infantil (Unidade de Sucção descartável)** equipamento portátil destinado à aspiração de secreções e fluidos das cavidades orofaríngeas, indicado para utilização em primeiros socorros, atendimento pré-hospitalar, resgate e situações de emergência. Deve possuir acionamento manual, dispensando o uso de energia elétrica, baterias ou fonte externa de alimentação. Deve permitir operação com uma das mãos, possibilitando ao usuário manter a outra mão livre para os procedimentos de atendimento. Deve possuir reservatório para coleta do material aspirado, preferencialmente transparente ou que permita a visualização do conteúdo, dotado de mecanismo que impeça o retorno do fluido aspirado e seu transbordamento. O sistema deverá possibilitar a geração de pressão negativa por acionamento manual, mediante mecanismo de sucção conectado ao recipiente coletor. Deve possuir sistema de controle ou regulagem da pressão de vácuo, compatível com a finalidade de uso e com os parâmetros de segurança recomendados pelo fabricante. O equipamento deverá ser fornecido completo, acompanhado dos acessórios necessários ao seu funcionamento e utilização, conforme especificações do fabricante.	459180	NSN 6515-01-540-7206 **Imagem Ilustrativa:** 

20	***Kit* de drenagem de tórax** conjunto de materiais médico-hospitalares destinado à realização de drenagem torácica em situações de emergência e atendimento pré-hospitalar, especialmente em casos de pneumotórax e/ou hemotórax, permitindo a drenagem de ar e/ou fluidos da cavidade pleural. Deve ser fornecido em conjunto completo, estéril e acondicionado individualmente, contendo, no mínimo, **01 tubo torácico flexível para drenagem, 01 dispositivo ou válvula de drenagem unidirecional compatível, 01 selo torácico, 01 bisturi estéril de uso único, 01 pinça hemostática curva, 01 pinça cirúrgica curva, 01 par de luvas cirúrgicas estéreis, 01 campo estéril, 01 material para sutura, compressas estéreis e material antisséptico para preparo da pele**, ou componentes equivalentes que atendam à mesma finalidade. Os componentes deverão ser compatíveis entre si e adequados à realização do procedimento. O conjunto deverá ser de uso único, possuir embalagem que assegure sua esterilidade e integridade até a utilização e apresentar registro ou regularização junto à ANVISA, quando exigível. **Produto destinado exclusivamente à utilização por profissional habilitado, conforme protocolos e indicação clínica aplicáveis.**	619350	NSN 6515-01-618-4600 **Imagem Ilustrativa:** 
21	**Tala de Contenção Pélvica** dispositivo destinado à estabilização e compressão circunferencial da pelve em situações de trauma, especialmente em casos de suspeita de fratura pélvica, visando auxiliar na redução da mobilidade e no controle do espaço pélvico. Deve possuir estrutura flexível e ajustável, permitindo adaptação à anatomia do paciente e aplicação de força compressiva controlada e uniforme ao redor da pelve. Deve possuir sistema de fechamento e ajuste que permita sua fixação segura ao paciente, possibilitando regulagem adequada ao tamanho da pelve. O dispositivo deverá ser confeccionado em material resistente, flexível e adequado ao contato com o paciente, permitindo higienização e/ou utilização conforme indicação do fabricante. Deve possuir tamanho único ou sistema de ajuste que possibilite sua utilização em pacientes adultos de diferentes dimensões corporais. O material deverá permitir transporte e armazenamento em kits de emergência e atendimento pré-hospitalar, apresentando dimensões e peso compatíveis com essa finalidade. Deverá possuir registro ou regularização junto à ANVISA, quando exigível, e atender às normas técnicas e sanitárias aplicáveis.	639123	**Imagem Ilustrativa:** 
22	**Tala de Contenção** dispositivo destinado à imobilização e estabilização temporária de membros superiores e inferiores em situações de trauma, primeiros socorros e atendimento pré-hospitalar. Deve possuir estrutura interna maleável e moldável, permitindo sua adaptação ao contorno anatômico do membro lesionado e proporcionando suporte adequado durante a imobilização. Deve ser confeccionada em material resistente, leve, flexível e radiotransparente, permitindo a realização de exames radiográficos sem necessidade de remoção, quando aplicável. Deve possuir revestimento acolchoado ou material equivalente que proporcione conforto e proteção ao paciente durante a utilização. O dispositivo deverá ser impermeável ou resistente à umidade, permitindo sua utilização em diferentes	639123	NSN 6515-01-494-1951 **Imagem Ilustrativa:** 

	condições ambientais e facilitando a higienização. Deve possuir sistema de fixação ajustável e seguro, compatível com a finalidade de imobilização, podendo ser constituído por tiras, fechos ou sistema equivalente. Deverá ser livre de látex, dobrável ou enrolável, de modo a facilitar o acondicionamento e transporte em kits de emergência e atendimento pré-hospitalar. Produto de uso não estéril, reutilizável quando permitido pelo fabricante e conforme protocolo de higienização aplicável. Deverá possuir dimensões e características compatíveis com a utilização em membros de pacientes adultos, permitindo adequada adaptação e imobilização. Deverá possuir registro ou regularização junto à ANVISA, quando exigível, e atender às normas técnicas e sanitárias aplicáveis.		
23	**Bandagem Triangular Multifuncional** material destinado à realização de imobilizações provisórias, suporte e fixação de membros em situações de primeiros socorros, atendimento pré-hospitalar e emergências. Deve possuir formato triangular, confeccionada em tecido de algodão ou material têxtil equivalente, resistente e adequado à finalidade de uso, permitindo sua utilização como tipoia para sustentação de membros superiores, como suporte auxiliar para fixação e estabilização de talas e para realização de curativos, enfaixamentos e contenções provisórias em diferentes regiões do corpo. Deve apresentar dimensões aproximadas de 1,00 m × 1,00 m × 1,40 m, admitindo-se variação dimensional compatível com a finalidade de uso. O material deverá permitir dobragem, amarração e ajuste conforme a necessidade do atendimento, sendo adequado para acondicionamento e transporte em kits de primeiros socorros e atendimento pré-hospitalar. Produto de uso não estéril, devendo ser fornecido individualmente acondicionado de forma a preservar sua integridade e condições de utilização. Deverá possuir registro ou regularização junto à ANVISA, quando exigível, e atender às normas técnicas e sanitárias aplicáveis.	478139	NSN 6510-00-201-1755 **Imagem Ilustrativa:** 
24	**Lanterna de Cabeça LED Tática** lanterna portátil destinada à iluminação de áreas de trabalho e atendimento em situações de emergência, primeiros socorros, resgate e atendimento pré-hospitalar. Deve possuir sistema de fixação ajustável à cabeça, permitindo o uso com as mãos livres durante a realização de procedimentos e demais atividades operacionais. Deve possuir iluminação por tecnologia LED, com intensidade luminosa adequada para utilização em ambientes com baixa luminosidade e possibilidade de **direcionamento do feixe luminoso** conforme a necessidade do usuário. Deverá apresentar alcance de iluminação compatível com a finalidade de uso e possuir, no mínimo, autonomia suficiente para utilização contínua durante atendimentos e procedimentos de emergência. Deve possuir alimentação por bateria ou acumulador interno recarregável, com sistema de recarga por conexão USB ou tecnologia equivalente, acompanhado dos acessórios necessários para o carregamento. Deverá possuir estrutura compacta, leve e resistente, adequada ao transporte e acondicionamento em kits de emergência e atendimento pré-hospitalar, além de resistência à umidade ou respingos de água, compatível com sua utilização em ambientes externos e condições adversas. Deverá possuir sistema de acionamento de fácil acesso e, preferencialmente, diferentes níveis ou modos de iluminação. O conjunto deverá ser fornecido completo, pronto para	607427	**Imagem Ilustrativa:** 

	utilização, acompanhado dos acessórios necessários ao seu funcionamento e carregamento.		
25	**Tesoura curva ponta romba** A tesoura do tipo "ponta romba" deverá possuir capacidade para cortar todos os tipos de tecidos (couro, botas, roupas de inverno pesadas, gaze e outros), bem como possuir lâminas afiadas, temperadas e rígidas de aço inoxidável, com borda serrilhada para cortar materiais mais resistentes. Deverá também possuir grande anel de polipropileno, para proporcionar o máximo de controle e conforto no encaixe dos dedos. A cor do cabo poderá ser caqui, preta ou verde escuro e a lâmina na cor do cabo ou preta. Deverá ser totalmente autolavável à 143ºC. Possuir dimensões aproximadas a:comprimento total de 19cm; largura total de 10cm; espessura total de 1cm peso: 57g. Ser igual ou semelhante a NAR TRAUMA SHEARS.	471612	NSN 6515-01-538-9276 **Imagem Ilustrativa:** 
26	**Oxímetro Digital Portátil LED para dedo** equipamento para medição não invasiva e pontual da saturação periférica de oxigênio (SpO_2) e frequência de pulso, destinado ao uso em emergências e atendimento pré-hospitalar. Deve possuir display digital de fácil visualização, estrutura compacta e resistente, alimentação por bateria ou pilha e operação simples. Produto regularizado junto à ANVISA e em conformidade com os requisitos aplicáveis do INMETRO.	299875	**Imagem Ilustrativa:** 
27	**Termômetro clínico Digital** equipamento portátil destinado à medição da temperatura corporal, com visor digital de fácil visualização e sinal sonoro indicativo do término da medição. Deve possuir estrutura resistente à água, permitindo higienização e desinfecção, alimentação por bateria substituível e funcionamento adequado para utilização em atendimentos de emergência e pré-hospitalares. Produto regularizado junto à ANVISA e em conformidade com os requisitos metrológicos aplicáveis do INMETRO.	623736	**Imagem Ilustrativa:** 
28	**Filme Plástico PVC** Rolo plástico de revestimento em PVC transparente de 28cm x 30 m. filme plástico transparente, flexível e resistente, destinado à proteção, cobertura e isolamento de materiais e superfícies durante procedimentos de atendimento pré-hospitalar e primeiros socorros.	340210	**Imagem Ilustrativa:** 

29	**Bastão de Luz de Segurança (Cyalume)** dispositivo de iluminação de emergência, de acionamento químico, destinado à sinalização e iluminação em emergências, atendimento pré-hospitalar, resgate e ambientes com baixa ou nenhuma luminosidade. Deve emitir luz em 360°, possuir autonomia mínima de 8 horas e ser resistente à água. Deve ser de uso seguro, não inflamável e não tóxico, adequado para transporte e acondicionamento em kits de emergência.	295472	**Imagem Ilustrativa:** 
30	**Máscara Facial de Reanimação** dispositivo de barreira destinado à realização de ventilação boca a boca durante procedimentos de reanimação cardiopulmonar (RCP), proporcionando proteção entre o socorrista e a vítima e reduzindo o contato direto durante a ventilação. Deve possuir abertura ou válvula unidirecional para passagem do ar e proteção contra contato com secreções, ser de uso único e acondicionado individualmente em embalagem que preserve sua integridade e condições de utilização.	455049	**Imagem Ilustrativa:** 
31	***Kit* de agulha de descompressão do tórax nº 14** dispositivo médico estéril, de uso único, destinado à descompressão de emergência do espaço pleural em casos de pneumotórax hipertensivo. Deve ser constituído por agulha e cateter apropriados para acesso ao espaço pleural, permitindo a liberação do ar sob pressão e a consequente descompressão torácica. Deve possuir sistema de proteção e acondicionamento individual que preserve sua esterilidade e integridade até o momento da utilização. Produto destinado ao uso em atendimento pré-hospitalar e emergências, devendo possuir registro ou regularização junto à ANVISA, quando exigível, e atender às normas técnicas e sanitárias aplicáveis.	437181	NSN 6515-01-673-1701 **Imagem Ilustrativa:** 
32	**Lanterna clínica médica LED em alumínio** lanterna portátil destinada à iluminação e avaliação visual durante exames clínicos e procedimentos de primeiros socorros e atendimento pré-hospitalar. Deve possuir fonte de iluminação LED de intensidade adequada, corpo compacto e resistente, acionamento manual de fácil acesso e alimentação por bateria ou pilha substituível. Deve ser leve e adequada para transporte e acondicionamento em kits de emergência.	469954	NSN 6230-00-635-4998 **Imagem Ilustrativa:** 
33	**Kit sutura plus Estéril descartável** conjunto de materiais médico-hospitalares destinado à realização de suturas de regiões superficiais da pele, especialmente em atendimentos de emergência, primeiros		**Imagem Ilustrativa:**

	socorros e procedimentos de pequeno porte. Deve ser fornecido estéril, de uso único e acondicionado individualmente, contendo, no mínimo: campo cirúrgico estéril fenestrado; campo estéril para cobertura de superfície; compressas de gaze estéreis; fio cirúrgico monofilamentar não absorvível, com agulha compatível para sutura cutânea; pinça dente-de-rato; porta-agulhas; tesoura cirúrgica; e par de luvas para procedimento. Os instrumentos deverão ser confeccionados em material adequado à finalidade de uso e apresentar dimensões compatíveis com procedimentos de sutura superficial. O conjunto deverá ser fornecido completo, pronto para utilização, com embalagem que preserve a esterilidade e integridade dos componentes até o momento do uso. Deverá possuir registro ou regularização junto à ANVISA, quando exigível, e atender às normas técnicas e sanitárias aplicáveis.	600180	
34	**Aparelho medidor de pressão automático de pulso** equipamento portátil destinado à aferição não invasiva da pressão arterial, por método oscilométrico, com indicação dos valores de pressão sistólica e diastólica e frequência de pulso. Deve possuir sensor integrado para posicionamento no pulso, display digital de fácil visualização, operação simples e indicação de movimentação inadequada e/ou arritmia, quando disponível. Deve possuir alimentação por pilhas ou bateria, ser compacto, leve e adequado ao transporte e acondicionamento em kits de emergência e atendimento pré-hospitalar. O equipamento deverá apresentar regularização junto à ANVISA e atender aos requisitos metrológicos e regulamentações aplicáveis do INMETRO.	436498	**Imagem Ilustrativa:** 
35	**Estetoscópio duplo profissional premium adulto e infantil** instrumento destinado à ausculta de sons cardíacos, pulmonares e corporais, para utilização em avaliações clínicas, emergências e atendimento pré-hospitalar. Deve possuir auscultador com diafragma de alta sensibilidade, tubo condutor flexível e biauricular com olivas anatômicas, proporcionando adequada condução e distinção dos sons de baixa e alta frequência. Deve permitir utilização em pacientes adultos e pediátricos, possuir estrutura resistente, leve e de fácil manuseio, sendo adequado ao transporte e acondicionamento em kits de emergência. Deverá ser fornecido completo, acompanhado dos acessórios necessários ao seu funcionamento e acondicionado individualmente. Produto regularizado junto à ANVISA, quando exigível.	634101	**Imagem Ilustrativa:** 
36	**Sacos apropriados para acondicionamento e preservação de evidências** Bolsa contendo 100 embalagens para integridade de evidências, medindo 4x7 ½ polegadas, à prova d'água, resistentes a rasgos e perfurações, e incluem um lacre inviolável.	640816	Referência: marca Sirchie **Imagem Ilustrativa:** 

37	**Kits teste narcóticos identificação preliminar de cocaína** Kit reagente de tiocianato de cobalto para identificação colori métrica de cocaína e crack, kit com 10 (dez).	351119	Referência: Sirchie NAR 10013 **Imagem Ilustrativa:** 
38	**Kits teste narcóticos preliminar de THC** Kit reagente Duquenois Levine para identificação colorimétrica de THC, kit com 10 (dez).	383416	Referência Sirchie NAR 10008 **Imagem Ilustrativa:** 

Documento assinado digitalmente
gov.br
CARLOS AUGUSTO MEDEIROS DE ARAUJO
Data: 15/09/2026 12:36:19-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

Documento assinado digitalmente
gov.br
ANDRE LUIZ FRANCO DE SOUZA FILHO
Data: 15/09/2026 04:50:51-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br