

## Proc. Administrativo 19- 42.652/2025

---

**De:** Mirella P. - SS-ALMOX-ODO

**Para:** SSUP-PREG-13 - Pregoeiro 13 - A/C Valdirene P.

**Data:** 19/02/2026 às 10:13:26

**Setores envolvidos:**

SS, GP-SEC, SFPE-GO, SS-ALMOX, SS-NAM-CEO, SSUP, SSUP-DJUR, SSUP-PREG-3, SSUP-PREG-13, SSUP-COT, SS-ALMOX-ODO

**PE 128/2025 - Aquisição de sensor intraoral para radiografia digital, com fornecimento de treinamento técnico-operacional, destinado à Secretaria Municipal de Saúde, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no Edital e seus anexos.**

O presente parecer refere-se à análise técnica da proposta apresentada no Despacho 15- 42.652/2025 para fornecimento de Sensor Intraoral Digital – Tamanho 2, realizada de forma colegiada pelas servidoras designadas no Termo de Referência:

- Jéssica Cristina da Costa Luz – CPF: 404.346.508-46
- Mirella Gonçalves Caldeira Padula – CPF: 307.290.068-08
- Vanessa Mesquita da Silva – CPF: 302.716.928-98

Conforme especificação do Termo de Referência, o equipamento deveria ser fornecido acompanhado de kit posicionador autoclavável, integrante do objeto.

Todavia, no Manual do Proprietário (p. 22) consta expressamente que o posicionador é “acessório que não acompanha o produto”, evidenciando o não atendimento comprovado do requisito técnico mínimo e a entrega incompleta do objeto.

Nos termos da Lei nº 14.133/2021, a Administração encontra-se vinculada às exigências do instrumento convocatório, não sendo admitida complementação posterior da proposta.

**Conclusão**

DESCCLASSIFICAÇÃO TÉCNICA DA PROPOSTA, por não atendimento às especificações mínimas do Termo de Referência, especificamente quanto à ausência do kit posicionador autoclavável integrante do objeto.

—

**Mirella Gonçalves Caldeira Padula**  
*Cirurgiã-dentista*



## VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: C13B-FAA3-3449-DC82

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

- ✓ MIRELLA GONCALVES CALDEIRA PADULA (CPF 307.XXX.XXX-08) em 19/02/2026 10:13:43  
GMT-03:00  
Papel: Parte  
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

<https://marilia.1doc.com.br/verificacao/C13B-FAA3-3449-DC82>