

Proc. Administrativo 22- 42.652/2025

De: Mirella P. - SS-ALMOX-ODO

Para: SSUP-PREG-13 - Pregoeiro 13 - A/C Valdirene P.

Data: 20/02/2026 às 08:48:22

Setores envolvidos:

SS, GP-SEC, SFPE-GO, SS-ALMOX, SS-NAM-CEO, SSUP, SSUP-DJUR, SSUP-PREG-3, SSUP-PREG-13, SSUP-COT, SS-ALMOX-ODO

PE 128/2025 - Aquisição de sensor intraoral para radiografia digital, com fornecimento de treinamento técnico-operacional, destinado à Secretaria Municipal de Saúde, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no Edital e seus anexos.

O presente parecer refere-se à análise técnica da proposta apresentada no Despacho 20 – 42.652/2025 para fornecimento de Sensor Intraoral Digital – Tamanho 2, realizada de forma colegiada pelas servidoras designadas no Termo de Referência:

- Jéssica Cristina da Costa Luz – CPF: 404.346.508-46
- Mirella Gonçalves Caldeira Padula – CPF: 307.290.068-08
- Vanessa Mesquita da Silva – CPF: 302.716.928-98

Após análise técnica preliminar da proposta apresentada, referente ao equipamento **Saevo – Sensor Slim 2**, verificou-se aderência parcial às especificações do Termo de Referência, permanecendo lacunas e inconsistências documentais que impedem a confirmação do atendimento integral aos requisitos técnicos exigidos.

Dessa forma, recomenda-se a abertura de diligência técnica para apresentação de documentação complementar que comprove:

1. Existência de **sistema de calibração do sensor** que permita instalação e reinstalação simplificada em diferentes computadores, sem necessidade de procedimentos técnicos complexos.
2. **Dimensões externas completas** do sensor (comprimento e largura).
3. **Resolução em pixels** do equipamento, comprovando atendimento ao mínimo exigido.
4. Especificação formal da **interface USB 2.0 ou superior**.
5. Apresentação do **Certificado de Boas Práticas de Fabricação (BPF)** do fabricante.
6. Declaração formal assegurando **suporte técnico mínimo de 5 (cinco) anos** após emissão da Nota Fiscal.
7. Comprovação de existência de **assistência técnica autorizada em território nacional**.
8. Esclarecimento quanto à divergência documental identificada referente aos acessórios:
 - Há indicação simultânea de que o equipamento “não acompanha posicionador” e, em outro trecho, listagem de acessórios contendo kit posicionador.
 - Solicita-se confirmação formal acerca do fornecimento do **kit posicionador autoclavável**, conforme exigido no Termo de Referência.

A presente diligência possui caráter exclusivamente saneador, não sendo permitida alteração da proposta originalmente apresentada.

Atenciosamente,

—

Mirella Gonçalves Caldeira Padula

Cirurgiã-dentista





VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 345E-DD4E-E9DF-419B

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

- ✓ MIRELLA GONCALVES CALDEIRA PADULA (CPF 307.XXX.XXX-08) em 20/02/2026 08:48:45 GMT-03:00
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

- ✓ JÉSSICA CRISTINA DA COSTA LUZ (CPF 404.XXX.XXX-46) em 20/02/2026 09:19:28 GMT-03:00
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

- ✓ VANESSA MESQUITA DA SILVA (CPF 302.XXX.XXX-98) em 20/02/2026 09:34:29 GMT-03:00
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

<https://marilia.1doc.com.br/verificacao/345E-DD4E-E9DF-419B>