

AVALIAÇÃO DAS AMOSTRAS APRESENTADAS

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 015/2025

OBJETO: Registro de Preços, pelo prazo de 12 meses visando à aquisição de tiras de teste para glicemia capilar, destinados à Secretaria Municipal de Saúde, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no Edital e seus anexos.

LICITANTE: PONTUAL COMERCIAL LTDA – CNPJ 01.854.654/0001-45

ITEM: 01

MARCA DO PRODUTO OFERTADO: G-TECH
MODELO: VITA

PRODUTO: Tiras/fitas para teste de glicemia, amperométrico ou fotométrico, com faixa de medição de 20 a 600MG/DL, aceitando valores inferiores a 20 MG/DL e superiores a 600MG/DL. Metodologia de leitura por química desidrogenase tanto a enzima da tira reagente, quanto o monitor não poderão apresentar alteração de resultado maior que 15%, que permitam a leitura de sangue capilar, venoso, arterial e recém nascidos, para uso em monitor de glicemia compatível, aceitando a segunda gota de sangue. O sistema tira/monitor deverá atender a todas as faixas de hematócrito (20 a 65%) sem interferência nos resultados e monitor auto codificado. Não apresentar interferentes com analgésicos e antitérmicos. Embaladas em frasco com 50 tiras de acordo com a praxe do fabricante de modo a assegurar a proteção do produto até o momento da sua utilização pelo usuário. Embalagem com dados de identificação, procedência e tempo de validade, de no mínimo 06 (seis) meses após a abertura, número do lote e número do registro do Ministério da Saúde. O vencedor deverá fornecer em comodato o glicosímetro, conforme descrição abaixo: Glicosímetro ou monitor, compatível com as tiras, digital, display em LCD, com desligamento automático, tipo de amostra de sangue a fresco, tempo de medição de inferior 10 segundos, após aplicação da amostra de sangue na tira. Com capacidade de memória igual ou maior que 400 resultados com hora e data, bateria de lítio inclusa, fácil manuseio de pacientes idosos e crianças, que garanta ao diabético a possibilidade de autogerenciamento de sua saúde. Deve acompanhar: embalagem original e individual resistente para transporte e que permita a proteção do equipamento, contra fatores ambientais e de contaminação. Manual de instruções de uso com fácil compreensão na língua portuguesa brasileira. A empresa deverá apresentar: Certificado de Boas Práticas de Fabricação, em língua portuguesa brasileira; Declaração de origem do produto, para produtos importados, emitido pela empresa; Teste de acurácia do aparelho dentro da ISO 15197/2013; Licença de funcionamento do estabelecimento, emitido pela Vigilância Sanitária Municipal; Registro no Ministério da Saúde e registro do produto na ANVISA; Deverá apresentar carta certificada que a empresa licitante está autorizada a comercializar o produto. Glicosímetro e tiras, risco III.

- **ESPECIFICAÇÃO DO GLICOSÍMETRO:** () ATENDE ☒ NÃO ATENDE
- **COMPATIBILIDADE COM AS TIRAS DE GLICEMIA:**
() ATENDE ☒ NÃO ATENDE
- **FICHA TÉCNICA:** () ATENDE ☒ NÃO ATENDE
- **INFORMAÇÃO TÉCNICAS:** () ATENDE ☒ NÃO ATENDE
- **MANUAL DE INSTRUÇÕES:** ☒ ATENDE () NÃO ATENDE
- **VALIDADE:** ☒ ATENDE () NÃO ATENDE
- **QUANTIDADE:** ☒ ATENDE () NÃO ATENDE
- **REGISTRO DO MINISTÉRIO DA SAÚDE:** ☒ ATENDE () NÃO ATENDE
- **METODOLOGIA DE LEITURA:** () ATENDE ☒ NÃO ATENDE

- EMBALAGEM: ☒ ATENDE () NÃO ATENDE

CONCLUSÃO: APROVADA () REPROVADA ☒

OBSERVAÇÕES: 1) Lixa de granita não atende, pois não aceita a segunda gota, sendo possível causa de desperdício de tñas devido ao manuseio por realizado pelo usuário.
2) Não houve de 2 batidas, sendo oneroso ao usuário, devido o não fornecimento deste material pela rede de saúde.
3) Lixa de granita codificada, e nomeação e usuário conforme código da fto na caixa com o pinalizado no aparelho glicosímetro.


Deborah Aldin Fontalva
Enfermeira
DEBORAH ALDIN FONTALVA


Fernanda de Almeida Alberto
FERNANDA DE ALMEIDA ALBERTO


NADINE SALES DE OLIVEIRA RODRIGUES
COREN: 0100563.

Este teste de análise térmica
realizado pelo grupo técnico
de saúde do
adulto



VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 06EA-A441-F288-6B77

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:



FERNANDO CELSO SILVA DONALONSO (CPF 078.XXX.XXX-55) em 15/05/2025 15:28:55 GMT-03:00

Papel: Parte

Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)



DEBORAH ALDIN FONTALVA (CPF 354.XXX.XXX-50) em 16/05/2025 07:50:37 GMT-03:00

Papel: Parte

Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)



FERNANDA DE ALMEIDA ALBERTO (CPF 171.XXX.XXX-44) em 16/05/2025 08:37:28 GMT-03:00

Papel: Parte

Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)



NADINE SALES DE OLIVEIRA RODRIGUES (CPF 281.XXX.XXX-21) em 16/05/2025 10:01:18
GMT-03:00

Papel: Parte

Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

<https://marilia.1doc.com.br/verificacao/06EA-A441-F288-6B77>