



Prefeitura Municipal de Marília

Estado de São Paulo

AVALIAÇÃO DAS AMOSTRAS APRESENTADAS

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 015/2025

OBJETO: Registro de Preços, pelo prazo de 12 meses visando à aquisição de tiras de teste para glicemia capilar, destinados à Secretaria Municipal de Saúde, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no Edital e seus anexos.

SOMEDICA CIRURGICA RIO PRETO LTDA - CNPJ: 17.581.504/0001-45

ITEM: 01

MARCA DO PRODUTO OFERTADO: ROCHE

MODELO: ACCU-CHEK ACTIVE/RMS 81414020030/1688

PRODUTO: Tiras/fitas para teste de glicemia, amperométrico ou fotométrico, com faixa de medição de 20 a 600MG/DL, aceitando valores inferiores a 20 MG/DL e superiores a 600MG/DL. Metodologia de leitura por química desidrogenase tanto a enzima da tira reagente, quanto o monitor não poderão apresentar alteração de resultado maior que 15%, que permitam a leitura de sangue capilar, venoso, arterial e recém nascidos, para uso em monitor de glicemia compatível, aceitando a segunda gota de sangue. O sistema tira/monitor deverá atender a todas as faixas de hematócrito (20 a 65%) sem interferência nos resultados e monitor auto codificado. Não apresentar interferentes com analgésicos e antitérmicos. Embaladas em frasco com 50 tiras de acordo com a praxe do fabricante de modo a assegurar a proteção do produto até o momento da sua utilização pelo usuário. Embalagem com dados de identificação, procedência e tempo de validade, de no mínimo 06 (seis) meses após a abertura, número do lote e número do registro do Ministério da Saúde. O vencedor deverá fornecer em comodato o glicosímetro, conforme descrição abaixo: Glicosímetro ou monitor, compatível com as tiras, digital, display em LCD, com desligamento automático, tipo de amostra de sangue a fresco, tempo de medição de inferior 10 segundos, após aplicação da amostra de sangue na tira. Com capacidade de memória igual ou maior que 400 resultados com hora e data, bateria de lítio inclusa, fácil manuseio de pacientes idosos e crianças, que garanta ao diabético a possibilidade de autogerenciamento de sua saúde. Deve acompanhar: embalagem original e individual resistente para transporte e que permita a proteção do equipamento, contra fatores ambientais e de contaminação. Manual de instruções de uso com fácil compreensão na língua portuguesa brasileira. A empresa deverá apresentar: Certificado de Boas Práticas de Fabricação, em língua portuguesa brasileira; Declaração de origem do produto, para produtos importados, emitido pela empresa; Teste de acurácia do aparelho dentro da ISO 15197/2013; Licença de funcionamento do estabelecimento, emitido pela Vigilância Sanitária Municipal; Registro no Ministério da Saúde e registro do produto na ANVISA; Deverá apresentar carta certificada que a empresa licitante está autorizada a comercializar o produto. Glicosímetro e tiras, risco III.

• **ESPECIFICAÇÃO DO GLICOSÍMETRO:** (X) ATENDE () NÃO ATENDE

• **COMPATIBILIDADE COM AS TIRAS DE GLICEMIA:**

(X) ATENDE () NÃO ATENDE

• **FICHA TÉCNICA:** (X) ATENDE () NÃO ATENDE

• **INFORMAÇÃO TÉCNICAS:** (X) ATENDE () NÃO ATENDE

• **MANUAL DE INSTRUÇÕES:** (X) ATENDE () NÃO ATENDE

• **VALIDADE:** (X) ATENDE () NÃO ATENDE

• **QUANTIDADE:** (X) ATENDE () NÃO ATENDE





Prefeitura Municipal de Marília

Estado de São Paulo

- REGISTRO DO MINISTÉRIO DA SAÚDE: (✓) ATENDE () NÃO ATENDE
- METODOLOGIA DE LEITURA: (✓) ATENDE () NÃO ATENDE
- EMBALAGEM: (✓) ATENDE () NÃO ATENDE

CONCLUSÃO: APROVADA (✓) REPROVADA ()

OBSERVAÇÕES: _____

NADINE SALES DE OLIVEIRA RODRIGUES

Nadine S. Oliveira Rodrigues
Enfermeira
COREN: 0100563

FERNANDA DE ALMEIDA ALBERTO

DEBORAH ALDIN FONTALVA