

Fwd: PEDIDO DE ESCLARECIMENTO - PREFEITURA DE FLORÍNEA - PREGÃO ELETRÔNICO Nº13/2026 -
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 66/2026



De

Gabriele Moreira <licitacao@florinea.sp.gov.br>

Para

ADMINISTRAÇÃO PREFEITURA <adm@florinea.sp.gov.br>, Licitacao2 <licitacao2@florinea.sp.gov.br>, Licitacao1 <licitacao1@florinea.sp.gov.br>

Data

2026-09-23 14:29



Esclarecimento.pdf (~299 KB)

----- Mensagem original -----

Assunto:

PEDIDO DE ESCLARECIMENTO - PREFEITURA DE FLORÍNEA - PREGÃO ELETRÔNICO Nº13/2026 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 66/2026

Data:

2026-09-22 08:17

De:

"Marina Vieira - KVO" <marina.vieira@kvo.com.br>

Para:

<licitacao@florinea.sp.gov.br>

Cópia:

<licitacao@kvo.com.br>

Prezados senhores, bom dia!

A empresa KVO Medical Suprimentos Hospitalares Ltda., interessada em participar do Pregão Eletrônico nº 13/2026, Processo Administrativo nº 66/2026, promovido pela Prefeitura de Florínea, vem, respeitosamente, solicitar esclarecimentos conforme documento em anexo.

Agradecemos, desde já, a atenção dispensada e permanecemos no aguardo do esclarecimento.

Atenciosamente,

Marina Vieira

Licitação | Bidding

 Samtronic

 COMEN

 Masimo

 LINET

marina.vieira@kvo.com.br

kvo.com.br



@KVOMEDICAL



Tecnologia a Serviço da Vida

Esta mensagem e seus anexos são confidenciais e destinados exclusivamente ao(s) destinatário(s) indicado(s). É proibida a sua divulgação, reprodução, encaminhamento ou uso não autorizado. Se você a recebeu por engano, por favor, informe o remetente e exclua-a imediatamente. O remetente não se responsabiliza por falhas técnicas, atrasos, erros ou alterações ocorridas durante o envio. Cabe ao(s) destinatário(s) garantir a segurança de seus sistemas, incluindo a verificação de vírus.

--

Gabriele Moreira

Licitações e Contratos

Prefeitura Municipal de Florínea

https://webmail.florinea.sp.gov.br/?_task=mail&_safe=0&_uid=22816&_mbox=INBOX&_action=print&_extwin=1

1/1

**À
PREFEITURA DE FLORÍNEA
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 13/2026
ProAd nº 66/2026**

A KVO MEDICAL SUPRIMENTOS HOSPITALARES LTDA, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o nº 96.416.771/0001-33, com sede na Rua Alfredo da Costa Figo, nº 347, Fazenda Santa Cândida, Campinas/SP, por intermédio de seu representante legal, o Sr. DANIEL FERNANDES LOPES, infra-assinado, portador da Carteira de Identidade nº 34443583 SSP e do CPF/MF nº 216.295.318-80 vem, respeitosamente, à presença de Vossa Senhoria, com fundamento no item 10.5 do referido edital, apresentar o presente PEDIDO DE ESCLARECIMENTOS, nos seguintes termos:

I – DAS CONSIDERAÇÕES INICIAIS

Com o intuito de atender plenamente às necessidades deste estimado órgão, esta empresa busca elaborar proposta estritamente em conformidade com as especificações do edital. Contudo, verificaram-se alguns pontos que demandam esclarecimentos para correta formulação da proposta, conforme exposto a seguir:

II – DOS QUESTIONAMENTOS

Item 08 – Monitor Multiparamétrico – 01 unidade

Solicitamos esclarecimento referente à especificação técnica do item "Display colorido (TFT LCD), tamanho mínimo de 12 polegadas, touchscreen, com alta resolução (mínimo 1024x768)."

Considerando que no mercado hospitalar a resolução de 800x600 pixels (SVGA) em telas de 12 polegadas é amplamente consagrada, oferecendo excelente legibilidade, nitidez e fidelidade na exibição de curvas e parâmetros fisiológicos, sem causar distorções de imagem ou perdas de dados monitorados;

E visando garantir a ampliação da competitividade no certame sem qualquer prejuízo ao interesse público ou ao desempenho do equipamento no ambiente clínico, questiona-se:

Será aceito equipamento com display de 12 polegadas e touchscreen que possua resolução de 800x600 pixels, desde que assegurada a perfeita visualização de todas as curvas e dados fisiológicos exigidos no edital?

III – DO REQUERIMENTO

Diante do exposto, a empresa KVO MEDICAL SUPRIMENTOS HOSPITALARES LTDA requer o esclarecimento formal dos pontos acima suscitados, a fim de viabilizar a adequada elaboração de sua proposta.

Caso o entendimento deste respeitável órgão seja diverso, requer-se que eventual indeferimento seja devidamente fundamentado, com apresentação das justificativas técnicas pertinentes.

Termos em que,
Pede deferimento.

Cordialmente,

Campinas, 21 de setembro de 2026.

DANIEL FERNANDES
LOPES:21629531880

Assinado de forma digital por
DANIEL FERNANDES
LOPES:21629531880
Dados: 2026.09.21 17:24:23 -03'00'

KVO MEDICAL SUPRIMENTOS HOSPITALARES LTDA
DANIEL FERNANDES LOPES
RG nº 34443583 SSP/ CPF N°216.295.318-8

Fwd: PEDIDO DE ESCLARECIMENTO PE 13/2026 - 66/2026



De Gabriele Moreira <licitacao@florinea.sp.gov.br>
Para ADMINISTRAÇÃO PREFEITURA <adm@florinea.sp.gov.br>, Licitacao2 <licitacao2@florinea.sp.gov.br>
Data 2026-09-23 14:31

----- Mensagem original -----

Assunto: PEDIDO DE ESCLARECIMENTO PE 13/2026 - 66/2026
Data: 2026-09-23 09:11
De: Licitação MTB Tecnologia <licitacao@mtbtecnologia.com.br>
Para: "licitacao@florinea.sp.gov.br" <licitacao@florinea.sp.gov.br>

Bom dia!
Prezados,

Segue pedido de esclarecimento.
Ref.: PE 13/2026 – Processo 66/2026

Item 08 – Monitor Multiparâmetros

Com o intuito de aumentar a competitividade do certame, questionamos, serão aceitos equipamentos que possuem tela de 12” com resolução de no mínimo 800x600 pixels?

Aguardamos retorno.

Att,
Dpto de Licitações
MTB Tecnologia Ltda.
E-mail: licitacao@mtbtecnologia.com.br
(35) 3425-8186

--
Gabriele Moreira
Licitações e Contratos
Prefeitura Municipal de Florínea

Fwd: PEDIDO DE ESCLARECIMENTO - PE 013-2026 PREFEITURA FLORINEA 29-09-2026



De

Gabriele Moreira <licitacao@florinea.sp.gov.br>

Para

ADMINISTRAÇÃO PREFEITURA <adm@florinea.sp.gov.br>, Licitacao2 <licitacao2@florinea.sp.gov.br>

Data

2026-09-25 14:52

----- Mensagem original -----

Assunto:PEDIDO DE ESCLARECIMENTO - PE 013-2026 PREFEITURA FLORINEA 29-09-2026
Data: 2026-09-24 15:00
De: Med Imports - Licitações - Adriano Sousa <licitacao@medimp.com.br>
Para: <licitacao@florinea.sp.gov.br>

Boa tarde,

Pedido de esclarecimento - O edital solicita:

"Acompanhado mínimos de 02 jogos de lâminas reutilizáveis e contendo 50 unidades lâminas descartáveis"

Dúvida:

a. - Estes 02 jogos de lâminas reutilizáveis devem acompanhar quantas lâminas cada?

Nosso CNPJ: 45.254.236/0001-92.

Atenciosamente,

Adriano Coelho de Sousa
CPF: 038.893.676-23
Representante de Licitações
(31) 99565-3516

--
Gabriele Moreira
Licitações e Contratos
Prefeitura Municipal de Florínea