



De: Katerine M. - SESAU-CAB

Para: SESAU-COMP - Setor de Compras

Data: 14/05/2026 às 11:44:00

Setores (CC):

SESAU-COMP

Setores envolvidos:

SECADM-LIC, SECADM-COM, SESAU, SESAU-COMP, PREF, SESAU-FINAN, SESAU-CAB

AQUISIÇÃO DE APARELHO DE DERMATOSCOPIA - DERMATOSCÓPIO

Orgão*:

Departamento de Saúde

Divisão Requisitante*:

Coordenação de Atenção Básica

Email*:

coordenadorpsf@palmital.sp.gov.br

Telefone*:

ramal 317

Justificativa da necessidade da aquisição do equipamento, considerando o Planejamento Estratégico, se for o caso*:

O presente processo tem por objetivo aquisição de 01 (Um) Aparelho de Dermatoscopia (Dermatoscópio) para atender as necessidades do Serviço Ambulatorial de Dermatologia do Centro de Saúde Dr. Nelson da Cunha Bastos.

A aquisição do dermatoscópio para o Centro de Saúde Dr. Nelson da Cunha Bastos busca equipar o serviço ambulatorial de Dermatologia com tecnologia essencial para garantir o padrão-ouro no diagnóstico precoce do câncer de pele e outras patologias. O uso do equipamento reduz a margem de erro do exame clínico visual, evitando biópsias desnecessárias ou a detecção tardia de lesões malignas.

Trata-se de um investimento estratégico na qualificação profissional e na melhoria dos indicadores de saúde da população.

Quantidade estimada de mercadoria a ser registrada*:

01 - APARELHO DE DERMATOSCOPIA - DERMATOSCÓPIO

Especificação do item a ser adquirido*:

DERMATOSCÓPIO DE ALTA RESOLUÇÃO, com iluminação LED multiespectral e sistema de polarização. O equipamento deverá atender, obrigatoriamente, aos seguintes requisitos:

- Sistema Óptico: Lente de alto desempenho com diâmetro mínimo de 25 mm e tratamento antirreflexo.
- Capacidade de Aumento: Ampliação de 10x (dez vezes).
- Iluminação Multiespectral (Mínimo de 32 LEDs):

- 1.Luz Branca (para dermatoscopia convencional);
 - 2.Luz Âmbar/Amarela (para realce de estruturas vasculares e pigmentação avermelhada);
 - 3.Luz UV/Wood (comprimento de onda específico para análise de micoses, infecções bacterianas e distúrbios de melanina).
- Sistema de Polarização: Deve permitir a alternância entre luz polarizada (visão de estruturas profundas sem contato) e despolarizada (visão superficial).
 - Construção: Corpo em material metálico (alumínio ou similar) para maior durabilidade e assepsia.
 - Alimentação: Bateria interna de lítio recarregável via interface USB, com autonomia mínima para uma jornada de atendimento.
 - Acessórios Obrigatórios:
 - 1.Adaptador universal para integração com smartphones (fotodermatoscopia);
 - 2.Lente de contato milimetrada para mensuração de lesões;
 - 3.Cabo e fonte de carregamento bivolt.
 - Certificações: Registro vigente na ANVISA.
 - Garantia: Mínima de 12 (doze) meses contra defeitos de fabricação.
 - Documentação: Fornecimento de manual de instruções em português e certificado de garantia.
- Assistência Técnica: Declaração de disponibilidade de assistência técnica em território nacional.

Previsão de data em que deve ser iniciada a entrega do produto (s)*:

Não há uma previsão da data, as entregas serão realizadas, assim que for concluído o processo de homologação, e os empenhos enviados com as quantidades solicitadas, seguindo o prazo de entrega determinado pelo edital.

Gestor do Processo*:

Nádia Patrícia Cascales Ortiz Gonçalves

Responsável pela Fiscalização*:

Katerine da Rocha Mendes de Melo

Bom dia,

Solicito seguimento no processo, conforme justificativa acima.

Att,

—

Katerine Mendes

Assessora Executiva de Saúde

Anexos:

ETP_DERMATOSCOPIO.pdf

Assinado digitalmente (emissão + anexos) por:

Assinante	Data	Assinatura
Katerine Mendes	14/05/2026 11:44:32	1Doc KATERINE MENDES CPF 298.XXX.XXX-44

Para verificar as assinaturas, acesse <https://palmital.1doc.com.br/verificacao/> e informe o código: **02FE-DDDD-F63B-C8D9**