



PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE PARAGUAÇU PAULISTA

Almoxarifado da Saúde

ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR DA CONTRATAÇÃO

SECRETARIA DE SAÚDE

INTRODUÇÃO

O Estudo Técnico Preliminar tem por objetivo identificar e analisar os cenários para o atendimento da demanda que consta no Documento de Oficialização da Demanda, bem como demonstrar a viabilidade técnica e econômica das soluções identificadas, fornecendo as informações necessárias para subsidiar o respectivo processo de contratação, elaborado com base no artigo 6º, inciso xx, combinado com o § 1º e 2º, da lei 14.133/21, Decreto Municipal nº 7.055, de 28 de março de 2023, art. 15.

1- DESCRIÇÃO DO OBJETO E DA NECESSIDADE DA CONTRATAÇÃO, CONSIDERADO O PROBLEMA A SER RESOLVIDO SOB A PERSPECTIVA DO INTERESSE PÚBLICO

1.1 Aquisição de material **AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO, CURATIVOS DE ALTA COMPLEXIDADE E DE ENFERMAGEM E DE ENFERMAGEM** para a Secretaria de Saúde

1.2. Justificativa: A presente contratação faz-se necessária para o funcionamento adequado das Unidades de Saúde da rede de municipal. Para garantir ainda atendimento aos pacientes que recebem atendimento nas unidades de saúde e também domiciliar.

1.2.1 Nesse sentido, a aquisição de materiais odontológicos, Curativos de Alta Complexidade e de enfermagem torna-se imprescindível para que a rede municipal de saúde possa garantir o atendimento e cuidado integral de seus usuários, além da manutenção dos serviços prestados pelas unidades de saúde.

1.2.2 A adequada manutenção dos materiais odontológicos, Curativos de Alta Complexidade e de enfermagem nos serviços de saúde do município, contribui para o adequado cuidado de seus munícipes e qualidade dos serviços prestados a população.

2-PREVISÃO NO PLANO DE CONTRATAÇÕES ANUAL OU JUSTIFICATIVA DA AUSÊNCIA DE PREVISÃO

2.1 A presente contratação está prevista no orçamento do Plano de Contratação Anual (PCA), exercício de 2026 que consta para consulta no Portal da Transparência no site www.eparaguacu.sp.gov.br, no link <http://sistemas2.eparaguacu.sp.gov.br:8079/transparencia/>, conforme segue as numerações dos itens; PCA 2025: 01-5229, 02-5230, 03-5231, 04-5232, 05-5233, 06-5234, 07-5235, 08-5236, 09-5237, 10-5238, 11-5239, 12-5240, 13-5241, 14-5242, 15-5243, 16-5244, 17-5245, 18-5246, 19-5247, 20-5248, 21-5249, 22-5250, 23-5251, 24-5252, 25-5253, 26-5254, 27-5255, 28-5256, 29-5257, 30-5258, 31-5259, 32-5260, 33-5261, 34-5262, 35-5263, 36-5264, 37-5265, 38-5266, 39-5267, 40-5268, 41-5269, 42-5270, 43-5271, 44-5272, 45-5273, 46-5274, 47-5275, 48-5276, 49-5277, 50-5278, 51-5279, 52-5280, 53-5281, 54-5282, 55-5283, 56-5284, 57-5285, 58-5286, 59-5287, 60-6178, 61-6186.

3- REQUISITOS NECESSÁRIOS PARA A CONTRATAÇÃO

3.1 - Fornecer o objeto de acordo com as especificações e quantitativos em conformidade com as condições deste instrumento, obrigando-se a substituir aquele(s) não achado(s) conforme(s) pela CONTRATANTE;

3.2 Responder, integralmente, por perdas e danos que vier a causar a esta Prefeitura ou a terceiros em razão de ação ou omissão, dolosa ou culposa, sua ou dos seus prepostos, independentemente de outras cominações contratuais ou legais a que estiver sujeita;

3.3. Fornecer os materiais nas embalagens e adotar todas as medidas preventivas no sentido de se minimizar acidentes ou danos que venham a comprometer a qualidade e a quantidade fornecida;

3.4. Assumir inteira responsabilidade quanto à qualidade do fornecimento;

3.5 Fornecer o objeto obedecendo às quantidades requisitadas, qualidade, horários, prazos e locais estabelecidos para a entrega, no máximo após 05 (cinco) dias a partir do recebimento da Autorização de Entrega correspondente;

3.6 Cumprir todas as demais cláusulas do presente contrato

3.7 Enviar amostras para análise técnica, com as devidas garantias, dentro do prazo de validade, que poderão ser entregues no endereço Rua Pedro de Toledo, 511, Centro, no prazo limite de 05 (cinco) dias úteis, sendo que a empresa assume total responsabilidade pelo envio e por eventual atraso na entrega.

3.8 Entregar produtos de acordo com as normas técnicas ABNT/INMETRO/ANVISA (Quando Couber).

4- ESTIMATIVA DAS QUANTIDADES, ACOMPANHADAS DAS MEMÓRIAS DE CÁLCULO E DOS DOCUMENTOS QUE LHE DÃO SUPORTE

4.1 As quantidades de bens necessários e valores estimados encontra-se abaixo:

ANEXO	LOTE	ITEM	PRODUTO / SERVIÇO	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
ANEXO I - LOTE 001							
I	1	1	AGUA OXIGENADA 10% 1000 ML - Deverá conter externamente dados de identificação, procedência, n.º do Registro no Ministério da Saúde, lote, data de validade, prazo de vencimento mínimo de 1 ano. Volume 10.	LTS	48	6,60	316,80

I	1	2	AGULHA P/ IRRIGAÇÃO 25 X 5 INOX	UN	60	6,36	381,60
I	1	3	AGULHA P/ IRRIGAÇÃO 30 X 5 INOX	UN	5	6,36	31,80
I	1	4	ALMOTOLIA 250 ML BICO CURVO MARRON	FR	50	3,66	183,00
I	1	5	ALMOTOLIA DE PLASTICO 250 ML BICO RETO AMBAR	FR	50	3,77	188,50
I	1	6	ALVEOLETIN 20GR (ALVOGIL)	POTE	30	41,07	1.232,10
I	1	7	ANESTESICO CITOCAINA 3% C/ VASO (CX C/ 50 TUBETES)	CX	100	202,49	20.249,00
I	1	8	ATADURA DE RAYON 7,5CM X 5M -- Produto Esterilizado; Composição 100% Rayon; Livre de impurezas, rasgos, fios soltos e manchas; Atóxica e apirogênico; Uso único; Esterilizado a Gás Oxido de Etileno.	ROLO	200	7,72	1.544,00
I	1	9	BISTURI COM CABO N.11 - Bisturi descartável n. 11, estéril, com lamina de aço inox, perfeita afiação e polimento automatizado, garantindo perfeita precisão no corte, provido de protetor resistente em sua extremidade, n. de identificação impresso na lamina. Embalagem individual em papel grau cirúrgico constando externamente dados de identificação, validade, procedência, n. De registro no ministério da saúde e n. Do lote, prazo de vencimento da esterilização mínima de 1 ano.	UN	1200	2,05	2.460,00
I	1	10	BISTURI COM CABO N.15 - Bisturi descartável n. 15, estéril, com lamina de aço inox, perfeita afiação e polimento automatizado, garantindo perfeita precisão no corte, provido de protetor resistente em sua extremidade, n. De identificação impresso na lamina. Embalagem individual em papel grau cirúrgico constando externamente dados de identificação, validade, procedência, n. De registro no ministério da saúde e n. do lote, prazo de vencimento da esterilização mínima de 1 ano.	UN	1200	3,33	3.996,00
I	1	11	BOTA DE UNNA - curativo bota de unna – curativo composto por bandagem elástica lateral, impregnada com pasta composta por glicerina, óxido de zinco, óleo de rícino, petrolato branco, água, acácia, trama com algodão e poliéster, com costura de reforço nas laterais, promovendo o acabamento da trama e classe de risco iii. que tenha os emolientes distribuídos em toda sua extensão, com umidade homogênea indicado para tratamento ambulatorial de úlcera venosa e edema linfático dos membros inferiores, podendo permanecer por até 7 dias. tamanho aproximado em 10, 20 cm de largura x 9,14 m de comprimento. deverá constar número de lote, prazo de validade e registro no ministério da saúde. apresentar amostra em embalagem lacrada. as amostras deverão vir acompanhadas de declaração do fabricante ou da detentora do registro do produto junto ao ministério da saúde (anvisa) subscrita por seu representante legal confirmando estar a proponente autorizada a comercializar o item. necessário amostra do vencedor.	UN	1200	88,83	106.596,00
I	1	12	BROCA CARBIDE CIRURGICA FG Nº 702 CURTA	UN	120	10,53	1.263,60
I	1	13	BROCA CARBIDE FG Nº 2 LONGA	UN	100	9,12	912,00
I	1	14	BROCA CARBIDE Nº 6 CURTA	UN	120	9,22	1.106,40
I	1	15	BROCA CARBIDE Nº 8 LONGA	UN	100	10,62	1.062,00
I	1	16	CARBONO ODONTOLÓGICO AZUL / VERMELHO C/12 UN - para articulação – uso odontológico dupla face de duas cores (azul/vermelho), bloco com 12 unid	BL	150	5,81	871,50
I	1	17	CATETER INTRAVENOSO Nº 14G - COM AGULHA MEDINDO 1,10 X 54 MM EMBALADO INDIVIDUALMENTE EM EMBALAGEM PLÁSTICA TUBULAR, SELADA COM TAMPA A PROVA DE ADULTERAÇÃO, CONSTANDO EXTERNAMENTE DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, VALIDADE, TEMPO DE ESTERILIZAÇÃO E GARANTIA DO PRODUTO. PRAZO DE VENCIMENTO DE ESTERILIZAÇÃO MÍNIMO DE 1 ANO, REGISTRO NO MS E NÚMERO DO LOTE.	UN	600	0,94	564,00
I	1	18	CATETER INTRAVENOSO Nº 16G - COM AGULHA MEDINDO 0,9 X 25 MM EMBALADO INDIVIDUALMENTE EM EMBALAGEM PLÁSTICA TUBULAR, SELADA COM TAMPA A PROVA DE ADULTERAÇÃO, CONSTANDO EXTERNAMENTE DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, VALIDADE, TEMPO DE ESTERILIZAÇÃO E GARANTIA DO PRODUTO. PRAZO DE VENCIMENTO DE ESTERILIZAÇÃO MÍNIMO DE 1 ANO, REGISTRO NO MS E NÚMERO DO LOTE.	UN	500	1,02	510,00
I	1	19	CATETER OXIGÊNIO TIPO ÓCULOS USO ADULTO - CIRCUITO DE TUBOS DE PVC COM UM INTRODUTOR NASAL POR ONDE FLUI O OXIGÊNIO OU AR A SER INSTALADO. ADAPTA-SE ATRÁS DOS PAVILHÕES AURICULARES COMO BASTES DE ÓCULOS E CONECTA-SE A LINHA DE OXIGÊNIO DE AR. USO ADULTO. ESTERILIZADO POR RADIAÇÃO GAMA.	UN	50	1,15	57,50
I	1	20	CATETER OXIGÊNIO TIPO ÓCULOS USO INFANTIL - CIRCUITO DE TUBOS DE PVC COM UM INTRODUTOR NASAL POR ONDE FLUI O OXIGÊNIO OU AR A SER INSTALADO. ADAPTA-SE ATRÁS DOS PAVILHÕES AURICULARES COMO BASTES DE ÓCULOS E CONECTA-SE A LINHA DE OXIGÊNIO DE AR. USO INFANTIL. ESTERILIZADO POR RADIAÇÃO GAMA.	UN	50	1,38	69,00
I	1	21	COBERTURA DE ESPUMA DE POLIURETANO COM TECNOLOGIA 3DFIT 10X10 CM - Características mínimas: Cobertura de espuma de poliuretano com Tecnologia 3DFit e bordas biseladas, estéril, não adesivo, contendo ibuprofeno como componente ativo, de dispensação sustentada e sistema tranca fluido. Membrana de permeabilidade seletiva. Alta absorção, garantindo mínimo risco de vazamento ou maceração. Promove meio ambiente úmido ideal para cicatrização e alívio de dor local. Tamanho 10x10 cm. Embalagem contendo externamente dados de identificação, validade, n° de lote e registro no M.S.	UN	20	563,97	11.279,40
I	1	22	COBERTURA ESTÉRIL - cobertura estéril, não aderente, macia, de cor levemente acinzentada, de material não-tecido, em prata com duas camadas, composta por 100% de fibras carboximetilcelulose, 1,2% de prata iônica, cloreto de benzetônio e edta (ácido etilendiamino tetra-acético). com costuras de celulose regenerada no sentido horizontal e vertical, pode ser recortada em qualquer direção. auxilia no tratamento de feridas infectadas ou com risco de infecção. o cloreto de benzetônio atua como surfactante e o edta como quelante que, em combinação com a prata iônica, possibilitam a quebra do biofilme e o impedimento de sua nova formação. com a capacidade de absorver grandes quantidades de exsudato, forma um gel macio e coeso que se adapta à superfície da ferida preenchendo os microcontornos e formando um meio úmido que auxilia na remoção de tecidos desvitalizados promovendo desbridamento autolítico) e na evolução da cicatrização. a absorção é realizada verticalmente e a cobertura faz retenção. indicada para feridas agudas e crônicas com ou sem presença do biofilme. tamanho: 10x10 cm. caixa com 10 unidades. necessário amostra do vencedor. amostras deverão vir acompanhadas de declaração do fabricante ou da detentora do registro do produto junto ao ministério da saúde (anvisa) subscrita por seu representante legal confirmando estar a proponente autorizada a comercializar o item. apresentar amostra em embalagem lacrada.	CX	200	1.017,75	203.550,00
I	1	23	COBERTURA SUPERABSORVENTE ESTÉRIL MED. 15 X 15CM C/10 UN - COBERTURA SUPERABSORVENTE ESTÉRIL MEDINDO 15 X 15CM QUE REDUZA O EXCESSO DE MMPS CONTENDO TRIPLA CAMADA, SENDO UMA CAMADA ABSORVENTE ADAPTÁVEL EM	CX	12	721,42	8.657,04

			POLIPROPILENO, CAMADA SAP DE NÚCLEO SUPERABSORVENTE EM PARTÍCULAS DE CELULOSE E POLIACRILATO DE SÓDIO CAPAZ DE ABSORVER E RETER NO MÍNIMO 170G/100 CM ² DE EXSUDATO MESMO SOB COMPRESSÃO, E CAMADA BARREIRA DE PROTEÇÃO EM POLIPROPILENO RESISTENTE A ÁGUA, CAIXA COM 10 UNIDADES. APRESENTAÇÃO DEVERÁ OBEDECER A LEGISLAÇÃO VIGENTE COM REGISTRO NO MS. APRESENTAR: BULA AUTENTICADA OU FICHA TÉCNICA QUE COMPROVE O CUMPRIMENTO DO DESCRITIVO				
I	1	24	COBERTURA SUPERABSORVENTE ESTÉRIL MED. 20 X 30CM C/ 10UN - COBERTURA SUPERABSORVENTE ESTÉRIL MEDINDO 20 X 30CM QUE REDUZA O EXCESSO DE MMPS CONTENDO TRIPLA CAMADA, SENDO UMA CAMADA ABSORVENTE ADAPTÁVEL EM POLIPROPILENO, CAMADA SAP DE NÚCLEO SUPERABSORVENTE EM PARTÍCULAS DE CELULOSE E POLIACRILATO DE SÓDIO CAPAZ DE ABSORVER E RETER NO MÍNIMO 170G/100 CM ² DE EXSUDATO MESMO SOB COMPRESSÃO, E CAMADA BARREIRA DE PROTEÇÃO EM POLIPROPILENO RESISTENTE A ÁGUA, CAIXA COM 10 UNIDADES. APRESENTAÇÃO DEVERÁ OBEDECER A LEGISLAÇÃO VIGENTE COM REGISTRO NO MS. APRESENTAR: BULA AUTENTICADA OU FICHA TÉCNICA QUE COMPROVE O CUMPRIMENTO DO DESCRITIVO	CX	12	1.166,50	13.998,00
I	1	25	CONE GUTA PERCHA WAVE GOLD SORTIDO - Cx. com 60 un.	CX	25	48,06	1.201,50
I	1	26	COTOSOL (CIMENTO TEMPORARIO P/ PREENCHIMENTO - DE CAV. PROVISÓRIAS	UN	90	6,78	610,20
I	1	27	CREME BARREIRA, LIPOFILICO C/ 60ML - Características mínimas: Creme barreira, produto lipofílico (repele a água), proporcionando, proteção, maciez e restaurando o PH da pele. Tratamento ideal para pele ressecada ou irritada pelas agressivas e secreções e efluentes de incontinências e estomias e tratamento de pele perilesional. Ação mecânica de formação de barreira, impedindo o acesso da água no local protegido pelo mesmo. Composto de: óleo mineral, parafina líquida, petrolato, cera microcristalina, oleato de glicerol, álcool de lanolina, ácido cítrico, citrato de magnésio, ciclometicona, glicerina, metilparabeno, propilparabeno, propilenoglicol. Frasco contendo 60ml com tampa aplicadora.	FR	200	44,23	8.846,00
I	1	28	CURATIVO ESTÉRIL DE ESPUMA TAM 10CMX10CM - CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: CURATIVO ESTÉRIL, DE ESPUMA, MULTICAMADAS, COM NO MÍNIMO 5 CAMADAS, COMPOSTO TAMBÉM POR UMA CAMADA DE FIBRAS DE CARBOXIMETILCELULOSE SÓDICA (SEM ADIÇÃO DE OUTRAS FIBRAS) QUE AJUDAM A MANTER UM MICROCLIMA IDEAL NA PELE EM RISCO, ABSORVENDO E BLOQUEANDO O EXCESSO DE UMIDADE. DIMINUI OS FATORES DE RISCO EXTRÍNSECOS PARA O DESENVOLVIMENTO DA LESÃO POR PRESSÃO (FRICÇÃO, PRESSÃO, CISALHAMENTO E MICROCLIMA). TEM BAIXO COEFICIENTE DE FRICÇÃO E BARREIRA BACTERIANA E VIRAL COM ALTA TAXA DE TRANSMISSÃO DE VAPOR E UMIDADE, COM ADESIVO DE SILICONE PERFURADO EM CONTATO COM A PELE. TAMANHO 10 CM X 10CM CAIXA COM 10 UNIDADES.	CX	2	665,52	1.331,04
I	1	29	CURATIVO ESTÉRIL DE ESPUMA TAM 15CMX15CM - CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: CURATIVO ESTÉRIL, DE ESPUMA, MULTICAMADAS, COM NO MÍNIMO 5 CAMADAS, COMPOSTO TAMBÉM POR UMA CAMADA DE FIBRAS DE CARBOXIMETILCELULOSE SÓDICA (SEM ADIÇÃO DE OUTRAS FIBRAS) QUE AJUDAM A MANTER UM MICROCLIMA IDEAL NA PELE EM RISCO, ABSORVENDO E BLOQUEANDO O EXCESSO DE UMIDADE. DIMINUI OS FATORES DE RISCO EXTRÍNSECOS PARA O DESENVOLVIMENTO DA LESÃO POR PRESSÃO (FRICÇÃO, PRESSÃO, CISALHAMENTO E MICROCLIMA). TEM BAIXO COEFICIENTE DE FRICÇÃO E BARREIRA BACTERIANA E VIRAL COM ALTA TAXA DE TRANSMISSÃO DE VAPOR E UMIDADE, COM ADESIVO DE SILICONE PERFURADO EM CONTATO COM A PELE. TAMANHO 15CM X 15 CM CAIXA COM 10 UNIDADES.	CX	2	928,67	1.857,34
I	1	30	CURATIVO ESTÉRIL DE ESPUMA TAM 20CM X 16,9CM - CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: CURATIVO ESTÉRIL, DE ESPUMA, MULTICAMADAS, COM NO MÍNIMO 5 CAMADAS, COMPOSTO TAMBÉM POR UMA CAMADA DE FIBRAS DE CARBOXIMETILCELULOSE SÓDICA (SEM ADIÇÃO DE OUTRAS FIBRAS) QUE AJUDAM A MANTER UM MICROCLIMA IDEAL NA PELE EM RISCO, ABSORVENDO E BLOQUEANDO O EXCESSO DE UMIDADE. DIMINUI OS FATORES DE RISCO EXTRÍNSECOS PARA O DESENVOLVIMENTO DA LESÃO POR PRESSÃO (FRICÇÃO, PRESSÃO, CISALHAMENTO E MICROCLIMA). TEM BAIXO COEFICIENTE DE FRICÇÃO E BARREIRA BACTERIANA E VIRAL COM ALTA TAXA DE TRANSMISSÃO DE VAPOR E UMIDADE. EM FORMATO SACRAL, COM ADESIVO DE SILICONE PERFURADO EM CONTATO COM A PELE. TAMANHO 20 CM X 16,9 CM C/ 05 UNIDADES.	CX	2	1.774,17	3.548,34
I	1	31	CURATIVO FILME TRANSPARENTE ROLO 10CM X 10M - Película protetora de poliuretano e papel glassine, filme transparente em poliuretano e uma camada protetora de politereftalato de etileno.	ROLO	20	155,67	3.113,40
I	1	32	CURATIVO FILME TRANSPARENTE ROLO 15X10 M - Curativo Filme Transparente Rolo - 15 cm x 10 m É um curativo filme em rolo adesivo hipoalergênico que atua como uma barreira protetora contra fluidos.Reduz o risco de infecção, minimiza a frequência da troca e proporciona um maior conforto ao paciente Valor referente a 01 unidade de curativo Indicação - Prevenção de úlceras por pressão; - Fixação de curativos primários; Adesivo hipoalergênico - Estéril - Transparente - Impermeável água - Atua como barreira bacteriana de proteção da pele - Permeável a gases e vapores úmidos e impermeável a líquidos e bactérias. Necessário amostra do vencedor.	UN	20	92,23	1.844,60
I	1	33	CURATIVO HIDROCOLOIDE REGULAR 20CM X 20CM - Curativo hidrocóide com espuma de poliuretano com espessura homogênea de borda a borda. produto estéril, composto por uma camada interna com 3 hidrocóides (gelatina, pectina e cmc sódica), polibutileno e polímeros elastoméricos adicionados a fórmula para controle da formação do gel. Com uma camada de externa de espuma de poliuretano que oferece uma barreira bacteriana e viral comprovada e 3 mm de espessura. sem alginato de cálcio e outros componentes. apresentação em placas de 20 cm x 20 cm, caixa c/ 05 unidades. deverá constar o número de lote, prazo de validade e registro no ministério da saúde. apresentar amostra em embalagem lacrada. as amostras deverão vir acompanhadas de declaração do fabricante ou da detentora do registro do produto junto ao ministério da saúde (anvisa) subscrita por seu representante legal confirmando estar a proponente autorizada a comercializar o item. necessário amostra do vencedor.	UN	250	131,26	32.815,00
I	1	34	CURATIVO TRICRESOL FRASCO COM 10 ML	FR	15	8,68	130,20
I	1	35	DESINFETANTE HOSPITALAR CONCENTRADO SUPERF. CRITICAS SL - Desinfetante hospitalar concentrado para limpeza e desinfecção de superfícies fixas e artigos não críticos. Com princípios ativos: Cloridrato de Polihexametileno Biguanida (3,5 p/p) e Cloreto de Alquil Dimetil Benzil Amônio (5,2 p/p). Produto deve conter tensoativos que permita seu uso como limpador e desinfetante. O produto deve conter o PH neutro, na sua concentração natural, e não agredir tratamento de pisos e ceras. Sendo incolor e sem fragrância, sem necessidade de enxague. Com diluição mínima de 1:200 (0,5%) em água. Embalagem bombona de 5 litros. Produto deve ser registrado na Anvisa, como desinfetante hospitalar. Validade mínima no produto 24 meses. O produto deve contar laudos que comprovem a eficácia do mesmo: Laudo de não irritante a pele e mucosa, laudo de estabilidade de 30 dias após a diluição, Laudo de efeito residual na superfície de 14 dias, tempo de ação 10 minutos. Laudo de determinação de PH. Laudo de biodegradabilidade no mínimo 90%. Laudo de lote fabricado. Deve possuir laudos bactericidas: Staphylococcus aureus, Salmonella Choleraesuis, Pseudomonas aeruginosa,	GL	20	1.470,27	29.405,40

			Escherichia coli, Acinetobacter baumannii, KPC – Klebsiella pneumoniae, Klebsiella pneumoniae, Klebsiella quasipneumoniae estendido ESBL, Staphylococcus MRSA. Laudos fungicidas: Tricophyton Mantagrophytes, Candida Auris, Candida Albicans. Laudos esporicida: Clostridium difficile, Bacillus Subtilis, Clostridium Sporogenes. Laudo Tuberculocida : Mycobacterium smegmatis, Mycobacterium Bovis, Laudo Virucida Influenza A – H1N1 traduzido, Corona Vírus, MPOX. Laudos de determinação de corrosividade (compatibilidade) à aço inoxidável, acrílico, alumínio, borracha, látex, policarbonato, polietileno, polipropileno, pvc silicone e telas têteis. Fornecedor deve enviar em forma de comodato equipamentos para diluição automática dos produtos. Manutenção preventiva mensal. Treinamentos com especialista da área de saúde na implantação e treinamentos periódicos nas unidades caso haja mudança do efetivo.				
I	1	36	EQUIPO PARA ALIMENTAÇÃO ENTERAL, MACROGOTAS - DISPOSITIVO P/INFUSÃO, CONTROLE DE FLUXO E DOSAGEM DE SOLUÇÕES ENTERAIS. LANCETA PERFURANTE P/CONEXÃO AO RECIPIENTE DE SOLUÇÃO. CÂMARA FLEXÍVEL P/VISUALIZAÇÃO E GOTEJAMENTO. EXTENSÃO EM PVC AZUL (EVITA CONEXÃO ACIDENTAL C/ACESSO VENOSO). CONEXÃO LUER OU CONECTOR ESCALONADO ESPECIFICO P/ADMINISTRAÇÃO DE SOLUÇÕES ENTERAIS.	UN	20000	1,14	22.800,00
I	1	37	ESCOVA CERVICAL (ENDO) CAIXA C/ 100 UNIDADES	CX	50	33,09	1.654,50
I	1	38	FILME LASER P/ MAMOGRAFIA 10X12" OU 25X30CM KONICA MINOLTA - Impressão a seco. Com no mínimo 125 películas. MODELO SD-Q, Compatível com a impressora DryPro 832/873 da Konica Minolta;	CX	50	824,89	41.244,50
I	1	39	FIO DE SUTURA AGULHADO VICRYL Nº 3,0	CX	10	121,30	1.213,00
I	1	40	FIO DE VICRYL POLIGLACTINA 910 - 4.0 COM AGULHA CAIXA COM 12 UNIDADES	CX	4	127,88	511,52
I	1	41	FIXADOR RADIOLOGICO, SOLUÇÃO AQUOSA - pronta para uso, para processamento manual, processamento rápido, contendo tiosulfato de amônio e tiocinato de amônio, embalagem translúcida contendo 475ml a 500ml com número de lote, data de fabricação e validade, 02 anos a partir da data de entrega	FR	50	11,58	579,00
I	1	42	FORMOCRESOL, 10 ML - contendo externamente marca comercial, procedência, data de fabricação, número do lote, recomendações para armazenamento se houver, validade mínima de 02 anos da data da entrega	FR	100	6,64	664,00
I	1	43	GEL HIDROATIVO ESTERIL 15G - Gel viscoso com pectina e carboximetilcelulose sodica, estéril, hidratante e absorvente composto por hidrocoloides aturais, acrescido de propilenoglicol num excipiente aquoso. auxilia no desbridamento de feridas com tecido inviável, e cria um ambiente úmido, que favorece a cicatrização. Tubo de alumínio com (15g) que permite o total aproveitamento do conteúdo, com tampa perfurante e anel de proteção. apresentar bula autenticada que comprove o cumprimento do descritivo e uma amostra em embalagem lacrada. as gel viscoso com pectina e carboximetilcelulose sodica, estéril, hidratante e absorvente composto por hidrocoloides aturais, acrescido de propilenoglicol num excipiente aquoso. auxilia no desbridamento de feridas com tecido inviável, e cria um ambiente úmido, que favorece a cicatrização. Tubo de alumínio com (15g) que permite o total aproveitamento do conteúdo, com Tampa perfurante e anel de proteção. apresentar bula autenticada que comprove o cumprimento do descritivo e uma amostra em embalagem lacrada.	TB	120	46,59	5.590,80
I	1	44	HASTE FLEXIVEL CX/ 75 UN - RODUZIDAS COM HASTES DE POLIPROPILENO FLEXÍVEIS E FIBRAS DE PURO ALGODÃO HIDRÓFILO, TRATAMENTO BACTERICIDAS QUE AS MANTÉM LIVRE DE CONTAMINAÇÕES. SÃO INDICADAS PARA OS MAIS DIVERSOS USO. CAIXA COM 75 UNID	CX	300	3,74	1.122,00
I	1	45	IODOFÓRMIO	UN	5	34,00	170,00
I	1	46	IONOMERO DE VIDRO FOTOPOLIMERIZAVEL	CX	80	79,70	6.376,00
I	1	47	IONOMERO DE VIDRO RESTAURADOR - Fotopolimerizavel,Livre de BPA,Reforçado com resina, embalagem 8g líquido+15g pó.	KIT	60	37,14	2.228,40
I	1	48	KIT (PÓ + LÍQUIDO) DE RESTAURADOR TEMPORÁRIO com composição: pó - óxido de zinco + polimetacrilato de metila; e líquido - eugenol 99,5% + ácido acético 0,5%. apresentação: pó: embalagem de vidro contendo 38g e o líquido, também embalagem de vidro com 15ml a base de oxido de zinco e eugenol, reforçado por polímeros (p.m.m.a). alto vedamento marginal. presa rápida. alta resistência a compressão. propriedades sedativas. o líquido é o eugenol aditivado com acido acético. contendo externamente marca comercial, procedência, data de fabricação, número do lote, recomendações para armazenamento se houver, validade mínima de 02 anos da data da entrega	KIT	50	139,07	6.953,50
I	1	49	LIMA FLEXOFILE Nº 15-40, 1ª SÉRIE 21MM C/6 UN	CX	50	12,64	632,00
I	1	50	LIMA WAVE ONE GOLD LARGE 25MM C/ 3 UN	CX	50	338,40	16.920,00
I	1	51	LIMA WAVE ONE GOLD MEDIUM 25MM C/ 3 UN	CX	50	338,40	16.920,00
I	1	52	LIMA WAVE ONE GOLD PRIMARY 25MM C/ 3 UN	CX	50	338,40	16.920,00
I	1	53	OTOSPORIN OU SIMILAR GOTAS, 10 ML (COLIRIO)	FR	180	17,19	3.094,20
I	1	54	PAPEL CARBONO PARA ARTICULAÇÃO 12UN - uso odontológico dupla face de duas cores (azul/vermelho), bloco com 12 unid	BL	5	4,42	22,10
I	1	55	PORTA AGULHA MATHIEU 14 CM - EM ACO INOX COM VIDEA; COM FORMA FENDA; COM O COMPRIMENTO DE 14CM; ACABAMENTO DE VIDEA, PASSIVEL DE ESTERELIZAÇÃO EM MEIOS FÍSICOS-QUÍMICOS EMBALADA INDIVIDUALMENTE; CONSTANDO EXTERNAMENTE MARCA COMERCIAL, PROCEDENCIA DE FABRICAÇÃO	UN	10	48,01	480,10
I	1	56	REVELADOR P/ FILME RADIOGRÁFICO, SOL AQUOSA - pronta para uso, para processamento manual, processamento rápido, contendo hidroquinona, sulfito de sodio, dietilenoglicol, embalagem translúcida contendo 475ml a 500ml com número de lote, data de fabricação e validade, 02 anos a partir da data de entrega	FR	50	11,28	564,00
I	1	57	SAF-GEL - HIDROGEL TRANSPARENTE/INCOLOR, NÃO ESTERIL, COMPOSTO DE ÁGUA PRIFICADA, DITANTOINA E SORBATO DE POTACIO E CARBOMETRO 940,QUE GARANTE A ESTABILIDADE ATÉ 28 DIAS APOS ABERTO, HIDROATIVO E ABSORVENTE, HIDRATA A FERIDA E AGILIZA O DEBRIDAMENTO AUTOLITICO DO TECIDO NECROTICO. O PRODUTO NÃO PODE TER CONTRA INDICAÇÃO EM QUALQUER TIPO DE FERIDA, TUBO DE 85 G.C/ TAMPAS FLIP-TOP, IDENTIFICADA COM DADOS DE FABRICAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE E REGISTO NO MS.	TUBO	600	105,21	63.126,00
I	1	58	SISTEMA DE ACABAMENTO PARA RESINA FORMATO DE CHAMA - COMPOSTA, FEITAS DE SILICONE FLEXÍVEIS IMPREGNADAS COM ÓXIDO DE ALUMÍNIO, USO ÚNICO E NÃO AUTOCLAVÁVEL. KIT COM 07 PONTAS EM FORMATO DE CHAMA.	KIT	15	88,08	1.321,20
I	1	59	SISTEMA DE ACABAMENTO PARA RESINA FORMATO DE DISCO - COMPOSTA, FEITAS DE SILICONE FLEXÍVEIS IMPREGNADAS COM ÓXIDO DE ALUMÍNIO, USO ÚNICO E NÃO AUTO	KIT	15	90,34	1.355,10

			CLAVÁVEL. KIT COM 07 PONTAS EM FORMATO DE DISCO.				
I	1	60	SOLUÇÃO PHMB 100 ML - SOLUÇÃO (PHMB) PROMOVE LIMPEZA, HIDRATAÇÃO E REMOÇÃO DE ODORES BEM COMO BACTÉRIAS E BIOFILME DO LEITO DE LESÕES CRÔNICAS E AGUDAS. ACELERA O PROCESSO DE CICATRIZAÇÃO PROPORCIONANDO LIMPEZA EFETIVA E CONTROLE ANTIMICROBIANO. EM SUA COMPOSIÇÃO, HÁ 0,1% DE POLIHEXANIDA (PHMB), 0,1% DE BETAÍNA E 99,8 % DE ÁGUA PURIFICADA. PRODUTO COM EFETIVA CAPACIDADE DE REMOVER BIOFILMES DE FERIDAS CRÔNICAS PROPORCIONA LIMPEZA SEM FRICÇÃO AO TECIDO VIÁVEL VIABILIZANDO A LIMPEZA E AO MESMO TEMPO LIVRE DE DOR! PROMOVE REMOÇÃO DE CROSTAS DO LEITO DA LESÃO E REDUZ SIGNIFICATIVAMENTE OS ODORES DA LESÃO. NECESSÁRIO AMOSTRA DO VENCEDOR. FRASCO 100 ML.	FR	200	63,61	12.722,00
I	1	61	SONDA FOLEY 2 VIAS DESC, CALIBRE Nº 12 - CONFECCIONADA EM BORRACHA NATURAL SILICONIZADA, APIROGENICA, ANTI INCRUSTANTE, ESTÉRIL, SEM REBARBAS E ISENTA DE DEFEITO. DEVERÁ APRESENTAR MARCA COMERCIAL, Nº DO CALIBRE E CAPACIDADE DE FORMA VISÍVEL E PERMANENTE. EMBALAGEM DUPLA, INDIVIDUALMENTE EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO CONSTANDO EXTERNAMENTE DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, DATA E TIPO DE ESTERILIZAÇÃO, PRAZO, VALIDADE E REG. MS.	UN	50	3,24	162,00
VALOR TOTAL:						R\$ 691.128,18	

4.2 Aquisição dos itens foi estimada com base no consumo de anos anteriores e crescimento da rede de saúde Municipal.

4.3 As estimativas das quantidades seguem conforme levantamento dos profissionais das equipes de Saúde Bucal e de Enfermagem para essa época do ano, baseando no histórico de consumo do ano 2024 e 2025.

4.4 Para os curativos foram disponibilizadas placas de alta performance, gel de alta especificidade, Bota de Unna e outros, que garatem maior resposta no tratamento.

4.4 Curativos especiais de alta complexidade, são indicados para o gerenciamento de feridas com moderado a alto exsudato, feridas traumáticas; feridas propensas a sangrar, como aquelas que foram desbridadas mecânica ou cirurgicamente; com objetivo de imobilizar bactérias e ajudar na regeneração do tecido, diminuindo o tempo de uso de curativos e ainda promovendo a recuperação em período menor de tempo, favorecendo a saúde do paciente.

5- LEVANTAMENTO DE MERCADO

5.1 Diante do levantamento de mercado não foram identificadas soluções diferentes capazes de suprir eficientemente a necessidade da Secretaria Municipal de Saúde, sendo assim, foi considerado o seguinte:

5.2 Não há outras soluções viáveis, ora visto que a Prefeitura Municipal não é produtora destes produtos, sendo necessário a aquisição dos mesmos, mediante a contratação de empresa para tal.

5.3 É inviável e descabível para Prefeitura Municipal passar a ser fabricante destes insumos, ora visto que toda uma fábrica deveria ser montada para tal.

5.4 A solução a ser contratada é necessária para atender a demanda das Unidades de Saúde nos atendimentos dos pacientes usuários do SUS, e para que não haja a falta destes materiais nos procedimentos executados por estas Unidades de Saúde.

6- ESTIMATIVA DO VALOR DA CONTRATAÇÃO

6.1 O valor estimado da contratação é de R\$ 691.128,18 (Seiscentos e noventa e um mil, cento e vinte e oito reais e dezoito centos).

6.2 Em anexo, mapa comparativo de valores, constando preços unitários e fonte de pesquisa de preços de mercado.

7- DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO COMO UM TODO

7.1 Aquisição de Material Odontológico, Curativos de Alta Complexidade e de Enfermagem para as unidades de saúde é essencial para garantir a acesso aos serviços de saúde, qualidade no atendimento, eficiência e humanização.

7.2. Além disso, a descontinuidade desse material na rede municipal de saúde, pode comprometer o tratamento e conseqüentemente a saúde de nossos municípios.

7.3. Investir em insumos de qualidade e garantir o adequado abastecimento desse material é uma parte vital da gestão eficaz da saúde municipal. Isso não só melhora a qualidade nos serviços prestados e a eficiência operacional, mas também ajuda a atender às expectativas da comunidade. Isto é, o planejamento e a gestão eficiente da aquisição desses materiais permite promoção da saúde, previsão adequada das necessidades futuras, assegurando economicidade para Administração Pública

8- JUSTIFICATIVA PARA O PARCELAMENTO OU NÃO DA SOLUÇÃO

8.1 Quando esta Administração Pública concluiu pela necessidade de instauração deste Procedimento Licitatório, verificou a possibilidade técnica e econômica de dividir o objeto, pela descrição e correlacionando os pelas características dos itens, permitindo que um número maior de interessados participe da disputa, o que, em decorrência, aumenta a competitividade e viabiliza a obtenção de melhores propostas.

8.2. A opção de licitar pelo ITEM, dá-se em razão da economia de escala, bem como das recomendações expedidas pelo Tribunal de Contas da União. Desta forma, mantém-se preservada a competitividade.

8.3. Em exame da natureza dos itens que ora se pretende adquirir nessa contratação, não se verifica quaisquer especificidades que venham exigir seu agrupamento, devendo prevalecer a regra geral de parcelamento (divisibilidade) como forma de garantir a ampla concorrência, razão porque parcelado em itens conforme especificado acima.

9- RESULTADOS PRETENDIDOS

9.1 Esta aquisição tem por objetivo atender a necessidade e buscar assegurar a cuidado integral a saúde da população.

9.2 Economicidade: garantir o menor preço, contribuindo para a racionalização e otimização do uso dos recursos públicos. Evitando prejuízos com invasões e depredações.

9.3 Eficácia: assegurar tratamento isonômico entre os licitantes, a justa competição e evitar a contratação com sobrepreço ou com preço manifestamente inexecutável e o superfaturamento na execução do contrato.

9.4 Eficiência: assegurar a seleção da proposta apta a gerar a contratação mais vantajosa para a Administração

10- PROVIDENCIAS A SEREM ADOTADAS PREVIAMENTE Á CELEBRAÇÃO DO CONTRATO

10.1 Não se faz necessária a adoção de providências prévias à celebração do contrato para sua implantação, visto tratar-se de mera aquisição de material de consumo para manutenção da rede de saúde municipal.

11- CONTRATAÇÕES CORRELATAS E/OU INTERDEPENDENTES

11.1 Não foram detectadas necessidades de contratações correlatas e/ou interdependentes.

12- IMPACTOS AMBIENTAIS E TRATAMENTOS

12.1 O material após utilizado será descartado de forma adequada e segura, coletado por serviço de resíduos de saúde, não causando impacto ao meio ambiente, serão implementados processos de descarte responsável, em conformidade com regulamentações ambientais locais, Estadual e Federal, ou seja, destinação final por empresas especializadas, onde são processados os descartes de forma ambientalmente segura, ocasionando menor impacto ambiental possível.

13- CONCLUSÃO DA VIABILIDADE OU NÃO DA CONTRATAÇÃO

13.1 A viabilidade da contratação, sendo aquisição de material Odontológico, Curativos de Alta Complexidade e de Enfermagem para as unidades de saúde, demonstrou os benefícios a serem alcançados em termos de eficácia, eficiência, efetividade e economicidade, do melhor aproveitamento de recurso humanos, materiais e financeiro.

13.2 Não há necessidades de providências complementares a serem adotadas em paralelo no tocante à operacionalização do objeto da contratação.

13.3 Com base nas informações levantadas ao longo do presente Estudo Técnico Preliminar, a autoridade competente declara a pretensa aquisição viável, além de ser imprescindível para proporcionar a promoção a saúde da população.

Paraguaçu Paulista, 26 de março de 2026.

Deise Ramalho Pereira Coordenadora de Atenção Básica e Especializada	Egydio Tonini Nogueira Neto Secretário de Saúde



Documento assinado eletronicamente por **Egydio Tonini Nogueira Neto, Secretário Municipal**, em 13/04/2026, às 12:22, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no [Decreto Estadual nº 67.641, de 10 de abril de 2023](#) e [Decreto Municipal de regulamentação do processo eletrônico](#).



Documento assinado eletronicamente por **Deise Pereira Ramalho, Diretor do Departamento de Atenção Básica e Especializada**, em 14/04/2026, às 09:28, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no [Decreto Estadual nº 67.641, de 10 de abril de 2023](#) e [Decreto Municipal de regulamentação do processo eletrônico](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://cidades.sei.sp.gov.br/marilia/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **0153025** e o código CRC **2F0DF940**.