

TERMO DE AVALIAÇÃO

Referência: Pregão Eletrônico nº 043/2024.

Processo nº 174/2024.

Assunto: Análise da amostra do item 90.

Ao 14º (décimo quarto) dia do mês de Maio de 2025, reuniram-se na Sala de Reuniões do Centro de Saúde de Lucélia - SP, a Comissão de Apoio, formada por **PRISCILLA COSTA DA SILVA E MARCIA REGINA VUDOVIX**, para análise das amostras apresentadas pela empresa habilitada.

I – Das especificações do Edital para os itens 90.

ITEM 90- Compressa de gaze 7,5 x 7,5, 13 fios, estéril: Compressa de gaze hidrófila esterilizada confeccionadas em fios 100% algodão em tecido tipo tela, com oito camadas e cinco dobras, com dimensão de 7,5 x 7,5cm quando fechadas e 15 x 30cm quando abertas. São alvejadas, purificadas e isentas de impurezas, substâncias gordurosas, amido, corantes corretivos, alvejantes ópticos. São dobradas para dentro em toda a sua extensão para evitar o desfiamento. Sua esterilização deve ser feita por irradiação gama ou por óxido de etileno. Devem ser embaladas em envelopes individuais, com 05 unidades, de pronto uso, de papel grau cirúrgico e filme nylon/polietileno Com registro na ANVISA. APRESENTAR AMOSTRA.

II – Da Avaliação



A empresa **DENTMED ADAMANTINA**, CNPJ: 03.526.176/0001-70, habilitada em sessão, referente ao item acima citado apresentou amostra junto a Prefeitura, e foi **REPROVADA**, conforme foto abaixo:

Item 90: A compressa não apresentou a medida solicitada (7,5 X 7,5) e sim 7,5 X 7,0, além disso, não contem cinco dobras, conforme solicitado.

Fotos:



ITEM 90



ITEM 90

Certifica e assina abaixo:

 PRISCILLA COSTA DA SILVA Secretaria de Saúde e Saneamento	 MARCIA REGINA VUDOVIX Secretaria de Saúde e Saneamento	 LAÉRCIO PARÚSSOLO DOS SANTOS JUNIOR Secretário de Saúde e Saneamento CPF: 02.040.180-89
--	---	---