
TERMO DE AVALIAÇÃO

Referência: Pregão Eletrônico nº 043/2024.

Processo nº 174/2024.

Assunto: Análise da amostra do item 184.

Ao 26º (Vigésimo Sexto) dia do mês de Março de 2025, reuniram-se na Sala de Reuniões do Centro de Saúde de Lucélia - SP, a Comissão de Apoio, formada por **PRISCILLA COSTA DA SILVA, ROSELI FERREIRA DE ALMEIDA ZANARDI E MARCIA REGINA VUDOVIX**, para análise das amostras apresentadas pela empresa habilitada.

I – Das especificações do Edital para os itens 184.

ITEM 184- Fita micropore: branca, confeccionada com substrato de não tecido à base de fibras de viscose e adesivo acrílico. Não possuir látex ou compostos de borracha natural em sua composição, sendo hipoalérgica. Adesão mínima à 90 e espessura mínima total de 0,13 mm, com capa, 50 mm x 10 m. APRESENTAR AMOSTRA

II – Da Avaliação

A empresa **CIRÚRGICA UNIÃO, CNPJ: 04.063.331/0001-21**, habilitada em sessão, referente ao item acima citado apresentou amostra junto a Prefeitura, e foi **REPROVADA**, conforme foto abaixo:

Item 184: A composição do produto apresentado é “tecido não tecido com tratamento no dorso” e o produto solicitado deve ser composto por “substrato de não tecido à base de fibras de viscose”, portanto não contém na confecção o material solicitado que seria a base de fibras de viscose.

Fotos:

ITEM 184



ITEM 184

Certifica e assina abaixo:

 PRISCILLA COSTA DA SILVA Secretaria de Saúde e Saneamento	 ROSELI FERREIRA DE ALMEIDA ZANARDI Secretaria de Saúde e Saneamento	 MARCIA REGINA VUDOVIX Secretaria de Saúde e Saneamento <i>Márcia Regina Vudovix</i> COREN-SP 018252- ENF.	 LAÉRCIO PARÚSSOLO DOS SANTOS JUNIOR SECRETÁRIO DE SAÚDE E SANEAMENTO <i>Laércio P. dos Santos Junior</i> Secretário de Saúde e Saneamento CPF 402.040.188-89
--	--	---	--