



PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCÉLIA

Secretaria de Saúde e Saneamento

Rua Ricieri Pernomian, 601, Centro – 17780-000 - Lucélia – SP

Tel.: (18) 3551-9030 – secretariasaudeluceliasp@gmail.com

Ofício nº 065/2025 – SMS

A Senhora,
Tania Pereira de Souza
Pregoeira

Lucélia, 15 de agosto de 2025.

Assunto: Resposta à análise técnica sobre o item Autoclave Cristofoli 54 litros

Senhora,

CONSIDERANDO o Pregão Eletrônico nº 35/2025, que dispõe sobre a contratação de empresa especializada para aquisição de equipamentos odontológicos, informo que, após a análise da documentação relativa à licitação para registro de preço, constatamos que o produto apresentado pela empresa M.H.M. do Couto Comercial ME, CNPJ 97.533.241/0001-38, referente ao item nº 2, atende a todos os requisitos especificados no edital nº 041/2025.

Sem mais, renovamos nossos votos de estima e consideração.

Atenciosamente,



CELIA MARIA FAGNANI

COORDENADORA DE SAÚDE BUCAL

Dra. Célia Maria Fagnani
Cirurgiã Dentista
CRO-SP 65620



PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCÉLIA

Secretaria de Saúde e Saneamento

Rua Ricieri Pernomian, 601, Centro – 17780-000 - Lucélia – SP
Tel.: (18) 3551-9030 – secretariasaudeluceliasp@gmail.com

Ofício nº 066/2025– SMS

Lucélia, 15 de agosto de 2025.

A Senhora,
Tania Pereira de Souza
Pregoeira

Assunto: **Resposta a**
Análise técnica sobre item consultório odontológico CX 8000 referente ao Edital nº 041/2025

Senhora,

CONSIDERANDO o Pregão Eletrônico nº 35/2025, que dispõe sobre a contratação de empresa especializada para aquisição de equipamentos odontológicos, informo:

Após a análise da documentação referente à licitação para registro de preço para aquisição de equipamentos odontológica constatamos que o produto apresentado pela empresa **OLIMPIO EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA-CNPJ 33.583.026/001-69** referente ao item nº1 **NÃO ATENDE** aos requisitos especificados no edital.

1. ESTRUTURA: Sistema de elevação eletromecânico acionado por moto-redutor BOSCH de baixa tensão com 24 volts; Sistema eletrônico integrado e de baixa voltagem com 24 volts;

2. EQUIPO: Suporta até 06 Pontas; Hastes retrateis com travamento que Proporciona ao profissional um alívio de tensão e suavidade no trabalho com as peças de mão; acompanha 02 bandejas que facilita a organização do instrumental de trabalho de trabalho no dia a dia clínico.

3. UNIDADE DE AGUA: Sensor de proximidade que aciona automaticamente o fluxo de água na cuspideira Cuba profunda, removível e com ralo para retenção de sólidos e cobertura para evitar respingos; Filtro de detritos localizado no corpo da unidade de água, de fácil limpeza e acesso; Sistema de regulação da vazão de água com a regulação fina do fluxo de água;

4. Refletor Sirius Sensor: Tecnologia de iluminação – LED:

Maior durabilidade da fonte de luz LED, até 50.000 horas; Cabeçote em material resistente, com giro de 620°.

Sendo assim, fica evidente que a proposta não atende aos requisitos especificados no edital.

Sem mais, renovamos nossos votos de estima e consideração.

Atenciosamente,

Celia Maria Fagnani

Coordenadora de saúde bucal

Dra. Célia Maria Fagnani
Cirurgiã Dentista
CRO-SP 65620