



PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCÉLIA

Secretaria de Saúde e Saneamento

Rua Ricieri Pernomian, 601, Centro – 17780-000 - Lucélia – SP

Tel.: (18) 3551-9030 – secretariasaudeluceliasp@gmail.com

Ofício nº 067/2025– SMS

Lucélia, 19 de agosto de 2025.

A Senhora,
Tania Pereira de Souza
Pregoeira

Assunto: Resposta à Análise Técnica sobre o item Consultório Odontológico CX ONE CX 9000 TOP, referente ao Edital nº 041/2025.

Senhora,

CONSIDERANDO o Pregão Eletrônico nº 35/2025, que dispõe sobre a contratação de empresa especializada para aquisição de equipamentos odontológicos, informo:

Após a análise da documentação referente à licitação para registro de preço para aquisição de equipamentos odontológica constatamos que o produto apresentado pela empresa ODONTOMASTER EQUIPAMENTOS LTDA- CNPJ 54.860.907/0001-50 referente ao item nº1 Não atende aos requisitos especificados no edital.

1. ESTRUTURA: Não consta na ficha técnica Sistema de elevação eletromecânico acionado por moto-redutor BOSCH de baixa tensão com 24 volts; Sistema eletrônico integrado e de baixa voltagem com 24 volts;

3. UNIDADE DE AGUA: Sensor de proximidade que aciona automaticamente o fluxo de água na cuspideira .

Sendo assim, fica evidente que a proposta não atende aos requisitos especificados no edital. Sem mais, renovamos nossos votos de estima e consideração.

Atenciosamente,

Celia Maria Fagnani

Coordenadora de saúde bucal

Dra. Célia Maria Fagnani
Cirurgiã Dentista
CRO-SP 65620