



PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCÉLIA

Secretaria de Saúde e Saneamento

Rua Ricieri Pernomian, 601, Centro – 17780-000 - Lucélia – SP

Tel.: (18) 3551-9030 – secretariasaudeluceliasp@gmail.com

Ofício nº 068/2025– SMS

Lucélia, 19 de agosto de 2025.

A Senhora,
Tania Pereira de Souza
Pregoeira

Assunto: Resposta à Análise Técnica sobre o item CONSULTORIO PRIME WELT CX-9000 STANDART.


Senhora,

CONSIDERANDO o Pregão Eletrônico nº 35/2025, que dispõe sobre a contratação de empresa especializada para aquisição de equipamentos odontológicos, informo:

Após a análise da documentação referente à licitação para registro de preço para aquisição de equipamentos odontológica constatamos que o produto apresentado pela empresa COMERCIAL & SERVIÇOS COSTA LTDA- CNPJ 39.324.214/0001-59 referente ao item nº1 Não atende aos requisitos especificados no edital.

- Não consta na ficha técnica o Sistema de elevação eletromecânico acionado por motor-reductor BOSCH de baixa tensão com 24 volts. Há divergência entre a proposta e o catálogo.
- Hastes retráteis: há divergência entre o catálogo e o que foi visto/solicitado.
- Sistema de água da cuspideira: não está claro se há sensor de proximidade no sistema de água da cuspideira; a descrição do catálogo/consultórios deve ser verificada para confirmar a presença ou ausência do sensor de proximidade.

Atenciosamente,


Celia Maria Fagnani

Coordenadora de saúde bucal

Dra. Célia Maria Fagnani
Cirurgiã Dentista
CRO-SP 65620