



PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCÉLIA

Secretaria de Saúde e Saneamento

Rua Ricieri Pernomian, 601, Centro – 17780-000 - Lucélia – SP

Tel.: (18) 3551-9030 – secretariasaudeluceliasp@gmail.com

Ofício nº 071/2025 – SMS

A Senhora,
Tania Pereira de Souza
Pregoeira

Lucélia, 26 de agosto de 2025.

Assunto: Resposta à análise técnica sobre o item nº 1 Consultório Saevo S400 H

Senhora,

CONSIDERANDO o Pregão Eletrônico nº 35/2025, que dispõe sobre a contratação de empresa especializada para aquisição de equipamentos odontológicos, informo que, após a análise da documentação relativa à licitação para registro de preço, constatamos que o produto apresentado pela empresa **Razão Social Peixoto Odontológicos Equipamentos Ltda. CNPJ 04.684.027/0001-00** referente ao item nº 1, não atende a todos os requisitos especificados no edital nº 041/2025.

Em atendimento ao processo licitatório, a licitante vencedora deverá apresentar o catálogo do fabricante referente aos itens em que se sagrar vencedora, para que seja realizada a conferência das características de qualidade apresentadas na proposta.

Requisitos do EDITAL sobre o catálogo.

- Texto em português; descrição técnica completa.
- Imagens e especificações principais: marca e modelo.

Observações técnicas:

- Referência ao equipamento: a proposta cita "EQUIPO SYNCRUS G8 H"; as especificações técnicas do manual utilizam o termo "DELIVERY UNITS".
- Unidade de água: a proposta cita "SYNCRUS G2"; o manual menciona apenas as unidades "WALTER".
- Edital: a proposta indica 14 opções de cores; foi ofertada a cor bege. Restringir-nos a escolher a cor.
- Observação adicional: o modelo S400 H deixou de ser fabricado em março de 2025, gerando insegurança quanto ao fornecimento de peças.
- Quanto ao modelo avaliado, o sistema de elevação eletromecânico acionado por **motor-redutor Bosch** não foi encontrado referência no catálogo..

Sem mais, renovamos nossos votos de estima e consideração.

Atenciosamente,

CELIA MARIA FAGNANI

COORDENADORA DE SAÚDE BUCAL


Dra. Célia Maria Fagnani
Cirurgiã Dentista
CRO-SP 65620