



Município de Mirante do Paranapanema

Capital do Pontal e da Reforma Agrária
Secretaria de Saúde

TERMO DE REFERÊNCIA SS Nº 014/2024

ÁREA REQUISITANTE

Área Requisitante	Responsável
Secretaria Municipal de Saúde	Adriana Leonardo de Moura

1 OBJETO

Contratação de empresa para fornecimento de materiais, insumos e equipamento hospitalares em atendimento da Secretária Municipal de Saúde.

1.1 Especificações e quantidades

ITEM	CÓDIGO MATERIAIS BECSP	DESCRIÇÃO	UNIDADE DE MEDIDA	QTD	VALOR MÉDIO R\$	TIPO
1	3567907	ALGODÃO HIDRÓFILO NA COR BRANCA ASPECTO HOMOGÊNEO E MACIO, BOLAS DE 3CM Especificação Técnica: Algodão Hidrófilo; Na Cor Branca Aspecto Homogêneo e Macio Boa Absorvência, inodoro, ausência de Grumos e Impurezas; Em Bolas, homogênea C/100% de Brancura, P/uso Hospitalar, não estéril; Com Bolas de Aproximadamente 3cm de Diâmetro; Em Embalagem Em Pacotes; o Produto Deverá Estar Acondicionado Em Material Que Garanta a Integridade do Produto; a Apresentação do Produto Devera Obedecer a Legislação Atual Vigente; Fornecimento: Pacote com 100 gramas	PCT	700	27,09	EXCLUSIVO
2	3999815	EQUIPO PARA BOMBA DE INFUSÃO NUTRIÇÃO ENTERAL Especificação Técnica: Equipo para Bomba de Infusão; de Sistema Rotativo; Tipo para Infusão de Nutrição Enteral, Estéril, Descartável, Dedicado, Com Duração de No Mínimo 24 Horas; Com Tubo Em Pvc Flexível, Atóxico e Coloração Diferenciada Azulada/azul; Câmara Flexível de Macro gotejamento Com Entrada de Ar Lateral Com Filtro de 0,2um e Tampa; Comprimento Mínimo de 2 Metros e Prime Máximo de 30ml; Com Intermediário de Silicone Grau Medico; Ponta Perfurante Universal; Controle de Gotejamento Por Pinça Rolete; Tampas Ocluseras Com Filtro; Extremidade Tipo Conector Macho Escalonado; Embalagem Individual, Estéril, Em Material Que Promova Barreira Microbiana e Abertura Asséptica; a Apresentação do Produto Devera Obedecer a Legislação Atual Vigente; Fornecimento: unitário; Referência: DESCARPACK	UN	10.000	3,47	EXCLUSIVO
3	5511631	SERINGA DESCARTÁVEL SILICONADA LUER SLIP 20ML Especificação Técnica: Seringa Descartável; Em Plástico, atóxico, apirogenico Integra, Transparente; Apresentando Rigidez e Resistencia Mecânica Na Sua Utilização; Corpo Com Escala Em Gravação Visível e Resistente, Milimetrada e Numerada de 5,0 Em 5,0ml; Embolo e Borracha de	UN	60000	0,97	EXCLUSIVO

Escaneie a imagem para verificar a autenticidade do documento
Hash SHA256 do PDF original b93e485f032f8af9a6a281846b118b783b050ad0ee44e15e6e631808f5418ec8
<https://valida.ae/ca91e96aa760e5612ef459ce7824ae31a4188f3d61068c04>





Município de Mirante do Paranapanema

Capital do Pontal e da Reforma Agrária
Secretaria de Saúde

Escaneie a imagem para verificar a autenticidade do documento
Hash SHA256 do PDF original b93e485f032f8af9a6a281846b118b783b050ad0ee44e15e6e631808f5418ec8
<https://valida.ae/ca91e96aa760e5612ef459ce7824ae31a4188f3d61068c04>

		Ajuste, Anel de Retenção; Bico Bico Central Luer Slip (sem Rosca); Estéril; Siliconizado; Com Capacidade de Com Capacidade de 20ml; Sem Agulha; o Produto Deverá Atender Individual Em Material Que Promova Barreira Microbiana e Abertura Séptica, de Acordo Com a Rdc 18; Fornecimento: unitário				
4	5962463	ESPECULO VAGINAL DESCARTÁVEL POLIETILENO NÃO LUBRIFICADO MÉDIO Especificação Técnica: Espelho Vaginal Descartável; Em Polietileno Atóxico Não Lubrificado; Tamanho Médio; Com Abertura Em Forma de Rosca Tipo Borboleta; Uso Único, estéril; Embalado Em Material Que Garanta Sua Integridade; o Produto Devera Obedecer a Legislação Vigente; Fornecimento: unidade	UN	2250	3,88	EXCLUSIVO
5	5510791	SERINGA DESCARTÁVEL 3ML ESTÉRIL Especificação Técnica: Seringa Descartável; Em Plástico, atóxico, apirogenico e Integro; Apresentando Rigidez e Resistencia Mecânica Na Sua Utilização; Corpo Com Escala de Graduação Visível, Precisa e Indelével de 0,1ml Em 0,1ml e Numeração de 0,5ml Em 0,5ml; Embolo e Anel de Retenção de Borracha; Cilindro Translucido; Plange Com Formato Anatômico; Bico Luer Lock Central; Estéril; Siliconizada Com Deslizamento Suave e Uniforme; Com Capacidade de 3 ML; Sem Agulha; o Produto Deverá Atender Embalagem Individual; Atender a Legislação Vigente; Fornecimento: unitário	UN	30000	0,40	EXCLUSIVO
6	4621883	SERINGA DESCARTÁVEL, 5ML, NUMERADA DE 1,0 EM 1,0ML Especificação Técnica: Seringa Descartável; Em Plástico, atóxico, apirogenico Integro, Transparente; Apresentando Rigidez e Resistencia Mecânica Na Sua Utilização; Corpo Com Escala Em Gravação Visível e Resistente, Milimetrada e Numerada de 1,0 Em 1,0ml; Embolo e Borracha de Ajuste, Anel de Retenção; Bico Central Luer Slip (sem Rosca); Estéril; Siliconizada; Com Capacidade de 05ml; Sem Agulha; o Produto Deverá Atender Individual Em Material Que Promova Barreira Microbiana e Abertura asséptica, de Acordo Com a Rdc 185; Fornecimento: unitário	UN	30000	0,48	EXCLUSIVO
7	5510775	SERINGA DESCARTÁVEL 10ML ESTÉRIL Especificação Técnica: Seringa Descartável; Em Plástico, atóxico, apirogenico e Integro; Apresentando Rigidez e Resistencia Mecânica Na Sua Utilização; Corpo Com Escala de Graduação Visível, Precisa e Indelével de 0,2 ML Em 0,2 ML e Numeração de 1 ML Em 1 ML; Embolo e Anel de Retenção de Borracha; Cilindro Translucido; Flange Com Formato Anatômico; Bico Luer Lock Central; Estéril; Siliconada Com Deslizamento Suave e Uniforme; Com Capacidade de 10 ML; Sem Agulha; o Produto Deverá Atender Embalagem Individual; Atender a Legislação Vigente; Fornecimento: unitário	UN	60000	0,64	EXCLUSIVO
8	174475	VASELINA LIQUIDA COMERCIAL, ACIDEZ 01ML, DENSIDADE 0, 84 A 0, 89	FRASCO	100	53,01	EXCLUSIVO



Município de Mirante do Paranapanema

Capital do Pontal e da Reforma Agrária
Secretaria de Saúde

Escaneie a imagem para verificar a autenticidade do documento
Hash SHA256 do PDF original b93e485f032f8af9a6a281846b118b783b050ad0ee44e15e6e631808f5418ec8
<https://valida.ae/ca91e96aa760e5612ef459ce7824ae31a4188f3d61068c04>

		Especificação Técnica: Vaselina; Categoria Comercial; Acidez 1ml; Densidade 0,84 a 0,89; Com Ponto de 42c a 44c; Porcentagem de 300c; Insolúvel Em Água; Em Blocos; para Uso Em Histologia; Resíduo de Calcinação Sulfato Máximo 5%; Estado Físico Líquido Fosco; Com Viscosidade 20c Min. 110mpas; Com Viscosidade 40c Min. 34,5 Cst; Acondicionado Em Embalagem Reforçada e Adequada para o Produto; Rotulo Com Nr. de Lote, Data de Fabricação/validade, Fórmula e Procedência; Fornecimento: Frasco com 1.000 ml				
9	3724182	FRASCO PARA DIETA, EM PLÁSTICO, ALIMENT. ENTERAL, CAPACIDADE 500ML Especificação Técnica: Frasco para Dieta; Em Plástico, Descartável, Transparente, para Alimentação Enteral; Com Graduação de 50ml, Com Tampa de Rosquear e Gargalo de Aproximadamente 02cm; Capacidade de 500ml, Com Base Que Permite Apoio Sobre a Mesa para Facilitar o Envase; Atóxico; Embalagem Em Um Único Involucro; Fornecimento: unitário	UN	12.000	3,30	EXCLUSIVO
10	6362095	CATETER INTRAVENOSO PERIFÉRICO 22G Especificação Técnica: Cateter Intravenoso; Em Poliuretano, Radiopaco, Siliconizado, Flexível; Transparente, Parede Fina e Ponta Levemente Afunilada; Periférico; Curta Permanência; Agulha de Bisel Curto Trifacetado, Com Protetor; Câmara de Refluxo Translúcida; Conector Luer Lock; Calibre 22g e Comprimento do Cateter de 25mm; Sistema de Segurança Manual Ou Automático Com Proteção Da Ponta Da Agulha pós Punção; Estéril; Embalado Em Material Que Promova Barreira Microbiana Com Abertura e Transferência Asséptica; o Produto Devera Obedecer a Legislação Atual Vigente; Fornecimento: unitário Referência: MEDIX, DESCARPACK OU SOLIDOR	UN	24.000	3,71	LIVRE
11	6362095	CATETER INTRAVENOSO PERIFÉRICO 22G Especificação Técnica: Cateter Intravenoso; Em Poliuretano, Radiopaco, Siliconizado, Flexível; Transparente, Parede Fina e Ponta Levemente Afunilada; Periférico; Curta Permanência; Agulha de Bisel Curto Trifacetado, Com Protetor; Câmara de Refluxo Translúcida; Conector Luer Lock; Calibre 22g e Comprimento do Cateter de 25mm; Sistema de Segurança Manual Ou Automático Com Proteção Da Ponta Da Agulha pós Punção; Estéril; Embalado Em Material Que Promova Barreira Microbiana Com Abertura e Transferência Asséptica; o Produto Devera Obedecer a Legislação Atual Vigente; Fornecimento: unitário Referência: MEDIX, DESCARPACK OU SOLIDOR	UN	8.000	3,71	RESERVADO
12	6144462	ABAIXADOR DE LÍNGUA 14CMX1,4CMX0,5CM Especificação Técnica: Abaixador de Língua; de Madeira Claro; de Uso Único; Com Extremidades Arredondadas, sem rebarbas; medindo 14cm de Comprimento x 1,4cm de Largura e 0,5cm de Espessura; Embalado Em plástico Transparente Atóxico e Resistente; Rotulagem Respeitando Legislação Atual Vigente; Fornecimento: pacote com 100 unidades	PCT	1.000	10,52	EXCLUSIVO



Município de Mirante do Paranapanema

Capital do Pontal e da Reforma Agrária
Secretaria de Saúde

13	----	SONDA DE ASPIRAÇÃO TRAQUEAL, N.10, SEM VÁLVULA, 50CM (UNIVERSIDADE) Especificação Técnica: Sonda de Aspiração Traqueal"; N. 10, Sem Válvula, Com Aproximadamente 50 Cm De comprimento; Com Dois Furos Laterais Justapostos e Um Furo Na ponta, Conector Adaptável a Seringas; Equipos de Soro e Tubo Extensor de Látex compatível ao N. 204, Sem Tampa; Flexível, Mas Não Dobrável, Siliconizado, Estéril; Embalagem Individual-material Que Promova Barreira Microbiana de Abertura e Transferência asséptica; Fornecimento: unitário	UN	6.000	7,02	EXCLUSIVO
14	6362125	CATETER INTRAVENOSO PERIFÉRICO 24G Especificação Técnica: Cateter Intravenoso; Em Poliuretano, Radiopaco, Siliconizado, Flexível; Transparente, Parede Fina e Ponta Levemente Afunilada; Periférico; Curta Permanência; Agulha de Bisel Curto Trifacetado, Com Protetor; Câmara de Refluxo Translúcida; Conector Luer Lock; Calibre 24g e Comprimento do Cateter de 12 a 15mm; Sistema de Segurança Manual Ou Automático Com Proteção Da Ponta Da Agulha pós Punção; Estéril; Indicação Pediátrica e Neonatal; Embalado Em Material Que Promova Barreira Microbiana Com Abertura e Transferência Asséptica; o Produto Devera Obedecer a Legislação Atual Vigente; Fornecimento: unitário Referência: MEDIX, DESCARPACK OU SOLIDOR	UN	6.000	4,13	RESERVADO
15	6362125	CATETER INTRAVENOSO PERIFÉRICO 24G Especificação Técnica: Cateter Intravenoso; Em Poliuretano, Radiopaco, Siliconizado, Flexível; Transparente, Parede Fina e Ponta Levemente Afunilada; Periférico; Curta Permanência; Agulha de Bisel Curto Trifacetado, Com Protetor; Câmara de Refluxo Translúcida; Conector Luer Lock; Calibre 24g e Comprimento do Cateter de 12 a 15mm; Sistema de Segurança Manual Ou Automático Com Proteção Da Ponta Da Agulha pós Punção; Estéril; Indicação Pediátrica e Neonatal; Embalado Em Material Que Promova Barreira Microbiana Com Abertura e Transferência Asséptica; o Produto Devera Obedecer a Legislação Atual Vigente; Fornecimento: unitário Referência: MEDIX, DESCARPACK OU SOLIDOR	UN	24.000	4,13	LIVRE
16	5691540	ATADURA DE ALGODÃO ORTOPÉDICO 10CM X 100CM Especificação Técnica: Atadura de Algodão Ortopédico; Medindo Aproximadamente 10cm x 100cm de Comprimento; Em Algodão Ortopédico; Com Relativa Impermeabilidade e Em Mantas Uniformes e Contínuas Sem Impurezas; Embalagem Em Material Que Garanta a Integridade do Produto, enrolada de Forma Contínua e Uniforme; a Apresentação do Produto Devera Obedecer a Legislação Atual Vigente; Fornecimento: Pacote com 12 unidades	PCT	300	17,54	EXCLUSIVO
17	5691583	ATADURA DE ALGODÃO ORTOPÉDICO 20CMX100CM Especificação Técnica: Atadura de Algodão Ortopédico; Medindo Aproximadamente 20cmx100cm; Em Algodão Ortopédico; Com Relativa Impermeabilidade e Em Mantas	PCT	180	27,05	EXCLUSIVO

Escaneie a imagem para verificar a autenticidade do documento
Hash SHA256 do PDF original b93e485f032f8af9a6a281846b118b783b050ad0e44e15e6e631808f5418ec8
<https://valida.ae/ca91e96aa760e5612ef459ce7824ae31a4188f3d61068c04>





Município de Mirante do Paranapanema

Capital do Pontal e da Reforma Agrária
Secretaria de Saúde

		Uniformes e contínuas Sem Impurezas; Embalagem Em Material Que Garanta a Integridade do Produto, Enrolada de Forma Contínua e Uniforme; a Apresentação do Produto Devera Obedecer a Legislação Atual Vigente; Fornecimento: Pacote 12 unidades				
18	1615408	ALMOTOLIA DE POLIPROP, MARROM, C/TAMPA, BICO DOSADOR, CAPAC. 250ML Especificação Técnica: Almotolia; Em Polipropileno, Na Cor Marrom; Resistente a Desinfecção; Composto Por Corpo Rosqueado a Tampa, com Bico Dosador, graduado a Cada 50ml; Embalagem Apropriada Com Capacidade de 250ml; Fornecimento: unidade	FRASCO	200	10,27	EXCLUSIVO
19	638960	ALMOTOLIA DE PLÁSTICO, TRANSPARENTE, C/CAPACIDADE 250ML Especificação Técnica: Almotolia; de plástico Atóxico, transparente; Resistente; Composto Por Tampa Rosqueavel Com Protetor No Bico; Embalagem Apropriada Com Capacidade de 250ml; Fornecimento: unitário	FRASCO	280	9,78	EXCLUSIVO
20	3573672	CATETER DESC. NASAL TIPO ÓCULOS PRONG. EM SILICONE OU SIMILAR Especificação Técnica: Cateter Descartável; Em Material Compatível; Uso Único, Nasal Tipo Óculos, Prong Em Silicone Ou Similar, Com Extensão No Mínimo 2,00m; Tamanho Adulto e ou infantil, Embalado Em Material Que Garanta a Integridade do Produto; a Apresentação do Produto Devera Obedecer a Legislação Vigente; Fornecimento: unitário	UN	10.000	6,00	EXCLUSIVO
21	6361994	CATETER INTRAVENOSO PERIFÉRICO 20G Especificação Técnica: Cateter Intravenoso; Em Poliuretano, Radiopaco, Siliconizado, Flexível; Transparente, Parede Fina e Ponta Levemente Afunilada; Periférico; Curta Permanência; Agulha de Bisel Curto Trifacetado, Com Protetor; Câmara de Refluxo Translúcida; Conector Luer Lock; Calibre 20g e Comprimento do Cateter de 30 a 32mm; Sistema de Segurança Manual Ou Automático Com Proteção Da Ponta Da Agulha pós Punção; Estéril; Embalado Em Material Que Promova Barreira Microbiana Com Abertura e Transferência Asséptica; o Produto Devera Obedecer a Legislação Atual Vigente; Fornecimento: unitário Referência: MEDIX, DESCARPACK OU SOLIDOR	UN	21.000	3,71	LIVRE
22	6361994	CATETER INTRAVENOSO PERIFÉRICO 20G Especificação Técnica: Cateter Intravenoso; Em Poliuretano, Radiopaco, Siliconizado, Flexível; Transparente, Parede Fina e Ponta Levemente Afunilada; Periférico; Curta Permanência; Agulha de Bisel Curto Trifacetado, Com Protetor; Câmara de Refluxo Translúcida; Conector Luer Lock; Calibre 20g e Comprimento do Cateter de 30 a 32mm; Sistema de Segurança Manual Ou Automático Com Proteção Da Ponta Da Agulha pós Punção; Estéril; Embalado Em Material Que Promova Barreira Microbiana Com Abertura e Transferência Asséptica; o Produto Devera Obedecer a Legislação Atual Vigente;	UN	7.000	3,71	RESERVADO

Escaneie a imagem para verificar a autenticidade do documento
Hash SHA256 do PDF original b93e485f032f8af9a6a281846b118b783b050ad0ee44e15e6e631808f5418ec8
<https://valida.ae/ca91e96aa760e5612ef459ce7824ae31a4188f3d61068c04>





Município de Mirante do Paranapanema

Capital do Pontal e da Reforma Agrária
Secretaria de Saúde

Escaneie a imagem para verificar a autenticidade do documento
Hash SHA256 do PDF original b93e485f032f8af9a6a281846b118b783b050ad0ee44e15e6e631808f5418ec8
<https://valida.ae/ca91e96aa760e5612ef459ce7824ae31a4188f3d61068c04>

		Fornecimento: unitário Referência: MEDIX, DESCARPACK OU SOLIDOR COLETOR PARA RESÍDUOS PERFUROCORANTES 20 LITROS, NA COR LARANJA Especificação Técnica: Coletor para Resíduos; para Descarte de Perfurocortantes Tóxicos; Confeccionado Em Material Resistente a Base de Papelão Que Possa Ser Incinerado; Revestido Internamente, Com Saco Plástico, Cinto de Revestimento; Sistema de Abertura e Fechamento Isento de Ruptura, Deformação Ou Perfuração; Bocal Com Abertura Que Facilite o Descarte, Com Alca de Transporte; Deve Apresentar Simbologia para Resíduos Tóxicos; Com Capacidade de 20 Litros, Na Cor Laranja; Em Formato Compatível Com o Suporte Específico para o Referido Coletor, Devera; Apresentar Laudo Analítico Que Comprove Nbr 13853 e Nbr 7500 (simbologia); Fornecimento: Unitário				
23	4231139		UN	1.500	16,64	EXCLUSIVO
24	3604373	EQUIPO PARA ADMINISTRAÇÃO DE SOLUÇÕES PARENTERAIS MACROGOTAS, INJETOR L Especificação Técnica: Equipo para Administração de Soluções Parenterais; Isento de Látex, Pvc; Com Ponta Perfurante Padrão Iso Com Tampa; Com Pinça Rolete para Controle de Gotejamento; Injetor Lateral, Isento de Látex, Sem Uso de Agulha; Conector Luer Lock, Slip Reversível Rotativo Com filtro para Preenchimento Em Sistema Fechado; Macrogotas; Com Filtro de Linha Bacteriológico, hidrófobo de 0.22 Micras; Flexível, Com Filtro de Partículas Que Impede Entrada de Ar; Embalado Em Papel Grau Cirúrgico e Material Que Promova Barreira Microbiana e Abertura asséptica; o Produto Deverá Ser Entregue Com Laudo Analítico Legislação Atual Vigente; Fornecimento: Rolo, Referência: MEDSONDA	UN	8.000	2,36	EXCLUSIVO
25	243973	EQUIPO P/SOL.PARENT.PVC,1,50CM, MACRO, 2 VIAS, C/FITA 0 A 40CM, ESTÉRIL Especificação Técnica: Equipo de Soluções Parenterais; Com Ponta Perfurante para Ampola Plástica, e Borracha; Em Pvc, atóxico, transparente, entrada de Ar Lateral c/ Filtro de 0,2 Micra Com Protetor; Pinça Rolete Corta Fluxo de Alta Precisão; Conector e Adaptador; Gotejador Macrogota; Tubo Atóxico Medindo No Mínimo 1,40m Em y de Baixo para Cima Com Pinças Roletes de Alta Precisão; Com Fita Numerada de Baixo para Cima No Mínimo 0 a 40 Cm, Com Intervalos de 01cm; Embalado Em Papel Grau Cirúrgico e Filme Laminado Transparente, individual, estéril; a Apresentação do Produto Devera Obedecer a Legislação Atual Vigente; Fornecimento: unitário	UN	10.000	3,01	EXCLUSIVO
26	4307240	KIT PARA PAPANICOLAU ESCOVA CERVICAL COMPOSTA DE HASTE PLÁSTICA CILIND Especificação Técnica: Kit para Papanicolau; contendo 01 Espátula de Ayres e Escova Cervical; Estéril, Escova de Ayres Med. Aprox. 17,5 Cm, Escova Cervical Composta de Haste Plástica Cilíndrica; Cm e Cerdas de Nylon C/formato Levemente Cônico C/2cm de Comprimento Total de 18 Cm; Embalado Em Material Que Garanta a Integridade do Produto; a Apresentação do	UN	7.875	7,95	LIVRE





Município de Mirante do Paranapanema

Capital do Pontal e da Reforma Agrária
Secretaria de Saúde

		Produto Devera Obedecer a Legislação Atual Vigente; Fornecimento: unitário (kit)				
27	4307240	KIT PARA PAPANICOLAU ESCOVA CERVICAL COMPOSTA DE HASTE PLÁSTICA CILIND Especificação Técnica: Kit para Papanicolau; contendo 01 Espátula de Ayres e Escova Cervical; Estéril, Escova de Ayres Med. Aprox. 17,5 Cm, Escova Cervical Composta de Haste Plástica Cilíndrica; Cm e Cerdas de Nylon C/formato Levemente Cônico C/2cm de Comprimento Total de 18 Cm; Embalado Em Material Que Garanta a Integridade do Produto; a Apresentação do Produto Devera Obedecer a Legislação Atual Vigente; Fornecimento: unitário (kit)	UN	2.625	7,95	RESERVADO
28	2874989	ESPÁTULA DE AYRE, MADEIRA, 18 CM X 0,5 CM, DESCARTÁVEL, ESTÉRIL Especificação Técnica: Espátula de Ayre; Confeccionada Em Madeira Resistente, Maleável, Medindo Aproximadamente 0,5cm de Largura x 18 Cm de Comprimento; Extremidade Superior Bifurcada e Arredondada e Inferior Arredondada, Bem-acabada, Sem Rebarbas e Com Superfície Lisa; Uso Único estéril, Descartável, Embalada Em Material Que Promova Barreira Microbiana e Abertura asséptica; o Produto Devera Obedecer a Legislação Atual Vigente; Fornecimento: Pacote com 100 unidades	PCT	3.000	16,03	EXCLUSIVO
29	5962455	ESPECULO VAGINAL DESCARTÁVEL POLIETILENO NÃO LUBRIFICADO PEQUENO Especificação Técnica: Espelho Vaginal Descartável; Em Polietileno Atóxico Não Lubrificado; Tamanho Pequeno; Com Abertura Em Forma de Rosca Tipo Borboleta; Uso Único, Estéril; Embalado Em Material Que Garanta Sua Integridade; o Produto Devera Obedecer a Legislação Vigente; Fornecimento: unitário	UN	1.800	12,22	EXCLUSIVO
30	2233568	FIO P/SUTURA CATGUT SIMPL,70CM,2-0, C/AG. 1/2CIRC. CILINDR, 3,5CM, ESTER. Especificação Técnica: Fio Cirúrgico estéril Simples de Origem Animal; Diâmetro 2-0, Multifilamento Torcido, Obtido do Colágeno do Intestino Delgado de Bovinos; Agulha de aço Inox, 1/2 Círculo, cilíndrica, 3,5 Cm; medindo 70 Cm de Comprimento; Absorvível; Embalado Em Embalagem Individual, estéril, Em Material Que Promova Barreira Microbiana e Abertura asséptica; o Produto Deverá Ser Entregue Com Laudo Que Comprove a Sua Esterilidade e de Acordo Com a Legislação Atual Vigente; Fornecimento: caixa com 24 envelopes; Referência: technofio	CAIXA	30	267,17	EXCLUSIVO
31	552402	FIO P/SUTURA CATGUT CROMADO,70CM,3-0, C/AG.3/8CIRC.CILIND,3,0CM, ESTÉRIL Especificação Técnica: Fio Cirúrgico estéril Cromado de Origem Animal; absorvível, obtido do Colágeno do Intestino Delgado De(bovinos/ovinos), c/sais de Cromo; Com Diâmetro de 3-0; Agulha,3/8 Circ. cilíndrica de 3,0cm; medindo 70cm; Embalado Em Material Que Promova Barreira Microbiana e Abertura asséptica;	CAIXA	30	202,15	EXCLUSIVO

Escaneie a imagem para verificar a autenticidade do documento
Hash SHA256 do PDF original b93e485f032f8af9a6a281846b118b783b050ad0ee44e15e6e631808f5418ec8
<https://valida.ae/ca91e96aa760e5612ef459ce7824ae31a4188f3d61068c04>





Município de Mirante do Paranapanema

Capital do Pontal e da Reforma Agrária
Secretaria de Saúde

		o Produto Deverá Ser Entregue Com Laudo Que Comprove Sua Esterilidade; Fornecimento: CAIXA COM 24 ENVELOPES MARCA TECHNOFIO				
32	1539159	FIO P/SUTURA CATGUT CROMADO, 70CM, 4-0, C/AG. 1/2CIRC. CILIND, 2,0CM, ESTER. Especificação Técnica: Fio Cirúrgico estéril Cromado de Origem Animal; absorvível, obtido do Colágeno do Intestino Delgado De(bovinos/ovinos), c/sais de Cromo; Com Diâmetro de 4-0; Agulha de 1/2 Circ. cilíndrica de 2,0cm; medindo 70cm; Embalado Em Material Que Promova Barreira Microbiana e Abertura asséptica; o Produto Deverá Ser Entregue Com Laudo Que Comprove Sua Esterilidade; Fornecimento: caixa com 24 envelopes; Referência: technofio	CAIXA	30	266,91	EXCLUSIVO
33	997161	FIO P/SUTURA CATGUT SIMPL, 70CM, 5-0, C/AG. 1/2CIRC. CILIND, 1,5CM, ESTER. Especificação Técnica: Fio Cirúrgico estéril Simples de Origem Animal; Diâmetro 5-0; Agulha 1/2 Circ. cilíndrica de 1,5cm Comprimento; medindo 70 Cm de Comprimento; Absorvível; Embalado Em Material Que Promova Barreira Microbiana e Abertura asséptica; o Produto Deverá Ser Entregue Com Laudo Que Comprove Sua Esterilidade; Fornecimento: caixa com 24 envelopes; Referência: technofio	CAIXA	30	301,95	EXCLUSIVO
34	----	FIO DE SUTURA CATGUT SIMPLES - 6.0 (COM AGULHA) CAIXA COM 24 ENVELOPES MARCA TECHNOFIO	CAIXA	30	301,95	EXCLUSIVO
35	----	FIXADOR CELULAR CITOLÓGICO 100 ML	FRASCO	120	24,06	EXCLUSIVO
36	3933628	GEL CONDUTIVO PARA ULTRASSONOGRRAFIA INODORO, PH NEUTRO Especificação Técnica: Gel Condutivo; para Ultrassonografia; Inodoro, Ph Neutro; Carbomero, Água Purificada; Incolor; Isento de Gordura e Sujidade; Embalado Em Material Que Garanta a Integridade do Produto; a Apresentação do Produto Devera Obedecer a Legislação Atual Vigente; Fornecimento: Galão de 5 quilograma	GALÃO	70	71,60	EXCLUSIVO
37	3646238	GERAIS ÁGUA DESTILADA, LÍQUIDO, BOMBONA 5000 ML Especificação Técnica: Medicamentos Gerais de Uso Humano; Água Destilada; Forma Farmacêutica Líquida; Forma de Apresentação Bombona 5000ml; Fornecimento: Bombona de 5.000ml	GALÃO	210	25,91	EXCLUSIVO
38	5673976	FILME PARA ULTRASSOM Especificação Técnica: Filme para Raios X; para Aparelho de Ultrassom; tamanho 110mm x 20m; Filme; Rendimento Mínimo de 215 Impressões; Embalado Individual Em Material Que Garanta a Integridade do Produto; Compatível Com Impressora Vp897-md Sony; Fornecimento: unitário (Rolo)	ROLO	300	265,22	LIVRE
39	5673976	FILME PARA ULTRASSOM Especificação Técnica: Filme para Raios X; para Aparelho de Ultrassom; tamanho 110mm x 20m; Filme; Rendimento Mínimo de 215 Impressões; Embalado Individual Em Material Que Garanta a	ROLO	100	265,22	RESERVADO

Escaneie a imagem para verificar a autenticidade do documento
Hash SHA256 do PDF original b93e485f032f8af9a6a281846b118b783b050ad0ee44e15e6e631808f5418ec8
<https://valida.ae/ca91e96aa760e5612ef459ce7824ae31a4188f3d61068c04>





Município de Mirante do Paranapanema

Capital do Pontal e da Reforma Agrária
Secretaria de Saúde

		Integridade do Produto; Compatível Com Impressora Vp897-md Sony; Fornecimento: unitário (Rolo)				
40	3450600	LÂMINA DE BISTURI EM AÇO CARBONO NÚMERO 15C ESTÉRIL Especificação Técnica: Lâmina de Bisturi; em aço Carbono; Número 15c; Estéril; Com Perfeito Acabamento Sem Sinais de Oxidação, Sem Rebarbas, embalado Em Material Que Promova Barreira Microbiana; o Produto Deverá Ser Entregue Com Laudo Que Comprove Sua Esterilidade, a Apresentação do Produto Devera Obedecer a Legislação Atual Vigente; Fornecimento: caixa com 100 unidades	CAIXA	120	47,09	EXCLUSIVO
41	2515865	SONDA DE ASPIRAÇÃO TRAQUEAL, N.12, SEM VÁLVULA, 50CM (UNIVERSIDADE) Especificação Técnica: Sonda de Aspiração Traqueal"; N. 12, Sem Válvula, Com Aproximadamente 50 Cm De comprimento; Com Dois Furos Laterais Justapostos e Um Furo Na ponta, Conector Adaptável a Seringas; Equipos de Soro e Tubo Extensor de Látex compatível ao N. 204, Sem Tampa; Flexível, Mas Não Dobrável, Siliconizado, Estéril; Embalagem Individual-material Que Promova Barreira Microbiana de Abertura e Transferência asséptica; Fornecimento: unitário	UN	2000	7,10	EXCLUSIVO
42	2473194	SONDA DE ASPIRAÇÃO TRAQUEAL, NO. 14 SEM VÁLVULA (UNIVERSIDADE) Especificação Técnica: Sonda de Aspiração Traqueal"; No. 14, Sem Válvula, Com Aproximadamente 50 Cm De comprimento; Com Dois Furos Laterais Justapostos e Um Furo Na ponta, Conector Adaptável a Seringas; Equipos de Soro e Tubo Extensor de Látex Compatível Ao No.204, Sem Tampa, Flexível, Mas Não Dobrável; Siliconizado, Estéril; Embalado Individ. Em Material Que Promova Barreira microbiana de Abertura e Transferência asséptica; Fornecimento: unitário	UN	600	7,16	EXCLUSIVO
43	----	SONDA DE ASPIRAÇÃO TRAQUEAL, N.16, SEM VÁLVULA, 50CM (UNIVERSIDADE) Especificação Técnica: Sonda de Aspiração Traqueal"; N. 16, Sem Válvula, Com Aproximadamente 50 Cm De comprimento; Com Dois Furos Laterais Justapostos e Um Furo Na ponta, Conector Adaptável a Seringas; Equipos de Soro e Tubo Extensor de Látex compatível ao N. 204, Sem Tampa; Flexível, Mas Não Dobrável, Siliconizado, Estéril; Embalagem Individual-material Que Promova Barreira Microbiana de Abertura e Transferência asséptica; Fornecimento: unitário	UN	600	7,26	EXCLUSIVO
44	----	SONDA DE ASPIRAÇÃO TRAQUEAL, N.18, SEM VÁLVULA, 50CM (UNIVERSIDADE) Especificação Técnica: Sonda de Aspiração Traqueal"; N. 18, Sem Válvula, Com Aproximadamente 50 Cm De comprimento; Com Dois Furos Laterais Justapostos e Um Furo Na ponta, Conector Adaptável a Seringas; Equipos de Soro e Tubo Extensor de Látex compatível ao N. 204, Sem Tampa; Flexível, Mas Não Dobrável, Siliconizado, Estéril; Embalagem Individual-	UN	600	7,34	EXCLUSIVO

Escaneie a imagem para verificar a autenticidade do documento
Hash SHA256 do PDF original b93e485f032f8af9a6a281846b118b783b050ad0ee44e15e6e631808f5418ec8
<https://valida.ae/ca91e96aa760e5612ef459ce7824ae31a4188f3d61068c04>



Município de Mirante do Paranapanema

Capital do Pontal e da Reforma Agrária
Secretaria de Saúde

		material Que Promova Barreira Microbiana de Abertura e Transferência asséptica; Fornecimento: unitário				
45	6090680	SONDA URETRAL NÚMERO 10 Especificação Técnica: Sonda Uretral; Confeccionada Em Polivinil (pvc), flexível e Transparente; para Sondagem Uretral, S/ Rebarbas, C/ 2 Furos P/drenagem, Ponta Arredondada S/ Abertura; Com No Mínimo 35 Cm de Comprimento, Número 10; Com Conector Universal e Tampa; Não Lubrificada; Estéril, Atóxica e Apirogênica; Embalado Em Material Apropriado Com Barreira Microbiana; a Apresentação do Produto Devera Obedecer a Legislação Vigente; Fornecimento: unitário	UN	5.000	5,25	EXCLUSIVO
46	3011275	SONDA URETRAL EM PVC, NÚMERO 12, 35 CM, SILICONIZADA, ESTÉRIL Especificação Técnica: Sonda Uretral; Confeccionada Em Pvc, Sem Rebarbas de Manufatura; Atóxica, Apirogenica, Flexível, Transparente; Com 35 Cm de Comprimento, Número 12; Com Conector Universal; Siliconizada; Estéril; Embalado Em Material Que Promova Barreira Microbiana e Abertura asséptica; a Apresentação do Produto Devera Obedecer a Legislação Atual Vigente; Fornecimento: unitário	UN	4.000	5,19	EXCLUSIVO
47	3011321	SONDA URETRAL EM PVC, NÚMERO 18 Especificação Técnica: Sonda Uretral; Confeccionada Em Pvc, Sem Rebarbas de Manufatura; Atóxica, Apirogenica, Flexível, Transparente; Com No Mínimo 35 Cm de Comprimento, Número 18; Com Conector Universal, Com Tampa; Não Siliconizado; Estéril; Embalado Em Material Que Promova Barreira Microbiana e Abertura asséptica; a Apresentação do Produto Devera Obedecer a Legislação Vigente; Fornecimento: unitário	UN	90	5,40	EXCLUSIVO
48	4673042	SONDA FOLEY, 100% SILICONE, 2 VIAS, NÚMERO 12 Especificação Técnica: Sonda Foley; Em 100% Silicone, Transparente; Lubrificação Homogênea; Estéril, Descartável, Atóxica, Apirogenica; Com Balão de 5-10ml, Com Válvula Tipo Luer; Com 2 Vias, Calibre Número 12, Ponta Com Dois Orifícios Laterais; Número do Calibre Estampado Em Local Visível Embalado Individual, Em Material Que Promova Barreira Microbiana de Abertura e Asséptica; a apresentação do Produto Devera Obedecer a Legislação Vigente; Fornecimento: unitário	UN	400	10,65	EXCLUSIVO
49	4673034	SONDA FOLEY, 100% SILICONE, 2 VIAS, CALIBRE 14 Especificação Técnica: Sonda Foley; Em 100% Silicone, Transparente; Lubrificação Homogênea; Estéril, Descartável, Atóxica, Apirogenica; Com Balão de 5-10ml, Com Válvula Tipo Luer; Com 2 Vias, Calibre Número 14, Ponta Com Dois Orifícios Laterais; Número do Calibre Estampado Em Local Visível Embalado Em Material Que Garanta a Integridade Do produto e Que Permita	UN	400	10,65	EXCLUSIVO

Escaneie a imagem para verificar a autenticidade do documento
Hash SHA256 do PDF original b93e485f032f8af9a6a281846b118b783b050ad0ee44e15e6e631808f5418ec8
<https://valida.ae/ca91e96aa760e5612ef459ce7824ae31a4188f3d61068c04>





Município de Mirante do Paranapanema

Capital do Pontal e da Reforma Agrária
Secretaria de Saúde

		Transferência Aséptica; a apresentação do Produto Devera Obedecer a Legislação Vigente; Fornecimento: unitário				
50	4885848	SONDA FOLEY 100% SILICONE CALIBRE 16, 3 VIAS Especificação Técnica: Sonda Foley; Em 100% Silicone, para Uso Em Cistostomia e Sondagem Uretral; Calibre 16; Siliconizada; Estéril; Com Balão de Até 30 ML; Com 3 Vias; Número do Calibre Estampado Em Local Visível Da Extremidade Distal; Embalada Em Material Que Promova Barreira Microbiana e Abertura Asséptica; a apresentação do Produto Devera Obedecer a Legislação Atual Vigente; Fornecimento: unitário	UN	800	10,65	EXCLUSIVO
51	4885830	SONDA FOLEY 100% SILICONE CALIBRE 18, 3 VIAS Especificação Técnica: Sonda Foley; Em 100% Silicone, para Uso Em Cistostomia e Sondagem Uretral; Calibre 18; Siliconizada; Estéril; Com Balão de Até 30 ML; Com 3 Vias; Número do Calibre Estampado Em Local Visível Da Extremidade Distal; Embalada Em Material Que Promova Barreira Microbiana e Abertura Asséptica; a apresentação do Produto Devera Obedecer a Legislação Atual Vigente; Fornecimento: unitário	UN	600	10,64	EXCLUSIVO
52	5087627	SONDA FOLEY, EM SILICONE COM 3 VIAS CALIBRE 20 Especificação Técnica: Sonda Foley; Em Silicone; Siliconada; Estéril; Com Balão de 20 a 30 ML; Com 3 Vias, Calibre 20; Número do Calibre Estampado Em Local Visível Embalada Em Material Que Promova Barreira Microbiana e Abertura Asséptica; a apresentação do Produto Devera Obedecer a Legislação Vigente; Fornecimento: unitário	UN	400	10,63	EXCLUSIVO
53	5683351	SONDA LEVINE PARA SONDAGEM GÁSTRICA N.8 Especificação Técnica: Sonda Levine para Sondagem Gástrica; Número 8; Medindo Aproximadamente 45 Cm de Comprimento; Transparente; Em Silicone; Radiopaca, Demarcada, Com Tampa Fixa, Adaptador Universal, Extremo Distal Com Dois Orifícios; Estéril; Embalada Individualmente Em Material Com Barreira microbiana de Abertura e Transferência asséptica; Fornecimento: unitário	UN	210	5,11	EXCLUSIVO
54	3002926	SONDA LEVINE PARA SONDAGEM GÁSTRICA, POLIVINIL, 10FR, LONGA, ESTÉRIL Especificação Técnica: Sonda Levine para Sondagem Gástrica; Calibre 10fr; Longa, No Mínimo de 120 Cm; Transparente; Em Polivinil Siliconizado, Sem Rebarba de Manufatura; Com Tampa Oclusiva, Adaptador Universal; Flexível, Atóxica, Apirogenica, Uso Único, Estéril, Embalagem Individual; Em Material Que Promova Barreira Microbiana e Abertura Asséptica e Atenda a Legislação Vigente; Fornecimento: unitário	UN	210	5,17	EXCLUSIVO
55	3002934	SONDA LEVINE PARA SONDAGEM GÁSTRICA, POLIVINIL, 12FR, LONGA, ESTÉRIL Especificação Técnica: Sonda Levine para Sondagem Gástrica; Calibre 12fr; Longa, Medindo No Mínimo 120 Cm; Transparente; Em Polivinil Siliconizado, Sem Rebarbas de Manufatura; Com	UN	210	5,24	EXCLUSIVO

Escaneie a imagem para verificar a autenticidade do documento
Hash SHA256 do PDF original b93e485f032f8af9a6a2818b783b050ad0ee44e15e6e631808f5418ec8
<https://valida.ae/ca91e96aa760e5612ef459ce7824ae31a4188f3d61068c04>





Município de Mirante do Paranapanema

Capital do Pontal e da Reforma Agrária
Secretaria de Saúde

		Tampa Oclusiva, Adaptador Universal, Flexível, Atóxica, Apirogenica, Uso Único; estéril, Embalagem Individual, Em Material Que Promova Barreira Microbiana e Abertura asséptica; a Apresentação do Produto Devera Obedecer a Legislação Vigente; Fornecimento: unitário				
56	3002942	SONDA LEVINE PARA SONDAGEM GÁSTRICA, POLIVINIL, 14FR, LONGA, ESTÉRIL Especificação Técnica: Sonda Levine para Sondagem Gástrica; Calibre 14fr; Longa, Medindo No Mínimo 120cm; Transparente; Em Polivinil Siliconizado, Sem Rebarbas de Manufatura; Com Tampa Oclusiva, Adaptador Universal; Flexível, Atóxica, Apirogenica, Uso Único, Estéril, Embalagem Individual; Em Material Que Promova Barreira Microbiana e Abertura asséptica e Atenda a Legislação Vigente; Fornecimento: unitário	UN	210	5,31	EXCLUSIVO
57	3946096	SONDA LEVINE PARA SONDAGEM GÁSTRICA, NÚMERO 16, MED. APROX. 120 CM Especificação Técnica: Sonda Levine para Sondagem Gástrica; Número 16; Medindo Aproximadamente 120 Cm; Transparente; Em Polivinil; Siliconizada; Descartável, Atóxica, Estéril; Com Um Orifícios Na Ponta e Quatro Laterais; Tampa Oclusiva, Adaptador Universal; Embalada Individualmente Em Material Com Barreira Microbiana de Abertura e Transferência asséptica; Fornecimento: unitário	UN	210	5,39	EXCLUSIVO
58	2424053	SONDA LEVINE PARA SONDAGEM GÁSTRICA, POLIVINIL, 18FR, LONGA, ESTÉRIL Especificação Técnica: Sonda Levine para Sondagem Gástrica; Calibre 18fr; Longa, Medindo No Mínimo 120cm; Transparente; Em Polivinil Siliconizado, Sem Rebarbas de Manufatura; Com Tampa Oclusiva, Adaptador Universal; Flexível, Atóxica, Apirogenica, Uso Único, estéril, Embalagem Individual; Em Material Que Promova Barreira Microbiana e Abertura asséptica e Atenda a Legislação Vigente; Fornecimento: unitário	UN	210	5,43	EXCLUSIVO
59	3002950	SONDA LEVINE PARA SONDAGEM GÁSTRICA, POLIVINIL, 22FR, LONGA, ESTÉRIL Especificação Técnica: Sonda Levine para Sondagem Gástrica; Calibre 22fr; Longa, Aproximadamente 120 Cm; Transparente; Em Polivinil Siliconizado; Com Tampa Oclusiva, Adaptador Universal; Flexível, Atóxica, Apirogenica, Uso Único, Estéril, Embalagem Individual; Em Material Que Promova Barreira Microbiana e Abertura asséptica e Atenda a Legislação Atual Vigente; Fornecimento: unitário	UN	210	5,64	EXCLUSIVO
60	5602777	CÂNULA ENDOTRAQUEAL 3,0MM Especificação Técnica: Cânula Endotraqueal; Confeccionada Em Pvc Com Silicone, Sem Balão, Atóxico, Transparente; Flexível, Atóxica, para Intubação Oral e Nasal, Com Lúmen de Monitoramento, Administração Medicação; Sem Mandril, com Conector; Sem Cuff; 3,0 Mm de Diâmetro Interno; Extremidade Atraumática; Graduação Indelével Com Marcação a Cada 1cm;	UN	200	11,91	EXCLUSIVO

Escaneie a imagem para verificar a autenticidade do documento
Hash SHA256 do PDF original b93e485f032f8af9a6a281846b118b783b050ad0ee44e15e6e631808f5418ec8
<https://valida.ae/ca91e96aa760e5612ef459ce7824ae31a4188f3d61068c04>





Município de Mirante do Paranapanema

Capital do Pontal e da Reforma Agrária
Secretaria de Saúde

Escaneie a imagem para verificar a autenticidade do documento
Hash SHA256 do PDF original b93e485f032f8af9a6a281846b118b783b050ad0ee44e15e6e631808f5418ec8
<https://valida.ae/ca91e96aa760e5612ef459ce7824ae31a4188f3d61068c04>

		Uso Único; Descartável; Linha Radiopaca; Estéril; Sua apresentação Devera Obedecer a Legislação Vigente; Embalado Em Material Que Promova Barreira Microbiana e Abertura Asséptica e Obedecer a Legislação Vigente;				
61	4582110	CÂNULA ENDOTRAQUEAL, 3,5MM DE DIÂMETRO Especificação Técnica: Cânula Endotraqueal; Confeccionada Em Pvc, Atóxico; Balão Piloto Transparente Com Paredes Finas para Selagem Efetiva, Identificação do Tamanho do Tubo; Sem Mandril; Com Cuff de Baixa Pressão Atraumatica; Com Válvula de Segurança, Conexão Luer Distal de Fácil Adaptação, Tubo de Insuflação; 3,5mm de Diâmetro; Com Olho de Murphy, Esterilizado Em Oxido de Etileno; Graduação de 2 Em 2 Cm; Uso Descartável; Tubo Com Curvatura Anatômica, Translucido, Radiopaco Com Paredes Finas e Lisas; Estéril Embalagem Individual; Embalado Em Material Que Promova Barreira Microbiana e Abertura Asséptica e Atenda a Legislação Vigente; Fornecimento: unitário	UN	800	12,35	EXCLUSIVO
62	----	CÂNULA ENDOTRAQUEAL, 4,0MM DE DIÂMETRO Especificação Técnica: Cânula Endotraqueal; Confeccionada Em Pvc, Atóxico; Balão Piloto Transparente Com Paredes Finas para Selagem Efetiva, Identificação do Tamanho do Tubo; Sem Mandril; Com Cuff de Baixa Pressão Atraumatica; Com Válvula de Segurança, Conexão Luer Distal de Fácil Adaptação, Tubo de Insuflação; 4,0mm de Diâmetro; Com Olho de Murphy, Esterilizado Em Oxido de Etileno; Graduação de 2 Em 2 Cm; Uso Descartável; Tubo Com Curvatura Anatômica, Translucido, Radiopaco Com Paredes Finas e Lisas; Estéril Embalagem Individual; Embalado Em Material Que Promova Barreira Microbiana e Abertura Asséptica e Atenda a Legislação Vigente; Fornecimento: unitário	UN	800	10,20	EXCLUSIVO
63	----	CÂNULA ENDOTRAQUEAL, 4,5MM DE DIÂMETRO Especificação Técnica: Cânula Endotraqueal; Confeccionada Em Pvc, Atóxico; Balão Piloto Transparente Com Paredes Finas para Selagem Efetiva, Identificação do Tamanho do Tubo; Sem Mandril; Com Cuff de Baixa Pressão Atraumatica; Com Válvula de Segurança, Conexão Luer Distal de Fácil Adaptação, Tubo de Insuflação; 4,5mm de Diâmetro; Com Olho de Murphy, Esterilizado Em Oxido de Etileno; Graduação de 2 Em 2 Cm; Uso Descartável; Tubo Com Curvatura Anatômica, Translucido, Radiopaco Com Paredes Finas e Lisas; Estéril Embalagem Individual; Embalado Em Material Que Promova Barreira Microbiana e Abertura Asséptica e Atenda a Legislação Vigente; Fornecimento: unitário	UN	800	12,36	EXCLUSIVO
64	----	CÂNULA ENDOTRAQUEAL, 5,5 MM DE DIÂMETRO Especificação Técnica: Cânula Endotraqueal; Confeccionada Em Pvc, Atóxico; Balão Piloto Transparente Com Paredes Finas para Selagem Efetiva, Identificação do Tamanho do Tubo; Sem Mandril; Com Cuff de Baixa Pressão Atraumatica; Com Válvula de Segurança, Conexão Luer Distal de	UN	200	11,89	EXCLUSIVO





Município de Mirante do Paranapanema

Capital do Pontal e da Reforma Agrária
Secretaria de Saúde

Escaneie a imagem para verificar a autenticidade do documento
Hash SHA256 do PDF original b93e485f032f8af9a6a281846b118b783b050ad0ee44e15e6e631808f5418ec8
<https://valida.ae/ca91e96aa760e5612ef459ce7824ae31a4188f3d61068c04>

		Fácil Adaptação, Tubo de Insuflação; 5,5mm de Diâmetro; Com Olho de Murphy, Esterilizado Em Oxido de Etileno; Graduação de 2 Em 2 Cm; Uso Descartável; Tubo Com Curvatura Anatômica, Translucido, Radiopaco Com Paredes Finas e Lisas; Estéril Embalagem Individual; Embalado Em Material Que Promova Barreira Microbiana e Abertura Asséptica e Atenda a Legislação Vigente; Fornecimento: unitário				
65	----	CÂNULA ENDOTRAQUEAL, 6,5 MM DE DIÂMETRO Especificação Técnica: Cânula Endotraqueal; Confeccionada Em Pvc, Atóxico; Balão Piloto Transparente Com Paredes Finas para Selagem Efetiva, Identificação do Tamanho do Tubo; Sem Mandril; Com Cuff de Baixa Pressão Atraumatica; Com Válvula de Segurança, Conexão Luer Distal de Fácil Adaptação, Tubo de Insuflação; 6,5mm de Diâmetro; Com Olho de Murphy, Esterilizado Em Oxido de Etileno; Graduação de 2 Em 2 Cm; Uso Descartável; Tubo Com Curvatura Anatômica, Translucido, Radiopaco Com Paredes Finas e Lisas; Estéril Embalagem Individual; Embalado Em Material Que Promova Barreira Microbiana e Abertura Asséptica e Atenda a Legislação Vigente; Fornecimento: unitário	UN	200	11,89	EXCLUSIVO
66	6090672	SONDA DE NUTRIÇÃO ENTERAL 6,0-6,5FR Especificação Técnica: Sonda de Nutrição Enteral; Confeccionada Em Poliuretano Transparente, Radiopaca, Biocompatível, Flexível, Siliconizada; Uso Neonatal; Calibre 6 a 6,5 Fr, Com 50 Cm de Comprimento Aprox., Com Graduação a Cada Centímetro Em Toda a Sua Extensão; Sem Fio Guia; Extremidade Distal Conexão Com Tampa e Alça de Vedação; Extremidade Proximal Com Ponta Atraumatica e Siliconizada; Estéril; Embalado Em Material Que Embalada Individualmente Em Material Com Barreira microbiana e Abertura asséptica; a Apresentação do Produto Devera Obedecer a Legislação Atual Vigente e Cumprimento Da Nbr Iso80.369-3/2016; Fornecimento: Unitário	UN	200	23,89	EXCLUSIVO
67	----	CÂNULA ENDOTRAQUEAL, 7,0 MM DE DIÂMETRO Especificação Técnica: Cânula Endotraqueal; Confeccionada Em Pvc, Atóxico; Balão Piloto Transparente Com Paredes Finas para Selagem Efetiva, Identificação do Tamanho do Tubo; Sem Mandril; Com Cuff de Baixa Pressão Atraumatica; Com Válvula de Segurança, Conexão Luer Distal de Fácil Adaptação, Tubo de Insuflação; 7,0 mm de Diâmetro; Com Olho de Murphy, Esterilizado Em Oxido de Etileno; Graduação de 2 Em 2 Cm; Uso Descartável; Tubo Com Curvatura Anatômica, Translucido, Radiopaco Com Paredes Finas e Lisas; Estéril Embalagem Individual; Embalado Em Material Que Promova Barreira Microbiana e Abertura Asséptica e Atenda a Legislação Vigente; Fornecimento: unitário	UN	200	11,90	EXCLUSIVO
68	3294170	SONDA DE NUTRIÇÃO ENTERAL, CALIBRE 12 COM 120 CM DE COMPRIMENTO, ESTER	UN	2000	23,89	EXCLUSIVO





Município de Mirante do Paranapanema

Capital do Pontal e da Reforma Agrária
Secretaria de Saúde

Escaneie a imagem para verificar a autenticidade do documento
Hash SHA256 do PDF original b93e485f032f8af9a6a281846b118b783b050ad0ee44e15e6e631808f5418ec8
<https://valida.ae/ca91e96aa760e5612ef459ce7824ae31a4188f3d61068c04>

		Especificação Técnica: Sonda de Nutrição Enteral; Confeccionada Em Poliuretano; Biocompatível, Flexível, Siliconizada, Radiopaca; Calibre 12 Com No Mínimo 120cm, Com Graduação Em Toda a Sua Extensão; Fio Guia Em Nylon Flexível; Extremidade Distal Com Conector Universal Em Y; Extremidade Proximal Com Ponta Em Tungstênio; estéril; Embalado Em Material Que Promova Barreira Microbiana e Abertura asséptica; a Apresentação do Produto Devera Obedecer a Legislação Atual Vigente; Fornecimento: unitário				
69	2363763	AGULHA HIPODÉRMICA DESC. ESTÉRIL P/ COLETA MÚLTIPLA 21G (30X8 OU 25X8) Especificação Técnica: Agulha Hipodérmica Descartável Bipolar; (coleta) Plástico Atóxico e Sem Rebarba; Haste Em aço Inox Estéril; Com Bisel Médio Trifacetado Cilíndrica Oca Cânula Reta Com Manga de Borracha Na Parte Inferior; Com Dispositivo de Segurança Que Acionado Recobriria Totalmente a Agulha Acompanha Adaptador Plástico; Dimensão de 32x8 Ou 30x8 Ou 25x8 (21g); Embalado Em Tubo Tipo "hardpack" Individualmente Com Lacre de Segurança Garantir As Normas de Biossegurança e Nr.32; o Produto Devera Obedecer a Legislação Atual Vigente; Embalagem: caixa com 100 unidades; Referência: MEDIX, DESCARPACK OU SOLIDOR	CAIXA	500	44,10	RESERVADO
70	2363763	AGULHA HIPODÉRMICA DESC. ESTÉRIL P/ COLETA MÚLTIPLA 21G (30X8 OU 25X8) Especificação Técnica: Agulha Hipodérmica Descartável Bipolar; (coleta) Plástico Atóxico e Sem Rebarba; Haste Em aço Inox Estéril; Com Bisel Médio Trifacetado Cilíndrica Oca Cânula Reta Com Manga de Borracha Na Parte Inferior; Com Dispositivo de Segurança Que Acionado Recobriria Totalmente a Agulha Acompanha Adaptador Plástico; Dimensão de 32x8 Ou 30x8 Ou 25x8 (21g); Embalado Em Tubo Tipo "hardpack" Individualmente Com Lacre de Segurança Garantir As Normas de Biossegurança e Nr.32; o Produto Devera Obedecer a Legislação Atual Vigente; Embalagem: caixa com 100 unidades; Referência: MEDIX, DESCARPACK OU SOLIDOR	CAIXA	1.500	44,10	LIVRE
71	3797686	AGULHA HIPODÉRMICA DESCARTÁVEL 25X0,7MM C/ BISEL TRIFACETADO Especificação Técnica: Agulha Hipodérmica Descartável; Canhão Plástico Atóxico Sem Rebarbas; Haste Em aço Inox; Com Bisel Trifacetado e Ponta Afiada Cilíndrica-oca-reta; Com Perfeita Adaptação Ao Canhão; Protetor Plástico, Atóxico Polipropileno; Nas Dimensões de 25 x 0,7 Mm; Embalado Em Material Que Garanta Esterilidade Individual, estéril; o Produto Deverá Atender e Que Atenda a Legislação Atual Vigente; Embalagem: caixa com 100 unidades; Referência: MEDIX, DESCARPACK OU SOLIDOR	CAIXA	2.000	17,81	EXCLUSIVO
72	3797651	Agulha Hipodérmica Descartável 13 x 4.5 C/ Bisel Trifacetada Especificação Técnica: Agulha Hipodérmica Descartável; Canhão Plástico Atóxico Sem Rebarbas; Haste Em aço Inox; Com Bisel Trifacetado e Ponta Afiada Cilíndrica,	CAIXA	200	15,54	EXCLUSIVO





Município de Mirante do Paranapanema

Capital do Pontal e da Reforma Agrária
Secretaria de Saúde

		Estiliconizada; Com Perfeita Adaptação Ao Canhão; Plástico; Estéril; Nas Dimensões de 13mm de Comprimento e Calibre Com Variação Entre 4.0 a 4.5; Embalado Em Material Que Garanta Esterilidade Individual; o Produto Deverá Atender Que Comprove Cumprimento Da Nbr 09259; Embalagem: caixa com 100 unidades; Referência: MEDIX, DESCARPACK OU SOLIDOR				
73	4258720	Aguilha Hipodérmica Descartável Medindo 20 x 0,55 Mm (24 g x 3/4) Especificação Técnica: Agulha Hipodérmica Descartável; Canhão Plástico Atóxico Sem Rebarbas; Haste Em aço Inox, Bisel Trifacetado, Siliconizada, Canhão em Propileno Atóxico; Com Bisel Trifacetado e Ponta Afiada Cilíndrica; Com Perfeita Adaptação Ao Canhão; Proteção Que Mantenha a Integridade do Produto; Nas Dimensões de 20 x 5,5; Embalado Em Material Que Garanta Esterilidade Individual, estéril; o Produto Deverá Atender a Legislação Atual Vigente; Embalagem: caixa com 100 unidades; Referência: MEDIX, DESCARPACK OU SOLIDOR	CAIXA	2.000	18,97	EXCLUSIVO
74	3805441	COMPRESSA CIRÚRGICA; CAMPO OPERATÓRIO, ALGODÃO, 23X25CM, ESTÉRIL Especificação Técnica: Compressa Cirúrgica; Em Tecido 100% Algodão; Compressa Campo Operatório; Com Camadas de Gases Fixadas Entre Si, Boa Absorção, Inodora; Não Deve Desprender Partículas, Isenta de Impurezas, Manchas, Alveante Optico e Resíduos de Amido; Bom Acabamento, Com Marcador Radiopaco, Com Dispositivo para Fixação Na Forma de Alca.; Unidos Ao Corpo Da Compressa; Medindo 23 x 25 Cm (medidas Aproximadas pós Encolhimento), 20 Gramas; Pre-lavada; estéril; Embalado Em Material Apropriado Com Barreira Microbiana Que Permita a Transferência asséptica; o Produto Deverá Atender a Legislação Vigente; Fornecimento: Pacote com 50 unidades	PCT	187	137,65	EXCLUSIVO
75	2981157	COMPRESSA CIRÚRGICA, S/ FIO RADIOPACO, C/ 45CM X 50CM E 35G, S/ ALCA Especificação Técnica: Compressa Cirúrgica; Em Tecido de Algodão; Com 4 Camadas de Gaze Sobrepostas; Costura Reforçada Nos Cantos; Bordas Bem-acabadas, Sem Cadarço; Sem Filamento Radiopaco; medindo 45 x 50cm, Pesando, No Mínimo, 35g; recusável; não estéril; Embalado Em Material Que Assegure a Integridade do Produto; o Produto Deverá Atender Que Comprove Cumprimento Nbr14767isa; Fornecimento: Pacote com 50 unidades	PCT	250	215,08	EXCLUSIVO
76	5817390	ÁGUA OXIGENADA 20 VOLUMES Especificação Técnica: Reagente Químico; Água Oxigenada (peróxido de Hidrogênio); 20 Volumes; Fórmula Molecular: H ₂ O ₂ ; Peso Molecular: 34 G/mol; Limite Máximo de Metais Pesados (como Chumbo): 0,0002%; Pureza Mínima: 6%; Acondicionado Em Material Apropriado Que Garanta a Integridade do Produto; Rotulo Em português Com Nome do Produto, Numero de Lote, Data de Fabricação/validade e Procedência; Validade Mínima: 2/3 Da Validade de Fabricação Na Data do Recebimento;	FRASCO	140	30,48	EXCLUSIVO

Escaneie a imagem para verificar a autenticidade do documento
Hash SHA256 do PDF original b93e485f032f8af9a6a281846b118b783b050ad0ee44e15e6e631808f5418ec8
<https://valida.ae/ca91e96aa760e5612ef459ce7824ae31a4188f3d61068c04>





Município de Mirante do Paranapanema

Capital do Pontal e da Reforma Agrária
Secretaria de Saúde

		Fornecimento: Frasco 1.000 ml				
77	5161738	DETERGENTE ENZIMATICO Especificação Técnica: Solução Limpadora Enzimática; Com No Mínimo 4 Enzimas: Amilase, Lipase e Protease; Não Iônica; Não Irritante para Pele e Mucosa; Contendo Ph Neutro; Não Corrosivo, Biodegradável, Atóxico, Inodoro; Formação de Pouca Espuma; Específico para Limpeza de Instrumentais, Equip. e Artigos Médicos Em Lavadora Ultrassônica Ou Automática e Manual; Acondicionado Em Galão Que Garanta a Integridade do Produto; Fornecimento: FRASCO COM 1.000 ML	FRASCO	400	43,22	EXCLUSIVO
78	3796620	BOLSA P/ESTOMA INTESTINAL, ABERTO, RECORT. ABERT. 45MM, FLANGE 57;2 PECAS Especificação Técnica: Bolsa para Estoma Intestinal; Aberto; Com Plástico Macio, Atóxico e Hipoalergênico; Com Visualização Nítida; Placa Protetora de Pele; de Resina Sintética Hidrocoloide; Recortável; Abertura Medindo 45mm; Com Flange de 57mm Adaptável Aos Contornos Da Pele Normal Ou Escoriável; Composta de 2 Peças, Com Dispositivo de Conexão Que Permita Esvaziamento e Lavagem Da Bolsa, Sem Retirada; medindo 30cm de Comprimento, Com Clamp para Fechamento; Fornecimento: unitário	UN	420	23,89	EXCLUSIVO
79	3558916	LUVA PARA PROCEDIMENTO EM VINIL TRANSPARENTE ATÓXICA, TAMANHO PEQUENA Especificação Técnica: Luva para Procedimento; Em Vinil Transparente Atóxica e Antialérgica; Com Textura Uniforme, sem Falhas e Com Boa Sensibilidade Tátil e Formato Anatômico; Não Lubrifica, Isenta de Talco Ou Qualquer Tipo Depo; No Tamanho Pequeno; Com Punho Acabado de 04 a 06 Cm Com Bainha do Mesmo Material Da Luva; Não Estéril; Embalado Em Material Que Garanta a Integridade do Produto; o Produto Deverá Ser Entregue Acompanhado do Ca, e de Acordo Com a Legislação Atual Vigente e Nbr 11193-1; Fornecimento: cx c 100 unidades; Referência: medix	CAIXA	2.250	48,49	LIVRE
80	3558916	LUVA PARA PROCEDIMENTO EM VINIL TRANSPARENTE ATÓXICA, TAMANHO PEQUENA Especificação Técnica: Luva para Procedimento; Em Vinil Transparente Atóxica e Antialérgica; Com Textura Uniforme, sem Falhas e Com Boa Sensibilidade Tátil e Formato Anatômico; Não Lubrifica, Isenta de Talco Ou Qualquer Tipo Depo; No Tamanho Pequeno; Com Punho Acabado de 04 a 06 Cm Com Bainha do Mesmo Material Da Luva; Não Estéril; Embalado Em Material Que Garanta a Integridade do Produto; o Produto Deverá Ser Entregue Acompanhado do Ca, e de Acordo Com a Legislação Atual Vigente e Nbr 11193-1; Fornecimento: cx c 100 unidades; Referência: medix	CAIXA	750	48,49	RESERVADO
81	4102770	LUVA PARA PROCEDIMENTO EM VINIL NÃO TACADA TAMANHO MÉDIO Especificação Técnica: Luva para Procedimento; Em Vinil Com Boa Sensibilidade Tátil; Com Textura Uniforme, sem Falhas e Anatômico; Não Tacada;	CAIXA	3.000	47,89	LIVRE

Escaneie a imagem para verificar a autenticidade do documento
Hash SHA256 do PDF original b93e485f032f8af9a6a281846b118b783b050ad0ee44e15e6e631808f5418ec8
<https://valida.ae/ca91e96aa760e5612ef459ce7824ae31a4188f3d61068c04>





Município de Mirante do Paranapanema

Capital do Pontal e da Reforma Agrária
Secretaria de Saúde

Escaneie a imagem para verificar a autenticidade do documento
Hash SHA256 do PDF original b93e485f032f8af9a6a281846b118b783b050ad0ee44e15e6e631808f5418ec8
<https://valida.ae/ca91e96aa760e5612ef459ce7824ae31a4188f3d61068c04>

		No Tamanho Médio; Com Punho Acabado de Tipo Longo Com Bainha; Não Estéril; Embalado Em Material Que Garanta a Integridade do Produto; o Produto Deverá Ser Entregue Acompanhado do Ca, e de Acordo Com a Legislação Vigente; Fornecimento: cx c 100 unidades; Referência: medix				
82	4102770	LUVA PARA PROCEDIMENTO EM VINIL NÃO TACADA TAMANHO MÉDIO Especificação Técnica: Conjunto para Nebulização Contínua; Composto Por Copo Nebulização de 500ml, Graduado, Traqueia Silicone de 150cm, Máscara Vinil C/ Elástico, Adulto e ou infantil; Sem Aquecimento, C/ Borboleta Em Polipropileno P/conexão Em Rede de Oxigênio 9/16" (abnt); a Apresentação do Produto Devera Obedecer a Norma Da Abnt Nbr 11906, Embalado Em Material Que garanta a Integridade do Produto; Fornecimento: unitário (Kit)	CAIXA	1.000	47,89	RESERVADO
83	6407242	CONJUNTO PARA NEBULIZAÇÃO CONTÍNUA, 500ML, GRADUADO Especificação Técnica: Conjunto para Nebulização Contínua; Composto Por Copo Nebulização de 500ml, Graduado, Traqueia Silicone de 150cm, Máscara Vinil C/ Elástico, Adulto e ou infantil; Sem Aquecimento, C/ Borboleta Em Polipropileno P/conexão Em Rede de Oxigênio 9/16" (abnt); a Apresentação do Produto Devera Obedecer a Norma Da Abnt Nbr 11906, Embalado Em Material Que garanta a Integridade do Produto; Fornecimento: unitário (Kit)	KIT	1.000	31,39	EXCLUSIVO
84	4528093	CURATIVO ADESIVO REDONDO 2,5 CM DE DIÂMETRO Especificação Técnica: Curativo Adesivo; Com Adesivo Acrílico Hipoalergênico; Não-tecido a Base de Viscose, Tipo Micropore; Bactericida; Formato Redondo; Com Almofada Absorvente de Algodão; Flexível; Maleável; Com Aproximadamente 2,5 Cm de Diâmetro; Involucro Individual Fixado Em Papel Siliconado; não estéril; Em Caixa Dispensadora; a Apresentação do Produto Devera Obedecer a Legislação Atual Vigente; Fornecimento: Pacote com 500 unidades	CAIXA	100	46,36	EXCLUSIVO
85	5386187	TERMÔMETRO CLÍNICO DIGITAL ORAL E AXILAR 30A 44° Especificação Técnica: Termômetro Clínico; Usado Pelo Método Oral, Axilar, Termômetro Digital Aproximadamente 30º a 44º; Produto Destinando a Verificação Da Temperatura do Corpo Humano, Estojo para Armazenamento; Pilha Substituível de Longa Duração, Botão Liga/desliga, Sinal Sonoro Quando Medição Concluída; Função Desligamento Automático, Instrumento a Prova D'agua; Atenda a Legislação Vigente; Fornecimento: unitário	UN	67	49,28	EXCLUSIVO
86	4336186	FITA ADESIVA CIRÚRGICA, EM TECIDO 100% ALGODÃO, BRANCA 10CM X 4,5M Especificação Técnica: Fita Adesiva Cirúrgica; Em Tecido 100% Algodão, impermeabilizante, 1 Face Adesiva; Na Cor Branca, Com Bordas Devidamente Acabadas, Fácil de Rasgar e Sem Desfiar, Flexível; Com Massa Adesiva Antialérgica a Base de Resina Acrílica; Tendo Perfeita Aderência; medindo 10 Cm	UN	2500	20,15	EXCLUSIVO





Município de Mirante do Paranapanema

Capital do Pontal e da Reforma Agrária
Secretaria de Saúde

		x 4,5 M, Com Capa Protetora; Embalado Em Material Que Garanta a Integridade do Produto. a Apresentação Devera Obedecer a Legislação Vigente; Fornecimento: Rolo 4,5 metros				
87	2132648	COLETOR DE URINA-SISTEMA ABERTO TUBO PVC MED.150CM CAP.1000 A 2000ML Especificação Técnica: Coletor de Urina-sistema Aberto; Tubo de Pvc Atóxico, Flexível Transparente Medindo 150 Cm, com Pinça Clamp Regulável, adapt. sondas; Com Frasco Reservatório Em Pvc, com Capacidade de 1000a 2000 ML, graduada a Cada 50 ML, conector Graduado; Apresentação Em Com Sistema de Fixação Ao Leito, embalado Em Material Que Garanta a Integridade do Produto; Fornecimento: unitário	UN	2000	6,95	EXCLUSIVO
88	5806518	EQUIPO MACROGOTAS ADM SOLUÇÕES 1,80 M Especificação Técnica: Equipo para Administração de Soluções Parenterais; Transparente, Conexão Em Bolsa Plástica e Frasco Vidro, Comprim. Mínimo de 1,80 M, Isenta de Látex; Com Ponta Perfurante Segundo Norma Iso; Com Pinça Roleta Corta Fluxo; Injetor Lateral Em Y, Com Aba Protetora, Autovedante; Extremidade Transparente, Tipo Luer Lock Com Filtro Hidrófobo; Macrogotas; Filtro de Retenção de Partículas de 15 U; Câmara Gotej. Flexível, Com Altura de 6,5 Cm do Término Da Ponta Perfur. Até Extensão Diam. 1,5 Cm; Embalado Em Papel Grau Cirúrgico e Filme Transparente Com Abertura e Transferência asséptica; Contido Internamente Com Fita Plástica; o Produto Deverá Ser Entregue Com Laudo Analítico de Acordo Com a Legislação Vigente; Fornecimento: Rolo, Referência: LABOR IMPORT	UN	52.763	2,69	LIVRE
89	5806518	EQUIPO MACROGOTAS ADM SOLUÇÕES 1,80 M Especificação Técnica: Equipo para Administração de Soluções Parenterais; Transparente, Conexão Em Bolsa Plástica e Frasco Vidro, Comprim. Mínimo de 1,80 M, Isenta de Látex; Com Ponta Perfurante Segundo Norma Iso; Com Pinça Roleta Corta Fluxo; Injetor Lateral Em Y, Com Aba Protetora, Autovedante; Extremidade Transparente, Tipo Luer Lock Com Filtro Hidrófobo; Macrogotas; Filtro de Retenção de Partículas de 15 U; Câmara Gotej. Flexível, Com Altura de 6,5 Cm do Término Da Ponta Perfur. Até Extensão Diam. 1,5 Cm; Embalado Em Papel Grau Cirúrgico e Filme Transparente Com Abertura e Transferência asséptica; Contido Internamente Com Fita Plástica; o Produto Deverá Ser Entregue Com Laudo Analítico de Acordo Com a Legislação Vigente; Fornecimento: Rolo, Referência: LABOR IMPORT	UN	17.587	5,69	RESERVADO
90	6238831	FIO DE SUTURA POLIÉSTER E ALGODÃO Especificação Técnica: Fio de Sutura Poliéster e Algodão; Com Fio de Diâmetro 2-0; Agulha de 1/2 Círculo Cilíndrica de 26mm; Azul; Medindo Aprox. 45cm de Comprimento; Embalado Em Material Que Promova a Barreira Microbiana e Abertura Asséptica; o Produto Deverá Ser Entregue de Acordo Com a Legislação Vigente; fornecimento:- caixa com 24 unidades; referência: technofio	CAIXA	36	79,42	EXCLUSIVO

Escaneie a imagem para verificar a autenticidade do documento
Hash SHA256 do PDF original b93e485f032f8af9a6a281846b118b783b050ad0ee44e15e6e631808f5418ec8
<https://valida.ae/ca91e96aa760e5612ef459ce7824ae31a4188f3d61068c04>





Município de Mirante do Paranapanema

Capital do Pontal e da Reforma Agrária
Secretaria de Saúde

91	6187951	FIO DE SUTURA NYLON Especificação Técnica: Fio de Sutura Nylon; Monofilamento, poliamida; Não Absorvível; medindo 45 Cm de Comprimento; Número 3-0 de Diâmetro; Agulha 3/8 Círculo Triangular de 3,0 Cm; Embalado Em Material Que Promova Barreira Microbiana e Abertura asséptica; o Produto Deverá Ser Entregue Com Laudo Que Comprove a Esterilidade; Fornecimento: caixa com 24 unidades; referência: technofio	CAIXA	60	76,96	EXCLUSIVO
92	4529103	FIO DE SUTURA NYLON 4-0 Especificação Técnica: Fio de Sutura Nylon; Monofilamento Composto Por Poliamida Preto; Não Absorvível; Medindo 45cm de Comprimento; Número 4-0; Com Agulha 1/2 Círculo de 20mm; Embalado Em Material Que Promova Barreira Microbiana e Abertura Asséptica; o Produto Deverá Ser Entregue Com Laudo Que Comprove Sua Esterilidade. Fornecimento: - caixa com 24 unidades; Referência: technofio	CAIXA	36	80,80	EXCLUSIVO
93	5901987	MÁSCARA CIRÚRGICA DESCARTÁVEL Especificação Técnica: Mascara Cirúrgica Descartável; Em 100% Tnt; Com Clip Nasal e Composta Por Três Camadas; Camada Intermediária de Filtro Meltblown de 20g e Filtragem de Partículas Maior Ou Igual a 98%; Formato Retangular e Com Pregas Horizontais Fechadas; Com Clipe Nasal Embutido; Ajustável e Resistente; Com Dois Elásticos Laterais; Isenta de Emendas; Atóxica; Hipoalergênica; Embalagem Reforçada e Apropriada; Que Garanta a Integridade do Produto; a Apresentação do Produto Devera Obedecer a Legislação Atual Vigente; Fornecimento: cx c 50 unidades; Referência: medix	CAIXA	3.000	45,48	LIVRE
94	5901987	MÁSCARA CIRÚRGICA DESCARTÁVEL Especificação Técnica: Mascara Cirúrgica Descartável; Em 100% Tnt; Com Clip Nasal e Composta Por Três Camadas; Camada Intermediária de Filtro Meltblown de 20g e Filtragem de Partículas Maior Ou Igual a 98%; Formato Retangular e Com Pregas Horizontais Fechadas; Com Clipe Nasal Embutido; Ajustável e Resistente; Com Dois Elásticos Laterais; Isenta de Emendas; Atóxica; Hipoalergênica; Embalagem Reforçada e Apropriada; Que Garanta a Integridade do Produto; a Apresentação do Produto Devera Obedecer a Legislação Atual Vigente; Fornecimento: cx c 50 unidades; Referência: medix	CAIXA	1.000	45,48	RESERVADO
95	----	FITA MICROPOROSA (COM CAPA PROTETORA) - 50MM	UN	1.875	11,02	EXCLUSIVO
96	4782232	LUVA CIRÚRGICA NUMERAÇÃO 6,5 Especificação Técnica: Luva Cirúrgica; Em Material Sintético, Isenta de Látex; Com Textura Uniforme e Sem Pontos de Baixa Resistencia (pontos de Furo); Sem Lubrificação; Com Alta Sensibilidade Tátil e Facilidade de Calçamento; Elastica; Com Acabamento No Punho de Formato Anatômico,	PAR	4.000	3,35	EXCLUSIVO

Escaneie a imagem para verificar a autenticidade do documento
Hash SHA256 do PDF original b93e485f032f8af9a6a281846b118b783b050ad0ee44e15e6e631808f5418ec8
<https://valida.ae/ca91e96aa760e5612ef459ce7824ae31a4188f3d61068c04>



Município de Mirante do Paranapanema

Capital do Pontal e da Reforma Agrária
Secretaria de Saúde

Escaneie a imagem para verificar a autenticidade do documento
Hash SHA256 do PDF original b93e485f032f8af9a6a281846b118b783b050ad0ee44e15e6e631808f5418ec8
<https://valida.ae/ca91e96aa760e5612ef459ce7824ae31a4188f3d61068c04>

		Resistente e Longo, Que Se Ajuste Com Firmeza Ao Avental Cirúrgico; Numeração 6,5; Estéril; Embalada Aos Pares Em Material Com Barreira Microbiana e Que Permita transferência Asséptica; o Produto Deverá Ser Entregue Acompanhado do Ca e de Acordo Com a Legislação Atual Vigente; Fornecimento: par				
97	5023351	LUVA CIRÚRGICA ESTÉRIL N 7,5 Especificação Técnica: Luva Cirúrgica; Em Látex Natural; Com Textura Uniforme Sem Falhas; Lubrificada; Com Alta Sensibilidade Tátil e Boa Elasticidade e Resistencia; Com Acabamento No Punho de Formato Anatômico; Perfeita Adaptação; Numeração 7,5; Estéril; Embalada Aos Pares e Envelopada; o Produto Deverá Ser Entregue Acompanhado do Ca e de Acordo Com a Legislação Vigente; Fornecimento: par	PAR	4000	3,35	EXCLUSIVO
98	6462170	LUVA CIRÚRGICA SEM PÓ N 7,0 Especificação Técnica: Luva Cirúrgica; Em Látex 100% Natural; Com Textura Uniforme Na Ponta Dos Dedos; Isenta de Pó e Sem Lubrificante, dupla Lavagem Na Fabricação; Com Alta Sensibilidade Tátil e Preservada, hipoalergênica; Com Acabamento No Punho de Virola, formato Anatômico, espessura Mínima de 0,15mm e Comprimento Mínimo de 28 Cm; Numeração 7,0; Estéril; Embalada Aos Pares Em Material Com Barreira Microbiana e Que Permita transferência Asséptica; o Produto Deverá Ser Entregue Acompanhado do Ca e de Acordo Com a Legislação Atual Vigente"; Fornecimento: par	PAR	4000	3,35	EXCLUSIVO
99	4828224	LUVA CIRÚRGICA, EM MATERIAL SINTÉTICO 8,0 Especificação Técnica: Luva Cirúrgica; Em Material Sintético, Isento de Látex; Com Textura Uniforme Sem Pontos de Baixa Resistencia (furos); Sem Lubrificação; Com Alta Sensibilidade Tátil Com Boa Elasticidade e Resistencia; Com Acabamento No Punho de Formato Anatômico, Resistente e Longo Que Se Ajuste Com Firmeza; Numeração 8,0 Padrão Internacional; Estéril; Embalada Aos Pares Interna e Externa Em Material Que Promova Barreira Microbiana e Abertura Asséptica; o Produto Deverá Ser Entregue Acompanhado do Ca e de Acordo Com a Legislação Vigente; Fornecimento: par	PAR	4000	3,35	EXCLUSIVO
100	3668665	DISPOSITIVO PARA INFUSÃO VENOSA PERIFÉRICA 23G, C/DISPOSITIVO DE SEGURA Especificação Técnica: Dispositivo para Infusão Venosa Periférica; Com aço Inox P/coleta Múltipla Trifuncional, c/dispositivo de Segurança, estéril; Botão Que Recolhe a Agulha Ainda Na Veia; Com Asas Flexíveis de Cor Azul Claro; Extensão de Prolongamento Tubo Em Vinil, flexível, incolor, transparente C/7polegadas de Comprimento Adaptador Luer; Calibre 23g, Trifuncional (Coleta de Sangue, Coleta Com Seringa e Infusão Endovenosa Até 2 Horas); Embalado Em Material Que Promova Barreira Microbiana e Abertura asséptica; o Produto Deverá Apresentar Laudo Legislação Atual Vigente; Fornecimento: unitário, Referência: MEDIX OU DESCARPACK	UN	8400	0,58	EXCLUSIVO



Município de Mirante do Paranapanema

Capital do Pontal e da Reforma Agrária
Secretaria de Saúde

101	4525191	LENÇOL DE PAPEL DESCARTÁVEL 70 CM X 50 M Especificação Técnica: Lençol de Papel Descartável; Em Celulose Com Textura Firme e Resistente; Gramatura de No Mínimo 30 G/m2; Na Cor Branca; medindo 70 Cm x 50 M; Com Picote a Cada 60 Cm Aproximadamente; Involucro Individual Em Plástico Atóxico; Rotulagem Respeitando a Legislação Atual Vigente; Fornecimento: Rolo	ROLO	6.300	18,30	LIVRE
102	4525191	LENÇOL DE PAPEL DESCARTÁVEL 70 CM X 50 M Especificação Técnica: Lençol de Papel Descartável; Em Celulose Com Textura Firme e Resistente; Gramatura de No Mínimo 30 G/m2; Na Cor Branca; medindo 70 Cm x 50 M; Com Picote a Cada 60 Cm Aproximadamente; Involucro Individual Em Plástico Atóxico; Rotulagem Respeitando a Legislação Atual Vigente; Fornecimento: Rolo	ROLO	2.100	18,30	RESERVADO
103	1482394	GERAIS IODOPOVIDONA 100 MG/ML, SOL ALCOÓLICA, FR/ ALMOT OPACO, DERMATOL Especificação Técnica: Medicamentos Gerais de Uso Humano; Iodopovidona 100mg/ml (10%); Forma Farmacêutica Solução Alcoólica; Forma de Apresentação Frasco Opaco; Via de Administração Dermatológica; Fornecimento: Frasco com 1.000 ml	FRASCO	54	87,05	EXCLUSIVO
104	3515966	DISPOSITIVO INFUSÃO VENOSA PERIFÉRICA CAL.19G COM SISTEMA DE SEGURANÇA Especificação Técnica: Dispositivo para Infusão Venosa Periférica; Com Agulha Em aço Inox Siliconizada, Nivelada, Polida, Cilíndrica, Reta e Oca; Bisel Trifacetado e Afiado, Empunhadura Em Formato de Borboleta, Sem Rebarbas, Com Perfil Plano; Identificado de Acordo Com o Código de Cores, Com perfeita Fixação Entre a Agulha e a Extensão; Extensão de Prolongamento Em Pvc, Flexível, Extremidade Distal Com Conector luer, Identificação do Calibre e Perfeito Encaixe; Calibre 19g, atóxico, esteril, descartável, Com Sistema de Proteção Da Agulha Apos Punção Sem Resíduo Biológico; Embalado Em Material Que Promova Barreira Microbiana e Abertura Asséptica; o Produto Deverá Apresentar Laudo Que Comprove Sua Esterilização, a Apresentação Do produto Devera Obedecer Legislação Vigente; Fornecimento: Unitário; referência: DESCARPACK OU MEDIX	UN	5000	0,58	EXCLUSIVO
105	5991587	INSUMOS USO LABORATORIAL TUBO DE LÁTEX NÚMERO 205 Especificação Técnica: Insumos Uso Laboratorial; Tubo de Látex; Mangueira; Diâmetro Externo de 12mm; Diâmetro Externo de 8mm; Calibre Nr.205; Acondicionado Em Embalagem Reforçada e Adequada; Que Garanta a Integridade do Produto; Rotulo Contendo Número de Lote; Data de Fabricação/validade/prazo; Procedência; Conforme Legislação Vigente; Fornecimento: Embalagem com 15mts, Referência: LEMGRUBER	UN	140	24,57	EXCLUSIVO
106	6374816	TOALHA DE PAPEL INTERFOLHADA - INSTITUCIONAL, 100% CELULOSE VIRGEM Especificação Técnica: Toalha de Papel Interfolhada - Institucional; Toalha de Papel	PCT	3.750	16,26	LIVRE

Escaneie a imagem para verificar a autenticidade do documento
Hash SHA256 do PDF original b93e485f032f8af9a6a281846b118b783b050ad0ee44e15e6e631808f5418ec8
<https://valida.ae/ca91e96aa760e5612ef459ce7824ae31a4188f3d61068c04>





Município de Mirante do Paranapanema

Capital do Pontal e da Reforma Agrária
Secretaria de Saúde

		Interfolhada - Institucional; Classe 1; Com 2 Dobras; Na Cor Branca; Com Folhas Simples; Gofrado; Abnt Nbr Vigente; 100% Celulose Virgem; medindo 22 x 21 Cm - Oscilação de 1 Cm (+/-); Em Embalagem Apropriada Que Garanta a Integridade do Produto; Fornecimento: PCTE COM 1.000 FLS				
107	6374816	TOALHA DE PAPEL INTERFOLHADA - INSTITUCIONAL, 100% CELULOSE VIRGEM Especificação Técnica: Toalha de Papel Interfolhada - Institucional; Toalha de Papel Interfolhada - Institucional; Classe 1; Com 2 Dobras; Na Cor Branca; Com Folhas Simples; Gofrado; Abnt Nbr Vigente; 100% Celulose Virgem; medindo 22 x 21 Cm - Oscilação de 1 Cm (+/-); Em Embalagem Apropriada Que Garanta a Integridade do Produto; Fornecimento: PCTE COM 1.000 FLS	PCT	1.250	16,26	RESERVADO
108	4576888	PAPEL GRAU CIRÚRGICO, MEDINDO 15CM X 100M Especificação Técnica: Papel Grau Cirúrgico; Resistente a 140cº Em Ambas As Faces e Rasgos Durante o Processo de Abertura Evit. Resquílios de Filme No Papel; Selagem C/larg. Mínima 9mm C/impressão de Indicadores e Identificadores de Esterilização; Com Polipropileno Uma Face Em Papel Grau Cirúrgico Branco e Outra Em Plástico Laminado Transparente; para Esterilização de Material Médico Hospitalar Em Autoclave a Vapor Ou Oxido de Etileno; medindo 15cm x 100m, Gramatura de 60g/m² a 80g/m², Embalagem Hermética, Fornecer Todos Os Laudos; Emb. Hermética, Fornecer Todos Os Laudos Conf Nbr 14990; Fornecimento: Bobina	BOBINA	32	137,68	RESERVADO
109	3163679	PAPEL GRAU CIRÚRGICO, MEDINDO 30CM X 100METROS Especificação Técnica: Papel Grau Cirúrgico; Resistente a Esterilização e Ao Manuseio; Atóxico; Com Uma Face Branca Opaca e a Outra Transparente; Descartável; Medindo 30cm x 100 Metros; e Legislação Atual Vigente; Fornecimento: Bobina com 100 metros	BOBINA	20	198,28	EXCLUSIVO
110	129062	ATADURA CREPE, EM TECIDO 100% ALGODÃO OU MISTO 10CMX1.80M Especificação Técnica: Atadura de Crepe; Em Tecido 100% Algodão Ou Misto; Com Dimensão de 10 Cm de Largura x 1,80 Mt de Comprimento (em Repouso) Peso 21,86 Gramas; As Bordas Devem Ser Devidamente Acabadas, Evitando Desfiamento; Classe Tipo i e Elasticidade de 50%; Enrolada Uniformemente, em Forma Cilíndrica; Embalado Em Material Que Garanta a Integridade do Produto; o Produto Deverá Atender Que Comprove Comprimento Nbr 14056; Embalagem: PCTE C 12 unidades, Referência: TEXMED	PCT	6000	12,62	EXCLUSIVO
111	1845853	ATADURA CREPE, (15,0CMX1,8M), TIPO I Especificação Técnica: Atadura de Crepe; Em Tecido 100% Algodão Ou Misto; Com Dimensão de 15 Cm de Largura x 1,80 Mt de Comprimento (em Repouso) Peso 32,71 Gramas; As Bordas Devem Ser Devidamente Acabadas, Evitando Desfiamento;	PCT	4.500	16,33	LIVRE

Escaneie a imagem para verificar a autenticidade do documento
Hash SHA256 do PDF original b93e485f032f8af9a6a281846b118b783b050ad0ee44e15e6e631808f5418ec8
<https://valida.ae/ca91e96aa760e5612ef459ce7824ae31a4188f3d61068c04>





Município de Mirante do Paranapanema

Capital do Pontal e da Reforma Agrária
Secretaria de Saúde

		Classe Tipo i e Elasticidade de 50%; Enrolada Uniformemente e Embalada Individualmente; Embalado Em Papel Grau Cirúrgico e Filme de Poliéster e Polietileno; o Produto Deverá Atender Que Comprove Cumprimento Nbr 14056; Embalagem: PCTE C 12 unidades, Referência: TEXMED				
112	1845853	ATADURA CREPE, (15,0CMX1,8M), TIPO I Especificação Técnica: Atadura de Crepe; Em Tecido 100% Algodão Ou Misto; Com Dimensão de 15 Cm de Largura x 1,80 Mt de Comprimento (em Repouso) Peso 32,71 Gramas; As Bordas Devem Ser Devidamente Acabadas, Evitando Desfiamento; Classe Tipo i e Elasticidade de 50%; Enrolada Uniformemente e Embalada Individualmente; Embalado Em Papel Grau Cirúrgico e Filme de Poliéster e Polietileno; o Produto Deverá Atender Que Comprove Cumprimento Nbr 14056; Embalagem: PCTE C 12 unidades, Referência: TEXMED	PCT	1.500	16,33	RESERVADO
113	2694700	ATADURA DE CREPE, 20CM X 1.80M, ESTÉRIL Especificação Técnica: Atadura de Crepe; Em Tecido 100% Algodão Ou Misto; Com Dimensão de 20 Cm de Largura, 1,80 m de Comprimento (em Repouso), Peso 42,86 Gramas; As Bordas Devem Ser Devidamente Acabadas, Evitando Desfiamento; Classe Tipo i e Elasticidade de 50%; Enrolada Uniformemente Em Forma Cilíndrica; Embalado Em Embalagem Individual, Estéril, Em Material Que Promova Barreira Microbiana e Abertura asséptica; o Produto Deverá Atender Que Comprove Cumprimento Da Nbr14056 e de Acordo Com a Legislação Atual Vigente; Fornecimento: PCTE C 12 unidades, Referência: TEX MED	PCT	2400	17,83	EXCLUSIVO
114	4308298	ÁGUA DESTILADA ULTRAPURA GRAU MOLECULAR ISENTA DE PROTEASES Especificação Técnica: Reagente Bioquímico; Água Destilada Ultrapura Grau Molecular Isenta de Proteases, Dnases e Rnases; Reagente para Utilização Em Todas As Reações de Biologia Molecular; Validade Mínima de 1 Ano a Partir Da Data de Entrega; Rotulo Deve Apresentar: Data de Fabricação, Data de Validade, Numero de Lote; Nome e Endereço do Fabricante e do Representante Ou Fornecedor e Instruções de Armazenamento; Frasco Com 500 MI; Características: Filtrado Em Membrana de Porosidade Menor Ou Igual a 1 Micrometro; e Certificação Que Comprove Que a Inatividade de Dnases, Rnases e Proteases; Fornecimento: Frasco de 250 ml	UN	500	11,24	EXCLUSIVO
115	3797732	AGULHA HIPODÉRMICA DESCARTÁVEL 40X12MM Especificação Técnica: Agulha Hipodérmica Descartável; Canhão Plástico Atóxico Sem Rebarbas; Haste Em aço Inox; Com Bisel Trifacetado e Ponta Afiada Cilíndrica-oca-reta; Com Perfeita Adaptação Ao Canhão; Protetor Plástico, Atóxico Polipropileno; Nas Dimensões de 40 x 12mm; Embalado Em Material Que Garanta Esterilidade Individual, Estéril; o Produto Deverá Atender o Disposto Na Legislação Atual Vigente;	CAIXA	400	17,75	EXCLUSIVO

Escaneie a imagem para verificar a autenticidade do documento
Hash SHA256 do PDF original b93e485f032f8af9a6a2818b783b050ad0ee44e15e6e631808f5418ec8
<https://valida.ae/ca91e96aa760e5612ef459ce7824ae31a4188f3d61068c04>





Município de Mirante do Paranapanema

Capital do Pontal e da Reforma Agrária
Secretaria de Saúde

		Embalagem: Caixa com 100 unidades; Referência: MEDIX, DESCARPACK OU SOLIDOR (1ª linha)				
116	4262484	BOTA UNNA 10 CM X 9 CM, CURATIVO DE LESÕES DE MEMBROS INFERIORES Especificação Técnica: Bota Unna; Confeccionada Por Bandagem Flexível Em Gaze Branca Impregnada Com Oxido de Zinco, glicerol, acácia, óleo de Rícino; Medindo Aproximadamente 10 Cm x 9 M; para Curativo de Lesões de Membros Inferiores; Embalado Em Material Que Garanta a Integridade do Produto; a Apresentação do Produto Devera Obedecer a Legislação Atual Vigente; Fornecimento: unitário	UN	240	62,83	EXCLUSIVO
117	1523554	Compressa Gaze, 09 Fios, 7, 5x7, 5, S/fil. Radio p., Não Estéril Especificação Técnica: Compressa de Gaze Hidrófila; Em Fios de Algodão Puro e Branco; Sem Falhas Ou Fiapos Soltos 09 Fios Por Cm Quadrado; Dobras Uniformes e Perfeitas Variando de 8 Dobras, Sem Filamento Radiopaco; medindo 7,5 x 7,5 Cm; Com Formato Quadrado; Não Estéril; Embalado Em Plástico Atóxico; o Produto Deverá Atender Que Comprove Cumprimento Nbr13843 Fornecimento: pacote com 500 unidades	PCT	50000	1,38	RESERVADO
118	1523554	Compressa Gaze, 09 Fios, 7, 5x7, 5, S/fil. Radio p., Não Estéril Especificação Técnica: Compressa de Gaze Hidrófila; Em Fios de Algodão Puro e Branco; Sem Falhas Ou Fiapos Soltos 09 Fios Por Cm Quadrado; Dobras Uniformes e Perfeitas Variando de 8 Dobras, Sem Filamento Radiopaco; medindo 7,5 x 7,5 Cm; Com Formato Quadrado; Não Estéril; Embalado Em Plástico Atóxico; o Produto Deverá Atender Que Comprove Cumprimento Nbr13843 Fornecimento: pacote com 500 unidades	PCT	150.000	1,38	LIVRE
119	3797848	FITA ADESIVA CIRÚRGICA MICROPOROSA Especificação Técnica: Fita Adesiva Cirúrgica; Em Não Tecido; Microporosa Estéril; Branca; Com Massa Adesiva Antialérgica Esterilizada; Tendo Fácil Remoção e Sem Perda de Adesividade; Medindo Aproximadamente 15 x 5 Cm (c x L); Fracionada Em Tiras; Fixada Em Papel de Superfície Lisa; Embalado Em Material Apropriado Permitindo Transferência Asséptica; Fornecimento: unitário (Rolo)	UN	2.000	6,26	EXCLUSIVO
120	5921368	LUVA DESCARTÁVEL, EM VINIL, TRANSPARENTE, TAMANHO GRANDE Especificação Técnica: Luva Descartável; Em Em Vinil; Com Espessura Padrão; Na Cor Transparente; Modelagem Ambidestra, de Uso Geral, Não Estéril, Isenta de Talco Ou Qualquer Tipo de Pó; Tamanho Grande, C/ Virola No Punho, Descartável Após o Uso; Acondicionada Em Embalagem Devidamente Identificada; Com Validade de No Mínimo 2 Anos; o Produto Deverá Ser Entregue Acompanhado do Certificado de Aprova; Fornecimento: cx c 100 unidades; Referência: medix	CAIXA	3.000	47,91	LIVRE
121	5921368	LUVA DESCARTÁVEL, EM VINIL, TRANSPARENTE, TAMANHO GRANDE Especificação Técnica: Luva Descartável; Em Em Vinil; Com Espessura Padrão; Na Cor Transparente;	CAIXA	1.000	47,91	EXCLUSIVO

Escaneie a imagem para verificar a autenticidade do documento
Hash SHA256 do PDF original b93e485f032f8af9a6a2818b783b050ad0ee44e15e6e631808f5418ec8
<https://valida.ae/ca91e96aa760e5612ef459ce7824ae31a4188f3d61068c04>





Município de Mirante do Paranapanema

Capital do Pontal e da Reforma Agrária
Secretaria de Saúde

Escaneie a imagem para verificar a autenticidade do documento
Hash SHA256 do PDF original b93e485f032f8af9a6a281846b118b783b050ad0ee44e15e6e631808f5418ec8
<https://valida.ae/ca91e96aa760e5612ef459ce7824ae31a4188f3d61068c04>

		Modelagem Ambidestra, de Uso Geral, Não Estéril, Isenta de Talco Ou Qualquer Tipo de Pó; Tamanho Grande, C/ Virola No Punho, Descartável Após o Uso; Acondicionada Em Embalagem Devidamente Identificada; Com Validade de No Mínimo 2 Anos; o Produto Deverá Ser Entregue Acompanhado do Certificado de Aprova; Fornecimento: cx c 100 unidades; Referência: medix				
122	6106714	COLETOR URINÁRIO COMPLEMENTAR SISTEMA FECHADO 2000ML Especificação Técnica: Coletor Urinário Complementar; Sistema Fechado; Em Pvc; Transparente Na Face Anterior; Cantos Arredondados; Filtro de Ar Hidrófobo e Bacteriológico; Estéril; Dispositivo Auto Vedante P/coleta de Amostras S/ utilização de Agulhas; Com Capacidade de 2000 ML; Com Sistema de Coleta Livre de Agulha (needle Less); Escala de Graduação de Leitura Precisa P/grande E pequeno Volume; Com Válvula Anti Refluxo, Câmara de Gotejamento Pasteur, Transparente, Rígida; Tubo Extensor, Transparente Flexível, Não Dobrável; de Aproximadamente 1.30 m x 7 Mm (di); Com Clamp para Interrupção de Fluxo; Sistema de Drenagem Distal Com Vedação Segura; Sem Sistema de Clamp Denteado; Com Alca Plástica para Fixação No Leito e Cordão; Embalagem Individual, Em Material Que Promova Barreira Microbiana e Abertura Asséptica; Produto Deverá Atender a Legislação Vigente; Fornecimento: unitário; Referência: MEDIX OU TKL	UN	2.000	9,07	EXCLUSIVO
123	5049164	COLETOR DE URINA SISTEMA ABERTO 1200 ML Especificação Técnica: Coletor de Urina-sistema Aberto; Adulto (tipo Garrafa), Graduação a Partir de 100ml, Com Tubo de Drenagem; Com Alca para Fixação; Com Conector para Dispositivo de Incontinência e Sonda Gástrica, Ampola/reservatório Com 1200 ML; Apresentação Em Conformidade Com a Legislação Atual Vigente; Fornecimento: unitário; Referência: MEDGRAN OU LETOMED	UN	240	16,60	EXCLUSIVO
124	3664350	PAPEL TERMO SENSÍVEL PARA ELETROCARDIOGRAMA MEDINDO 216 X 16 X 30 MTS Especificação Técnica: Papel; Termo sensível; para Eletrocardiograma; medindo 216 x 16 x 30 Mts Em Bobina; Compatível Com Cardiocare 2000; Fornecimento: unitário (bobina)	BOBINA	70	65,15	EXCLUSIVO
125	2675625	SERINGA DESCARTÁVEL POLIPROPILENO, 1ML - 100 UI, SEM AGULHA, ESTÉRIL – 1ª LINHA Especificação Técnica: Seringa Descartável; Em Plástico, atóxico, epirogênico Transparente, Integro (polipropileno); Apresentando Rigidez e Resistência Mecânica Na Sua Utilização; Corpo Com Graduação Milimetrada Em Ui; Embolo Com Borracha Na Ponta; Bico Central Luer; Estéril; Siliconizado; Com Capacidade de 1ml - 100 Ui; Sem Agulha, Embalado Em Material Que Promova Barreira Microbiana e Abertura Asséptica; o Produto Deverá Atender Laboratorial Que	UN	4000	0,93	EXCLUSIVO



Município de Mirante do Paranapanema

Capital do Pontal e da Reforma Agrária
Secretaria de Saúde

		Comprove Cumprimento Da Legislação Atual Vigente; Fornecimento: unitário				
126	3271862	LÂMINA EM VIDRO PARA MICROSCOPIA SILANIZADAS 26 X 76MM BORDA FOSCA Especificação Técnica: Lâmina; Em Vidro para Microscopia Ótica; Com Extremidade Fosca, Com Area de Identificação; borda Lapidada; a Superfície Das Lâmina Deverão Estar Silanizadas; Lâmina Na Dimensão de 26 x 76mm; Uso Laboratorial; o Produto Devera Obedecer a Legislação Atual Vigente; Acondicionado Em Embalagem Reforçada e Apropriada para o Produto -rotulo Com Nr. de Lote, Fabricação e Procedência; Fornecimento: caixa com 50 unidades	CAIXA	2.000	16,48	EXCLUSIVO
127	3875075	ELETRODO DESCARTÁVEL ECG, MONITORIZAÇÃO GERAL E DIAGNOSTICO Especificação Técnica: Eletrodo Descartável; Ecg, Monitorização Geral e Diagnostico; Compatível Qualquer Monitor Cardíaco; Em Espuma de Alta Qualidade, Resistente a Fluidos; Adesivo; Com Sensor Em Ag/agcl; Com Gel Solido, Adesivo e Condutivo.; Formato Gota; Embalado Em Material Que Promova Barreira Microbiana e Abertura asséptica; o Produto Devera Obedecer a Legislação Atual Vigente; Fornecimento: PACOTE COM 50 UNIDADES	PCT	2.625	23,42	LIVRE
128	3875075	ELETRODO DESCARTÁVEL ECG, MONITORIZAÇÃO GERAL E DIAGNOSTICO Especificação Técnica: Eletrodo Descartável; Ecg, Monitorização Geral e Diagnostico; Compatível Qualquer Monitor Cardíaco; Em Espuma de Alta Qualidade, Resistente a Fluidos; Adesivo; Com Sensor Em Ag/agcl; Com Gel Solido, Adesivo e Condutivo.; Formato Gota; Embalado Em Material Que Promova Barreira Microbiana e Abertura asséptica; o Produto Devera Obedecer a Legislação Atual Vigente; Fornecimento: PACOTE COM 50 UNIDADES	PCT	875	23,42	RESERVADO
129	775207	TOUCA CIRÚRGICA DESCARTÁVEL FIBRAS 100% POLIPROPILENO Especificação Técnica: Touca Cirúrgica Descartável; Confeccionada a Base de Fibras 100% polipropileno, hipoalergênico, Gramatura 30; Formato Anatômico; Com Capacidade de Ventilação; Com Elástico Em Toda Sua Extensão; o Produto Devera Obedecer a Legislação Atual Vigente; fornecimento: pacote com 100 unidades; referência: descarpack	PCT	300	20,59	EXCLUSIVO
130	5037395	COBERTURA DE HIDROFIBRA AG 15X15 (200CM²) Especificação Técnica: Cobertura de Hidrofibra; Medindo Aproximadamente 15 x 15 Cm (área Mínima de 200cm²), de Fibra Gelificante Com Ação Antimicrobiana; Composição Min. Fibras Sintéticas (celulose Ou Similar) e Prata; Estéril, Em Contato C/ Fluido Líquido Trans. Em Gel Coeso, C/ Absorção e Retenção do Fluido Líquido; Embalado Em Em Material Que Promova Barreira Microbiana e Abertura Asséptica; a Apresentação do Produto Devera Obedecer a Legislação Vigente; Fornecimento: unitário	UN	800	18,17	EXCLUSIVO

Escaneie a imagem para verificar a autenticidade do documento
Hash SHA256 do PDF original b93e485f032f8af9a6a281846b118b783b050ad0ee44e15e6e631808f5418ec8
<https://valida.ae/ca91e96aa760e5612ef459ce7824ae31a4188f3d61068c04>



Município de Mirante do Paranapanema

Capital do Pontal e da Reforma Agrária
Secretaria de Saúde

131	----	CÂNULA ENDOTRAQUEAL, 8,0 MM DE DIÂMETRO Especificação Técnica: Cânula Endotraqueal; Confeccionada Em Pvc, Atóxico; Balão Piloto Transparente Com Paredes Finas para Selagem Efetiva, Identificação do Tamanho do Tubo; Sem Mandril; Com Cuff de Baixa Pressão Atraumática; Com Válvula de Segurança, Conexão Luer Distal de Fácil Adaptação, Tubo de Insuflação; 8,0 mm de Diâmetro; Com Olho de Murphy, Esterilizado Em Oxido de Etileno; Graduação de 2 Em 2 Cm; Uso Descartável; Tubo Com Curvatura Anatômica, Translucido, Radiopaco Com Paredes Finas e Lisas; Estéril Embalagem Individual; Embalado Em Material Que Promova Barreira Microbiana e Abertura Asséptica e Atenda a Legislação Vigente; Fornecimento: unitário	UN	50	13,20	EXCLUSIVO
132	6245994	EQUIPO PARA BOMBA DE INFUSÃO Especificação Técnica: Equipo para Bomba de Infusão; de Sistema Peristáltico Rotativa Ou Linear; Tipo Administração de Dietas Enterais, Contendo No Equipo 2 Vias, Uma Contem Em Sua Extremidade Uma Bolsa; Com Tubo Em Pre Conectada Com Capacidade de 1000 Ml de Agua, Outra Via Com Ponta Em Cruz para Conexão Frasco; Câmara Flexível de e Bolsa de Dieta Enteral, em Pvc Atóxico,; Medindo Aproximadamente 250 Cm de Comprimento; Com Intermediário Em Câmara de Silicone Transparente para Fluxo de Infusão; Controle de Gotejamento Por e Sistema de Trava, Com Válvula Antirreflexo e Controle Concomitante de Dieta e Agua; Tampas Oclusoras Com Tampa para Vedação; Extremidade Tipo Distal Com Conector Universal Em Forma de Funil; Compatível Com Bomba Enteral Kangaroo Epump; Embalagem Individual Em Material Que Promova Barreira Microbiana e Abertura Asséptica; a Apresentação do Produto Devera Obedecer a a Legislação Atual Vigente; Fornecimento: unitário; Referência: DESCARPACK	UN	100	58,28	EXCLUSIVO
133	----	EQUIPO PARA ALIMENTAÇÃO ENTERAL Referência: DESCARPACK	UN	3.000	3,55	EXCLUSIVO
134	4605985	DISPOSITIVO MASCULINO PARA INCONTINÊNCIA URINARIA NÚMERO 04 Especificação Técnica: Dispositivo Masculino para Incontinência Urinaria; Confeccionado Em Látex de Borracha Natural; Com Ponta Afunilada Adequada P/ Conexão Ao Tubo de Extensão do Coletor; Possuir Reservatório de Forma Que Evite Dobras e Torções; Composto de Peca Unica; Adesivo; Hipoalergênico; Com Bainha Pre-enrolada; Número 4; Fornecimento: unitário, Referência: BIOSANI	UN	1.750	7,90	EXCLUSIVO
135	4605977	DISPOSITIVO MASCULINO PARA INCONTINÊNCIA URINARIA NÚMERO 05 Especificação Técnica: Dispositivo Masculino para Incontinência Urinaria; Confeccionado Em Látex de Borracha Natural; Com Ponta Afunilada Adequada P/ Conexão Ao Tubo de Extensão do Coletor; Possuir Reservatório de Forma Que Evite Dobras e Torções; Composto de Peca Unica; Adesivo; Hipoalergênico; Com Bainha Pre-enrolada; Número 5;	UN	2.000	7,87	EXCLUSIVO

Escaneie a imagem para verificar a autenticidade do documento
Hash SHA256 do PDF original b93e485f032f8af9a6a281846b118b783b050ad0ee44e15e6e631808f5418ec8
<https://valida.ae/ca91e96aa760e5612ef459ce7824ae31a4188f3d61068c04>





Município de Mirante do Paranapanema

Capital do Pontal e da Reforma Agrária
Secretaria de Saúde

		Fornecimento: unitário, Referência: BIOSANI				
136	4605993	DISPOSITIVO MASCULINO PARA INCONTINÊNCIA URINARIA NÚMERO 06 Especificação Técnica: Dispositivo Masculino para Incontinência Urinária; Confeccionado Em Látex de Borracha Natural; Com Ponta Afunilada Adequada para Conexão Ao Tubo de Extensão do Coletor; Possuir Reservatório de Forma Que Evite Dobras e Torções; Composto de Peca Unica; Com Bainha Pré-enrolada; Nº 6; Fornecimento: unitário, Referência: BIOSANI	UN	2800	7,85	EXCLUSIVO
137	----	DISPOSITIVO MASCULINO PARA INCONTINÊNCIA URINARIA NÚMERO 07 Especificação Técnica: Dispositivo Masculino para Incontinência Urinária; Confeccionado Em Látex de Borracha Natural; Com Ponta Afunilada Adequada P/ Conexão Ao Tubo de Extensão do Coletor; Possuir Reservatório de Forma Que Evite Dobras e Torções; Composto de Peca Unica; Adesivo; Hipoalergênico; Com Bainha Pre-enrolada; Número 7; Fornecimento: unitário, Referência: BIOSANI	UN	2.450	10,12	EXCLUSIVO
138	245550	LÂMINA DE BISTURI, AÇO INOX, NUM.22, ESTÉRIL Especificação Técnica: Lâmina de Bisturi; em aço Inoxidável Cortante; Número 22; Estéril; Com Perfeito Acabamento Sem Sinais de Oxidação e Sem Rebarbas; o Produto Deverá Ser Entregue Com Laudo Que Comprova Sua Esterilidade; Fornecimento: caixa com 100 unidades	CAIXA	120	42,89	EXCLUSIVO
139	5977916	FILTRO BACTERIANO TROCADOR DE CALOR E UMIDADE Especificação Técnica: Umidificador Condensador; Com Filtro Bacteriano Indicado para Circuitos Respiratórios Em Respiradores Mecânicos; Estéril; de Uso Único Descartável; Em Plástico Transparente; Em Torno de 1,8 Cm de H2o a 60 L/m; Conectores Em Conformidade Com a Norma Iso 5356-1; Umidificação Compatível Trocador de Calor e Umidade; Com Espaço Morto Traqueia Corrugada Extensível de 35 Ml; a apresentação do Produto Devera Obedecer a Legislação Vigente; Embalagem Individual; Fornecimento: unitário	UN	675	228,91	LIVRE
140	5977916	FILTRO BACTERIANO TROCADOR DE CALOR E UMIDADE Especificação Técnica: Umidificador Condensador; Com Filtro Bacteriano Indicado para Circuitos Respiratórios Em Respiradores Mecânicos; Estéril; de Uso Único Descartável; Em Plástico Transparente; Em Torno de 1,8 Cm de H2o a 60 L/m; Conectores Em Conformidade Com a Norma Iso 5356-1; Umidificação Compatível Trocador de Calor e Umidade; Com Espaço Morto Traqueia Corrugada Extensível de 35 Ml; a apresentação do Produto Devera Obedecer a Legislação Vigente; Embalagem Individual; Fornecimento: unitário	UN	225	228,91	RESERVADO
141	1783254	TAMPA PROTETORA, PLÁSTICO ATÓXICO, TIPO LUER LOCK MACHO, P/CATETER, ESTÉRIL. Especificação Técnica: Tampa Protetora; Em Plástico Atóxico Resistente, em Luer Lock Macho, capaz de Adaptar Sem Vazamentos; para Uso Em	UN	2.800	2,95	EXCLUSIVO

Escaneie a imagem para verificar a autenticidade do documento
Hash SHA256 do PDF original b93e485f032f8af9a6a281846b118b783b050ad0ee44e15e6e631808f5418ec8
<https://valida.ae/ca91e96aa760e5612ef459ce7824ae31a4188f3d61068c04>





Município de Mirante do Paranapanema

Capital do Pontal e da Reforma Agrária
Secretaria de Saúde

		Vedação de Cateteres Venosos; Acondicionado Em Involucro Individual; Estéril Por Oxido de Etileno; Embalado Em Material Que Promova Barreira Microbiana e Abertura asséptica; a Apresentação do Produto Devera Obedecer a Legislação Atual Vigente; Fornecimento: unitário				
142	----	MÁSCARA DE ALTA CONCENTRAÇÃO COM RESERVATÓRIO ADULTO E CIRCUITO	UN	225	59,73	EXCLUSIVO
143	2810719	MÁSCARA FACIAL EM SILICONE, RESERVATÓRIO PARA OXIGÊNIO, EXTENSÃO 1,5M Especificação Técnica: Máscara Facial; Confeccionada Em Silicone, Com Reservatório para Oxigênio e Conector Universal para Fluxometro; Não Estéril, Descartável; Anatômico, Sem Rebarbas Com Elástico para Fixação, Com Presilha de Alumínio para Ajuste No Nariz; Infantil, Com Extensão de Silicone de 1,5m de Comprimento, Diâmetro Externo 6mm e interno 3mm; a Apresentação do Produto Devera Obedecer a Legislação Atual Vigente; Fornecimento: unitário	UN	250	59,89	EXCLUSIVO
144	4386256	ESPAÇADOR P/ADMINISTRAÇÃO DE MEDICAMENTO POR VIA INALATÓRIA ADULTO Especificação Técnica: Espaçador para Equipamento Médico; para Administração de Medicamento Por Via Inalatória (aero Câmara), para Paciente Em Ventilação Mecânica; Retrátil, Uso Adulto, Transparente, Clinicamente Limpo, Descartável; Compatível Com Circuito de Ventilador Mecânico; Acondicionado Em material Apropriado; Embalagem Individual; Fornecimento: unitário	UN	150	45,33	EXCLUSIVO
145	4811283	COLETOR PERFURO-CORTANTE 7 LITROS Especificação Técnica: Coletor para Material Perfuro-cortante; Em Material Resistente Polipropileno Grau Medico, Cor Amarela Translucida; Com Sistema de Abertura e Fechamento Com Tampa, Bocal e Sobre tampa de Fechamento; Devendo Apresentar Simbologia para Resíduos Infectantes; Em Formato Redondo/retangular, Com Alças para Transporte, Sem Dispositivo para Fixação; Com Capacidade de 7 Litros, para Coleta de Resíduos de Serviço de Saúde e Material Perfuro Cortante; o Produto Deverá Atender Ao Normas do I.p.i. Nea-55 Resolução N.5 Conama; Fornecimento: unidade	UN	500	10,01	EXCLUSIVO
146	3384250	EQUIPO PARA ADMINISTRAÇÃO DE SOLUÇÕES PARENTERAIS Especificação Técnica: Equipo para Administração de Soluções Parenterais; Pvc Atóxico, Transparente Na Cor Âmbar para Solução Fotossensível e Flexível de 150 Cm; Com Perfurante Conforme Norma Iso; Com Pinça Roleta de Alta Precisão; Sem Injetor; Macho Luer Lock Rotativo e Protetor Com Filtro Hidrófobo; Microgotas e Filtro de Fluido de 15 Micras; Com Filtro de Ar de 0,22 Micronscom Tampa; Gotejadora Translucido, Acompanha Saco Protetor Fotossensível; Embalado Em Papel Grau Cirúrgico e Individual, Estéril, Um Lado Grau Cir e Outro Poliamida; o Produto Deverá Ser Entregue	UN	136	7,98	EXCLUSIVO

Escaneie a imagem para verificar a autenticidade do documento
Hash SHA256 do PDF original b93e485f032f8af9a6a281846b118b783b050ad0ee44e15e6e631808f5418ec8
<https://valida.ae/ca91e96aa760e5612ef459ce7824ae31a4188f3d61068c04>





Município de Mirante do Paranapanema

Capital do Pontal e da Reforma Agrária
Secretaria de Saúde

		Com Laudo Analítico Respeitando a Legislação Atual Vigente; Fornecimento: unitário				
147	2735725	ATADURA DE RAYON ESTÉRIL, 7,5 CM X 5,0 M, EM ROLO Especificação Técnica: Atadura de Rayon estéril; Confeccionada Em Fios Puros de Rayon Macio, Bem Distribuídos e Livre de Impurezas; Com Bordas Bem-acabadas, Sem Fios Soltos; estéril; de 7,5cm x 5,0m, Enrolada Uniformemente; Embalado Em Material Que Promova Barreira Microbiana e Abertura asséptica; o Produto Devera Obedecer a Legislação Atual Vigente; Fornecimento: Rolo de 5 metros	ROLO	175	22,78	EXCLUSIVO
148	----	BACIA REDONDA Especificação Técnica: confecciona em inox, 24 a 26 cm por 8cm de profundidade, utilização: ambiente hospitalar. Fornecimento: unitário	UN	6	150,83	EXCLUSIVO
149	1462482	BANDEJA, AÇO INOX, TAM. MÉDIO, RETANGULAR, S/TAMPA (30X20X4,0CM) Especificação Técnica: Bandeja P/uso Hospitalar; Confeccionada Em aço Inoxidável; Tamanho Media; No Formato Retangular, sem Tampa; medindo 30x20x4,0cm; Acabamento Com Cantos Arredondados; Embalado Em Material Que Garanta a Integridade do Produto; o Produto Devera Obedecer a Legislação Atual Vigente; Fornecimento: unitário	UN	20	208,20	EXCLUSIVO
150	5176778	CABO DE BISTURI NÚMERO 3 COM 16,5CM Especificação Técnica: Cabo de Bisturi; em aço Inox Autolavável; Com Diâmetro de Redondo, Número 3l para Lâmina de 10 a 15; com 16,5 Cm; Fornecimento: unitário	UN	70	29,04	EXCLUSIVO
151	549363	CUBA REDONDA, AÇO INOX, (90X50MM) Especificação Técnica: Cuba Redonda; em aço Inox; Com Dimensão de 90mm x 50mm; Fornecimento: unitário	UN	12	195,94	EXCLUSIVO
152	357120	CUBA RIM, AÇO INOX, (26X12CM) Especificação Técnica: Cuba Rim; em aço Inox; Com Formato de Rim; Com Dimensão de (26x12) cm; Fornecimento: unitário	UN	24	198,28	EXCLUSIVO
153	438855	HISTEROMETRO DE COLLIN, AÇO INOX, GRADUADO, (28CM) Especificação Técnica: Cuba Rim; em aço Inox; Com Formato de Rim; Com Dimensão de (26x12) cm; Fornecimento: unitário	UN	4	216,20	EXCLUSIVO
154	940380	ABRASIVO, PÓ, PEDRA POMES, P/PROF.DENT., GRAN. EXTRAFINA, POTE C/100 GRAMAS Especificação Técnica: Abrasivos Odontológicos; Em Pó, Pedra Pomes; para Polimento e Profilaxia Dental, granulação Extra Fina; Embalado Em Pote Com 100 Gramas; Constando Externamente Marca Comercial, Procedência de Fabricação; Validade Mínima de 2 Anos a Partir Da Data de Entrega; Fornecimento: Frasco com 100 gramas	FRASCO	7	48,11	EXCLUSIVO
155	774391	PINÇA ANATÔMICA, AÇO INOX, DENTE DE RATO, (14CM) Especificação Técnica: Pinça Anatômica; Em Aço Inox; Com Dente de Rato; Com Comprimento de 14 Cm; Fornecimento: unitário	UN	100	49,86	EXCLUSIVO

Escaneie a imagem para verificar a autenticidade do documento
Hash SHA256 do PDF original b93e485f032f8af9a6a281846b118b783b050ad0ee44e15e6e631808f5418ec8
<https://valida.ae/ca91e96aa760e5612ef459ce7824ae31a4188f3d61068c04>





Município de Mirante do Paranapanema

Capital do Pontal e da Reforma Agrária
Secretaria de Saúde

156	2671107	PINÇA ANATÔMICA EM AÇO INOX, PONTA RETA, FINA, 14 CM DE COMPRIMENTO Especificação Técnica: Pinça Anatômica; Em Aço Inox Aisi 400; Com Ponta Reta, fina, sem dente; Com Comprimento de 14cm; Fornecimento: unitário	UN	100	50,20	EXCLUSIVO
157	121053	PINÇA CHERON, AÇO INOX, C/PONTA SERRILHADA, (25CM) Especificação Técnica: Pinça Cheron; Em Aço Inox Aisi 400; Com Ponta Serrilhada; Com Comprimento de 25cm; Fornecimento: unitário	UN	50	131,65	EXCLUSIVO
158	663620	PINÇA HALSTEAD MOSQUITO CURVA 14 CM, AÇO INOX, NBR 7153-1 Especificação Técnica: Pinça para Odontologia; Halstead Mosquito Curva 12 Cm; Cabo Contendo Inscrição do Nome e Marca; Extremidade de Superfície Irregular; Ponta Ativa Alinhada para Boa Preensão; Confeccionada Conforme Nbr 7153-1 Em Aço Inox Com Acabamento e Polimento Perfeito; Passível de Esterilização Em Meios Físico-químicos de Esterilização; Embalada Individualmente, Em Material Adequado Que Garanta Integridade do Produto; Constando Externamente Marca Comercial, Procedência de Fabricação; Fornecimento: Unitário	UN	50	68,93	EXCLUSIVO
159	6471293	PINÇA HARTMANN-HALSTED Especificação Técnica: Pinça Hartmann-halsted; Em Aço Inox; Com Forma Jacaré Delicada para Cirurgia; Com Comprimento de 9cm; Fornecimento: unitário	UN	50	197,57	EXCLUSIVO
160	1719190	PINÇA KELLY EM AÇO INOX AISI 400 FORMA RETA 14CM COMPR. Especificação Técnica: Pinça Kelly; em Aço Inox Aisi 400; Com Forma Reta; com comprimento de 14 cm; Fornecimento: unitário	UN	100	80,01	EXCLUSIVO
161	1893360	PINÇA KOCHER EM AÇO INOX AISI 400 FORMA CURVA COM DENTE 14CM COMPRIMENTO Especificação Técnica: Pinça Kocher; em aço Inox Aisi 400; Com Forma Curva, Com Dente; Com Comprimento de 14cm; Fornecimento: Unitário	UN	50	86,83	EXCLUSIVO
162	121320	PINÇA KOCHER, AÇO INOX, RETA, (14CM) Especificação Técnica: Pinça Kocher; Em Aço Inox; Com Forma Reta; Com Comprimento de 14cm; Fornecimento: unitário	UN	50	94,60	EXCLUSIVO
163	5352576	PORTA-AGULHA MAYO-HEGAR 14CM C/ WIDEA Especificação Técnica: Porta-agulha Mayo-hegar; Em Aço Inox; Com Forma Reta; com o Comprimento de 14 Cm; Acabamento Em Widea Em Niquel; Fornecimento: unitário	UN	100	70,34	EXCLUSIVO
164	119962	TENTACANULA, AÇO INOX, FORMA LINEAR, 15CM Especificação Técnica: Tentacanula; em aço Inox; Com Forma Linear; Com Comprimento de 15cm; Fornecimento: unitário	UN	10	129,96	EXCLUSIVO
165	5667500	TESOURA CIRÚRGICA IRIS, 12CM Especificação Técnica: Tesoura Cirúrgica Iris; Em Aço Inox; Com Forma Reta, Ponta Fina; com o Comprimento de 12 Cm; Fornecimento: unitário	UN	100	71,55	EXCLUSIVO

Escaneie a imagem para verificar a autenticidade do documento
Hash SHA256 do PDF original b93e485f032f8af9a6a281846b118b783b050ad0ee44e15e6e631808f5418ec8
<https://valida.ae/ca91e96aa760e5612ef459ce7824ae31a4188f3d61068c04>





Município de Mirante do Paranapanema

Capital do Pontal e da Reforma Agrária
Secretaria de Saúde

166	114529	TESOURA CIRÚRGICA MAYO INOX AISI 400 FORMA CURVA 14CM DE COMPRIMENTO Especificação Técnica: Tesoura Cirúrgica Mayo; em aço Inox Aisi 400; Com Formato Curva; Com Medidas 14cm; Fornecimento: unitário	UN	100	158,33	EXCLUSIVO
167	6287336	TESOURA CIRÚRGICA METZENBAUM-DELICADA Especificação Técnica: Tesoura Cirúrgica Metzenbaum-delicada; Em Aço Inox Aisi 400; Com Forma Curva; Com Comprimento de Comprimento de 20cm; Fornecimento: Unitário	UN	50	125,21	EXCLUSIVO
168	4602455	MP CLOREXIDINA DIGLUCONATO, 1%, PH DE 5,5 A 7,0, 100 ML, AQUOSA Especificação Técnica: Clorexidina Digluconato; Apresentação Em Frasco plástico Almotolia, Descartável, Sist. de Abertura Autoperfurante, para 100 ML, Com Lacre; Concentração de 1%, Ph de 5,5 a 7,0, Solução Antisséptica Aquosa, Gliconato de Clorexidina; Categoria de Uso Farmacêutico, Antisséptico, Isento de Irritabilidade Dérmica e Mucosa; Padrão Anvisa; Fornecimento: Frasco 100 ml	UN	150	48,49	EXCLUSIVO
169	5150957	GERAIS CLOREXIDINA, GLICON 20MG/ML, SOL DEGERMANTE, ALMOT TWIST OFF, DERM Especificação Técnica: Medicamentos Gerais de Uso Humano; Clorexidina, Digliconato (ou Gliconato) 20mg/ml (2%); Forma Farmacêutica Solução Degermante (sabonete Líquido); Forma de Apresentação Frasco/frasco-almotolia Com Abertura Twist Off; Via de Administração Dermatológica; Fornecimento: Frasco com 100 ml	UN	150	56,44	EXCLUSIVO
170	937126	FITA ADES. CIRUR. CREPE, BCA, ETER SINT (1,9CM X 50M) Especificação Técnica: Fita Adesiva Cirúrgica; Em Crepe; Branca; Com Massa Adesiva Antialérgica a Base de Éter Sintético; Tendo Uma Face Com Perfeita Aderência; Medindo (1,9cm x 50m); Embalado Em Material Que Garanta a Integridade do Produto e Deverá Atender A legislação Vigente; Fornecimento: Rolo de 50 metros	ROLO	1000	10,98	EXCLUSIVO
171	2611384	FITA ADESIVA CIR. NÃO TECIDO A BASE DE VISCOSÉ MICROPOROSA 50MMX10M Especificação Técnica: Fita Adesiva Cirúrgica; Em Não-tecido a Base de Viscosé Microporosa, Hipoalérgica, Atóxica; Na Cor Branca; Com Massa Adesiva Antialérgica a Base de Éter Sintético; Tendo Uma Face Com Perfeita Aderência; medindo 50 Mm x 10 Metros; Embalado Em Material Que Garanta a Integridade do Produto; Fornecimento: unitário	UN	3.000	9,97	EXCLUSIVO
172	4276809	SERINGA DESCARTÁVEL C/ANTICOAGULANTE, C/ HEPARINA DE LÍCIO E CÁLCIO, 3ML Especificação Técnica: Seringa Descartável Com Anticoagulante; Em Polipropileno, Atóxico, Transparente Polipropileno de Alta Densidade; Apresentando Rigidez e Alta Densidade; Graduada Em 3 ML; Bico Tipo Luer Slip Sem Agulha; Contendo Heparina de Lítio Balanceada Com Cálcio; Sem Lubrificante; para Coleta de Gasometria; Com Dispositivo/tampa para Vedação Da Seringa; individual, descartável/ estéril; a Apresentação do	CAIXA	12	1.813,38	EXCLUSIVO

Escaneie a imagem para verificar a autenticidade do documento
Hash SHA256 do PDF original b93e485f032f8af9a6a281846b118b783b050ad0ee44e15e6e631808f5418ec8
<https://valida.ae/ca91e96aa760e5612ef459ce7824ae31a4188f3d61068c04>





Município de Mirante do Paranapanema

Capital do Pontal e da Reforma Agrária
Secretaria de Saúde

		Produto Devera Obedecer a Legislação Atual Vigente; Fornecimento: Caixa com 100 unidades				
173	5962471	ESPECULO VAGINAL DESCARTÁVEL POLIETILENO NÃO LUBRIFICADO GRANDE Especificação Técnica: Espelho Vaginal Descartável; Em Polietileno Atóxico Não Lubrificado; Tamanho Grande; Com Abertura Em Forma de Rosca Tipo Borboleta; Uso Único, Estéril; Embalado Em Material Que Garanta Sua Integridade; o Produto Devera Obedecer a Legislação Vigente; Fornecimento: unitário	UN	1.800	4,60	EXCLUSIVO
174	2294516	LENÇOL DE PAPEL DESCARTÁVEL, BRANCA, MEDINDO (50CM X 50M), ROLO Especificação Técnica: Lençol de Papel Descartável; Em Papel Com Textura Firme e Resistente; Na Cor Branca; Medindo (50cm x 50m); Involucro Individual Em Plástico Atóxico; Rotulagem Respeitando a Legislação Atual Vigente; Fornecimento: Rolo	ROLO	4.000	16,85	EXCLUSIVO
175	5150604	OXÍMETRO DE PULSO DE DEDO, SPO2, FC Especificação Técnica: Oxímetro de Pulso; Apresentando Saturação de Oxigênio (spo2) e Frequência Cardíaca(fc); Oxímetro de Pulso Tipo Dedo; Com Escala de Sao2 de Com Escala De: Spo2 de 70 a 99% e Frequência Cardíaca: 30 a 254 Bpm; Com Resolução de Spo2 +/- 2% e Fc +/- 2%; Com Tolerância de Spo2 +/- 2% e Fc +/- 2% Ou +/- 2 Bpm; Com Tempo de Resposta No Máximo 08 Segundos; Com Tempo de Ajuste (ao Ligar) de 20 Segundos; Com Alarmes Audiovisuais Não Necessário; Com Alarmes Visuais para Indicador de Bateria Fraca e Desligamento Automático; Com Sensores para Dedos; para Pacientes Adulto e Infantil; Alimentação Compatível Com Pilhas 1,5v Alcalina AAA. Acompanha 1 Cordão de Pescoço; Inclui: Garantia Mínima 12 Meses, Assistência Técnica, manual Operacional Em português; Fornecimento: unitário	UN	70	265,57	EXCLUSIVO
176	5935130	MEDICAMENTOS GERAIS DE USO HUMANO GLICERINA 12% Especificação Técnica: Medicamentos Gerais de Uso Humano; Glicerina 12%; Forma Farmacêutica Solução; Forma de Apresentação Solução; Via de Administração Oral; Fornecimento: Frasco 500 ml	UN	400	10,82	EXCLUSIVO
177	2735580	PAPAGAIO PLÁSTICO TRANSPARENTE COM TAMPA E ALCA, PARA AMBOS OS SEXOS Especificação Técnica: Papagaio; Em Plástico Transparente, Com Tampa Protetora e Alca para Manuseio; Formato Adequado para Anatomia Masculina Podendo Ser Utilizado para Ambos Os Sexos; Fácil Limpeza Por Apresentar Cantos Arredondados; a Apresentação do Produto Devera Obedecer a Legislação Atual Vigente; Fornecimento: unitário	UN	80	96,80	EXCLUSIVO
178	5581290	HIPOCLORITO DE SÓDIO 1% DE CLORO ATIVO Especificação Técnica: Hipoclorito de Sódio; Concentração/dosagem 1% de Cloro Ativo Em Quantidade Suficiente para Liberar 10.000 Ppm de Cloro Ativo Estabilizado; Forma Farmacêutica Solução; Forma de Apresentação Frasco Plástico	LITRO	120	18,65	EXCLUSIVO

Escaneie a imagem para verificar a autenticidade do documento
Hash SHA256 do PDF original b93e485f032f8af9a6a281846b118b783b050ad0ee44e15e6e631808f5418ec8
<https://valida.ae/ca91e96aa760e5612ef459ce7824ae31a4188f3d61068c04>





Município de Mirante do Paranapanema

Capital do Pontal e da Reforma Agrária
Secretaria de Saúde

		Opaco, Tampa Rosca Com Lacre; para Desinfecção de Materiais e Superfície; Fornecimento: Frasco de 1 litro				
179	6218857	CÂNULA ENDOTRAQUEAL, 100% PVC, LIVRE LÁTEX, CALIBRE 3,5, SEM CUFF Especificação Técnica: Cânula Endotraqueal; Confeccionada Em 100% Pvc, Transparente, Livre de Látex, Termossensível; Conector Com Porta Lateral para Administração de Surfactantes Ou Amostragem de Gases; Sem Mandril, Com Conector de 15 Mm; Sem Cuff; Sem Válvula de Segurança; 3,5 Mm de Diâmetro Interno; Com Orifício de Murphy e Marcação Vocal, Extremidade Atraumática, Flexível, Atóxica; Com Graduação Numerada e Indelével a Cada 1 Cm; Uso Único, Descartável; Linha Radiopaca; Estéril; Embalado Em Material Que Promova Barreira Microbiana; Devera Obedecer a Legislação Atual Vigente; Fornecimento: unitário	UN	800	8,23	EXCLUSIVO
180	2497603	COMPOSTO PROTETOR ÁCIDOS GRAXOS ESSENCIAIS Especificação Técnica: Composto Protetor; Composto Por Ácidos Graxos Essenciais, vit.a, vit.e, óleo de Copaíba e Mela Leuca, lecitina de Soja, tcm; Forma Farmacêutica Óleo Dermoprotetor; Forma de Apresentação Em Frasco 200 ML; Via Tópica; Fornecimento: unitário	UN	200	19,01	EXCLUSIVO
181	4458249	OTOSCOPIO Especificação Técnica: Otoscópio; Cabeçote Em Policarbonato Alta Resistência e Cone Metálico; Com Visor de Visualização Integrada, Giratória Com Aumento de 3x, Clipe Acoplado Com Interruptor; Com Lâmpada do Tipo Xênon, Iluminação Distal Por Fibras Óticas; Com Cabo e Cabeça Em Duas Peças, Alimentação Elétrica: Bateria Ou Pilha Recarregável. carregador 127 Vac; Acompanha (m) Espelho (s) Reutilizáveis, Medindo 2.4; 3,0; 3,5; 4,0 e 5.0 Mm; Acondicionado Em Estojo Que Garanta a Integridade do Produto, Garantia Mínima de 12 Meses e Manual Operacional.; Fornecimento: unitário	UN	20	627,54	EXCLUSIVO
182	5641284	GLICOSIMETRO PORTÁTIL VISOR LCD 3 BOTÕES Especificação Técnica: Glicosímetro; Portátil; Visor Lcd; 3 Botões; monitor de Glicose e Cetona No Sangue; Na Escala de Pequena Amostra de Sangue: 0,6 Microlitros; Sistema Com Indicador de Tendência e Guia Dose De insulina; Tempo de Teste de Aproximadamente 5 Segundos, Através do Rastreamento do Sensor; Alimentação: Bateria de Ion Lítio; Acompanha: 1 Lancetador, 1 Estojo, Lancetas Teste; Inclui: Manual do Usuário, Guia de Referência Rápida; Garantia Mínima de 12 Meses; Fornecimento: unitário	UN	50	80,59	EXCLUSIVO
183	6192777	ESTETOSCÓPIO, DUO SOM, ADULTO E PEDIÁTRICO Especificação Técnica: Estetoscópio; Duo Som, C/diafragma Em Epóxi/fibra de Vidro, Peça Única, Sintonizáveis Em Ambos Os Lados; Haste Em Aço Inox, Auscultador de Dois Lados, Tubo Dobrável, Super Flexível, Grande Durabilidade; Tamanho Adulto e Pediátrico; Acompanha: 1 Par de Olivas	UN	130	45,33	EXCLUSIVO

Escaneie a imagem para verificar a autenticidade do documento
Hash SHA256 do PDF original b93e485f032f8af9a6a281846b118b783b050ad0ee44e15e6e631808f5418ec8
<https://valida.ae/ca91e96aa760e5612ef459ce7824ae31a4188f3d61068c04>



Município de Mirante do Paranapanema

Capital do Pontal e da Reforma Agrária
Secretaria de Saúde

Escaneie a imagem para verificar a autenticidade do documento
Hash SHA256 do PDF original b93e485f032f8af9a6a281846b118b783b050ad0ee44e15e6e631808f5418ec8
<https://valida.ae/ca91e96aa760e5612ef459ce7824ae31a4188f3d61068c04>

		Extras, 1 Aro Anti-frio, Manual de Instruções; Com Olivas Maleáveis e Confortáveis, sem Rebarbas, Auriculares Em Liga Aeroespacial Diam. Amplo/alumínio Anodiz.; Acondicionado Em Material Que Garanta a Integridade do Produto, Com Garantia de Fábrica; Fornecimento: unitário				
184	2594870	CATETER VENOSO CENTRAL MONO LUMEN Especificação Técnica: Cateter Acesso Venoso Central; Cateter Mono Lúmen Poliuretano, Radiopaco, Atóxico flexível, 16gx20cm, Tipo Técnica de Seldinger; Cateter Ponta Cônica, a traumático, demarcado Cm, comaletas de Fixação; Diâmetro de Lumens Interno 1,1mm x 1,7mm Externo X20cm Comprimento; para Uso Em Infusão Pediátrica; Composto De: Dilatador de Plástico; Seringa 5cc Conexão Luer Lock, tampa Protetora, sutura Opcional e Bisturi; Agulha Introdutora 16g,fio Guia Com Ponta Flexível Em j e Válvula Anti-refluxo; e Abertura asséptica; a Apresentação do Produto Deverá Obedecer a Legislação Atual Vigente; Fornecimento: unitário	UN	113	1.427,2	LIVRE
185	2594870	CATETER VENOSO CENTRAL MONO LUMEN Especificação Técnica: Cateter Acesso Venoso Central; Cateter Mono Lúmen Poliuretano, Radiopaco, Atóxico flexível, 16gx20cm, Tipo Técnica de Seldinger; Cateter Ponta Cônica, a traumático, demarcado Cm, comaletas de Fixação; Diâmetro de Lumens Interno 1,1mm x 1,7mm Externo X20cm Comprimento; para Uso Em Infusão Pediátrica; Composto De: Dilatador de Plástico; Seringa 5cc Conexão Luer Lock, tampa Protetora, sutura Opcional e Bisturi; Agulha Introdutora 16g,fio Guia Com Ponta Flexível Em j e Válvula Anti-refluxo; e Abertura asséptica; a Apresentação do Produto Deverá Obedecer a Legislação Atual Vigente; Fornecimento: unitário	UN	37	1.427,20	RESERVADO
186	4810287	PROTETOR DESCARTÁVEL, PROTETOR OCULAR PARA FOTOTERAPIA Especificação Técnica: Protetor Descartável; Em Tecido Duplo de Algodão, Hipoalergênico, Protetor ocular para Fototerapia, Tipo Óculos, Anatômico; Black-out C/ Efetividade de Bloqueio de Luz Uva E uvb, Fixação Com Velcro Ou Com Bandagem Elastica; Não Estéril, Tamanho Adulto; Embalado Em Material Que Garanta a Integridade do Produto; a Apresentação do Produto Devera Obedecer a Legislação Vigente; Fornecimento: unitário; Referência: SANCARE	UN	100	60,44	EXCLUSIVO
187	4843967	PROTETOR DESCARTÁVEL, PROTETOR OCULAR PARA FOTOTERAPIA Especificação Técnica: Protetor Descartável; Em Tecido Duplo de Algodão, hipoalergênico, Protetor Ocular para Fototerapia Tipo Óculos, Anatômico; Black-out Com Efetividade de Bloqueio de Luz Uva E uvb, Fixação Com Velcro Ou Com Bandagem Elastica; Não Estéril, Tamanho Infantil; Embalado Em Material Que Garanta Integridade do Produto; a Apresentação do Produto Devera Obedecer a Legislação Vigente; Fornecimento: unitário; Referência: SANCARE	UN	100	60,44	EXCLUSIVO





Município de Mirante do Paranapanema

Capital do Pontal e da Reforma Agrária
Secretaria de Saúde

188	----	TUBO EXTENSOR PARA OXIGENIO Especificação Técnica: extensor, para oxigênio, de no mínimo, 200 cm, com conector universal, confeccionado em pvc na cor verde, transparente, estéril, de uso único, descartável. embalagem primaria e secundaria rotuladas conforme rdc 185/01/ANVISA. o produto deve obedecer a legislação vigente e inerente ao mesmo Fornecimento: unitário; Referência: CLINMED	UN	3000	6,54	EXCLUSIVO
189	6362184	FIXADOR PARA CÂNULA E TUBO FITA ADESIVA PARA Sonda NASAL Especificação Técnica: Fixador para Cânula e Tubo; Em Fita Adesiva, Isento de Látex, Permite Respiração Da Pele; Sem Risco de Maceração; Não Estéril, Com Face Adesiva, Atóxica e Hipoalergênica, C/ Tiras Adesivas; Anatômico, Sem Rebarbas, base Confortável; para Sondas Nasais, Tamanho Adulto; a Apresentação do Produto Devera Obedecer a Legislação Vigente, Acondicionado Em Material Apropriado Que Garanta a Integridade do Produto; Fornecimento: unitário; Referência: 3M	UN	3000	23,12	EXCLUSIVO
190	2567083	PROTETOR SOLAR FPS UVA/UVB 50 LOÇÃO CREMOSA BISNAGA/FRASCO Especificação Técnica: Protetor Solar; Fps Uva/uvb 50; Forma Farmacêutica Loção Cremosa; Forma de Apresentação Bisnaga/frasco, Com Validade de No Mínimo 12 Meses Na Entrega; tópica, o Produto Deverá Atender a Legislação Vigente; Fornecimento: Frasco 200 ml;	UN	250	49,36	EXCLUSIVO
191	2642980	PROTETOR SOLAR FPS 30, RAIOS UVA/UVB, EM CREME Especificação Técnica: Protetor Solar; Fps 30, Com Proteção para Raios Uva/uvb; Forma Farmacêutica Em Creme; Forma de Apresentação Frasco/bisnaga; Tópica; Com Validade de No Mínimo 12 Meses Na Entrega. Fornecimento: Frasco 200 ml;	UN	250	39,29	EXCLUSIVO
192	6462286	REPELENTE Especificação Técnica: Repelente; Em Spray Ou Loção Ou Gel, para Pele; Contem Ingrediente Ativo de n Dimetil Meta - Toluamida (deet) Ou Ehil Butiylacetil Amino Proprionato (ir3535 Ou Ebaap); Ou Hidoxietil Isobutil Piperidina Carboxilato (icaridina Ou Picaridina), Concentração Mínima de 10%; Hipoalergênico, Sem Perfume, Dermatologicamente Testado Em Gestante; para Uso Proteção de No Mínimo de 4 Horas Contra Picadas de Mosquitos Transmissores de Doenças; Eficácia Comprovada Contra Picadas de Mosquitos Da Espécie Aedes Aegypti; Deverá Atender a Rdc 19/2013 e Rdc 752/2022, Registro Na Anvisa; Fornecimento: Frasco 200 ml;	UN	300	45,33	EXCLUSIVO
193	216046	CLAMP P/CORDÃO UMBILICAL Especificação Técnica: Clamp para Cordão Umbilical; estéril, confeccionado Em Plástico Resistente, atóxico, em Forma de Pinça Dentada Internamente, c/fecho Inviolável; de Aproximadamente 5,5cm de Comprimento; a Apresentação do Produto Devera Obedecer a Legislação Atual Vigente; Fornecimento: unidade; Referência: vital gold	UN	50	3,52	EXCLUSIVO

Escaneie a imagem para verificar a autenticidade do documento
Hash SHA256 do PDF original b93e485f032f8af9a6a281846b118b783b050ad0ee44e15e6e631808f5418ec8
<https://valida.ae/ca91e96aa760e5612ef459ce7824ae31a4188f3d61068c04>





Município de Mirante do Paranapanema

Capital do Pontal e da Reforma Agrária
Secretaria de Saúde

194	4581750	MALHA TUBULAR ORTOPÉDICA MEDINDO 10 CM X 15 METROS Especificação Técnica: Malha Tubular Ortopédica; Em Helanca, Tecido 100% Poliamida (texturizado) Nylon; Com Elasticidade No Sentido Transversal e Compressão Uniforme Para resistência Em Prótese Ortopédica; medindo 10 Cm x 15 Metros; Embalado Em Material Individual, Que Garanta a Integridade do Produto; Fornecimento: unidade (rolo)	ROLO	100	15,11	EXCLUSIVO
195	4581784	MALHA TUBULAR ORTOPÉDICA MEDINDO 20 CM X 15 METROS Especificação Técnica: Malha Tubular Ortopédica; Em Helanca, Tecido 100% Poliamida (texturizado) Nylon; Com Elasticidade No Sentido Transversal e Compressão Uniforme Para resistência Em Prótese Ortopédica; medindo 20 Cm x 15 Metros; Embalado Em Material Individual, Que Garanta a Integridade do Produto; Fornecimento: unidade (rolo)	ROLO	100	25,18	EXCLUSIVO
196	6093973	MÁSCARA LARÍNGEA, PVC, NÚMERO 1, SEM CUFF Especificação Técnica: máscara laríngea; em pvc, descartável, com tubo de drenagem gástrica, com barra de fixação de protetor de mordedura; com conector de 15 mm fixo ao tubo, c/marcação, suporte ventilatório de ar, com insuflação manual; número tam. nº 1, p/paciente c/peso aproximado até 5 kg, barras de proteção contra obstrução epiglote; sem cuff, estéril; embalado em material que promova barreira microbiana e abertura asséptica; a apresentação do produto devesa obedecer a legislação atual vigente; Fornecimento: unitário	UN	50	122,05	EXCLUSIVO
197	5808200	MÁSCARA LARÍNGEA, PVC, NÚMERO 2 Especificação Técnica: máscara laríngea; em máscara laríngea em pvc descartável, com protetor de mordedura conec. de 15 mm fixo ao tubo; com barras de proteção contra obstrução da epiglote; número 2, com marcações de tamanho nº2 para peso de paciente de 5 a 10 kg; suporte ventilatório de ar estéril, com insuflação manual, em cuff; embalado em embalado em material que promova barreira microbiana e abertura séptica; a apresentação do produto devesa obedecer a apresentação do produto devesa obedecer a legislação atual vigente; Fornecimento: unitário	UN	50	122,05	EXCLUSIVO
198	5517613	MÁSCARA LARÍNGEA, PVC, NÚMERO 3 Especificação Técnica: mascara laríngea; em pvc, atóxico, flexível, c/linha de enchimento cuff integrada ao tubo, engate rápido p/seringa; com cuff de pvc transparente, tubo de ar flexível e marcador indelével centimetrado e radiopaco; número 3,0 : pacientes de 31 a 50 kg, conector 15 mm, barra de proteção p/obstrução, reforço espiral; estéril, descartável, c/válvula unidirecional, resistente a torção; embalado em material apropriado com barreira microbiana que permita a transferência asséptica; a apresentação do produto devesa obedecer a legislação vigente; Fornecimento: unitário	UN	50	122,05	EXCLUSIVO
199	2977613	MÁSCARA LARÍNGEA, PVC, NÚMERO 4	UN	50	122,05	EXCLUSIVO

Escaneie a imagem para verificar a autenticidade do documento
Hash SHA256 do PDF original b93e485f032f8af9a6a281846b118b783b050ad0ee44e15e6e631808f5418ec8
<https://valida.ae/ca91e96aa760e5612ef459ce7824ae31a4188f3d61068c04>





Município de Mirante do Paranapanema

Capital do Pontal e da Reforma Agrária
Secretaria de Saúde

Escaneie a imagem para verificar a autenticidade do documento
Hash SHA256 do PDF original b93e485f032f8af9a6a281846b118b783b050ad0ee44e15e6e631808f5418ec8
<https://valida.ae/ca91e96aa760e5612ef459ce7824ae31a4188f3d61068c04>

		Especificação Técnica: máscara laríngea; em pvc radiopaco, c/ linha de insuflação do cuff, aletas centrais de segurança; com cuff anatômico p/ evitar dobras, selo no esfíncter esofágico p/ melhor vedação das vias aéreas; número 4, com conector de 15mm fixado ao tubo, suporta pressão de vedação de até 20cm h2o; estéril; embalado em material que garanta a integridade do produto; a apresentação do produto deverá obedecer a legislação atual vigente; Fornecimento: unitário				
200	5011787	TUBO, POLIPROPILENO, TIPO FALCON, GRADUADO, 15ML, ESTÉRIL, DESCARTÁVEL Especificação Técnica: Tubo; Em Polipropileno; Tipo Falcon, Graduado; Com Parede de Espessura Uniforme; Incolor; Com Fundo Cônico; Tampa de Rosca; Capacidade de 15 ML; Estéril e Descartável; para centrifuga; Autoclável a 120 Graus Celsius Por 15 Minutos; Acondicionado Em Embalagem Reforçada e Adequada; Fornecimento: unitário	UN	100	15,11	EXCLUSIVO
201	2055350	KIT P/DRENAGEM DE TÓRAX FRASCO CAP.1000ML DRENO CAL.24 EM PVC Especificação Técnica: Kit para Drenagem de Tórax; Composto de Frasco de 1.000ml Com Tampa, conector, clamps, alça de Transporte, confeccionado Em Pvc; Atóxico, transparente, graduado; Com Tampa; Com Conector; Dreno Calibre 24 Em Pvc, flexível, c/orifícios Sem Rebarbas; Estéril; Embalado Em Material Que Promova Barreira Microbiana e Abertura Asséptica; a Apresentação do Produto Deverá Obedecer a Legislação Vigente; Fornecimento: unitário (kit)	KIT	20	45,33	EXCLUSIVO
202	1754459	KIT PARA DRENAGEM DE TÓRAX 1000ML C/DRENO 28 DE PVC MULTIPERF. ESTÉRIL Especificação Técnica: Kit para Drenagem de Tórax; Composto de Frasco de 1.000ml Com Tampa, conector, clamps, alça de Transporte; Atóxico, transparente, graduado; Com Tampa de Rosca Com Vedação Perfeita e Saída para Ar Com Filtro; Dreno N.28 de Pvc Multiperfurado; Estéril; Embalado Em Material Que Promova Barreira Microbiana e Abertura Asséptica; a Apresentação do Produto Deverá Obedecer a Legislação Atual Vigente; Fornecimento: unitário (kit)	KIT	20	45,52	EXCLUSIVO
203	2328607	KIT P/DRENAGEM DE TÓRAX FRASCO CAP. 2000 ML DRENO 30FR EM SILICONE Especificação Técnica: Kit para Drenagem de Tórax; Composto de Frasco de 2.000ml Com Tampa, conector, clamps, alça de Transporte, suporte para Base, extensão; Frasco Atóxico, transparente, graduado; Com Tampa Rosqueada, com Filtro, com Trava de Segurança; Conector Rígido Universal, com Extensão Em Material Translúcido Medindo 120cm Aproximado; Dreno de 30 Fr (10,0mm) em Silicone, flexível, radiopaco, multiperfurado, tubular, atraum. extre. Chanfrada; Estéril; Embalado Em Material Que Promova Barreira Microbiana e Abertura Asséptica; a Apresentação do Produto Deverá Obedecer a Legislação Vigente;	KIT	20	45,85	EXCLUSIVO





Município de Mirante do Paranapanema

Capital do Pontal e da Reforma Agrária
Secretaria de Saúde

		Fornecimento: unitário (kit)				
204	4196350	TRAVESSEIRO, M(50X35X8) CM, ENC. ESPUMA Especificação Técnica: Travesseiro; Medindo aproximadamente (50x35x8) cm Lxc; Enchimento Espuma 100% Poliéster, Antialérgico, Antimofo e Inodoro; Plástico Em Pvc; Fornecimento: unitário	UN	100	151,11	EXCLUSIVO
205	4131266	LENÇOL DESCARTÁVEL EM NÃO TECIDO Especificação Técnica: Lençol Descartável; Em Não Tecido a Base de Fibras de Polipropileno, na Cor Branca Com Elástico Reforçado Em Toda Borda; medindo 200 Cm x 90 Cm, Com Gramatura de 20 G/m²; Embalado Em Material Que Garanta a Integridade do Produto; a Apresentação do Produto Devera Obedecer a Legislação Atual Vigente; Fornecimento: Pacote com 10 unidades	PCT	150	90,67	EXCLUSIVO
206	6413870	AVENTAL DESCARTÁVEL Especificação Técnica: Avental Descartável; Em Não Tecido Processo Sms Gramatura 30 G/m2, hipoalergenico, Branco; Acabamento Em Overlock, C/ Par de Tiras P/ Amarrar Na Cintura E pescoço, Com No Mínimo de 1,30 Cm de Comp.; Manga Longa, Com Elástico No Punho Ou Malha Canelada; Decote Com Viés; Embalado Em Material Que Mantenha a Integridade Do produto; o Produto Devera Obedecer a Legislação Atual Vigente; Fornecimento: unidade	UN	80	80,59	EXCLUSIVO
207	5738458	COLAR CERVICAL TIPO RESGATE Especificação Técnica: Colar Cervical Tipo Resgate; Em Poliestireno de Alta Densidade; Colorido; Tamanho Infantil; Com Abertura Na Parte Frontal e Posterior; Com Fecho e Velcro para Melhor Ajuste, Revestido Com E.v.a.; Uso Em Suporte para Coluna Cervical Durante Acidente.; Fornecimento: unidade.	UN	50	42,85	EXCLUSIVO
208	4732588	COLAR CERVICAL TIPO RESGATE PEQUENO Especificação Técnica: Colar Cervical Tipo Resgate; Em Modelo Stifneck, Peca Unica Injetada Em Poliestireno de Alta Densidade; Com Fecho e Velcro para Ajuste Anatômico, Revestido Com E.v.a.; Tamanho Pequeno, Parte Posterior (nuca) Com Abertura para a Palpação e Ventilação Da Nuca; Com Parte Frontal Com Abertura Que Permite a Palpação e Acesso a Traqueia; Suporte para Coluna Cervical Durante Remoção de Acidentados.; Fornecimento: unidade.	UN	75	42,85	EXCLUSIVO
209	4734300	COLAR CERVICAL TIPO RESGATE, TAMANHO MÉDIO Especificação Técnica: Colar Cervical Tipo Resgate; Em Modelo Stifneck, Peca Unica Injetada Em Poliestireno de Alta Densidade; Com Fecho e Velcro para Ajuste Anatômico, Revestido Com E.v.a.; Tamanho Médio, Parte Posterior (nuca) Com Abertura para a Palpação e Ventilação Da Nuca; Com Parte Frontal Com Abertura Que Permite a Palpação e Acesso a Traqueia; Suporte para Coluna Cervical Durante Remoção de Acidentados.; Fornecimento: unidade.	UN	100	42,85	EXCLUSIVO
210	4734327	COLAR CERVICAL TIPO RESGATE TAMANHO GRANDE	UN	100	42,85	EXCLUSIVO

Escaneie a imagem para verificar a autenticidade do documento
Hash SHA256 do PDF original b93e485f032f8af9a6a281846b118b783b050ad0ee44e15e6e631808f5418ec8
<https://valida.ae/ca91e96aa760e5612ef459ce7824ae31a4188f3d61068c04>





Município de Mirante do Paranapanema

Capital do Pontal e da Reforma Agrária
Secretaria de Saúde

Escaneie a imagem para verificar a autenticidade do documento
Hash SHA256 do PDF original b93e485f032f8af9a6a281846b118b783b050ad0ee44e15e6e631808f5418ec8
<https://valida.ae/ca91e96aa760e5612ef459ce7824ae31a4188f3d61068c04>

		Especificação Técnica: Colar Cervical Tipo Resgate; Em Modelo Stifneck, Peca Unica Injetada Em Poliestireno de Alta Densidade; Com Fecho e Velcro para Ajuste Anatômico, Revestido Com E.v.a.; Tamanho Grande, Parte Posterior (nuca) Com Abertura para a Palpação e Ventilação Da Nuca; Com Parte Frontal Com Abertura Que Permite a Palpação e Acesso a Traqueia; Suporte para Coluna Cervical Durante Remoção de Acidentados.; Fornecimento: unidade				
211	----	COLAR CERVICAL TIPO RESGATE TAMANHO EXTRA GRANDE Especificação Técnica: Colar Cervical Tipo Resgate; Em Modelo Stifneck, Peca Unica Injetada Em Poliestireno de Alta Densidade; Com Fecho e Velcro para Ajuste Anatômico, Revestido Com E.v.a.; Tamanho Extra Grande, Parte Posterior (nuca) Com Abertura para a Palpação e Ventilação Da Nuca; Com Parte Frontal Com Abertura Que Permite a Palpação e Acesso a Traqueia; Suporte para Coluna Cervical Durante Remoção de Acidentados.; Fornecimento: unidade	UN	50	42,85	EXCLUSIVO
212	5551471	LENÇOL PARA USO HOSPITALAR 2,70 X 1,30 Especificação Técnica: Lençol para Uso Hospitalar"; Tecido Misto 50% Algodão e 50% Poliéster, Com 180fios, Trama Fechada; Gramatura Mínima de 120 G/m2; Pre Encolhido; Medindo 2,70 de Comprimento Por 1,30 de Largura; Sem Elástico, para Maca, Ligamento Em Tela, Com Acabamento Em Costura Reta; Branca, Com Logotipo Solicitado Pela Instituição, resistente a Lavagem Em Processo Hospitalar; Etiqueta de Acordo Com a Resolução Conmetro N2 De06/05/2008; o Produto Devera Obedecer a Legislação Atual Vigente; Fornecimento: unidade	UN	500	120,89	EXCLUSIVO
213	5927510	TOALHA DE ROSTO Especificação Técnica: Toalha de Rosto; Composição do Tecido 100% Algodão; Pesando No Mínimo 300g/m2; Felpa Dupla 2 x 2; Medindo (lxc) (45 x 80) cm=(lxc); Na Cor Branca; Lisa; Com Logo; Resistente a Processo de Lavagem Industrial; Etiqueta de Acordo Com a Resolução Da Conmetro N. 02 de 06/05/2008; 13734/1996; Embalada Individualmente; Fornecimento: unidade.	UN	150	35,26	EXCLUSIVO
214	6147810	TOALHA DE BANHO, BRANCA Especificação Técnica: Toalha de Banho; para Adulto; Composição do Tecido Em 100% Algodão; Pesando No Mínimo Com Gramatura Mínima de 480 G/m2; Construção Fio Penteado; Medindo (lxc) Medindo No Mínimo (lxc)= (0,70 x 1,40) m; Na Cor Branca; Sem Estampas; Com Logo; Com Costura Reforçada Em Toda Volta; Resistente a Processo de Lavagem Industrial e Alvejamento; Etiqueta de Acordo Com a Resolução Da Conmetro N. Etiqueta de Acordo Com a Resolução Da Conmetro N. resol. N.02 de 06/05/2008; Embalada Individualmente Em Saco Plástico Transparente; Fornecimento: unidade.	UN	150	39,29	EXCLUSIVO



Município de Mirante do Paranapanema

Capital do Pontal e da Reforma Agrária
Secretaria de Saúde

215	6105572	FRONHA PARA USO HOSPITALAR fronha para uso hospitalar; com 70% algodão 30% poliéster; confeccionada com 180 fios pesando no mínimo 120 g/m²; com aba interna de 20 cm, tipo envelope, com arremates nas extremidades; medindo (l x c) 50 x70 cm; na cor branca, resistente a lavagem em processo industrial; com logo da instituição estampado no centro de cada peça; etiqueta de acordo com resolução da conmetro n.02de 06/05/08.; Fornecimento: unitário	UN	500	80,59	EXCLUSIVO
216	3679403	UMIDIFICADOR DE OXIGÊNIO FRASCO DE 250ML Especificação Técnica: Umidificador; de Oxigênio; Frasco Plástico de 250 ML; Com Marcação de Nível Máximo e Mínimo; Composto de Tampa Plástica, Resistente, Com Rosca Em Metal, Adaptável a Saída de Fluxometro de Oxigênio; Em Pvc; Acondicionado Em Embalagem Que Garanta a Integridade do Produto; o Produto Devera Obedecer a Legislação Atual Vigente; Fornecimento: unitário	UN	200	60,44	EXCLUSIVO
217	2471108	REANIMADOR MANUAL, ADULTO, COM BALÃO AUTO INFLÁVEL Especificação Técnica: Reanimador Manual"; Adulto, Com Balão Auto inflável, Sem Emendas; Com Capacidade de Insuflar Volumes de Ar Correntes de Até 1000ml, Com Válvula Unidirecional; C/conector Da Válvula de Entrada de Oxigênio (residente) e Ajustável Ao Látex e Ou Tubo de Pvc N.204; Válvula de Segurança para Pressões Que Excedam 30 a 40 Cm de Água; Permitir Adaptação de Máscara Facial Em Tamanhos Diferentes; Fornecimento: unitário	UN	75	441,49	EXCLUSIVO
218	5642248	RESSUSCITADOR MANUAL SILICONE INFANTIL Especificação Técnica: Ressuscitador Manual; Confeccionado Em Silicone; Composto Por 1 Balão Auto Inflável, Volume de 500 ML, 1 Válvula de Entrada de Ar Com Conector para Oxigênio; e Tubo Reservatório Em Silicone, Sistema de Fluxo unidirecional C/ Válvula de Segurança de 40cm/h2o; Infantil; Acompanhado de 1 Mascara Com Coxim Inflável de Silicone e Válvula de Ajuste, Siliconada; 1 Extensão e 1 Reservatório de Silicone Com Capacidade de 1000ml; Autolavável; Embalado Em Individual, Em Material Que Garanta a Integridade do Produto; Obedecendo a Legislação Vigente; Fornecimento: unitário	UN	75	441,49	EXCLUSIVO
219	5234239	FLUXOMETRO PARA OXIGÊNIO ESCALA DE 0 A 15 L/MIN Especificação Técnica: Fluxometro; para Oxigênio; Corpo de Metal Cromado; Com Escala Graduada de 0 a 15 L/mim; Bilha Dupla Em Policarbonato Ou Acrílico Transparente e Inquebrável; Flutuador Esfera Em Aço Inoxidável; Roscas Conforme Norma Conexões Compatíveis Com o Padrão ABNT; Acompanha Todos Os Demais Acessórios Necessários para o Perfeito Funcionamento do Equipamento; Fornecimento: unitário	UN	200	339,68	EXCLUSIVO
220	4896980	FLUXOMETRO PARA OXIGÊNIO 0 A 30 L/MIN	UN	100	339,68	EXCLUSIVO

Escaneie a imagem para verificar a autenticidade do documento
Hash SHA256 do PDF original b93e485f032f8af9a6a281846b118b783b050ad0ee44e15e6e631808f5418ec8
<https://valida.ae/ca91e96aa760e5612ef459ce7824ae31a4188f3d61068c04>





Município de Mirante do Paranapanema

Capital do Pontal e da Reforma Agrária
Secretaria de Saúde

		Especificação Técnica: Fluxometro; para Oxigênio; Corpo de Metal Cromado; Com Escala Graduada de 0 a 30 L/min; Comprimento Da Escala Aproximadamente de 300 Mm; Bilha Dupla Em Material Transparente Inquebrável; Flutuador Esférico Em Aço Inox; Compensação de Pressão; Roscas Conforme Norma Nb 254; Fornecimento: unitário				
221	5312329	EXTENSÃO P/ MICRONEBULIZADOR DE OXIGÊNIO Especificação Técnica: Tubo de Extensão; Confeccionado Em Pvc Cristal Atóxico, para Uso Em Micronebulizador de Oxigênio; medindo 1,5 m de Comprimento x 6 Mm de Diâmetro Externo, Com Conector de 9/16 Pol; Com Capacidade de Conectar à Rede de O2; Não Estéril; Embalado Em Embalagem Individual Que Garanta a Integridade do Produto; a Apresentação do Produto Devera Obedecer a Legislação Atual Vigente; Fornecimento: unitário	UN	150	80,59	EXCLUSIVO
222	2481081	PASTA CONDUTORA P/USO EXAMES pasta condutora"; para uso em exames de potencial evocado/eletroencefalograma (para fixação de eletrodos); acondicionado em embalagem apropriada que garanta integridade do produto; Fornecimento: Pote com 180 gramas	Pote	30	147,72	EXCLUSIVO
223	6457690	SONDA DE NUTRIÇÃO ENTERAL ENFIT N.8FR Especificação Técnica: Sonda de Nutrição Enteral; Confeccionada Em Poliuretano; Biocompatível, Flexível, Siliconizada, Radiopaco; Calibre 8 Fr Com No Mínimo 100cm; Graduado Em Toda a Sua Extensão; Com Fio Guia; Extremidade Distal Com Conector Universal Em Y, Resistente, Compatível Com Conexão Enfit; Extremidade Proximal Com Ponta Radiopaca Em Tungstênio/oliva de Poliuretano Ou Similar; Estéril; Embalado Em Material Que Promova Barreira Microbiana Com Transferência Asséptica; a Apresentação do Produto Devera Obedecer a Legislação; Fornecimento: unitário	UN	1.000	39,24	EXCLUSIVO
224	1108520	GERAIS MANITOL 200MG/ML (20%), S INJ, BOLS/FR SF, IV Especificação Técnica: Medicamentos Gerais de Uso Humano; Manitol 200mg/ml (20%); Forma Farmacêutica Solução Injetável; Forma de Apresentação Bolsa/frasco Em Sistema Fechado; Via de Administração Intravenosa; Fornecimento: Frasco 250 ml	FRC	1000	19,14	EXCLUSIVO
225	5144418	COBERTOR, SOLTEIRO, MICROFIBRA, 100% POLIESTER Especificação Técnica: Cobertor; Solteiro; Em Microfibra; Composto de 100% Poliéster; Pesando No Mínimo 300 G/m2; Dupla Face; Medindo (Lxc) (1,50 x 2,20) M; Na Cor Cinza; Liso, Uniforme Em Toda Extensão e Resistente a Ação de Luz, Água, Cloro e Sabão; Com Logo bordado; Costura Reforçada; Resistente a Lavagem Em Processo Industrial; Etiqueta de Acordo Com a Resolução Da Conmetro N. 02 de 06/05/2008; Conforme Legislação Vigente; Fornecimento: unitário	UN	100	244,53	EXCLUSIVO

Escaneie a imagem para verificar a autenticidade do documento
Hash SHA256 do PDF original b93e485f032f8af9a6a281846b118b783b050ad0ee44e15e6e631808f5418ec8
<https://valida.ae/ca91e96aa760e5612ef459ce7824ae31a4188f3d61068c04>





Município de Mirante do Paranapanema

Capital do Pontal e da Reforma Agrária
Secretaria de Saúde

226	1782070	TERMÔMETRO DIGITAL COM LIMITE -10 +150C NO AMBIENTE Especificação Técnica: Termômetro Digital; Faixa de -10 +150 Graus Centígrados No Ambiente; de 0 a 75 Graus Centígrados; Define o Meio Ambiente de Trabalho; Alimentação 110/220 Volts; Portátil para Aferição Através do Índice de Bulbo úmido - Termômetro de Globo (ibutg); Utilizado para Medição de Exposição Ao Calor Em Ambientes Internos e Externos Sem Ou Com Carga Solar; Fornecimento: unitário	UN	25	177,96	EXCLUSIVO
227	767468	FITA ADESIVA AUTOLAVÁVEL 19MM X 30M Especificação Técnica: Fita Adesiva Autolavável; Constituída Por Dorso de Papel Crepado, para Identificação de Material Esterilizado; Adesivo a Base de Resina e Borracha; Na Medida 19mm x 30m; Fornecimento: unitário	UN	300	10,07	EXCLUSIVO
228	----	BANDAGEM ELASTICA AUTOADERENTE Especificação Técnica: bandagem elástica autoaderente; composto de fibras de não tecido e fibras elásticas, recoberta com adesivo seco; aderindo sobre si mesma e não adesiva na pele ou outro material; autoaderente; dimensão aproximada de 10 cm de largura x 4,5 m de comprimento; permite a utilização sem perda da adesividade; formato de rolo uniforme; embalado em material apropriado que garanta a integridade do produto; o produto devera obedecer a legislação vigente Fornecimento: Rolo mínimo de 4,5 m	UN	350	14,15	EXCLUSIVO
229	----	ANDADOR DE ALUMÍNIO Especificação Técnica: 3 barras, articulado hidroligth ou similar, dobrável e de fácil montagem, 3 modos de uso, suporta até 135kg, compatível com 'par de rodas, apoio de mãos anatômico, altura de usuário entre 1,55 e 1,78m Fornecimento: unitário	UN	5	153,88	EXCLUSIVO
230	410764 CATMAT FEDERAL	CARRO DE EMERGÊNCIA HOSPITALAR Especificação Técnica: estrutura: chapas e tampo em aço inoxidável, suporte: suporte para monitor, base giratória, rodízios: com rodízios de 3' com freios, características adicionais: suporte para perfuro cortante, características: suporte soro e cilindro de O2, mínimo 04 gavetas, acessórios: tábua de massagem cardíaca, trava de gavetas com lacre; Dimensões aproximadas: 0,80 x 0,80 x 0,40 m; Fornecimento: unitário	UN	2	2.802,36	EXCLUSIVO

1.2 Da natureza do objeto

1.2.1 Não se enquadra como sendo bem de luxo, conforme Lei n.º 2.777, de 17 de maio de 2023

1.2.2 Os bens objeto desta contratação são caracterizados como comuns, com características e especificações usuais de mercado.

2 JUSTIFICATIVA DA CONTRATAÇÃO



Município de Mirante do Paranapanema

Capital do Pontal e da Reforma Agrária
Secretaria de Saúde

A Justificativa da contratação encontra-se pormenorizada no **item 1** do **Estudo Técnico Preliminar SS Nº 010/2024**.

3 DOS PARÂMETROS DA LICITAÇÃO

3.1 Será adotado o Sistema de Registro de Preços – SRP?

Sim

3.1.1 Justificativa para adoção do Sistema de Registro de Preços

3.1.1.1 quando, pelas características do bem ou serviço, houver necessidade de contratações frequentes, com maior celeridade e transparência

3.1.1.2 quando, pela natureza do objeto, não for possível definir previamente o quantitativo a ser demandado pela Administração Pública.

3.2 Será adotado tratamento diferenciado a microempresas (ME) e empresas de pequeno porte (EPP), conforme o disposto no art. 48 da Lei Complementar nº 123/2006 (alterado pela Lei Complementar nº 147/2014):

3.2.1 Valor referencial **superior** a R\$ 80.000,00 de natureza divisível (com cota para ME/EPP).

3.2.2 Percentual para aplicação do Art. 48 da Lei Complementar n.º 123/2006 (alterado pela Lei Complementar nº 147/2014): **25 %**

3.3 Haverá necessidade de vistoria prévia (visita técnica)?

3.3.1 Não será exigida vistoria.

3.4 Será admitida a participação de consórcios?

Sim

3.5 Será admitida a participação de cooperativas?

Sim

3.6 Será admitida a subcontratação?

Não

3.7 Do agrupamento de itens em lotes

A aquisição/contratação se dará em lotes?

Não

4 DOS CRITÉRIOS DE ACEITAÇÃO DA PROPOSTA

Escaneie a imagem para verificar a autenticidade do documento
Hash SHA256 do PDF original b93e485f032f8af9a6a281846b118b783b050ad0ee44e15e6e631808f5418ec8
<https://valida.ae/ca91e96aa760e5612ef459ce7824ae31a4188f3d61068c04>





Município de Mirante do Paranapanema

Capital do Pontal e da Reforma Agrária
Secretaria de Saúde

4.1 Serão exigidos documentos adicionais juntamente com a proposta de preços (para análise da equipe técnica na fase de julgamento da proposta final de preços):

4.1.1 A licitante vencedora da etapa de disputa deverá inserir na plataforma eletrônica documento pertinente ao catálogo e ou folder que comprove o atendimento dos requisitos dos itens;

4.1.2 Documento deve ser anexo em até 20 (cinte) minutos após a solicitação do Pregoeiro na plataforma;

4.1.3 Devem ser apresentados catálogo e ou folder apenas dos itens **“ANDADOR DE ALUMÍNIO (item 229)”**, **“CARRO DE EMERGÊNCIA HOSPITALAR (item 230)”**, **“OTOSCOPIO (181)”** E **“OXIMETRO DE PULSO (175)”**.

4.2 Será exigida amostra do(s) produto(s)/demonstração do(s) serviço(s):

4.2.1 Os itens descritos do 4.1.3 e o item 172 que estão dispensados da apresentação de amostra, devendo para todo o restante apresentar amostra;

4.2.2 As amostras detêm quantitativo unitário para cada item, devem estar etiquetadas com as informações: **“DADOS DA EMPRESA”**; **“PREGÃO Nº 029/2024”**, **“ITEM Nº XXX”**;

4.2.3 As amostras devem ser entregues no endereço Avenida Zil Brasil nº 668 – Centro, Mirante do Paranapanema – SP, CEP: 19.260-000;

4.2.4 O prazo para apresentação das amostras será de **05 (cinco) dias** após a finalização da habilitação e solicitação do Pregoeiro na plataforma;

4.2.5 Os materiais apresentados como amostra poderão ter sua embalagem aberta, realizado testes práticos, os custos pertinentes aos materiais de amostra são de inteira responsabilidade do licitante, não havendo ressarcimento.

4.2.6 Os materiais que já são utilizados pelas unidades de saúde do município, e não tiveram alterações em sua construção poderão ser aprovados ou rejeitados sem análise prática;

4.2.7 As amostras serão avaliadas considerando:

- Atendimento dos requisitos do item conforme Termo de Referência;
- Análise qualitativa do item: matéria-prima e construção;
- Testes físicos realizados por profissional da Saúde;

4.2.8 Comete infração administrativa, nos termos da lei, o licitante que, com dolo ou culpa, deixar de apresentar amostra, incorrendo em infrações descritas no Art. 155 da Lei Federal nº 14.133/21 e cabendo aplicação de sanções previstas no Art. 156 da Lei Federal nº 14.133/21.

4.3 Será exigida prova de conceito?

Não

Escaneie a imagem para verificar a autenticidade do documento
Hash SHA256 do PDF original b93e485f032f8af9a6a281846b118b783b050ad0ee44e15e6e631808f5418ec8
<https://valida.ae/ca91e96aa760e5612ef459ce7824ae31a4188f3d61068c04>





Município de Mirante do Paranapanema

Capital do Pontal e da Reforma Agrária
Secretaria de Saúde

4.4 Será exigida carta de solidariedade?

Não

4.5 Será exigida garantia de proposta?

Não

5 DOS CRITÉRIOS DE HABILITAÇÃO

Para fins de habilitação, deverá o licitante comprovar os seguintes requisitos:

5.1 Habilitação Jurídica

5.1.1 Empresário individual: inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva sede;

5.1.2 Sociedade empresária, sociedade limitada unipessoal – SLU ou sociedade identificada como empresa individual de responsabilidade limitada - EIRELI: inscrição do ato constitutivo, estatuto ou contrato social no Registro Público de Empresas Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva sede, acompanhada de documento comprobatório de seus administradores;

5.1.3 Sociedade empresária estrangeira: portaria de autorização de funcionamento no Brasil, publicada no Diário Oficial da União e arquivada na Junta Comercial da unidade federativa onde se localizar a filial, agência, sucursal ou estabelecimento, a qual será considerada como sua sede, conforme Instrução Normativa DREI/ME n.º 77, de 18 de março de 2020.

5.1.4 Sociedade simples: inscrição do ato constitutivo no Registro Civil de Pessoas Jurídicas do local de sua sede, acompanhada de documento comprobatório de seus administradores;

5.1.5 Filial, sucursal ou agência de sociedade simples ou empresária: inscrição do ato constitutivo da filial, sucursal ou agência da sociedade simples ou empresária, respectivamente, no Registro Civil das Pessoas Jurídicas ou no Registro Público de Empresas Mercantis onde opera, com averbação no Registro onde tem sede a matriz;

5.1.6 Sociedade cooperativa: ata de fundação e estatuto social, com a ata da assembleia que o aprovou, devidamente arquivado na Junta Comercial ou inscrito no Registro Civil das Pessoas Jurídicas da respectiva sede, além do registro de que trata o art. 107 da Lei nº 5.764, de 16 de dezembro 1971.

Os documentos apresentados deverão estar acompanhados de todas as alterações ou da consolidação respectiva.

5.2 Habilitação fiscal, social e trabalhista

5.2.1 Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas ou no Cadastro de Pessoas Físicas, conforme o caso;

Escaneie a imagem para verificar a autenticidade do documento
Hash SHA256 do PDF original b93e485f032f8af9a6a281846b118b783b050ad0ee44e15e6e631808f5418ec8
<https://valida.ae/ca91e96aa760e5612ef459ce7824ae31a4188f3d61068c04>





Município de Mirante do Paranapanema

Capital do Pontal e da Reforma Agrária
Secretaria de Saúde

5.2.2 Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, mediante apresentação de certidão expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), referente a todos os créditos tributários federais e à Dívida Ativa da União (DAU) por elas administrados, inclusive aqueles relativos à Seguridade Social, nos termos da Portaria Conjunta nº 1.751, de 02 de outubro de 2014, do Secretário da Receita Federal do Brasil e da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional.

5.2.3 Prova de regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS);

5.2.4 Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa ou positiva com efeito de negativa, nos termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943;

5.2.5 Prova de inscrição no cadastro de contribuintes Estadual/Distrital e Municipal relativo ao domicílio ou sede do fornecedor, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto contratual;

5.2.6 Prova de regularidade com a Fazenda Estadual/Distrital e Municipal do domicílio ou sede do fornecedor, relativa à atividade em cujo exercício contrata ou concorre;

Caso o fornecedor seja considerado isento dos tributos Estadual/Distrital ou Municipal relacionados ao objeto contratual, deverá comprovar tal condição mediante a apresentação de declaração da Fazenda respectiva do seu domicílio ou sede, ou outra equivalente, na forma da lei.

5.3 Qualificação econômico-financeira

5.3.1 Certidão negativa de falência expedida pelo distribuidor da sede do fornecedor - Lei nº 14.133, de 2021, art. 69, caput, inciso II);

5.4 Qualificação técnica

5.4.1 Autorização de funcionamento de empresa, emitida pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA) em vigor, em conformidade com a Lei Federal nº 6360/76 (art. 2º), Decreto Federal nº 79.094/77 (art. 2º), Lei Federal nº 9.782/99, Portaria Federal nº 2.814 de 29/05/98 e Medida Provisória nº 2.190-34/01, em nome da licitante.

5.4.2 Licença (ou alvará) sanitária de funcionamento em vigor, emitida pela Vigilância Sanitária local, tal como exigido pela Lei Federal nº 6360/76 (art. 2º), Decreto Federal nº 79.094/77 (art. 2º) e Portaria Federal nº 2.814 de 29/05/98.

6 DA EXECUÇÃO DO OBJETO

6.1 Prazo de entrega/execução

6.1.1 As entregas devem ser realizadas em até **05 (cinco) dias** úteis contados do dia seguinte ao recebimento da Nota de Empenho, Autorização de Fornecimento ou documento equivalente.

6.1.1.1 Prazo padrão de entrega com base nas licitações anteriores realizadas, ainda devendo considerar a natureza do material a ser adquirido, sendo estes produtos utilizados para atendimento da saúde pública.

Escaneie a imagem para verificar a autenticidade do documento
Hash SHA256 do PDF original b93e485f032f8af9a6a281846b118b783b050ad0ee44e15e6e631808f5418ec8
<https://valida.ae/ca91e96aa760e5612ef459ce7824ae31a4188f3d61068c04>





Município de Mirante do Paranapanema

Capital do Pontal e da Reforma Agrária
Secretaria de Saúde

6.1.2 As entregas pertinentes aos itens 229 e 230 contaram como prazo de **20 (vinte) dias úteis**, contados do dia seguinte ao recebimento da Nota de Empenho, Autorização de Fornecimento ou documento equivalente.

6.1.3 Os materiais devem atender as especificações do Termo de Referência juntamente com amostra aprovada;

6.1.4 Os materiais poderão ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as especificações constantes no Termo de Referência e na proposta, devendo ser substituídos no prazo de 2 (dois) dias, a contar da notificação da contratada, às suas custas, sem prejuízo da aplicação das penalidades;

6.1.5 Os materiais entregues deverão ter no mínimo a **validade de 12 (doze) meses** na data da entrega, para os itens que não corresponderem a prazos distintos em sua especificação;

6.1.6 Os pedidos entregues devem ser efetuados juntamente com a nota fiscal correspondente ao quantitativo apresentado, sendo rejeitadas as notas que apresentarem quantitativos divergentes do quantitativo entregue;

6.1.7 Deverão ser emitidas notas fiscais eletrônicas correspondente a entrega constando a **RAZÃO SOCIAL** e **CNPJ** do contrato e ou ata de registro de preços, ainda com as informações de **"PREGÃO Nº 029/2024"**, **"PROCESSO Nº 076/2024"**, **"SF Nº XXX"** e **"EMPENHO Nº"**, constar a retenção **IRRF** de acordo com a classificação da empresa;

6.2 Local, horário e endereço de entrega

6.2.1 As entregas devem ocorrer no endereço Avenida Zil Brasil nº 668 – Centro, Mirante do Paranapanema – SP, CEP: 19.260-000, priorizando os dias de Terça-feira e Quinta-feira, no horário das 8h às 10h e das 13h às 16hs;

6.2.2 Entregas fora dos dias e horários estipulados, devem ser previamente solicitadas e agendada através do telefone 18 99755-1186, poderão ser rejeitadas as entregas fora de horário e sem agendamento;

6.2.3 Todas as entregas devem ser realizadas no local indicado;

6.3 Bens perecíveis

Não

6.4 Garantia de execução do contrato

Não

6.5 Garantia do produto/serviço, manutenção e assistência técnica

6.5.1 Todos os materiais devem apresentar garantia mínima de 03 (três) meses contra defeitos da fabricação;

Escaneie a imagem para verificar a autenticidade do documento
Hash SHA256 do PDF original b93e485f032f8af9a6a281846b118b783b050ad0ee44e15e6e631808f5418ec8
<https://valida.ae/ca91e96aa760e5612ef459ce7824ae31a4188f3d61068c04>





Município de Mirante do Paranapanema

Capital do Pontal e da Reforma Agrária
Secretaria de Saúde

6.5.2 Caso solicitado prestação de garantia, esta deve ser realizada com a substituição para itens de consumo e reparo caso possível para itens e bens duráveis, devendo todas as tratativas serem de responsabilidade da contratada;

7 OBRIGAÇÕES ESPECÍFICAS DAS PARTES

7.1 Da contratada

Obriga-se a empresa vencedora:

7.1.1 atender a todas as solicitações de contratação efetuadas durante a vigência do instrumento contratual, limitada ao quantitativo de cada item;

7.1.2 ao fornecimento do objeto, de acordo com as especificações constantes no Edital, em consonância com a proposta apresentada e com a qualidade e especificações determinadas pela legislação em vigor;

7.1.3 responsabilizar-se pela boa execução e eficiência no fornecimento do produto objeto do edital;

7.1.4 reparar, corrigir, remover as suas expensas, no todo ou em parte o(s) objeto(s) em que se verifiquem danos em decorrência do transporte, bem como, providenciar a imediata substituição deles;

7.1.5 providenciar a imediata correção das deficiências apontadas pelo contratante quando da entrega do produto;

7.1.6 apresentar, sempre que solicitado, documentos que comprovem a procedência do produto fornecido, assim como amostra para análise pela Administração, sem qualquer ônus adicional;

7.1.7 não subcontratar, ceder ou transferir, total ou parcialmente, o objeto do instrumento contratual;

7.1.8 manter, durante a vigência do contrato ou do Registro de Preços, todas as condições de habilitação e qualificações exigidas na licitação;

7.1.9 a estender aos contratos objeto da Ata, os benefícios e promoções oferecidas aos demais clientes da contratada;

7.1.10 responsabilizar-se por quaisquer danos ou prejuízos físicos ou materiais causados à Administração ou a terceiros, pelos seus prepostos, advindos de imperícia, negligência, imprudência ou desrespeito às normas de segurança, quando da execução do fornecimento;

7.1.11 responsabilizar-se por todas e quaisquer despesas, inclusive, despesa de natureza previdenciária, fiscal, trabalhista ou civil, bem como emolumentos, ônus ou encargos de qualquer espécie e origem, pertinentes à execução do objeto contratado;

7.1.12 mesmo não sendo a fabricante da matéria-prima empregada na fabricação de seus produtos, a empresa vencedora, responderá inteira e solidariamente pela qualidade e autenticidade destes, obrigando-se a substituir, as suas expensas, no todo ou em parte, o objeto desta licitação, em que se verificarem vícios, defeitos, incorreções, resultantes da fabricação ou transporte, constatado visualmente ou em laboratório, correndo estes custos por sua conta;





Município de Mirante do Paranapanema

Capital do Pontal e da Reforma Agrária
Secretaria de Saúde

7.1.13 manter endereço eletrônico (e-mail) válido para fins de comunicação com a contratante por todo o período de contratação; comunicando, imediatamente, o Contratante em caso de alteração;

7.1.14 realizar cadastro na Plataforma “Autentique” (<https://www.autentique.com.br/>) para que possa assinar eletronicamente com certificação digital TODOS os documentos firmados com a contratante ou outra plataforma que porventura a Administração venha a utilizar.

7.1.15 Realizar as entregas nos dias e horários estabelecidos e ou formalizado agendamento da entrega, aceitando a renúncia do recebimento quando não respeitado os dias e horários;

7.1.16 Realizar as entregas em até **05 (cinco) dias** úteis contados do dia seguinte ao recebimento da Nota de Empenho, Autorização de Fornecimento ou documento equivalente, solicitando nova data caso não consiga atender o prazo;

7.1.17 Entregar materiais que atendam as especificações do Termo de Referência juntamente com amostra aprovada;

7.1.18 Fornecer materiais com prazo de mínimo a **validade de 12 (doze) meses** na data da entrega, para os itens que não corresponderem a prazos distintos em sua especificação;

7.1.19 Realizar as entregas juntamente com a nota fiscal correspondente ao quantitativo apresentado;

7.2 Da contratante

Obriga-se a Administração/Contratante:

7.2.1 comunicar a Contratada toda e quaisquer ocorrências relacionadas aos objetos entregues;

7.2.2 efetuar o pagamento da Contratada de acordo com a forma de pagamento estipulada na licitação e no instrumento contratual;

7.2.3 promover o acompanhamento e a fiscalização do fornecimento/prestação dos serviços, sob os aspectos qualitativo e quantitativo, anotando em registro próprio as falhas e solicitando as medidas corretivas;

7.2.4 rejeitar, no todo ou em parte, o objeto entregue pela Contratada fora das especificações do instrumento contratual;

7.2.5 observar para que, durante a vigência do instrumento contratual, sejam cumpridas as obrigações assumidas pela Contratada, bem como sejam mantidas todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação;

7.2.6 aplicar as sanções administrativas, quando se fizerem necessárias;

7.2.7 prestar à CONTRATADA informações e esclarecimentos que venham a ser solicitados;

7.2.8 demais condições constantes do edital de licitação.

8 DO CONTRATO





Município de Mirante do Paranapanema

Capital do Pontal e da Reforma Agrária
Secretaria de Saúde

8.1 Instrumento Contratual

8.1.1 Formalização de Ata de Registro de Preços;

8.2 Vigência

8.2.1 O prazo de vigência da contratação é de 12 (doze) meses contados da assinatura da Ata de Registro de Preços, na forma do artigo 105 da Lei nº 14.133, de 2021.

8.3 Gestão e Fiscalização

Gestor:

Nome: Adriana Leonardo de Moura
Cargo: Diretora da divisão de saúde
Matrícula: 119151
E-mail: adrianaleonardo@mirante.sp.gov.br

Fiscal:

Nome: Juliane Carneiro da Silva Purga
Cargo: Escriturário
Matrícula: 119152
E-mail: pedidos.mirante@hotmail.com

9 CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO E PAGAMENTO

9.1 Prazos

- 9.1.1** Prazo de troca de bens rejeitados: **02 (dois) dias úteis;**
- 9.1.2** Prazo de recebimento definitivo do objeto: **03 (três) dias úteis;**
- 9.1.3** Prazo de liquidação do documento fiscal: **05 (cinco) dias úteis;**
- 9.1.4** Prazo de pagamento: **30 (trinta) dias corridos.**

10 DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

10.1.1 Ademais informo que em razão do disposto no art. 17º, do Decreto-Federal nº 11.462/2023, em razão da modalidade apresentada, não se faz necessário a indicação de dotação orçamentária, senão vejamos:

“Art. 17. A indicação da disponibilidade de créditos orçamentários somente será exigida para a formalização do contrato ou de outro instrumento hábil.”

11 DO VALOR ESTIMADO

O valor máximo estimado será de **R\$ 5.111.795,88 (cinco milhões, cento e onze mil, setecentos e noventa e cinco reais e oitenta e oito centavos)**

12 INFORMAÇÕES ADICIONAIS



Município de Mirante do Paranapanema

Capital do Pontal e da Reforma Agrária
Secretaria de Saúde

Não há informações adicionais;

13 INDICAÇÃO DO RESPONSÁVEL NO ÓRGÃO PELOS ENCAMINHAMENTOS DE EVENTUAIS IMPUGNAÇÕES E/OU ESCLARECIMENTOS

Nome: Ianka Reis Cubitza

E-mail: iankareis@mirante.sp.gov.br

Telefone institucional: (18) 3991-2924

Mirante do Paranapanema – SP, 02 de julho de 2024.

JULIANE CARNEIRO DA SILVA PURGA

Comprador

Escaneie a imagem para verificar a autenticidade do documento
Hash SHA256 do PDF original b93e485f032f8af9a6a281846b118b783b050ad0ee44e15e6e631808f5418ec8
<https://valida.ae/ca91e96aa760e5612ef459ce7824ae31a4188f3d61068c04>

