



Diretoria Técnica de Saúde
Coordenadoria Municipal de Saúde de Cedral
Av. Cel. Silvério da Cunha Lacerda, 54 – Centro – CEP. 15895-001. Cedral-SP
Tel. (17) 3266-9606

Prefeitura Municipal de Cedral, 07 de maio de 2026.

95.º Ano de Emancipação Político – Administrativa.

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE INSUMOS DE ENFERMAGEM

MEMORIAL DESCRITIVO

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID	QUANT	VL ITEM	VL TOTAL
1	CANULA DE GUEDEL N. 00 Cânula orofaríngea tipo Guedel, descartável, confeccionada em PVC ou material termoplástico atóxico de grau médico, livre de látex, com formato anatômico curvo, superfície lisa e extremidades atraumáticas, destinada à manutenção da permeabilidade das vias aéreas superiores. Deve possuir corpo rígido ou semirrígido, flange externa resistente para evitar deslocamento excessivo e identificação do tamanho por numeração e/ou codificação por cores conforme padrão internacional. Produto de uso único. Deverá apresentar registro vigente na ANVISA e ser fornecido em embalagem individual íntegra, contendo identificação do fabricante, número do lote, data de fabricação, prazo de validade e instruções de uso, atendendo às normas vigentes aplicáveis.	UN	25		
2	CANULA DE GUEDEL N. 0 Cânula orofaríngea tipo Guedel, descartável, confeccionada em PVC ou material termoplástico atóxico de grau médico, livre de látex, com formato anatômico curvo, superfície	UN	25		



Diretoria Técnica de Saúde
Coordenadoria Municipal de Saúde de Cedral
Av. Cel. Silvério da Cunha Lacerda, 54 – Centro – CEP. 15895-001. Cedral-SP
Tel. (17) 3266-9606

	lisa e extremidades atraumáticas, destinada à manutenção da permeabilidade das vias aéreas superiores. Deve possuir corpo rígido ou semirrígido, flange externa resistente para evitar deslocamento excessivo e identificação do tamanho por numeração e/ou codificação por cores conforme padrão internacional. Produto de uso único. Deverá apresentar registro vigente na ANVISA e ser fornecido em embalagem individual íntegra, contendo identificação do fabricante, número do lote, data de fabricação, prazo de validade e instruções de uso, atendendo às normas vigentes aplicáveis.				
3	CANULA DE GUEDEL N. 1 Cânula orofaríngea tipo Guedel, descartável, confeccionada em PVC ou material termoplástico atóxico de grau médico, livre de látex, com formato anatômico curvo, superfície lisa e extremidades atraumáticas, destinada à manutenção da permeabilidade das vias aéreas superiores. Deve possuir corpo rígido ou semirrígido, flange externa resistente para evitar deslocamento excessivo e identificação do tamanho por numeração e/ou codificação por cores conforme padrão internacional. Produto de uso único. Deverá apresentar registro vigente na ANVISA e ser fornecido em embalagem individual íntegra, contendo identificação do fabricante, número do lote, data de fabricação, prazo de validade e instruções de uso, atendendo às normas vigentes aplicáveis.		25		
4	CANULA DE GUEDEL N. 2 Cânula orofaríngea tipo Guedel, descartável, confeccionada em PVC ou material termoplástico atóxico de grau médico, livre de látex, com formato anatômico curvo, superfície lisa e extremidades atraumáticas, destinada à manutenção da permeabilidade das vias aéreas superiores. Deve possuir corpo rígido ou	UN	25		



Diretoria Técnica de Saúde
Coordenadoria Municipal de Saúde de Cedral
Av. Cel. Silvério da Cunha Lacerda, 54 – Centro – CEP. 15895-001. Cedral-SP
Tel. (17) 3266-9606

	semirrígido, flange externa resistente para evitar deslocamento excessivo e identificação do tamanho por numeração e/ou codificação por cores conforme padrão internacional. Produto de uso único. Deverá apresentar registro vigente na ANVISA e ser fornecido em embalagem individual íntegra, contendo identificação do fabricante, número do lote, data de fabricação, prazo de validade e instruções de uso, atendendo às normas vigentes aplicáveis.				
5	CANULA DE GUEDEL N. 3 Cânula orofaríngea tipo Guedel, descartável, confeccionada em PVC ou material termoplástico atóxico de grau médico, livre de látex, com formato anatômico curvo, superfície lisa e extremidades atraumáticas, destinada à manutenção da permeabilidade das vias aéreas superiores. Deve possuir corpo rígido ou semirrígido, flange externa resistente para evitar deslocamento excessivo e identificação do tamanho por numeração e/ou codificação por cores conforme padrão internacional. Produto de uso único. Deverá apresentar registro vigente na ANVISA e ser fornecido em embalagem individual íntegra, contendo identificação do fabricante, número do lote, data de fabricação, prazo de validade e instruções de uso, atendendo às normas vigentes aplicáveis.	UN	25		
6	CANULA DE GUEDEL N. 4 Cânula orofaríngea tipo Guedel, descartável, confeccionada em PVC ou material termoplástico atóxico de grau médico, livre de látex, com formato anatômico curvo, superfície lisa e extremidades atraumáticas, destinada à manutenção da permeabilidade das vias aéreas superiores. Deve possuir corpo rígido ou semirrígido, flange externa resistente para evitar deslocamento excessivo e identificação do tamanho por numeração e/ou codificação por	UN	25		



Diretoria Técnica de Saúde
Coordenadoria Municipal de Saúde de Cedral
Av. Cel. Silvério da Cunha Lacerda, 54 – Centro – CEP. 15895-001. Cedral-SP
Tel. (17) 3266-9606

	cores conforme padrão internacional. Produto de uso único. Deverá apresentar registro vigente na ANVISA e ser fornecido em embalagem individual íntegra, contendo identificação do fabricante, número do lote, data de fabricação, prazo de validade e instruções de uso, atendendo às normas vigentes aplicáveis.				
7	CANULA DE GUEDEL N. 5 Cânula orofaríngea tipo Guedel, descartável, confeccionada em PVC ou material termoplástico atóxico de grau médico, livre de látex, com formato anatômico curvo, superfície lisa e extremidades atraumáticas, destinada à manutenção da permeabilidade das vias aéreas superiores. Deve possuir corpo rígido ou semirrígido, flange externa resistente para evitar deslocamento excessivo e identificação do tamanho por numeração e/ou codificação por cores conforme padrão internacional. Produto de uso único. Deverá apresentar registro vigente na ANVISA e ser fornecido em embalagem individual íntegra, contendo identificação do fabricante, número do lote, data de fabricação, prazo de validade e instruções de uso, atendendo às normas vigentes aplicáveis.	UN	25		
8	CANULA DE GUEDEL N. 6 Cânula orofaríngea tipo Guedel, descartável, confeccionada em PVC ou material termoplástico atóxico de grau médico, livre de látex, com formato anatômico curvo, superfície lisa e extremidades atraumáticas, destinada à manutenção da permeabilidade das vias aéreas superiores. Deve possuir corpo rígido ou semirrígido, flange externa resistente para evitar deslocamento excessivo e identificação do tamanho por numeração e/ou codificação por cores conforme padrão internacional. Produto de uso único. Deverá apresentar registro vigente na ANVISA e ser fornecido em	UN	25		



Diretoria Técnica de Saúde
Coordenadoria Municipal de Saúde de Cedral
Av. Cel. Silvério da Cunha Lacerda, 54 – Centro – CEP. 15895-001. Cedral-SP
Tel. (17) 3266-9606

	embalagem individual íntegra, contendo identificação do fabricante, número do lote, data de fabricação, prazo de validade e instruções de uso, atendendo às normas vigentes aplicáveis.				
9	DRENO DE TORAX N 10 Dreno de tórax estéril, descartável, confeccionado em PVC ou silicone de grau médico, atóxico, flexível, transparente ou radiopaco, com superfície lisa e extremidades atraumáticas, destinado à drenagem pleural e mediastinal. Deve possuir múltiplos orifícios laterais distribuídos na porção distal para facilitar a drenagem, marcação centimetrada ao longo do corpo para controle da profundidade de inserção, linha radiopaca para visualização em exames de imagem e conector proximal compatível com sistemas coletores de drenagem torácica. Produto de uso único, estéril por óxido de etileno ou método equivalente, acondicionado em embalagem individual íntegra, contendo identificação do fabricante, número do lote, data de fabricação, prazo de validade, instruções de uso e registro vigente na ANVISA, atendendo às normas técnicas e sanitárias aplicáveis.	UN	25		
10	DRENO DE TORAX N 12 Dreno de tórax estéril, descartável, confeccionado em PVC ou silicone de grau médico, atóxico, flexível, transparente ou radiopaco, com superfície lisa e extremidades atraumáticas, destinado à drenagem pleural e mediastinal. Deve possuir múltiplos orifícios laterais distribuídos na porção distal para facilitar a drenagem, marcação centimetrada ao longo do corpo para controle da profundidade de inserção, linha radiopaca para visualização em exames de imagem e conector proximal compatível com sistemas coletores de drenagem torácica. Produto de uso único, estéril	UN	25		



Diretoria Técnica de Saúde
Coordenadoria Municipal de Saúde de Cedral
Av. Cel. Silvério da Cunha Lacerda, 54 – Centro – CEP. 15895-001. Cedral-SP
Tel. (17) 3266-9606

	por óxido de etileno ou método equivalente, acondicionado em embalagem individual íntegra, contendo identificação do fabricante, número do lote, data de fabricação, prazo de validade, instruções de uso e registro vigente na ANVISA, atendendo às normas técnicas e sanitárias aplicáveis.				
11	DRENO DE TORAX N 14 Dreno de tórax estéril, descartável, confeccionado em PVC ou silicone de grau médico, atóxico, flexível, transparente ou radiopaco, com superfície lisa e extremidades atraumáticas, destinado à drenagem pleural e mediastinal. Deve possuir múltiplos orifícios laterais distribuídos na porção distal para facilitar a drenagem, marcação centimetrada ao longo do corpo para controle da profundidade de inserção, linha radiopaca para visualização em exames de imagem e conector proximal compatível com sistemas coletores de drenagem torácica. Produto de uso único, estéril por óxido de etileno ou método equivalente, acondicionado em embalagem individual íntegra, contendo identificação do fabricante, número do lote, data de fabricação, prazo de validade, instruções de uso e registro vigente na ANVISA, atendendo às normas técnicas e sanitárias aplicáveis.	UN	25		
12	DRENO DE TORAX N 16 Dreno de tórax estéril, descartável, confeccionado em PVC ou silicone de grau médico, atóxico, flexível, transparente ou radiopaco, com superfície lisa e extremidades atraumáticas, destinado à drenagem pleural e mediastinal. Deve possuir múltiplos orifícios laterais distribuídos na porção distal para facilitar a drenagem, marcação centimetrada ao longo do corpo para controle da profundidade de inserção, linha radiopaca para visualização em	UN	25		



Diretoria Técnica de Saúde
Coordenadoria Municipal de Saúde de Cedral
Av. Cel. Silvério da Cunha Lacerda, 54 – Centro – CEP. 15895-001. Cedral-SP
Tel. (17) 3266-9606

	exames de imagem e conector proximal compatível com sistemas coletores de drenagem torácica. Produto de uso único, estéril por óxido de etileno ou método equivalente, acondicionado em embalagem individual íntegra, contendo identificação do fabricante, número do lote, data de fabricação, prazo de validade, instruções de uso e registro vigente na ANVISA, atendendo às normas técnicas e sanitárias aplicáveis.				
13	DRENO DE TORAX N 18 Dreno de tórax estéril, descartável, confeccionado em PVC ou silicone de grau médico, atóxico, flexível, transparente ou radiopaco, com superfície lisa e extremidades atraumáticas, destinado à drenagem pleural e mediastinal. Deve possuir múltiplos orifícios laterais distribuídos na porção distal para facilitar a drenagem, marcação centimetrada ao longo do corpo para controle da profundidade de inserção, linha radiopaca para visualização em exames de imagem e conector proximal compatível com sistemas coletores de drenagem torácica. Produto de uso único, estéril por óxido de etileno ou método equivalente, acondicionado em embalagem individual íntegra, contendo identificação do fabricante, número do lote, data de fabricação, prazo de validade, instruções de uso e registro vigente na ANVISA, atendendo às normas técnicas e sanitárias aplicáveis.	UN	25		
14	DRENO DE TORAX N 20 Dreno de tórax estéril, descartável, confeccionado em PVC ou silicone de grau médico, atóxico, flexível, transparente ou radiopaco, com superfície lisa e extremidades atraumáticas, destinado à drenagem pleural e mediastinal. Deve possuir múltiplos orifícios laterais distribuídos na porção distal para	UN	25		



Diretoria Técnica de Saúde
Coordenadoria Municipal de Saúde de Cedral
Av. Cel. Silvério da Cunha Lacerda, 54 – Centro – CEP. 15895-001. Cedral-SP
Tel. (17) 3266-9606

	facilitar a drenagem, marcação centimetrada ao longo do corpo para controle da profundidade de inserção, linha radiopaca para visualização em exames de imagem e conector proximal compatível com sistemas coletores de drenagem torácica. Produto de uso único, estéril por óxido de etileno ou método equivalente, acondicionado em embalagem individual íntegra, contendo identificação do fabricante, número do lote, data de fabricação, prazo de validade, instruções de uso e registro vigente na ANVISA, atendendo às normas técnicas e sanitárias aplicáveis.				
15	DRENO DE TORAX N 28 Dreno de tórax estéril, descartável, confeccionado em PVC ou silicone de grau médico, atóxico, flexível, transparente ou radiopaco, com superfície lisa e extremidades atraumáticas, destinado à drenagem pleural e mediastinal. Deve possuir múltiplos orifícios laterais distribuídos na porção distal para facilitar a drenagem, marcação centimetrada ao longo do corpo para controle da profundidade de inserção, linha radiopaca para visualização em exames de imagem e conector proximal compatível com sistemas coletores de drenagem torácica. Produto de uso único, estéril por óxido de etileno ou método equivalente, acondicionado em embalagem individual íntegra, contendo identificação do fabricante, número do lote, data de fabricação, prazo de validade, instruções de uso e registro vigente na ANVISA, atendendo às normas técnicas e sanitárias aplicáveis.	UN	25		
16	DRENO DE TORAX N 32 Dreno de tórax estéril, descartável, confeccionado em PVC ou silicone de grau médico, atóxico, flexível, transparente ou radiopaco, com superfície lisa e extremidades	UN	25		



Diretoria Técnica de Saúde
Coordenadoria Municipal de Saúde de Cedral
Av. Cel. Silvério da Cunha Lacerda, 54 – Centro – CEP. 15895-001. Cedral-SP
Tel. (17) 3266-9606

	atraumáticas, destinado à drenagem pleural e mediastinal. Deve possuir múltiplos orifícios laterais distribuídos na porção distal para facilitar a drenagem, marcação centimetrada ao longo do corpo para controle da profundidade de inserção, linha radiopaca para visualização em exames de imagem e conector proximal compatível com sistemas coletores de drenagem torácica. Produto de uso único, estéril por óxido de etileno ou método equivalente, acondicionado em embalagem individual íntegra, contendo identificação do fabricante, número do lote, data de fabricação, prazo de validade, instruções de uso e registro vigente na ANVISA, atendendo às normas técnicas e sanitárias aplicáveis.				
17	DRENO DE TORAX N 36 Dreno de tórax estéril, descartável, confeccionado em PVC ou silicone de grau médico, atóxico, flexível, transparente ou radiopaco, com superfície lisa e extremidades atraumáticas, destinado à drenagem pleural e mediastinal. Deve possuir múltiplos orifícios laterais distribuídos na porção distal para facilitar a drenagem, marcação centimetrada ao longo do corpo para controle da profundidade de inserção, linha radiopaca para visualização em exames de imagem e conector proximal compatível com sistemas coletores de drenagem torácica. Produto de uso único, estéril por óxido de etileno ou método equivalente, acondicionado em embalagem individual íntegra, contendo identificação do fabricante, número do lote, data de fabricação, prazo de validade, instruções de uso e registro vigente na ANVISA, atendendo às normas técnicas e sanitárias aplicáveis.	UN	25		



Diretoria Técnica de Saúde
Coordenadoria Municipal de Saúde de Cedral
Av. Cel. Silvério da Cunha Lacerda, 54 – Centro – CEP. 15895-001. Cedral-SP
Tel. (17) 3266-9606

18	DRENO DE TORAX N 38 Dreno de tórax estéril, descartável, confeccionado em PVC ou silicone de grau médico, atóxico, flexível, transparente ou radiopaco, com superfície lisa e extremidades atraumáticas, destinado à drenagem pleural e mediastinal. Deve possuir múltiplos orifícios laterais distribuídos na porção distal para facilitar a drenagem, marcação centimetrada ao longo do corpo para controle da profundidade de inserção, linha radiopaca para visualização em exames de imagem e conector proximal compatível com sistemas coletores de drenagem torácica. Produto de uso único, estéril por óxido de etileno ou método equivalente, acondicionado em embalagem individual íntegra, contendo identificação do fabricante, número do lote, data de fabricação, prazo de validade, instruções de uso e registro vigente na ANVISA, atendendo às normas técnicas e sanitárias aplicáveis.	UN	25		
19	APARELHO DE BARBEAR DESCARTAVÉL COM 2 LAMINAS Aparelho de barbear descartável, de uso único, composto por cabo anatômico confeccionado em material plástico resistente, com empunhadura que proporcione segurança durante o manuseio. Deve possuir cabeça fixa contendo duas lâminas paralelas em aço inoxidável de alta resistência, com fio de corte uniforme e tratamento anticorrosivo, proporcionando remoção eficiente dos pelos e minimizando irritações cutâneas. Produto destinado à tricotomia pré-procedimentos, devendo apresentar protetor de lâminas para maior segurança no armazenamento e transporte. Acondicionado individualmente em embalagem íntegra contendo identificação do fabricante, número do lote, data de fabricação, prazo de validade, quando aplicável, e registro	UN	250		



Diretoria Técnica de Saúde
Coordenadoria Municipal de Saúde de Cedral
Av. Cel. Silvério da Cunha Lacerda, 54 – Centro – CEP. 15895-001. Cedral-SP
Tel. (17) 3266-9606

	ou notificação junto à ANVISA, conforme legislação vigente, atendendo às normas técnicas e sanitárias aplicáveis.				
20	LUVA PLÁSTICA ESTÉRIL Luva plástica estéril, tamanho único, descartável, confeccionada em polietileno de alta densidade (PEAD) ou material equivalente, atóxico, transparente, ambidestra, com superfície lisa, resistente e de fácil calçamento, proporcionando barreira de proteção durante procedimentos que exijam técnica asséptica. Deve apresentar acabamento uniforme, sem rebarbas, perfurações ou defeitos que comprometam sua integridade, com punho de comprimento adequado para proteção das mãos e parte dos punhos. Produto estéril, acondicionado em embalagem individual íntegra, contendo identificação do fabricante, número do lote, data de fabricação, prazo de validade, instruções de uso e registro vigente na ANVISA, atendendo às normas técnicas e sanitárias aplicáveis. Disponível em tamanho único ou em tamanhos compatíveis com a necessidade do serviço.	UN	5000		
21	LUVA NITRILICA – TAM. P Luva para procedimento não cirúrgico, confeccionada em borracha nitrílica sintética, de uso único, não estéril, isenta de látex e de pó, ambidestra, com superfície texturizada nas pontas dos dedos ou totalmente texturizada para proporcionar melhor aderência e sensibilidade tátil. Deve apresentar elevada resistência à tração, perfuração e agentes químicos, com punho com acabamento em bainha, espessura uniforme e ajuste anatômico que proporcione conforto e destreza durante o uso. Acondicionada em caixa dispensadora contendo quantidade conforme fabricante, com identificação do fabricante, número do lote, data	UN	10.000		



Diretoria Técnica de Saúde
Coordenadoria Municipal de Saúde de Cedral
Av. Cel. Silvério da Cunha Lacerda, 54 – Centro – CEP. 15895-001. Cedral-SP
Tel. (17) 3266-9606

	de fabricação, prazo de validade, instruções de uso e registro vigente na ANVISA, atendendo às normas técnicas da ABNT e demais legislações sanitárias aplicáveis. Produto destinado à proteção do profissional e do paciente durante a realização de procedimentos não cirúrgicos e manipulação de materiais diversos.				
22	LUVA NITRILICA – TAM. M Luva para procedimento não cirúrgico, confeccionada em borracha nitrílica sintética, de uso único, não estéril, isenta de látex e de pó, ambidestra, com superfície texturizada nas pontas dos dedos ou totalmente texturizada para proporcionar melhor aderência e sensibilidade tátil. Deve apresentar elevada resistência à tração, perfuração e agentes químicos, com punho com acabamento em bainha, espessura uniforme e ajuste anatômico que proporcione conforto e destreza durante o uso. Acondicionada em caixa dispensadora contendo quantidade conforme fabricante, com identificação do fabricante, número do lote, data de fabricação, prazo de validade, instruções de uso e registro vigente na ANVISA, atendendo às normas técnicas da ABNT e demais legislações sanitárias aplicáveis. Produto destinado à proteção do profissional e do paciente durante a realização de procedimentos não cirúrgicos e manipulação de materiais diversos.	UN	10.000		
23	LUVA NITRILICA – TAM. G Luva para procedimento não cirúrgico, confeccionada em borracha nitrílica sintética, de uso único, não estéril, isenta de látex e de pó, ambidestra, com superfície texturizada nas pontas dos dedos ou totalmente texturizada para proporcionar melhor aderência e sensibilidade tátil. Deve apresentar elevada resistência à tração, perfuração e agentes químicos, com punho com acabamento em	UN	10.000		



Diretoria Técnica de Saúde
Coordenadoria Municipal de Saúde de Cedral
Av. Cel. Silvério da Cunha Lacerda, 54 – Centro – CEP. 15895-001. Cedral-SP
Tel. (17) 3266-9606

	bainha, espessura uniforme e ajuste anatômico que proporcione conforto e destreza durante o uso. Acondicionada em caixa dispensadora contendo quantidade conforme fabricante, com identificação do fabricante, número do lote, data de fabricação, prazo de validade, instruções de uso e registro vigente na ANVISA, atendendo às normas técnicas da ABNT e demais legislações sanitárias aplicáveis. Produto destinado à proteção do profissional e do paciente durante a realização de procedimentos não cirúrgicos e manipulação de materiais diversos.				
24	KIT INALAÇÃO ADULTO Kit para inalação adulto, de uso individual, composto por máscara facial para adulto confeccionada em PVC ou material equivalente, atóxico, transparente, macio e anatômico, com elástico para fixação e bordas que proporcionem adequada vedação e conforto ao paciente; copo nebulizador com capacidade compatível para administração de soluções medicamentosas, confeccionado em material plástico transparente e resistente, com conexões compatíveis para oxigênio ou ar comprimido; e extensão em PVC flexível de grau médico, com comprimento mínimo de 1,5 metros, resistente a dobras e torções. O conjunto deve proporcionar adequada nebulização de medicamentos, ser isento de látex, livre de rebarbas e imperfeições que comprometam sua utilização, acondicionado individualmente em embalagem íntegra contendo identificação do fabricante, número do lote, data de fabricação, prazo de validade, instruções de uso e registro vigente na ANVISA, atendendo às normas técnicas e sanitárias aplicáveis. Produto destinado à administração de medicamentos por via inalatória em pacientes adultos.	UN	1000		



Diretoria Técnica de Saúde
Coordenadoria Municipal de Saúde de Cedral
Av. Cel. Silvério da Cunha Lacerda, 54 – Centro – CEP. 15895-001. Cedral-SP
Tel. (17) 3266-9606

25	KIT INALAÇÃO INFANTIL Kit para inalação infantil, de uso individual, composto por máscara facial pediátrica confeccionada em PVC ou material equivalente, atóxico, transparente, macio e anatômico, com tamanho apropriado para uso infantil, bordas suaves e elástico para fixação, proporcionando adequada vedação e conforto durante o procedimento; copo nebulizador com capacidade compatível para administração de soluções medicamentosas, confeccionado em material plástico transparente e resistente, com sistema de encaixe seguro e conexões compatíveis com oxigênio ou ar comprimido; e extensão em PVC flexível de grau médico, com comprimento mínimo de 1,5 metros, resistente a dobras e torções que possam comprometer o fluxo. O conjunto deve garantir adequada formação de aerossol para terapia inalatória, ser isento de látex, livre de rebarbas ou defeitos, acondicionado individualmente em embalagem íntegra contendo identificação do fabricante, número do lote, data de fabricação, prazo de validade, instruções de uso e registro vigente na ANVISA, atendendo às normas técnicas e sanitárias aplicáveis. Produto destinado à administração de medicamentos por via inalatória em pacientes pediátricos.	UN	1000		
26	MÁSCARA DE OXIGENIO PARA TRAQUEOSTOMIA Máscara de oxigênio para traqueostomia (máscara de traqueostomia), de uso único, confeccionada em PVC ou material equivalente, atóxico, transparente e flexível, com formato anatômico adequado para adaptação em cânula de traqueostomia. Deve possuir conexão universal compatível com sistemas de oxigenoterapia, extensão em tubo flexível de PVC de grau médico, resistente a dobras e torções, e ajuste confortável ao paciente,	UN	100		



Diretoria Técnica de Saúde
Coordenadoria Municipal de Saúde de Cedral
Av. Cel. Silvério da Cunha Lacerda, 54 – Centro – CEP. 15895-001. Cedral-SP
Tel. (17) 3266-9606

	podendo incluir fixador elástico ou sistema de encaixe que assegure estabilidade durante o uso. O produto deve permitir administração eficiente de oxigênio suplementar diretamente em pacientes traqueostomizados, ser isento de látex, livre de rebarbas ou imperfeições que comprometam sua utilização, acondicionado individualmente em embalagem íntegra contendo identificação do fabricante, número do lote, data de fabricação, prazo de validade, instruções de uso e registro vigente na ANVISA, atendendo às normas técnicas e sanitárias aplicáveis. Destinada à oxigenoterapia em pacientes com traqueostomia.				
27	TRAVESSEIRO HOSPITALAR Travesseiro hospitalar, de uso institucional, confeccionado com enchimento em espuma de poliuretano de alta resiliência ou material equivalente, com densidade adequada para suporte cervical e conforto do paciente, revestido externamente em material impermeável, lavável, atóxico, antialérgico e resistente a desinfecção por produtos hospitalares, como PVC, courvin ou poliuretano. Deve apresentar acabamento selado, sem costuras expostas, com proteção contra entrada de líquidos e fluidos, garantindo biossegurança e facilidade de higienização. Produto de fácil limpeza e desinfecção, resistente ao uso contínuo em ambiente hospitalar, com dimensões compatíveis ao uso adulto ou pediátrico conforme necessidade do serviço. Acondicionado de forma a preservar sua integridade até o uso, destinado ao conforto e posicionamento adequado de pacientes em ambientes assistenciais.	UN	50		
28	ÁLCOOL GEL 70% Álcool etílico em gel a 70% INPM, com ação antisséptica, destinado à higienização das	UN	300		



Diretoria Técnica de Saúde
Coordenadoria Municipal de Saúde de Cedral
Av. Cel. Silvério da Cunha Lacerda, 54 – Centro – CEP. 15895-001. Cedral-SP
Tel. (17) 3266-9606

	mãos, acondicionado em frasco contendo 440 g, com sistema de válvula que permita fácil dispensação e evite contaminação do produto. Deve apresentar fórmula com agente hidratante compatível com uso frequente, de modo a minimizar o ressecamento da pele, sendo atóxico, hipoalergênico e de uso tópico. Produto com viscosidade adequada para não escorrer durante a aplicação, secagem rápida e eficiente ação antimicrobiana de amplo espectro. Deve ser fabricado conforme boas práticas de fabricação, com registro vigente na ANVISA, contendo em sua embalagem identificação do fabricante, número do lote, data de fabricação, prazo de validade e instruções de uso, atendendo às normas técnicas e sanitárias aplicáveis. Destinado à antisepsia das mãos em ambientes hospitalares e assistenciais.				
29	PRESERVATIVO MASCULINO PARA ULTRASSOM NÃO LUBRIFICADO Preservativo masculino não lubrificado, confeccionado em látex de borracha natural de alta qualidade, de uso único, destinado à proteção de transdutores de ultrassonografia em exames intracavitários. Produto transparente, anatômico, com reservatório, sem espermicida, sem lubrificação e sem adição de substâncias oleosas ou aromatizantes. Deve apresentar superfície íntegra, uniforme, sem texturas, flexível, resistente e isenta de defeitos, perfurações, fissuras ou irregularidades que comprometam sua finalidade. Comprimento nominal mínimo de 160 mm, largura nominal aproximada de 52 mm, espessura compatível com os padrões de fabricação e resistência estabelecidos pelas normas vigentes. Embalado individualmente em invólucro íntegro, contendo identificação do fabricante, lote, data de fabricação, prazo de validade e instruções de uso. Produto com registro vigente na ANVISA,	UN	2160 (15 CX)		



Diretoria Técnica de Saúde
Coordenadoria Municipal de Saúde de Cedral
Av. Cel. Silvério da Cunha Lacerda, 54 – Centro – CEP. 15895-001. Cedral-SP
Tel. (17) 3266-9606

	atendendo às normas técnicas e sanitárias aplicáveis. Validade mínima de 12 meses a partir da data da entrega.				
30	PÁS DE DEA ADULTO COMPATÍVEL COM DEA DA MARCA AEDPLUS ZOLL Pás adesivas descartáveis para desfibrilador externo automático (DEA), destinadas ao atendimento de pacientes adultos, compatíveis com o equipamento DEA marca ZOLL, modelo AED Plus. Conjunto composto por dois eletrodos autoadesivos pré-conectados, de uso único, com cabo e conector compatíveis com o equipamento, contendo sensor e sistema de auxílio à RCP conforme especificações do fabricante do DEA. Devem possuir gel condutivo de alta aderência, embalagem individual selada, resistente à umidade, contendo identificação do fabricante, número do lote, data de fabricação e prazo de validade. Produto estéril, livre de látex, com registro vigente na ANVISA e em conformidade com as normas técnicas e sanitárias aplicáveis. Validade mínima de 12 meses a partir da data de entrega. <u>Unidade de fornecimento:</u> conjunto com 01 par de pás adesivas descartáveis para paciente adulto, compatível com DEA ZOLL AED Plus.	UN	20		
31	PÁS DE DEA ADULTO COMPATÍVEL COM DEA DA MARCA INSTRAMED Pás adesivas descartáveis para desfibrilador externo automático (DEA), destinadas ao atendimento de pacientes adultos, compatíveis com os equipamentos DEA da marca Instramed. Conjunto composto por dois eletrodos autoadesivos pré-conectados, de uso único, contendo cabo e conector compatíveis com o equipamento, com gel condutivo de alta aderência, proporcionando adequada condução elétrica e monitorização durante a desfibrilação. Produto livre de látex, acondicionado em	UN	20		



Diretoria Técnica de Saúde
Coordenadoria Municipal de Saúde de Cedral
Av. Cel. Silvério da Cunha Lacerda, 54 – Centro – CEP. 15895-001. Cedral-SP
Tel. (17) 3266-9606

	embalagem individual selada, resistente à umidade, contendo identificação do fabricante, número do lote, data de fabricação e prazo de validade. Deve possuir registro vigente na ANVISA e atender às normas técnicas e sanitárias aplicáveis. Validade mínima de 12 meses a partir da data da entrega. <u>Unidade de fornecimento:</u> conjunto contendo 01 par de pás adesivas descartáveis para paciente adulto, compatível com DEA da marca Instramed, sem necessidade de adaptadores.				
32	BOTA DE UNNA 10,2 X 9,14 Bandagem elástica de baixa compressão tipo Bota de Unna, pronta para uso, constituída por tecido de algodão com elasticidade em sentido longitudinal, impregnada uniformemente com pasta não endurecível composta por óxido de zinco, glicerina, água purificada, óleo de rícino e agente conservante, proporcionando ação cicatrizante, emoliente e compressiva. Indicado para tratamento de úlceras venosas e outras afecções dos membros inferiores que necessitem de terapia compressiva. Deve apresentar boa conformabilidade, fácil aplicação, elevada capacidade de absorção de exsudato e manutenção da umidade adequada do leito da ferida. Isenta de partículas e irregularidades, acondicionada em embalagem individual íntegra, contendo identificação do fabricante, lote, data de fabricação, prazo de validade e instruções de uso. Dimensões aproximadas de 10,2 cm de largura por 9,14 m de comprimento. Produto com registro vigente na ANVISA e validade mínima de 12 meses a partir da data da entrega.	UN			
33	FIXADOR DE CATETER PERIFERICO TRANSPARENTE	UN	1000		



Diretoria Técnica de Saúde
Coordenadoria Municipal de Saúde de Cedral
Av. Cel. Silvério da Cunha Lacerda, 54 – Centro – CEP. 15895-001. Cedral-SP
Tel. (17) 3266-9606

	Curativo estéril transparente para fixação e proteção de cateter venoso periférico, confeccionado em película de poliuretano semipermeável, hipoalergênica, impermeável à água e a contaminantes externos, permitindo a troca gasosa e a visualização contínua do sítio de inserção. Deve possuir elevada aderência, bordas reforçadas, conformabilidade e flexibilidade, proporcionando fixação segura do dispositivo e minimizando o risco de deslocamento. Composto por película transparente com moldura de aplicação, podendo incluir tiras estéreis para estabilização adicional do cateter. Livre de látex, de uso único, estéril, acondicionado individualmente em embalagem íntegra contendo identificação do fabricante, lote, data de fabricação e prazo de validade. Dimensões aproximadas de 6 cm x 7 cm ou compatíveis com a finalidade de fixação de cateter venoso periférico. Produto com registro vigente na ANVISA e validade mínima de 12 meses a partir da data da entrega.				
34	TELA NÃO ADERENTE Tela não aderente estéril individual ou em rolo, indicada para cobertura primária de feridas, confeccionada em malha de poliéster, viscose ou material sintético compatível, impregnada com polihexametileno biguanida e/ou emulsão lipídica, permitindo contato atraumático com o leito da ferida. Recortável no tamanho da ferida sem desfiar ou rasgar, flexível e de fácil adaptação aos contornos anatômicos, permitir drenagem do exsudato para cobertura secundária, atóxico, hipoalergênico e livre de látex, indicado para feridas crônicas, queimaduras, abrasões, úlceras, lacerações, enxertos e áreas com pele fragilizada, embalagem individual íntegra e que mantenha esterilidade do produto durante abertura. O produto deverá ser acompanhado de registro	UN	100		



Diretoria Técnica de Saúde
Coordenadoria Municipal de Saúde de Cedral
Av. Cel. Silvério da Cunha Lacerda, 54 – Centro – CEP. 15895-001. Cedral-SP
Tel. (17) 3266-9606

	válido na ANVISA, certificado de Boas Práticas de Fabricação, quando aplicável e ficha técnica/catálogo do produto. As empresas interessadas em participar deste item deverão apresentar certificado de enfermeiro estomaterapeuta para treinamentos e capacitações trimestral para toda equipe técnica e multidisciplinar do município junto ao envelope da proposta.				
35	CREME DE URÉIA 10% Creme hidratante dermatológico contendo ureia a 10%, indicado para hidratação profunda da pele seca, extremamente seca ou descamativa, auxiliando na manutenção da integridade cutânea de pacientes acamados, diabéticos, idosos ou em tratamento de feridas. Fácil espalhabilidade e rápida absorção, não oleoso, hipoalergênico e dermatologicamente testado, livre de fragrâncias fortes e substâncias irritantes; produto acondicionado em embalagem íntegra, resistente e devidamente rotulada. O produto deverá ser acompanhado de registro válido na ANVISA, certificado de Boas Práticas de Fabricação, quando aplicável e ficha técnica/catálogo do produto. As empresas interessadas em participar deste item deverão apresentar certificado de enfermeiro estomaterapeuta para treinamentos e capacitações trimestral para toda equipe técnica e multidisciplinar do município junto ao envelope da proposta. Apresentação em frasco de 100g.	UN	40		
36	SOLUÇÃO DE PHMB Solução pronta para uso, estéril, composta por Polihexametileno Biguanida (PHMB), associada à betaína (surfactante), indicada para limpeza, hidratação, descontaminação e remoção de biofilme, pseudomônas, salmonelas e outros em feridas agudas, crônicas e contaminadas. Pronta para uso, dispensando diluição, indicada	UN	60		



Diretoria Técnica de Saúde
Coordenadoria Municipal de Saúde de Cedral
Av. Cel. Silvério da Cunha Lacerda, 54 – Centro – CEP. 15895-001. Cedral-SP
Tel. (17) 3266-9606

	para limpeza, irrigação, hidratação e descontaminação de feridas, auxiliar na remoção de biofilme, exsudatos, debris e tecidos desvitalizados, baixa citotoxicidade e elevada biocompatibilidade com os tecidos, incolor e inodora, não irritante e não sensibilizante, compatível com os principais tipos de coberturas para curativos, indicada para feridas agudas, crônicas, infectadas ou com risco de infecção, úlceras venosas, arteriais, por pressão, pé diabético, queimaduras e feridas cirúrgicas, embalagem estéril, lacrada e com sistema que preserve a integridade do produto. Creme hidratante dermatológico contendo ureia a 10%, indicado para hidratação profunda da pele seca, extremamente seca ou descamativa, auxiliando na manutenção da integridade cutânea de pacientes acamados, diabéticos, idosos ou em tratamento de feridas. Fácil espalhabilidade e rápida absorção, não oleoso, hipoalergênico e dermatologicamente testado, livre de fragrâncias fortes e substâncias irritantes; produto acondicionado em embalagem íntegra, resistente e devidamente rotulada. O produto deverá ser acompanhado de registro válido na ANVISA, certificado de Boas Práticas de Fabricação, quando aplicável e ficha técnica/catálogo do produto. As empresas interessadas em participar deste item deverão apresentar certificado de enfermeiro estomaterapeuta para treinamentos e capacitações trimestral para toda equipe técnica e multidisciplinar do município junto ao envelope da proposta. Apresentação 350 ml.				
37	CREME BARREIRA Creme barreira de uso tópico, indicado para proteção da pele contra ação de umidade excessiva, exsudatos de feridas, urina, fezes, suor e atrito, formando uma película protetora	UN	150		



Diretoria Técnica de Saúde
Coordenadoria Municipal de Saúde de Cedral
Av. Cel. Silvério da Cunha Lacerda, 54 – Centro – CEP. 15895-001. Cedral-SP
Tel. (17) 3266-9606

	duradoura sem comprometer a respiração cutânea. Formulado com agentes protetores da pele, podendo conter polisobuteno, copolímero de polivinil pirrolidona eicoseno e componentes com ação barreira comprovada, deve proporcionar proteção prolongada contra umidade e agentes irritantes, auxiliar na prevenção de dermatite associada à incontinência (DAI), assaduras e maceração da pele, permitir fácil aplicação e remoção, não causar ardência ou irritação quando utilizado conforme indicação do fabricante, hipoalergênico e dermatologicamente testado, livre de substâncias potencialmente irritantes em concentrações que comprometam a segurança do paciente, não interferir na fixação de coberturas e dispositivos médicos quando aplicado adequadamente, indicado para adultos, idosos e pacientes com pele sensível ou fragilizada, embalagem íntegra, resistente e devidamente identificada, deve manter sua função por 48 horas ou mais. O produto deverá ser acompanhado de registro válido na ANVISA, certificado de Boas Práticas de Fabricação, quando aplicável e ficha técnica/catálogo do produto. As empresas interessadas em participar deste item deverão apresentar certificado de enfermeiro estomaterapeuta para treinamentos e capacitações trimestral para toda equipe técnica e multidisciplinar do município junto ao envelope da proposta. Apresentação 60ml.				
38	HIDROFIBRA COM PRATA Cobertura primária estéril em placa com duas camadas, podendo ser recortada sem prejuízo de suas funções, composta por fibras de carboximetilcelulose sódica (hidrofibra) gelificante, impregnada com prata iônica à 1,2% até 1,5%, destinada ao manejo do exsudato e ao controle da carga microbiana no leito da	UN	100		



Diretoria Técnica de Saúde
Coordenadoria Municipal de Saúde de Cedral
Av. Cel. Silvério da Cunha Lacerda, 54 – Centro – CEP. 15895-001. Cedral-SP
Tel. (17) 3266-9606

	ferida. Estéril e de uso único, contendo prata com ação antimicrobiana de amplo espectro, capacidade de absorver e reter exsudato, formando gel coeso que mantenha ambiente úmido favorável à cicatrização, promover absorção vertical, reduzindo o risco de maceração das bordas da ferida, auxiliar no controle da carga bacteriana e do biofilme, possuir conformabilidade ao leito da ferida, remoção íntegra, minimizando trauma tecidual e dor durante as trocas, indicada para feridas agudas e crônicas com exsudação moderada a intensa, incluindo úlceras venosas, arteriais, lesões por pressão, pé diabético, feridas cirúrgicas, queimaduras superficiais e áreas doadoras de enxerto, compatível com terapias compressivas e coberturas secundárias, livre de látex, embalagem individual estéril, íntegra e de fácil abertura asséptica. O produto deverá ser acompanhado de registro válido na ANVISA, certificado de Boas Práticas de Fabricação, quando aplicável e ficha técnica/catálogo do produto. As empresas interessadas em participar deste item deverão apresentar certificado de enfermeiro estomaterapeuta para treinamentos e capacitações trimestral para toda equipe técnica e multidisciplinar do município junto ao envelope da proposta.				
39	FILME TRANSPARENTE Cobertura estéril constituída por película fina de poliuretano transparente em rolo protegido por papel siliconado, semipermeável, com adesivo hipoalergênico, permitindo a visualização contínua da área coberta, indicada para proteção de feridas com baixa ou nenhuma exsudação e para fixação de curativos e dispositivos. Estéril e de uso único, confeccionado em filme de poliuretano transparente, semipermeável, permitindo a troca gasosa (oxigênio e vapor de água) e	UN	20		



Diretoria Técnica de Saúde
Coordenadoria Municipal de Saúde de Cedral
Av. Cel. Silvério da Cunha Lacerda, 54 – Centro – CEP. 15895-001. Cedral-SP
Tel. (17) 3266-9606

	atuando como barreira contra líquidos, bactérias e contaminantes externos, transparente, possibilitando inspeção visual da pele ou da ferida sem necessidade de remoção, flexível e adaptável às diferentes regiões anatômicas, possuir adesivo hipoalergênico de fixação segura, remoção atraumática, minimizando lesões na pele, resistente à água, permitindo higiene corporal sem comprometimento da cobertura, livre de látex, indicado para proteção de pele íntegra, prevenção de lesão por fricção, cobertura de feridas superficiais, queimaduras de primeiro grau, áreas doadoras cicatrizadas, fixação de cateteres, sondas e coberturas primárias, embalagem individual estéril e de fácil abertura asséptica. O produto deverá ser acompanhado de registro válido na ANVISA, certificado de Boas Práticas de Fabricação, quando aplicável e ficha técnica/catálogo do produto. As empresas interessadas em participar deste item deverão apresentar certificado de enfermeiro estomaterapeuta para treinamentos e capacitações trimestral para toda equipe técnica e multidisciplinar do município junto ao envelope da proposta.				
40	PLACA DE HIDROCOLÓIDE Cobertura estéril autoadesiva, composta por poliuretano, associada a 3 camadas de hidrocolóides (gelatina, pectina e CMC), indicada para proteção e tratamento de feridas com baixa a moderada exsudação. Estéril e de uso único, composta por partículas hidrocolóides absorventes distribuídas em matriz adesiva, camada externa impermeável à água, bactérias e contaminantes externos, semipermeável, permitindo trocas gasosas e evaporação controlada do vapor de água, capacidade de absorver exsudato e formar gel, mantendo ambiente úmido adequado à cicatrização, favorecer o desbridamento	UN	100		



Diretoria Técnica de Saúde
Coordenadoria Municipal de Saúde de Cedral
Av. Cel. Silvério da Cunha Lacerda, 54 – Centro – CEP. 15895-001. Cedral-SP
Tel. (17) 3266-9606

	autolítico de tecidos desvitalizados, flexível e adaptável aos contornos anatômicos, adesão segura à pele, com remoção atraumática, hipoalergênica e livre de látex, indicada para lesões por pressão em estágios I, II e superficialmente III, úlceras venosas, abrasões, escoriações, queimaduras superficiais, áreas doadoras de enxerto e prevenção de lesões por fricção, possuir bordas ou sistema de fixação que minimize descolamentos precoces, embalagem individual estéril e de fácil abertura asséptica. O produto deverá ser acompanhado de registro válido na ANVISA, certificado de Boas Práticas de Fabricação, quando aplicável e ficha técnica/catálogo do produto. As empresas interessadas em participar deste item deverão apresentar certificado de enfermeiro estomaterapeuta para treinamentos e capacitações trimestral para toda equipe técnica e multidisciplinar do município junto ao envelope da proposta.				
41	CURATIVO ANTIMICROBIANO Cobertura estéril de contato com a ferida, confeccionada em tecido de acetato impregnada com revestimento hidrofóbico à base de cloreto de dialquilcarbamoíla (DACC), capaz de promover a ligação física de bactérias e fungos à superfície da cobertura, auxiliando na redução da carga microbiana e no manejo do biofilme. Estéril e de uso único, mecanismo de ação físico, sem liberação de substâncias antimicrobianas no leito da ferida, capacidade de adsorver e remover bactérias, fungos e outros microrganismos durante a troca do curativo, auxiliar no controle do biofilme e da colonização crítica, não citotóxica aos tecidos viáveis, baixo potencial alergênico, flexível e adaptável aos diferentes contornos anatômicos, permitir passagem do exsudato para cobertura secundária absorvente, compatível com	UN	100		



Diretoria Técnica de Saúde
Coordenadoria Municipal de Saúde de Cedral
Av. Cel. Silvério da Cunha Lacerda, 54 – Centro – CEP. 15895-001. Cedral-SP
Tel. (17) 3266-9606

	terapias compressivas e demais coberturas secundárias, indicado para feridas agudas, crônicas, infectadas ou com risco de infecção, incluindo lesões por pressão, úlceras venosas, arteriais, pé diabético, feridas cirúrgicas, queimaduras superficiais e áreas doadoras de enxerto, livre de látex, embalagem individual estéril e de fácil abertura asséptica. O produto deverá ser acompanhado de registro válido na ANVISA, certificado de Boas Práticas de Fabricação, quando aplicável e ficha técnica/catálogo do produto. As empresas interessadas em participar deste item deverão apresentar certificado de enfermeiro estomaterapeuta para treinamentos e capacitações trimestral para toda equipe técnica e multidisciplinar do município junto ao envelope da proposta.				
42	OXIMETRO DE PULSO PORTATIL Oxímetro de pulso portátil de dedo, destinado à medição não invasiva da saturação periférica de oxigênio (SpO ₂) e da frequência de pulso (FP), indicado para uso em pacientes adultos e pediátricos. Equipamento compacto, leve, de fácil manuseio e operação por meio de um único botão, com visor em tecnologia LED ou OLED de alta visibilidade, permitindo a visualização dos valores de saturação de oxigênio, frequência de pulso e indicador gráfico ou barra de intensidade do pulso. Faixa de medição de SpO ₂ de 70% a 100%, com precisão de ±2% na faixa de 70% a 100%, e frequência de pulso de 30 a 250 bpm, com precisão de ±2 bpm ou ±2%, prevalecendo o maior valor. Deverá possuir desligamento automático após período de inatividade para economia de energia, indicador de bateria fraca e alimentação por duas pilhas alcalinas tipo AAA ou baterias equivalentes. O equipamento deverá acompanhar cordão para transporte, estojo de proteção, manual de	UN	50		



Diretoria Técnica de Saúde
Coordenadoria Municipal de Saúde de Cedral
Av. Cel. Silvério da Cunha Lacerda, 54 – Centro – CEP. 15895-001. Cedral-SP
Tel. (17) 3266-9606

	instruções em português e pilhas para funcionamento imediato. Deverá possuir registro vigente na ANVISA, ser fabricado em material resistente e de fácil higienização, com garantia mínima de 12 (doze) meses contra defeitos de fabricação. O equipamento deverá ser novo, sem uso, acondicionado em embalagem original do fabricante.				
--	---	--	--	--	--

Valor Total Médio: **R\$**

MARCELA AFONSO SEMEDO

Diretora Técnica de Saúde