



Prefeitura Municipal de Taubaté

Estado de São Paulo

TERMO DE REFERÊNCIA

1. Objeto

Contratação de serviço de empresa especializada para Calibração Audiológica dos Equipamentos do CEDIC.

2. Fundamentação da Contratação

Avaliação Auditiva dos munícipes de Taubaté é realizada no ambulatório de audiologia, localizado no Centro de Distúrbios de Comunicação - CEDIC, com o objetivo principal de determinar a integridade do sistema auditivo, além de identificar tipo, grau e configuração da perda auditiva.

O Ambulatório de audiologia realiza os exames auditivos: EOAT, EOAPD, audiometria tonal via aérea e via óssea, logaudiometria, Imitanciometria, PEATE e avaliação auditiva comportamental.

Calibração dos equipamentos audiológicos necessita ser realizada anualmente , caso não ocorra, comprometerá agenda de exame auditivo CEDIC.

De acordo com a RESOLUÇÃO do Conselho Federal de Fonoaudiologia nº 553 de 2 de outubro de 2019 "*Dispõe sobre a calibração e ajuste de equipamentos de avaliação audiológica e dá outras providências.*"

RESOLVE:

Art.1º Todos os equipamentos de avaliação audiológica que emitem algum tipo de sinal acústico ou sinal vibratório ou que meçam os sinais de retorno e envio,audiômetro, analisador de orelha média, avaliador dos potenciais evocados auditivos, avaliador das emissões otoacústicas, sistema de ganho de inserção, sistema de campo livre, devem ser calibrados anualmente e, se necessário, ajustados.

Conforme resolução do conselho federal de fonoaudiologia a calibração dos equipamentos audiológicos do CEDIC necessita ser realizada em setembro/2024 porque é data limite de vencimento.

Contratação do serviço de calibração audiológica dos equipamentos CEDIC será de fundamental importância conforme baseada no Estudo Técnico Preliminar (ETP),



Prefeitura Municipal de Taubaté

Estado de São Paulo

assim mantendo o funcionamento do ambulatório de audiologia Centro de Distúrbios de Comunicação – CEDIC.

3. Descrição da solução

Será realizada a calibração nos equipamentos audiológicos que encontra-se no Centro de Distúrbios de Comunicação - CEDIC, deverá apresentar certificado técnico da INTERACOUSTICS e software da otodynamics e garantia mínima de 12 meses.

EQUIPAMENTO	QUANTIDADE	DESCRIÇÃO DO EQUIPAMENTO
Audiômetro	05	AC40, AD28, PA5, AD629B, AD629B
Imitanciômetro	06	AT 235, AT235H, AT235, AT235, AT425, AZ7
Campo Livre	01	
Cabine Audiométrica	03	
Emissões Otoacústicas	03	ILO 292 II, Otoread e Titan

4. Requisitos da Contratação

A empresa especializada para Calibração Audiológica deverá obrigatoriamente apresentar certificado técnico da INTERACOUSTICS. O serviço de calibração será realizado em um único dia, mediante ordem de serviço da unidade solicitante, onde a empresa deverá fornecer garantia de 12 meses da calibração.



Prefeitura Municipal de Taubaté

Estado de São Paulo

5. Modelo de execução do objeto

Serviço de calibração será realizado em um único dia, a execução se dará de acordo com a ordem de serviço da unidade solicitante, através do cronograma abaixo. Cabe a contratada a realização do serviço de calibração audiológica dos equipamentos conforme especificação constante neste termo.

Cabe a contratante a devida conferência no ato da realização do serviço, através de um profissional fonoaudiólogo.

Cronograma	Data prevista de execução do serviço
Calibração dos Equipamentos Audiológicos	Setembro/2024

6. Modelo de gestão do contrato

Fiscalização ocorrerá através de análise do serviço por uma fonoaudióloga, a empresa deverá fornecer certificado conforme normas técnicas, após a calibração.

7. Critério de Medição e Pagamento

- De acordo com a Portaria SEAF n.º 42 de 02 de fevereiro de 2022 – Prefeitura de Taubaté. Recebimento do 1º ao 10º dia do mês, pagamento dia 20*.
- Recebimento do dia 11º ao 20º dia do mês, pagamento no último dia útil do mês*.
- Recebimento do 21º ao final de cada mês, pagamento no dia 10 do mês seguinte*.

*Após o adimplemento da obrigação contratada, desde que regular e devidamente atestado por esta Administração. Salientamos que caso uma das datas acima indicadas caia em finais de semana ou feriados em que não haja expediente bancário, ficam os pagamentos adiados para o dia útil seguinte.



Prefeitura Municipal de Taubaté

Estado de São Paulo

8. Forma e Critérios de seleção do fornecedor

O vencedor do certame será designado com base no menor valor apresentado e atendimento às cláusulas de habilitação técnica e jurídica constantes no edital, que será formalizado pelo Departamento de Compras.

9. Estimativa do Valor da Cotação

Mapa Comparativo de Preços

Cotação : 168/2024

Solicitação de Compra 374/2024

Item : 0.0.3456 - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CALIBRAÇÃO DE EQUIPAMENTOS AUDIOLÓGICOS

Qtde.: 1 UN

Seq. Item	Fornecedores	CNPJ	Classificado	Marca/Model	Valor	Valor Total
1	36044 ELIAS DOS SANTOS DAS CHAGAS - ME	10.404.142/0001-78	Sim		9.900,0000	R\$ 9.900,00
	Data	29/01/2024				
1	25644 AUDIOTECNO - CALIBRAÇÃO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS AUDIOLÓGICOS LTDA.	11.850.871/0001-10	Sim		8.820,0000	R\$ 8.820,00
	Data	31/01/2024				
1	41227 FPA CALIBRACAO ASSIST. TECNICA EQUIP. MEDICOS	31.302.721/0001-80	Sim		9.300,0000	R\$ 9.300,00
	Data	31/01/2024				
Médias Unitário / Total :					R\$ 9.340,00	R\$ 9.340,00

Dados Vencedor	Classificado	Valor Total
25644 AUDIOTECNO - CALIBRAÇÃO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS AUDIOLÓGICOS LTDA.	11.850.871/0001-10 Sim	R\$ 8.820,00

Desclassificação	Motivo
------------------	--------

Total para o Menor Preço:	R\$ 8.820,00
Total para o Maior Preço:	R\$ 9.900,00
Total para a Média Cotada:	R\$ 9.340,00

Justificativa : A avaliação audiológica é realizada no ambulatório do Centro de Distúrbios de Comunicação – CEDIC é necessário à contratação de serviço de empresa especializada para calibração de equipamentos audiológicos, sendo que mantermos o bom funcionamento dos equipamentos faz-se necessária manutenção e calibração periódica, caso contrário podemos obter resultados de exames inadequados e acarretar erro no diagnóstico de perda auditiva dos pacientes atendidos nessa unidade.

Estimativa Total da Cotação: R\$ 9.340,00.

10. Recebimento

Os equipamentos deverão calibrados no local prédio CEDIC situado no endereço:

Avenida dos Bombeiros, 615 Jardim Mourisco CEP: 12061-200

Taubaté – SP



Prefeitura Municipal de Taubaté

Estado de São Paulo

11. Adequação Orçamentária

Ficha 4564 – 24.02.1011.2.305.10.302.339039.08.302.0000

Emenda 307.19

12. Especificação do produto por meio do catálogo eletrônico de padronização:

Informamos que não é possível atender o presente requisito, visto que, conforme Anexo B, não consta nenhum dos itens neste Termo de Referência no Cadastro Eletrônico do Painel Nacional de Contratações Públicas.

Declaramos, para os devidos fins, que os requisitos do presente Termo de Referência foram cumpridos na íntegra.

Taubaté, 11 de Março de 2024.

Mariana Da Silva Gonçalves Greco
Fonoaudióloga/Coordenação CEDIC