

Pregão Eletrônico

Dados do Processo	
Nº Processo PRA 2026/7319	Responsável Universidade de Taubaté - SP
Objeto Aquisição de mobiliários hospitalares	

Dados Gerais			
Situação Aguardando Abertura	Início Envio Propostas 16/06/2026 - 00:00	Fim Envio Propostas 30/06/2026 - 09:30	Pregoeiro Janaina Aparecida Moreira da Costa Faria
Modo de Disputa Valor Unitário	Exibir Valor de Referência Sim	Amparo legal Lei 14.133/2021, Art. 28, I	
Tipo Menor Preço	Inversão de Fase Não	Recurso Federal Não	Benefícios Selecionados Nenhum

Listagem de Lotes/Itens						
Lote	Item	Descrição	Un	Qty	Unitário (R\$)	Total (R\$)
LOTE 001	Item 001	CADEIRA/POLTRONA ELÉTRICA PARA EXAMES CLÍNICOS-COM ENCOSTO GRANDE, DESTINADA À REALIZAÇÃO DE EXAMES CLÍNICOS E PROCEDIMENTOS AMBULATORIAIS, COM SISTEMA MOTORIZADO PARA POSICIONAMENTO DO PACIENTE, ISENTO DE ÓLEO E COM BAIXO NÍVEL DE RUÍDO, PERMITINDO AJUSTES AUTOMÁTICOS E SEGUROS. DEVERÁ POSSUIR AJUSTES ELÉTRICOS E INDEPENDENTES (NO MÍNIMO) PARA: ASSENTO, ENCOSTO TORÁCICO/DORSO E APOIO DE PERNAS/PERNEIRA, COM ACIONAMENTO POR PEDAL (COMANDOS INDEPENDENTES). DEVE POSSUIR RECURSO DE RETORNO À POSIÇÃO INICIAL ("VOLTA A ZERO") E MEMÓRIA DE POSIÇÃO	PÇ	1	14.253,33	14.253,33
LOTE 002	Item 002	CADEIRA/POLTRONA ELÉTRICA PARA EXAMES CLÍNICOS-COM ENCOSTO GRANDE. EQUIPAMENTO DESTINADO À REALIZAÇÃO DE EXAMES CLÍNICOS E PROCEDIMENTOS AMBULATORIAIS, COM SISTEMA MOTORIZADO PARA POSICIONAMENTO DO PACIENTE, ISENTO DE ÓLEO E COM BAIXO NÍVEL DE RUÍDO, PERMITINDO AJUSTES AUTOMÁTICOS E SEGUROS. AJUSTES ELÉTRICOS E INDEPENDENTES (NO MÍNIMO) PARA: ASSENTO, ENCOSTO TORÁCICO/DORSO E APOIO DE PERNAS/PERNEIRA, COM ACIONAMENTO POR PEDAL (COMANDOS INDEPENDENTES). DEVE POSSUIR RECURSO DE RETORNO À POSIÇÃO INICIAL ("VOLTA A ZERO") E MEMÓRIA DE POSIÇÕES (PÇ	2	11.716,67	23.433,34
LOTE 003	Item 003	COLCHÃO HOSPITALAR-IMPERMEÁVEL DESTINADO À UTILIZAÇÃO EM CAMAS HOSPITALARES DE INTERNAÇÃO, CONFECCIONADO EM ESPUMA FLEXÍVEL DE 100 % POLIURETANO DE ALTA RESISTÊNCIA, COM DENSIDADE MÍNIMA D-33, APROPRIADO PARA USO CONTÍNUO EM AMBIENTE HOSPITALAR. PRODUTO NOVO, SEM USO ANTERIOR, E FORNECIDO EM PERFEITAS CONDIÇÕES DE UTILIZAÇÃO. DEVERÁ POSSUIR DIMENSÕES COMPATÍVEIS COM CAMAS HOSPITALARES DE INTERNAÇÃO, COM COMPRIMENTO DE 1,88 M , LARGURA ENTRE 0,88 M (PODENDO VARIAR EM ATÉ 4 CM A MAIOR) E ESPESSURA MÍNIMA DE 12 CM, M	PÇ	22	856,33	18.839,26
LOTE 004	Item 004	SUPORTE PARA SORO HOSPITALAR-ACOPLÁVEL À CAMA DESTINADO À UTILIZAÇÃO EM CAMAS HOSPITALARES DE INTERNAÇÃO TIPO FOWLER, COMPATÍVEL COM OS LEITOS HOSPITALARES UTILIZADOS PELO H.MUT. PRODUTO NOVO, SEM USO ANTERIOR, FORNECIDO EM PERFEITAS CONDIÇÕES DE UTILIZAÇÃO E ADEQUADO AO USO CONTÍNUO EM AMBIENTE HOSPITALAR. DEVERÁ POSSUIR ESTRUTURA INTEGRAL CONFECCIONADA EM AÇO INOXIDÁVEL AISI 316L, GARANTINDO ELEVADA RESISTÊNCIA MECÂNICA, DURABILIDADE E RESISTÊNCIA À CORROSÃO, COMPATÍVEL COM AS EXIGÊNCIAS DO AMBIENTE HOSPITALAR. COM HASTE R	PÇ	22	930,98	20.481,56
LOTE	Item	BANCO GIRATÓRIO-PARA LABORATÓRIO,TOTALMENTE CONFECCIONADO EM AÇO INOXIDÁVEL AISI 304, COM ACABAMENTO ESCOVADO ACETINADO EM TODAS AS SUPERFÍCIES APARENTES, SENDO VEDADA A UTILIZAÇÃO DE PINTURA, REVESTIMENTOS OU MATERIAIS QUE DESCARACTERIZEM A SUPERFÍCIE ORIGINAL DO AÇO INOX.				

005	005	ESTRUTURA REFORÇADA FABRICADA EM TUBO DE AÇO INOX COM DIÂMETRO APROXIMADO DE 25 MM A 28 MM E ESPESSURA MÍNIMA DE PAREDE DE 1,2 MM. ASSENTO CIRCULAR EM AÇO INOX ESTAMPADO, LISO, SEM ARESTAS CORTANTES OU CANTOS VIVOS, COM DIÂMETRO MÍNIMO DE 28	PÇ	40	1.026,29	41.051,60
LOTE 006	Item 006	ESCADA DE ACESSO PARA MACA AMBULATORIAL,-COM 2 DEGRAUS, DOBRÁVEL OU FIXA, CONFECCIONADA EM AÇO CARBONO OU MATERIAL EQUIPARÁVEL DE ALTA RESISTÊNCIA, COM PINTURA EPOXI OU ACABAMENTO ANTICORROSIVO DE ALTA DURABILIDADE. DEGRAUS LARGOS, REVESTIDOS COM SUPERFÍCIE ANTIDERRAPANTE (BORRACHA, FRISOS OU EQUIVALENTE) PÉS COM PONTEIRAS ANTIDERRAPANTES DE BORRACHA OU MATERIAL EQUIVALENTE. CAPACIDADE MÍNIMA DE CARGA: 120 KG. DIMENSÕES APROXIMADAS: 38 CM (LARGURA) X 40 CM (PROFUNDIDADE) X 39 CM (ALTURA TOTAL), PERMITIDA TOLERÂNCIA DE ATÉ ±5 %. COR:	PÇ	12	227,43	2.729,16
LOTE 007	Item 007	ARMÁRIO EM AÇO INOXIDÁVEL,-ARMÁRIO ALTO PARA ARMAZENAMENTO, TOTALMENTE CONFECCIONADO EM AÇO INOXIDÁVEL AISI 304, COM ACABAMENTO ESCOVADO ACETINADO EM TODAS AS SUPERFÍCIES APARENTES, SENDO VEDADA A UTILIZAÇÃO DE PINTURA, REVESTIMENTOS OU MATERIAIS QUE DESCARACTERIZEM A SUPERFÍCIE ORIGINAL DO AÇO INOX. ESTRUTURA REFORÇADA, SOLDADA, SEM ARESTAS CORTANTES OU CANTOS VIVOS. DOTADO DE 02 (DUAS) PORTAS DE ABRIR, COM DOBRADIÇAS REFORÇADAS EM AÇO INOX, PUXADORES EM AÇO INOX E SISTEMA DE FECHAMENTO POR FECHADURA COM CHAVE. POSSUIR 0	PÇ	20	6.157,33	123.146,60
LOTE 008	Item 008	ESTANTE PARA ARMAZENAMENTO-TOTALMENTE CONFECCIONADA EM AÇO INOXIDÁVEL AISI 304, COM ACABAMENTO ESCOVADO ACETINADO EM TODAS AS SUPERFÍCIES APARENTES, SENDO VEDADA A UTILIZAÇÃO DE PINTURA, REVESTIMENTOS OU MATERIAIS QUE DESCARACTERIZEM A SUPERFÍCIE ORIGINAL DO AÇO INOX. ESTRUTURA REFORÇADA, ADEQUADA PARA UTILIZAÇÃO EM AMBIENTES LABORATORIAIS, ACADÊMICOS E DA ÁREA DA SAÚDE. DOTADA DE 06 (SEIS) PRATELEIRAS LISAS, CONFECCIONADAS EM AÇO INOXIDÁVEL, COM REFORÇOS ESTRUTURAIS QUE GARANTAM RESISTÊNCIA MECÂNICA E ESTABILIDADE DURANT	PÇ	10	1.597,78	15.977,80
LOTE 009	Item 009	MESA AÇO INOX INDUSTRIAL AISI 316, SUPORTA ATÉ 400KG, -SENDO 300KG NA TAMPA SUPERIOR E 100KG NA TAMPA INFERIOR. TODAS AS PEÇAS DA MESA EM AÇO INOXIDÁVEL AISI316, 1200MM DE COMPRIMENTO, 700MM DE LARGURA E 900MM DE ALTURA. ACABAMENTO DOS PÉS EM BORRACHA, MEDIDAS PODEM VARIAR ATÉ 5CM.	PÇ	30	1.141,00	34.230,00
LOTE 010	Item 010	FOCO CIRÚRGICO AUXILIAR-ILUMINAÇÃO CIRÚRGICA SOBRE RODÍZIOS UTILIZADA EM PEQUENOS PROCEDIMENTOS CIRÚRGICOS, EXAMES E SUTURAS POSSUI HASTE COM REGULAGEM DE ALTURA (1,20/1,80M) CÚPULAS COM MOVIMENTOS SUAVES MATERIAL DE FÁCIL ASSEPSIA CONSTRUÍDO EM AÇO INOX COM PINTURA ELETROSTÁTICA CHAVE LIGA/DESLIGA NA BASE DO PEDESTAL DO EQUIPAMENTO DOTADO DE ATERRAMENTO INTERNO PARA LIGAÇÃO A FIO TERRA DA REDE PARA PROCEDIMENTO DE CURTA DURAÇÃO QUE NECESSITEM DE ILUMINAÇÃO DE CAMPO, OU SEJA, FEIXE DE LUZ CONCENTRADO CARACTERIZA	PÇ	1	4.903,00	4.903,00
LOTE 011	Item 011	SUPORTE DE SORO EM AÇO INOX COM 4 HASTES, PARA SORO-COM REGULAGEM DE ALTURA, BASE EM AÇO INOX, 4 RODÍZIOS DUPLOS, ESTRUTURA COM 520MM E ALTURA DE 820MM, COM TOLERÂNCIA DE 5CM A MAIOR E A MENOR NAS MEDIDAS.	PÇ	8	611,33	4.890,64
LOTE 012	Item 012	COLCHONETE DE ESPUMA-D26 COM CAPA IMPERMEÁVEL EM NAPA, LAVÁVEL, MEDINDO: 1,88x0,58x0,05M	PÇ	6	665,14	3.990,84
LOTE 013	Item 013	MACA PARA EXAME GINECOLÓGICO-MACA PARA EXAME GINECOLÓGICO,DESTINADA A LABORATÓRIOS DE ENSINO, SIMULAÇÃO E TREINAMENTO NA ÁREA DA SAÚDE, COM ESTRUTURA CONFECCIONADA EM AÇO CARBONO DE ALTA RESISTÊNCIA, COM TRATAMENTO ANTICORROSIVO E ACABAMENTO EM PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ. LEITO ESTOFADO, DIVIDIDO EM SEÇÕES, COM ESPUMA DE ALTA DENSIDADE, REVESTIDO EM MATERIAL SINTÉTICO IMPERMEÁVEL, LAVÁVEL, RESISTENTE À AÇÃO DE DESINFETANTES DE USO HOSPITALAR E DE FÁCIL HIGIENIZAÇÃO. DOTADA DE PAR DE PORTA-COXAS ESTOFADOS, COM REGULAGEM DE A	PÇ	2	1.911,50	3.823,00
LOTE 014	Item 014	FOCO CLINICO-AUXILIAR PARA EXAMES GINECOLÓGICOS E PROCEDIMENTOS AMBULATORIAIS, DESTINADO A LABORATÓRIOS DE ENSINO, SIMULAÇÃO E TREINAMENTO NA ÁREA DA SAÚDE. EQUIPAMENTO DOTADO DE SISTEMA DE ILUMINAÇÃO POR TECNOLOGIA LED DE ALTO DESEMPENHO, PROPORCIONANDO LUZ BRANCA UNIFORME, SEM GERAÇÃO EXCESSIVA DE CALOR NA ÁREA ILUMINADA. POSSUIR INTENSIDADE LUMINOSA MÍNIMA DE 20.000 LUX A 30 CM DE DISTÂNCIA, ADEQUADA PARA	PÇ	2	446,33	892,66

	EXAMES CLÍNICOS, GINECOLÓGICOS E PROCEDIMENTOS AMBULATORIAIS. CABEÇOTE COM SISTEMA ÓPTICO EM LED, PRO				
--	---	--	--	--	--