NOVACARE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
CNPJ: 48.682.555/0001-97
Av. Andrade Neves, n° 295 - Sala 121, Centro, Campinas, SP, CEP: 13013-160
Telefone: (19)99152-5997
E-mail: comercial@novacarecps.com

ILUSTRÍSSIMO(A) SENHOR(A) PREGOEIRO(A) DA COMISSÃO DE LICITAÇÃO DA DISPENSA ELETRÔNICA Nº 35/2025 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA (SP)

Dispensa Eletrônica nº 35/2025
Processo Administrativo nº 3720/2025
Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM PARA AS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PINDAMONHANGABA, PELO PERÍODO DE 06 MESES.

NOVACARE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ nº 48.682.555/001-97, Inscrição Estadual nº 122.921.606.119, com sede na Avenida Andrade Neves, 295, Sala 121, Centro, Campinas/SP, vem respeitosamente perante Vossa Senhoria, na forma e condições previstas no instrumento convocatório vem, respeitosamente, à presença de Vossa Senhoria, interpor, tempestivamente,

RAZÕES DE RECURSO

Em face da **COMISSÃO DE LICITAÇÃO E ANÁLISE TÉCNICA**, que resultou na desclassificação da empresa NOVACARE COMERCIAL HOSPITALAR para o item 02.

I – DOS FATOS E DO DIREITO

A, Comissão de Licitação responsável pela Dispensa de Licitação 35/2025, DESCLASSIFICOU esta recorrente NOVACARE, para o item 02 da referida dispensa, mediante alegação que o produto ofertado para esse item não atende ao solicitado, por não possuir guia de inserção com anéis radiais, conforme documentos acostados ao processo.

Não assiste razão, Vejamos:

Tendo em vista que a Administração solicita um cateter uretral **COM REVESTIMENTO EXTERNO HIDROFÍLICO**, bem como **GUIA DE INSERÇÃO COM ANEIS RADIAIS**.

NOVACARE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
CNPJ: 48.682.555/0001-97
Av. Andrade Neves, n° 295 - Sala 121, Centro, Campinas, SP, CEP: 13013-160
Telefone: (19)99152-5997
E-mail: comercial@novacarecps.com

Passemos à análise do descritivo do item mencionado:

> **ITEM 02 -** 1.003.003.00023587 CATETER HIDROFILICO MASCULINO CH14 DESCRIÇÃO COMPLETA: DISPOSITIVO URETRAL COM REVESTIMENTO HIDROFÍLICO LUBRIFICADO, MASCULINO, DE USO ÚNICO, COM REVESTIMENTO EXTERNO HIDROFÍLICO E **GUIA DE INSERÇÃO COM ANÉIS RADIAIS**, ADERENTE E AJUSTÁVEL. SISTEMA DE ATIVAÇÃO INSTANTÂNEA. POSSUIR ORIFÍCIOS LONGOS E LISOS QUE MINIMIZAM O RISCO DE TRAUMAS NA URETRA E FACILITAM A DRENAGEM RÁPIDA. PRODUTO ESTERILIZADO. TAMANHO: CH14

O produto ofertado por esta recorrente, SpeediCath NAVI, atende integralmente ao Descritivo do Edital, tanto em sua composição, possuir um REVESTIMENTO hidrofílico por toda a sua extensão, ser pronto para uso e principalmente por possuir guia de inserção com anéis radiais.

Cabe frisar que, os cateteres SpeediCath NAVI, já são fornecidos por esta recorrente para que o Município possa atender aos seus pacientes atualmente. Também na esfera das licitações públicas, a manutenção da marca do produto pode ser uma questão crucial, especialmente quando se trata de produtos utilizados na área da saúde. Pois quando os pacientes já estão acostumados com uma determinada marca, uma mudança repentina pode acarretar uma série de desafios e até prejuízos para a administração pública.

Primeiramente, é importante reconhecer que a familiaridade dos pacientes com uma marca pode estar relacionada não apenas à qualidade do produto, mas também à confiança e segurança que ela transmite. Pacientes em tratamento muitas vezes desenvolvem uma relação de confiança com os produtos que utilizam, especialmente no contexto da saúde, onde a eficácia e a consistência dos tratamentos são fundamentais.

Em termos de prejuízos para a administração pública, uma mudança de marca pode acarretar custos adicionais relacionados à adaptação de profissionais de saúde e pacientes, treinamento de equipe, reestruturação de processos e até mesmo aquisição de equipamentos complementares compatíveis com o novo produto. Além disso, pode haver um aumento nos casos de efeitos colaterais ou reações adversas devido à

introdução de um produto novo, o que pode resultar em custos adicionais com tratamentos e procedimentos médicos.

Para que não reste dúvidas de nossas alegações, segue novamente Ficha técnica e Catalogo do SpeediCath **Navi.**

SpeediCath® Navi

Mais Fácil, Mais suave

O novo cateter que suporta a adesão, respeitando os desafios da uretra masculina

Instantaneamente pronto para uso

O SpeediCath® Navi é um cateter composto de poliuretano (PU) com revestimento hidrofílico de uso único. Ele vem embalado em solução umectante estéril, e assim não há necessidade de qualquer preparo adicional, é só abrir a embalagem e usar!

Revestimento hidrofílico

O revestimento hidrofílico uniforme recobre todo o cateter e seus orifícios de drenagem, proporcionando uma inserção e retirada suaves, o que reduz o atrito na uretra.



Guia de inserção

O guia de inserção foi projetado para promover um cateterismo simples, facilitando o manuseio e a inserção gradual sem necessidade de toque no corpo ou ponta do cateter.
O guia proporciona uma aderência segura ao cateter, sem danificar o seu revestimento uniforme.

Cateter e ponta flexíveis

O formato em gota de sua ponta flexível centraliza o cateter na uretra. A flexibilidade e suavidade da ponta e do cateter juntos, proporcionam uma inserção suave e um cateterismo com fácil deslocamento pelas curvas e dobras naturais da uretra masculina.

RELATÓRIO TÉCNICO

SpeediCath Navi

NOVACARE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
CNPJ: 48.682.555/0001-97
Av. Andrade Neves, n° 295 - Sala 121, Centro, Campinas, SP, CEP: 13013-160
Telefone: (19)99152-5997
E-mail: comercial@novacarecps.com

Descrição detalhada do produto médico, incluindo os fundamentos de seu funcionamento e sua ação, seu conteúdo ou composição, quando aplicável, assim como relação dos acessórios destinados a integrar o produto;

1.1 Descrição detalhada do produto médico, incluindo os fundamentos de seu funcionamento e sua ação:

SpeediCath é um cateter masculino com revestimento hidrofílico, estéril e pronto para uso. O dispositivo destina-se a ser utilizado para a drenagem da bexiga através da uretra por pessoas com perda ou redução do controle da bexiga que apresentem retenção urinária.

SpeediCath NAVI é uma inovação na linha de cateteres hidrofílicos Coloplast, tendo sido desenvolvido para facilitar a inserção e passagem do cateter através das curvas naturais e dobras da uretra masculina. A suavidade do cateter aliada a uma ponta flexível, revestimento hidrofílico e orifícios polidos suportam o processo de cateterismo suave. Um Grip de inserção torna o cateter mais fácil de ser manuseado e suporta uma inserção higiênica e gradual. O Conector além de ponto de pega para direcionamento da urina, permite o acople do cateter a uma bolsa de urina. O Grip e o Conector já estão acoplados ao cateter.

O dispositivo de uso único destina-se principalmente ao autocateterismo pelo usuário final, mas também pode ser usado por cuidadores e profissionais de saúde.

Diretrizes internacionais recomendam que os pacientes esvaziem a bexiga 4 a 6 vezes por dia. Cada cateterização leva aproximadamente de 1 a 5 minutos.

Benefícios do SpeediCath Navi:

- Ponta flexível que proporciona uma inserção suave e fácil navegação através das curvas naturais e dobras da uretra masculina.
- Grip de inserção projetado para promover um cateterismo higiênico com fácil manuseio e inserção gradual sem toque no cateter.
- Revestimento hidrofílico que proporciona redução da fricção na mucosa uretral, podendo levar a uma redução do risco de irritação uretral e trauma, e consequente redução de infecção.
- Orifícios polidos lubrificados, para minimizar o risco de trauma mecânico durante o deslizamento através da mucosa uretral.
- A função "pronto para uso" reduz o risco de contaminação cruzada, excluindo a fase de lubrificação manual com produto estéril ou adição de água, reduzindo o risco de infecção do trato urinário.
- Cateterismo sem toque, o que proporciona menor risco de contaminação externa.

A embalagem primária selada fornece a barreira estéril do dispositivo.





SpeediCath Navi exploded view

1.2 Composição

O produto é composto de um Cateter com Conector e um Grip já acoplados ao catéter.

O Cateter recebe um revestimento hidrofílico e é embalado individualmente em uma embalagem selada tipo pouch contendo uma solução aquosa responsável por ativar e manter a lubrificação do cateter.

1.2.1 Detalhamento das partes do produto

1.2.1.1 Cateter com conector

O cateter funciona para drenar a bexiga através da uretra.

Consiste de um tubo guia com orifícios radiais e uma inovadora ponta flexível para guiar a inserção na uretra e um conector na extremidade oposta.

O conector é o ponto de contato ao retirar o cateter da embalagem e seu design e rigidez foram projetados para permitir a conexão do cateter à uma bolsa de urina.

A cor do conector indica seu tamanho, com base em padrões internacionais que utilizam o sistema de dimensionamento Charièr (CH), facilitando a identificação do tamanho correto a ser utilizado.

Ilustração dos conectores



Colour coded connectors

Ilustração da ponta flexível e de um orifício radial polido



1.2.1.2 Grip

O Grip foi desenvolvido para guiar o cateter durante a inserção na uretra. Pode ser destacado do conector e usado como ajuda para segurar o cateter, evitando dobras durante a inserção ou pode ser comprimido, o que o tornando possível segurar no cateter e transferir a força necessária para inserir o cateter, mantendo o revestimento intacto. Após inserção completa do cateter, o Grip pode ser recolocado de volta junto ao conector.



1.2.1.3 Revestimento

Os cateteres intermitentes entram em contato com a mucosa uretral humana de 4 a 6 vezes por dia, aumentando o risco de lesão da uretra devido à fricção repetida entre as superfícies do cateter e da mucosa uretral. Para minimizar o nível de fricção uretral e trauma potencial, é recomendável que todos os cateteres intermitentes não sejam inseridos na uretra sem lubrificação.

O revestimento hidrofílico vem sendo incorporado em cateteres intermitentes desde 1983, com o objetivo de reduzir a fricção entre a superfície do cateter e da mucosa uretral durante a inserção e retirada do mesmo.

SpeediCath é um cateter com revestimento hidrofílico de poliuretano pronto para uso, cujo revestimento é composto por uma camada de lubrificante de alta capacidade de absorção de líquidos. Uma vez que o cateter está exposto a uma solução aquosa, a água é absorvida, resultando em uma superfície suave e homogênea.

A camada lubrificante de polímero hidrofílico é capaz de ligar-se à agua e absorver até 10 vezes o seu peso, resultando em uma superfície estável, lisa e escorregadia que assegura baixa fricção entre a superfície do cateter e da mucosa uretral.

1.2.1.4 Solução aquosa

A Solução aquosa satura o revestimento, lubrificando a superfície do cateter. A solução aquosa é adicionada na embalagem primária antes da esterilização.

1.2.1.5 Embalagem

Os cateteres SpeediCath são embalados em um pequeno volume de solução salina estéril, o que elimina a necessidade de preparo do cateter usando uma fonte de água externa antes do cateterismo e reduz o número total de etapas necessárias para completar o processo de cateterismo.



A embalagem possui um ponto adesivo para fixação segura à qualquer superfície lisa e limpa.

De uma forma bem simples, podemos dizer que o “formato Radial”, significa: “Que se dispõe tal como raios saídos de um centro comum”

Ou seja, são formas que se assemelham ao formato abaixo:



Estando comprovada nossa injusta desclassificação, uma vez que nosso produto atende integralmente as exigências do descritivo do Edital, obtendo todas as Características Compatíveis e não restando nada que nos desabone.

Além de todas informações já prestadas frisamos que:

As Diretrizes Nacionais e Internacionais promovem o Cateterismo Intermitente (CI) com cateteres da Linha SpeediCath como a melhor prática de tratamento (Padrão Ouro) para a bexiga neurogênica.

1- Vejamos o que é “SBU: Sociedade Brasileira de Urologia”

A Sociedade Brasileira de Urologia é uma associação científica sem fins lucrativos que busca representar todos os médicos do país que fizeram a especialização em Urologia, a especialidade clínica e cirúrgica responsável pelo diagnóstico e tratamento das enfermidades do sistema urinário de ambos os sexos e do sistema genital masculino.

- **A SOCIEDADE BRASILEIRA DE UROLOGIA, RECOMENDA O USO DO SPEEDICATH.**

2- Vejamos o que é "CONITEC: COMISSÃO NACIONAL DE INCORPORAÇÃO DE TECNOLOGIAS NO SUS."

A Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no Sistema Único de Saúde – Conitec foi criada pela Lei nº 12.401, de 28 de abril de 2011, que dispõe sobre a assistência terapêutica e a incorporação de tecnologia em saúde no âmbito do Sistema Único de Saúde.

A Comissão, assistida pelo Departamento de Gestão e Incorporação de Tecnologias em Saúde - DGITS, tem por objetivo assessorar o Ministério da Saúde - MS nas atribuições relativas à incorporação, exclusão ou alteração de tecnologias em saúde pelo SUS, bem como na constituição ou alteração de protocolo clínico ou de diretriz terapêutica.

Para regulamentar o funcionamento da Comissão, foi publicado o Decreto n° 7.646, de 21 de dezembro de 2011. A estrutura de funcionamento da Conitec é composta por dois fóruns: o Plenário e a Secretaria-Executiva.

O Plenário é o fórum responsável pela emissão de recomendação sobre incorporação, exclusão ou alteração das tecnologias no âmbito do SUS, sobre constituição ou alteração de protocolos clínicos e diretrizes terapêuticas e atualização da Relação Nacional de Medicamentos Essenciais - Rename, que foi instituída pelo Decreto n° 7.508, de 28 de junho de 2011.

Todas as recomendações emitidas pelo Plenário são submetidas à Consulta Pública (CP) pelo prazo de 20 dias, exceto em casos de urgência da matéria, quando a CP terá prazo de 10 dias. As contribuições e sugestões da consulta pública são organizadas, avaliadas e inseridas ao relatório final da Conitec, que, posteriormente, é encaminhado para o Secretário de Ciência, Tecnologia, Inovação e Insumos Estratégicos em Saúde (SCTIE/MS) para a tomada de decisão. O Secretário da SCTIE pode, ainda, solicitar a realização de audiência pública antes da sua decisão.

A Secretaria-Executiva, exercida pelo DGITS, é responsável pela gestão e coordenação das atividades da Comissão, bem como a emissão de relatórios técnicos sobre a tecnologia avaliada, levando em consideração as evidências científicas, a avaliação econômica e o impacto da incorporação da tecnologia no Sistema Único de Saúde.

O DGITS foi criado pelo Decreto nº 7.797, de 30 de agosto de 2012. Atualmente, está em vigor o Decreto nº 11.098 de 20 de junho de 2022. O Departamento tem como atribuições acompanhar, subsidiar e dar suporte às atividades e demandas da Conitec e contribuir para a promoção do acesso e do uso racional de tecnologias seguras e eficientes, dentre outras. O Departamento de Gestão e Incorporação de Tecnologias em Saúde (DGITS) é composto por três Coordenações-Gerais: a Coordenação-Geral de Gestão Estratégica de Tecnologias em Saúde (CGGTS), a Coordenação-Geral de Avaliação de Tecnologias em Saúde (CGATS) e Coordenação-Geral de Gestão de Protocolos Clínicos e Diretrizes Terapêuticas (CGPCDT). Além destas, o Departamento também possui a Coordenação de Monitoramento de Tecnologias em Saúde (CMTS) e a Coordenação de Incorporação de Tecnologias (CITEC).

- **A CONITEC, RECOMENDA O USO DO SPEEDICATH.**

Além do nosso produto atender integralmente ao descritivo do edital, o SpeediCath é referência de tratamento, vejamos os artigos científicos comprovando e aprovando a superioridade na utilização do SpeediCath:

1- B Domurath, J Kutzenberger, I Kurze, HS Knoth - Spinal Cord, Clinical evaluation of a newly developed catheter (SpeediCath Compact Male) in men with spinal cord injury: residual urine and user evaluation
Fonte: https://www.nature.com/articles/sc201114

2- A Leriche, K Charvier, V Bonniaud, L Peyrat - Comparative study of the acceptability of the SpeediCath Set and Actreen set catheterization sets in patients performing self-catheterization
Fonte: https://europepmc.org/article/med/16821349

3- Olalla Trigás Gil - SpeediCath en el sondaje vesical intermitente
Fonte: https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=2766709

4- Olalla Trigás Gil - SpeediCath use for intermittent catheterization in bladders
Fonte: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/19203115/

5- Chappel, Emma; Hurrell, Joanne; Woodward, Sue - SpeediCath Compact Set: product focus.
Fonte: https://web.s.ebscohost.com/abstract?direct=true&profile=ehost&scope=site&authtype=crawler&jrnl=17470307&AN=91735742&h=YDDxJFRDotehzW4Qk0zaBrdHCSKqfTHfsVzt5zkleGz8o7%2bz3lyl6RgSZhG9%2fn9%2fS7VsWIbp1lzwvdIygtr19A%3d%3d&crl=c&resultNs=AdminWebAuth&resultLocal=ErrCrlNotAuth&crlhashurl=login.aspx%3fdirect%3dtrue%26profile%3dehost%26scope%3dsite%26authtype%3dcrawler%26jrnl%3d17470307%26AN%3d91735742

6- J Stensballe, D Looms, PN Nielsen, M Tvede - European Urology, 2005 – Elsevier - Hydrophilic-Coated Catheters for Intermittent Catheterisation Reduce Urethral Micro Trauma: A Prospective, Randomised, Participant-Blinded, Crossover Study of Three Different Types of Catheters
Fonte: https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0302283805004446

7- Gill Pascoe, Sharon Clovis - Evaluation of two coated catheters in intermittent self-catheterization
Fonte: https://www.magonlinelibrary.com/doi/abs/10.12968/bjon.2001.10.5.5360

8- D.J.M.K.De Ridder, K.Everaert, L. García Fernández, J.V. Forner Valerod, A. Borau Durán, M.L. Jauregui, Abrisqueta, M.G.Ventura, A. Rodriguez Sotillo. - Cateterismo Intermitente com Cateteres com Revestimento Hidrofílico (SpeediCath) Reduz o Risco de Infecção Clínica do Trato Urinário em Pacientes Lesionados na Medula Espinhal: Um Estudo Prospectivo Randomizado Paralelo Comparativo.
Fonte: https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0302283805004537

Com base nas argumentações, segue documentação técnica que fora anexada aos itens, aonde atende todos os requisitos solicitados e mesmo assim obteve a desclassificação.

NOVACARE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
CNPJ: 48.682.555/0001-97
Av. Andrade Neves, n° 295 - Sala 121, Centro, Campinas, SP, CEP: 13013-160
Telefone: (19)99152-5997
E-mail: comercial@novacarecps.com

II– ARGUMENTAÇÃO JURÍDICA

Entende-se, que estabelecidos no Edital os procedimentos e os critérios, estes obrigam tanto as empresas licitantes quanto o órgão promotor da licitação, a vedada utilização de qualquer procedimento ou critério diverso do que fora previamente previsto.

O certame licitatório é pautado por normas que o regulam e não devem ser ignoradas em momento algum. O edital estabelece os requisitos mínimos e estes devem ser cumpridos pelos licitantes e pela Administração Pública.

Assim, prevê a nossa Constituição Federal em seu o artigo 37, inclusive inciso XXI:

> *CF/88*
>
> *Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios* ***obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte:***
>
> *...*
>
> *XXI - ressalvados os casos especificados na legislação, as obras, serviços, compras e alienações serão contratados mediante processo de licitação pública* ***que assegure igualdade de condições a todos os concorrentes****. (grifo nosso).*

A lei de licitações Nº 14.133, DE 1º DE ABRIL DE 2021 dispõe em seu artigo °5 *ipsis litteris:*

> *"Art. 5º Na aplicação desta Lei, serão observados os princípios da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da publicidade, da eficiência, do interesse público, da probidade administrativa, da igualdade, do planejamento, da transparência, da eficácia, da segregação de funções, da motivação, da vinculação ao edital, do julgamento objetivo, da segurança jurídica, da razoabilidade, da competitividade, da proporcionalidade, da celeridade, da economicidade e do desenvolvimento nacional sustentável,(...)"*

Fica evidente que para o acontecimento legal de um certame os princípios destacados acima devem ser respeitados, para que ocorra dentro dos parâmetros e formas da lei.

III- DOS PEDIDOS

Ante todo o exposto, requer que:

1) Seja recebida, conhecida e provida a presente RAZÕES DE RECURSO, para no mérito julgar totalmente **PROCEDENTE o pedido da NOVACARE COMERCIAL HOSPITALAR**.

2) RECLASSIFICANDO O ITEM 02 **para a NOVACARE COMERCIAL HOSPITALAR**, Pelas razões apresentada em recurso.

3) Em caso de indeferimento do presente Recurso, será fornecida cópia integral do procedimento licitatório, para fins de apreciação pelo Tribunal de Contas do Estado e revisão pelo Poder Judiciário por ser medida de inteira Justiça!

Nestes termos,

Pede e Espera deferimento.

Campinas, 20 de março de 2025.

NOVACARE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA:48682555000197
Assinado de forma digital por NOVACARE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA:48682555000197
Dados: 2025.03.20 17:43:50 -03'00'

NOVACARE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA

48 682 555 / 0001 - 97
NOVACARE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
Av. Andrade Neves, n.º 295 - Sala 121
Centro - CEP 13013-160
CAMPINAS - SP