



Prefeitura da Estância de Atibaia

Estado de São Paulo

Secretaria de Administração

Processo Eletrônico Nº 22.995/2024

Pregão Eletrônico N.º 138/24

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS para eventual aquisição de materiais e equipamentos hospitalares para uso das unidades de saúde vinculadas à secretaria municipal de saúde de Atibaia, com entregas parceladas, por um período de 12 (doze) meses

À Equipe Técnica.

Conforme designado nos autos, solicito a análise e o parecer técnico da **PROPOSTA READEQUADA** e dos **DOCUMENTOS TÉCNICOS** enviados pelas empresas arrematantes do presente certame:

ASCLEPIOS EQUIPAMENTOS – ITENS: 14, 32, 41, 42

CIRURGICA SAO FELIPE – ITEM: 15

CIRÚRGICAS CERON – ITEM: 60

DIXMEDICAL PRODUTOS – ITENS: 9, 10

ESFERA MASTER – ITEM: 45

INNOVA PROMOCOES – ITEM: 61

KDN COMERCIO – ITEM: 59

M CARREGA COMÉRCIO – ITEM: 18

MEDICAL SUPRIMENTOS – ITENS: 5, 13

OBEN COMERCIAL – ITEM: 40

TECH-SUL MEDICAL – ITEM: 46

Secretaria de Administração, aos 02 dias do mês de Setembro de 2.024.

Lucas Celestino Ferreira Teixeira
Pregoeiro



Prefeitura da Estância de Atibaia
Estado de São Paulo
Secretaria de Administração

Processo Eletrônico Nº 22.995/2024

Pregão Eletrônico N.º 138/24

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS para eventual aquisição de materiais e equipamentos hospitalares para uso das unidades de saúde vinculadas à secretaria municipal de saúde de Atibaia, com entregas parceladas, por um período de 12 (doze) meses

Equipe Técnica:

Nome do Integrante: Orsione Aparecida de Castro
CPF do Integrante: 102.616.146-06
Atribuição do Membro: Equipe de apoio
Cargo ocupado no Órgão / Entidade: Enfermeira
Natureza do Cargo ocupado: Saúde / Conservado.

- Item 13: O produto ofertado não atende ao descritivo. (Anexo para placa útil 150 2,4 ou 2,8 (descritivo solicitado ao menor 30 plegados, não descree modelo ofertado, não possui IP22).
- Item 14: Desclassificado. Bateria com autonomia de 5, 5 horas, descritivo pede 18 horas.
- Item 15: Marca não solicitada. Solicitada marca original zoll de acordo com equipamento já existente.
- Item 18: Desclassificado, não identificar modelo, não possui bateria interna.
- Item 60: Marca oferecida não atende ao descritivo que deve ser original Omor Shake de acordo com equipamento já existente.
- Item 09 e 10: Desclassificado - Não possui IP solicitado.
- Item 05 - Atende ao solicitado.
- O restante dos itens semelhantes atendem ao solicitado.