



Aramed Comercial Hospitalar Ltda
Av. Andrade Neves, 295 - Sala 111 - Centro
Cep 13.013-160 - Campinas/SP
Fone/Fax: (19) 3201-2926
e-mail: aramed@aramed.com.br
CNPJ nº 24.479.444/0001-10

Prefeitura da Estância de Atibaia

Dispensa Eletrônica Nº 120/2024

Processo Administrativo Nº 5.534/2024

Objeto: Aquisição de cateteres uretrais hidrofílicos, para atendimento da demanda judicial do paciente J.V.D.T., portador de bexiga neurogênica, espinha bífida, mielomeningocele.

ILUSTRÍSSIMO SENHOR PREGOEIRO DA COMISSÃO DE LICITAÇÃO DA DISPENSA ELETRÔNICA Nº 120/2024 DA PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA

ARAMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ nº. 24.479.444/0001-10, Inscrição Estadual nº. 795.702.069.116, com sede na Avenida Andrade Neves, 295, Centro, Campinas/SP, vem respeitosamente perante Vossa Senhoria, na forma e condições previstas no instrumento convocatório, com fulcro no item 09 do Edital (dos recursos), combinado com o Lei Federal 14.133/2021, apresentar o presente

RAZÕES DE RECURSO

em face da empresa AMC SAUDE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA, inscrita no CNPJ MF sob nº 33.551.382/0001-09, em razão do produto ofertado pela citada empresa não atender o Termo de Referência.

I – DOS FATOS

Em breve síntese, a Administração promoveu a Dispensa de Licitação nº 120/2024 para a Aquisição de cateteres uretrais hidrofílicos, para atendimento da demanda judicial do paciente J.V.D.T., portador de bexiga neurogênica, espinha bífida, mielomeningocele.

Em decorrência disso, a empresa AMC SAUDE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA sagrou arrematante do objeto licitatório, ofertando o produto GentleCath da fabricante CONVATEC.



Aramed Comercial Hospitalar Ltda
Av. Andrade Neves, 295 - Sala 111 - Centro
Cep 13.013-160 - Campinas/SP
Fone/Fax: (19) 3201-2926
e-mail: aramed@aramed.com.br
CNPJ nº 24.479.444/0001-10

Todavia, a comissão deixou de observar que o produto ofertado pela AMC não atende o descritivo do Edital, como passaremos a discorrer.

II – DA ARGUMENTAÇÃO TÉCNICA E JURÍDICA

A Administração Pública requereu em edital o produto *Cateter Uretral com Tecnologia Hidrofílica incorporada em toda extensão do cateter, de fácil manuseio para pacientes com baixa destreza manual*, assim demonstrado a seguir:

Descrição do item	Especificações técnicas
Cateter uretral hidrofílico masculino nº12	CATETER URETRAL HIDROFÍLICO, MASCULINO, CALIBRE CH 12: LUBRIFICADO, ESTÉRIL E DESCARTÁVEL, ADULTO, USO ÚNICO, DO TIPO INTERMITENTE, E, CONFECCIONADO EM MATERIAL ATÓXICO; HIPOALERGÊNICO; LIVRE DE PVC; NÃO PREJUDICIAL À SAÚDE, RESISTENTE A TORÇÕES, FLEXÍVEL E TUBULAR COM ORIFÍCIOS BISELADOS E POLIDOS. REVESTIDO COM MATERIAL HIDROFÍLICO DMP/ OU COM TECNOLOGIA HIDROFÍLICA INCORPORADA EM TODA EXTENSÃO DO CATETER; DE FÁCIL MANUSEIO PARA PACIENTES COM BAIXA DESTREZA MANUAL. O PRODUTO NÃO PODERÁ CAUSAR IRRITABILIDADE DÉRMICA E APRESENTAR CITOTOXICIDADE. EMBALADO EM MATERIAL QUE PROMOVA BARREIRA MICROBIANA E ABERTURA ASSÉPTICA. O PRODUTO DEVE APRESENTAR REGISTRO NA ANVISA/MS E CERTIFICADO DE BOAS PRÁTICAS DE FABRICAÇÃO E/OU INSERIDO NA CONITEC.

Todavia, o produto *GentleCath* da fabricante *CONVATEC*, não atende ao descritivo do certame, visto que, o produto se demonstra ineficaz para uso, em razão de seu difícil manuseio e pouca lubrificação.

O produto *GentleCath* da *Convatec*, ofertado pela AMC não vem pronto para uso, sendo necessário a ativação da lubrificação. No final da embalagem do produto, possui um sachê que tem



Aramed Comercial Hospitalar Ltda
Av. Andrade Neves, 295 - Sala 111 - Centro
Cep 13.013-160 - Campinas/SP
Fone/Fax: (19) 3201-2926
e-mail: aramed@aramed.com.br
CNPJ nº 24.479.444/0001-10

que ser rompido para que seja promovida a lubrificação do cateter. Paciente com baixa destreza apresenta dificuldade no rompimento da embalagem da solução e assim não conseguindo lubrificar toda a extensão do produto adequadamente.

Reforçando, esses cateteres são ativados por salina fornecida em um sachê de alumínio separado ou acoplado ao final da embalagem, o sachê deve ser liberado ou estourado para ativar as propriedades hidrofílicas do cateter, assim apresentado a seguir:



Desta forma, a dificuldade de rompimento do sachê lubrificante (cinza metálico) e a distribuição da solução no cateter por pacientes com baixa destreza, são causas da ocorrência de machucados e sangramentos nos mesmos, já que não ocorreu a adequada lubrificação. Também, a solução lubrificante utilizada pela CONVATEC tem se demonstrado inferior aos demais licitantes.



Aramed Comercial Hospitalar Ltda
Av. Andrade Neves, 295 - Sala 111 - Centro
Cep 13.013-160 - Campinas/SP
Fone/Fax: (19) 3201-2926
e-mail: aramed@aramed.com.br
CNPJ nº 24.479.444/0001-10

Portanto, resta evidente a indevida classificação da empresa AMC SAUDE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA, em razão do produto ofertado pela mesma não atender o descrito editalício.

III – DO PEDIDO

Ante todo o exposto, requer que:

- 1) seja recebida, conhecida e provida a presente RAZÕES DE RECURSO, julgando-se totalmente PROCEDENTE.
- 2) Que seja desclassificada a empresa AMC SAUDE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA, pois o produto ofertado (GentleCath/Convatec) não é indicado para pacientes com baixa destreza.

Campinas, 26 de fevereiro de 2024.

gov.br
Documento assinado digitalmente
MAURICIO CARLOS FADIN JUNIOR
Data: 26/02/2024 16:16:54-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Aramed Comercial Hospitalar Ltda
Maurício Carlos Fadin Junior (Procurador)
RG: 41.204.935-1
CPF: 340.955.088-76

24 479 444 / 0001 - 10
ARAMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
Avenida Andrade Neves, 295 - 11º andar
Salas: 111 - 112 - 133 - 134
Centro - CEP 13013-160
CAMPINAS - SP

Zimbra

alexandre.silva@atibaia.sp.gov.br

RAZÕES DE RECURSO - Dispensa Eletrônica 120/2024 - Atibaia.

De : licitacao@aramed.com.br

Seg, 26 de fev de 2024 17:06

Assunto : RAZÕES DE RECURSO - Dispensa Eletrônica
120/2024 - Atibaia.

 2 anexos

Para : alexandre silva <alexandre.silva@atibaia.sp.gov.br>

Boa tarde, Sr. Alexandre!

Sou Alef, conversamos hoje referente a Dispensa Eletrônica 120/2024, referente ao não atendimento do objetivo pela empresa vencedora.

Em anexo segue o documento pontuando os motivos do não atendimento do objeto, peço por gentileza que seja avaliado junto a comissão técnica.

Fico à disposição

Atenciosamente.

Alef Cruz
Depto. de Licitação

Aramed Comercial Hospitalar Eireli ME | Av. Andrade Neves, 295 - Sala
111 - Centro | Campinas, SP, BR 13013-160
Fone: (19) 3201-2926 / Celular: (19) 99631-9478.
licitacao@aramed.com.br





DL_120-2024_-_Recursoassinado.pdf
239 KB
