

ATA FINAL

Prefeitura Municipal da Estância de Atibaia Prefeitura Municipal da Estância de Atibaia Pregão Eletrônico - 175/2024

Datas Relevantes

Publicado	Início de Propostas	Limite de Impugnação	Final de Propostas	Início da Sessão
19/06/2024 10:11	19/06/2024 16:00	01/07/2024 18:00	03/07/2024 16:00	04/07/2024 08:30

Itens Licitados

Código	Produto	V. Referência	Qtde	Unidade	Situação
0001	MONITOR DESFIBRILADOR CARDIOVERSOR	111.014,90	1	UND	Homologado

Orçamento Sigiloso: SIM

Motivo: É fato que, a depender do mercado, a publicação do orçamento estimado da contratação ocasiona o chamado efeito âncora, elevando os preços das propostas ao mais próximo possível do valor de referência da Administração. Nessas situações, a consagração de princípios próprios da Administração Pública (interesse público e eficiência, sobretudo) recomendam que o preço orçado pela Administração seja mantido sob sigilo até o fim da disputa pelo contrato.

Por fim, de um modo geral, é possível dizer que há julgados no TCU sobre a divulgação do orçamento estimado da contratação no pregão que apontam para o seguinte entendimento:

- a) a Administração não está obrigada a divulgar no edital ou em seus anexos o orçamento de referência da contratação;
- b) em regra, os editais de pregão que não divulgarem o orçamento da Administração devem indicar o modo pelo qual os interessados terão acesso a esse documento a qualquer tempo;
- c) nos casos em que a divulgação do orçamento de referência da contratação puder ocasionar prejuízo na busca pela proposta mais vantajosa, a Administração deverá disponibilizar tal documento apenas ao fim da etapa de lances do pregão.
- Desta forma e por todo justificado anteriormente, informamos aos Licitantes que o orçamento estimado é público, mas ele se mantém acessível apenas para os serviços administrativos (internamente), sendo disponibilizado para os cidadãos após o encerramento do processo de licitação no portal da transparência desta prefeitura. Nessa linha, o orçamento estimado da contratação no pregão não consta do edital, mas está no processo do certame e deve ser disponibilizado para os interessados que o solicitem, tornando público apenas divulgação do detalhamento dos quantitativos e das demais informações necessárias para a elaboração das propostas no Termo de Referência.

Documentos Anexados ao Processo

Data	Documento
19/06/2024 - 09:22	PE 175-24.pdf
04/07/2024 - 13:32	Análise e parecer técnico das Propostas Iniciais.pdf
05/07/2024 - 11:58	Análise de propostas readequada - MEDICAL SUPRIMENTOS HOSPITALARES - EPPSS.pdf
24/07/2024 - 11:48	Ata de análise de recurso.pdf
24/07/2024 - 11:48	Decisão de Recurso.pdf
24/07/2024 - 11:49	Publicação Decisão de Recurso.pdf

Mensagens Enviadas pelo Pregoeiro

Data	Assunto	Frase
04/07/2024 - 14:17:25	Negociação aberta para o processo 175/2024	Você recebeu um novo pedido de negociação no item 1 do processo 175/2024. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
04/07/2024 - 14:25:30		Você recebeu uma nova proposta readequada no item 0001 do processo 175/2024. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
04/07/2024 - 14:49:18	Documentos solicitados para o processo 175/2024	Foram solicitadas diligências no item 0001 do processo 175/2024. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
04/07/2024 - 15:18:04		Você recebeu um novo documento em resposta à diligência no item 0001 do processo 175/2024. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

Vencedores

Código	Produto	Fornecedor	Modelo	Marca/ Fabricante	Valor de Referência	Quantidade	Valor Total
0001	MONITOR DESFIBRILADOR CARDIOVERSOR	MEDICAL SUPRIMENTOS HOSPITALARES	ZOLL M2	ZOLL	108.000,00	1	108.000,00



Declarações Obrigatórias

Título	Declaração
Declaração de conhecimento do Edital	Declaro que estou ciente e concordo com as condições contidas no edital e seus anexos, bem como de que cumprio plenamente os requisitos de habilitação definidos no edital.
Declaração de reserva de cargos	Declaro cumprir as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitado da Previdência Social, previstas em lei e em outras normas específicas.
Declaração de proposta econômica	Sob pena de desclassificação, declaro que minhas propostas econômicas compreendem a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega das propostas.
Declaração de Não-Emprego de menores	Declaro para fins do inciso XXXIII do artigo 7º da Constituição Federal, com redação dada pela Emenda Constitucional, nº 20/98, que não emprega menores de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e de que qualquer trabalho a menores de 16 anos.
Declaração de Não-Emprego de trabalho degradante	Declaro não possuir em sua cadeia produtiva, empregados executando trabalho degradante ou forçado, nos termos do inciso III e IV do art. 1º e no inciso III do art. 5º da Constituição Federal.
Declaração de Acessibilidade	Declaro que, conforme disposto no art. 93 da Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991, estou ciente do cumprimento da reserva de cargos prevista em lei para pessoa com deficiência ou para reabilitado da Previdência Social e que, se aplicado ao número de funcionários da minha empresa, atendo às regras de acessibilidade previstas na legislação.
Declaração de Inexistência de Fato Superveniente	Declaro sob as penas da lei, que até a presente data inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no presente processo licitatório, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.

* As declarações supracitadas foram aceitas por todos os participantes.

Propostas Enviadas

0001 - MONITOR DESFIBRILADOR CARDIOVERSOR

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
TCJM DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA LTDA*	19.639.940/0003-15	30/06/2024 - 18:29:47	CARDIOVERSOR	CMOSDRAKE	1	R\$30.000,00	R\$ 30.000,00	Sim
J.RIBEIRO COMÉRCIO ATACADISTA LTDA-EPP*	84.972.926/0001-39	01/07/2024 - 14:16:16	CMOS DRAKE VIVO	CMOS DRAKE VIVO	1	R\$28.000,00	R\$ 28.000,00	Sim
PLG DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI*	34.444.108/0001-95	02/07/2024 - 14:50:20	MONITOR DESFIBRILADOR CARDIOVERSOR	CMOS DRAKE	1	R\$100.000,00	R\$ 100.000,00	Sim
C E C IMPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA*	24.864.422/0001-73	02/07/2024 - 16:34:19	vivo gold	cmosdrake	1	R\$35.000,00	R\$ 35.000,00	Sim
OLIMPIO EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI*	33.583.026/0001-69	03/07/2024 - 08:22:34	INSTRAMED / CARDIOMAX 8 19	INSTRAMED / CARDIOMAX 8 19	1	R\$117.700,00	R\$ 117.700,00	Sim
BH LABORATORIOS LTDA*	22.283.196/0001-01	03/07/2024 - 08:38:56	VIVO	CMOS DRAKE / RMS 80058130015	1	R\$27.000,00	R\$ 27.000,00	Sim
MEDICAL SUPRIMENTOS HOSPITALARES	96.416.771/0001-33	03/07/2024 - 11:49:44	ZOLL M2	ZOLL	1	R\$111.014,00	R\$ 111.014,00	Sim
INSTRAMED INDUSTRIA MEDICO HOSPITALAR LTDA*	90.909.631/0002-00	03/07/2024 - 13:21:22	Próprio	Própria	1	R\$79.990,00	R\$ 79.990,00	Não

Validade das Propostas

Fornecedor	CPF/CNPJ	Validade (conforme edital)
BH LABORATORIOS LTDA	22.283.196/0001-01	60 dias
C E C IMPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	24.864.422/0001-73	60 dias
PLG DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	34.444.108/0001-95	060 dias
J.RIBEIRO COMÉRCIO ATACADISTA LTDA-EPP	84.972.926/0001-39	90 dias
MEDICAL SUPRIMENTOS HOSPITALARES	96.416.771/0001-33	60 dias
OLIMPIO EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI	33.583.026/0001-69	60 dias
INSTRAMED INDUSTRIA MEDICO HOSPITALAR LTDA	90.909.631/0002-00	60 dias
TCJM DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA LTDA	19.639.940/0003-15	60 dias

Lances Enviados



0001 - MONITOR DESFIBRILADOR CARDIOVERSOR

Data	Valor	CNPJ	Situação
30/06/2024 - 18:29:47	30.000,00 (proposta)	19.639.940/0003-15 - TCJM DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA LTDA	Cancelado - Não detalhou o modelo e as especificações técnicas.
01/07/2024 - 14:16:16	28.000,00 (proposta)	84.972.926/0001-39 - J.RIBEIRO COMÉRCIO ATACADISTA LTDA-EPP	Cancelado - Não detalhou o modelo e as especificações técnicas. No manual técnico do produto não possui feedback de RCP. Em consulta ao registro da ANVISA, este foi cancelado em 18/09/2023.
02/07/2024 - 14:50:20	100.000,00 (proposta)	34.444.108/0001-95 - PLG DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	Cancelado - Não detalhou o modelo e as especificações técnicas
02/07/2024 - 16:34:19	35.000,00 (proposta)	24.864.422/0001-73 - C E C IMPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	Cancelado - Não possui IP44, não possui registrador térmico de no mínimo 75 mm "para papel"
03/07/2024 - 08:22:34	117.700,00 (proposta)	33.583.026/0001-69 - OLIMPIO EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI	Cancelado - Não foi encontrado o modelo CARDIOMAX 8 19 OFERTADO na proposta. Quanto ao modelo existente CARDIOMAX 8, não consta feedback para RCP. Portanto, não atende o solicitado em edital.
03/07/2024 - 08:38:56	27.000,00 (proposta)	22.283.196/0001-01 - BH LABORATORIOS LTDA	Cancelado - O licitante não detalha especificação técnica. No manual técnico do produto, não possui feedback de RCP. Em consulta ao registro da ANVISA, este foi cancelado em 18/09/2023. Portanto, não atende ao solicitado em edital.
03/07/2024 - 11:49:44	111.014,00 (proposta)	96.416.771/0001-33 - MEDICAL SUPRIMENTOS HOSPITALARES	Válido
03/07/2024 - 13:21:22	79.990,00 (proposta)	90.909.631/0002-00 - INSTRAMED INDUSTRIA MEDICO HOSPITALAR LTDA	Cancelado - O Licitante não detalhou Item, modelo e marca conforme solicitado em edital.
04/07/2024 - 14:10:27	109.500,00	96.416.771/0001-33 - MEDICAL SUPRIMENTOS HOSPITALARES	Válido
04/07/2024 - 14:25:30	108.000,00	96.416.771/0001-33 - MEDICAL SUPRIMENTOS HOSPITALARES	Válido

Arquivos Enviados pelos Fornecedores

Item	Data/Hora	Enviado por	Arquivo
0001	04/07/2024 - 15:18:04	96.416.771/0001-33 - MEDICAL SUPRIMENTOS HOSPITALARES	DOCS.zip

Intenções de Recurso, Recursos e Contrarrazões Prazos

Intenção de Recurso	Recurso	Contrarrazão
05/07/2024 - 13:15	12/07/2024 - 18:00	17/07/2024 - 18:00

0001 - MONITOR DESFIBRILADOR CARDIOVERSOR

Intenções de Recurso

CNPJ	Data de Envio	Intenção	Julgamento
90.909.631/0002-00 - INSTRAMED INDUSTRIA MEDICO HOSPITALAR LTDA	04/07/2024 - 14:34:56	Manifestamos a intenção de recurso, uma vez que o Cardiomax atende ao exigido em edital. Explanaremos na peça recursal	Deferido
90.909.631/0002-00 - INSTRAMED INDUSTRIA MEDICO HOSPITALAR LTDA	05/07/2024 - 13:04:49	Manifestamos a intenção de recurso, uma vez que o Cardiomax atende ao exigido em edital. Explanaremos na peça recursal	Deferido

Recursos

CNPJ	Data de Envio	Recurso	Julgamento
90.909.631/0002-00 - INSTRAMED INDUSTRIA MEDICO HOSPITALAR LTDA	10/07/2024 - 11:39:16	Recurso do Item 01. Recurso Administrativo PE 175-2024 - PM de Atibaia-SP AD.pdf.	Indeferido

Julgamentos

Data do Julgamento	Justificativa
--------------------	---------------



Chat

Data	Apelido	Frase
04/07/2024 - 08:34:40	Sistema	O processo está em fase de análise das propostas
04/07/2024 - 10:21:50	Pregoeiro	Bom dia Srs. Licitantes, meu nome é Miriam. Pregoeira deste Certame.
04/07/2024 - 10:23:15	Pregoeiro	A equipe técnica está analisando as propostas iniciais. Devido a especificidade do objeto, suspendo a sessão. Abriremos a sessão às 14h00.
04/07/2024 - 13:32:13	Sistema	O Pregoeiro adicionou o arquivo (Análise e parecer técnico das Propostas Iniciais.pdf) em 04/07/2024 às 13:32.
04/07/2024 - 13:56:31	Sistema	O item 0001 teve uma proposta de R\$ 79990,00 cancelada pelo Pregoeiro.
04/07/2024 - 13:56:31	Sistema	Motivo: O Licitante não detalhou Item, modelo e marca conforme solicitado em edital.
04/07/2024 - 13:58:45	Sistema	O item 0001 teve uma proposta de R\$ 27000,00 cancelada pelo Pregoeiro.
04/07/2024 - 13:58:45	Sistema	Motivo: O licitante não detalha especificação técnica. No manual técnico do produto, não possui feedback de RCP. Em consulta ao registro da ANVISA, este foi cancelado em 18/09/2023. Portanto, não atende ao solicitado em edital.
04/07/2024 - 14:01:01	Sistema	O item 0001 teve uma proposta de R\$ 117700,00 cancelada pelo Pregoeiro.
04/07/2024 - 14:01:01	Sistema	Motivo: Não foi encontrado o modelo CARDIOMAX 8 19 OFERTADO na proposta. Quanto ao modelo existente CARDIOMAX 8, não consta feedback para RCP. Portanto, não atende o solicitado em edital.
04/07/2024 - 14:02:15	Sistema	O item 0001 teve uma proposta de R\$ 35000,00 cancelada pelo Pregoeiro.
04/07/2024 - 14:02:15	Sistema	Motivo: Não possui IP44, não possui registrador térmico de no mínimo 75 mm "para papel"
04/07/2024 - 14:03:12	Sistema	O item 0001 teve uma proposta de R\$ 100000,00 cancelada pelo Pregoeiro.
04/07/2024 - 14:03:12	Sistema	Motivo: Não detalhou o modelo e as especificações técnicas
04/07/2024 - 14:05:19	Sistema	O item 0001 teve uma proposta de R\$ 28000,00 cancelada pelo Pregoeiro.
04/07/2024 - 14:05:19	Sistema	Motivo: Não detalhou o modelo e as especificações técnicas. No manual técnico do produto não possui feedback de RCP. Em consulta ao registro da ANVISA, este foi cancelado em 18/09/2023.
04/07/2024 - 14:05:56	Sistema	O item 0001 teve uma proposta de R\$ 30000,00 cancelada pelo Pregoeiro.
04/07/2024 - 14:05:56	Sistema	Motivo: Não detalhou o modelo e as especificações técnicas.
04/07/2024 - 14:06:06	Sistema	As propostas foram analisadas e o processo foi aberto
04/07/2024 - 14:06:06	Sistema	No modo de disputa aberto a etapa de envio de lances na sessão pública durará dez minutos e, após isso, será prorrogada automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos últimos dois minutos do período de duração da sessão pública.
04/07/2024 - 14:06:53	Pregoeiro	Boa tarde Srs. Licitantes!
04/07/2024 - 14:06:57	Sistema	O item 0001 foi aberto pelo pregoeiro.
04/07/2024 - 14:06:57	Sistema	O item 0001 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.
04/07/2024 - 14:16:59	Sistema	O item 0001 foi encerrado.
04/07/2024 - 14:17:25	Sistema	O item 0001 teve como arrematante MEDICAL SUPRIMENTOS HOSPITALARES - EPP/SS com lance de R\$ 109.500,00.
04/07/2024 - 14:17:25	Sistema	Iniciada a fase de negociação.
04/07/2024 - 14:17:55	Sistema	A data limite para negociação foi definida pelo pregoeiro para 04/07/2024 às 14:30.
04/07/2024 - 14:25:30	Sistema	O fornecedor MEDICAL SUPRIMENTOS HOSPITALARES enviou uma nova proposta readequada para o item 0001.
04/07/2024 - 14:30:27	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0001 foi definida pelo pregoeiro para 04/07/2024 às 14:45.
04/07/2024 - 14:34:56	Sistema	O fornecedor INSTRAMED INDUSTRIA MEDICO HOSPITALAR LTDA - DEMAIS declarou intenção de recurso para o item 0001.
04/07/2024 - 14:38:28	Sistema	O fornecedor OLIMPIO EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI - Ltda/Eireli declinou o direito de intenção de recurso para o item 0001.
04/07/2024 - 14:49:18	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0001. O prazo de envio é até às 17:00 do dia 04/07/2024.
04/07/2024 - 14:49:18	Sistema	Motivo: Sr. Licitante, favor enviar o arquivo da proposta readequada, bem como os documentos de habilitação conforme previsão do Anexo 2 do edital. Favor se atentar aos documentos técnicos necessários para a análise técnica.
04/07/2024 - 14:50:15	Pregoeiro	Sessão suspensa para recebimento dos documentos solicitados. Retomaremos a sessão dia 05/07/2024 às 13h00.
04/07/2024 - 15:18:04	Sistema	A diligência do item 0001 foi anexada ao processo.
05/07/2024 - 11:58:15	Sistema	O Pregoeiro adicionou o arquivo (Análise de propostas readequada - MEDICAL SUPRIMENTOS HOSPITALARES - EPPSS.pdf) em 05/07/2024 às 11:58.
05/07/2024 - 13:00:27	Pregoeiro	Boa tarde Srs. Licitantes
05/07/2024 - 13:01:47	Sistema	Para o item 0001 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor MEDICAL SUPRIMENTOS HOSPITALARES.
05/07/2024 - 13:02:24	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0001 foi definida pelo pregoeiro para 05/07/2024 às 13:15.
05/07/2024 - 13:04:49	Sistema	O fornecedor INSTRAMED INDUSTRIA MEDICO HOSPITALAR LTDA - DEMAIS declarou intenção de recurso para o item 0001.
05/07/2024 - 13:15:39	Sistema	Intenção de recurso foi deferida para o item 0001.



05/07/2024 - 13:15:39	Sistema	Intenção: Manifestamos a intenção de recurso, uma vez que o Cardiomax atende ao exigido em edital. Explanaremos na peça recursal
05/07/2024 - 13:15:41	Sistema	Intenção de recurso foi deferida para o item 0001.
05/07/2024 - 13:15:41	Sistema	Intenção: Manifestamos a intenção de recurso, uma vez que o Cardiomax atende ao exigido em edital. Explanaremos na peça recursal
05/07/2024 - 13:17:26	Sistema	O prazo para recursos no item 0001 foi definido pelo pregoeiro para 12/07/2024 às 18:00, com limite de contrarrazão para 17/07/2024 às 18:00.
05/07/2024 - 13:19:19	Pregoeiro	Sessão suspensa para Recursos. Retomaremos dia 24/07/2024 às 14h00
10/07/2024 - 11:39:16	Sistema	O fornecedor INSTRAMED INDUSTRIA MEDICO HOSPITALAR LTDA - DEMAIS enviou recurso para o item 0001.
24/07/2024 - 11:48:23	Sistema	O Pregoeiro adicionou o arquivo (Ata de análise de recurso.pdf) em 24/07/2024 às 11:48.
24/07/2024 - 11:48:44	Sistema	O Pregoeiro adicionou o arquivo (Decisão de Recurso.pdf) em 24/07/2024 às 11:48.
24/07/2024 - 11:49:14	Sistema	O Pregoeiro adicionou o arquivo (Publicação Decisão de Recurso.pdf) em 24/07/2024 às 11:49.
24/07/2024 - 11:50:02	Sistema	Os recursos do item 0001 foram encaminhados para julgamento.
24/07/2024 - 13:13:11	Sistema	A sessão foi finalizada e o processo foi encaminhado para adjudicação.
29/07/2024 - 11:38:05	Sistema	O Item 0001 foi adjudicado por Autoridade Competente.
29/07/2024 - 11:39:05	Sistema	O Item 0001 foi homologado por Autoridade Competente.

Miriam Regina de Oliveira
Pregoeiro

Autoridade Competente
Autoridade Competente

Cecília Carreiro de Mello
Apoio

