



**Prefeitura da Estância de Atibaia**  
Estado de São Paulo  
Secretaria de Administração

**PROCESSO ELETRÔNICO Nº 15.077/2024**

**PREGÃO ELETRÔNICO Nº 175/2024**

**OBJETO:** AQUISIÇÃO DE MONITOR CARDIOVERSOR DESTINADO AO USO DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU, DURANTE ATENDIMENTO E TRANSPORTE À VÍTIMAS GRAVES

À Equipe de Técnica.

Solicito análise e parecer técnico sobre as propostas iniciais apresentadas pelas empresas interessadas no presente certame, conforme Edital.

Atibaia, aos 04 dias do mês de julho de 2.024.

Miriam Regina de Oliveira  
Pregoeiro

Equipe de Apoio

Nome do Integrante: Elani Pereira da Silva Costa

CPF do Integrante: 85947636204

Atribuição do Membro: Equipe de Apoio

Cargo ocupado no Órgão / Entidade: Enfermeira

Natureza do Cargo ocupado: Saúde

Em análise as propostas:

1º licitante: O licitante não detalha item, modelo e marca conforme solicitado em edital.

2º licitante: O equipamento proposto atende a descrição no edital desta licitação.

3º licitante: O licitante não detalha especi-



**Prefeitura da Estância de Atibaia**  
Estado de São Paulo  
Secretaria de Administração

**PROCESSO ELETRÔNICO Nº 15.077/2024**

**PREGÃO ELETRÔNICO Nº 175/2024**

**OBJETO:** AQUISIÇÃO DE MONITOR CARDIOVERSOR DESTINADO AO USO DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU, DURANTE ATENDIMENTO E TRANSPORTE À VÍTIMAS GRAVES

razões técnicas. Porém no manual técnico do produto não possui feedback de RCP. Em consulta ao registro da ANVISA este foi cancelado em 18/09/23, portanto não atende ao solicitado em edital.

4- licitante: Em pesquisa junto ao fabricante não foi encontrado o modelo "cardioMax 8 19" conforme descrito na proposta apresentada. Quanto ao modelo existente encontrado "cardio-max 8" no manual técnico não consta forma numérica para feedback de RCP, portanto não atende ao solicitado em edital.

5- licitante: Não possui IP44, não possui registrador técnico de no mínimo 75 mm "pore papel".

6- licitante: não detalhou o modelo e as especificações técnicas.

7- licitante: Não detalhou o modelo e as especificações técnicas. No manual técnico do produto não possui feedback de RCP. Em consulta ao registro da ANVISA este foi cancelado em 18/09/23.

8- licitante: não detalhou o modelo e as especificações técnicas.

Elani Pereira de Silva Costa  
Enfermeira